

Determinazione n° 167 del 04 MAR. 2015

**OGGETTO: Deliberazione n. 96 del 18-02-2015:Provvedimenti=====**

Il direttore dell'unità operativa complessa provveditorato ed economato

Premesso che:

- Con deliberazione n. 96 del 18-02-2015, immediatamente esecutiva, è stato autorizzato l'acquisto presso la ditta H.E.D. Hospital Service Elettromedicali e Biomateriali srl, per un periodo di mesi 6 ,di dispositivi medici per emofiltrazione Acquarius( sacche per emofiltrazione set per emofiltrazione)
- Che la ditta H.E.D. Hospital Service Elettromedicali e Biomateriali srl, con nota n° prot. 3071/E del 26-02-2015, trasmessa a mezzo PEC, allegata in copia alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, ha trasmesso rettifica del codice, erroneamente riportato, nell'offerta AE10 dello 02-02-2015 riguardo le soluzioni Accusol 35, nel dettaglio:

codice erroneamente riportato nell'offerta AE10 dello 02-02-2015	Codice prodotto rettificato	Nuovo codice prodotto con decorrenza marzo 2015
RPE9249	LPE9007	LPE9010
RPE9250	LPE9008	LPE9010

- Che, come si evince dalla nota trasmessa dalla ditta H.E.D. Hospital Service Elettromedicali e Biomateriali srl, da marzo 2015 i codici dei prodotti in questione, varieranno nuovamente, agli stessi patti e condizioni e per il loro utilizzo, previo completamento di un corso di formazione, e contestualmente si fa presente che nella fase di transizione del nuovo prodotto

Accusol 35 ci potrà essere nelle strutture sanitarie, la presenza simultanea delle due configurazioni del prodotto in questione, non comportando alcun rischio per il paziente  
Considerato che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:


- Prendere atto della rettifica dei codici dei prodotti in questione , come da nota trasmessa dalla ditta H.E.D. Hospital Service Elettromedicali e Biomateriali srl, riportata di seguito:

codice erroneamente riportato nell'offerta dello 02-02-2015	Codice prodotto rettificato	Nuovo codice prodotto con decorrenza marzo 2015
RPE9249	LPE9007	LPE9010
RPE9250	LPE9008	LPE9010


- Prendere ulteriormente atto che, da marzo 2015 i codici dei prodotti in questione varieranno agli stessi patti e condizioni e per il loro utilizzo, previo completamento di un corso di formazione, e contestualmente si fa presente che nella fase di transizione del nuovo prodotto Accusol 35 ci potrà essere nelle strutture sanitarie, la presenza simultanea delle due configurazioni del prodotto in questione, non comportando alcun rischio per il paziente
- Trasmettere copia della presente determinazione al collegio sindacale, come per legge, all'unità operativa complessa GEF e della Progettualità Europea, per gli adempimenti di competenza, e all'unità operativa complessa Farmacia.
- La pubblicazione integrale della presente determinazione.

il funzionario estensore

anita corrao



il direttore uoc provveditorato ed economato  
dott.ssa Annetta Costantini



Da "Hed@Pec" <hedsrl@pec.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data giovedì 26 febbraio 2015 - 10:25

**comunicaz. rettifica codici - Offerta n. AE 10 del 02/02/2015**

---

**C.A. Sig.ra Corra**



In allegato la ns. comunicazione di rettifica codice sacche accusol.

Rif. Ns. offerta n. n. AE 10 del 02/02/2015 e Vs. delibera n. 96 del 18/02/2015.

**Cordiali Saluti**


**H.E.D. Hospital Service Elettromedicali e Biomateriali srl**

---

**Allegato(i)**

com\_rettifica\_cod\_ascche\_accusol.pdf (159 Kb)

Accusol customer letter Final - ITA.pdf (283 Kb)



Spett.le

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San  
Sebastiano di Caserta  
Uoc Provveditorato  
C.a A. Correra  
provveditorato@ospedalecasertapec.it

AE 27 del 25 febbraio 2015

**Oggetto : Errore comunicazione RETTIFICA Codice Prodotto**

In riferimento all'oggetto, la società **H.E.D. Hospital Service Elettromedicali e Biomateriali s.r.l.** con sede operativa in Via E. Scaglione, 276, 80145, Napoli, Tel/Fax. n. 081/19812502, P.IVA 05808991219, in qualità di distributore esclusivo della Nikkiso, precisa quanto segue:

**nella nostra offerta AE10 del 2/2/2015** il codice per le soluzioni Accusol 35 che abbiamo trasmesso, si riferisce alla composizione interna, mentre il codice commerciale è qui di seguito specificato  
Soluzione Accusol 35 K=2 codice LPE9007  
Soluzione Accusol 35 K=4 codice LPE9008

Vogliate cortesemente prenderne atto.

SI trasmette inoltre la comunicazione di Nikkiso riguardante le soluzioni Accusol 35 che dal prossimo marzo avranno nuovi codici.

In particolare

Soluzione Accusol 35 K=2 codice LPE9007 diventerà LPE9010  
Soluzione Accusol 35 K=4 codice LPE9008 diventerà LPE9011

**Inoltre la scrivente conferma che la relativa sostituzione codici sarà effettuata alle stesse condizioni economiche della sopracitata offerta.**

A disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, siamo a porgere

Cordiali Saluti

19 gennaio 2015

Gentile cliente,

Nel processo di continuo miglioramento dei nostri prodotti, Nikkiso ha deciso di modificare il prodotto Accusol 35 (soluzioni bicarbonato per emofiltrazione, emodialisi e emodiafiltrazione). I codici d'ordine del nuovo Accusol 35 saranno validi dal mese di marzo 2015.

**Miglioramenti introdotti nel nuovo Accusol 35**

 - *Modifica del design della sacca*

Caratteristica	Accusol 35 Attuale	Nuovo Accusol 35	Motivo
<b>Aumento sicurezza con doppia sigillatura</b>	Unica sigillatura.  L'utilizzatore afferra e preme la camera superiore (più grande) per rompere la sigillatura e combinare il contenuto delle due camere	Doppia sigillatura: aggiunta di una sigillatura corta per isolare il Clampex dalla soluzione bicarbonato.  L'utilizzatore afferra la camera superiore e la preme per rompere la sigillatura lunga, combinando il contenuto delle due camere. In seguito afferra la sacca dal lato del foro e la rotola verso il connettore, applicando così una pressione per rompere la sigillatura corta.	Assicurare che le due camere siano completamente aperte e il loro contenuto correttamente combinato.  Eliminare il rischio di infusione diretta della soluzione bicarbonato al paziente.
<b>Foro d'aggancio e Clampex in posizione centrale</b>	Foro di aggancio in alto a sinistra e Clampex in basso a destra	Foro di aggancio e Clampex centrali	Armonizzazione del processo di fabbricazione  Aumentare stabilità

- **Compatibilità con altri sistemi per la CRRT:** il nuovo prodotto Accusol 35 può essere usato in tutta sicurezza col sistema Aquarius e con il sistema Prismaflex, essendo perfettamente compatibile con entrambi i sistemi.


**Codici Prodotto per Accusol 35:**

Descrizione	Accusol 35 Attuale	Nuovo Accusol 35
Accusol 35	LPE9006	LPE9009
Accusol 35 con 2 mmol/L potassio	LPE9007	LPE9010
Accusol 35 con 4 mmol/L potassio	LPE9008	LPE9011

Le nuove sacche Accusol 35 potranno essere ordinate previo completamento di un corso di formazione sul loro utilizzo. Un nostro rappresentante La contatterà per fissare una data per tale corso. Desideriamo farLe presente che nella fase di transizione al nuovo prodotto Accusol 35 ci potrà essere nell'ospedale la presenza simultanea di due configurazioni dei prodotti Accusol 35. Tale fase non comporterà alcun rischio clinico per il paziente.

La invitiamo a rivolgere direttamente al Suo contatto locale ogni domanda riguardante il nuovo prodotto Accusol 35 o il corso di formazione sul suo utilizzo.

Ringraziandola della Sua gentile attenzione, Le porgiamo i nostri cordiali saluti,



**Josep Segura**  
 Director Western Europe  
 Acute Blood Purification Division

