



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 292 del 27/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO 1532122 SU MEPA COSNIP DI N.1 SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO.CIG Z4D1DE037D.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO 1532122 SU MEPA COSNIP DI N.1 SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO. CIG Z4D1DE037D.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- il Responsabile della UO di Fisiopatologia avanzava richiesta per la fornitura di n.1 Spirometro palmare per la misurazione e la presentazione dei risultati dei test del cammino con capacità di misurare la ventilazione durante il test, acquisita agli atti di questa UOC Provveditorato Economato;
- con riferimento alla suddetta richiesta, il Direttore della UOC Tecnologia Ospedaliera, con nota del 29.12.2016, trasmetteva la relativa scheda tecnica del Sistema ai fini dell'attivazione di procedura di gara;
- conseguentemente, si procedeva ad attivare su Mepa Consip apposita RDO n. **1532122** alla quale sono state invitate n.2338 società iscritte al mercato elettronico categoria BSS – Beni e Servizi per la Sanità (all.1);
- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 27.03.2017 è pervenuta una sola offerta presentata dalla MPM ITALIA srl;
- la suddetta offerta è risultata conforme alle specifiche tecniche richieste a fronte di un importo complessivo offerto, pari ad € 2.890,00 oltre iva, per un totale iva inclusa di € 3.525,80 (all.2)
- con nota del 10.04.2017 Prot.0007818/U sono stati inviati al fornitore i documenti di stipula della predetta RDO **1532122** (all.3)

Considerato

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

1. di prendere atto degli esiti della RDO n. **1532122** attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di n1 Sistema portatile spirometrico computerizzato Mod. NEW SPIROLAB TOUCH SCREEN alla Società MPM ITALIA srl con sede legale in Napoli, II Trav. Tommaso De Amicis 41, in quanto unica offerente al costo complessivo di € 2.890,00, oltre IVA al 22%, da destinare alla U.O. di Fisiopatologia Respiratoria come da richiesta del Responsabile UO Fisiopatologia di cui in premessa;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

2. di imputare la spesa complessiva pari ad €3.525,80 IVA compresa al 22%, sull'autorizzazione figurativa patrimoniale n.1 conto 101020401 del bilancio 2017, come da scheda contabile informatizzata allegata (all.4)
3. di trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle UU.OO.CC. GEF e della Progettualità Europea e Tecnologia Ospedaliera, per quanto di competenza;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

Att. 1

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1532122
Descrizione RDO:	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	MARISA DI SANO
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	17/03/2017 13:23
Termine ultimo presentazione offerte:	27/03/2017 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	24/03/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	17/09/2017 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Numero fornitori invitati:	2338
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO
CIG	Z4D1DE037D
CUP	
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo presunto di fornitura	3500,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Sistema portatile spirometrico computerizzato
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dello spirometro	Tecnico	Valore massimo ammesso	sistema portatile spirometrico computerizzato
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	sistema portatile spirometrico computerizzato (come da scheda tecnica allegata)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
8	Anno di prima immissione sul mercato nazionale/versione	Tecnico	Nessuna regola	
9	Parametri rilevati	Tecnico	Nessuna regola	
10	Sensore temperatura	Tecnico	Nessuna regola	

11	Diametro boccaglio [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Schermo	Tecnico	Nessuna regola	
13	Dimensioni schermo (lxh) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Dimensioni (lxhxp) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Peso [g]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Alimentazione	Tecnico	Nessuna regola	
17	Sistema operativo richiesto	Tecnico	Nessuna regola	
18	Stampante integrata	Tecnico	Nessuna regola	
19	Dotazioni incluse nel prezzo	Tecnico	Nessuna regola	
20	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
CAPITOLATO SPECIALE	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO	Capitolato Speciale Sistema Spirometrico.docx (50.38KB)
SCHEDA TECNICA	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO	Scheda Tecnica Spirometro X Fisiopatologia1.doc (63.5KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si

OFFERTA TECNICA	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	JOB SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	02640130841	02640130841
2	PROGETTA S.R.L. UNIPERSONALE	04648820878	04648820878
3	RL3 SRL	09653091000	09653091000
4	"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	04564630657	LBSRND68E15G230O
5	'ARNIKA	08653430150	0865340150
6	1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO	03316570872	MRNTLI67H20C351M
7	2001 S.R.L.	01058600162	01058600162
8	2BIOLOGICAL INSTRUMENTS	02489610127	02489610127
9	2G DI GEMIGNANI GIULIO	00018940460	GMGGLI43T26B455B
10	2M STRUMENTI	01441681002	05755810586
11	2MM WATER SAS DI SPASARI TOMMASO	02559030610	02559030610
12	3.M.C	04303410726	04303410726
13	3A GROUP S.A.S. DI ALAMPI STEFANO & C.	03671590283	03671590283
14	3G S.R.L.	07324090724	07324090724
15	3L SCIENTIFICA SRL	03030430833	03030430833
16	3M ITALIA SRL	12971700153	00100190610
17	3M MEDICAL SRLS	05294860654	05294860654
18	3V CHIMICA	04928241001	04928241001
19	5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM	03356691208	03356691208
20	626 MEDICA	01761040383	01761040383
21	8853 SPA	10684110157	10684110157
22	A CIRCLE SPA	02431141205	02431141205
23	A&B DI BELLIN IVA & C. SAS	01568980039	01568980039
24	A. ANNESE S.R.L.	03379160728	NNSMCL66C09A662Q
25	A. DE MORI S.P.A.	10220860158	00152680203
26	A. EMME A.	01834070730	01834070730
27	A. MENARINI DIAGNOSTICS	05688870483	05688870483

30/03/2017
 Il sistema
 proposto è in linea tecnica
 con le caratteristiche tecniche
 richieste, pertanto è idoneo
 [Signature]

Al. 2

N° 1 SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO

Società partecipante alla gara	MPM Italia srl	
Società costruttrice	MIR	
Modello dell'Apparecchiatura	NEW SPIROLAB TOUCH SCREEN	
Anno di produzione del modello	2015	
Descrizione: sistema spirometrico computerizzato	Caratteristiche tecniche minime obbligatorie.	Caratteristiche tecniche proposte
Sistema computerizzato	SI	SI
Schermo ad risoluzione	SI	Display LCD Colori Touch Screen da 7"
Spirometria standard	FVC, SVC, MVV	Pag. 2, 4 e 5
Lettura in tempo reale dell'esperto	ETCO2	FVC - VC- MVV- Pag. 2, 4 e 5
Test di broncospasmo	SI	Parametri espiratori misurati: PEF, FEV1, FEV /FVC, FET, ERV, tE, VE Pag. 4 e 5
Resistenza delle Vie Aeree	SI	SI. Pag. 2 e 5
Misurazione del consumo di ossigeno	VO2max	N.P.
Flussimetro Turbina o sistema alternativo	multiuso	N.P.
Rilevazione SPO2/ FC	SI	Sensore di flusso a Turbina Riutilizzabile Bidirezionale. Pag. 4
Classificazione della capacità di sostenere l'esercizio fisico e soglia anaerobica	SI	SI - Pulsossimetro integrato con sonda a clip riutilizzabile adulti per misurazione SaO2% e frequenza Polso. Pag. 2, 4 e 5
Memorizzazione dei test	> 6.000 test paziente	N.P.
Batterie ricaricabili	Li-ion	10.000 test di spirometria - 500 ore di registrazione ossimetri che. Pag. 2, 4 e 5.
Stampante interna	Termica	Batteria interna ricaricabile al Litio con autonomia di funzionamento di circa 8 ore continuative. Pag. 2, 4 e 5.
		Stampante Termica Integrata e Connessione diretta a stampante esterna via USB. Pag. 1,2

[Signature]
 Assunta Maria Tafari
 Legale Rappresentante
 MPM Italia srl

Materiale di consumo occorrente	Elencare la tipologia e la quantità occorrente per ogni singola prova	N. 01 FILTRI ANTIBATTERICI /ANTIVIRALI -
interfaccia con computer esterno per archiviazione ed analisi dei dati	SI	SI - IN DOTAZIONE SOFTWARE WINSPIRO PRO - Misura in tempo reale su PC senza fili via Bluetooth. Pag. 2, 3, 4
Garanzia (Mesi)	>=36	37
Contratto di manutenzione full-risk	Max 7% del costo di acquisto	6,9%

Costo orientativo € 3.500,00 + IVA

Le caratteristiche minime indicate nelle schede come innanzi predisposte sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara e la stessa dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società che parteciperà alla gara. Le Società concorrenti dovranno compilare le schede sopra riportate, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra indicando la pagina riportante le caratteristiche tecniche dichiarate

Assunta Maria Tafuri
Legale Rappresentante
M.P.M. S.p.A.



Spirolab®

Tutto su un touchscreen 7 pollici
 Spirometro portatile
 con opzione ossimetro

MIR
 MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

www.spirometry.com
www.oximetry.com

Assunta Maria Tafuri
 Legale Rappresentante
 MIR Italia srl

Spirolab®

Spirometro diagnostico robusto e facile da usare

- * FVC, FEV1, IVC, MVV, PRE/POST *
Broncodilatatore con un'ampia scelta di parametri selezionabili
- * Batteria ricaricabile con autonomia di funzionamento di circa 8 ore continuative
- * Display touchscreen a colori da 7 pollici
 - Connessione diretta a stampante esterna via USB
- * Archivio dati per 10.000 test di spirometria o 500 ore di registrazione di ossimetria
- * Misura in tempo reale su PC senza fili via Bluetooth 
- * Stampante termica incorporata, veloce e silenziosa con referto di stampa programmabile


Veloce ed intuitivo

ideale per il professionista moderno

Ogni funzione può essere attivata con un semplice touch sulla barra del menù sempre presente sullo schermo.



- * Ossimetro opzionale
Disponibile con sensore per adulti o pediatrico



Incentivo pediatrico con animazioni

Direttamente sullo schermo, utile per migliorare la collaborazione del paziente mentre esegue la spirometria

**BREVETTO
INTERNAZIONALE**



FlowMIR®

Conforme ai più recenti standard ATS/ERS

La Spirometria richiede massima accuratezza e igiene.

Ogni turbina, che include un boccaglio di carta, è singolarmente calibrata in fabbrica con un sistema computerizzato ed è confezionata singolarmente in camera bianca.

Lo spirometro è sempre calibrato e l'igiene è garantita al 100%!

Spirolab è disponibile con misuratore di flusso a Turbina RIUSABILE o di tipo USA e GETTA


- Previene la contaminazione incrociata
- Non richiede calibrazione

Sempre inclusi:


* **Winspiro PRO®**
Software per PC

- Aggiornamenti gratuiti
- Disponibile versione di rete

Valigia per il trasporto



Sommario
di tutti i test
eseguiti



Stampa:
report di
Spirometria

Spirolab® - Spirometria - Specifiche tecniche

- * Alimentazione: batteria ricaricabile
- Sensore di temperatura: semiconduttore (0-45°C)
- * • Sensore di flusso: turbina bi-direzionale digitale
- Intervallo di flusso: $\pm 16 \text{ L/s}$
- Accuratezza volume: $\pm 3\%$ o 50 mL
- Accuratezza flusso: $\pm 5\%$ o 200 mL/s
- Resistenza dinamica: $< 0.5 \text{ cm H}_2\text{O/L/s}$
- * • Connettività: USB 2.0, Bluetooth® 2.1  ←
- * • Display: LCD touchscreen a colori 7",
risoluzione 800x480
- Boccagli: $\varnothing 30 \text{ mm}$
- Dimensioni: $220 \times 210 \times 51 \text{ mm}$
- Peso: 1450 g (incluso pacco batteria)

* Parametri di Spirometria

FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Età Polmonare (ELA), Volume Estrapolato (EVOL), FET, Tempo di PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, TV/tI, tI/tTOT, MVV (misurata), MVV (calcolata).

Spirolab® - Ossimetria - Specifiche tecniche

- Range %SpO2: 0-99%
- Accuratezza %SpO2: $\pm 2\%$ tra 70-99% SpO2
- Intervallo Frequenza cardiaca: 18-300 BPM
- Accuratezza Frequenza cardiaca: $\pm 2 \text{ BPM}$
o 2% qualunque sia maggiore
- * • Capacità di memoria: circa 500 ore di ossimetria

* Parametri di Ossimetria (Opzionale)

%SpO2 e Frequenza Polso (min. max. media), Durata del Test, T90% (tempo con SpO2 $\leq 89\%$), T89% (tempo con SpO2 $\leq 88\%$), T5, T40 (durata Bradicardia con Frequenza Polso $< 40 \text{ BPM}$), T120 (durata Tachicardia con Frequenza Polso $> 120 \text{ BPM}$).



ITALIA - MIR Head Office
via del Magliolino, 125
00155 - Roma Italy

USA - MIR USA, Inc.
1900 Pewaukee Road, Suite D
Waukesha, WI 53188

FRANCE - MIR Local Office
Jardin des Entreprises,
290, Chemin de Saint Dionisy
30980 LANGLADE (France)

T. +39 06 22 754 777
F. +39 06 22 754 765
mir@spirometry.com

P. +1 (262) 565 - 6797
F. +1 (262) 364 - 2030
mirusa@spirometry.com

P. +33 (0)4 66 37 20 68
F. +33 (0)4 84 25 14 32
mirfrance@spirometry.com

MIR Spirolab scheda tecnica



Specifiche tecniche

Larghezza	220 mm
Lunghezza	210 mm
Spessore	51 mm
Peso	1450 g (pacco batterie incluso)
Sensori	



miniflowmeter (codice 900595)
per turbine riusabile e monouso



Sensore morbido riusabile per
adulti per test di ossimetria (codice
919024)

* Alimentazione

Corrente
Consumo
Tensione batteria di
backup
Carica batterie

Solo per spirolab codice 911081
Pacco batterie ricaricabile Ni-MH, 6
elementi
4500 mAh
medio 250 mA
assente

Autonomia
Connettività
Schermo

tensione in uscita=12 V, corrente=1A,
conforme alla EN 60601-1
~10 ore
USB 2.0, Bluetooth® 2.1
LCD 7 pollici a colori touchscreen
risoluzione 800x480
assente, touchscreen
Ø 30 mm (1.18 pollici)
Dispositivo di classe II

Tastiera
Boccaglio
Tipo di protezione
elettrica
Livello di sicurezza
Per pericolo di scosse
Condizioni di utilizzo
Condizioni di
immagazzinamento

Apparato di tipo BF

Condizioni di trasporto

Apparato per uso continuo
Temperatura: MIN -40 °C,
MAX + 70 °C
Umidità: MIN 10% RH;
MAX 95%RH
Temperatura: MIN -40 °C,
MAX + 70 °C
Umidità: MIN 10% RH;
MAX 95%RH
Temperatura: MIN + 10 °C,
MAX + 40 °C
Umidità: MIN 10% RH,
MAX 95%RH

Condizioni operative

Norme applicabili

Sicurezza elettrica EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica
EN 60601-1-2
IPX1

Grado di protezione
contro la penetrazione
dell'acqua

Codici e dotazioni

911080I0	spirometro
911080I1	spirometro con turbina riusabile
911080I2	spirometro con 120 turbine monouso
911081I0	spiro+oxy
→ 911081I1	spiro+oxy con turbina riusabile
911081I2	spiro+oxy con 120 turbine monouso

Spirometria

Sensore	turbina digitale bidirezionale
Range di volume	10 L
Range di flusso	±16L/s
Accuratezza del volume	±3% o 50 mL
Accuratezza del flusso	±5% o 200 mL/s
Resistenza dinamica	<0.5 cm H ₂ O/L/s
Sensore di temperatura	semiconduttore (0-45°C)
* Test disponibili	FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST
* Parametri misurati	FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV1/PEF, FEV1/VC, FEV1/FEF0.5, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, FEF7585, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, R50, MVVcal, PIF, IRV, VC, EVC, IVC, IC, ERV, IRV, FEV1/VC, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV più di 10000 test

* Capacità di memoria

* Ossimetria (su richiesta)

Metodo di misurazione	Assorbimento di infrarosso
Range di %SpO2	0-99%
Accuratezza di %SpO2	± 2% tra 70-99% SpO2
Numero medio di battiti	8 battiti
per il calcolo della %SpO2	
Range della pulsazione	18-300 BPM
cardiaca	
Accuratezza della	± 2BPM o 2% il maggiore tra i due
pulsazione cardiaca	
intervallo medio per	8 secondi
calcolo del battito	
cardiaco	
Indicazione della qualità	0 - 8 segmenti sullo schermo
del segnale	
Test disponibile	spot
Parametri misurati	SpO2% min, max, media BPM min, max, media Durata del test % durata bradicardia (<40 BPM) % durata tachicardia (>120 BPM) % di tempo con %SpO2 ≤ 90% (T90%, T89%), T5 circa 500 ore di ossimetria

Capacità di memoria

Certificati e registrazioni

CE 0476	MED 9826
FDA 510 (k)	K 052140
Health Canada	71191 (classe II)
Codice CND	Z12150102
Codice GMDN	46906 (spiro), 45607 (spiro + oxy)
Ministero della salute	1272475/R (cod. 911080I1) 1272476/R (cod. 911081I1)

All. 3

A.G.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0007818/U Data: 10/04/2017 09:09
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



1/4

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1532122
Descrizione RdO	ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO
Lotto oggetto della Stipula	1 (ACQUISTO SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO)
CIG	Z4D1DE037D
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	MPM ITALIA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	07054190637
Codice Fiscale Impresa	07054190637
Indirizzo sede legale	II TRAV. TOMMASO DE AMICIS 41 - NAPOLI (NA)
Telefono / Fax	0812290668 / 0812296084
PEC Registro Imprese	MPMITALIA@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	07054190637
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/07/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13217991
INPS: Matricola aziendale	5122016438
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	013217991/91
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3416922
Offerta sottoscritta da	TAFURI ASSUNTA MARIA
Email di contatto	MPMITALIA@PEC.IT
Offerta presentata il	20/03/2017 16:15
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	17/09/2017 13:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore complessivo dell'offerta Economica	2890,00 Euro (duemilaottocentonovanta Euro)
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 1,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via

	tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/03/2017 11:51

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

ALL. 4

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UAPAT	2017	1	16					3 525,80	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART.36 CO 2 D.LGS N.50/2016 MEDIANTE RDO N. 1532122SU MEPA CONSIP DI N.1 SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO-CIG Z4D1DE037D

Conto: 101020401 - ATTREZZATURE SANITARIE

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
3 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,80

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
3 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,80



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 101020401

Descrizione: attrezzature sanitarie

Presente Autorizzazione: €3.525,80 n° 1 SUB 16

Caserta, li 27/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 292 del 27/04/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS.50/2016 MEDIANTE RDO 1532122 SU MEPA COSNIP DI N.1 SISTEMA PORTATILE SPIROMETRICO COMPUTERIZZATO.CIG Z4D1DE037D.

In pubblicazione dal 27/04/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta