



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 622 del 04/09/2017

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK APPARECCHIATURE
OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA PNEUMOLOGIA-CIG [Z871F967BF]**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK APPARECCHIATURE OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA PNEUMOLOGIA-CIG [Z871F967BF]

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che:

- con deliberazione n° 459/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la proposta della Ditta Olympus Italia s.r.l., relativa al noleggio operativo di apparecchiature da destinare alla UOC Pneumologia di questa Azienda;
- in data 21/07/2009 veniva stipulato il contratto rep. 146/2009, relativo al noleggio in parola;
- con deliberazione n°87 del 28/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, su richiesta del primario, il predetto contratto è stato esteso relativamente al noleggio di n° 1 fibrobroncoscopio marca Olympus mod. BF-PE2 e n° 1 fibrobroncoscopio marca Olympus mod. BF-TE2;
- con determinazione n°462 del 5/08/2016, sono state acquisite tutte le attrezzature oggetto della locazione, allo stato d'uso, e relativo contratto di assistenza tecnica full-risk con durata annuale, per tutta la strumentazione oggetto della locazione;
- il rapporto contrattuale risulta concluso il 28/02/2017;
- con deliberazione n°119 del 23/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, su richiesta del primario, è stata indetta procedura di gara per l'acquisto di un nuovo sistema per endoscopia toracica completo di sonde flessibili con permuta delle apparecchiature oggetto della locazione di cui sopra, attualmente in uso presso il reparto in parola;

Rilevato che:

- nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara occorre, in ogni caso, garantire la manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature, attualmente in uso presso il reparto di Pneumologia, acquisite definitivamente con determinazione n°462 del 5/08/2016, e quindi di proprietà dell'Azienda, scongiurando, conseguentemente, soluzione di continuità nell'erogazione delle prestazioni di cui trattasi;
- con nota prot. 7936 del 10/04/2017, è stato chiesto alla ditta Ditta Olympus Italia s.r.l. di formulare proposta di contratto full-risk per le apparecchiature in parola;
- la Ditta Olympus, ha formulato offerta n°149-17118, inviata con pec del 13/04/2017 proponendo per la manutenzione full-risk delle apparecchiature un costo di € 39.000,00 all'anno oltre i.v.a. 22%, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Preso atto che:

- la proposta contrattuale della Ditta Olympus è di tipo full-risk, comprendente, quindi, anche i danneggiamenti accidentali riconducibili ad infiltrazioni o morsicature da parte del paziente;
- la u.o.c. Pneumologia, con pec del 9/05/2017, non ha confermato la presenza in reparto, del videoprocessore Olympus, mod.CV-180, matr. 7009695, il cui canone annuale è di € 1.500,00 oltre i.v.a. 22%, pertanto esso va sottratto al valore totale del contratto di € 39.000,00, che diventa, quindi, di € 37.500,00, oltre i.v.a. 22%;
- nelle date 27/03/2017, 29/05/2017 e 13/07/2017, il reparto ha richiesto l'intervento manutentivo per alcuni broncoscopi oggetto del contratto, e, in pari data, sono state inviate le richieste manutentive, rif. prott. 74, 127 e 172/INT.CONT./AOCE, allegate alla presente, quale parte integrante e sostanziale, alla ditta Olympus Italia srl, nelle more della predisposizione degli appositi atti;

Ritenuto

- di procedere con la stipula del contratto di manutenzione full-risk per le apparecchiature Olympus Italia s.r.l., in dotazione alla u.o.c. di Pneumologia, per una durata annuale, decorrente dal 27/03/2017 al 26/03/2018, e preveda la clausola di risoluzione dello stesso, in caso di aggiudicazione della gara delle nuove apparecchiature, prima della fine dell'anno contrattuale, con preavviso di 10 giorni naturali e consecutivi;

Visti

- l'art. 63 comma 2 sub b) del D.Lgs. 50/2016;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°6 del 13/01/2017, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che:

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- la spesa complessiva derivante dall'approvazione della proposta della Ditta Olympus Italia s.r.l. S.p.A. risulta inferiore ai € 50.000,00, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Considerato, infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti,

- procedere con l'approvazione della proposta contrattuale della Ditta Olympus Italia s.r.l. n°149-17118, inviata con pec del 13/04/2017, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale, relativa al contratto di manutenzione ful-risk delle apparecchiature Olympus in dotazione alla u.o.c. di Pneumologia, al costo di € 37.500,00 oltre i.v.a. 22%;
- prendere atto che la durata del contratto è di un anno, decorrente dal 27/03/2017 al 26/03/2018, e prevede la clausola di risoluzione dello stesso, in caso di aggiudicazione della gara delle nuove apparecchiature, prima della fine dell'anno contrattuale, con preavviso di 10 giorni naturali e consecutivi;
- imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 45.750.00, i.v.a. 22% compresa, come segue:
 - per l'importo di € 34.312,50, corrispondente a 9/12 sul conto economico n° 50303010101 corrispondente all'autorizzazione n°96 sub. 25 del corrente bilancio;
 - per l'importo di € 11.437,50, corrispondente a 3/12 sul corrispondente conto economico del bilancio 2018.
- attribuire, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, alla presente procedura il n° CIG [Z871F967BF];
- prevedere per il servizio *de quo* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea del pagamento degli importi spettanti, previo nulla osta da parte della unità operativa complessa tecnologia ospedaliera ed HTA attestante l'avvenuta erogazione della prestazione;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- trasmettere copia della presente atto alle unità operative complesse gestione economico-finanziaria e della progettualità europea, controllo di gestione, nonché al Collegio Sindacale, alla u.o.c. Pneumologia e al Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- autorizzare la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet aziendale.

Il Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Da "Tecnologia Ospedaliera" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
A "ufficiogare@pec.olympusitalia.it" <ufficiogare@pec.olympusitalia.it>
Cc "endoscopy2@tin.it" <endoscopy2@tin.it>
Data martedì 11 aprile 2017 - 09:10

richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in dotazione alla UOC Pneumologia

Buongiorno,
con la presente, con riferimento all'oggetto, si invia nota prot. 7936 del 10/04/2017.
in attesa di sollecito riscontro si porgono
cordiali saluti
uoc tecnologia ospedaliera

Allegato(i)

richiesta proposta di manutenzione PROTOCOL.pdf (61 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 11 aprile 2017 - 09:10

CONSEGNA: richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in dotazione alla UOC Pneumologia

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/04/2017 alle ore 09:10:50 (+0200) il messaggio
"richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in dotazione alla UOC Pneumologia"
proveniente da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "ufficiogare@pec.olympusitalia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec284.20170411091049.18683.04.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (86 Kb)

smime.p7s (4 Kb)

Da "ufficiogare" <ufficiogare@pec.olympusitalia.it>
A "Caserta" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>
Cc "Giancarlo Bella" <giancarlo.bella@olympus-europa.com>
Data giovedì 13 aprile 2017 - 14:12

POSTA CERTIFICATA: richiesta proposta contrattuale oer manutenzione app. Olympus in dotazione alla UOC Pneumologia

Buongiorno,
con riferimento all'oggetto, in allegato alla presente trasmettiamo ns. proposta di Contratto
cordiali saluti

OLYMPUS ITALIA SRL
Ufficio Gare

Allegato(i)

17 CE S Anna Pneumo.pdf (2335 Kb)

Spettabile
**Azienda Ospedaliera 'Sant'Anna San
Sebastiano'**
Via Tescione trav. Palasciano
81100 CASERTA
e-mail:
tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

Segrate, 1 marzo 2017

OFFERTA N° 149-17118

Oggetto: **CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE "FULL RISK"**

Con la presente desideriamo proporVi la nostra offerta di contratto "full risk" relativa alle apparecchiature medicali OLYMPUS, in dotazione presso il Vostro Ente.

Il contratto proposto (ALLEGATO 1) prevede l'effettuazione di interventi di manutenzione preventiva ALLEGATO 3), dove le specifiche tecniche dell'apparecchiatura li richiedano ed interventi di manutenzione correttiva con lo scopo di mantenere la completa efficienza delle apparecchiature (ALLEGATO 2).

Si precisa che Olympus Italia S.r.l., in conformità alle esigenze di sicurezza e protezione, si avvale di personale altamente qualificato ed addestrato presso la Casa Madre per effettuare tutti i tipi di intervento previsti e garantisce l'utilizzo di ricambi originali. Il presente contratto viene inviato in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita debitamente firmata per accettazione.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro, e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

NB *Resta inteso che in caso di aggiudicazione di nuova gara per l'acquisto di nuove attrezzature, il contratto si intenderà risolto a far data dall'acquisizione delle stesse.*

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI :

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, nel caso in cui il Codice Unico Progetto (C.U.P.), relativo all'investimento pubblico sottostante alla procedura per la quale la seguente offerta viene presentata, non sia stato reso noto, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente del Codice Unico Progetto relativo alla procedura, oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione del C.U.P.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Società Unipersonale
Un Procuratore
Gianfranco Ghionna

Si allega:

- Allegato 1 - Contratto di Assistenza Tecnica, Manutenzione
- Allegato 2 - Elenco strumentazione in uso e prospetto economico
- Allegato 3 - Piano di manutenzione preventiva

ALLEGATO 1

CONTRATTO FULL RISK DI ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE TIPO I

Il contratto ha lo scopo di mantenere la completa efficienza delle apparecchiature elencate nell'ALLEGATO 2.

Resta inteso che le stesse dovranno risultare funzionanti alla data di inizio del contratto e mantenute secondo le specifiche di utilizzo, in particolare per la disinfezione ad alto livello.

In caso di riscontro di "non riparabilità di uno strumento" durante il periodo contrattuale, si procederà all'esclusione dello stesso dal contratto e la quota residua in dodicesimi del relativo canone, sarà decurtata dall'importo totale fatturato.

Sono esclusi gli accessori, sia forniti con le apparecchiature che separatamente, i quali non prevedano possibilità di interventi manutentivi (né preventivi, né correttivi), ma solo la loro sostituzione, quali ad esempio:

- Accessori transendoscopici (pinze biottiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, anse per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.).
- Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi portaluce.
- Filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant'altro non connesso in modo integrale agli apparecchi.

SERVIZI PROPOSTI E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Interventi di manutenzione preventiva e correttiva

I sistemi per Endoscopia e Chirurgia Olympus si compongono di apparecchiature diverse che possono essere raggruppate nelle seguenti categorie in base alle caratteristiche e alla tecnologia:

1. Sonde Endoscopiche e Laparoscopiche
2. Dispositivi elettronici per la gestione delle immagini o chirurgici
3. Lavadisinfettatrici

Ogni tipologia richiede un diverso programma di manutenzione preventiva, e la frequenza delle visite è funzione della tipologia degli strumenti, delle modalità e frequenza d'utilizzo.

Per le tipologie 1 e 2, la manutenzione preventiva comporta la verifica funzionale e l'eventuale regolazione delle componenti dell'apparecchiatura con lo scopo di prevenirne i guasti. Precisiamo che i medesimi controlli sono eseguiti anche al termine di ogni intervento correttivo.

La manutenzione preventiva delle apparecchiature del gruppo 3 richiede la sostituzione di parti soggette ad usura ed è prescrittiva per garantire la corretta disinfezione delle attrezzature processate. La frequenza delle visite è scadenzata automaticamente dall'apparecchiatura in funzione delle ore d'utilizzo.

Il presente contratto prevede:

- *N. 1 visita di manutenzione preventiva annuale per le tipologie 1 e 2, mentre per la tipologia 3 la frequenza delle manutenzioni dipende dalle condizioni sopra esposte;*
- *Numero illimitato di interventi su chiamata.*

Per le considerazioni sopra indicate Olympus Italia si riserva la possibilità di modificare il numero e la frequenza delle manutenzioni preventive.

E' compresa nell'assistenza anche l'eventualità di danneggiamenti accidentali causati da pazienti (morsicature) e da shock meccanici accidentali causati dal personale addetto alla pulizia degli strumenti.

2. Parti di ricambio

Il costo di tutte le parti di ricambio sostituite durante gli interventi eseguiti nell'ambito del presente contratto si deve intendere incluso nel canone ad eccezione dei costi derivanti dalla sostituzione di parti non originali Olympus.

Olympus Italia S.r.l. utilizza solamente parti di ricambio originali. L'utilizzo di ricambi originali e la riparazione delle apparecchiature da parte di personale addestrato sullo strumento specifico, garantisce che le caratteristiche e le specifiche costruttive e di sicurezza siano mantenute, e garantisce gli utilizzatori da eventuali incidenti dovuti ad apparecchiature usurate o fuori specifiche, in conformità alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

3. Danni alle persone ed alla strumentazione

Il presente contratto non include gli interventi che si rendessero necessari a causa di danni dovuti a uso improprio, negligenza o colpa grave, dolo, eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, ecc), così come sono esclusi i danni provocati dall'utilizzo di accessori non forniti da OLYMPUS.

Le parti si danno atto che Olympus Italia S.r.l non sarà tenuta responsabile di alcun danno eventualmente verificatosi in seguito ad interventi tecnici eseguiti sugli strumenti da personale non espressamente autorizzato.

L'esecuzione di interventi tecnici da parte di personale non autorizzato sugli strumenti comporterà l'esclusione della garanzia per il buon mantenimento delle

caratteristiche di funzionalità e sicurezza degli apparecchi, con espressa esclusione di responsabilità per i danni eventualmente derivanti al Cliente e/o a terzi.

L'esecuzione di interventi da parte di personale non autorizzato sugli strumenti integra, altresì, una causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

La risoluzione per inadempimento deve essere comunicata da Olympus Italia S.r.l. al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Olympus Italia S.r.l. si riserva ogni diritto di risarcimento degli eventuali danni, costi e spese.

4. Durata del contratto

La durata del presente contratto è di 24(ventiquattro) mesi dal **01/03/17** al **28/02/19**

5. Validità offerta

La nostra offerta ha una validità di 90 (novanta) giorni dalla data della presente.

6. Apparecchiature inviate per la riparazione

Gli strumenti e/o le apparecchiature oggetto del presente contratto, necessitanti di riparazione dovranno essere resi franco uno dei nostri Centri di Assistenza Tecnica autorizzati - Centro Autorizzato di Zona:

ENDOSCOPY S.R.L.

VIA G. Jannelli, 218

80131 NAPOLI

TEL 081/5467080

Olympus Italia S.r.l. potrà decidere di effettuare un intervento diretto di proprio personale presso il Cliente, nel caso di particolari articoli non facilmente trasportabili (ad esempio: Lavaendoscopi ETD).

Il presente contratto garantisce la riparazione con procedura prioritaria, compatibilmente alle esigenze tecniche di lavorazione.

Olympus Italia S.r.l. si impegna comunque a prestare all'utente, su richiesta, un apparecchio di servizio similare, nel caso eccezionale in cui strumenti comuni richiedessero tempi di riparazione superiori ai 20 (venti) giorni lavorativi.

I costi derivanti dai danni provocati agli strumenti sostitutivi durante il prestito, saranno gestiti con le stesse modalità e condizioni del presente contratto. Lo strumento sostitutivo deve essere restituito ad Olympus Italia S.r.l. entro 2 giorni dal ricevimento dello strumento riparato.

In caso di superamento di tale termine, il prestito gratuito sarà considerato locazione, al costo di € 100 Iva esclusa per ogni giorno di trattenimento.

7. Canone contratto

Per le prestazioni previste dal presente contratto viene stabilito il seguente corrispettivo annuo **netto** a voi riservato:

€ 55.100,00 IVA esclusa

€ 39.00000 IVA esclusa *netto annuo a Voi riservato*

8. I.V.A.

A Vostro carico nella misura prevista dalla legge, non compresa nei prezzi sopra indicati.

9. Pagamento

Il corrispettivo verrà suddiviso e fatturato in rate trimestrali anticipate e ciascuna fattura dovrà essere liquidata a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data della stessa, o con le modalità previste dalla L.136/2010 se applicabile.

Si ribadisce che l'esecuzione con frequenza diversa da quanto indicato al § 1, delle visite di manutenzione preventiva in un contratto Full-Risk non può motivare il mancato pagamento delle fatture alla scadenza, essendo le manutenzioni effettuate anche in occasione degli interventi correttivi. La continuità di servizio è comunque garantita dalla copertura di tutti i possibili guasti, ed è compresa anche l'eventuale fornitura di uno strumento sostitutivo.

10. Scadenza termini di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., le Parti espressamente prevedono che il mancato od il parziale pagamento delle fatture alla scadenza integri una causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

La risoluzione per inadempimento deve essere comunicata da Olympus Italia S.r.l. al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Olympus Italia S.r.l. si riserva ogni diritto di risarcimento degli eventuali danni, costi e spese. Il mancato pagamento del corrispettivo entro la scadenza prevista dal presente contratto provocherà automaticamente l'addebito degli interessi legali.

11. Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia, derivante dall'applicazione o comunque dall'interpretazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Milano.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Società Unipersonale
Un Procuratore
Gianfranco Ghionna

PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le Parti espressamente sottoscrivono le seguenti clausole :

art. 3) Danni alla strumentazione e a Terzi;
art. 10) Scadenza dei termini di pagamento;
art. 11) Controversie.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Società Unipersonale
Un Procuratore

Gianfranco Ghionna

PER ACCETTAZIONE

ALLEGATO N.2 - Contratto Assistenza tecnica N. 149-17118

AZ.OSP.S.ANNA e S.SEBASTIANO - CASERTA

Offerta FRI - validità dal 01/03/2017 al 28.02.2019

CODICE	REPARTO	DESCRIZIONE	MATRICOLA	IMP.ANNO
N2277462	Pneumologia	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OLYMPUS	7009695	1.500,00
N2277252	Pneumologia	CLV-180 FONTE DI LUCE EXERA IIXENON 300	7901358	1.000,00
N2032460	Pneumologia	OEV191H MONITOR MEDICALE 19" OLYMPUS	7923389	600,00
K10000287	Pneumologia	WM-NP1 CARRELLO STANDARD CON TRASFERIMENTO	2908209	300,00
N2117660	Pneumologia	BF-1T180 VIDEOBRONCO EXERA II Sonda 6,5m	2902711	5.200,00
N2117660	Pneumologia	BF-1T180 VIDEOBRONCO EXERA II Sonda 6,5m	2902692	5.200,00
N1383960	Pneumologia	BF-XP160F VIDEOFIBROBRONCOSCOPIO DISTALE	2900674	5.200,00
N2486562	Pneumologia	CLV-260SL FONTE DI LUCE LUCERA SPECTRA	7813767	1.500,00
N2486662	Pneumologia	CV-260SL VIDEOPROCESSORE LUCERA SPECTRA	7824707	1.800,00
N2486662	Pneumologia	CV-260SL VIDEOPROCESSORE LUCERA SPECTRA	7982564	1.800,00
N2549860	Pneumologia	BF-F260 VIDEOBRONCOSCOPIO AUTOFLUORESCENTE	2900418	7.800,00
WD11000A	Pneumologia	ENDOBASE Imaging System Endobase piattaforma	08YW-0281	10.600,00
020275	Pneumologia	BF-PE2 FIBROBRONCOSCOPIO DISTALE 4,9m	2302932	4.100,00
020275	Pneumologia	BF-PE2 FIBROBRONCOSCOPIO DISTALE 4,9m	2303478	4.100,00
N3629630	Pneumologia	MAF-TM VIDEOBRONCOSCOPIO PORTATILE	2050804	4.400,00
				55.100,00
		NETTO annuale		39.000,00
Prezzi IVA esclusa, aliquota IVA a norma di legge a Vostro carico.				

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Un Procuratore
Gianfranco Ghionna

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CNT N° _____ DEL _____

MODELLO: _____ S/N _____

R.T. N°	1 VISITA			
DEL				

1	VERIFICA INTEGRITA' STRUTTURALE	☐	☐	☐
2	CONTROLLO TENUTA IMPERMEABILITA'	☐	☐	☐
3	CONTROLLO ANGOLAZIONE TERMINALE E REGOLAZIONE TIRANTI	☐	☐	☐
4	CONTROLLO VALVOLA CANALE BIOPTICO	☐	☐	☐
5	CONTROLLO INNESTO LAVAGGIO FORZATO	☐	☐	☐
6	CONTROLLO FUNZIONALITA' TASTI DI COMANDO REMOTO	☐	☐	☐
7	CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLA GUAINETTA ESTERNA DEL TRATTO ANGOLABILE	☐	☐	☐
8	CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE UGELLO INSUFFLAZIONE / LAVAGGIO	☐	☐	☐
9	VERIFICA INTEGRITA' LENTINE PORTALUCE E PORTAIMMAGINE	☐	☐	☐
10	VERIFICA FASCIO FIBRE PORTALUCE	☐	☐	☐
11	VERIFICA FUNZIONALE ASTINA ANGLE' (Solo Duodenoscopi)	☐	☐	☐
12	VERIFICA FUNZIONALE ZOOM (Modelli Zoom)	☐	☐	☐
13	CONTROLLO FUNZIONALE FONTE DI LUCE	☐	☐	☐
14	CONTROLLO FUNZIONALE VIDEOPROCESSORE	☐	☐	☐
15	CONTROLLO FUNZIONALE DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE	☐	☐	☐
16	CONTROLLO FINALE DI TUTTE LE FUNZIONI	☐	☐	☐

LAVORO ESEGUITO

CONDIZIONE GENERALE STRUMENTO

DATA _____

FIRMA _____

LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E' PREVISTA NEL 6° MESE DI OGNI ANNO, PREVIO ACCORDO CON I RESPONSABILI DEI REPARTI

Da "pneumologia" <pneumologia@ospedalecasertapec.it>

A "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 9 maggio 2017 - 12:32

Re: apparecchiature endoscopiche Olympus

Da : "Tecnologia Ospedaliera" tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

A : "Pneumologia" pneumologia@ospedalecasertapec.it

Cc :

Data : Wed, 19 Apr 2017 11:21:21 +0200

Oggetto : apparecchiature endoscopiche Olympus

> Egr. Dott. Salzillo,

> con riferimento all'oggetto si chiede di confermare la presenza nel suo reparto del videoprocessore Olympus mod. CV-180 matr. 7009695.

> cordiali saluti

> uoc tecnologia ospedaliera

> In reparto è presente modello Olympus CV-180 SN 7982564 (T001745)

cordiali saluti



PROT.	74 /INT.CONT./AOCE
del:	17/03/2017

Spettabile :

OLYMPUS ITALIA S.r.l. - C. ENDOSCOPY S.r.l.

VIA	C. JANNI 218		
D	NAPOLI		NA
TEL	081/5467680	FAX	081/5467080
E-MAIL 1	endoscopy@it.it		
E-MAIL 2			

Oggetto: Richiesta Di Intervento In Contratto.

Ricambio Per: VIDEOBRONCOSCOPIO

Casa Costruttrice: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

Modello Apparecchiatura: BF 1T180

Inventario:

Matricola: 2902711

Difetto Riscontrato : NON SUPERA TEST DI TENUTA.

UBICAZIONE : U.O.C. PNEUMOLOGIA

URGENTE

Si invita, pertanto, ad intervenire con la massima celerità. Qualora i materiali necessari alla riparazione dovessero essere esclusi dal contratto, dovrà essere inoltrato preventivo di spesa alla UOC Tecnologia Ospedaliera (email: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it) prima di procedere alla sostituzione attendere ordinativo di fornitura. Il rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente consegnato alla UOC Tecnologia Ospedaliera. Codesta Ditta è invitata a prendere visione del codice comportamentale pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedale.caserta.it

Il Direttore
dell'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, Provazione tecnologica e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e Sebastiano" di Caserta

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera

Via Palasciano - 81100 Caserta - P.Iva 02201130610

Tel 0823 -232082-232695

email: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it

Data: 27/03/2017 [09:53:42 CEST]
Da: sic caserta <sic.caserta@hospital-consulting.it>
A: tecnologiaospedaleiera@ospedale.caserta.it
Oggetto: I: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Nuova richiesta di intervento

Spett.le T.O.,
si inoltra r.i. non a ns carico.

Cordiali saluti
Giuseppe Torre
Operatore Amministrativo

Hospital Consulting SpA
S.I.C. c/o Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano"
Via F. Palasciano (Traversa di Via Tescione)
Ed. N (DEA), piano -1, stanza 3 (adiacente reparto Servizio Immuno Trasfusionale)
81100 CASERTA (CE)
Tel. 0823 1680729 - Fax 0823 1683737
C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209
Capitale sociale: € 1.764.000,00 i.v.

-----Messaggio originale-----

Da: assistenza@hospital-consulting.it [mailto:assistenza@hospital-consulting.it]
Inviato: lunedì 27 marzo 2017 08:40
A: sic caserta
Oggetto: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Nuova richiesta di intervento

Ente: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta

Codice Apparecchio: T001755
Reparto: PNEUMOLOGIA
Struttura: Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Ubicazione: Via F. Palasciano 81100 CASERTA
Stanza: C-1 ST. AMB. DI ENDOSCOPIA
Descrizione: VIDEOBRONCOSCOPIO
Costruttore: OLYMPUS OPTICAL CO LTD
Modello: BF 1T180
Inventario:
Matricola: 2902711
Tipo di Proprietà: Acquisto
Centro di Costo: A042401 - PNEUMOLOGIA - DEGENZA ORDINARIA
Note: NON ETICHETTATO, CONTRATTO MANUTENZIONE OLYMPUS

Utente: Franco Perretta

Data della richiesta: 27/03/2017, 8:40:12

Guasto riscontrato:
non supera test di tenuta

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO N°

218652

Chiamata / Scheda N° del		Preventivo N° del		Ordine N° del	
Cliente / Reparto LO. S. SEBASTIANO					
Responsabile del Reparto DOT. SALIZADA				Telefono	
Indirizzo					
Località CASSIA					

SISTEMA TIPO		TIPO INTERVENTO		CONDIZIONI DI FORNITURA	
STRUMENTO	MATRICOLA				
BT 11 180	2902711	01	Installazione	01	Vendita
		02	Collaudo - Corso Cliente	02	Noleggio
		03	Manutenzione Preventiva	03	Conto Servizio
		04	Intervento Urgente	04	Visione Temporanea
		05	Intervento Ripetuto	05	Dimostrazione
		06	Revisione	06	Loaner
		07	Aggiornamento - Modifica	DISCRIMINANTE ECONOMICA	
		08	Diagnosi dei guasti - Incoming	01	Garanzia
		09	Reso non riparato	02	Fuori Garanzia
		10	Disinstallazione	03	Contratto Full Risk
		11	Supporto Vendite - Preinstallazione	04	Contratto Limitato
		12	Corso Tecnico	05	Contratto Manutentivo

DATA INTERVENTO 20/03/2012		DATA INTERVENTO		DATA INTERVENTO		DATA INTERVENTO	
Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore
Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore

MOTIVO INTERVENTO		RICAMBI FORNITI		
Manufatto in via di test LAVORI EFFETTUATI E CONTROLLO PRESTAZIONI SI ATTRAVERSO IL CORSO DI FORMAZIONE STRUMENTO DISPOSITIVO		DESCRIZIONE	Q.TÀ	T.S.C.

Le lavorazioni sono eseguite da personale tecnico addestrato e qualificato, seguendo procedure standard definite dalla casa costruttrice ed utilizzando parti di ricambio originali.

Trasferta 1 2 3 4 5 6 7	Cod. Tec. 003	Firma Tecnico	SANTINNA DI SEBASTIANO U.O. MANUTENZIONE APPARATI DIRETTORE PASQUALE SALIZADA Firma e Timbro per autorizzazione
Data chiusura intervento	Nome Cliente	CLIENTE	



TÜVRheinland®
CERT
Certified Management System according to ISO 9001:2008

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI)
Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.490



PROT.	127	/INT.CONT./AOCE
del:	29/05/2017	

Spettabile :

OLYMPUS ITALIA S.r.l. - C. ENDOSCOPY S.r.l.			
VIA	G.JANNELLI 218		
0	Napoli		NA
TEL	081/5467080	FAX	081/5467080
E-MAIL 1	endoscopy2@tin.it		
E-MAIL 2	0		

Oggetto: Richiesta Di Intervento In Contratto.

Riferimento : BRONCOSCOPIO

Casa Costruttrice: OLYMPUS OPTICAL CO LTD
Modello Apparecchiatura: BF PE2
Etichetta: N100070
Matricola : 2302932
Difetto Riscontrato :NON SUPERA IL TEST DI TENUTA .

UBICAZIONE : U.O.C. PNEUMOLOGIA - DAY HOSPITAL

URGENTE

Referente: FRANCO PERRETTA

Si invita, pertanto, ad intervenire con la massima celerità. Qualora i materiali necessari alla riparazione dovessero essere esclusi dal contratto, dovrà essere inoltrato preventivo di spesa alla UOC Tecnologia Ospedaliera (email: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it) prima di procedere alla sostituzione attendere ordinativo di fornitura. Il rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente consegnato alla UOC Tecnologia Ospedaliera. Codesta Ditta è invitata a prendere visione del codice comportamentale pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedale.caserta.it

Il Direttore
dell'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

V.A.

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e Sebastiano" di Caserta
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
Via Palasciano - 81100 Caserta - P.Iva 02201130610
Tel 0823 -232082-232695
email: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it

Data: 29/05/2017 [09:09:30 CEST]
Da: sic caserta <sic.caserta@hospital-consulting.it>
A: tecnologiaospedale@ospedale.caserta.it
Cc: Maurizio Caputo <Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it>
Oggetto: I: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Nuova richiesta di intervento

Spett.le T.O.,
si inoltra r.i. non a ns carico.

Cordiali saluti
Giuseppe Torre
Operatore Amministrativo

Hospital Consulting SpA
S.I.C. c/o Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano"
Via F. Palasciano (Traversa di Via Tescione)
Ed. N (DEA), piano -1, stanza 3 (adiacente reparto Servizio Immuno Trasfusionale)
81100 CASERTA (CE)
Tel. 0823 1680729 - Fax 0823 1683737
C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209
Capitale sociale: € 1.764.000,00 i.v.

-----Messaggio originale-----

Da: assistenza@hospital-consulting.it [mailto:assistenza@hospital-consulting.it]
Inviato: lunedì 29 maggio 2017 09:02
A: sic caserta
Oggetto: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Nuova richiesta di intervento

Ente: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta

Codice Apparecchio: N100070
Reparto: PNEUMOLOGIA
Struttura: Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Ubicazione: Via F. Palasciano 81100 CASERTA
Stanza: C -01 ST. ENDOSCOPIA
Descrizione: BRONCOSCOPIO
Costruttore: OLYMPUS OPTICAL CO LTD
Modello: BF PE2
Inventario:
Matricola: 2302932
Tipo di Proprietà: Noleggio
Centro di Costo: A042402 - PNEUMOLOGIA- DAY HOSPITAL
Note:

Utente: Franco Perretta

Data della richiesta: 29/05/2017, 9:01:46

Guasto riscontrato:
non supera il test di tenuta
=====

127

OLYMPUS**RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO N°****220643**

Chiamata / Scheda N° del		Preventivo N° del		Ordine N° del	
Cliente / Reparto AZIENDA OSP. "S. SEBASTIANO"					
Responsabile del Reparto DR SALZILLO				Telefono	
Indirizzo					
Località CASERTA					

SISTEMA TIPO		TIPO INTERVENTO		CONDIZIONI DI FORNITURA	
STRUMENTO	MATRICOLA	01	Installazione	01	Vendita
BF-PEZ	2302932	02	Collaudo - Corso Cliente	02	Noleggio
		03	Manutenzione Preventiva	03	Conto Servizio
		☒ 04	Intervento Urgente	04	Visione Temporanea
		05	Intervento Ripetuto	05	Dimostrazione
		06	Revisione	06	Loaner
		DISCRIMINANTE ECONOMICA			
		07	Aggiornamento - Modifica	01	Garanzia
		08	Diagnosi dei guasti - Incoming	02	Fuori Garanzia
		09	Reso non riparato	03	Contratto Full Risk
		10	Disinstallazione	04	Contratto Limitato
		11	Supporto Vendite - Preinstallazione	05	Contratto Manutentivo
		12	Corso Tecnico		

DATA INTERVENTO 6-6-12		DATA INTERVENTO		DATA INTERVENTO		DATA INTERVENTO	
Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore
Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore	Dalle ore	alle ore

MOTIVO INTERVENTO		RICAMBI FORNITI		
PERDITA DI TENUTA - TRATO SCHIACCIATO IN PIÙ PUNTI		DESCRIZIONE		
LAVORI EFFETTUATI E CONTROLLO PRESTAZIONI BUTTO IN CONTO RIPARAZIONE STRUMENTO DISINFETTATO				
Le lavorazioni sono eseguite da personale tecnico addestrato e qualificato, seguendo procedure standard definite dalla casa costruttrice ed utilizzando parti di ricambio originali.				


Trasferta 1 2 3 4 5 6 7		Cod. Tec. 006	Firma Tecnico [Firma]
Data chiusura intervento		Nome Cliente	Firma e Timbro per autorizzazione [Firma]

CLIENTE



TÜVRheinland®
CERT
 Certified Management System
 according to ISO 9001:2000

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale
 Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
 Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI)
 Tel. +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.490



PROT.	172	/INT.CONT./AOCE
del:	13/07/2017	

Spettabile :

OLYMPUS ITALIA S.r.l. - C. ENDOSCOPY S.r.l.			
VIA	G.JANNELLI 218		
0	Napoli		NA
TEL	081/5467080	FAX	081/5467080
E-MAIL 1	endoscopy2@tin.it		
E-MAIL 2	0		

Oggetto: Richiesta Di Intervento Nelle More del Contratto.

Riferimento : VIDEOBRONCOSCOPIO

Casa Costruttrice: OLYMPUS OPTICAL CO LTD
Modello Apparecchiatura: BF 1T180
Inventario:
Matricola: 2902711
Difetto Riscontrato : NON SUPERA TEST DI TENUTA.

UBICAZIONE : U.O.C. PNEUMOLOGIA

URGENTE

Si invita, pertanto, ad intervenire con la massima celerità. Qualora i materiali necessari alla riparazione dovessero essere esclusi dal contratto, dovrà essere inoltrato preventivo di spesa alla UOC Tecnologia Ospedaliera (email: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it) prima di procedere alla sostituzione attendere ordinativo di fornitura. Il rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente consegnato alla UOC Tecnologia Ospedaliera. Codesta Ditta è invitata a prendere visione del codice comportamentale pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedale.caserta.it

Il Direttore
dell'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

V.A.

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e Sebastiano" di Caserta
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
Via Palasciano - 81100 Caserta - P.Iva 02201130610
Tel 0823 -232082-232695
email: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it

Data: 13/07/2017 [11:21:26 CEST]
Da: sic caserta <sic.caserta@hospital-consulting.it>
A: tecnologiaospedale@ospedale.caserta.it
Cc: Maurizio Caputo <Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it>
Oggetto: I: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Nuova richiesta di intervento

Spett.le T.O.,

si inoltra r.i. non a ns carico.

Cordiali saluti
Giuseppe Torre
Operatore Amministrativo

Hospital Consulting SpA
S.I.C. c/o Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano"
Via F. Palasciano (Traversa di Via Tescione)
Ed. N (DEA), piano -1, stanza 3 (adiacente reparto Servizio Immuno Trasfusionale)
81100 CASERTA (CE)
Tel. 0823 1680729 - Fax 0823 1683737
C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209
Capitale sociale: € 1.764.000,00 i.v.

-----Messaggio originale-----

Da: assistenza@hospital-consulting.it [mailto:assistenza@hospital-consulting.it]
Inviato: giovedì 13 luglio 2017 11:13
A: sic caserta
Oggetto: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta - Nuova richiesta di intervento

Ente: A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta

Codice Apparecchio: T001755
Reparto: PNEUMOLOGIA
Struttura: Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Ubicazione: Via F. Palasciano 81100 CASERTA
Stanza: C-1 ST. AMB. DI ENDOSCOPIA
Descrizione: VIDEOBRONCOSCOPIO
Costruttore: OLYMPUS OPTICAL CO LTD
Modello: BF 1T180
Inventario:
Matricola: 2902711
Tipo di Proprietà: Acquisto
Centro di Costo: A042401 - PNEUMOLOGIA - DEGENZA ORDINARIA
Note: NON ETICHETTATO, CONTRATTO MANUTENZIONE OLYMPUS

Utente: Franco Perretta

Data della richiesta: 13/07/2017, 11:13:27

Guasto riscontrato:
prodotto già ritirato; non supera il test di tenuta
=====

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	96	25					34 312,50	Manutenzioni ordinarie attrezzature CONTRATTO FULL-RISK OLYMPUS APP. DELLA PNEUMOLOGIA U.O.C. Tecnologia Ospedaliera Responsabile: ING. VITTORIO E.ROMALLO

Conto: 50303010101 - MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
34 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 312,50

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
34 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 312,50



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 50303010101

Descrizione: MANUTENZIONE ORD. APPAR. SANITARIE CONTRATTI

Presente Autorizzazione: €45.750,00 n° 96 SUB 25

Caserta, li 31/08/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 622 del 04/09/2017

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK APPARECCHIATURE OLYMPUS IN
DOTAZIONE ALLA PNEUMOLOGIA-CIG [Z871F967BF]**

In pubblicazione dal 04/09/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta