



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 633 del 11/09/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per Versapoint II da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia di questa AORN. CIG Z9C1FD0320.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per Versapoint II da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia di questa AORN. CIG Z9C1FD0320.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia di questa A.O.R.N. di Caserta, con nota del 19.05.2017, richiedeva il rinnovo del parco apparecchiature e l'acquisto di materiale di consumo per isteroscopia compatibile con il generatore bipolare Versapoint in dotazione (All.1);
- in relazione al rinnovo del parco apparecchiature è stata attivata la relativa procedura autorizzativa all'interno di questa AORN e l'acquisizione delle caratteristiche tecniche da parte della UOC Tecnologie Ospedaliere;
- al fine di evitare sospensioni assistenziali per pazienti, peraltro, già in lista di attesa, questa UOC Provveditorato ed Economato, ha ritenuto opportuno procedere, in attesa di disposizioni operative della Direzione relative all'apparecchiatura, per il quantitativo di materiale di consumo minimo necessario ed indispensabile riducendo il fabbisogno indicato dal Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia;
- pertanto, è stata inviata richiesta di preventivo alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. esclusivista della rivendita dei prodotti di interesse, giusta nota inviata a mezzo pec Prot.17184/u del 5.09.2017 (All.2);
- in data 6.09.2017 la Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A, ha fatto pervenire propria migliore offerta come meglio rappresentato nel prospetto riepilogativo di seguito riportato per il fabbisogno ridotto:

Prodotto	Codice	conf.	costo a conf	importo
camice isteroscopiche monouso atraumatiche	GMS805	2 conf x 5 pz	€. 500,00	€.1.000,00
elettrodo bipolare twizzle ad ansa intrecciata;	00467	6 conf. X 5 pz	€.2.050,00	€.12.300,00
elettrodo bipolare spring	00468	3 conf. X5 pz	€.2.050,00	€. 6.150,00
elettrodi bipolare mod. loop 2,5mm	01985	3 conf.x5 pz	€.2.050,00	€. 6.150,00
elettrodi bipolare mod. loop 4mm	01942	2 conf.x 5 pz	€.2.050,00	€. 4.100,00
Totale fornitura				€.29.700,00
Totale fornitura IVA compresa				€.36.234,00

Considerato che

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- l'offerta presentata dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A risulta conforme a quanto richiesto;
- l'importo finale di affidamento della fornitura risulta pari ad €29.700,00 oltre IVA al 22%;

Attestata

la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze dell'esperimento della procedura negoziata e, per l'effetto, di affidare la fornitura di materiale di consumo per isteroscopia compatibile con il generatore bipolare Versapoint II, nei quantitativi ridotti sopra riportati ed ai prezzi specificati nel prospetto di cui alle premesse e dell'offerta economica n.1704107 del 6.09.2017, trasmessa in pari data a mezzo Pec, in allegato a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, presentata dalla Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A con sede in Pomezia (ROMA) alla Via del Mare 56, (All.3);
2. di imputare la spesa complessiva di €36.234,00 iva inclusa, sulla corrispondente autorizzazione n.53 conto economico 501010701 del corrente bilancio, come da scheda contabile (all.4);
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt.92 e 100 del D.lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, ai Direttori UOC Gestione Economico Finanziaria e Farmacia;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
dr.ssa Marisa Di Sano



Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano Caserta

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia

Direttore: Prof. Luigi Cobellis

Al Direttore di Dipartimento Materno Infantile

Dott. Pasquale Femiano

Al Servizio FARMACIA

Dott.ssa Dello Stritto

Alla Direzione Sanitaria

Dott. Liberatore

All' UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa di Sano

Oggetto: richiesta rinnovo fornitura materiale di consumo per isteroscopia compatibile con la piattaforma VERSAPOINT già in possesso dell'UOC di Ginecologia e Ostetricia

Con la presente si richiede l'acquisto urgente delle camicie VERSASCOPE e degli elettrodi VERSAPOINT, gli unici compatibili con il generatore bipolare VERSAPOINT II in nostra dotazione acquisito con delibera n° 409 del 19/06/2012, nonché la sostituzione per aggiornamento tecnologico della vecchia apparecchiatura VERSAPOINT I sita presso le nostre sale operatorie di day surgery.

INDICAZIONI DI NATURA DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA E DI RISULTATO

Gli elettrodi Versapoint sono indicati per il trattamento terapeutico di varie patologie intrauterine benigne, come miomi, polipi, aderenze, setti e sanguinamenti uterini anomali per mezzo di ablazione endometriale. L'utilizzo di tale sistema VERSAPOINT da diversi anni ha permesso alla nostra équipe di

sviluppare una elevata competenza nel trattamento di tali patologie rendendoci centro di riferimento territoriale, per tutta l'ASL Caserta.

Tali dispositivi sono indispensabili al fine di garantire la maggiore sicurezza possibile sia alla **paziente che all'operatore**. Essi, infatti, offrono il vantaggio di consentire, per gli interventi intrauterini, la **dilatazione uterina con la soluzione** fisiologica, limitando al minimo i rischi dell'intravasazione e dell'iponatremia. Inoltre l'energia bipolare è molto più sicura e controllabile, con effetti necrotici ridotti al minimo rispetto all'energia monopolare, che infatti risulta molto più imprevedibile ed a rischio di lesioni accidentali.

La soluzione salina consente di agire in condizioni di massima sicurezza, in quanto evita sbilanciamenti elettrolitici (iponatremia) e problemi vagali derivanti dal passaggio energetico attraverso la paziente; l'energia elettrochirurgica bipolare, infatti, oltre a causare effetti sul tessuto controllati e prevedibili, segue il percorso di minor resistenza, che è il mezzo di distensione salino, per arrivare all'elettrodo di ritorno e da lì fino al generatore bipolare. La soluzione salina, inoltre, riduce in misura rilevante i rischi derivanti dall'intravasazione, di gran lunga più elevati quando si usano soluzioni non-isonatremiche, quali sorbitolo e glicina.

Innumerevoli sono le caratteristiche che a nostro parere rendono tali prodotti infungibili e che rappresentano da un lato benefici per la paziente (maggiori condizioni di sicurezza, eliminazione del rischio di bruciature accidentali da **malposizionamento** dell'elettrodo monopolare di ritorno, minor danno tissutale dovuto all'elettrochirurgia, tempi più rapidi di intervento e minor stress psico-fisico), e per questa struttura (procedura più facile e più sicura, riduzione dei tempi operativi e conseguente risparmio economico, immagine convincente di prestazione altamente qualitativa e di avanguardia tecnologica, ottimo rapporto DRG costo procedura/remunerazione).

Gli elettrodi bipolari monouso VERSAPOINT hanno carattere di esclusività in quanto gli **unici compatibili** con il generatore VERSAPOINT I in nostro possesso acquisito con la delibera num. 409 del 19/06/2012 del Direttore Generale e in quanto nel repertorio nazionale non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali. Gli elettrodi Versapoint infatti, in quanto monouso, garantiscono sempre una elevata efficienza in termini di erogazione dell'energia assicurando ad ogni prestazione una elevata performance. La tecnologia Versapulse inoltre (fornita dal nuovo sistema VERSAPOINT II) permette un più efficiente controllo dell'energia erogata; il generatore è infatti dotato di un software che, attraverso un algoritmo matematico, è in grado di leggere l'impedenza del tessuto e quindi calibrare l'energia in uscita.

L'isteroscopia Gynecare Versascope, è a nostro parere **infungibile** sia per ragioni di natura **diagnostico-terapeutica** che di risultato in quanto totalmente atraumatico (diametro in fase di introduzione intrauterina mm 3,5), soddisfacendo in tal modo le nostre esigenze; esso infatti permette di condurre una isteroscopia diagnostica in assenza di narcosi anche in colli stenotici e, in quanto monouso, è particolarmente indicato per talune selezionate pazienti affette da patologie quali HIV, HCV, HBV. Inoltre i prodotti con caratteristiche tecniche differenti ma di equivalenti requisiti funzionali sono incompatibili con la strumentazione in nostro possesso.

Si evidenziano i notevoli benefici che apporterebbe l'avvalersi dell'apparecchiatura di cui sopra. Risulta evidente, infatti, il vantaggio di utilizzare, per le isteroscopie diagnostiche ed operative, un isteroscopia totalmente atraumatico, che non prevede la dilatazione del collo dell'utero per il suo posizionamento. I benefici, pertanto, sono individuabili sia in termini di comfort per la paziente, che non avverte dolore o fastidio e quindi minor stress psico-fisico, sia per questa struttura, in quanto l'operatore può agire in

condizioni di estrema sicurezza ed atraumaticità, rendendo un'immagine convincente di prestazione altamente qualitativa e di avanguardia tecnologica.

RINNOVO PARZIALE O AMPLIAMENTO DI FORNITURE ESISTENTI

Lo scrivente richiede quindi rinnovo e ampliamento della delibera 48 del 10 febbraio 2015 per l'approvvigionamento di materiale di isteroscopia per l'UOC di Ginecologia e Ostetricia espressamente nelle seguenti quantità.

Materiale di consumo monouso

- N° 100 elettrodi bipolari twizzle ad ansa intrecciata VERSAPOINT cod. **00467**
- N° 50 elettrodi bipolari loop 2,5mm VERSAPOINT cod. **01985**
- N° 50 elettrodi bipolari loop 4mm VERSAPOINT cod. **01942** (compatibili solo con il sistema VERSAPOINT II)
- N° 30 elettrodi bipolari spring VERSAPOINT cod. **00468**
- N° 20 camicie isteroscopiche atraumatiche monouso VERSASCOPE cod. **GMS805**

Generatore Versapoint II

- N° 1 generatore Bipolare VERSAPOINT II cod. **00465**
- N° 1 comando a pedale per generatore bipolare VERSAPOINT II cod. **00464**
- N° 4° manipoli per elettrodi bipolari VERSAPOINT II cod. **00463**

Resettore ed ottiche poliuso

- N° 1 ottica 30 ° per resettore cod. **01936**
- N° 1 resettore completo Versapoint così composto: impugnatura (cod. 01931), camicia operativa (cod. 01939), otturatore (cod. 01934), ponte (cod. 01735)
- N° 2 ottiche alphascope cod. **GMS40A**

Si evidenzia che il drg, relativo alle procedure interventistiche, risulta particolarmente remunerativo per questa struttura e per questa Azienda.

3) Note

Si evidenzia che già a Giugno 2016 fu inoltrata richiesta di acquisto per la fornitura del materiale monouso e per la sostituzione del Generatore VERSAPOINT I di vecchia generazione sito presso le nostre sale operatorie in day surgery.

I vantaggi per questa A.S.L. nell'acquisizione del Versapoint II sono i seguenti:

- nessuna spesa aggiuntiva per l'acquisizione dell'apparecchiatura in caso di acquisizione,
- apparecchiatura di ultima generazione che migliora le performance e l'outcome clinico, maggiore sicurezza per l'operatore ed i pazienti grazie alla ottimizzazione ed alla riduzione dell'erogazione dell'energia,
- garanzia di due anni che coprirebbe l'aspetto della manutenzione ed eviterebbe riparazioni costose per una apparecchiatura del 2007.

Si ripropone programmazione annuale delle esigenze, al fine di evitare i grandi disagi, in termini di organizzazione e di erogazione della prestazione, dovuti al ritardo nelle forniture.

Si evidenzia l'importanza di istruire la pratica di approvvigionamento nel più breve tempo possibile, in relazione al significativo risparmio di spesa ottenibile.

Alla presente si allega, come da regolamento, ALLEGATO A (dichiarazione di infungibilità), ALLEGATO B (per la richiesta del bene durevole generatore bipolare versapoint II e accessori) e ALLEGATO C per i relativi prodotti di consumo dedicati (elettrodi bipolari Versapoint e camicie isteroscopiche monouso).

Segnalando la rilevante urgenza di disporre nel più breve tempo possibile degli articoli richiesti, al fine di non interrompere l'attività assistenziale, ed in attesa di provvedimenti in merito, si inviano distinti saluti.

Caserta 17.5.2017

Distinti Saluti

Prof Luigi Cobellis

Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia

U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia
direttore Prof. Luigi Cobellis

Allegato A

RICHIESTA D'ACQUISTO DI FARMACI INFUNGIBILI e/o ESCLUSIVI

Unità operativa richiedente: UOC Ginecologia e Ostetricia

Farmaco: _____

Indicazioni terapeutiche per specifica patologia e/o casi clinici: _____

Dettagliata analisi di budget impact comprovante il miglioramento delle performance delle attività grazie all'acquisizione del farmaco infungibile e/o esclusivo: _____

Previsione dei consumi per anno: _____

Farmaco già in uso in altre Unità Operative: ☒ SI ☐ NO
(dato da inserire a cura UOC Farmacia)

Codice: _____

Produttore: _____

Società distributrici: _____

Costo preventivato per l'acquisto: _____

Assenza di conflitti d'interesse: ☐ SI ☒ NO

DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti consapevoli delle conseguenti responsabilità di natura disciplinare e deontologica, amministrativo-contabile per danno erariale e penale, dichiarano che per le indicazioni cliniche sopra specificate, secondo la farmacopea ufficiale, non sono disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti da trattare.

Data 13/11/17 Il Direttore dell'Unità Operativa richiedente _____

PARERE del Direttore del Dipartimento:

- ☒ Favorevole con restrizione d'impiego
☐ Favorevole subordinato alla definizione di schede di monitoraggio e/o raccomandazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle strumentazioni proposte
☐ Sospensione del parere con richiesta di approfondimenti e/o ulteriore documentazione
☐ Contrario (motivare): _____

Data 13/5/17

ADM
"Sant'Anna e San Sebastiano" Caserta
Dipartimento Materno Infantile
IL Direttore

PARERE direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera: ☐ Favorevole ☒ Contrario

Data _____

Firma _____

Autorizzazione del DIRETTORE SANITARIO aziendale

Data _____

Firma _____

RICHIESTA D'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE SANITARIE E STRUMENTAZIONI DA UN PRODUTTORE/FORNITORE PREDETERMINATO (INFUNGIBILI e/o ESCLUSIVI)

Unità operativa richiedente: U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Tipologia apparecchiatura e accessori: VERSAPoint-1/00464/00463/

Esigenze che consigliano l'acquisto:

1. Ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostico - terapeutica e di risultato, vale a dire che non esistono sul mercato altre apparecchiature in grado di assolvere alle medesime funzioni diagnostiche e/o terapeutiche.

VEDI RICHIESTA ALLEGATA

2. Rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti nel caso altre apparecchiature simili comportino incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate per l'impiego di apparecchiature differenti.

AMPLIAMENTO E RINNOVO DELLA DELIBERA N. 48 10/02/15

Prodotti di consumo dedicati ☒ SÌ ☐ NO

Previsione dei consumi per anno per eventuali prodotti dedicati: 250 pz

Ditta produttrice: ETHICON WOMEN'S HEALTH & OBSTETRICS

Società distributrice: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

Costo preventivato per l'acquisto: 100.000 + IVA

Esigenze di formazione del personale: ☐ SÌ ☒ NO

DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA'

I sottoscritti consapevoli delle conseguenti responsabilità di natura disciplinare e deontologica, amministrativo-contabile per danno erariale e penale, dichiarano che per le indicazioni sopra specificate non sono disponibili alternative tecniche con altre apparecchiature e strumentazioni medicali equivalenti.

Data 23/6/17 il Direttore dell'Unità Operativa richiedente

U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia
direttore Prof. Luigi Cobellis

PARERE del Direttore del Dipartimento:

- ☒ Favorevole con restrizione d'impiego
- ☐ Favorevole subordinato alla definizione di schede di monitoraggio e/o raccomandazioni per il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle strumentazioni proposte
- ☐ Sospensione del parere con richiesta di approfondimenti e/o ulteriore documentazione
- ☐ CONTRARIO (motivare):

AORN

"Sant'Anna e San Sebastiano" Caserta

Dipartimento Materno - Infantile

Il Direttore

prof. PASQUALE FEMIANO

Data

18/5/17

Firma

PARERE direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera:

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Data

Firma

Autorizzazione del DIRETTORE SANITARIO aziendale

Data

Firma

Approvato con deliberazione n. ____ del ____

All 2



Via del Mare, 56
00040 POMEZIA (RM)

Pec: johnsonejohnsonmedical@postecert.it

Si invita codesta società a voler formulare la migliore offerta sui prezzi di listino, per la fornitura di materiale di consumo per il Generatore Versapoint :

Prodotto	Codice	conf.	costo unitario	costo conf.
camice isteroscopiche monouso atraumatiche	GMS805			
elettrodo bipolare twizzle ad ansa intrecciata;	00467			
elettrodo bipolare spring	00468			
elettrodi bipolare mod. loop 2,5mm	01985			
elettrodi bipolare mod. loop 4mm	01942			

L'offerta dovrà pervenire alla scrivente entro il termine perentorio delle ore **12.00** del giorno **07.09.2017** a mezzo Pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it.
La presente non costituisce impegno all'acquisto.

Dott.ssa Marisa Di Sano

20 1/2

All. 3

Provveditorato AORN Caserta

Da: <johnsonejohnsonmedical@postecert.it>
Data: mercoledì 6 settembre 2017 14:32
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: 1704107.pdf
Oggetto: richiesta preventivo materiale di consumo Versapoint

Gentile Cliente,
In allegato l'offerta economica per prodotti johnson & johnson medical.
Cordiali saluti

Elisabetta Alunno Mancini
Tenders & Contracts office
Johnson & Johnson Medical SpA
Via del Mare 56
Pratica di Mare - Pomezia (RM) Italy
T | +39 06 91194599
F | +39 06 91194270
E | cservice@its.jnj.com
W | www.jnjmedical.it

07-9-17
S. F. - 22 Lucchini
JL

07/09/2017



Johnson & Johnson
MEDICAL S.P.A.



Spettabile
AZ. OSP. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 - CASERTA CE

Pratica di Mare, 06/09/2017
Offerta n. 1704107 (Citare nelle comunicazioni)

OGGETTO: OFFERTA PER PRODOTTI DELLA DIVISIONE GYNECARE

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** con sede legale in Pratica di Mare - Via del Mare, 56 - 00040 Pomezia (RM)- N. Iscrizione Registro A.E.E. IT08020000000224, N. Iscrizione Registro Pile IT09060P00000270, formula la propria migliore offerta come di seguito indicato:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Prezzo unitario offerto	Prezzo offerto a confezione	IVA Prodotto %	Confezione di Vendita	Cnd	Nid
GMS805	VERSASCOPE Camicia operativa monouso diametro 3,5 mm.	€ 100,00	€ 500,00	22	5 pezzi sterili 1.000,00	Z12020 785	24145
00467	VERSAPOINT Elettrodo bipolare "Twizzle" da 5 Fr. (1,6 mm). Monouso. Sterile.	€ 410,00	€ 2.050,00	22	Scatola da 5 pezzi 12.300,00	K02010 10302	1527203
01985	VERSAPOINT Elettrodo bipolare monouso da 24 Fr. modello "Loop" Sterile.	€ 410,00	€ 2.050,00	22	3) 5 pezzi sterili 6.150,00	K02010 10302	1527198
01942	VERSAPOINT II Elettrodo loop di 4.00 mm. Permette la rimozione dell'endometrio uterino e/o l'asportazione di neoformazioni benigne intrauterine (polipi, miomi, setti)	€ 410,00	€ 2.050,00	22	3 CONFEZIONE DA 5 PEZZI 6.450,00	K02010 10302	388896
00468	VERSAPOINT - Elettrodo -spring-	€ 410,00	€ 2.050,00	22	2 Scatola da 5 pezzi 4.100,00	K02010 10302	1527204

Inoltre per il periodo **06/09/2017 – 31/12/2017**

A fronte di un ordine minimo di **euro 10.000,00**, in un' unica soluzione, effettuato con l'acquisto dei prodotti oggetto della fornitura entro e non oltre il 31/12/2017, forniremo in sconto merce **n. 1** pezzo del codice **gms40a** (VERSASCOPE Ottica Alphascope poliuso da 1,9 mm)

L' offerta è da intendersi ripetibile per un numero massimo di n. 2 ottiche in sconto merce.

CONDIZIONI GENERALI

Validità offerta: 31/12/2018

Imballo e trasporto: a nostro carico

Consegna: franco destinatario

Quantità minima fatturabile: confezione di vendita

Tempi di consegna: min 7 max 15 giorni dalla data di ricezione dell'ordine fatta salva la disponibilità della merce

Termini di pagamento: 60 gg data Ft

I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA.

AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO POSSIBILE DISALLINEAMENTI NELLA FASE DI INSERIMENTO ED EVASIONE ORDINE, VI PREGHIAMO DI VOLER EMETTERE GLI ORDINI PER QUANTITATIVI ESPRESSI IN CONFEZIONI.

La **Johnson & Johnson Medical S.p.A.** dichiara inoltre quanto segue:

- Capitale Sociale 6.000.000,00 Euro interamente versato;
- Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 08082461008;
- Agenzia delle Entrate:
 - Regione – ufficio tributi - Direzione Regionale del Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti Via G. Capranesi n. 60 – 00155 Roma;
- Codice Attività: 46.46.30
- Conto corrente dedicato: Intesa Sanpaolo SpA – Agenzia Comit di Pomezia (RM) - Via del Mare 7
 - CIN: J
 - ABI: 03069
 - CAB: 22005
 - C/C: 019234350163
 - IBAN: IT 77J 0306922005019234350163
 - BBAN: J 03069 22005 019234350163

Per i prodotti oggetto della presente offerta potrete rivolgerVi a:

REFERENTE PRATICA, Elisabetta Alunno Mancini -TEL. +39 06 91194067 - EMAIL ecalunno@its.jnj.com

UFFICIO GARE E CONTRATTI per richieste di preventivi e/o qualsiasi necessità inerente la partecipazione a gare Tel.

06/91194400 - Fax 06/91194270 – e-mail ufficiogare@its.jnj.com

SERVIZIO CLIENTI per inoltro ed evasione ordini o per consegne Tel. 06/91194500 - Fax 06/91194505 – e-mail:

ordini@its.jnj.com - e-mail cservice@its.jnj.com

PEC: johnsonejohnsonmedical@postecert.it

Distinti saluti.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Un procuratore speciale

**ANNA
VALOROSO**

Digitally signed by ANNA VALOROSO
DN: c=US, o=JNJ, ou=Subscribers,
cn=ANNA VALOROSO,
0.9.2342.19200300.100.1.1=41687081
Reason: I agree to the terms defined by
the placement of my signature on this
document.
Date: 2017.09.06 13:42:07 +02'00'

Tutte le informazioni fornite da Johnson & Johnson Medical S.p.A. nel contesto della propria offerta, come informazioni sui prezzi, sulla qualità, sugli aspetti tecnici, sulle caratteristiche funzionali, cliniche e ambientali o sull'incidenza dei costi dei prodotti Johnson & Johnson Medical S.p.A. sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di Johnson & Johnson Medical S.p.A. Tali informazioni confidenziali potranno essere da Voi utilizzate allo scopo di valutare l'offerta di Johnson & Johnson Medical S.p.A. e nell'ambito dell'eventuale utilizzo dei prodotti commercializzati dalla scrivente. Non potranno essere rivelate a terzi né divulgate senza il preventivo consenso di Johnson & Johnson Medical S.p.A..

All. 4

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	53	112					36 234,00	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A)d.IGS.N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VERSAPPOINT II DA DESTINARE ALLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DI QUESTA AORN- CIG Z9C1FD0320

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
36 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 234,00



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 501010701

Descrizione: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Presente Autorizzazione: €36.234,00 n° 53 SUB

Caserta, li 11/09/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 633 del 11/09/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs.n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale di consumo per Versapoint II da destinare alla UOC Ostetricia e Ginecologia di questa AORN. CIG Z9C1FD0320.

In pubblicazione dal 11/09/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta