



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 817 del 27/11/2017

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

OGGETTO: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICO MEDICALI E STRUMENTARIO CHIRURGICO_14

Oggetto: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICITÀ MEDICALI E STRUMENTARIO CHIRURGICO_14

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che:

- con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, alla convenzione Consip denominata "SIGAE 3";
- con deliberazioni della Commissione Straordinaria n°131 del 18/03/2016 e n°360 del 30/06/2016, nelle more della definizione di nuova gara So.Re.Sa. S.p.A. e al fine di evitare soluzioni di continuità nelle forniture di beni e servizi, è stato disposto, tra l'altro, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto *de quo*, per il tempo strettamente necessario a consentire il compimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata dell'aggiudicazione di detto Servizio, con decorrenza dalla data di scadenza;
- per ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n°90 del 28/07/2017, immediatamente eseguibile, al fine di evitare disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie di questa AORN, necessarie per garantire il mantenimento dei L.E.A., è stata disposto, tra l'altro la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto *de quo* sino al 31/12/2017 in quanto So.Re.Sa. S.p.A.;
- in presenza di:
 - richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto beni non ricompresi nella predetta convenzione;
 - interventi per ripristino di apparecchiature, a seguito di malfunzionamenti imputabili a danneggiamento ovvero a cause c.d. "accidentali", interventi espressamente esclusi dalla convenzione in parola;

a seguito di approfondita istruttoria, questa unità operativa ha provveduto all'attivazione di singole procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.

Preso atto che:

- i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;
- non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente,

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su parti meccaniche di attrezzature sanitarie, sonde ecografiche, etc), risulta possibile solo previo completo disassemblaggio del bene;

- detta circostanza comporta, tuttavia, l'impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli operatori economici interpellati (il disassemblaggio dell'apparecchiatura ne comporta, inevitabilmente, l'alterazione delle "condizioni iniziali", potendo costituire, contemporaneamente, una condizione di vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), nei casi di cui sopra trova applicazione di dover procedere, pertanto, secondo i dettami del D. Lgs. 50/2016 e delle modifiche introdotte dal [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#) (cosiddetto "decreto correttivo"), il quale all'art. 36, comma 2, lettera a) recita: le stazioni appaltanti procedono "*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*", e, pertanto, si fa ricorso al produttore del bene, ovvero a società qualificata specializzata nello specifico settore.

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed il relativo esito.

1. U.O.C. T.I.N. - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

- 1.1.** Con mail del 25/08/2017, in atti giacente, la società Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria del Global Service della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, intervenuta per la riparazione, ha manifestato l'esigenza di riparare n°1 incubatrice neonatale da trasporto, della HILL ROM/AIR SHIELDS INC, modello TI 500 GLOBETROTTER, codice apparecchio T003747, matricola HF10676, apparecchiatura in regime di garanzia Draeger, in dotazione al reparto in parola, per mancata ricarica delle batterie;
- 1.2.** al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento alla società Draeger Medical Italia S.p.A., rif. progr. prot. 190/INT.GAR./AOCE del 25/08/2017, in atti giacente;
- 1.3.** a seguito di sopralluogo effettuato, è stato trasmesso, dalla società Draeger Medical Italia S.p.A., il rapporto tecnico n°1064232 del 04/09/2017, in atti giacente, da cui risulta che bisogna sostituire n°2 batterie;
- 1.4.** successivamente, con mail del 27/09/2017, in atti giacente, la suddetta società Draeger Medical Italia S.p.A. ha trasmesso il preventivo di spesa, prot. n° 506 del 06/09/2017, per la sostituzione di

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

n.2 batterie, controllo generale e prove funzionali, ad un prezzo complessivo, pari ad € 477,00, oltre i.v.a.;

1.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta presentata dalla società Draeger Medical Italia S.p.A., rif. prot. n° 506 del 06/09/2017, per un importo totale di € 581,94, i.v.a. 22% compresa.

2. U.O.C. T.I.N. - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

2.1. Con mail del 06/09/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per la riparazione, ha manifestato l'esigenza di acquistare il circuito paziente per il ventilatore polmonare neonatale, della STEPHAN F GMBH, modello REANIMATOR F120, codice apparecchio T003748, matricola S0151500747, in dotazione al reparto in parola;

2.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo alla società Draeger Medical Italia S.p.A., rif. progr. prot. 199/PREV.MAT./AOCE del 06/09/2017, in atti giacente;

2.3. con mail del 04/10/2017, in atti giacente, la società Draeger Medical Italia S.p.A. ha trasmesso l'offerta n° C 1750/2017 del 28/09/2017, per un prezzo complessivo, pari ad € 3.222,54, oltre i.v.a.;

2.4. con mail del 04/10/2017, in atti giacente, la scrivente unità operativa ha chiesto l'applicazione di uno sconto pari al 15%;

2.5. la società Draeger Medical Italia S.p.A., con mail del 05/10/2017, ha dichiarato la propria disponibilità a praticare lo sconto richiesto del 15% sull'offerta innanzi citata, n. C 1750/2017 del 28/09/2017, per un prezzo complessivo, scontato, pari ad € 2.739,16, oltre i.v.a. 22%;

2.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta presentata dalla società Draeger Medical Italia S.p.A., rif. prot. n° C 1750/2017 del 28/09/2017, scontato del 15%, giusta mail del 05/10/2017, per un totale complessivo pari ad € 3.341,77, i.v.a. compresa.

3. U.O.C. OSTERICIA E GINECOLOGIA

3.1. In data 03/10/2017, la u.o.c. in parola ha consegnato, *brevi manu*, alla scrivente u.o.c. lo strumentario di seguito indicato, per un intervento tecnico di riparazione urgente:

3.1.1. N°5 Pinze Endoscopiche Grasper, Karl Storz, modello 26159 UHW;

3.1.2. N°1 Ottica Rigida 30°, Karl Storz, modello 26120BA s/n° 120AY7;

3.2. al fine di provvedere in merito sono state inviate richieste di preventivo alla società M.END.EL S.r.l., rivenditore del marchio Storz in Campania, rispettivamente, rif. prott. nn. 216 e 217/PREV./RIP.ATT./AOCE del 03/10/2017, in atti giacenti;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 3.3.** la società M.END.EL S.r.l. ha provveduto al ritiro delle apparecchiature *de quibus*, per una più puntuale valutazione del guasto, giusto DdT n° AOCE/T/101 - TECNOSP del 20/10/2017, in atti giacente;
- 3.4.** con mail del 31/10/2017, in atti giacente, la società M.END.EL S.r.l. ha trasmesso i seguenti preventivi di riparazione per un totale complessivo pari a € 1.987,60, oltre i.v.a 22%, come di seguito distinto:
- 3.4.1. preventivo n°847/17 del 31/10/2017, in atti giacente, che prevede per la sostituzione dei dispositivi di cui al punto 3.1.2. per un costo complessivo, già scontato rispetto al listino, pari ad € 1.500,00, oltre i.v.a. 22%;
- 3.4.2. preventivo n°848/17 del 31/10/2017, in atti giacente, che prevede per la sostituzione dei dispositivi di cui al punto 3.1.1. un costo complessivo, già scontato rispetto al listino, pari ad € 487,60, oltre i.v.a. 22%;
- 3.5.** con mail inviata in data 02/11/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c., ha provveduto a richiedere l'applicazione del massimo dello sconto sui due preventivi di cui sopra;
- 3.6.** la società M.END.EL S.r.l., con mail del 03/11/2017, in atti giacente, ha aderito alla richiesta di sconto avanzata da questa u.o.c., concedendo uno ulteriore sconto del 5% sull'importo di cui ai preventivi innanzi citati, rispettivamente, n°847/17 e n°848/17, per un totale complessivo, quindi, pari a € 1.888,22 oltre i.v.a 22%, ossia a € 2.303,63 i.v.a. 22% compresa, come di seguito distinto:
- 3.6.1. preventivo n°847/17 del 31/10/2017 - costo complessivo, già scontato rispetto al listino, comprensivo dell'ulteriore sconto del 5%, concesso con mail del 03/11/2017, pari ad € 1.425,00, oltre i.v.a. 22%, ossia € 1.738,50 i.v.a. 22% compresa;
- 3.6.2. preventivo n°848/17 del 31/10/2017 - costo complessivo, già scontato rispetto al listino, comprensivo dell'ulteriore sconto del 5%, concesso con mail del 03/11/2017, pari ad € 463,22, oltre i.v.a. 22%, ossia € 565,13 i.v.a. 22% compresa;
- 3.7.** ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dello strumentario in parola, si approvano i preventivi presentati dalla società M.END.EL S.r.l., rispettivamente, prott. n°847/17 e n°848/17 del 31/10/2017 e lo sconto del 5%, concesso con mail del 03/11/2017, per un totale complessivo pari ad € 2.303,63, i.v.a. 22% compresa.
- 4. U.O.C. CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA**
- 4.1.** Con mail del 09/10/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per la riparazione, ha trasmesso la segnalazione di guasto, prot. PRE_2017/00086, a causa della

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

mancata lettura delle derivazioni, di n°1 elettrocardiografo interpretativo marca Mortara Instrument Inc, Modello Eli 150 C, matricola 116150390857;

- 4.2. detta apparecchiatura, in regime di garanzia Mortara, è in dotazione al reparto in parola;
- 4.3. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in garanzia alla società produttrice dell'apparecchiatura in parola, la società Mortara Rangoni Europe S.r.l., rif. progr. prot. n°221//INT.GAR./AOCE del 09/10/2017, in atti giacente;
- 4.4. i tecnici della società K LINK S.r.l., centro di assistenza autorizzato dalla società Mortara, intervenuti per la verifica funzionale dell'apparecchiatura di cui sopra, hanno riscontrato la rottura dei cavi periferici R e L, da sostituire, mentre, non hanno riscontrato alcun anomalia di funzionamento dell'ECG, come da rapporto di lavoro della società Mortara Instrument Europe s.r.l. del 11/10/2017, in atti giacente;
- 4.5. la scrivente u.o.c., con propria mail del 13/10/2017, in atti giacente, ha inviato alla società K Link S.r.l., operante per conto di Mortara, la richiesta di preventivo, rif. prot. n°224/PREV./MAT./AOCE del 12/10/2017, in atti giacente, per la fornitura di n°1 set di derivazioni periferiche di ricambio (N.4 derivazioni con terminali al paziente a spinotto 4mm);
- 4.6. il centro di assistenza della società Mortara, con mail del 23/10/2017, in atti giacente, ha trasmesso il preventivo nr. 17/P.CI/201 del 17/10/2017 della K Link S.r.l., per un prezzo, già scontato del 7%, pari ad € 100,44, oltre i.v.a. 22%;
- 4.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva il preventivo nr. 17/P.CI/201 del 17/10/2017 della K Link S.r.l., per un prezzo, già scontato del 7%, pari ad € 122,54 i.v.a 22% compresa.

5. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

- 5.1. In data 21/10/2017, la u.o.c. in parola ha consegnato, *brevi manu*, alla scrivente u.o.c. la richiesta per un intervento tecnico di riparazione, in atti giacente, su apparecchiatura TC della GE Healthcare, modello VCT Lightspeed, matricola A5229424, in dotazione al reparto in parola;
- 5.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento in contratto alla società produttrice dell'apparecchiatura in parola, la società GE Healthcare - GM Medical Systems Italia S.p.A., rif. progr. prot. n°225//INT.CONT./AOCE del 23/10/2017, in atti giacente;
- 5.3. a seguito di sopralluogo effettuato, con mail del 25/10/2017, in atti giacente, la società GE Healthcare ha trasmesso, il rapporto tecnico n°913861S001 del 24/10/2017 - da cui risulta che bisogna sostituire il cover laterale sinistro - che provoca il blocco della scansione - e il preventivo di

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

spesa nr. 78078861/01 del 25/10/2017, per un totale, già scontato del 10%, di € 2.587,87 oltre i.v.a. 22%;

5.4. con mail del 26/10/2017, in atti giacente, la scrivente unità operativa ha chiesto l'applicazione del massimo dello sconto;

5.5. la società GE Healthcare, con mail del 27/10/2017, ha dichiarato la propria disponibilità a praticare un ulteriore sconto del 10% sull'offerta innanzi citata, inviando un nuovo preventivo, prot. nr. 78078861/02 del 27/10/2017, per un prezzo complessivo, scontato di un ulteriore 10%, pari ad € 2.320,98, oltre i.v.a. 22%;

5.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta presentata dalla società GE Healthcare - GM Medical Systems Italia S.p.A., rif. prot. nr. 78078861/02 del 27/10/2017, per un prezzo complessivo, scontato di un ulteriore 10%, pari ad € 2.831,60, i.v.a. compresa.

TABELLA N°1 - RIEPILOGO INTERVENTI

N°	Società	Bene/i oggetto dell'intervento	Offerta/e Preventivo	Utilizzatore Bene	Prezzo senza i.v.a.
1	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A.	Acquisto n°2 batterie, controllo generale e prove funzionali, per l'incubatrice neonatale da trasporto, della Hill Rom/Air Shields Inc, modello TI 500 Globetrotter, codice apparecchio T003747, matricola HF10676	prot. n° 506 del 06/09/2017	T.I.N. - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	€ 477,00
2	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.p.A.	Acquisto il circuito paziente per il ventilatore polmonare neonatale, della Stephan F GMBH, modello Reanimator F120, codice apparecchio T003748, matricola S0151500747	prot. n° C 1750/2017 del 28/09/2017, scontato del 15%, giusta mail del 05/10/2017	T.I.N. - TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	€ 2.739,16
3.1.1.	M.END.EL S.r.l.	Sostituzione N°5 Pinze Endoscopiche Grasper, Karl Storz, modello 26159 UHW	prot. n°848/17 del 31/10/2017 (prezzo già scontato rispetto al listino) e l'ulteriore sconto del 5% concesso con mail del 03/11/2017	OSTERICIA E GINECOLOGIA	€ 463,22
3.1.2.	M.END.EL S.r.l.	Sostituzione N°1 Ottica Rigida 30°, Karl Storz, modello 26120BA	n°847/17 del 31/10/2017 (prezzo già scontato rispetto al listino) e l'ulteriore sconto del 5% concesso con mail	OSTERICIA E GINECOLOGIA	€ 1.425,00

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

			del 03/11/2017		
4	K LINK S.r.l.	Fornitura n°1 set derivazioni periferiche per l'elettrocardiografo interpretativo Mortara Instrument Inc, Modello Eli 150 C, matricola 116150390857	prot. n°17/P.CI/201 del 17/10/2017 (prezzo già scontato del 7%)	CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	€ 100,44
5	GE HEALTHCARE	Sostituzione cover laterale sinistro della TC GE, modello VCT Lightspeed, matricola A5229424	Prot. n°78078861/02 del 27/10/2017 (prezzo già scontato di un ulteriore 10%)	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	€ 2.320,98
				Totale senza I.V.A.	€ 7.525,80
				I.V.A. 22%	€ 1.655,68
				Totale I.V.A. compresa	€ 9.181,48

Visti

- il D.Lgs. 163/2006;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del 23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato

che la spesa complessiva derivante dall'approvazione di ciascuna delle offerte in premessa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Ritenuto

procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nelle tabelle da 1 a 4;

Considerato, infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare le offerte riportate in premessa e riassunte nella tabella 1, relative a riparazioni di apparecchiature elettromedicali e strumentario, costituenti cespiti aziendali e ad acquisto di materiale vario;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 9.181,48, i.v.a. 22% compresa, come di seguito specificato:
 - per € 4.046,25, i.v.a. 22% compresa, sull'autorizzazione n°70 Sub/11 del conto economico 501020501 - materiale tecnico strumentale per manutenzioni - del corrente bilancio;
 - per € 5.135,23, i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 50303010102 - manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi - autorizzazione n°96 Sub/34, del corrente bilancio;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni *de quibus* il CIG riportato nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

INTERV.N°	SOCIETÀ	IMPORTO I.V.A. 22% ESCLUSA	CIG:	IMPORTO I.V.A. 22% COMPRESA
1 e 2	DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	€ 3.216,16	Z9C20DA452	€ 3.923,72
3.1.1 e 3.1.2	M.END.EL S.r.l.	€ 1.888,22	ZEC20DA54B	€ 2.303,63
4	K LINK	€ 100,44	ZCD20DA5C3	€ 122,54
5	GE HEALTHCARE	€ 2.320,98	Z7820DA662	€ 2.831,60

- di prevedere per le forniture e le riparazioni *de quibus* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di Gestione e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	70	11					4 046,25	MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE_DETERMINA INTERVENTI_14/2017 U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE ROMALLO

Modifica: 1 del 20/11/2017 Importo 0,75 PER I DOVUTI ARROTONDAMENTI CENTESIMALI

Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047,00

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	96	34					5 136,00	INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICITÀ MEDICALI E STRUMENTARIO CHIRURGICO _14 U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA RESPONSABILE: ING. VITTORIO EMANUELE ROMALLO

Conto: 50303010102 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,00



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT		del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	501020501		
Descrizione:	MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONE		
Presente Autorizzazione:	€4.046,25	n° 70	SUB 11
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT		del	
Budget Economico:	2017		
Codice Conto:	50303010102		
Descrizione:	MANUTENZIONE ORD. ATTREZ.SAN. PICCOLI INTERVENTI		
Presente Autorizzazione:	€5.135,23	n° 96	SUB 34
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 27/11/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 817 del 27/11/2017

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

OGGETTO: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO MEDICALI E STRUMENTARIO CHIRURGICO_14

In pubblicazione dal 27/11/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta