



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 650 del 24/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di set per pompe Alaris- CIG Z06256660E

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di set per pompe Alaris- CIG Z06256660E

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- il Direttore della UOC Farmacia con nota pec del 03.10.2018, ha richiesto l'acquisto urgente di set per pompe Alaris evidenziando che le scorte sono prossime all'esaurimento e che tale set è indispensabile per la somministrazione di farmaci in Sala Operatoria (allegato 1);
- al fine di provvedere in merito, nelle more di aggiudicazione della procedura di gara di durata triennale per la fornitura di deflussori e set con la messa a disposizione di sistemi, attualmente in fase di pubblicazione, è stata avviata apposita RDO n. 2083317, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per l'affidamento della fornitura di deflussori e set;
- sono state invitate a presentare offerta tutte le ditte iscritte al mercato elettronico alla categoria BSS, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 15/10/2018 sono pervenute offerte da parte di n.2 ditte: Fresenius Kabi Italia srl e Scognamiglio;
- le predette offerte sono state trasmesse al Direttore f.f. UOC Farmacia per relazione in merito alla conformità dei prodotti offerti;
- il Direttore della UOC Farmacia ha inviato via pec il giorno 16.10.2018 esito della verifica di conformità (allegato 3);
- l'offerta conforme al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla ditta Fresenius Kabi Italia srl che ha offerto per n. 2.100 set per pompe infusionali un importo complessivo pari ad € 8.400,00 iva esclusa al 22% (All.4);

Considerato che

- con nota del 18.10.18, inviata alla ditta Fresenius kabi Italia srl, si è proceduto ad accertare la messa a disposizione in uso gratuito delle pompe per infusione;
- con nota del 18.10.2018 la ditta Fresenius Kabi Italia srl ha comunicato la non disponibilità a fornire in uso gratuito le pompe per infusione (all.5);

Preso atto

- che la richiesta riveste carattere di assoluta urgenza e si impone, pertanto, la necessità di garantire la fornitura dei set per assicurare l'espletamento delle attività sanitarie;
 - che la ditta Scognamiglio è produttrice e distributrice delle pompe e del relativo materiale di consumo aggiudicata con delibera n.157 del 17.07.2015;
- che la spesa complessiva per n.700 set di pompe Alaris dalla ditta Scognamiglio srl è risultata pari ad € 3.290,00 più iva al 22%;

Considerato

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- che nelle more di aggiudicazione della procedura di gara di durata triennale per la fornitura di deflussori e set con la messa a disposizione di sistemi è necessario ed indispensabile garantire i LEA *al fine di non sospendere le prestazioni salva vita*;
- che trattasi di prodotti necessari ed indispensabili all'erogazione delle prestazioni sanitarie; il Direttore UOC Farmacia ha emesso, per motivi di urgenza, ordine n.1839 (8/2018) datato 19.10.2018 per una spesa complessiva di €4.013,80 iva incl. al 22% (all.6);
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Rilevato

- che il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

Vista

- la necessità, relativa l'acquisto dei prodotti in oggetto della presente determinazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

- di procedere all'acquisto presso la ditta Scognamiglio sas, ai sensi dell'art. 63 co.2 lett.b) punto 2) D.lgs. n.50/2016, di n.700 set per pompe Alaris, come fabbisogno mensile, al costo unitario di € 4,70 più iva cad., come da richiesta del Direttore della Farmacia Ospedaliera nelle more della definizione della procedura di gara triennale, ad oggi in pubblicazione;
 - prendere atto e sanare l'ordinativo emesso dal Direttore UOC Farmacia n.1839 (8/2018) datato 19.10.2018 per una spesa complessiva di €4.013,80 iva al 22% inclusa sul conto economico 501010701 dell'autorizzazione n.9 sub 1;
 - trasmettere copia del presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed all'U.O.C. e Farmacia, per quanto di rispettiva competenza;
 - di pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano



**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzione generale@ospedalecasertapec.it - direzione generale@ospedalecaserta.it

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA FARMACIA

Responsabile: Dott.ssa Anna Dello Stritto



MB

ALLEGATO N. 1

Alla UOC Provveditorato ed Economato

PC Alla Direzione Sanitaria

OGGETTO: Carenza Dispositivi Medici-Set per Pompe Infusionali -

Si comunica che le giacenze riferite ai prodotti in oggetto stanno per terminare e, ad oggi, nessun provvedimento è stato posto in essere per l'acquisto di tali set per pompe infusionali, nonostante il completamento dei lavori da parte della commissione di gara nominata ad hoc.

Pertanto, si sollecita, con urgenza, un provvedimento amministrativo ritenuto dalla SV più idoneo che consenta a questa UOC l'approvvigionamento dei suddetti prodotti.

Si precisa che tali set sono indispensabili per la somministrazione di farmaci che, per le loro caratteristiche intrinseche, devono necessariamente essere infusi tramite pompa e questa carenza provoca grave ripercussioni sull'attività assistenziale soprattutto delle aree critiche, nonché del funzionamento delle sale operatorie.

Caserta, 13/09/2018

Il Direttore ff UO Farmacia

Dott.ssa Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2083317
Descrizione RDO:	Fornitura urgente Pompe Alaris
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	MARISA DI SANO
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	10/10/2018 10:04
Termine ultimo presentazione offerte:	17/10/2018 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	15/10/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/10/2019 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 1
CIG	

CUP	
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	9000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Prolunghe Luer e Luer-Lock
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della prolunga Luer e Luer-Lock	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	come da disciplinare allegato
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Schermatura	Tecnico	Nessuna regola	
8	Materiale tubolare	Tecnico	Nessuna regola	
9	Materiale connessioni	Tecnico	Nessuna regola	
10	Lattice naturale	Tecnico	Nessuna regola	
11	Lunghezza [cm]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Diametro interno	Tecnico	Nessuna	

	[mm]		regola	
13	Forma del tubolare	Tecnico	Nessuna regola	
14	Tipologia di connessioni	Tecnico	Nessuna regola	
15	Valvola anti-reflusso [mmHg]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Punto di iniezione	Tecnico	Nessuna regola	
17	Pressione tollerata [bar]	Tecnico	Nessuna regola	
18	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
disciplinare	Gara	Disciplinare Pompe Alaris.doc (131KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
scheda tecnica o depliant	lotto 1	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lotto 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
invio dettaglio prezzi dei prodotti	lotto 1	Economica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 17 ottobre 2018 - 14:30

ALLEGATO N. 3

Re: INVIO CONFORMITA' "RDO N.2083317 FORNITURA URGENTE POMPE ALARIS"

I due dispositivi offerti risultano entrambi conformi. Dall'analisi del disciplinare si evince la mancanza delle pompe date in comodato d'uso.

Da : "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A : "farmacia" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
Cc :
Data : Wed, 17 Oct 2018 12:25:19 +0200
Oggetto : INVIO CONFORMITA' "RDO N.2083317 FORNITURA URGENTE POMPE ALARIS"

> PER DOTT.SSA BISCEGLIA -URGENTE

> Si inviano offerte tecniche delle ditte: FRESENIUS KABI ITALIA E SCOGNAMIGLIO partecipanti alla gara in oggetto.

> Quanto sopra al fine di relazionare sulla conformità delle stesse e quindi consentire alla scrivente u.o.c. di poter procedere all'aggiudica della gara.



BD

Advancing the
world of health

ALLEGATO N. *h*

Milano, 16 Ottobre 2018

Spettabile
AO di Caserta
Via Tescione
Caserta

Cortese attenzione: Direzione Amministrativa

Con la presente, la società BECTON DICKINSON S.p.A., Società a socio unico sotto la direzione di Becton Dickinson Europe Holdings SAS, con sede legale in Milano (MI) 20161 Via Enrico Cialdini, 16 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00803890151, Ufficio Imposte Dirette: Via Ugo Bassi 4/B - 20100 Milano - Codice Attività 325011;

DICHIARA

Che la pompa mod. Alaris'CC, in conformità alla normativa sulla marchiatura CE, per il suo funzionamento necessita esclusivamente di dispositivi medici monouso dedicati come i codici G30402M "Prolunga Alaris & P7000", G30302M "Prolunga Alaris CC a basso assorbimento", G30653V "Prolunga ambrata priva di DEHP", MFX2207 "Set infusione sangue chiuso neonatale".


In virtù di quanto detto sopra, detti dispositivi medici dedicati, sono pertanto da ritenersi esclusivi.

In fede,

Paola Simonetto
Controller Italy&Greece

Scheda Tecnica

CODICE PRODOTTO: **G30402M**



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	
Prolunga con disco di pressione per pompa a siringa	
DESTINAZIONE D'USO	Infusione di fluidi e farmaci per via endovascolare
COMPATIBILE CON POMPA	ALARIS® CC, ALARIS® CC Guardrails; ALARIS® CC plus, ALARIS® CC plus Guardrails
TIPI DI SOSTANZE INFONDIBILI	Tutte le sostanze compatibili con il PVC DEHP free
INTERVALLO DI SOSTITUZIONE	Il set è un dispositivo medico monouso. Sostituire entro 72 ore o come da protocollo ospedaliero in uso
CARATTERISTICHE TECNICHE	
MATERIALE COMPONENTE IL DEFLUSSORE	• Tubo (diametro interno 0,9 mm) in PVC DEHP free • Disco di pressione in acrilico e PVC DEHP free • Raccordi terminali luer lock in acrilico
LATEX free e DEHP Free	Si
RACCORDO TERMINALE LUER LOCK	Si
MISURE	
LUNGHEZZA DEL SET	≈200 cm
VOLUME DI RIEMPIMENTO	≈1,5 ml
STERILIZZAZIONE	
METODO DI STERILIZZAZIONE	Ossido di Etilene
DURATA STERILIZZAZIONE	3 anni
CONFEZIONAMENTO	
CONFEZIONE DI VENDITA	Nr 100
CONFEZIONE SINGOLA	Busta sterile
MODALITA' DI CONSERVAZIONE	
TEMPERATURA	Tra -40°C e + 52°C
Conservare in condizioni igieniche adeguate evitando l'esposizione diretta alla luce	

RIFERIMENTI NORMATIVI	
MARCATURA CE	• Direttiva di riferimento 93/42/CE • Numero dell'Organismo notificato 0086 • Classe II a
REGISTRAZIONE IN BANCA DATI/REPERTORIO	• Progressivo di sistema: 588827 • Classificazione CND: A03020102
CONTROLLI QUALITA' DEL CICLO PRODUTTIVO	Il ciclo produttivo del dispositivo viene sottoposto ad una serie di controlli specifici per ogni fase di produzione. Si può riassumere l'attività di controllo secondo lo schema seguente: • Controlli tecnologici • Controlli chimico-biologici All'interno dei controlli tecnologici distinguiamo: • Verifica parametri di processo • Verifiche dimensionali • Controlli di pervietà • Controlli sulla ermeticità delle connessioni • Controlli sul confezionamento del prodotto All'interno dei controlli chimico - biologici distinguiamo: • Controllo della compatibilità biologica dei materiali in Base a standard ISO 10993-1 • Controllo della compatibilità chimica dei materiali • Controllo del residuo di sterilizzazione • Controllo dell'efficacia della sterilizzazione attraverso indicatori biologici di processo • Controllo dell'apirogenicità (LAL test) Controllo del mantenimento della sterilità e della apirogenicità.
ALTRI DATI	
BREVETTI	FR Brevet No. 814,568.
DISTRIBUTORE PER L'ITALIA	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. Via Enrico Cialdini 16 - 20161 Milano (MI) - Italy

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo le **istruzioni per l'uso**.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI PER MEDICINA
CHIRURGIA ANESTESIA E RIANIMAZIONE
APPARECCHIATURE PER DIAGNOSTICA
E REATTIVI PER ANALISI CLINICHE

SCOGNAMIGLIO s.r.l.

80122 NAPOLI - Via Michelangelo Schipa, 84/a - Tel. 081 666752 - 081 665947 - Fax 081 7613811
Registro Imprese 307699 - P. IVA e Codice Fiscale 01409770631 - Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.
www.scognamiglio.napoli.it info@scognamiglio.napoli.it

NS. RIF.

VS. RIF.

Spett.le
Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Via Palasciano
CASERTA

OGGETTO: RDO 2083317 – Fornitura urgente Pompe Alaris

Il sottoscritto Scognamiglio Dr. Elio nato a Napoli il 24.10.1951 - nella sua qualità di Amministratore Unico della ditta **SCOGNAMIGLIO s.r.l.**, con sede in Napoli alla Via M. Schipa n. 84, 80122 Napoli,

DICHIARA

di aver preso conoscenza del protocollo di legalità confermato con deliberazione n. 357 del 21/11/2014, visionabile al seguente link:
http://www.ospedale.caserta.it/avvisi/2014/MX-4112N_20141216_103529.pdf;

Dr. Elio Scognamiglio
Amministratore Unico



Napoli, 15 ottobre 2018



SCOGNAMIGLIO SRL

Pec: scognamiglio.sas@pec.it

OFFERTA ECONOMICA

Prodotto	Fabbisogno trimestrale	Codice	Prezzo unitario
SET MONOUSO STERILE DI ESTENSIONE PER POMPA SIRINGA MODELLO "ALARIS CC" CON TRASDUTTORE DI PRESSIONE, CON RACCORDO LUER-LOCK	2.100	G30402M	€ 4,69
		TOTALE LOTTO	€ 9.849,00

SCOGNAMIGLIO S.r.l.
L'Assicurazione

Isola della Scala (VR), 16/10/2018
Ns. Prot.n. IB/gv/4596/2018

OGGETTO: DETTAGLIO PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI
RDO 2083317 – FORNITURA URGENTE POMPE ALARIS

La sottoscritta Isabella Bruni, C.F. BRNSLL66H53A001R, nata ad Abano Terme (PD) il 13/06/1966 e residente a Bovolone (VR) – CAP 37051 – in Via Del Geniere, 1/A, in qualità di Procuratore Speciale (Rep. 88661 del 15/06/17) della Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con Unico Socio, con sede legale e domicilio fiscale a Isola della Scala (VR) in Via Camagre n. 41, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238 dal 09.08.2005 (REA 343254 dal 09.08.2005), codice fiscale e partita IVA n. 03524050238, formula miglior offerta per il materiale di seguito elencato:

Vs. Rif.	Ns.Codice/Descrizione	Prezzo unitario offerto (Iva 22% esclusa)	Prezzo complessivo offerto (Iva 22% esclusa)
✓ Tubi - prolunga in polietilene, DEHP Free e silicone, diritti o spiratati, per l'infusione di farmaci con pompa siringa, a bassa pressione, lunghezza da 75 cm a 150 cm circa, con capacità che vari da 1.05 a 2.80, monouso, connessioni luer-lock. ✓ Set di estensione 150/200 mm standard.	Ns.Cod.: 9000973 – Injectomat-line PVC FD 150 cm. CND: A03020199 RDM: 214061/R Quantità: 2.100	€ 4,00 (quattro,zerozero)	€ 8.400,00 (ottomilaquattrocento, zerozero)

I costi relativi alla sicurezza sono pari al 2% dell'importo totale della fornitura IVA esclusa equivalenti ad € 168,00 euro (centosessantotto,zerozero)

CONDIZIONI DI FORNITURA

- .Imballo e trasporto a ns. carico
- .IVA attuale, per legge, a Vs. carico
- .Condizioni di pagamento: 60 GG DF
- .Validità della presente offerta : 90 gg
- .Durata fornitura: 3 mesi come indicato sul Disciplinare di Gara.

In fede

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Isabella Bruni
Procuratore Speciale

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate

Codice		9000973
Nome commerciale		Injectomat PVC DEHP free 150 cm
	Tipologia di prodotto	Set di prolunga per pompa siringa
	Prodotto da	Fresenius Kabi AG D-61346 Bad Homburg
	Distribuito da	FRESENIUS KABI ITALIA srl Linea Infusion Technology via Camagre 41 37063 Isola della Scala (Vr)
	Destinazione d'uso Set di prolunga per pompa siringa	
	Caratteristiche	
	1. Cappuccio protettivo (PP: polipropilene) 2. Raccordo luer lock femmina (PC: polycarbonato) 3. Tubo PVC (no DEHP): diam. int.: 0.6 mm, diam.est.: 2.7 mm 4. Raccordo luer lock maschio (PC: polycarbonato) 5. Cappuccio protettivo (PP: polipropilene)	
	Ulteriori informazioni	
	Etichettatura	Conforme all'Allegato 1 della Direttiva 93/42/CEE (modificata con 2007/47/CE) e alla norma EN980:2008
	Confezionamento	Blister singolo, costituito da un foglio in plastica (PA/PE) termoformato accoppiato con carta, riportante l'etichetta del dispositivo.
	Classificazione	Il dispositivo è marcato CE 0123 in accordo alla Direttiva 93/42/CEE, modificata con la Direttiva 2007/47/CE e classificato IIa secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42/CEE
	Codice CND e numero repertorio (RDM)	CND: A03020199 - PROLUNGHE - ALTRE RDM: 214061/R
	Sterilizzazione	Prodotto sterilizzato ad Ossido di etilene
	Validità	60 mesi, nel rispetto delle condizioni di stoccaggio
	Condizioni di smaltimento	Disfarsi del prodotto in adeguate condizioni di sicurezza per evitare rischi di infezione
	Informazioni sulla possibilità di riutilizzo	Il dispositivo è monouso da utilizzare una sola volta per un singolo paziente: non riutilizzare. Il rischio associato al suo riutilizzo è la contaminazione del dispositivo stesso, che può portare all'infezione del paziente, possibile causa di malattia o morte del medesimo.
	Materiali principali	PC (polycarbonato), PVC DEHP free
	Controlli di tossicità e biocompatibilità effettuati secondo le seguenti norme	ISO 10993

Rev.1 07/2013

Fresenius Kabi Italia srl DICHIARA

che tutte le informazioni fornite alla Stazione Appaltante nell'ambito ed a motivo della presente offerta, ivi comprese quelle rese a giustificazione della medesima, ai sensi dell'art. 86, comma 5, d.lgs. n.163 del 2006 quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - informazione sui prezzi e sulla qualità dei prodotti offerti, informazioni sugli aspetti tecnici dei prodotti offerti e sul processo produttivo degli stessi, dati economici relativi all'incidenza dei costi di produzione ovvero all'analisi delle componenti dei prodotti offerti, sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di questa società.

Tali informazioni, di carattere strettamente confidenziale, potranno essere utilizzate esclusivamente dalla Stazione Appaltante e comunque al solo scopo di valutare l'offerta formulata nella presente gara da Fresenius Kabi Italia srl.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), d. lgs. n. 163 del 2006, esse non potranno essere rivelate ad altri soggetti e/o diffuse a terzi, fuori dai casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti della gara da parte degli altri partecipanti alla stessa, comunque nel rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 163 del 2006 (vale a dire non prima dell'approvazione dell'aggiudicazione della gara) e nei limiti di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs.163 del 2006. In ogni caso Fresenius Kabi Italia srl, in relazione alle suddette informazioni, dichiara fin da ora di considerarsi controinteressata ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 6, d.P.R. n. 184 del 2006, richiedendo espressamente che le sia data tempestiva comunicazione, nelle forme di cui all'art. 3 d.P.R. n. 184 del 2006, di ogni eventuale istanza di accesso ai documenti contenenti tali informazioni riservata, formulata ex art. 25 l. n. 241 del 1990, da altri concorrenti alla gara.

**SPETT.LE
AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO"
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA**

Isola della Scala (VR), 16/10/2018
Ns. Prot.n. IB/gv/4596/2018

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 18-19, D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

**OGGETTO: DICHIARAZIONE INERENTE LE CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI OFFERTI
RDO 2083317 – FORNITURA URGENTE POMPE ALARIS**

La sottoscritta Isabella Bruni, C.F. BRNSLL66H53A001R, nata ad Abano Terme (PD) il 13/06/1966 e residente a Bovolone (VR) – CAP 37051 – in Via Del Geniere, 1/A, in qualità di Procuratore Speciale (Rep. 88661 del 15/06/17) della Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con Unico Socio, con sede legale e domicilio fiscale a Isola della Scala (VR) in Via Camagre n. 41, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238 dal 09.08.2005 (REA 343254 dal 09.08.2005), codice fiscale e partita IVA n. 03524050238,

- informata che i dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente (art. 13 D.Lgs. 196/03);
- consapevole delle norme penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che le allegate copie dei certificati sono conformi agli originali e che le traduzioni dei certificati rilasciati in lingua inglese sono fedeli ai documenti originali.

In fede

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Isabella Bruni
Procuratore Speciale**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Società con Unico Socio Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Soggetta a direzione e coordinamento di Fresenius Kabi AG

**SPETT.LE
AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO"
VIA PALASCIANO
81100 CASERTA**

ALLEGATO N. 5

**Isola della Scala (VR), 18/10/2018
Ns. Prot.n. IB/gv/4656/2018**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE RDO N. 2083317 DEL 18/10/2018 – "FORNITURA URGENTE
POMPE ALARIS"**

La sottoscritta Isabella Bruni, C.F. BRNSLL66H53A001R, nata ad Abano Terme (PD) il 13/06/1966 e residente a Bovolone (VR) – CAP 37051 – in Via Del Geniere, 1/A, in qualità di Procuratore Speciale (Rep. 88661 del 15/06/17) della Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con Unico Socio, con sede legale e domicilio fiscale a Isola della Scala (VR) in Via Camagre n. 41, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238 dal 09.08.2005 (REA 343254 dal 09.08.2005), codice fiscale e partita IVA n. 03524050238,

COMUNICA

che la Ns. offerta Pr. IB/gv/4596/2018 del 16/10/2018 è da ritenersi valida solo ed esclusivamente per la fornitura del materiale di consumo (Ns. Cod. **9000973** - Injectomat-line 150 cm).
Si precisa che l'offerta sopra indicata rispetta la richiesta del Vs. Spettabile Ente nel Disciplinare di Gara allegato alla procedura citata in oggetto.

La fornitura in service di apparecchiature per l'utilizzo dei set di prolunga non era prevista.
Qualora la Vs. Spettabile Azienda abbia la necessità di acquisire le pompe in comodato d'uso gratuito, si chiede cortesemente di revocare la procedura RDO n. 2083317 e di pubblicare una nuova richiesta comprensiva delle apparecchiature stesse.

In fede

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Isabella Bruni
Procuratore Speciale**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 8 - 2018 - 1839
DEL : 19/10/2018
DATA CONSEGNA :
UTENTE : MARIA DEZIA BISCEGLIA
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(48) SCOGNAMIGLIO
VIA MICHELANGELO SCHIPA 84/A
80122 NAPOLI, NA
Telefono : 081 66 67 52
FAX : 081 76 12 811

Budget di Spesa : UFFAUT-2018-9/1

Conto : 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE
SANITARIO

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
18464		PZ	700,00	4,70	0,00	3 290,00	22,00
SET PER POMPA SIRINGA ORIGINALE ALARIS				COD G30402M	0,00		
C/ditta : G30402M				SET PER POMPA SIRINGA ORIGINALE ALARIS			

Contratto : TR - Trattativa

2018 - 1126

CIG: Z06256660E - Procedura negoziata, ai sensi
dell'art.36 D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento
della fornitura urgente di set per pompa siringa
ditta scognamiglio

Mag: M01 MAGAZZINO FARMACIA

Q.tà 700.00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
I22	22.00	3 290,00	723,80

TOTALE IMPONIBILE
3 290,00

TOTALE IVA
723,80

TOTALE ORDINE
4 013,80

Magazzino Ricevente
M01 - MAGAZZINO FARMACIA
Via Tescione
CASERTA, 81100
TEL: (+39)0823232530, FAX: 0823304401

**IN CASO DI DIFFORMITÀ RISCONTRATE SUL PREZZO UNITARIO INDICATO NEL PRESENTE ORDINE,
CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PUNTO ORDINANTE PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE STESSO.**

La consegna deve essere effettuata unicamente nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30 salvo urgenze concordate.

L'importo sarà liquidato a 90 gg. Presentazione fattura. Per i pagamenti oltre i 90 gg. Saranno eventualmente riconosciuti interessi pari al tasso euribor. Nel documento di trasporto è fatto obbligo indicare il numero ordine.

Qualora vi siano variazioni di prezzo dovrà essere data immediata comunicazione al seguente fax 0823/232512 ed attendere conferma prima dell'evaseione dell'ordine. Diversamente non sarà possibile procedere alla liquidazione della relativa fattura.

E' fatto obbligo indicare nel documento di trasporto il nostro codice prodotto indicato nel presente ordine. L'ordine che potrà essere inviato anche a mezzo fax dovrà essere evaso entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Direttore ff UOC Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	UFFAUT	del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	501010701		
Descrizione:	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO		
Presente Autorizzazione:	€4.013,80	n° 9	SUB 1
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 22/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 650 del 24/10/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.63 comma 2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della fornitura di set per pompe Alaris- CIG Z06256660E

In pubblicazione dal 24/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta