



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 241 del 29/04/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICI DITTE COOK ITALIA SRL E MEDICOMM SRL

Oggetto: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICI DITTE COOK ITALIA SRL E MEDICOMM SRL

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n.415 del 15.05.2013 fu aggiudicata la Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva, prorogata come da ultima Deliberazione n.13 del 09.01.2019;
- con nota del 29.01.2019 l’UOC Farmacia ha trasmesso alla scrivente la comunicazione delle ditte Cook Italia Srl e Medicomm Srl relative alle sostituzioni codici dei prodotti aggiudicati nella suddetta fornitura (allegato 1);
- con nota del 01.02.2019 la scrivente UOC ha chiesto all’UOC Farmacia chiarimenti in merito alla suddetta comunicazione (allegato 2);
- con nota del 20.02.2019 l’UOC Farmacia ha risposto a quanto richiesto nella nota del 01.02.2019 (allegato 3);
- con nota del 22.02.2019 la scrivente UOC ha richiesto alla ditta Cook Italia Srl di voler precisare se la sostituzione del codice del prodotto aggiudicato al lotto n.20 della gara in oggetto avvenisse alle stesse condizioni economiche (allegato n.4);
- anche per la comunicazione della Ditta Medicomm, analogamente, con nota del 22.02.2019 la scrivente UOC ha richiesto alla ditta di voler precisare se la sostituzione codice del prodotto aggiudicato al lotto n.18 della gara in oggetto avvenisse alle stesse condizioni economiche (allegato 5);

Preso atto

- che con nota del 25.02.2019 la ditta Cook Italia Srl ha comunicato che la sostituzione è alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 6);
- che con nota del 01.04.2019 la ditta Medicomm Srl ha comunicato che la sostituzione è alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 7);
- che le suddette sostituzioni non comportano incremento di spesa rimanendo invariate le condizioni economiche di fornitura;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto comunicato dalle ditte Medicomm Srl e Cook Italia Srl in merito alle sostituzioni codici dei prodotti aggiudicati rispettivamente ai lotti n. 18 e n.20 della gara di cui in premessa e precisamente:
ditta Medicomm Srl (vecchio cod.K0222V-M) sostituito dal cod. K0222VD-M;
ditta Cook Italia Srl (vecchio cod. RBF-2.4-230-S) sostituito dal cod. DBF-2.4-230SP-20-S;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'UOC Gastroenterologia in merito alle suddette sostituzioni così come indicato nell'allegato 1;
3. di precisare che le suddette sostituzioni avvengono alle stesse condizioni economiche di quelle di gara e pertanto non comportano variazioni di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia e all'UOC Gastroenterologia.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertappec.it>
A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertappec.it>
Data martedì 29 gennaio 2019 - 09:01

ALLEGATO N.¹

Richiesta Accessori

C.a. Carlo Mazzarella
Si trasmette per gli adempimenti consequenziali di competenza

Allegato(i)

Richiesta Accessori.pdf (9276 Kb)



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"**

di rilievo nazionale e di alta specializzazione



**Unità Operativa Complessa
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Direttore: Dott. Prof. R. CUOMO
Tel 0823232401/2/3**

Spett.le Farmacia

Oggetto: richiesta ACCESSORI

In riferimento alla Nota Prot. N. 2395 del 24/01/2019 relativa alla sostituzione di alcuni Lotti della gara attualmente in proroga si dispone:

- Pinze Biopiche per Enteroscopio rotonda fenestrata lunghezza operativa 2700mm, diametro 2,8 mm, aggiudicato dalla Ditta Medicomm e non più fornibile da 2019, Codice Prodotto K02222V-M, può essere sostituito alle medesime condizioni di gara con pinza versione con ago Codice Prodotto k0222VD-M come da offerta della stessa Ditta aggiudicataria;
- Pinze biopiche fenestrata senza ago, aggiudicato Ditta Cook, Codice Prodotto RBF-2.4-230-S, e non più fornibile, sostituito con prodotto Codice DBF-2.4-230SP-20-S alle medesime condizioni di gara, come da offerta della stessa ditta aggiudicataria.

Cordialità.

Caserta, 28/01/19

Il Direttore

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Direttore: dr. Prof. Rosario CUOMO
CE 4238

A.O.R.N.
SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO
U.O.C. PARASALUTA
Prot. n. 0229 del 28/01/19



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA PALASCIANO - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100

Tel : (+39)
Fax :

P.IVA 02201130610
e di età superiore a trent'anni.

ORDINE NUMERO: 2410 (8 / 2018) DEL 29/12/2018

Ordine di Farmacia

Utente: ANNA DELLO STRITTO

Magazzino Ricevente

M01 - MAGAZZINO FARMACIA
Via Tescione
CASERTA,81100
TEL: (+39)0823232530, FAX: 0823304401

Centro di costo: A110804

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SALA

Aut. 2018-9-1: Presidi chirurgici e materiale sanitario

CODICE ART.	CODICE ART. TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO FORNITORE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
RBF-2.4-230-S	71912 PINZA BIOPTICA PLURIUSO OVALI FEN. CON AGO PER COLON DIAM.2,8 MM LUNGH. 230 CM	PZ	20,00	135,00	0,00	0,00	22,00	2 700,00	594,00	3 294,00
Cdc: A110804 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SALA OPERATORIA										
Q.tà 20,00										
TOTALE IMPONIBILE 2 700,00										
TOTALE SCONTI 0,00										
TOTALE IVA 594,00										
TOTALE GENERALE 3 294,00										

CITARE SEMPRE GLI ESTREMI DEL NR. ORDINE SU BOLLE E FATTURE

IN CASO DI DIFFORMITÀ RISCONTRATE SUL PREZZO UNITARIO INDICATO NEL PRESENTE ORDINE, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PUNTO ORDINANTE PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE STESSO.
La consegna deve essere effettuata unicamente nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30 salvo urgenze concordate. L'importo sarà liquidato 90 gg. Presentazione fattura. Per i pagamenti oltre i 90 gg. Saranno eventualmente riconosciuti interessi pari al tasso euribor. Nel documento di trasporto è fatto obbligo indicare il numero ordine.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto

Oggetto **198402 - Offer for DBF-2.4-230SP-20-S**
Mittente Ufficio Gare Cook Italia
<UfficioGareCookItalia@CookMedical.com>
Destinatario accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it
<accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Cc Ufficio Gare Cook Italia
<UfficioGareCookItalia@CookMedical.com>, Satariano,
Antonio <Antonio.Satariano@CookMedical.com>, Ferrero,
Edoardo <Edoardo.Ferrero@CookMedical.com>, Motta,
Massimiliano <Massimiliano.Motta@CookMedical.com>
Data 17/01/2019 14:47



- 198402 - Offer for DBF-2.4-230SP-20-S.XLSX (~39 KB)
- 198402 - Offer for DBF-2.4-230SP-20-S.xlsx.p7m (~41 KB)
- DBF_-_colonoscopio_e_gastroscopio_Italian_RMF.PDF (~150 KB)

Gentile Cliente,

Su indicazione del nostro rappresentante di zona Antonio Satariano, che ci legge in copia, trasmetto in allegato offerta per il prodotto indicato in oggetto quale alternativa del codice RBF-2.4-230-S, non più disponibile.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore esigenza, porgo i più cordiali saluti.

Mirko Lucci

Tenders Representative, Italian and Swiss Market
EMEA Support Centre
Customer Support & Delivery

Cook Medical
O' Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ireland.
Office +353 61 250339

Italy tel : + 39 02 69 68 28 53
 fax : + 39 02 69 43 02 52

Switzerland: tel: +41 44 800 96 09
 fax +41 44 800 96 10

gare@cookmedical.com
mirko.lucci@cookmedical.com

Come valuti la tua esperienza con noi? Clicca qui per mandarci la tua opinione.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and any attachments are private and confidential and are the property of the sender. The information contained herein is privileged and is intended only for the use of the named addressee(s). If you are not the intended addressee, be advised that any unauthorized disclosure, copying, distribution or action in reliance on this material is strictly prohibited.

If you have received this email in error, please notify us immediately by return email.



COOK ITALIA SRL
VIA GALILEO GALILEI 32 200834 - NOVA MILANESE (MB)
MEDICAL

17 gennaio 2019

Ns. Pratica : 198402 - Mirko Lucci (da citare nelle future comunicazioni)

Oggetto: OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI COOK.

Codice	Descrizione	Q.tà	Ordi- nabile	Pri- zzo di listino grossi	Prezzo offerta netto	Primo prezzo offerta netto	Prezzo offerta netto	Prezzo offerta netto	Prezzo offerta netto	Prezzo offerta netto	Prezzo offerta netto	
	Stock/ non stock	Q.tà minima	Q.tà minima									
DBF-2.4-23OSP- 20-S	Pinza biotica monouso Captura® fenestrata; diametro coppa 2.4 mm con ago; lunghezza 230 cm per colonoscopio	20	STOCK	1	1	236,00	42,80	135,00	centotrentaci- nque / 00 euro	6,75	sei / 75 euro	22,0
											Wilson Cook	1080530 101

Condizioni generali di offerta:


- * Tempi di consegna:
Prodotto STOCK - Consegna: 4GG
Prodotto NON STOCK - Consegna: 28-56GG
- * Altre condizioni generali: IVA a VS, carico, trasporto standard a ns. spese.
- * L'offerta è valida sino a tutto il: 31/12/2017

Posta certificata Ufficio Gare: gare@pec.cook.it
Posta certificata Ufficio Ordini: orders@pec.cook.it

TEL. +39 0269682853 / FAX +39 02 69682854
E-MAIL: gare@cookmedical.com
Uff. ordini FAX 0269682854
E-MAIL - It.orders@cookmedical.com

Spett.le
A.O. SANT'ANNA E S. SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA

COOK ITALIA S.r.l.
Olivia O'Hagan
Procuratore



Nome della società:	Tel: +39 02 69 68 28 53
Cook Italia Srl	Fax: +39 02 69 43 02 52
Indirizzo della società:	E-mail:
Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB) Italia	gare@CookMedical.com
Vigilanza contatto:	Tel: +353 61 33 44 40
CIRL Regulatory Affairs	E-mail: Complaints.Ireland@CookMedical.com

PRODOTTO:

Pinza bioptica Captura®

CODICE PRODOTTO:

DBF-1.8-160-S	DBF-2.4-230-S
DBF-2.4-160-20-S	DBF-2.4-230SP-20-S
DBF-2.4-160-S	DBF-2.4-230SP-S
DBF-2.4-160SP-20-S	DBF-2.4SL-230-S
DBF-2.4-160SP-S	DBF-2.4SL-230SP-40-S
DBF-2.4SL-160-S	DBF-2.4SL-230SP-S
DBF-2.4SL-160SP-40-S	DBF-2.4SN-230-S
DBF-2.4SL-160SP-S	DBF-2.4SN-230-20-S
DBF-2.4SN-160-S	DBF-2.4SN-230SP-S
DBF-2.4SN-160-20-S	DBF-2.4SN-230SP-20-S
DBF-2.4SN-160SP-S	DBF-2.8SJ-230-S
DBF-2.4SN-160SP-20-S	DBF-2.8SJ-230SP-S
DBF-3.3SM-160SP-S	DBF-3.3SM-230SP-S
DBF-2.4-230-20-S	

DIMENSIONI

Pinza bioptica Captura®, lunghezza di 160 cm: per gastroscopio, codifica cromatica: verde

DBF-1.8-160-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 1.8 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.0 mm

DBF-2.4-160-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4-160-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4-160SP-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4-160SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SL-160-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata LARGE senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SL-160SP-40-S (scatola da 40 unità)

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SL-160SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-160-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-160-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-160SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-160SP-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-3.3SM-160SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata MAX con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 3.3 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 3.8 mm

Pinza biotica Captura®, lunghezza di 230 cm: per colonscopio, codifica cromatica: rosso

DBF-2.4-230-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4-230-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4-230SP-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4-230SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SL-230-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata LARGE senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SL-230SP-40-S (scatola da 40 unità)

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SL-230SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-230-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-230-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-230SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.4SN-230SP-20-S (scatola da 20 unità)

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

DBF-2.8SJ-230-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata JUMBO senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.8 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 3.8 mm

DBF-2.8SJ-230SP-S (scatola da 10 unità)

Pinza fenestrata JUMBO con ago




- Diametro delle coppe bioptiche: 2.8 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 3.8 mm

DBF-3.3SM-230SP-S (scatola da 10 unità)


Pinza fenestrata MAX con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 3.3 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 3.8 mm


Immagine



Impugnatura




Pinza chirurgica
senza puntale



Pinza chirurgica
con puntale



Pinza dentellata
senza puntale



Pinza dentellata
con puntale

COMPONENTI:

Pinza bioptica

DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE:

La pinza bioptica Captura®, realizzata in acciaio inossidabile, è disponibile nelle lunghezze 160 cm per gastroscopio e 230 cm per colonscopio.

La guaina rivestita e liscia della pinza Captura® ne agevola il passaggio attraverso l'endoscopio, mentre l'impugnatura prossimale con anello ergonomico e codice colore (rosso o verde) facilita l'uso e la rapida identificazione della lunghezza del dispositivo.

Pinza dotata di coppette con doppia fenestratura.

Le coppette in acciaio inossidabile -con bordi chirurgici e dentellati e una straordinaria forza di presa delle branche- facilitano il prelievo di un campione istologico utilizzabile, elemento essenziale per la riuscita di una biopsia.

Le coppette sono resistenti e non si spostano.

DESTINAZIONE D'USO:

Questo dispositivo è usato per il prelievo endoscopico di campioni bioptici di tessuto mucoso e/o per il recupero di corpi estranei.

CONTROINDICAZIONI:

Le controindicazioni includono quelle specifiche alla procedura endoscopica primaria da eseguire per ottenere l'accesso al sito di biopsia o di recupero desiderato.

Ulteriori controindicazioni includono, senza limitazioni, la coagulopatia.

PRECAUZIONI:

L'uso del presente dispositivo è riservato esclusivamente a personale medico-sanitario debitamente addestrato.

- Per il diametro minimo del canale operativo dell'endoscopio necessario per questo dispositivo, vedere l'etichetta della confezione.
- Durante l'inserimento e il ritiro della pinza, l'endoscopio deve rimanere il più diritto possibile.
- Le coppette della pinza devono rimanere chiuse durante l'inserimento, l'avanzamento e la rimozione dall'endoscopio. Se le coppette sono aperte, è possibile che si verifichino danni a carico della pinza e/o dell'endoscopio.
- Per l'azionamento dell'impugnatura della pinza è necessario applicare una delicata pressione. Una pressione eccessiva provoca l'irrigidimento della pinza, che può a sua volta danneggiare la pinza stessa e/o l'endoscopio.
- Poiché si tratta di un dispositivo monouso, non richiede né pulizia né risterilizzazione

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitare l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

Materiali di composizione in contatto diretto con il paziente	Acciaio inossidabile Materiali polimerici
--	--

Marchio CE	Sì
Classe	IIa
Numero ente notificato	CE0088
Produttore	Wilson Cook Medical
Codice CND e descrizione	G0308010101 - PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-INTESTINALE A FREDDO

Monouso	Sì
Sterilizzazione	Sì
Indirizzo di sterilizzazione	6300 North Matthews Drive, Ellettsville, Indiana 47429 USA
Metodo sterilizzazione	ETO
Periodo di conservazione	Fino a 36 mesi
Origine biologica	No
Presenza di lattice	No
Biocompatibilità	Sì
Confezione	Singola

Spett.le
Az. Ospedaliera S.Anna e San Sebastiano
U.O.C.Provveditorato ed Economato
Via Palasciano snc
81100 Caserta
PEC:provveditorato@ospedalecasertapec.it

e.p.c
U.O.C Farmacia
Fax 0823-232512

Milano, 27/12/18

**Oggetto PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI DURATA
ANNUALE RINNOVABILE , PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED
ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GARA N. 4149165**

Con riferimento all'originaria delibera 415 del 15/05/2013, dobbiamo comunicare che il fabbricante dei DM, società Endo-Flex GmbH, ha comunicato in tempi recenti una profonda revisione del catalogo, con l'eliminazione di diversi codici prodotto in particolare di dispositivi pluriuso.

Relativamente al lotto 18 (pinze biotiche per enteroscopio) non sarà più fornibile da 2019 il codice prodotto K0222V-M (cod.int.31516) Pinza bioptica per enteroscopio fenestrata senza ago, Ø 2,3 mm., lungh. 280 cm.

Se di interesse potrebbe ancora essere fornita, alle medesime condizioni, la pinza in versione con ago, codice K0222VD-M

Cordiali saluti

medicomm srl
Il Legale Rappresentante

(Dott.P.Allievi)



Cap. Vers. € 75.000,00 – Reg. Imp. Milano n. 08056040150 – R.E.A. n. 1201129



Cap. Vers. € 75.000,00 – Reg. Imp. Milano n. 08056040150 – R.E.A. n. 1201129

Oggetto **I: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GARA N. 4149165**

Mittente Pietro Allievi - Medicomm S.r.l.
<pietro.allievi@medicomsrl.it>

Destinatario <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>

Cc <info@medicomsrl.it>

Data 15/01/2019 13:39



• AO S.ANNA CASERTA_181227 indisponib.codice.pdf (~174 KB)

Gentile Dr.ssa Caiola

Non ci sembra di aver ricevuto riscontro alla mail di seguito.

Preghiamo confermare se l'ordine debba ritenersi annullato ovvero se debba essere fornito altro codice prodotto.

Cordiali saluti
Pietro Allievi
Medicomm Srl
Via Monte Bianco 8-20149 Milano
tel.02-4693001 fax 02-48011977
cell.335-207606

Da: Pietro Allievi - Medicomm S.r.l. [mailto:pietro.allievi@medicomsrl.it]
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 16:15
A: 'accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it' <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Cc: 'info' <info@medicomsrl.it>
Oggetto: I: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GARA N. 4149165

Gentile Dr.ssa Caiola

Inoltriamo comunicazione (inviata anche a mezzo fax) relativa all'ordine 8-2018-2330 del 24/12/18.

Restiamo in attesa di conferma se l'ordine debba ritenersi annullato ovvero se debba essere fornito altro codice prodotto.

Cordiali saluti
Pietro Allievi
Medicomm Srl
Via Monte Bianco 8-20149 Milano
tel.02-4693001 fax 02-48011977
cell.335-207606

Da: PEC Medicomm [mailto:posta@pec.medicomsrl.it]
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 16:05
A: 'provveditorato@ospedalecasertapec.it' <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GARA N. 4149165

Con riferimento all'originaria delibera 415 del 15/05/2013, ed all'ordine 8-2018-2330 del 24/12/18, si trasmette comunicazione relativa alla futura indisponibilità di un codice prodotto (lotto 18).

Si attende comunicazione in ordine alla eventuale fornitura di codice sostitutivo.

Distinti saluti

Pietro Allievi
Medicomm Srl
Via Monte Bianco 8-20149 Milano
tel.02-4693001 fax 02-48011977
cell.335-207606



A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA PALASCIANO - CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100

Tel : (+39)

Fax :

P.IVA 02201130610

ORDINE NUMERO: 2330 (8 / 2018) DEL 24/12/2018

Ordine di Farmacia

Utente: GABRIELLA CAIOLA

Magazzino Ricevente

M01 - MAGAZZINO FARMACIA

Via Teascione

CASERTA,81100

TEL: (+39)0823232530, FAX: 0823304401

Centro di costo: A110804 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SALA

Aut. 2018-9-1: Presidi chirurgici e materiale sanitario

CODICE ART.	CODICE ART. TIPO E REQUISITI DELL'ARTICOLO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	%SC1	%SC2	%IVA	IMPOSTA	IVA	IMPORTO
K0222V-M	31516 PINZA BIOPTICA PER ENTEROSCOPIO ROTONDA FENESTRATA LUNGH. OP. 2700 MM DIAM. 2,8	PZ	2,00	247,28	0,00	0,00	22,00	494,56	108,8032	603,36
	Cdc: A110804 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SALA OPERATORIA						Q.tà	2,00		
CITARE SEMPRE GLI ESTREMI DEL NR. ORDINE SU BOLLE E FATTURE										
TOTALE IMPONIBILE										
494,56										
TOTALE SCONTO										
0,00										
TOTALE IVA										
108,8032										
TOTALE GENERALE										
603,36										

IN CASO DI DIFFERMITÀ RISCONTRATE SUL PREZZO UNITARIO INDICATO NEL PRESENTE ORDINE, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PUNTO ORDINANTE PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE STESSO.

La consegna deve essere effettuata unicamente nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30 salvo urgenze concordate. L'importo sarà liquidato a 90 gg. Presentazione fattura. Per i pagamenti oltre i 90 gg. Saranno eventualmente riconosciuti interessi pari al tasso euribor. Nel documento di trasporto è fatto obbligo indicare il numero ordine.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dellio Stritto

GEDOC: protocollo informatico
di **Ursula Farnach Cappellari** e **Ursula Colleoni Dudo Cola**
Struttura

<input checked="" type="checkbox"/> Etichetta	<input type="checkbox"/> Metti in Evidence	<input type="checkbox"/> Allegato	<input type="checkbox"/> Disponibile	<input type="checkbox"/> Documento
Protocollo n° 0002373 / I registrato il 24/01/2019 13:04				
Avvocati Ufficio:				
Crescenzio Ufficio:				
Avvocati Ufficio:				

Assunto/Ufficio:	Cognome/Protocollo:		
In Lavorazione	DURSO	Nome Protocollo:	DORA
Richiesto:	Type	Ufficio Protocollo:	UOC FARMACIA OSPEDALIERA
Inviato:	Non Identificato	Mezzo di Spedizione:	A MANO
Inviato:	Oggetto:	Pagine Biopistiche - Vedi allegati	
Commenti interni:			

Ufficio di Classificazione:	Ufficio Mittente	Cognome Mittente	Nome Mittente	Allegati
Ufficio Farmacia OSPEDALIERA	DURSO	Cognome Mittente	DURSO	
Ufficio Mittente	DURSO	Pazie Repubbliche delle Coo	Durso Dario	24/01/2019 13:04
Ufficio Farmacia OSPEDALIERA	DURSO	Pazie Istruttorie delle Med	Durso Dario	24/01/2019 13:04

Attività	Annessione	Annessioni	Allievi	Fascicoli	PFC	Data assegnazione	Ufficio Assegnante	Cognome	Nome	Ufficio Assegnatario	Cognome	Nome	Stato	Messaggio
						24/01/2019 3304	Uoc Farmacia Ospedaliera	Durso	Dora	Uoc Gastroenterologa Ed Endoscopia Digestiva	-	-	In ATESSA	Sono per la successiva valutazione e accreditazione della sostituzione proposta da entrambe le ditte. UOC Farmacia
						24/01/2019 3304	Uoc Farmacia Ospedaliera	Durso	Dora	Uoc Farmacia Ospedaliera	Durso	Dora	IN FAB LABORATORIE	

Destino, Cosimo <Cosimo.Destino@CookMedical.com>
Subject: CODICI OBSOLETI - VOSTRI ORDINI

Spett. cliente,

Abbiamo riscontrato la seguente discrepanza in merito al vostro ordine 2410 e 2433:

- codice incompleto
- codice insesistente (vedi note)
- codice obsoleto (vedi note)
- quantita' non indicate
- quantita' incorrecte (discrepanza con il confezionamento)
- codice CIG non indicato
- indirizzo di destinazione non specificato
- discrepanza di Prezzo (vedi note)

Note:

Ordine 2410 → codice RBF-2.4-230-S non piu' disponibile, per discutere un'eventuale alternativa vi invitiamo a contattare il nostro Rappresentante di zona Sig. Satariano (tel. 335-7163423) *Parlato con il rappresentante il 11/1/19*

Ordine 2433 → codice 638121 non piu' disponibile, per discutere un'eventuale alternativa vi invitiamo a contattare il nostro Rappresentante di zona Sig. Destino (tel. 346-2517260) *Si è riunito anche con Ortho el 11/1/19*

Comunichiamo che il vostro ordine non puo' essere accettato in questo momento in quanto una o piu' informazioni non sono corrette – l'ordine deve essere modificato per poter essere inserito nel nostro sistema.

Grazie per la collaborazione.

Distinti saluti,

Come valuti la tua esperienza con noi? Clicca qui per mandarci la tua opinione.

Romina Crepaldi
Team Leader Customer Support, Italian market
EMEA Support Centre
Customer Support & Delivery

Cook Medical
O' Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ireland.



Objetto RE: CODICI OBSOLETI - VOSTRI ORDINI
Mittente ORDERS, IT <IT.ORDERS@CookMedical.com>
Destinatario accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it
<accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Cc Satariano, Antonio <Antonio.Satariano@CookMedical.com>, Destino, Cosimo <Cosimo.Destino@CookMedical.com>, ORDERS, IT <IT.ORDERS@CookMedical.com>
Data 11/01/2019 10:17

-
- ORDINE 2410.pdf (~296 KB)
 - ORDINE 2433.pdf (~522 KB)

Buongiorno,

a seguito della ns conversazione telefonica, le inoltro qui sotto la email inviata in data 03/01.

Buona giornata,
Alessia

Alessia De Faveri
Customer Support Representative
EMEA Support Centre
Customer Support & Delivery

Cook Medical
O'Halloran Road,
National Technology Park,
Limerick, Ireland

Come valuti la tua esperienza con noi? Clicca qui per mandarci la tua opinione.

Italy
Tel: +39 02 69 68 28 53 Fax: +39 02 69 68 28 54
Tel: +39 02 69 68 28 55 Rep Support & Aortic Intervention

Switzerland:
Tel: +41 44 800 96 09 Fax: +41 44 800 96 10

Email address:
repsupportitalian@cookmedical.com
zenithitaly@ccokmedical.com
It.orders@cookmedical.com / orders@pec.cook.it

Web: www.cookmedical.com

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and any files transmitted with it are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, you may not read, copy, print, forward or use this information. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately.

From: ORDERS, IT
Sent: Thursday 3 January 2019 14:14
To: farmacia@ospedale.caserta.it
Cc: ORDERS, IT <IT.ORDERS@CookMedical.com>; Satariano, Antonio <Antonio.Satariano@CookMedical.com>;

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 8 - 2018 - 2410
DEL : 29/12/2018
DATA CONSEGNA :
UTENTE : ANNA DELLO STRITTO
TELEFONO :

FORNITORE

Spett.le
(112) COOK ITALIA s.r.l.
VIA GALILEO GALILEI, 32
20054 NOVA MILANESE, MB
Telefono : 02/69682855
FAX : 02/69682854

Budget di Spesa : UFFAUT-2018-9/1

Conto : 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE
SANITARIO

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit	%Sc	Imponibile	%IVA
71912	PINZA BIOPTICA PLURIUSO OVALI FEN. CON AGO PER COLON DIAM.2,8 MM LUNGH. 230 CM	PZ	20,00	135,00	0,00	2 700,00	22,00

C/ditta : RBF-2.4-230-S

Contratto : GA - Gara

2018 - 908

CIG: Z152494B03 - FORNITURA DISPOSITIVI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - DITTA COOK ITALIA SRL - DELIBERA N.654/2018

Cdc: A110804 GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - SALA OPERATORIA Q.tà 20.00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
I22	22.00	2 700,00	594,00

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IVA

TOTALE ORDINE

2 700,00

594,00

3 294,00

Magazzino Ricevente

M01 - MAGAZZINO FARMACIA

Via Tescione

CASERTA, 81100

TEL: (+39)0823232530, FAX: 0823304401

IN CASO DI DIFFORMITÀ RISCONTRATE SUL PREZZO UNITARIO INDICATO NEL PRESENTE ORDINE, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PUNTO ORDINANTE PRIMA DELL'EVASIONE DELL'ORDINE STESSO.

La consegna deve essere effettuata unicamente nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30 salvo urgenze concordate.

L'importo sarà liquidato a 90 gg. Presentazione fattura. Per i pagamenti oltre i 90 gg. Saranno eventualmente riconosciuti interessi pari al tasso euroribor. Nel documento di trasporto è fatto obbligo indicare il numero ordine.

Qualora vi siano variazioni di prezzo dovrà essere data immediata comunicazione al seguente fax 0823/232512 ed attendere conferma prima dell'evasione dell'ordine. Diversamente non sarà possibile procedere alla liquidazione della relativa fattura.

E' fatto obbligo indicare nel documento di trasporto il nostro codice prodotto indicato nel presente ordine. L'ordine che potrà essere inviato anche a mezzo fax dovrà essere evaso entro 10 giorni dalla data di ricezione.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto

Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "farmacia" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 1 febbraio 2019 - 10:11

I: Richiesta Accessori

Al fine di poter porre in essere gli adempimenti di competenza di questa UOC si chiede di dettagliare:

- Riferimento gara;
- riferimento lotto;
- riferimento offerta/prezzo;
- riferimento fornitore aggiudicatario.

ALLEGATO N. 2

Distinti Saluti
UOC Provveditorato ed Economato

Da : "Per conto di: farmacia@ospedalecasertapec.it" posta-certificata@pec.aruba.it
A : "Provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it

Cc:
Data : Tue, 29 Jan 2019 09:01:26 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Richiesta Accessori

C.a. Carlo Mazzarella
Si trasmette per gli adempimenti consequenziali di competenza

Allegato(i)

Richiesta Accessori.pdf (9276 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 1 febbraio 2019 - 10:11

CONSEGNA: I: Richiesta Accessori

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/02/2019 alle ore 10:11:19 (+0100) il messaggio
"I: Richiesta Accessori" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "farmacia@ospedalecasertapec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2891.20190201101110.28720.812.2.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (906 bytes)
postacert.eml (12726 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 20 febbraio 2019 - 13:42

ALLEGATO N.
3

I: Re: I: Richiesta Accessori

Si comunica che tutti i dati richiesti sono disponibili negli ordini già allegati alla presente, trattasi della gara di Endoscopia Digestiva attualmente oggetto di proroga come da delibera 13/2019. (LOTTI 18-20)

Da : "provveditorato@ospedalecasertapec.it" provveditorato@ospedalecasertapec.it
A : "farmacia" farmacia@ospedalecasertapec.it
Cc :
Data : Wed, 20 Feb 2019 12:44:02 +0100
Oggetto : I: Richiesta Accessori

> Secondo invio.

> Distinti Saluti
> UOC Provveditorato ed Economato

> Da : "provveditorato@ospedalecasertapec.it" provveditorato@ospedalecasertapec.it
> A : "farmacia" farmacia@ospedalecasertapec.it
> Cc :
> Data : Fri, 1 Feb 2019 10:11:07 +0100
> Oggetto : I: Richiesta Accessori

> Al fine di poter porre in essere gli adempimenti di competenza di questa UOC si chiede di dettagliare:

> - Riferimento gara;
> - riferimento lotto;
> - riferimento offerta/prezzo;
> - riferimento fornitore aggiudicatario.

> Distinti Saluti
> UOC Provveditorato ed Economato

>

> Da : "Per conto di: farmacia@ospedalecasertapec.it" posta-certificata@pec.aruba.it
> A : "Provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it
> Cc :
> Data : Tue, 29 Jan 2019 09:01:26 +0100
> Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Richiesta Accessori

> C.a. Carlo Mazzarella
> Si trasmette per gli adempimenti consequenziali di competenza

20-2-N⁹
SP: Mazzarella
MM

Oggetto **Cambio codice gara Endoscopia Digestiva lotto n.20**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <ufficilogarecookitalia@cookmedical.com>
Data 22/02/2019 12:51
Priorità Molto alta



ALLEGATO N. 4

Come da Vs. mail del 17.01.2019 con la quale comunicavate il cambio codice del prodotto relativo al lotto in oggetto

cod.RBF-2.4-230-S non più disponibile sostituito dal codice DBF-2.4-230SP-20-S

SI CHIEDE DI CONOSCERE SE LA SOSTITUZIONE DEL CODICE E' SENZA VARIAZIONE DI PREZZO RISPETTO A QUELLO AGGIUDICATO IN GARA.

Distinti Saluti

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **Cambio codice gara Endoscopia Digestiva lotto
n.18**

Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Destinatario <info@medicomsrl.it>

Data 22/02/2019 12:58

Priorità Molto alta



ALLEGATO N.⁵

In riferimento alla Vs. comunicazione del 27.12.2018 si chiede se la sostituzione del vecchio codice K0222V-M con il nuovo codice K0222VD-M è senza variazione di prezzo rispetto a quello aggiudicato in gara.

Distinti Saluti

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **198402 - : Cambio codice gara Endoscopia Digestiva lotto n.20**
Mittente Ufficio Gare Cook Italia
<UfficioGareCookItalia@CookMedical.com>
Destinatario provveditorato@ospedale.caserta.it
<provveditorato@ospedale.caserta.it>
Cc Ufficio Gare Cook Italia
<UfficioGareCookItalia@CookMedical.com>
Data 25/02/2019 14:28



ALLEGATO N. 5

- 198402 - Offer for DBF-2.4-230SP-20-S.XLSX (~39 KB)
- 198402 - Offer for DBF-2.4-230SP-20-S.xlsx.p7m (~41 KB)

Spett.le Amministrazione,
Con riferimento alla vostra sotto riportata, si conferma che la sostituzione proposta
è da intendersi a parità di condizioni economiche con il prodotto sostituito, come da
offerta che si trasmetteva in allegato e che qui si riporta nuovamente.
Cordiali saluti

Mirko Lucci
Tenders Representative, Italian and Swiss Market
EMEA Support Centre
Customer Support & Delivery

Cook Medical
O' Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ireland.
Office +353 61 250339

Italy tel : + 39 02 69 68 28 53
 fax : + 39 02 69 43 02 52

Switzerland: tel: +41 44 800 96 09
 fax +41 44 800 96 10

gare@cookmedical.com
mirko.lucci@cookmedical.com

Come valuti la tua esperienza con noi? Clicca qui per mandarci la tua opinione.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and any attachments are private and confidential and are the property of the sender. The information contained herein is privileged and is intended only for the use of the named addressee(s). If you are not the intended addressee, be advised that any unauthorized disclosure, copying, distribution or action in reliance on this material is strictly prohibited.
If you have received this email in error, please notify us immediately by return email.

-----Original Message-----

From: provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Sent: Monday 25 February 2019 08:14
To: Ufficio Gare Cook Italia <UfficioGareCookItalia@CookMedical.com>
Subject: [External] Re: Cambio codice gara Endoscopia Digestiva lotto n.20
Importance: High

Cook Information Security Warning: This message came from an external source. Please exercise caution when opening any attachments or clicking on links.

In risposta alla presente si trasmette in allegato quanto da Voi richiesto.

Distinti Saluti

26.2.19
S. Gherardi

Il 22/02/2019 13:05 Ufficio Gare Cook Italia ha scritto:

Spet.ente,
Potete inoltrarci nuovamente la nostra comunicazione per cortesia Non
riusciamo a trovare la pratica Cordiali saluti,

MAURO TEDDE
Tenders Representative, Italian and Swiss Market EMEA Support Centre
Customer Support & Delivery

Cook Medical
O' Halloran Road
National Technology Park
Limerick, Ireland.
Office +353 61 250339

Italy tel : + 39 02 69 68 28 53
 fax : + 39 02 69 43 02 52

Switzerland: tel: +41 44 800 96 09
 fax +41 44 800 96 10

gare@cookmedical.com
gare@pec.cook.it

Come valuti la tua esperienza con noi? Clicca qui per mandarci la tua opinione.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and any attachments are private and confidential and are the property of the sender. The information contained herein is privileged and is intended only for the use of the named addressee(s). If you are not the intended addressee, be advised that any unauthorized disclosure, copying, distribution or action in reliance on this material is strictly prohibited.
If you have received this email in error, please notify us immediately by return email.

-----Original Message-----

From: provveditorato@ospedale.caserta.it
[mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it]
Sent: 22 February 2019 11:52
To: Ufficio Gare Cook Italia <UfficioGareCookItalia@CookMedical.com>
Subject: [External] Cambio codice gara Endoscopia Digestiva lotto n.20
Importance: High

Cook Information Security Warning: This message came from an external source. Please exercise caution when opening any attachments or clicking on links.

Come da Vs. mail del 17.01.2019 con la quale comunicavate il cambio codice del prodotto relativo al lotto in oggetto

cod.RBF-2.4-230-S non più disponibile sostituito dal codice DBF-2.4-230SP-20-S

SI CHIEDE DI CONOSCERE SE LA SOSTITUZIONE DEL CODICE E' SENZA VARIAZIONE DI PREZZO RISPETTO A QUELLO AGGIUDICATO IN GARA.

Distinti Saluti

UOC Provveditorato ed Economato



COOK ITALIA SRL
VIA GALILEO GAILEI 32 20034 - NOVA MILANESE (MB)
MEDICAL

17 gennaio 2019

Ns. Pratica : 198402 - Mirko Luci (da citare nelle future comunicazioni)

Oggetto: OFFERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI COOK.

Codice	Descrizione	Conf ez.to	Stock/n on stock	Q.tà min. ordinabile	Q.tà ordinabile in multip li di	Prezzo di listino	sconto %	prezzo offerto box	prezzo offerto unitario	IVA %	PROD UTTO RE	CND	N. di rep.
DBF-2.4-230SP-20-S	Pinza bioptica monouso Captura® fenestrata; diametro coppa 2,4 mm con ago; lunghezza 230 cm per colonscopio	20	STOCK	1	1	236,00	42,80	135,00	centotrentacinque / 00 euro	6,75	sei / 75 euro	22,0	Wilson Cook G0303010 101

Condizioni generali di offerta:

- Tempi di consegna:
Prodotto STOCK - Consegna: 4GG
Prodotto NONSTOCK - Consegna: 28-56GG
 - Altre condizioni generali: IVA a VS. carico, trasporto standard a ns. spese.
 - L'offerta è valida sino a tutto il: 31/12/2017

Posta certificata Ufficio Gare: gare@pec.cook.it
Posta certificata Ufficio Ordini: orders@pec.cook.it

ALLEGATO N...7

Da "PEC Medicomm" <posta@pec.medicomsrl.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 1 aprile 2019 - 13:19

**I: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA
- GARA N. 4149165**

Con riferimento alla proposta di sostituzione codice K0222V-M con altro codice K0222VD-M, come già scritto nella nostra comunicazione allegata la fornitura si intende alle medesime condizioni economiche.

Cordiali saluti

Pietro Allievi
Medicomm Srl
Via Monte Bianco 8-20149 Milano
tel.02-4693001 fax 02-48011977
cell.335-207606

Da: PEC Medicomm [mailto:posta@pec.medicomsrl.it]
Inviato: giovedì 27 dicembre 2018 16:05
A: 'provveditorato@ospedalecasertapec.it' <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GARA N. 4149165

Con riferimento all'originaria delibera 415 del 15/05/2013, ed all'ordine 8-2018-2330 del 24/12/18, si trasmette comunicazione relativa alla futura indisponibilità di un codice prodotto (lotto 18).

Si attende comunicazione in ordine alla eventuale fornitura di codice sostitutivo.

Distinti saluti

Pietro Allievi
Medicomm Srl
Via Monte Bianco 8-20149 Milano
tel.02-4693001 fax 02-48011977
cell.335-207606

674-19
S. Lazzarotto
PH

Allegato(i)

AO S.ANNA CASERTA_181227 indisponib.codice.pdf (169 Kb)

Spett.le
Az. Ospedaliera S.Anna e San Sebastiano
U.O.C.Provveditorato ed Economato
Via Palasciano snc
81100 Caserta
PEC:provveditorato@ospedalecasertapec.it

e.p.c
U.O.C Farmacia
Fax 0823-232512

Milano, 27/12/18

**Oggetto PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI DURATA
ANNUALE RINNOVABILE , PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED
ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GARA N. 4149165**

Con riferimento all'originaria delibera 415 del 15/05/2013, dobbiamo comunicare che il fabbricante dei DM, società Endo-Flex GmbH, ha comunicato in tempi recenti una profonda revisione del catalogo, con l'eliminazione di diversi codici prodotto in particolare di dispositivi plurioso.

Relativamente al lotto 18 (pinze biotiche per enteroscopio) non sarà più fornibile da 2019 il codice prodotto **K0222V-M (cod.int.31516)** Pinza bioptica per enteroscopio fenestrata senza ago, Ø 2,3 mm., lungh. 280 cm.

Se di interesse potrebbe ancora essere fornita, alle medesime condizioni, la pinza in versione con ago, codice **K0222VD-M**

Cordiali saluti

medicomm srl
Il Legale Rappresentante

(Dott. P. Allievi)



Cap. Vers. € 75.000,00 – Reg. Imp. Milano n. 08056040150 – R.E.A. n. 1201129



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 241 del 29/04/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013
– SOSTITUZIONE CODICI DITTE COOK ITALIA SRL E MEDICOMM SRL**

In pubblicazione dal 29/04/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta