



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 481 del 04/09/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICE DITTA M.G. LORENZATTO SRL.

Oggetto: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICE DITTA M.G. LORENZATTO SRL.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n.415 del 15.05.2013 fu aggiudicata la Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva, prorogata come da ultima Deliberazione n.379 del 22.05.2019;
- con nota del 19.08.2019 l’UOC Farmacia ha trasmesso comunicazione della ditta M.G. Lorenzatto Srl in merito alla sostituzione del codice L-SF20301-M aggiudicato al lotto n.26 della suddetta gara con il codice L-GSP-31-20-020 (allegato 1);
- con nota del 22.07.2019 l’UOC Farmacia ha chiesto al Direttore dell’UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva parere in merito alla suddetta sostituzione (allegato 2);
- con nota del 23.07.2019 il Direttore dell’UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva ha comunicato all’UOC Farmacia parere favorevole alla sostituzione comunicata dalla ditta M.G. Lorenzatto Srl (allegato 3);
- al fine di provvedere in merito, con nota del 27.08.2019 è stato richiesto alla suddetta ditta la conferma che la sostituzione del codice L-SF20301-M con il codice L-GSP-31-20-020 avvenisse alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 4);
- con nota del 28.08.2019 la ditta M.G. Lorenzatto Srl ha comunicato che la suddetta sostituzione avviene alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 5);

Preso atto

- che la suddetta sostituzione non comporta incremento di spesa rimanendo invariate le condizioni economiche di fornitura;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto comunicato dalla ditta M.G. Lorenzatto Srl in merito alla sostituzione del codice L-SF20301-M con il codice L-GSP-31-20-020 aggiudicato al lotto n.26 nell'ambito della Fornitura di dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell'UOC Gastroenterologia in merito alla suddetta sostituzione;
3. di precisare che la suddetta sostituzione avviene alle stesse condizioni economiche di quelle di gara e pertanto non comportano variazioni di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia e all'UOC Gastroenterologia.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

Da "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
A "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data lunedì 19 agosto 2019 - 09:09

ALLEGATO N.1

Conformità prodotto da sostituire

Si invia per gli adempimenti consequenziali di competenza.
UOC Farmacia

Allegato(i)

Conformità prodotto da sostituire.pdf (8143 Kb)

A2



Oggetto: **Vostro ordine n. 30427957 del 10/07/19**
Mittente: <ordini.clienti@lorenzatto.com>
Destinatario: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Cc: Giulio <giulio.orecchia@lorenzatto.com>
Data: 22/07/2019 11:26

* 20190722112535919.pdf (~2,3 MB)

Buongiorno,
in riferimento al Vostro gradito ordine Vi confermiamo che l'articolo L-GSP-31-20-020 sfinterotomo, di cui allegiamo scheda tecnica prodotto, sostituisce il precedente L-SF20301-M.

Rostiamo a disposizione per qualsiasi informazione e porgiamo cordiali saluti.

Patrizia Savettiere
Ufficio Gestione Ordini
M.G. Lorenzatto s.r.l.
Tel. 011.7705724

I vostri dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita [Informativa Privacy](#).



Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio. Qualora riceverete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dai Vostri sistemi; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE 679/2016 il conservarne il messaggio stesso, divulgargli anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain confidential and/or privileged information. If the reader of this email is not the intended recipient, you are hereby notified that reading, saving, distribution or use of the content of this email in any way is prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and delete the email. We use updated antivirus protection software. We do not accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email.



SCHEDA TECNICA
Sfinterotomi monouso

Medi-Globe



1. Nome del Prodotto: **Sfinterotomi monouso**
2. Numero Catalogo: GSP-XX-XX-XXX
3. Componenti Richiesti: Cavo attivo
4. Impianto di produzione: Medi-Globe GmbH
Medi-Globe-str. 1-5
83101 ACHEMUEHLE
Germany
5. Sistema di Gestione Qualità: In accordo con: DIN EN ISO 13485
6. Ente notificato: mdc medical device certification GmbH
Kriegerstraße 6
70191 Stuttgart
Germany
7. Destinazione d'uso: Lo sfinterometro è utilizzato per aprire endoscopicamente il muscolo sfinteriale hepatopancreatico ed entrare nella papilla duodenale major usando corrente ad alta frequenza. L'intervento è controllato endoscopicamente e radiologicamente



SCHEDA TECNICA
Sfinterotomi monouso



8. Descrizione:

È disponibile un range completo di sfinterotomi, a singolo lume, a doppio lume e a triplo lume, con differenti lunghezze e tipologie di taglio, differenti lunghezze di punta nella versione precurvata e standard. Sono anche disponibili sfinterotomi speciali come per il trattamento BII e fistolotomi. Oltre al range di sfinterotomi compatibili con filo guida, sono disponibili con filo guida lungo e corto precaricato in unica confezione e nella versione "Short track System" compatibili con i sistemi a guida corta disponibili sul mercato. Tutti gli sfinterotomi sono rotanti e preassemblati in unica soluzione e confezionati singolarmente in buste sterili.

9. Monuso/Pluriuso

monouso

**10. Classe del prodotto
in acc. MDD 93/42/EEC**

IIb in accordo con Annex II,3 (Annex IX, rule 9)

11. Marchio CE

Direttiva CE 93/42

12. Dimensioni e specifiche sfinterotomi standard

Codice Prodotto	Codice Fornitore	Lunghezza catetere (mm)	Diametro catetere (mm)	Compatibilità con filo guida	Lunghezza filo di taglio (mm)	Nº lumi	Lunghezza punta (mm)
GSP-01-17-020	L-GSP-01-17-020	2000	1,7	N/A	20	1	5
GSP-01-17-030	L-GSP-01-17-030	2000	1,7	N/A	30	1	5
GSP-02-17-020	L-GSP-02-17-020	2000	1,7	N/A	20	1	-
GSP-02-17-030	L-GSP-02-17-030	2000	1,7	N/A	30	1	-
GSP-03-17-020	L-GSP-03-17-020	2000	1,7	N/A	20	1	1
GSP-03-17-030	L-GSP-03-17-030	2000	1,7	N/A	30	1	1
GSP-04-17-020	L-GSP-04-17-020	2000	1,7	N/A	20	1	5
GSP-04-17-030	L-GSP-04-17-030	2000	1,7	N/A	30	1	5
GSP-11-17-005	L-GSP-11-17-005	2000	1,7	N/A	ago 0-5 mm	1	-
GSP-11-17-010	L-GSP-11-17-010	2000	1,7	N/A	ago 0-10 mm	1	-
GSP-11-17-015	L-GSP-11-17-015	2000	1,7	N/A	ago 0-15 mm	1	-
GSP-12-18-004	L-GSP-12-18-004	2000	1,8	N/A	Spirale 4mm	1	-
GSP-13-17-015	L-GSP-13-17-015	2000	1,7	N/A	15	1	-
GSP-21-17-020	L-GSP-21-17-020	2000	1,7	0,21"(0,53mm)	20	2	5
GSP-21-17-030	L-GSP-21-17-030	2000	1,7	0,21"(0,53mm)	30	2	5
GSP-21-20-020	L-GSP-21-20-020	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	20	2	5
GSP-21-20-030	L-GSP-21-20-030	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	5
GSP-21-20-031	L-GSP-21-20-031	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	5
GSP-22-17-020	L-GSP-22-17-020	2000	1,7	0,21"(0,53mm)	20	2	-
GSP-22-17-030	L-GSP-22-17-030	2000	1,7	0,21"(0,53mm)	30	2	-
GSP-22-20-020	L-GSP-22-20-020	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	20	2	-
GSP-22-20-030	L-GSP-22-20-030	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	-
GSP-23-20-030	L-GSP-23-20-030	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	20
GSP-24-20-020	L-GSP-24-20-020	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	20	2	10
GSP-24-20-030	L-GSP-24-20-030	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	10
GSP-25-20-020	L-GSP-25-20-020	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	20	2	5
GSP-25-20-030	L-GSP-25-20-030	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	5
GSP-25-20-031	L-GSP-25-20-031	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	5
GSP-26-20-020	L-GSP-26-20-020	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	20	2	15
GSP-26-20-030	L-GSP-26-20-030	2000	2,55\2,05	0,35"(0,89mm)	30	2	15


M.G. LORENZATTO
SCHEDA TECNICA
Sfinterotomi monouso

Medi-Globe

GSP-27-20-030	L-GSP-27-20-030	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	30	3	5
GSP-31-20-020	L-GSP-31-20-020	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	20	3	5
GSP-31-20-025	L-GSP-31-20-025	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	25	3	5
GSP-31-20-030	L-GSP-31-20-030	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	30	3	5
GSP-32-20-020	L-GSP-32-20-020	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	20	3	5
GSP-32-20-025	L-GSP-32-20-025	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	25	3	5
GSP-32-20-030	L-GSP-32-20-030	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	30	3	5
GSP-32-20-031	L-GSP-32-20-031	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	30	3	5
GSP-34-20-020	L-GSP-34-20-020	2000	2,5512,05	0,35"(0,89mm)	variabile	2	-

Dimensioni e specifiche sfinterotomi a filo guida corto "Short Track System"

Codice Prodotto	Codice Fornitore	Lunghezza catetere (mm)	Diametro catetere (mm)	Compatibilità con filo guida	Lunghezza filo di taglio (mm)	N° lumi	Lunghezza punta (mm)
GSP-41-25-020	L-GSP-41-25-020	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	20	3	5
GSP-41-25-020PS	L-GSP-41-25020PS	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	20	3	5
GSP-41-25-020PL	L-GSP-41-25-020PL	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	20	3	5
GSP-41-25-025	L-GSP-41-25-025	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	25	3	5
GSP-41-25-025PS	L-GSP-41-25025PS	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	25	3	5
GSP-41-25-025PL	L-GSP-41-25-025PL	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	25	3	5
GSP-41-25-030	L-GSP-41-25-030	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	30	3	5
GSP-41-25-030PS	L-GSP-41-25030PS	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	30	3	5
GSP-41-25-030PL	L-GSP-41-25-030PL	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	30	3	5
GSP-42-25-020	L-GSP-42-25-020	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	20	3	5
GSP-42-25-020PS	L-GSP-42-25020PS	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	20	3	5
GSP-42-25-020PL	L-GSP-42-25-020PL	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	20	3	5
GSP-42-25-025	L-GSP-42-25-025	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	25	3	5
GSP-42-25-025PS	L-GSP-42-25025PS	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	25	3	5
GSP-42-25-025FL	L-GSP-42-25-025PL	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	25	3	5
GSP-42-25-030	L-GSP-42-25-030	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	30	3	5
GSP-42-25-030PS	L-GSP-42-25030PS	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	30	3	5
GSP-42-25-030PL	L-GSP-42-25-030PL	2000	2,5512,05	.035"(0,89mm)	30	3	5

13. Materiali

Componenti prodotto	Materiali
Tubo catetere	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Guarnizione in silicone	Silicone
Treccia	Acciaio inossidabile
Manicotto	Acciaio inossidabile
Stabilizzatore filo	Acciaio inossidabile
Stabilizzatore di calore	Acciaio inossidabile
Componenti del file di taglio	Acciaio inossidabile
Connettore HF	Argento Nickel - placcato
Impugnatura	POM
Connettore (GW-Sphn.)	MABS: Metil-Stirene polimero metacrilato-butadiene
Connettore (Standard Sphn.)	Polipropilene (CPP)
Strumento per filo corto	Policarbonato (PC) Polipropilene (PP)

M G LORENZATTO

SCHEDA TECNICA
Sfinterotomi monouso

 Medi-Globe

Protezione della curva	Termopastica Poliuretano – Elastomero (TPE – U)
Protezione del connettore (HF)	PVC
Restringimento del tubo	Polyolefin

14. CODICE CND: G03040299

CODICE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI: 124306

15. Altri dettagli tecnici:

Tutti i prodotti vengono usati con corrente ad alta frequenza	
Tutti i prodotti possono ruotare, eccetto:	<ul style="list-style-type: none">▪ GSP-11-17-015 ; GPS-11-17-010 ; GPS-11-17-005; GSP-12-18-004 ; GSP-13-17-015
Tutti i prodotti consentono introduzione del mezzo di contrasto, eccetto:	<ul style="list-style-type: none">▪ GSP-12-18-004
Ago di taglio con diverse lunghezze	<ul style="list-style-type: none">▪ GSP-11-17-015 ; GPS-11-17-010 ; GPS-11-17-005
Connettore HF senza impugnatura	<ul style="list-style-type: none">▪ GSP-12-18-004

16. Indicazioni

- Occlusione delle vie biliari e drenaggio con endoprostesi transpapillari o stent naso biliari;
- Ostruzione da parte di un calcolo delle vie biliari;
- Impianto di endoprotesi nei dotti biliari per stenosi o drenaggio del dotto;
- Estrazione di concrezioni nei dotti biliari, pancreatiti acute o croniche;
- Tumori della papilla;
- Impianto di endoprotesi nei dotti pancreatici per stenosi da pancreatite cronica;
- Diagnosi in colangio-pancreatografia

17. Controindicazioni

- Problemi di coagulazione e cicatrizzazione delle ferite

18. Confezione sterile/non-sterile

Sterile

19. Metodo di sterilizzazione

Ossido di etilene

In accordo con DIN EN ISO 11135-1

Non può essere re-sterilizzato

20. Impianto di sterilizzazione

vedi la validazione di sterilizzazione corrente

21. Organismo notificatore

vedi la validazione di sterilizzazione corrente

22. Confezionamento

n° 1 pcs per bustina

23. Materiale/misura
dell'imballaggio

Busta sterile (250mm x 40mm)



M.G. LORENZATTO

SCHEDA TECNICA
Sfinterotomi monouso



Medi-Globe

24. Condizioni di imballaggio	Classe ISO 8 in acc. con ISO 14844-1
25. Confezionamento	
Primario:	Busta singola sigillata con lato trasparente e lato di carta per sterilizzazione riportante etichetta e n°3 stickers adesivi con codice e lotto articolo
Secondario:	Scatola di cartone riportante etichetta con codice articolo e n°3 stickers adesivi
26. Data introduzione sul mercato:	
Italiano:	2002
Estero:	2001
27. Speciali condizioni di stoccaggio	Conservare in luogo asciutto, fresco e pulito e lontano dalla luce diretta del sole, calore e/o fumi chimici.
28. Scadenza	5 anni
29. Biocompatibilità	In accordo con: EN ISO 10993
30. FDA cleared	K061684
31. Azienda produttrice:	MEDI-GLOBE GmbH, Medi-Globe Strasse 1-5 83161 ACHEINMUEHLE -- GERMANY
32. Azienda distributrice:	M.G. Lorenzatto S.r.l. Corso Vercelli 28-30 10078 Venaria Reale (TO)

MG LORENZATTO srl

APPARECCHIATURE E ACCESSORI
PER LA CHIRURGIA E L'ENDOSCOPIA

Capitale Sociale € 3.250.000 Interamente Versato
10078 VENARIA REALE (TO) – CORSO VERCELLI 28 - 30
TELEF. (+39) 011 770.5.770 fax (+39) 011 770.5.757
EMAIL: lorenzatto@lorenzatto.com
WEB: www.lorenzatto.com
ISCRITTA AL R.E.A. DI TORINO CON N. 228207
ISCRITTA AL REG. IMPRESE DI TORINO CON N. 00458450012
COD.FISC./P.IVA 00458450012




DOCUMENTO DI TRASPORTO

N.ORD. 01/0/ 3974	DATA 17/07/2019	FATI. 1	CODICE FISCALE/PARTITA IVA 02201130610
SPEDIZIONE URGENTE			
PORTO PORTO FRANCO			
VOCATO DIPARTIMENTO 30427957			

DESTINATARIO AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNA E SAN SEBASTIANO	031120
VIA PALASCIANO 81100 CASERTA	CE
DESTINAZIONE M01 MAGAZZINO FARMACIA PRESIDIO OSPEDALIERO	008452
GASTROENTEROLOGIA	
VIA TESCIONE 81100 CASERTA	CE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UN.MIS.	QUANTITA'	NOTE
L-GSP-31-20-020	Ns.Ordine: 019/003889 Del 16/07/2019 CIG:20428BDAE6 SFINTEROTOMO TRE LUMI TAGLIO 20MM C /MANICO M/USO Lotto:G1826956 • Sc.31/10/23 • IL CODICE INDICATO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE L-SF20301-M	NR	20	A SALDO

ASSETTO ESTERNO DEI BENI				NUMERO DEL COLLI
TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE		<input type="checkbox"/> DESTINATARIO	<input type="checkbox"/> PIEMONTE (Asti e Vercelli)	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
FIRMA DEL CONDUCENTE		FIRMA DEL DESTINATARIO		
V	DITTA BARTOLINI INTERPORTO SITO	DATA E ORA DEL RITIRO 18/07/2019 U.O.C. FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA STACCHETTA CON RISERVA DI CONTROLLO 18/07/2019		
TIPO: T:	18/07/2019			



Agenzia Operativa
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
Via Cavour 12 - 81100 Caserta
tel. 081.52.00.000

ORDINE D'ACQUISTO

Num.	Data	Pag.
30427957	10/07/2019	1 di 1

P.IVA: 02201130610

SERVIZIO:	FARMACIA S.ANNA S.SEBASTIANO		SPETT.LE:		
RIFERIMENTO:	Caiola Gabriella		M.G. LORENZATTO S.R.L. CORSO VERCELLI 28-30 10078 VENARIA REALE TO		
	Tel.		Tel. 0117705770 Fax 0117705757		
RIF. ENTE:	-	CONSEGNA:	FARMACIA A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO VIA TESCIONE - 81100 CASERTA		
		ORARI:	08.30 - 13.30 da Lunedì a Venerdì		
		TERMINI CONSEGNA:	Consegna porto franco ed imballo compreso		
CONTRATTO: Num. 46/26181 Data: 09/07/2019 Vs. Rif. CIG: Z0428BDAE6					

N.	DESCRIZIONE MERCE	QTA	U.M.	PREZZO	CONSEGNA	P. TOTALE	IVA
1	G03040289 Cod. 483234 - Sfinterotromi a tre lumi Medi Globe GMBH Cod.For. L-SF202031-M Cod.Rep 124306 Cod.Prod. L-SF202031-M CDC: FB040102 GASTROENTEROLOGIA - DH/DS	20,00	PZ	112,000000	11/07/2019	2.240,00	22

Note:

DETTAGLIO ALIQUOTE IVA			
IMPONIBILE	%IVA	IVA	TOTALE
2.240,00	22	492,80	2.732,80
		TOTALI	
2.240,00		492,80	2.732,80

IL DIRETTORE

Condizioni generali d'acquisto:

L'Azienda si riserva il diritto di rifiutare le consegne non fatte in tempo utile e non corrispondenti a campione.

La fattura deve obbligatoriamente riportare in modo corretto il numero e la data del ns. Ordine, numero e data delle bolle di consegna.

Pagamento: i termini di pagamento sono disciplinati dal Dlgs. 231/2002, così come modificato dal Dlgs.192/2012 (salvo diverse condizioni contrattuali pattuite). Le fatture dovranno riportare tale clausola. Ogni diversa indicazione dei termini di pagamento è inefficace.



**Azienda Ospedaliera
di Caserta**

'Sant'Anna e San Sebastiano'

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE



U.O.C. Farmacia

Caserta, 22/07/2019

Al Direttore U.O.C.
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Oggetto: Ditta M.G. Lorenzatto srl – sostituzione codice.


Si allega la mail della ditta M.G. Lorenzatto srl del 22/07/2019 relativa alla sostituzione del prodotto "sfinterotomo" codice L-SF20301-M con il nuovo codice L-GSP-31-20-020 del quale si invia la scheda tecnica.

Tanto al fine di consentirvi di effettuare la valutazione del dispositivo e, successivamente di comunicarci l'accettazione o meno del nuovo codice.

Si resta in attesa di riscontro

Direttore U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Anna Dello Stritto



U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Direttore dr. Prof. Rosario CUOMO

Spedite Farmacia

Oggetto: conformità prodotto da sostituire

In riferimento alla nota Protocollo N. 20219 del 23/07/2019 dalla Farmacia, della Ditta Lorenzatto, relativa alla sostituzione di un prodotto fuori produzione presente nell'attuale gara prorogata, tra i prodotti indicati dalla medesima ditta a parità di costo del codice aggiudicato precedentemente, si indica quanto segue:

- * Codice Prodotto Richiesto: L-SF20301-M;
- * Codice Prodotto offerto e conforme: L-GSP-31-20-020.

Cordialità

Caserta, 22/07/2019

BUONI CONSUMI
TUTTI I PRODOTTI SONO
PRODUZIONE ITALIANA
Prot n. 1802 - 26/07/19

IL DIRETTORE UOC
A.O.N.S. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O.C. Gastroenterologia
Endoscopia Digestiva
Dott. Prof. Rosario Cuomo

Tel. Direttore 0823 232402 – Tel Coordinatore Infermieristico 0823 232497 – Tel Medicineria 0823 232403
Tel Day Hospital 0823 232907 – Tel. Endoscopia Digestiva 0823 232360

e-mail Direttore, fl. rcp.cuomo@oamcaserta.it

Da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "gest.ordini@pec.lorenzatto.com" <gest.ordini@pec.lorenzatto.com>
Data martedì 27 agosto 2019 - 09:24

Sostituzione codice gara Endoscopia Digestiva

In riferimento alla Vs. mail del 22.07.2019 con la quale comunicavate la sostituzione del codice L-SF20301-M con il nuovo codice L-GSP-31-20-020 si chiede se la sostituzione avviene alle stesse condizioni economiche di gara.

Distinti Saluti

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **Re: Sostituzione codice gara Endoscopia
digestiva**

Mittente <ordini.clienti@lorenzatto.com>

Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Cc Giulio <giulio.orecchia@lorenzatto.com>

Data 28/08/2019 09:38



ALLEGATO N.5

Buongiorno,
confermiamo che la sostituzione avviene mantenendo lo stesso prezzo.

Cordiali saluti.

Patrizia Savettiere
Ufficio Gestione Ordini
M.G. Lorenzatto s.r.l.
Tel. 011.7705724

I suoi dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. A questo proposito, la invitiamo a prendere visione dell'apposita Informativa Privacy <http://www.lorenzatto.com/GDPR/Informativa.Clienti.Fornitori.pdf>.

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio. Qualora ricevete questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema; costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE 679/2016 il conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse.

The information contained in this email is intended only for its addressee and may contain confidential and/or privileged information. If the reader of this email is not the intended recipient, you are hereby notified that reading, saving, distribution or use of the content of this email in any way is prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender and delete the email. We use updated antivirus protection software. We do not accept any responsibility for damages caused anyhow by viruses transmitted via email.

----- Messaggio originale -----

Da: provveditorato@ospedale.caserta.it
A: gest.ordini@lorenzatto.com
Invia: 27/08/2019 12:35:17
Oggetto: Sostituzione codice gara Endoscopia digestiva

In riferimento alla Vs. mail del 22.07.2019 con la quale comunicavate la sostituzione del codice L-SF20301-M con il nuovo codice L-GSP-31-20-020 si chiede se la sostituzione avviene alle stesse condizioni economiche di gara.

Distinti Saluti

UOC Provveditorato ed Economato



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 481 del 04/09/2019

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013
– SOSTITUZIONE CODICE DITTA M.G. LORENZATTO SRL.**

In pubblicazione dal 04/09/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere