



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 180 del 02/04/2020**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE  
ELETTROMEDICALI, ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE\_14/2020**

---

**Oggetto:** INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI, ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE\_14/2020

### **IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita inizialmente dalla società Hospital Consulting S.p.a. e successivamente gestita autonomamente dalla scrivente u.o.c. per motivi di economicità e razionalizzazione della spesa ed il relativo esito.

#### **1. U.O.C. ORTOPEDIA**

- 1.1. Con richiesta sul portale Biogest del 24.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:
  - 1.1.1.n.1 Artroscopio marca Stryker corp mod.502-104-030, matr. 1372012, n.inv. T005246;
- 1.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 23.03.2020, trasmetteva richiesta di intervento tecnico;
- 1.3. con la predetta nota la Hospital Consulting trasmetteva preventivo di riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata richiesto alla società Stryker, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione, rif. protocollo n.032CR/20 dell’11.03.2020, per un importo complessivo di € 1.250,00, oltre i.v.a.;
- 1.4. dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.032CR/20 dell’11.03.2020, presentato dalla società Stryker, per un importo complessivo totale pari ad € 1.525,00, i.v.a 22% compresa.

#### **2. U.O.C. ORTOPEDIA**

- 2.1. Con richiesta sul portale Biogest del 24.02.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:
  - 2.1.1.n.1 Manipolo motorizzato per Chirurgia ortopedica marca Stryker Corp, mod.5400-99 CORE UNIVERSAL DRIVER, matr.10911804043, n.inv.T005443;
- 2.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 23.03.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico;
- 2.3. con la predetta nota la Hospital Consulting trasmetteva preventivo di riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata richiesto alla società Stryker, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione, rif. n.6935612 del 10.03.2020, per un importo complessivo di € 1.925,00 oltre i.v.a.;

#### *Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

2.4. dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.6935612 del 10.03.2020, presentato dalla società Stryker, per un importo complessivo totale pari ad € 2.348,50, i.v.a 22% compresa.

### **3. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA**

3.1. Con richiesta sul portale Biogest del 23.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M 1771 A PAGE WRITER 200, n.inv.T001288;

3.1.1.Kit 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT;

3.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 25.03.2020, trasmetteva richiesta di intervento tecnico;

3.3. con mail del 26.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva a n.2 società, Omnicellteria e Philips Medical systems, preventivo per la fornitura di n.1 kit 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT;

3.4. con mail del 26.03.2020, la società Omnicellteria ha trasmesso preventivo n.2786 del 26.03.2020 per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 28,00, oltre i.v.a.;

3.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.2786 del 26.03.2020 presentato dalla società Omnicellteria, per un importo complessivo totale pari ad € 34,16, i.v.a 22% compresa.

### **4. U.O.C. PRONTO SOCCORSO**

4.1. Con richiesta sul portale Biogest del 24.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di fornitura materiale consumabile di seguito specificato, per riparazione di n.1 monitor multiparametrico, marca Datascope, mod. Spectrum n.inv.T001936:

4.1.1.n.1 cavo base SPO2 RDSET, cod. originale 4081;

4.1.2.n.1 sensore SPO2 RDSET, cod. originale 4050;

4.2. al fine di provvedere in merito, con nota del 25.03.2020, la società Hospital Consulting, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico;

4.3. con mail del 26.03.2020, la scrivente u.o.c. formulava a n.3 società, Logic, Omnicellteria e Tecno Systems, richiesta di preventivo per fornitura materiale consumabile per la riparazione della sopraccitata apparecchiatura;

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- 4.4. con mail del 26.03.2020, la società Omniacellteria ha trasmesso preventivo n.2787 del 26.03.2020 applicando allo stesso uno sconto del 30%, per la fornitura di materiale consumabile per la riparazione dell’apparecchiatura sopraccitata, per un costo complessivo pari ad € 374,50, oltre i.v.a.;
- 4.5. dovendo procedere alla fornitura di materiale consumabile per la riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.2787 del 26.03.2020, scontato del 30%, presentato dalla società Omniacellteria per un importo complessivo totale pari ad € 423,95, i.v.a 22% compresa.

## **5. U.O.S.D. ELETROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE**

- 5.1. Con richiesta sul portale Biogest del 02.03.2020, la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:
  - 5.1.1.n.1 Poligrafo Mennen Medical Ltd mod. HORIZON XVU matr. 8881705080C, n.inv.T004482;
- 5.2. al fine di provvedere in merito, la società Hospital Consulting, con nota del 20.03.2020, trasmetteva la richiesta di intervento tecnico;
- 5.3. con la predetta nota la Hospital Consulting trasmetteva richiesta di preventivo dell’apparecchiatura sopraccitata richiesto alla società Manta, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione, rif. n.200023/AT/AF/af – BIS del 26.03.2020, per un importo complessivo di € 523,00 oltre i.v.a.;
- 5.4. con mail del 26.03.2020, la scrivente u.o.c. richiedeva alla società Manta, l’invio del preventivo trasmesso alla società Hospital Consulting rif. n.200023/AT/AF/af – BIS del 26.03.2020 intestandolo a questa Azienda Ospedaliera per la riparazione dell’apparecchiatura in questione e contestualmente l’applicazione di uno sconto;
- 5.5. con mail del 26.03.2020, la società Manta ha trasmesso preventivo n.200023/AT/AF/af – BIS del 26.03.2020 per la riparazione dell’apparecchiatura in questione, con uno sconto applicato del 10%, per un costo complessivo, pari ad € 470,70, oltre i.v.a.;
- 5.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il preventivo n.200023/AT/AF/af – BIS del 26.03.2020 presentato dalla società Manta, con uno sconto applicato del 10%, per un importo complessivo totale pari ad € 574,25, i.v.a 22% compresa.

## **6. U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

- 6.1. Con richiesta sul portale Biogest del 28.01.2020 la u.o.c. in parola ha fatto pervenire richiesta di riparazione dell’apparecchiatura di seguito specificata:

*Determinazione Dirigenziale*

- 6.1.1. Tomografo assiale computerizzato superiore o uguale a 64 strati e inferiore a 128 strati marca GE Healthcare, mod. Lightspeed VCT matr. 23229YC8, n.inv. T004071;
- 6.2. con nota del 28.01.2020 la società Hospital Consulting ha formulato richiesta di preventivo alla società GE Healthcare, casa costruttrice dell’apparecchiatura in questione, per un intervento di riparazione;
- 6.3. con mail del 26.03.2020, la società Hospital Consulting ha trasmesso a questa u.o.c. consuntivo di riparazione pervenuto dalla società GE Healthcare effettuato sull’apparecchiatura di seguito specificata, con uno sconto applicato del 15%, rif. n.87672861/03 del 26.3.2020, per importo complessivo pari ad € 1.161,42, oltre i.v.a.;
- 6.3.1. Tomografo assiale computerizzato superiore o uguale a 64 strati e inferiore a 128 strati, marca GE Healthcare, mod. Lightspeed VCT matr. 23229YC8, n.inv. T004071;
- 6.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere alla riparazione dello strumentario *de quo*, si approva il consuntivo di riparazione rif. n. 87672861/03 del 26.03.2020, presentato dalla società GE Healthcare, con uno sconto applicato del 15%, per un importo complessivo totale pari ad € 1.416,94 i.v.a 22% compresa.

**TABELLA N°1 RIEPILOGO INTERVENTI**

N°	Società	Bene/i oggetto dell’intervento	Offerta/Preventivo	U.O.C./U.O.S.D. Utilizzatore Bene	Prezzo senza i.v.a.
1	STRYKER	Riparazione n.1 Artroscopio marca Stryker corp mod. 502-104-030, matr. 1372012, n.inv. T005246	Preventivo n. prot. 032CR/20 dell’11.03.2020	Ortopedia	€ 1.250,00
2	STRYKER	Riparazione n.1 Manipolo motorizzato per chirurgia ortopedica marca Stryker corp mod. 5400-99 CORE UNIVERSAL DRIVER, matr.10911804043 n.inv. T005443	Preventivo n.6935612 del 10.03.2020	Ortopedia	€ 1.925,00
3	OMNIACELL TERTIA	Fornitura mat. Consumabile – n.1 KIT 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT	Preventivo n.2786 del 26.3.2020	Cardiochirurgia	€ 28,00
4	OMNIACELL TERTIA	Fornitura mat. Consumabile – n.1 cavo base SPO2 RDSET cod. originale 4081;	Preventivo n.2787 del 26.3.2020 con sconto applicato del 30%	Pronto soccorso	€ 374,50

*Determinazione Dirigenziale*

		n.1 sensore SPO2 RDSET cod. originale 4050			
5	MANTA	Riparazione n.1 Poligrafo marca Mennen Medical Ltd mod. HORIZON XVU matr.8881705080C, n.inv. T004482	Preventivo n.200023/ AT/AF/af – BIS del 26.3.2020 con sconto del 10% concesso con mail del 26.3.2020	Elettrofisiologia ed elettrostimolazione	€ 470,70
6	GE HEALTHCAR E	Riparazione n.1 tomografo assiale computerizzato superiore o uguale a 64 strati e inferiore a 128 strati marca GE Healthcare mod. Lightspeed VCT matr.23229YC8, n.inv. T004071	Consuntivo n. 87672861/03 del 26.3.2020 con sconto applicato del 15%	Diagnostica per immagini	€ 1.161,42
<b>Totale senza I.V.A.</b>					€ 5.209,62
<b>I.V.A. 22%</b>					€ 1.146,12
<b>Totale I.V.A. 22% compresa</b>					€ 6.355,74

### Visti

- il D.Lgs. 163/2006;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del 23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

### Rilevato

che la spesa complessiva derivante dall’approvazione di ciascuna delle offerte in pre messa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

### Ritenuto

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in pre messa, riportate nella tabella 1;

### Considerato

*Determinazione Dirigenziale*

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

**DETERMINA**

**di approvare** la narrativa, e per gli effetti:

- approvare le offerte riportate in premessa relative a fornitura di materiale di consumo per riparazione di apparecchiature elettromedicali e riparazione di apparecchiature elettromedicali;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 5.209,62 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 6.355,74 iva compresa, come di seguito indicato:  
 -€ 6.355,74 i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 5030301010 – MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI - del corrente bilancio;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni *de quibus* i CIG riportati nella tabella 2, di seguito specificata:

**Tabella 2**

<b>INTERV. N°</b>	<b>SOCIETA’</b>	<b>IMPORTO I.V.A. 22% ESCLUSA</b>	<b>IMPORTO I.V.A. 22% COMPRESA</b>	<b>CIG</b>
1	STRYKER	€ 1.250,00	€ 1.525,00	<b>ZAD2C8E419</b>
2	STRYKER	€ 1.925,00	€ 2.348,50	<b>ZE42C8E437</b>
3	OMNIACELL TERTIA	€ 28,00	€ 34,16	<b>Z982C8E452</b>
4	OMNIACELL TERTIA	€ 374,50	€ 423,95	<b>Z572C8E473</b>
5	MANTA	€ 470,70	€ 574,25	<b>ZC82C8E483</b>
6	GE HEALTHCARE	€ 1.161,42	€ 1.416,94	<b>Z0F2C8E4A7</b>

- prevedere per le forniture e le riparazioni *de quibus* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di Gestione;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.  
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
Via F. Palasciano  
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**  
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 23/03/2020  
W2003217

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.  
**Arroscopio Stryker Corp mod. 502-104-030 matr. 1372012 n°inv. T005246 in dotazione al reparto Ortopedia.**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2020/00217 del 24/02/2020 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra anomalia nel sistema ottico.

Pertanto si trasmette una richiesta di preventivo di riparazione alla casa costruttrice, che ha prodotto un preventivo pari a € 1.250,00 oltre IVA.

Lo strumento non essendo in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.  
ing. Maurizio Caputo



**Allegati:**

- Nota STRYKER
- FdL

W2003217

**ProCare Services**

Spett.le  
**HOSPITAL CONSULTING**  
**C/O A.O. CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**NAPOLI**

Ns protocollo n. 032CR/20 Del 11.03.2020  
**Da citare in qualsiasi comunicazione relativa alla presente offerta**

**OGGETTO: 2020/00217**  
Offerta Economica per la fornitura di materiale di marca Stryker ® mediante Change Repair

La Società Stryker Italia S.r.l. S.U. con Sede Legale e Amministrativa in Formello (RM), Via degli Olmetti 1, Cap 00060, Codice fiscale 12572900152 e Partita IVA 06032681006, iscritta al n° 12572900152 del Registro delle imprese di Roma, trasmette la propria migliore offerta per la fornitura dei prodotti di cui all'elenco allegato.

**Condizioni di fornitura**

- ❖ Porto ed imballo Gratuiti
- ❖ I.V.A. a termini di legge
- ❖ Garanzia 3 mesi
- ❖ Pagamento 90 gg. D.F.
- ❖ Sconto **Si precisa che i prezzi indicati sono da intendersi comprensivi dello sconto**
- ❖ In caso di ritardato pagamento gli interessi saranno calcolati sulla base dell'ex D. Lgs. N.231/02 art. 5.
- ❖ Confezioni: i prodotti offerti si riferiscono a confezioni singole se non diversamente indicato.

**Condizioni generali di vendita**

Consultabili sul sito internet [www.stryker.it](http://www.stryker.it) nella sezione "operatori settore medico"

Si dichiara che il materiale offerto è realizzato presso gli stabilimenti della Stryker Corporation ed è **distribuito in esclusiva** per la Vs. zona dalla Stryker Italia srl. È inoltre **conforme** alla direttiva 93/42/CE e al D.L. 46/97 inerenti alla **marcatura CE**.

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito alla **"tracciabilità dei flussi finanziari"**, si riportano i seguenti dati:

**Banche Utilizzate:**

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Bank of America – Milano | Iban: IT62V0338001600000012411016 |
| - Intesa San Paolo – Roma  | Iban: IT57A0306905077100000006351 |

Si prega di utilizzare il conto della Bank of America per i bonifici a nostro favore come indicato in fattura.

**Stryker Italia s.r.l. S.U.**

**Sede Legale:** Via A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM) – Italia – Tel. +39 06 94500700  
**Magazzino e Servizio Tecnico:** Via degli Olmetti, 1 – 00060 Formello (RM) – Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A. RM908791

Sede Legale: Via A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT0906000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation – 2825 Airview Boulevard – Kalamazoo, MI 49002

➤ Persone Autorizzate Ad Operare Sui C/C Bancari:

- Nome: **Francesco**, Cognome: **Fasson**, nato a Roma, il 26/02/1959, residente a Roma, Via Guido Castelnuovo 6 – cap 00146 – Codice fiscale FSSFNC59B26H501Z - Nazionalità: italiana - in qualità di procuratore con poteri di rappresentanza – validità: sino a nuova revoca.
- Nome: **Gabriella**, Cognome: **Leonardi**, nata a Roma, il 23/03/1972, residente a Roma, Largo Rina Morelli 15 - cap 00139 – Codice fiscale LNRGRL72C63H501D - Nazionalità: italiana - in qualità di procuratore speciale – validità: fino a revoca.
- Nome: **Francesco**, Cognome: **Azzena**, nato all'Aquila, il 19/05/1982, residente a Sant'Andrea di Torrile (Parma), Via Rigoni Luce 18,- cap:43056- codice fiscale ZZNFNC82E19A345P Nazionalità: italiana – in qualità di Consigliere – validità: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.
- Nome: **Stuart Alexander John**, Cognome: **Silk**, nato a Croydon (Regno Unito), il 25/11/1968, Nazionalità: inglese - Codice fiscale SLKSRT68S25Z114Z – Residente in Amsterdam, Johannes Verhulststraat 193 hs 1075HA, Olanda, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione – validità: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.
- Nome: **Gianfranco**, Cognome: **d'Alessio**, nato a Nairobi (Kenia), il 18/12/1962, residente a Roma, Via Gorgia di Leontini 330 - cap: 00124 – codice fiscale DLSGFR62T18Z322A - Nazionalità: italiana – in qualità di Amministratore Delegato e Datore di Lavoro – data conferimento poteri: 10/06/2016 -validità: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018

**Denominazione della Società:** Stryker Italia S.r.l. S.U.; **Sede Legale e Sede Amministrativa:** Via degli Olmetti 1, 00060 Formello (RM); **Codice fiscale:** 12572900152; **Partita IVA:** 06032681006; **Iscritta al n° 12572900152 del Registro delle imprese di Roma;** **Ufficio delle imposte territoriali competente:** Ufficio RM3 – Via di Settebagni 384, 00100 ROMA; **Matricola INPS:** 7040034154/004 dal 05.12.1998; **Codice Ditta INAIL:** 05322404; **Posta certificata:** [customercare.pec@strykeritalia.legalmail.it](mailto:customercare.pec@strykeritalia.legalmail.it).

**Recapito a cui inviare eventuali comunicazioni:**


- Ufficio Assistenza Tecnica: Tel. 06/901041 – 06/90104898 – 06/90104822 - Fax 06/90401038  
Email: [emea.rom.ccm@stryker.com](mailto:emea.rom.ccm@stryker.com)

Roma, 11/03/2020

PER ACCETTAZIONE  
Data, Timbro e Firma

STRYKER ITALIA SRL S.U.

STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  
PROCURATORE  
GAETANO DONATELLI



**Stryker Italia s.r.l. S.U.**

**Sede Legale:** Via A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM) – Italia – Tel. +39 06 94500700  
**Magazzino e Servizio Tecnico:** Via degli Olmetti, 1 – 00060 Formello (RM) – Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Via A. G. Eiffel, 13\15 – 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation – 2825 Airview Boulevard – Kalamazoo, MI 49002

Ns protocollo n. 032CR/20 Del 11.03.2020  
Da citare in qualsiasi comunicazione relativa alla presente offerta

**DETTAGLIO OFFERTA**

Descrizione	Codice	Prezzo unitario a Voi riservato	Q.tà	IVA	CND	RDM
HD 4MM X 30 ARTH. SPEEDILOCK AC	0502104030R	€ 1.250,00	1	22%	Z12021101	1431276

Totale della fornitura (Iva esclusa): € 1.250,00

Roma, 11/03/2020

Si comunica che la proposta di change repair - come da prezzo sopra riportato - si intende valido solo ed esclusivamente previo ritiro di ottiche danneggiate di Vostra proprietà, di cui si riporta di seguito dettaglio e serial number:

- Codice 0502104030 Serial Number 1372012

In caso di accettazione si prega voler restituire la presente debitamente timbrata e sottoscritta al fax 06/87500998 oppure tramite posta elettronica a: [emea.rom.ccm@stryker.com](mailto:emea.rom.ccm@stryker.com). Nel caso in cui la presente offerta non venga restituita controfirmata, l'invio di ordinativo d'acquisto verrà considerato da Stryker Italia Srl accettazione integrale della stessa.

PER ACCETTAZIONE  
Data, Timbro e Firma

STRYKER ITALIA SRL S.U.

STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  
PROCURATORE  
GAETANO DONATELLI



Si acconsente 26/03/2020

UOC Tecnologica - Società  
Integrativa Tecnologica e MTA  
R. Donatelli

**Stryker Italia s.r.l. S.U.**

**Sede Legale:** Via A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM) - Italia - Tel. +39 06 94500700  
**Magazzino e Servizio Tecnico:** Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.

P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152

Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791

Sede Legale: Via A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM)

R.A.E.E. IT09060000006107

Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta  
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

**DETtagli Intervento**

Codice 2020/00217/01  
Data Inizio 24/02/2020 Ora Inizio 10:04

Tipo Correttiva  
Data Fine 24/02/2020 Ora Fine 11:04

**DETtagli Apparecchiatura**

Codice Apparecchio T005246

Descrizione OTTICA RIGIDA

Costruttore STRYKER CORP

Modello 502-104-030

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano

Reparto ORTOPEDIA

Stanza STERILIZZAZIONE

Matricola 1372012

Inventario Ente

**Guasto Riscontrato**

Anomalia nel sistema ottico

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Si ritira per riparazione cesa madre

Ora lavoro 01:00

Ora viaggio 00:00

**ESITO INTERVENTO**

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio

Firma Tecnico



Cognome Nome Utente GIAQUINTO

Firma Utente



Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
Via F. Palasciano  
81100 CASERTA

Alla c.a. **U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**  
Dir. Ing. Romallo Vittorio Emanuele

Caserta, 23/03/2020  
W2003227

Objetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

**Manipolo Motorizzato per Chirurgia Ortopedica Stryker Corp mod. 5400-99  
CORE UNIVERSAL DRIVER matr. 10911804043 n°inv. T005443 in dotazione al  
reparto Ortopedia.**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2020/00215 del 21/02/2020 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra anomalia di funzionamento.

Pertanto si trasmette una richiesta di preventivo di riparazione alla casa costruttrice, che ha prodotto un preventivo pari a € 1.925,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting S.p.A.  
Ing. Maurizio Caputo



**Allegati:**

- Nota STRYKER
- FdL

W2003227

# Offerta riparazione

Stryker Italia S.r.l.  
 Stryker Italia S.r.l.  
 Via A. G. Eiffel  
 13/15  
 00148  
 Italia  
 Tel :+390694500700  
 Fax :+390687500997

**stryker**<sup>®</sup>

Italia



Telefono servizio tecnico : 06 40 10 48 98  
 Fax servizio tecnico : 06 90 40 10 38

Numero richiesta servizio : 33345462  
 Numero ordine riparazione : 6935612  
 Data offerta : 10/03/2020  
 Pagina : 1 di 2

Fattura a:  
 A.O. CASERTA SANT'ANNA E SAN  
 SEBASTIANO  
 VIA TESCIONE  
 CASERTA, IT -81100  
 Italia

Cliente: A.O. CASERTA SANT'ANNA E SAN  
 SEBASTIANO  
 C/O SERVIZIO DI INGEGNERIA  
 CLINICA ING. APREA  
 PALAZZINA B I PIANO VIA  
 TESCIONE  
 CASERTA, CE -81100  
 Italia

Numero di  
 identificazione fiscale  
 cliente:

Conto cliente	IT003890	Ordine acquisto cliente	Rich 2020/20215
Nome incaricato		E-mail Stryker	emea.rom.com@stryker.com
Telefono		Offerta valida per (giorni)	15 Giorni
Fax		Termini pagamento	
Numero contratto		Descrizione contratto	

Codice Prodotto	Descrizione prodotto	Numero seriale / Numero lotto	Prezzo di listino del Nuovo Iva esclusa	Prezzo riparazione	Totale IVA inclusa
5400099000E	MANIPOLO CORE UNIV.DRIVER	0911804043	Obsoleto	1925,00	2348,50

Sconto totale globale applicato : 35 %

: Sostituzione del motore e della scheda di controllo. Revisione del gruppo trasmissione e  
 del blocco pulsanti. Il totale della riparazione è di 2.800,00€, il prezzo scontato a Voi  
 riservato è di 1.925,00€.

*Sì, autor. da 26/03/2020*

*Intervento di manutenzione e Giustificazione  
 innovazione Technologica e HTA  
 E Difesa*

# Offerta riparazione

Stryker Italia S.r.l.  
 Stryker Italia S.r.l.  
 Via A. G. Eiffel  
 13/15  
 00148  
 Italia  
 Tel :+390694500700  
 Fax :+390687500997

**stryker®**

Italia



Pagina : 2 di 2

Riferimento	Descrizione prodotto	Quantità	UM	Costo Unitario	Totale riga
FFMICRO-OI	FLAT FEE MICRO OI	1	EA	1625,00	1625,00
FUNC-CHK-INS-OI	FUNCTIONAL CHECK OI	1	EA	80,00	80,00
LABORWS-OI	LABOR WORKSHOP OI	2	HR	110,00	220,00

La Società non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato funzionamento in modo corretto e/o sicuro dei dispositivi medici e/o dei ricambi forniti laddove questi ultimi siano utilizzati, modificati, installati e/o sostituiti da personale non espressamente incaricato, istruito e/o autorizzato da Stryker (sia che si tratti di dipendenti della Società che di aziende terze).

**Condizioni generali:**

-Porto ed imballo gratuiti -Iva a termini di legge -I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura -In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora o di dilazione a seconda della previsione delle specifiche leggi regionali -Condizioni generali di vendita consultabili sul sito internet [www.stryker.it](http://www.stryker.it) nella sezione Operatori settore medico

Offerta accettata:  Sì  N.

Disposizione  
Sostituzione

Nome :

Firma :

Ordine acquisto  
cliente

Rich 2020/20215

Timbro cliente (se applicabile)

Stryker Italia S.r.l. S.U.

Procuratore

Gioia della Bruna

## DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2020/00215/01		Tipo Straordinaria
Data Inizio 24/02/2020	Ora Inizio 08:05	Data Fine 24/02/2020
		Ora Fine 09:05

## DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio S000001	Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano
Descrizione APPARECCHIO GENERICO	Reparto /
Costruttore /	Stanza -
Modello /	Matricola
	Inventario Ente

## GUASTO RISCONTRATO

Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

Anomalia nel sistema Elettrico/Elettronico

non gira

## DESCRIZIONE INTERVENTO

si rilira per riparazione casa madre

Ore lavoro 01:00

Ore viaggio 00:00

## ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio

Firma Tecnico



Cognome Nome Utente GIAQUINTO

Firma Utente



3



Oggetto R: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288  
 Mittente <commerciale@omniacellertia.it>  
 Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>  
 Data 26/03/2020 15:39

- Offerta 2786 del 26-03-2020.pdf (~305 KB)

Buongiorno,  
 in allegato ns. offerta ..

Cordiali Saluti,  
 Ufficio Commerciale

Omniacell Tertia Srl  
 Via Dante Alighieri 8, Barberino Val D'Elsa - (FI) - Italy  
 Tel: +39 055-8068060 - Fax: +39 055-8078382  
 Mail: [commerciale@omniacellertia.it](mailto:commerciale@omniacellertia.it)  
 Web: [www.omniacellertia.com](http://www.omniacellertia.com)

Riservatezza dei dati - Regolamento UE sulla privacy GDPR 2016/679  
 Le informazioni ed eventuali allegati contenuti nella presente comunicazione, sono riservati ad uso esclusivo dei destinatari.  
 Qualora questa e-mail fosse pervenuta per errore, preghiamo di eliminarla senza copiarla o inoltrarla a terzi.  
 Per ogni segnalazione a riguardo, gentilmente inviare un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

-----Messaggio originale-----

Da: [tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it)  
 <[tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it)>  
 Inviatto: giovedì 26 marzo 2020 14:54  
 A: [commerciale@omniacellertia.it](mailto:commerciale@omniacellertia.it)  
 Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288

Spett.le società,  
 si chiede preventivo per fornitura materiale di pezzi originali di seguito specificato,  
 per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod.  
 M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288, in dotazione alla u.o.c.  
 Cardiochirurgia:  
 - kit 10 adattatori cod. originale PG92Z/4 KIT.  
 Si chiede preventivo per soli pezzi ORIGINALI.  
 Si resta in attesa di un cortese e celare riscontro.  
 Distinti saluti

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
 Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
 Via Ferdinando Palasciano  
 81100 Caserta  
 C.F. e P. IVA: 02201130610



U.O. UOC Tecnologia Osp. - CE

C.A. (CE)

Telefono Fax

Oggetto: Preventivo di spesa per Kit adattatori ECG

Offerta Nr. 2786 del 26/03/2020

Riferimento vostra richiesta del 26/03/2020

A seguito Va. richiesta, la sottoscritta Lucia Vermigli, nata il 11/08/1954 a San Casciano Val di Pesa e residente in Colle di Val d'Elsa Via Pastergro n° 12, in qualità di Amministratore Unico della scrivente società, sottopone qui di seguito, alla Va. cortese attenzione, la propria migliore offerta e le relative condizioni commerciali.

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconti	Importo
PG-922/4KIT	KIT 10pcs ADATTATORI BOTTONE/BANANA (Colore: 6 BIANCHI, 1 NERO, 1 ROSSO, 1 VERDE, 1 GIALLO)	Pz	1,00	28,00		28,00

\* disponibili in pronta consegna \*

Si autocilla 27/3/2020

UOC Tecnologia Avanzata  
Innovazione Tecnologica di HTA  
Il Direttore

Tempi di consegna:

Offerta valida fino al 26/04/2020

Trasporto: Compreso

Pagamento: BONIFICO 60GG SPLIT PAYMENT

**Totale offerta IVA esclusa**

**28,00**

Tutte le parti di ricambio e gli accessori, sia originali che non originali, immessi in commercio sono conformi alle disposizioni Legislative vigenti.  
Avvertenza: Le caratteristiche tecniche generali riportate in questa offerta, sono formulate in base ai dati che ci avete fornito nella Va richiesta. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di qualsiasi forma per eventuali difficoltà al montaggio.  
Lasciamo a Voi la responsabilità di verificare all'atto della sostituzione la perfetta intercambiabilità del prodotto offerto.  
N.B. La presente offerta non deve considerarsi una proposta agli effetti dell'art. n.1326 e seguenti del Codice Civile.

Firma: Amministratore Unico Lucia Vermigli - (Documento non firmato in quanto trasmesso da PC)

**Omniacell Tertia Srl - Via Dante Alighieri, 8 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze)**

C.F. - P.Iva - Iscr. Registro Imprese: 01013500523 - R.E.A. 559821 C.C.I.A.A. di Firenze - Capitale sociale: € 25.822,84

Registro Nazionale Pile: IT09060P00000998 - Registro Nazionale AEE: IT0012000006402 - Contributo CONAI assolto ove dovuto

**INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY:**

i Voi dati esposti nel presente documento verranno utilizzati solo per i fini contabili ed amministrativi nel rispetto dell'Art. 13 D.Lgs 196/2003



Oggetto **richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <FAX\_OP.Servizio@philips.com>

Data 26/03/2020 14:52

---

Spett.le società,

si chiede preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288, in dotazione alla u.o.c. Cardiochirurgia:

- kit 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT.

Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.

Distinti saluti

--

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

Oggetto **richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <commerciale@omniacelltertia.it>

Data 26/03/2020 14:53

---



Spett.le società,  
si chiede preventivo per fornitura materiale di pezzi originali di seguito specificato, per riparazione ECG marca HEWLETT PACKARD CO mod. M1771 A PAGE WRITER 200 n.inv.T001288, in dotazione alla u.o.c. Cardiochirurgia:  
- kit 10 adattatori cod. originale PG922/4 KIT.  
Si chiede preventivo per soli pezzi ORIGINALI.  
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

N° RDA	2020/00345
Data	23/03/2020
Tecnico richiedente	SANTILLO ANTONIO
Classe	ECG
Produttore	HEWLETT PACKARD CO
Modello	M 1771 A PAGE WRITER 200
Etichetta	T001288
Inventario	29059
Reparto	CARDIOCHIRURGIA
N° richiesta Ingegneria Clinica	


Codice Parte originale	Codice Ing. Clinica	Q.tà	Descrizione	Ultima sostituzione
PG922/4 KIT		01	KIT 10 ADATTATORI	

Note

Eventuale fabbisogno per apparecchiature simili presenti in Azienda	
Numero apparecchiature presenti	Quantitativo m.d.c. necessario

med. HC del 25-3-2020

(4)



Oggetto R: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum n.inv.T001936  
Mittente <commerciale@omniacelltertia.it>  
Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>  
Data 26/03/2020 15:37

• Offerta 2787 del 26-03-2020.pdf (~305 KB)

Buongiorno,  
in allegato ns. offerta ..

Cordiali Saluti,  
Ufficio Commerciale

Omniacell Tertia Srl  
Via Dante Alighieri 8, Barberino Val D'Elsa - (FI) - Italy  
Tel: +39 055-8068060 - Fax: +39 055-8078382  
Mail: [commerciale@omniacelltertia.it](mailto:commerciale@omniacelltertia.it)  
Web: [www.omniacelltertia.com](http://www.omniacelltertia.com)

Riservatezza dei dati - Regolamento UE sulla privacy GDPR 2016/679  
Le informazioni ed eventuali allegati contenuti nella presente comunicazione, sono  
riservati ad uso esclusivo dei destinatari.  
Qualora questa e-mail fosse pervenuta per errore, preghiamo di eliminarla senza  
copiarla o inoltrarla a terzi.  
Per ogni segnalazione a riguardo, gentilmente inviare un messaggio di ritorno  
all'indirizzo e-mail del mittente.

-----Messaggio originale-----

Da: [tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it)  
<[tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it)>  
Invia: giovedì 26 marzo 2020 11:46  
A: [commerciale@omniacelltertia.it](mailto:commerciale@omniacelltertia.it)  
Oggetto: richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 monitor  
multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum n.inv.T001936

Spett.le società,  
si chiede preventivo per fornitura materiale, di pezzi originali, di seguito  
specificato, per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum  
n.inv.T001936, in dotazione alla u.o.c. Pronto  
soccorso:

- n.1 cavo base SPO2 RDSET cod. originale 4081;  
- n.1 sensore SPO2 RDSET cod. originale 4050.

Si chiede di trasmettere preventivo solo di pezzi ORIGINALI.  
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610



U.O. UOC Tecnologia Osp. - CE  
C.A. .  
Telefono

Oggetto: Preventivo di spesa per Cavo e sensore SpO2  
Offerta Nr. 2787 del 26/03/2020

Riferimento vostra richiesta del 26/03/2020

A seguito Vs. richiesta, la sottoscritta Lucia Vermigli, nata il 11/08/1954 a San Casciano Val di Pesa e residente in Colle di Val d'Elsa Via Pastrengo n° 12, in qualità di Amministratore Unico della scrivente società, sottopone qui di seguito, alla Vs. cortese attenzione, la propria offerta e le relative condizioni commerciali.

Spett.le  
AZIENDA OSPEDALIERA SANTANNA E  
SAN SEBASTIANO  
Via Tescione, 1328  
81100 Caserta

(CE)

Si autonome 27/3/2020

Technologie, Gestaltung  
und Technik in HTWK  
Dresden

Tempi di consegna:

Offerta valida fino al 26/04/2020

Trasporto: Compresso

Pagamento: BONIFICO BANCA SPLIT PAYMENT

**Totale offerta IVA esclusa**

374,50

Tutte le parti di ricambio e gli accessori, sia originali che non originali, immessi in commercio sono conformi alle disposizioni Legislative vigenti.  
Avvertenza: Le caratteristiche tecniche generali riportate in questa offerta, sono formulate in base ai dati che ci avete fornito nella Vs richiesta. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di qualsiasi forma per eventuali difficoltà al montaggio.  
Lasciamo a Voi la responsabilità di verificare all'atto della sostituzione la perfetta intercambiabilità del prodotto offerto.  
N.B. La presente offerta non deve considerarsi una proposta agli effetti dell'art. n.1326 e seguenti del Codice Civile.

Firma: Amministratore Unico Lucia Vermigli - (Documento non firmato lo avverte che non è stato

Omniacell Tertia Srl - Via Dante Alighieri, 10 - 20090 Cologno Monzese (MI) - Italy

055 - Pisa, Italy - 56124 - Via Giuseppe De Mattei, 10 - 56124 Pisa (Tuscany) - Italy - 050 - 56124 - Via Dante Alighieri, 6 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze)

010 - P.IVA e Iscr. Registro Imprese: 01013500523 - R.E.A. 659821 C.C.I.A.A. di Firenze - Capitale sociale: € 25.000,00

998 - Registro Nazionale AEE IT09120000006402 - Costituita CONVENZIONE

INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY:  
I Vai dati esposti nel presente documento verranno utilizzati solo per i fini contabili ed amministrativi nel rispetto dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003

Oggetto **richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum n.inv.T001936**  
Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>  
Destinatario <commerciale@tecnosystemsas.cloud>  
Data 26/03/2020 11:43



Spett.le società,  
si chiede preventivo per fornitura materiale di seguito specificato, per riparazione  
n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum n.inv.T001936, in dotazione  
alla u.o.c. Pronto soccorso:  
- n.1 cavo base SPO2 RDSET cod. originale 4081;  
- n.1 sensore SPO2 RDSET cod. originale 4050.  
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

Oggetto **richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum n.inv.T001936**  
Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>  
Destinatario <commerciale@omniacelltertia.it>  
Data 26/03/2020 11:45

---



Spett.le società,  
si chiede preventivo per fornitura materiale, di pezzi originali, di seguito  
specificato, per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum  
n.inv.T001936, in dotazione alla u.o.c. Pronto soccorso:  
- n.1 cavo base SPO2 RDSET cod. originale 4081;  
- n.1 sensore SPO2 RDSET cod. originale 4050.  
Si chiede di trasmettere preventivo solo di pezzi ORIGINALI.  
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

Oggetto **richiesta preventivo fornitura materiale per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum n.inv.T001936**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <sales@logic-medical.com>

Data 26/03/2020 11:47



Spett.le società,  
si chiede preventivo per fornitura materiale, di pezzi originali, di seguito  
specificato, per riparazione n.1 monitor multiparametrico marca Datascope mod.Spectrum  
n.inv.T001936, in dotazione alla u.o.c. Pronto soccorso:  
- n.1 cavo base SPO2 RDSET cod. originale 4081;  
- n.1 sensore SPO2 RDSET cod. originale 4050.  
Si chiede di trasmettere preventivo solo di pezzi ORIGINALI.  
Si resta in attesa di un cortese e celere riscontro.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

buone feste  
 alla car  
 lope

N° RDA	2020/00349
Data	24/03/2020
Tecnico richiedente	SANTILLO ANTONIO
Classe	MONITOR MULTIPARAMETRICO
Produttore	DATASCOPE
Modello	SPECTRUM
Etichetta	T001936
Inventario	32910
Reparto	PRONTO SOCCORSO
N° richiesta Ingegneria Clinica	

Codice Parte originale	Codice Ing. Clinica	Q.tà	Descrizione	Ultima sostituzione
4081		01	CAVO BASE SPO2 RDSET	
4050		01	SENSORE SPO2 RDSET	

Note

Eventuale fabbisogno per apparecchiature simili presenti in Azienda	Numero apparecchiature presenti	Quantitativo m.d.c. necessario

lista BIE del 25-3-2020

5



Oggetto R: richiesta preventivo per riparazione n.1  
poligrafo Mennen Medical Ltd mod. HORIZON  
XVU matr.8881705080C n.inv.T004482

Mittente MANTA Andrea Fisher <[andrea@manta.it](mailto:andrea@manta.it)>

Destinatario <[tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it)>

Cc 'Daniele Monti Manta' <[monti@manta.it](mailto:monti@manta.it)>

Data 26/03/2020 12:31

• 200023 Preventivo Riparazione PC modificato.pdf (~143 KB)

Buon giorno.  
Come da richiesta, allegiamo offerta modificata.

Cordiali saluti.

Andrea Fisher

-----Messaggio originale-----

Da: [tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it)  
(mailto:[tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it](mailto:tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it))  
Invia: giovedì 26 marzo 2020 11:11  
A: [sat@manta.it](mailto:sat@manta.it)  
Oggetto: richiesta preventivo per riparazione n.1 poligrafo Mennen Medical  
Ltd mod. HORIZON XVU matr.8881705080C n.inv.T004482

Spett.le società,  
in riferimento al Vs. preventivo n. 200023/AT/AF/af del 20.03.2020  
trasmesso alla società Hospital Consulting spa per la riparazione  
dell'apparecchiatura in oggetto menzionata, si chiede l'invio del  
predetto preventivo intestandolo a questa Azienda Ospedaliera e  
contestualmente l'applicazione di uno sconto.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

s: autorita 26/03/2020

UOC Tecnologia Ospedaliera  
Innovazione Tecnologica e HTA  
Il Dottor

Alla c.a.: **RESPONSABILE**

Vs rich.: **2020/00239 del 02/03/2020 di  
TECNOLOGIE SANITARIE**

Società: **AZIENDA OSPEDALIERA  
"SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO" DI  
CASERTA**

Reparto: **U.O.C. TECNOLOGIA  
OSPEDALIERA E HTA**

Tel: **+39.08231680729**

Email: **tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it**

Da: **Ing. Andrea FISHER**

Data: **26 MARZO 2020**

Tel./Fax: **++39.010.3995459**

Ns. rif. to: **200023/AT/AF/af - BIS**

E-mail: **sat@manta.it**

Pagine: **1**

Oggetto: **PREVENTIVO RIPARAZIONE NON IN GARANZIA**

Sottponiamo alla Vostra attenzione quanto in oggetto relativamente alla Vostra richiesta di riparazione del Pc dedicato relativamente al Poligrafo Mennen Medical, modello Horixon XVU, matricola indicata 8881705080C, Vostro riferimento T004482, installato presso l'Ente A.O. S.Anna e San Sebastiano di Caserta.

Premettiamo che già ben più di una volta e' stato necessario l'intervento da parte nostra o di nostri tecnici autorizzati di zona per il ripristino e la riparazione di questi Pc sempre ed esclusivamente per lo stesso problema. In aggiunta ricordiamo che questo Pc, ad oggi presso i nostri laboratori centrali di Genova, e' quello che era stato sostituito in regime di "garanzia" sebbene non fosse un difetto o guasto, ma bensì un danno accidentale causato.

Era stato comunicato che, in occasione di un nuovo analogo difetto o guasto, dovuto esclusivamente allo spegnimento errato, alla procedura di chiusura del Pc non idonea ed all'uso non normale del sistema, avremmo presentato il preventivo di spesa.

Per tali motivazioni, essendo il Pc stato spento/disalimentato nuovamente in maniera non corretta, per non dire dannosa, Vi comunichiamo che anche questa volta il database interno era gravemente corrotto e per tale unico motivo il sistema non poteva funzionare.

Di seguito il preventivo di spesa, già scontato comunque per venire in conto a Voi ed al Cliente finale.

**Dettaglio dei costi preventivabili**

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Prezzo totale
Diritto fisso di chiamata	1	65,00	100%	0,00
Trasferta a corpo ritiro	1	195,00	100%	0,00
Manodopera ritiro	2	115,00	100%	0,00
Manodopera Laboratorio	3	115,00	10%	310,50
Trasferta a corpo riconsegna	1	195,00	50%	97,50
Manodopera riconsegna	2	115,00	50%	115,00

**TOTALE IVA ESCLUSA**

~~€ 523,00~~

~~SCONTO 10%~~

~~UTERWÉ~~

*€ 470,70 + IVA*

NOTA: Al fine di poter definire il guasto e poter dichiarare quanto sopra, comunichiamo che sono state eseguite in Laboratorio diverse prove "distruttive" per ricreare la condizione di guasto. Nello specifico si evince che nei file di log del Pc ricevuto non è presente la corretta sequenza di spegnimento ovvero non si ritrovano eventi come questi di seguito riportati ad esempio:

```
Feb 14 15:38:40 mmdllt genunix: [ID 672855 kern.notice] syncing file systems...
Feb 14 15:38:40 mmdllt genunix: [ID 904073 kern.notice] done
Feb 14 15:45:55 mmdllt genunix: [ID 540533 kern.notice] ^MSunOS Release 5.10 Version
Generic_141445-09 64-bit
```

Questa sequenza di messaggi ( non trovati nel Pc in questione ) indica che il Sistema è stato spento correttamente. Nel computer del cliente non ne è presente una. Per ripristinarlo abbiamo dovuto avviare il Sistema in modalità provvisoria, effettuare un controllo tipo scandisk e ripristinare una copia di sicurezza del database di avvio. Non abbiamo quindi sostituito nessun componente.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione forgiamo i nostri più cordiali saluti.

Cordialmente

Ing. Andrea Fisher  
Servizio Assistenza Tecnica



Oggetto **richiesta preventivo per riparazione n.1  
poligrafo Mennen Medical Ltd mod. HORIZON  
XVU matr.8881705080C n.inv.T004482**

Mittente <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Destinatario <sat@manta.it>

Data 26/03/2020 11:11



Spett.le società,  
in riferimento al Vs. preventivo n. 200023/AT/AF/af del 20.03.2020 trasmesso alla  
società Hospital Consulting spa per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto  
menzionata, si chiede l'invio del predetto preventivo intestandolo a questa Azienda  
Ospedaliera e contestualmente l'applicazione di uno sconto.  
Distinti saluti

--  
U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta  
Via Ferdinando Palasciano  
81100 Caserta  
C.F. e P. IVA: 02201130610

Spett.le

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
Via F. Palasciano  
81100 CASERTA

Alla c.a. U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Dir. Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Caserta, 20/03/2020  
W2003209

Oggetto: Servizio integrato per la gestione delle apparecchiature elettromedicali.

**Poligrafo Mennen Medical Ltd mod. HORIZON XVU matr. 8881705080C n°inv. T004482 in dotazione al reparto Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione.**

In riferimento alla richiesta di intervento tecnico, n°2020/00239 del 02/03/2020 relativa all'apparecchiatura in oggetto, si riscontra il non funzionamento.

Il poligrafo risulta in garanzia, pertanto si trasmette una richiesta di preventivo di riparazione in garanzia alla casa costruttrice. Quest'ultima fa presente che per questo tipo di danno la garanzia non può essere riconosciuta. Il totale dell'importo richiesto per la riparazione (preventivo) è pari a € 523,00 oltre IVA.

Non essendo l'apparecchio in carico ad HC, il costo della riparazione preteso dal fornitore dovrà essere ritenuto a carico di codesta spettabile Azienda Ospedaliera.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

HC Hospital Consulting SpA  
ing. Maurizio Cattuto



Allegati:

- nota MANTA
- FdL

W2003209

1/1

Alla c.a.: <b>RESPONSABILE</b> <u>Ing. Maurizio CAPUTO</u>	Vs rich.: <b>2020/00239 del 02/03/2020</b>
Società: <b>HOSPITAL CONSULTING</b>	Reparto: <b>SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA</b>
Tel: <b>+39.08231680729</b>	Email: <b><a href="mailto:sic.caserta@hospital-consulting.it">sic.caserta@hospital-consulting.it</a></b>
Da: <b>Ing. Andrea FISHER</b>	Data: <b>20 MARZO 2020</b>
Tel./Fax: <b>++39.010.3995459</b>	Ns. rif. to: <b>200023/AT/AF/af</b>
E-mail: <b><a href="mailto:sat@manta.it">sat@manta.it</a></b>	Pagine: <b>1</b>

**Oggetto: PREVENTIVO RIPARAZIONE NON IN GARANZIA**

Sottoponiamo alla Vostra attenzione quanto in oggetto relativamente alla Vostra richiesta di riparazione del Pc dedicato relativamente al Poligrafo Mennen Medical, modello Horixon XVU, matricola indicata 8881705080C, Vostro riferimento T004482, installato presso l'Ente A.O. S.Anna e San Sebastiano di Caserta.

Premettiamo che già ben più di una volta e' stato necessario l'intervento da parte nostra o di nostri tecnici autorizzati di zona per il ripristino e la riparazione di questi Pc sempre ed esclusivamente per lo stesso problema. In aggiunta ricordiamo che questo Pc, ad oggi presso i nostri laboratori centrali di Genova, e' quello che era stato sostituito in regime di "garanzia" sebbene non fosse un difetto o guasto, ma bensì un danno accidentalmente causato.

Era stato comunicato che, in occasione di un nuovo analogo difetto o guasto, dovuto esclusivamente allo spegnimento errato, alla procedura di chiusura del Pc non idonea ed all'uso non normale del sistema, avremmo presentato il preventivo di spesa.

Per tali motivazioni, essendo il Pc stato spento/disalimentato nuovamente in maniera non corretta, per non dire dannosa, Vi comunichiamo che anche questa volta il database interno era gravemente corrotto e per tale unico motivo il sistema non poteva funzionare.

Di seguito il preventivo di spesa, già scontato comunque per venire in conto a Voi ed al Cliente finale.

**Dettaglio dei costi preventivabili**

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto	Prezzo totale
Diritto fisso di chiamata	1	65,00	100%	0,00
Trasferta a corpo ritiro	1	195,00	100%	0,00
Manodopera ritiro	2	115,00	100%	0,00
Manodopera Laboratorio	3	115,00	10%	310,50
Trasferta a corpo riconsegna	1	195,00	50%	97,50
Manodopera riconsegna	2	115,00	50%	115,00

**TOTALE IVA ESCLUSA** **€ 523,00**

NOTA: Al fine di poter definire il guasto e poter dichiarare quanto sopra, comunichiamo che sono state eseguite in Laboratorio diverse prove "distruttive" per ricreare la condizione di guasto. Nello specifico si evince che nei file di log del Pc ricevuto non è presente la corretta sequenza di spegnimento ovvero non si ritrovano eventi come questi di seguito riportati ad esempio:


```
Feb 14 15:38:40 mmd11t genunix: [ID 672855 kern.notice] syncing file systems...
Feb 14 15:38:40 mmd11t genunix: [ID 904073 kern.notice] done
Feb 14 15:45:55 mmd11t genunix: [ID 540533 kern.notice] ^MSunOS Release 5.10 Version
Generic_141445-09 64-bit
```

Questa sequenza di messaggi ( non trovati nel Pc in questione ) indica che il Sistema è stato spento correttamente. Nel computer del cliente non ne è presente una. Per ripristinarlo abbiamo dovuto avviare il Sistema in modalità provvisoria, effettuare un controllo tipo scandisk e ripristinare una copia di sicurezza del database di avvio. Non abbiamo quindi sostituito nessun componente.

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Cordialmente

Ing. Andrea Fisher  
Servizio Assistenza Tecnica



A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta  
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETtagli INTERVENTO

Codice 2020/00239/01  
Data Inizio 02/03/2020 Ora Inizio 10:49

Tipo Correttiva  
Data Fine 02/03/2020 Ora Fine 11:49

DETtagli APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio T004482  
Descrizione POLIGRAFO  
Costruttore MENNEN MEDICAL LTD  
Modello HORIZON XVU

Presidio Ospedale S.Anna e S.Sebastiano  
Reparto ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONE  
Stanza EMODINAMICA COMANDO  
Matricola 8881705080C Inventario Ente

GUASTO RISCONTRATO

non si accende

DESCRIZIONE INTERVENTO

si riscontra presa tolta, si ricollega spina, l'accensione apparecchio necessita la configurazione, si richiede intervento casa madre

Ore lavoro 01:00 Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO

[PR] - Richiesta intervento esterno / Fornitura ricambi

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

Cognome Nome Tecnico Santillo Antonio

Firma Tecnico 

Cognome Nome Utente TRANELLI

Firma Utente 



Oggetto **I: CONSUNTIVO n. 87672861/02 - VCT LIGHTSPEED - CASERTA O.C. - SYS A5229424 - ODS DI**

Mittente Maurizio Caputo <Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it>

Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

Data 26/03/2020 17:24

- GE - Richiesta di preventivo di riparazione AORN Sant'Anna e San Sebastiano CE n. 2020-00083.pdf (~126 KB)
- SR\_87672861\_A5229424\_806861S316.pdf (~64 KB)
- SR\_87672861\_A5229424\_277861C401.pdf (~102 KB)
- Consuntivo87672861.pdf (~196 KB)

In riferimento alla richiesta di intervento n°2020/00083 del 28/01/2020, relativa al sistema LIGHTSPEED VCT, si trasmette consuntivo di riparazione pervenuto dalla ditta GE Healthcare.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si pongono

cordiali saluti

ing. Maurizio Caputo

Supervisore Commesse



Hospital Consulting SpA

Via di Scolivigne, 60/1

Località Grassina

50015 Bagno a Ripoli (FI)

Tel. +39-055-64.98.51

Fax. +39-055-64.98.680

Web: <http://www.hospital-consulting.it>

C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487

C.C.I.A.A. FI REA: 293209

Capitale sociale: € 1.764.000,00 i.v.

SIC c/o A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano  
Via F. Palasciano  
81100 - CASERTA  
Tel. +39-0823-1680729  
Fax. +39-0823-1683737

Avvertenza/Warning

Questa E-Mail è confidenziale e contiene informazioni private. Se ricevete questa E-mail per errore, prego notificare al mittente immediatamente e cancellarla dal vostro sistema. Qualsiasi uso di questa comunicazione da parte di persone non autorizzate è proibito

This E-Mail is confidential and contains private information. If you receive this E-mail by error, please notify the sender immediately and delete it from your system. Any use of this communication by any unauthorised person is prohibited

**Da:** Zichi, Elisa (GE Healthcare) [mailto:[Elisa.Zichi@med.ge.com](mailto:Elisa.Zichi@med.ge.com)]  
**Inviato:** giovedì 26 marzo 2020 10:31  
**A:** sic caserta <[sic.caserta@hospital-consulting.it](mailto:sic.caserta@hospital-consulting.it)>; Maurizio Caputo <[Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it](mailto:Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it)>; Paolo Letizia <[Paolo.Letizia@hospital-consulting.it](mailto:Paolo.Letizia@hospital-consulting.it)>  
**Cc:** @HEALTH ods.italy <[ods.italy@ge.com](mailto:ods.italy@ge.com)>; Correale, Marco (GE Healthcare) <[Marco.Correale@ge.com](mailto:Marco.Correale@ge.com)>; De Rosa, Brunella (GE Healthcare) <[Brunella.DeRosa@ge.com](mailto:Brunella.DeRosa@ge.com)>; D'Imperio, Danilo (GE Healthcare) <[Danilo.DImperio@med.ge.com](mailto:Danilo.DImperio@med.ge.com)>  
**Oggetto:** CONSUNTIVO n. 87672861/02 - VCT LIGHTSPEED - CASERTA O.C. - SYS A5229424 - ODS DI

Buongiorno con la presente sono a trasmettere consuntivo di spesa relativo all'attività svolta in data 17/02 , come da RT allegato

Attendiamo vostro regolare ordine per poter procedere con la fatturazione dello stesso

Grazie , cordiali saluti

Elisa Zichi  
Service Administration  
GE Healthcare

T +39 02 26001 587  
F +39 02 26001 583  
[elisa.zichi@ge.com](mailto:elisa.zichi@ge.com)  
[Serviceadministration@ge.com](mailto:Serviceadministration@ge.com)  
[www.ge.com](http://www.ge.com)

Via Galeno, 36  
20126 Milan, Italy

GE imagination at work

**From:** Laselva, Giuseppe (GE Healthcare) <[giuseppe.laselva@ge.com](mailto:giuseppe.laselva@ge.com)>  
**Sent:** venerdì 21 febbraio 2020 14:30  
**To:** [sic.caserta@hospital-consulting.it](mailto:sic.caserta@hospital-consulting.it); [Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it](mailto:Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it); [Paolo.Letizia@hospital-consulting.it](mailto:Paolo.Letizia@hospital-consulting.it)  
**Cc:** Correale, Marco (GE Healthcare) <[Marco.Correale@ge.com](mailto:Marco.Correale@ge.com)>; De Rosa, Brunella (GE Healthcare) <[Brunella.DeRosa@ge.com](mailto:Brunella.DeRosa@ge.com)>; D'Imperio, Danilo (GE Healthcare) <[Danilo.DImperio@med.ge.com](mailto:Danilo.DImperio@med.ge.com)>; @HEALTH ods.italy <[ods.italy@ge.com](mailto:ods.italy@ge.com)>; @HEALTH ItalyCSCSouth <[ItalyCSCSouth1@ge.com](mailto:ItalyCSCSouth1@ge.com)>; @GE GO.Italy <[GO.Italy@ge.com](mailto:GO.Italy@ge.com)>  
**Subject:** Preventivo n. 87672861/02 - VCT LIGHTSPEED - CASERTA O.C. - SYS A5229424 - ODS DI

Gentile Cliente,

Con la presente inoltriamo nuova versione del preventivo in oggetto, la quale annulla e sostituisce la precedente inviata e nella quale viene aggiunta la voce "filter", precedentemente omessa per errore.

Cordialmente,

Giuseppe La Selva

Senior Commercial Quoting Specialist  
GE Healthcare

*Per l'apertura di nuove richieste per l'assistenza tecnica Vi preghiamo di contattare [front.office@ge.com](mailto:front.office@ge.com)*

**From:** Laselva, Giuseppe (GE Healthcare) <[giuseppe.laselva@ge.com](mailto:giuseppe.laselva@ge.com)>  
**Sent:** Thursday, February 20, 2020 9:39 AM  
**To:** [sic.caserta@hospital-consulting.it](mailto:sic.caserta@hospital-consulting.it); [Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it](mailto:Maurizio.Caputo@hospital-consulting.it); [Paolo.Letizia@hospital-consulting.it](mailto:Paolo.Letizia@hospital-consulting.it)  
**Cc:** Correale, Marco (GE Healthcare) <[Marco.Correale@ge.com](mailto:Marco.Correale@ge.com)>; De Rosa, Brunella (GE Healthcare) <[Brunella.DeRosa@ge.com](mailto:Brunella.DeRosa@ge.com)>; D'Imperio, Danilo (GE Healthcare) <[Danilo.DImperio@med.ge.com](mailto:Danilo.DImperio@med.ge.com)>; @HEALTH ods.italy <[ods.italy@ge.com](mailto:ods.italy@ge.com)>; @HEALTH ItalyCSCSouth <[ItalyCSCSouth1@ge.com](mailto:ItalyCSCSouth1@ge.com)>; @GE GO.Italy <[GO.Italy@ge.com](mailto:GO.Italy@ge.com)>  
**Subject:** Preventivo n. 87672861/01 - VCT LIGHTSPEED - CASERTA O.C. - SYS A5229424 - ODS DI

Gentile Cliente,

a seguito della diagnosi effettuata dal ns tecnico in data 17/02/2020, come da verbale 8068615316 allegato, vi inviamo il preventivo di spesa per la sostituzione delle parti necessarie alla risoluzione del guasto riscontrato.

Cordiali saluti,

Giuseppe La Selva

Senior Commercial Quoting Specialist

GE Healthcare

*Per l'apertura di nuove richieste per l'assistenza tecnica Vi preghiamo di contattare [front.office@ge.com](mailto:front.office@ge.com)*

--  
Questo messaggio e' stato analizzato con Libra ESVA ed e' risultato non infetto.

[Clicca qui per segnalarlo come spam.](#)

[Clicca qui per metterlo in blacklist](#)



c/o Az. Osp. Santu0027Anna e San Sebastiano  
- Ed. N Piano -1 St. 3  
Via F. Palasciano (traversa di via G. Tescione)  
80100 - Caserta

Spett.le  
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA  
VIA GALENO, 36  
20126 - MILANO

Email: assistenzaclinical@ge.com  
Fax: 02/26001599  
Tel: 02/26001111

Caserta, 28/01/2020

**Objetto: Richiesta di preventivo di riparazione AORN Sant'Anna e San Sebastiano CE n. 2020/00083**

Con la presente si richiede la riparazione dell'apparecchio biomedico, di cui alla scheda tecnica, in dotazione all'Ente A.O. S.Anna e S.Sebastiano di Caserta, presso Ospedale S.Anna e S.Sebastiano, Via F. Palasciano CASERTA.

*Scheda tecnica dell'apparecchio*

Descrizione	<b>TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI E INFERIORE A 128 STRATI</b>
Costruttore	GE HEALTHCARE
Modello	LIGHTSPEED VCT
Matricola	23229YC8
Ns. riferimento apparecchio	T004071
Reparto	RADIOLOGIA
Stanza	TAC

Tipo intervento	<i>Straordinaria</i>
Tipo guasto	<i>lettino portapaziente bloccato. Anche dopo spegnimento e riaccensione il lettino rimane bloccato</i>

**Per informazioni, si prega di contattare la sig.ra Assunta Santoro 0823.232031-2022.**

Ufficio di Ingegneria Clinica Tel: 08231680729 Lun-Ven 8.00 17.00.

A disposizione per eventuali chiarimenti, pongiamo distinti saluti.

*Il responsabile del servizio  
Ing. Maurizio Caputo*

K.15.01-202001041



## Rapporto tecnico

Rapporto tecnico			
Job N	Tipo di RFS	Rapporto Tecnico N	Data :
87672861	C	806861S316	(DD/MM/YY) 17/02/20

Cliente :	CASERTA O.C.		
Codice Sistema	: A5229424	Nome Sistema :	: VCT LIGHTSPEED
Cliente	:	Ordine N.	: 2020/00083
Ore Norm.		Ore Norm.	
Tecnico	: Mario CRISCUOLO	Lavoro completo	: Si
Contatore RX	:	Reso alle ore	: 09:00
		(HH:MM)	
FMI N.	:	Modello N.	:
Serie N.	:	Codice Complet.	:
Descrizione problema	Blocco lettino		
Azione effettuata	Eseguita sostituzione sensore anti/impatto movimento IMS, posteriore sinistro		
Verifica / Test eseguiti	Movimenti verificati in tutte le direzioni. Test movimento superato. Seguirà preventivo di spesa per altre parti riscontrate usurate.		
Risultato dei test	L'apparecchiatura ha passato tutti i test richiesti ed e' pronta per l'utilizzo		

Ore Lavoro			
Sottosistema	Funzione Tecnica	Dalle (HH:MM)	Alle (HH:MM)
PASU PATIENT SUPPORT	PZ Replace - Reseat Part	08:30	08:00

Parti di ricambio sostituite			
Codice Parte	Descrizione	Q.ta	Sottosistema
5164938-2	TAPE SWITH 4 ASSY Positioning GT	1	PASU PATIENT SUPPORT
Ore Totale			
Ore Norm. Lavoro	Ore Straord. Lavoro	Ore Norm. Viaggio	Ore Straord. Viaggio
00:30	00:00	00:30	00:30

17/02/2020 14:18:01  
Mario CRISCUOLO17/02/2020 14:18:34  
Tsrm Santoro

Firma del Tecnico

Firma del Cliente



## Rapporto tecnico

GE Healthcare

Page : 1

Rapporto tecnico			
Job N	Tipo di RFS	Rapporto Tecnico N	Data :
87672861	C	277861C401	(DD/MM/YY) 13/02/20
<b>Cliente :</b> CASERTA O.C.			
Codice Sistema :	A5229424	Nome Sistema :	VCT LIGHTSPEED
Cliente (optional)	:	Ordine N. (optional)	: 2020/00083
Tecnico	: Giuseppe Di Giuseppe	Lavoro completo	: No
Contatore RX	:	Reso alle ore	: (HH:MM)
FMI N.	:	Modello N.	:
Serie N.	:	Codice Complet.	:
Descrizione problema	: LETTINO PORTAPAZIENTE BLOCCATO, ANCHE DOPO SPEGNIMENTO E RIACCENSIONE - ERRORI RILEVATI TAPE SWITCH IMS - NESSUN PAZIENTE COINVOLTO, NESSUN DATO PERSO E NESSUN ESAME RIPETUTO.		
Azione effettuata	: SI RILEVA DANNEGIAMENTO SWITCH POSTERIORE IMS (CAUSA PROBABILE URTO CON LETTINO PORTA PAZIENTE) ED ENCODER AXIAL RUMOROSO. SEGUIRA' PREVENTIVO DI ENTRAMBI LE PARTI DA SOSTITUIRE IL PRIMA POSSIBILE. ESEGUITO WARMUP E SIMULAZIONI ESAME CON ESITO POSITIVO.		
Verifica / Test eseguiti	:		
Risultato del test	:		

Ore Lavoro			
Sottosistema	Funzione Tecnica	Dalle (HH:MM)	Alle (HH:MM)
PASU PATIENT SUPPORT	TI Troubleshoot - Investigate	09:30	13:00

Ore Totale			
Ore Straord. Lavoro	Ore Norm. Lavoro	Ore Norm. Viaggio	Ore Straord. Viaggio
00:00	03:30	01:30	00:00

Di Giuseppe, Giuseppe


Firma del Tecnico

DOTT. MANTREDDA

Firma del Cliente

GE Medical Systems Italia S.p.A

# GE Healthcare



## RIFERIMENTI SOCIETARI:

GE Medical Systems Italia S.p.A.  
Via Galeno, 36 - 20126 Milano  
Telefono (centr.) 02 - 26001111

Sede Legale: Via Galeno, 36 - 20126 Milano  
Capitale Euro 5.000.000 Interamente versato  
Iscrizione Registro Imprese di Milano 93027710016 R.E.A.  
1689710 C.F. 93027710016 / P.IVA 03663500969

Consuntivo nr.: 87672861/ 03 Data: 27/03/2020	Spett.le:
Vs. richiesta: Data:	Az. Osp. Sant'Anna e San Sebastiano Ed. N Piano -1 St. 3 Via F. Palasciano (traversa di via G.Tescione) 80100 CASERTA
Apparecchiatura: VCT GOC6 WAUK W/ GT2000 Numero Sistema: A5229424 Installata presso: CASERTA O.C. Indirizzo: C.SO TRIESTE 271 VIA TESCIONE, 81100 CASERTA	

Gentile cliente,  
con la presente trasmettiamo consuntivo di spesa relativo all'intervento effettuato a seguito nostro rapporto tecnico 8068615316  
del 17/02/2020.

Linea	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Sconto %	Prezzo a Voi Riservato
1	Diritto Chiamata	1.00	195.00	15.00	165.75
2	Ore Viaggio	1.00	225.00	15.00	191.25
3	Ore Lavoro	0.50	225.00	15.00	95.63
5	Tape Switch	1.00	833.88	15.00	708.80
Imponibile EURO (Iva Esclusa)					1.161.42
IVA					22%
Totale Euro (Iva Inclusa)					1.416.94

## Condizioni di Fornitura

Pagamento: 90 giorni data fattura.

Garanzia: 3 mesi per la stessa tipologia di guasto

Validità offerta: 30 giorni; Scaduta la validità del consuntivo, saranno fatturate le competenze dovute.

In caso di mancato o ritardato pagamento la messa in mora avverrà a mezzo raccomandata A/R


Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il responsabile commerciale Services di zona

IsabellaCarlucci@ge.com - 02 26001695 mail: ods.italy@ge.com

Marco Correale - 347 6056299

Per accettazione inviare il presente consuntivo timbrato e firmato oppure Vs. ordine al fax: AREA SUD - 800917294

Cordiali Saluti,  
GE Medical Systems Italia S.p.A



## TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE CON DATI FISCALI

Numero Ordine:

CIG:

Data:

Nome Cognome:

In ottemperanza all'art. 3 Legge 13 Agosto 2010 n. 136, si richiede la  
trasmissione del relativo numero di CIG (Codice Identificativo Gara), al fine di  
regolarizzare la posizione amministrativa

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICALI, ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE\_14/2020**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €6.355,74

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 31/03/2020

**il Dirigente GEF incaricato**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 180 del 02/04/2020**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: INTERVENTI VARI PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,  
ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE\_14/2020**

In pubblicazione dal 02/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

***Elenco firmatari***

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottiano*