



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 204 del 08/04/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICI DITTA MEDICOMM SRL

Oggetto: DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICI DITTA MEDICOMM SRL

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n.415 del 15.05.2013 fu aggiudicata la Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva, prorogata come da ultima Deliberazione n.131 del 04.10.2019 fino al 31.05.2020;
- con nota del 19.03.2020 la società Medicomm Srl ha comunicato il seguente cambio codice: (allegato 1)

VECCHIO CODICE	NUOVO CODICE
PE20505003	20505003

- con nota del 03.04.2020 la scrivente UOC ha richiesto alla suddetta società se il cambio codice proposto avviene alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 2);
- con nota del 06.04.2020 la società Medicomm Srl ha comunicato che le condizioni economiche rimangano invariate (allegato 3);

Preso atto che

- con nota del 31.03.2020 il Direttore dell’UOC Gastroenterologia ha espresso parere favorevole alla sostituzione proposta dalla società Medicomm Srl (allegato 4);
- la suddetta sostituzione non comporta incremento di spesa rimanendo invariate le condizioni economiche di fornitura;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto comunicato dalla società Medicomm Srl in merito alla seguente sostituzione:

VECCHIO CODICE	NUOVO CODICE
PE20505003	20505003

2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC Gastroenterologia in merito alla suddetta sostituzione;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

3. di precisare che la suddetta sostituzione avviene alle stesse condizioni economiche di quelle di gara e pertanto non comporta variazione di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia e all'UOC Gastroenterologia.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

19/3/2020

Roundcube Webmail :: Comunicazione relativa al vostro ordine 32057984

Oggetto: **Comunicazione relativa al vostro ordine 32057984**
Mittente: <info@medicomsrl.it>
Destinatario: <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Cc: <gare@medicomsrl.it>
Data: 19/03/2020 14:46

- SP Endoprotesi biliari PTFE Rev2.pdf (~255 KB)



ALLEGATO N.

Buongiorno,

come già comunicato telefonicamente alla dott.ssa Caiola, vi informiamo che il codice PE20505003, relativo al vostro ordine in oggetto non viene più prodotto.
In alternativa possiamo proporvi lo stesso articolo 20505003, fatto con materiale leggermente più rigido, di cui vi allego scheda tecnica.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

Cordiali Saluti / Best regards

Dafne Coggiola
MEDICOMM SRL
a socio unico
Tel. 024693001

SCHEDA PRODOTTO

Nome prodotto:	Protesi biliari in PTFE
CND /RDM	P0502 / 155733
Revisione:	2 / Settembre 2019
Fabbricante:	ENDO-FLEX GmbH Alte Hunxer Str.115 46562 Voerde - Germania
Classe di Prodotto:	IIb
Marcatura CE:	CE 0483
Presenza Lattice:	No
Presenza Ftalati:	No
Monouso/Pluriuso	Monouso
Confezione sterile/non sterile	Sterile
Metodo di sterilizzazione:	Ossido di Etilene
Imballo / Confezione:	Singolo
Periodo conservazione / durata della sterilizzazione	3 anni
Etichettatura	Secondo normativa vigente – presenza codice a barre

ENDOPROTESI BILIARI IN PTFE

Caratteristiche:

- 3 tipi di protesi (stent), disponibili nei diametri e lunghezze riportati in tabella
- manico di posizionamento incluso
- confezione sterile
- PTFE radiopaco

DRITTA



MANICO DI POSIZIONAMENTO



Lunghezza	Diametro			
	Fr. 7.0	Fr. 8.5	Fr. 10.0	Fr. 11.5
5 cm	20007005	20008005	20010005	20011005
7 cm	20007007	20008007	20010007	
9 cm	20007009	20008009	20010009	
11 cm	20007011	20008011	20010011	
13 cm			20010013	
15 cm	20007015		20010015	

CURVA



MANICO DI POSIZIONAMENTO



Lunghezza	Diametro			
		Fr. 8.5	Fr. 10.0	Fr. 11.5
5 cm			20110005	
7 cm			20110007	20111007
9 cm		20108009	20110009	20111009
11 cm		20108011	20110011	
13 cm				
15 cm			20110015	

ACCESSORI (da ordinare separatamente)

PER PROTESI DRITTE, ANGOLATE E CURVE:

- sistemi di posizionamento "GPPS", posizionatori e cateteri guida (vedere pagina 10/5)

FILI GUIDA (vedere sezione 6)

ENDOPROTESI PANCREATICHE IN PTFE

Caratteristiche:

- disponibili in 2 diametri e varie lunghezze
- manicotto di posizionamento incluso
- confezione sterile
- PTFE radiopaco

MANICOTTO DI POSIZIONAMENTO




Lunghezza	Diametro	
	Fr. 5.0	Fr. 7.0
3 cm	20505003	
5 cm	20505005	20507005
7 cm	20505007	20507007
9 cm		20507009

ENDOPROTESI PANCREATICHE TIPO CREMER

Caratteristiche:

- estremità duodenale curva
- manicotto di posizionamento incluso
- confezione sterile
- PTFE radiopaco

MANICOTTO DI POSIZIONAMENTO



Lunghezza	Diametro
	Fr. 10.0
6,5 cm	XS 9990000753

ACCESSORI (da ordinare separatamente)

POSIZIONATORI E CATETERI GUIDA (vedere sezione 8)

FILI GUIDA (vedere sezione 6)

PROTESI BILIARI SPECIALI – CONFORMATE A "C" ED "S"


Caratteristiche:

- manicotto di posizionamento incluso
- confezione sterile
- PTFE radiopaco


MANICOTTO DI POSIZIONAMENTO



Lunghezza	Diametro	
	Fr. 8.5	Fr. 10.0
5,5 cm	-	XI99900000101



Lunghezza	Fr. 8.5	Fr. 10.0
11 cm	XI99900000104	XI99900000103



ACCESSORI (da ordinare separatamente)

POSIZIONATORI E CATETERI GUIDA (vedere sezione 8)

FILI GUIDA (vedere sezione 6)

Oggetto **Vs. comunicazione del 19.03.2020 cambio codice - Gara Endoscopia Digestiva**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <info@medicomsrl.it>
Data 03/04/2020 09:10
Priorità Alta



ALLEGATO N....

- CCF_000344.pdf (~236 KB)

In riferimento alla nota allegata si chiede se il cambio codice proposto avviene alle stesse condizioni economiche di gara.

Si resta in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **R: Vs. comunicazione del 19.03.2020 cambio codice - Gara Endoscopia Digestiva**
Mittente <info@medicomsrl.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Cc <gare@medicomsrl.it>
Data 06/04/2020 11:26



^ I LEGATO N. 3

Buongiorno,

vi confermiamo che le condizioni economiche di gara rimarrebbero invariate.

Cordiali Saluti / Best regards

MEDICOMM SRL
a socio unico
Tel. 024693001

-----Messaggio originale-----

Da: provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Invia: venerdì 3 aprile 2020 09:11
A: info@medicomsrl.it
Oggetto: Vs. comunicazione del 19.03.2020 cambio codice - Gara Endoscopia
Digestiva
Priorità: Alta

In riferimento alla nota allegata si chiede se il cambio codice proposto avviene alle stesse condizioni economiche di gara.

Si resta in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname.

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname.

31/03/2020 12.41-20200011578



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

**U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Direttore dr. Prof. Rosario CUOMO**

ALLEGATO N. 4

**Spett.le Farmacia
Sede**

Oggetto: sostituzione codice prodotti

In merito al protocollo n. 10194 del 20/03/2020, circa la sostituzione Codice prodotto PE 20505003 delle protesi pancreatiche si dispone dopo valutazione delle schede tecniche inviate dalla ditta Medicomm la sostituzione del precedente codice con il Codice Prodotto 20505003 a parità di condizioni previste in aggiudicazione gara

Cordialità

Caserta, 31/03/2020

IL DIRETTORE UOC



**A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
U.O.C.
Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva
A 110804**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 204 del 08/04/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICI DITTA MEDICOMM SRL

In pubblicazione dal 08/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI