



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 399 del 08/06/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E
S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.2 DEL D.LGS. CITATO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI FILI DI SUTURA PER
LE UU.OO. DELL'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.**

Oggetto: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.2 DEL D.LGS. CITATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI FILI DI SUTURA PER LE UU.OO. DELL'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- che con e-mail del 03.05.2019, allegata alla presente, il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, ha trasmesso il fabbisogno per l'avvio della procedura di gara, per la fornitura annuale di fili di sutura, non inseriti nell'accordo quadro Consip, indispensabile a garantire l'attività delle UU.OO. di questa AORN (allegato 1);
- che con successiva e-mail del 05.06.2020 è stato ritrasmesso il capitolato, in quanto al lotto 7A sono stati integrati altri prodotti (allegato 2);
- che, successivamente, si è proceduto alla valorizzazione dei lotti facendo riferimento a prezzi medi di mercato per un ammontare complessivo presunto pari a € 168.373,44 (iva esclusa);
- che questa AORN ha predisposto richiesta di autorizzazione alla So.Re.Sa. Spa per l'espletamento in autonomia per la procedura di gara finalizzata all'acquisto di fili di sutura per le UU.OO. di questa AORN;

Visto

- l'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- altresì l'art. 36 co.6 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato

- che sulla base della normativa sopracitata gli enti del SSN, nell'ambito degli acquisti sotto soglia comunitaria, devono utilizzare il MEPA;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Di approvare la narrativa e per gli effetti:

1. **INDIRE** "R.D.O.", strumento di negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 co.6 del d.lgs. *Determinazione Dirigenziale*

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura annuale di fili di sutura, non inseriti nell'accordo quadro Consip, occorrenti alle UU.OO. di questa AORN, da aggiudicarsi ex art. 95 co.2 del citato Codice, con invito a partecipare a tutti gli operatori economici del settore presenti sul MEPA

2. **ARTICOLARE** la procedura di gara in n.15 lotti per un ammontare complessivo presunto pari a € 168.373,44 + iva;
3. **PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
4. **PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. **PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
6. **NOMINARE**, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) la dr.ssa Antonietta Costantini, Direttore UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura di gara e sino all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Farmacia;
8. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile stante l'urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
Dr.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Provveditorato AORN Caserta

Da: "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>
Data: venerdì 3 maggio 2019 08:44
A: "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: trasmissione capitolato fili di sutura - ultimazione lavori tavo.pdf; capitolato tecnico .pdf; criteri e subcriteri .pdf
Oggetto: trasmissione capitolato fili di sutura - ultimazione lavori tavolo tecnico

Si trasmette, in allegato, quanto descritto in oggetto.

Saluti.



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"**

di rilievo nazionale e di alta specializzazione



Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it - direzionegenerale@ospedalecaserta.it

Caserta, 29/04/2019

Al Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Marisa Di Sano

OGGETTO: Trasmissione Capitolato Fili di Sutura - Ultimazione lavori Tavolo Tecnico

A conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico di cui all' oggetto si trasmette alla SV il capitolato dei fili di sutura non inseriti nell'accordo quadro Consip.

Si precisa che in tale capitolato vi sono fili di suture già in uso in questa Azienda, e altri di nuovo inserimento che rappresentano una opportunità per elevare gli standard qualitativi delle attività chirurgiche.

Pertanto si prega di attivare al più presto una procedura di gara che possa consentirne l'approvvigionamento in tempi brevi.

Cordiali saluti

Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia

Dott.ssa Anna Dello Stritto

Dott. Ferdinando Salzano de Luna

CAPITOLATO TECNICO

SUTURE - NASTRI

LOTTO 1 - SUTURE IN ACCIAIO

LOTTO 1/A - SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE IN ACCIAIO MONOFILAMENTO INOSSIDABILE

H010201020201

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Super rinforzato interno tagliente	1/2 cerchio	5	48		45	180,00	
2	Super rinforzato interno tagliente	1/2 cerchio	5	60		75	800,00	20474
3	Super rinforzato interno tagliente	1/2 cerchio	6	48		45	400,00	20475
4	Super rinforzato interno tagliente	1/2 cerchio	7	48		45	180,00	

LOTTO 2 - SUTURE IN POLIESTERE MONTATA								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico doppio armato	punta triangolare	1/2 cerchio	2/0	17	bianco e colorato	75 con teflo pledget mm3x6x1,5 soft	140,00
2	Cilindrico doppio armato	punta triangolare	1/2 cerchio	2/0	17	bianco e colorato	8/10 X 75 con teflo pledget mm3x6x1,5 soft	20499
3	Cilindrico doppio armato	punta triangolare	1/2 cerchio	2/0	26	bianco e colorato	75 con teflo pledget mm3x6x1,5 soft	360,00
4	Cilindrico doppio armato	punta triangolare	1/2 cerchio	2/0	26	bianco e colorato	8/10 X 75 con teflo pledget mm3x6x1,5 soft	240,00

LOTTO 3 - SUTURE IN POLIAMIDE								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Lanceolato rinforzato doppio armato	punta micro 200 micri	3/8 cerchio	10/0	6	nero	30	480,00
2	Spatolato doppio armato	3/8 cerchio	10/0		6,4	nero	30	480,00

LOTTO 3/B - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMIDE								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico doppio armato	rettto	2/0		65		75	360,00



CAPITOLATO TECNICO

SUTURE - NASTRI		COD. AREAS
-----------------	--	---------------

LOTTO 4/A - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE

H010201010401

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
punta piramidale								
1	Cilindrico doppio armato	3/8 cerchio	8/0	8			60	576,00
2	Cilindrico doppio armato	3/8 cerchio	8/0	6-6,5			60	864,00
3	Cilindrico doppio armato	3/8 cerchio	7/0	8			60	240,00
LOTTO 4/B - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE								
H010201010401								

LOTTO 4/C - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE

H010201010401


Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1 Cilindrico doppio armato nero								
1	Cilindrico doppio armato nero	3/8 cerchio	8/0	6,5			45	108,00
2	Cilindrico doppio armato nero	variabile	7/0	9			60	288,00
LOTTO 4/D - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE								
H010201010401								

LOTTO 4/E - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE

H010201010401

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1 Doppio armato, spatolato e retto								
1	Doppio armato, spatolato e retto	spatolato	retto	10/0		blu	30	60,00
2	Doppio armato, spatolato e retto	punta micro	retto	10/0				
LOTTO 5 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLITETRAFLUOROETILENE PTFE								
H0102010105								

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1 Triangolare doppio armato								
1	Triangolare doppio armato	3/8 cerchio	7/0	9			60	48,00
LOTTO 5 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLITETRAFLUOROETILENE PTFE								
H0102010105								



CAPITOLATO TECNICO

SUTURE -NASTRI

**COD.
AREAS**

LOTTO 6 - SUTURE IN POLIPROPILENE E POLIETILENE

LOTTO 6 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIPROPILENE E POLIETILENE

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Triangolare doppio armato	150 micron	rettro	10/0	16	blu	23	120
2	Triangolare doppio armato	punta micro 150 micri	3/8 cerchio	10/0	6	blu	30	120

LOTTO 7 - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA MONODIREZIONALE CON CAPPIO TERMINALE MONOARMATO IN POLIDIOSSANONE O IN MATERIALE ANALOGO A LUNGO ASSORBIMENTO (120-180 GG)								
H.....	Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
	1	Cilindrico	1/2 cerchio	0	26		30	150
	2	Cilindrico	1/2 cerchio	0	36		30	100
	3	Cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	2/0	36		30	150
H.....	Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE

LOTTO 7/B - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA MONODIREZIONALE CON CAPPIO TERMINALE MONOARMATO IN GLICOLIDE E CAPROLATTONE A MEDIO ASSORBIMENTO (90-120 GG)								
H.....	Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
	1	Cilindrico	1/2 cerchio	3/0	26		20-23	150
	2	Cilindrico	1/2 cerchio	2/0	26		20-23	150
	3	Cilindrico	1/2 cerchio	2/0	26		27-30	150
H.....	Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE

LOTTO 7/C - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA MONODIREZIONALE CON CAPPIO TERMINALE MONOARMATO IN POLIPROPILENE O ANALOGHI NON RIASSORBIBILE								
H.....	Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
	1	Cilindrico	1/2 cerchio	2/0	22		30	100



CAPITOLATO TECNICO

SUTURE - NASTRI

COD.
AREAS

LOTTO 8/A - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTA BIDIREZIONALE DENTELLATA DOPPIO ARMATO IN GLICOLIDE E CAPROLATTONE A MEDIO H

Rif.	Tipo Ago		punta ago		Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico				1/2 cerchio	2/0	36		14X14	100
2	Cilindrico				1/2 cerchio	2/0	36		36X36	100
Rif.	Tipo Ago		punta ago		Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
	LOTTO 8/B - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO ASSORBIBILE DENTELLATA BIDIREZIONALE CON MICROALETTTE DOPPIO ARMATA IN POLIDI OSSANONE									
	H									
1	Cilindrico				1/2 cerchio	2/0	26		10X10	50
2	Cilindrico				1/2 cerchio	2/0	26		14X14	50
3	Cilindrico				1/2 cerchio	0	36		24X24	100

LOTTO 9/A - SUTURA CON CAPPIO PREMONTATO ED INTRODUTTORE IN PLASTICA MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA NON MONTATA.....

inf.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Sutura intrecciata rivestita in copolimero di ac. Glicolico e lattico a medio assorbimento (56-70 gg)		0			45/53	5409
2	Sutura intrecciata rivestita in ac. poliglicolico a medio assorbimento (56-70 gg)		2/0			45/53	240
f.f.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
LOTTO 9/B - SUTURA CON CAPPIO PREMONTATO ED INTRODUTTORE IN PLASTICA MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA NON MONTATA							
	Sutura monofilamento in polidiossano o similari a lungo assorbimento 180-210 gg		0			45/53	180
	Sutura monofilamento in polidiossano o similari a lungo assorbimento 180-210 gg		2/0			45/53	100



CAPITOLATO TECNICO

SUTURE - NASTRI

COD.
AREAS

LOTTO 10/A - NASTRO PER REPERTAMENTO VASI
H900202

LOTTO 10 - NASTRI PER REPERTAMENTO VASI


Rif.	Materiale	larghezza	Colore laccio	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cotone		bianco	75	360
2	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	rosso		7806
3	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	giallo		33370
4	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	blu		33365
5	Silicone radiopaco	1,5 mm circa			33371
6	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	bianco		
7	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	rosso		33369
8	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	giallo		33366
9	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	blu		33372
10	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	bianco		
11	Silicone radiopaco	5 mm circa	rosso		101335
12	Silicone radiopaco	5 mm circa	giallo		101336
13	Silicone radiopaco	5 mm circa	blu		200
		5 mm circa	bianco		33373

LOTTO 11/A - COLLA CHIRURGICA PER USO INTERNO SINTETICA A BASE CIANOACRILICA
H90010102

Rif.	Descrizione	Formato			Q.TA' ANNUALE
1	Sigillante sintetico chirurgico monodose	da 0,20 a 0,5 ml			5412
					90
Rif.	Descrizione	Formato			Q.TA' ANNUALE
1	Sigillante sintetico cutaneo	da 0,20 a 0,5 ml			1000
					1349

LOTTO 12/A - BENDARELLA ASSORBIBILE PER SUTURA TESSUTI PARENCHIMATOSI
H

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico	punta smussa	1/2 cerchio	3	65		60	140



CAPITOLATO TECNICO

**COD.
AREAS**

SUTURE - NASTRI

LOTTO 13/A - NASTRO IN POLIESTERE PER CERCHIAGGIO UTERO

H	Rif.	Tip. Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico doppio armato	punta smussa	1/2 cerchio	5	45			50	120

LOTTO 14/A - SUTURE SINTETICHE IN ACIDO POLIGLICOLICO + ACIDO LATTICO A MEDIO ASSORBIMENTO


H	Rif.	Tip. Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Spatolato rinforzato doppio armato		3/8 cerchio	7/0	6		viola	45	120
2	Spatolato rinforzato doppio armato		3/8 cerchio	8/0	6		viola	45	120

LOTTO 15 - SUTURA IN TITANIO MONOFILAMENTO

H	Rif.	Tip. Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	triangolare tagliente		1/2 cerchio	5	48-60			45	24
2	taper cutting		1/2 cerchio	6	48-60			45	24
3	triangolare		3/8 cerchio	5	76			75	24
4	fili pretagliati			5				2x45	24



CRITERI E SUBCRITERI	PARAMETRI DI QUALITA' SUTURE MONTATE SU AGO	PUNTEGGIO 70/100
CRITERIO A	QUALITA' DEL FILO	MAX 25
Sub A.1	Scorrevolezza e auto bloccaggio del I e II nodo	6
Sub A.2	Maneggevolezza e grado di memoria	6
Sub A.3	Facilità di annodamento	5
Sub A.4	Tenuta del I e II nodo	4
Sub A.5	Resistenza alla trazione	4
CRITERIO B	QUALITA' DELL'AGO	MAX 30
Sub B.1	Rapporto spessore ago/diametro filo- Atraumaticità	6
Sub B.2	Capacità di penetrazione e mantenimento dopo più passaggi	6
Sub B.3	Grado di duttilità. Resistenza alla rottura e alle deformazioni	6
Sub B.4	Tenuta sull'inserzione ago/filo	6
Sub B.5	Stabilità sulle ganasce del porta aghi	6
CRITERIO C	CONFEZIONAMENTO-ETICHETTATURA	MAX 5
Sub C.1	Facilità di estrazione della sutura/armatura dell'ago	2
Sub C.2	Protezione della punta	2
Sub C.3	Facilità di identificazione del prodotto (etichetta)	1
CRITERIO D	EVIDENZE CLINICHE	MAX 4
Sub D.1	Studi Clinici Su Prodotto Offerto	2
Sub D.2	Impact Factor della rivista	2
CRITERIO E	ASSISTENZA POST VENDITA	MAX 6
Sub E.1	Tempi di consegna in caso di urgenza	3
Sub E.2	Training e assistenza (assistenza post- vendita, resi sostituzioni etc)	3



CRITERI E SUBCRITERI	PARAMETRI DI QUALITA' SUTURE MONTATE SU AGO CON ANTIBATTERICO	PUNTEGGIO 70/100
CRITERIO A	QUALITA' DEL FILO	MAX 25
Sub A.1	Scorrevolezza e auto bloccaggio del I e II nodo	6
Sub A.2	Maneggevolezza e grado di memoria	6
Sub A.3	Facilità di annodamento	5
Sub A.4	Tenuta del I e II nodo	4
Sub A.5	Resistenza alla trazione	4
CRITERIO B	QUALITA' DELL'AGO	MAX 30
Sub B.1	Rapporto spessore ago/diametro filo- Atraumaticità	6
Sub B.2	Capacità di penetrazione e mantenimento dopo più passaggi	6
Sub B.3	Grado di duttilità. Resistenza alla rottura e alle deformazioni	6
Sub B.4	Tenuta sull'inserzione ago/filo	6
Sub B.5	Stabilità sulle ganasce del porta aghi	6
CRITERIO C	CONFEZIONAMENTO-ETICHETTATURA	MAX 5
Sub C.1	Facilità di estrazione della sutura/armatura dell'ago	2
Sub C.2	Protezione della punta	2
Sub C.3	Facilità di identificazione del prodotto (etichetta)	1
CRITERIO D	EVIDENZE CLINICHE SULL'ATTIVITA' ANTIBATTERICA E SULLO SPECTRO DI AZIONE DELLA SUTURA	MAX 6
Sub D.1	Studi Clinici Su Prodotto Offerto	3
Sub D.2	Impact Factor della rivista	3
CRITERIO E	ASSISTENZA POST VENDITA	MAX 4
Sub E.1	Tempi di consegna in caso di urgenza	2
Sub E.2	Training e assistenza (assistenza post- vendita, resi sostituzioni etc)	2



CRITERI E SUBCRITERI	PARAMETRI DI QUALITA' FILI LIBERI	PUNTEGGIO 70/100 MAX 35
CRITERIO A	QUALITA' DEL FILO	
Sub A.1	Scorrevolezza e auto bloccaggio del I e II nodo	8
Sub A.2	Maneggevolezza e grado di memoria	8
Sub A.3	Facilità di annodamento	7
Sub A.4	Tenuta del I e II nodo	7
Sub A.5	Resistenza alla trazione	5
CRITERIO B	CONFEZIONAMENTO-ETICHETTATURA	MAX 17
Sub B.1	Facilità di estrazione della sutura	10
Sub B.2	Facilità di identificazione del prodotto (etichetta)	7
CRITERIO D	EVIDENZE CLINICHE	MAX 10
Sub D.1	Studi Clinici Su Prodotto Offerto	5
Sub D.2	Impact Factor della rivista	5
CRITERIO E	ASSISTENZA POST VENDITA	MAX 8
Sub E.1	Tempi di consegna in caso di urgenza	4
Sub E.2	Training e assistenza (assistenza post- vendita, resi sostituzioni etc)	4



CRITERI E SUBCRITERI	PARAMETRI DI QUALITA' COLLE CHIRURGICHE	PUNTEGGIO MAX 70/100
CRITERIO A	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI	25
Sub A.1	Qualità del Materiale	15
Sub A.2	Tipologia di confezionamento (presenza doppio involucro, facilità di apertura, completezza dati in etichetta)	10
CRITERIO B	CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI	35
Sub B.1	Semplicità d'uso e praticità nell'utilizzo	10
Sub B.2	Capacità emostatica e tempo di emostasi	15
Sub B.3	Validità e conservazione (shelf life e possibilità conservazione a temperatura ambiente)	10
CRITERIO C	ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA	10
Sub C.1	Tempi di consegna in caso di urgenza	5
Sub C.2	Training e assistenza (assistenza post- vendita, resi sostituzioni etc)	5

CRITERI E SUBCRITERI	PARAMETRI DI QUALITA' SUTURE MONTATE AUTOBLOCCANTI MONO E BIDIREZIONALI	PUNTEGGIO 70/100
CRITERIO A	QUALITA' DEL FILO	MAX 25
Sub A.1	Scorrevolezza e auto bloccaggio	8
Sub A.2	Maneggevolezza e grado di memoria	7
Sub A.3	Facilità di utilizzo	7
Sub A.4	Resistenza alla trazione	3
CRITERIO B	QUALITA' DELL'AGO	MAX 30
Sub B.1	Rapporto spessore ago/diametro filo- Atraumaticità	6
Sub B.2	Capacità di penetrazione e mantenimento dopo più passaggi	6
Sub B.3	Grado di duttilità. Resistenza alla rottura e alle deformazioni	6
Sub B.4	Tenuta sull'inserzione ago/filo	6
Sub B.5	Stabilità sulle ganasce del porta aghi	6
CRITERIO C	CONFEZIONAMENTO-ETICHETTATURA	MAX 5
Sub C.1	Facilità di estrazione della sutura/armatura dell'ago	2
Sub C.2	Protezione della punta	2
Sub C.3	Facilità di identificazione del prodotto (etichetta)	1
CRITERIO D	EVIDENZE CLINICHE	MAX 4
Sub D.1	Studi Clinici Su Prodotto Offerto	2
Sub D.2	Impact Factor della rivista	2
CRITERIO E	ASSISTENZA POST VENDITA	MAX 6
Sub E.1	Tempi di consegna in caso di urgenza	3
Sub E.2	Training e assistenza (assistenza post- vendita, resi sostituzioni etc)	3

ALLEGATO N. 2



Oggetto **capitolato suture 2019 con integrazione ortopedia**
Mittente <farmacia@ospedale.caserta.it>
Destinatario Provveditorato
<provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 05/06/2020 12:37

- CCF_000333.pdf(~4,6 MB)

Alla cortese att.ne Anna Bovenzi

Si trasmette in allegato il capitolato suture firmato, già trasmesso alla SV in data 3 maggio 2019, in cui al lotto 7A sono state fatte delle aggiunte pervenute in data 3 giugno 2020 dalla richiesta della UOC Ortopedia

CAPITOLATO TECNICO

SUTURE - NASTRI

U.O. Ufficio di Affari

COD. AREAS

LOTTO 1 - SUTURE IN ACCIAIO IN OSSIDABILE IN ACCIAIO MONOFILAMENTO INOSSIDABILE

Q.T.A' ANNUALE	LOTTO 1/A - SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE IN ACCIAIO MONOFILAMENTO INOSSIDABILE
180,00	H010201020201
800,00	1 Super rinforzato interno tagliente
400,00	2 Super rinforzato interno tagliente
180,00	3 Super rinforzato interno tagliente
20474	4 Super rinforzato interno tagliente
20475	

LOTTO 2 - SUTURE IN ACCIAIO IN OSSIDABILE IN ACCIAIO MONOFILAMENTO INOSSIDABILE

Q.T.A' ANNUALE	LOTTO 2/A - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE INTRECCIATA E RIVESTITA IN POLIESTERE MONTATA
140,00	H010201020201
360,00	1 Cilindrico doppio armato
240,00	2 Cilindrico doppio armato
240,00	3 Cilindrico doppio armato
20491	4 Cilindrico doppio armato

LOTTO 3 - SUTURE IN POLIAMIDE

Q.T.A' ANNUALE	LOTTO 3/A - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMIDE
480,00	H010201010101
480,00	1 Lanceolato rinforzato doppio armato
480,00	2 Spatolato doppio armato
126789	

LOTTO 3/B - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMIDE

Q.T.A' ANNUALE	LOTTO 3/B - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE MONOFILAMENTO IN POLIAMIDE
360,00	H010201010101
360,00	1 Cilindrico doppio armato
360,00	



CAPITOLATO TECNICO


SUTURE -NASTRI

COD.
AREAS

LOTTO 4/A - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE

HO10201010401

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico doppio armato	punta piramidale microaffilata	3/8 cerchio	8/0	8		60	576,00
2	Cilindrico doppio armato		3/8 cerchio	8/0	6-6,5		60	864,00
3	Cilindrico doppio armato		3/8 cerchio	7/0	8		60	240,00
LOTTO 4/B - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE								
HO10201010401								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico doppio armato nero		3/8 cerchio variabile	8/0	6,5		45	108,00
2	Cilindrico doppio armato nero	punta		7/0	9		60	288,00
LOTTO 4/C - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE								
HO10201010401								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Spatolato doppio armato	punta micro	3/8 cerchio	10/0	6,5		15	120,00
2	Spatolato doppio armato	punta micro	rettro	10/0	16		20	240,00
LOTTO 4/D - SUTURA SINTETICA IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO NON ASSORBIBILE								
HO10201010401								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Doppio armato, spatalato e retto		spatalato - retro	-	10/0	blu	30	60,00
LOTTO 5 - SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLITETRAFLUOROETILENE PTFE								
HO102010105								
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Triangolare doppio armato		3/8 cerchio	7/0			60	48,00



CAPITOLATO TECNICO

SUTURE-NASTRI

LOTTO 6 - SUTURE IN POLIPROPILENE E POLIETILENE

H0102010104

Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Triangolare doppio armato	150 micron	rettro	10/0	16	blu	23	120
2	Triangolare doppio armato	punta micro 150 micr	3/8 cerchio	10/0	6	blu	30	120

LOTTO 7/A - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO ASSORBIBILE DENTELLATA MONODIREZIONALE CON CAPPIO TERMINALE MONOARMATO IN POLIDIOSSANONE O IN MATERIALE ANALOGO A LUNGO ASSORBIMENTO (120-180 GG)

H.....

Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico	1/2 cerchio	0	26		30	150
2	Cilindrico	1/2 cerchio	0	36		30	100
3	Cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	0	36		30	200
4	Cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	2/0	36		30	150
5	Cilindrico	1/2 cerchio	2/0	26		30	150
6	tagliente punta di precisione	3/8 cerchio	3/0	19		30	150
7	Cilindrico	1/2 cerchio	3/0	26		30	150
8	Cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	1	40		30	150
9	Cilindrico rinforzato	1/2 cerchio	1	48		30	150

Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE

LOTTO 7/B - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA MONODIREZIONALE CON CAPPIO TERMINALE MONOARMATO IN GLICOLIDE E H.....

Rif.	Tipo Ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE
1	Cilindrico	1/2 cerchio	3/0	26		20-23	150
2	Cilindrico	1/2 cerchio	2/0	26		20-23	150
3	Cilindrico	1/2 cerchio	2/0	26		27-30	150

LOTTO 7/C - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA MONODIREZIONALE CON CAPPIO TERMINALE MONOARMATO IN POLIPROPILENE O H.....



CAPITOLO TECNICO

SUTURE-NASTRIN

SUTURE - NASTRI							COD. AREAS
Rif.		Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm	Q.TA ANNUALE
1	Cilindrico	1/2 cerchito	2/0	22		30	100

LOTTO 8/A - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DENTELLATA BIDIREZIONALE

Hannover

Rif.	LOTTO 8/B - SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO ASSORBIBILE DENTELLATA BIDIREZIONALE CON MICROALETTE DOPPIO ARMATA IN POLIDIOSSANONE						Q.TA' ANNUALE
H	Tipo Ago		Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm
	punta ago		1/2 cerchio	2/0	36		14X14
1	Cilindrico		1/2 cerchio	2/0	36		100
2	Cilindrico		1/2 cerchio	2/0	36		36X36
3	Cilindrico		1/2 cerchio	0	36		100
Rif.	Tipo Ago		Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm
	punta ago		1/2 cerchio	2/0	26		10X10
1	Cilindrico		1/2 cerchio	2/0	26		50
2	Cilindrico		1/2 cerchio	2/0	26		14X14
3	Cilindrico		1/2 cerchio	0	36		24X24

LOTTO 9/A - SUTURA CON CAPPIO PREMONTATO ED INTRODUTTORE IN PLASTICA MONOUSO PER CHIRURGIA LAPAROSCOPIA

5409



CAPITOLO TECNICO

SUTURE - NASTRI

			COD. AREAS
1	Sutura monofilamento in polidiossanone o similari a lungo assorbimento 180-210 gg	0	45/53
2	Sutura monofilamento in polidiossanone o similari a lungo assorbimento 180-210 gg	2/0	100

LOTTO 10 - NASTRI PER REPERTAMENTO VASI

Rif.	Materiale	Larghezza	Colore laccio	Lunghezza filo cm	Q.TA' ANNUALE	7806
1	Cotone					33370
2	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	bianco	75	33365	
3	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	rosso		360	
4	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	giallo		33369	
5	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	blu		250	
6	Silicone radiopaco	1,5 mm circa	bianco		33366	
7	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	rosso		33372	
8	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	giallo		600	
9	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	blu		101335	
10	Silicone radiopaco	2,5 mm circa	bianco		101336	
11	Silicone radiopaco	5 mm circa	rosso		33373	
12	Silicone radiopaco	5 mm circa	giallo			
13	Silicone radiopaco	5 mm circa	blu		200	
		5 mm circa	bianco			7806

LOTTO 11 - ADESIVO FISSATORE

LOTTO 11/A - COLLA CHIRURGICA PER USO INTERNO SINTETICA A BASE CIANOACRILICA

H90010102

Rif.	Descrizione	Formato	Q.TA' ANNUALE
1	Sigillante sintetico chirurgico monodose	da 0,20 a 0,5 ml	90

5412

LOTTO 11/B - ADESIVO CUTANEO SINTETICO A BASE CIANOACRILICA

H90010102

Rif.	Descrizione	Formato	Q.TA' ANNUALE
1	Sigillante sintetico cutaneo	da 0,20 a 0,5 ml	1000

1349

LOTTO 12 - BENDARELLA ASSORBIBILE PER SUTURA TESSUTI PARENCHIMATOSI

LOTTO 12/A - BENDARELLA ASSORBIBILE PER SUTURA TESSUTI PARENCHIMATOSI

H

8454

CAPITOLATO TECNICO

SUTURE - NASTRI

							COD. AREAS
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Q.TA' ANNUALE

1 Cilindrico punta smussa 1/2 cerchio 3 65 60 140

LOTTO 13/A - NASTRO IN POLIESTERE PER CERCHIAGGIO UTERO

H							
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm
1	Cilindrico doppio armato	punta smussa	1/2 cerchio	5	45	50	120

28428

LOTTO 14/A - SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI INTRECCIATE IN ACIDO POLIGLICOLICO + ACIDO LATTICO

H							
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura	Calibro	Lunghezza	Colore	Q.TA' ANNUALE
1	Spatolato rinforzato doppio armato	3/8 cerchio	7/0	6		viola	45
2	Spatolato rinforzato doppio armato	3/8 cerchio	8/0	6		viola	45

LOTTO 15 - SUTURA IN TITANIO MONOFILAMENTO

H							
Rif.	Tipo Ago	punta ago	Curvatura ago	Calibro Usp	Lunghezza ago mm	Colore filo	Lunghezza filo cm
1	triangolare tagliente	1/2 cerchio	5	48-60		45	24
2	taper cutting	1/2 cerchio	6	48-60		45	24
3	triangolare	3/8 cerchio	5	76		75	24
4	fili pretagliati		5			2x45	24





**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 399 del 08/06/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.2 DEL D.LGS. CITATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI FILI DI SUTURA PER LE UU.OO. DELL'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

In pubblicazione dal 08/06/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere