



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 56 del 10/02/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA AB MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)

Oggetto: RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA AB MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO

- che con deliberazione del D.G. n. 87 del 23.01.2019 (agli atti) - previo espletamento di una procedura negoziata veniva disposta l’aggiudicazione ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e smi. della fornitura di N.1 apparecchio di radiologia e, precisamente, di un Sistema di radioscopia portatile digitale per interventistica con arco a C in favore della Ditta TRADE Art 2000 Spa da destinare alla UOC di Ortopedia e Traumatologia;
- che il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, con (mail certificata del 30/09/2019 – allegato n. 1) ha richiesto alla UOC Provveditorato l’acquisto di n. 170 kit sterili per la copertura dell’apparecchio di che trattasi, fornendone le specifiche tecniche;
- che in data 30/10/2019 il Direttore della UOC di Ortopedia Dott. Bruno, ha rideterminato (Prot. gen. 28559 del 30/10/2020 - allegato n.2) il fabbisogno annuo del materiale in oggetto, nella misura di 600 kit, tenuto conto del numero di procedure di sala operatorie programmate ed in urgenza “...trattamento del collo femore in 48 ore....” ;
- in data 11/11/2019 il Direttore della Farmacia Ospedaliera, con l’allegata nota (allegato n. Prot. gen. n.29633 – allegato n.3), ha validato il fabbisogno sopra indicato, fornendo anche le specifiche tecniche per l’acquisto a farsi;
- che in data 09/01/2020, la scrivente, in qualità di RUP, oltreché punto ordinante aziendale registrato, ha avviato una gara telematica mediante l’utilizzo della piattaforma M.E.P.A. (Rdo n. 2486879 / CIG. n. Z3C2B79F1A - allegato n.4), per l’affidamento della fornitura annuale sotto specificata, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso e per l’importo complessivo presunto di € 5.000,00 oltre Iva al 22%:
 - n. 600 kit preformati di teli monouso in pvc, sterili, per copertura apparecchiatura ARCO a C / Amplificatore di brillanza - modello ZIEHM (Del. n. 87/2019) per S.O. - UOC Ortopedia e Traumatologia (allegato n.4 bis);
- che con la medesima richiesta di offerta, rivolta a tutti gli operatori economici del Mercato Elettronico abilitati, sono stati anche fissati i termini per la presentazione dell’offerta e della correlata campionatura rispettivamente al 21/01/2020 (ore 14.00) ed al 23/01/2020 (ore 12.00);

DATO ATTO

- che, entro il termine prescritto per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta e, precisamente, da parte della Ditta AB MEDICA Spa., come viene in evidenza dalla consultazione della piattaforma di pertinenza (allegato n.5);
- che entro il termine, pure prescritto, tale Società ha anche prodotto campionatura, come da DDT n.846 del 15/01/2020 (allegato n. 6);

RILEVATO

- che in data 22/01/2020 il RUP, quale Presidente del Seggio di gara, all’uopo costituito, con verbale n.1 (allegato n.7) ha proceduto prima all’apertura telematica della busta amministrativa

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

presentata dalla AB MEDICA Spa. e poi alla verifica della regolarità amministrativa della stessa, con esito positivo;

- che in pari data si è anche proceduto all’apertura della busta tecnica, come emerge dal menzionato verbale n.1;
- che, al fine di assicurare la regolarità dell’istruttoria, con nota del 23/01/2020 (allegato n.8) è stata rimessa al Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia, l’offerta tecnica sopra indicata unitamente al plico contenente la campionatura; tanto per la prescritta verifica di conformità;
- che il Direttore interpellato, previa disamina della documentazione rimessagli e della correlata campionatura, ha comunicato (Prot. gen. n. 3019 del 29/01/2020 - allegato n.9) alla UOC Provveditorato la conformità della proposta alle specifiche tecniche prefissate, come da glossa da lui apposta sulla documentazione di pertinenza;
- che, sulla scorta di detta circostanza, la scrivente, con verbale n.2/2020 (allegato n.10), ha validato tramite l’utilizzo della piattaforma di interesse l’offerta tecnica di cui trattasi e provveduto all’apertura dell’offerta economica presentata dalla AB MEDICA Spa., da cui risulta che l’importo complessivo della fornitura di cui trattasi, secondo la configurazione ivi descritta, ammonta ad € 4.914,00 oltre Iva (allegato n.11);

CONSIDERATO CHE nel caso di specie, trattandosi di acquisizione da effettuarsi sul MEPA, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. citato;

PRESO ATTO

- che in data 05/02/2020 la medesima scrivente, quale punto ordinante registrato sulla piattaforma M.E.P.A., ha proceduto a richiedere alla AB MEDICA Spa, risultata aggiudicataria della RdO in questione, la fornitura di cui trattasi mediante l’emissione di apposito ordinativo e la sottoscrizione con firma digitale del correlato documento di stipula (allegato n.12), generato telematicamente dal sistema;
- che in pari data, al fine di definire la procedura, è stato inoltre inviato (allegato n.13) alla succitata Società il relativo documento di stipula;

VISTI

- gli artt. 31, 32 comma 9, 58, 12 e 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- l’art. 1, comma 130 della Legge del 30/12/2018 n.145 e smi., che impone alle PP.AA. l’obbligo di ricorrere alla piattaforma MEPA per gli acquisti da effettuarsi entro la soglia comunitaria;

ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

ATTESTATO che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

I - DI PRENDERE ATTO degli esiti della gara telematica - RDO n. 2486879 – CIG. n. Z3C2B79F1A) espletata sulla piattaforma MEPA per l’affidamento ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e smi. della fornitura annuale di n. 600 Kit Sterili per la copertura di N.1 apparecchio di radiologia “ARCO a C / Amplificatore di brillanza (Del. n. 87/2019 – Ditta aggiudicataria TRADE ART Spa. 2000 – mod. ZIEHM) per S.O. – UOC Ortopedia e Traumatologia per l’importo complessivo di € 4.914,00 Iva esclusa,

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 5.995,08 Iva inclusa al 22% sul conto economico n.5010107010 del bilancio 2020;

Determina Dirigenziale



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

III - DI PREVEDERE nei contratti di cui trattasi la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs.

159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;

IV- DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta AB MEDICA Spa.;

V - DI NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Dello Stritto, Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera;

VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC proponente, ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, Ortopedia e Traumatologia e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza;

VII –DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

**UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
IL DIRETTORE**
Dott.ssa Antonietta Costantini

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Determina Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Oggetto **Acquisto kit sterile per copertura apperecchio di radiologia Zihem**
Mittente <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Destinatario Provveditorato
<provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 30/09/2019 11:34
Priorità Molto alta



- Acquisto kit sterile per copertura apperecchio di radiologia Zihem.pdf (~1,8 MB)

Con la presente, si inoltra, il file indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dott. S." followed by a stylized surname.

Altro
avviso
prezzi i materiali
x 80 di
ordine
(testo)

Per le
informate le D.m.
estimati
altrettanto



Caserta 5/08/2018

UNIVERSALI OPERATORIE

Resp: dott.ssa C. Gallo

Al Dirett. della UOC Farmacia
Dott.ssa A. Dello Sbarro

Oggetto: Acquisto kit scivole per copertura apparecchio di radiotherapy

Si chiede l'acquisto di kit preforniti di telo monouso in PVC sterili, per copertura apparecchiatura Arco a C Ziehm Vision RFD 3D N.I. 7003254

Il kit include:

- Un telo di copertura arco a C (30x30);
- Un telo allaggiamento di rilevatore (30x30);
- Copertura generatore
- Copertura pedale.

Numero lotto del kit 020839.

I) Specifiche

Distinti saluti

*Si specifica che il
QUANTITATIVO DA ACQUISTARE
equivale a N° 170 KIT.*

CASERTA 20/03/2018

*6) Monti/Scs Vedi ut
16 Dott. Bruno Zelindole*



**Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"**
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Maria Nicola Vittorio Ferrente

U.O.C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

DIRETTORE: DOTT. GAETANO BRUNO

Al Direttore U.O.C. Farmacia

Al Direttore U.O.C. Provveditorato

sede

Oggetto: sollecito acquisto materiale monouso

Si sollecita l'acquisto di materiale monouso già richiesto in data 12.09.2019 ed i data 30.09.2019 e nel dettaglio:

coperture monouso per caschetti operatori in uso all'ortopedia;

copertura sterile protettiva per arco a C in uso all'ortopedia.

Si fa presente che tali forniture sono urgenti ed indispensabili, la prima per la protezione del paziente e dell'operatore da rischi infettivi e di contaminazione (caschi operatori, al momento quindi non più utilizzabili), la seconda per prevenire rischi di contaminazione del paziente e di infiltrazione di liquidi/sangue nell'uso dell'arco a C/amplificatore di brillanza Ziemm, cosa, quest'ultima, che potrebbe seriamente compromettere il corretto funzionamento dello stesso.

Si precisa, con l'occasione, che il quantitativo richiesto dalla sala operatoria di elezione di coperture monouso sterili per l'arco a C della ditta Ziemm (170 kit) appare insufficiente. L'arco viene utilizzato per almeno 2 procedure al giorno in sala operatoria ortopedia dal lunedì al venerdì ed almeno 1 volta nel fine settimana (trattamento del collo femore in 48 ore) nelle sale operatorie dell'urgenza per un totale mensile di circa 50 procedure. Il fabbisogno annuo è quindi stimabile in 600 kit circa.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Caserta, 30 ottobre 2019

ADM
S. ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
Dott. Gaetano Bruno
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
CE 004478

31/10/19
Vedi
attesa
mell' O.C.
nel

U.O.C. Farmacia

Caserta, 06/11/2019

22/11/2019
Al Direttore
U. O. C. Provveditorato ed Economo

OGGETTO: Acquisto kit sterile per copertura apparecchio di radiologia Zihem.

Ad integrazione della nota del 27/09/2019 ad oggetto: "Acquisto kit sterile per copertura apparecchio di radiologia Zihem" si inoltra la richiesta del Direttore della U.O.C. Ortopedia e Trumatologia (prot. 0028559 del 30/10/2019) con la quale si sollecita l'acquisto di kit sterili per la copertura dell'apparecchio di radiologia Zihem (Deliberazione D.G. n°87 del 23/01/2019), rimodulando il fabbisogno annuale, e si chiede, inoltre, l'acquisto di Coperture monouso per caschetti operatori.

Il kit è costituito da:

- Telo di copertura arco a C (30x30);
- Telo alloggiamento rilevatore (30x30);
- Copertura generatore;
- Copertura pedale.

Il fabbisogno annuale indicato è di n°600 kit e altrettante Coperture monouso per caschetti operatori.

Si precisa che, nel caso di manifestazione con più ditte, l'offerta presentata potrà anche riferirsi ai singoli componenti del KIT.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto

Anna Dello Stritto

*Un grande grazie al Dottor Bovey
per la sua disponibilità e le sue
attente e professionali
risposte a me e alle mie
stesse*

Nel 4

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2486879
Descrizione RDO:	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Esclusione Automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.Lgs 50/2016)	si
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	ANTONIETTA COSTANTINI
Soggetto stipulante	Nome: ANTONIETTA COSTANTINI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	09/01/2020 11:14
Termine ultimo presentazione offerte:	21/01/2020 14:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	14/01/2020 14:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del	21/03/2020 11:11

Fornitore)	
Giorni dopo la stipula per Consegnna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA
CIG	Z3C2B79F1A
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	5000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	COME DA DISCIPLINARE E SCHEMA TECNICA IN ALLEGATO
Quantita	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso	Tecnico	Nessuna regola	
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
6	Caratteristiche tecniche aggiuntive	Tecnico	Nessuna regola	
7	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
8	Tipologia	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
DISCIPLINARE- SCHEDA TECNICA	Gara	Disciplinare20200109.pdf (1.4MB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obligatorietà	Documento unico per operatori riuniti
SCHEDA TECNICA O DEPLIANT	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	DI RADIOLOGIA IN USO S.O.- UOC ORTOPEDIA				
INVIO DETTAGLIO PREZZO PER SINGOLO PRODOTTO	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.- UOC ORTOPEDIA	Economica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.- UOC ORTOPEDIA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: KIT PREFORMATI DI TELI MONOUSO IN PVC STERILI PER COPERTURA APPARECCHIATURA ARCO A C/AMPLIFICATORE DI BRILLANZA MODELLO ZIEHM VISION RFD 3D (DELIBERAZIONE NR.87/2019).

Il kit è costituito da:


- *Telo di copertura Arco a C*
- *Telo alloggiamento rilevatore*
- *Copertura generatore*
- *Copertura pedale*

Il fabbisogno annuale è pari a 600 kit.


N.B.: L'apparecchiatura viene utilizzata per almeno due procedure al giorno in sala operatoria da parte della UOC Ortopedia, dal lunedì al venerdì, ed almeno una volta nel fine settimana (per il trattamento del collo femore in 48 ore nelle sale operatorie di urgenza).

Al fine di consentire la valutazione tecnica del kit proposto, ciascuna concorrente dovrà produrre campione (nr.1 campione per Arco a C e nr.1 per alloggiamento rilevatore), stante la necessità di verificare l'applicazione dei materiali sull'apparecchiatura in dotazione, di cui si allega scheda tecnica (priva di riferimenti economici) presentata dalla ditta fornitrice ex deliberazione nr.87/2019, Trade Art 2000 Spa.

La campionatura richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 23 p.v. ore 12:00, all'ufficio protocollo pal. A – piano terra.



Trade Art



Sped. AZIENDA OSPEDALIERA
DI CASERTA
"Santi' Anna e San Sebastiano"
Via Palasciano

81100 CASERTA (CE)

Offerta n. SI286/18/MU/sf

Roma, 23 ottobre 2018

Fornitura di acquisto di un sistema di radioscopia portatile per interventistica con arco a C per le esigenze della U.O.C. ortopedia.

Importo a base d'asta € 196.000,00 oltre IVA

CIG 7601653C24

Il sottoscritto Marcello Blesi, codice fiscale BLSMCL62E05HS01G, nato a Roma il 05/05/1962, ed ivi residente in Via Licio Giorgieri n. 64, in qualità di Legale Rappresentante della Trade Art 2000 S.p.A., con sede in Roma, Via della Pisana n. 1353, n. tel 06.65771711 e fax 06.65771718, codice fiscale e P.IVA n. 04607611003 presenta la ns. migliore offerta per la fornitura del seguente materiale, alle condizioni sottoindicate:


N.1 ARCO A C mod. ZIEHM VISION RFD 3D

Avere le seguenti caratteristiche:

- Detettore dinamico digitale Flat Panel 30 x 30 cm
- Generatore Ziehm Monofase ad alta frequenza da 25 kW
- Condensatori Boost Caps non deteriorabili per applicazioni ad alta potenza
- Tubo bifocale ad anodo rotante
- Movimenti motorizzati su 4 assi e manuali
- Overscan da 163 ° in rotazione orbitale
- Sistema di raffreddamento attivo AAC
- Interfaccia software utente Vision Center
- Ziehm Smart Eye e Smart Control
- Esposimetro automatico ODDC
- Pulsante raggi e pedaliera
- Laser integrato nel detettore
- Dosimetro DAP
- Air kerma calcolato
- Carrello portamonitor con monitor Barco da 19" ad alto contrasto e risoluzione
- Memoria da 100.000 immagini ad alta risoluzione

Trade Art 2000 S.p.A.
di Legale Rappresentante Pug. I
Marcello Blesi

Trade Art 2000 S.p.A. • Via della Pisana, 1353 • 00131 ROMA • Italia
Direzione e Coordinamento di SKYWARD Group S.r.l. • Cod. Fis. 09547051004
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. • Cod. Fisc. e P.IVA di Roma n. 04607611003 • U.E.A. n. 786480
t. +39.06.65.77.17.11 (mc. int.) • f. +39.06.65.77.17.18 • www.tradeart2000.com • info@tradeart2000.com



Mobile ART



- Archivio pazienti con visualizzazione a mosaico
- Chiavette di abilitazione raggi
- Porta USB
- Video connettore per uscita segnale analogico (30 Hz)
- Software di acquisizione e ricostruzione 3D in ortopedia (3D MPR), con funzioni 3D software, workstation eseguita nel carrello porta monitor, scheda grafica 3D, algoritmi Ziehm Iterative Reconstruction (ZIR) per ricostruzioni multiplanari, vista multipiana e rendering volumetrico (320° view), mouse pad e USB mouse
- Ziehm NetPort DICOM Software Storage incl. Storage Communication e Media Class
- Stampante Sony UP 971 per stampa su carta



Trade Art

N.B.: Eventuali opere murarie, idrauliche, elettriche di B.I., dispersori di terra, rinforzo pavimento, protezioni anti-X, non comprese nella presente offerta, sono da ritenersi a Vs. carico. L'alimentazione di rete deve essere compresa in una variazione del $\pm 10\%$ del valore nominale.

Rimaniamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti e, nel frattempo, le regaliamo i nostri migliori saluti.

Trade Art 2000 S.p.A.
Il Legale rappresentante
Marcello Biasi

Pag. 3



Trade Art 2000 S.p.A. • Via della Stanga, 1363 • 00163 Roma • Italy
Struttura e Coordinamento di Skyward Group Srl - Cod. Fis. 09647061004
Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. • Cod. Fis. e P.I. di Roma n. 04607691003 • R.E.A. n. 785436
I +39 06 6377.13.11 (tel. 201) • F. +39 06 65.77.17.18 • www.tradeart2000.com • info@tradeart2000.com

SKYWARD
GROUP

Offerta per la gara FORNITURA DI NR. 800 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADILOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA

Offerta per la gara FORNITURA DI NR. 800 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADILOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA

Offerta per 12 anni

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DETALLES	VALORE UNITARIO	VALORE TOTALE
1. 400 UOC/2000 Sfoderabile eponima D.L.G. 50/2016, n. 45, 30m. l. (t. 2)	1000		1600/2320,40/15,19	1600000,00/320000,00

ML S



16/01/2020 11.01-20200001448*

D.D.T. B.P.R. 47299 del 14/8/96 a successive modifiche

INTESTATARIO

Codice committ. 861

CASERTA - A.O. SAN SEBASTIANO
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE
P.IVA: 02201130610

DESTINAZIONE

Codice cliente: 100740

AZ. OSP. SAN SEBASTIANO
OFF. PROT. - PAL.A - PIANO TERRA
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

ab medica s.p.a.
20023 Cerro Maggiore (MI) - Via Kennedy 10/12
tel. 02 933051
fax 02 93305400

Magazzino:
20023 Cerro Maggiore (MI) - Via Kennedy 10/12
Deposito:
20017 Mazzo di Rho (MI) - via Buzzi, 20/22

Filiale di Roma
00128 Roma - via Ristorante Bonetti, 88/90
tel. 06-5072421
fax 06-50724237

NUMERO	DATA	PAGINA
846	15/01/2020	01/ 1

CAUSALE	IMBALLO	PORTO	ANNOTAZIONI
CAMPIONI GRAT. GARA	Gratis	France	Vol 6

MEZZO TRASPORTO	DATA PARTENZA	FIRMA
Vettore		

VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b - D.Lgs. 286/2005)

TNT Global Express S.r.l.

Sez. Legale, C/o Coda Consorzio 26 - 10145 Torino - Italia
REA TO C/1164 Reg. Imprese di Torino N. 7334/0126
Registrazione postale TOT-UNION P.IVA 09309880153

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	Q.TA' DECOD.
3/K1SCUARC00003	<p>Ordine N° 11499229 del 15/01/2020</p> <p>Consegna N° 81408322</p> <p>COPERTURA ARCO A C UNIVERSALE 218X41CM COMPOSTO DA : 1 COPERTURA ESTENSIBILE CON CLIP 218X41CM, 2 CUFFIE CON ELASTICO 81X76CM, 1 COPERTURA CON ELASTICO 46X61CM</p> <p>=====</p> <p>#CAMPIONE GRATUITO PER: GARA FORNITURA DI KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O. # UOC ORTOPEDIA. RDO 2486879."</p> <p>Partita EK08170161 EA Nr. Lotto EK08170161 Data scad. 31.07.2020</p>	EA	1,000	
Rep N° 1571727/R				

VOSTRO ORDINE	COLLI	TIPO COLLI	KG.
ANNOTAZIONI	FIRMA DESTINATARIO		

GARA TELEMATICA MEDIANTE RdO PER LA FORNITURA DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. – UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

VERBALE DEL 22/01/2020

In data 22/01/2020 alle ore 10.00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina A (Palazzina Uffici) di Via Palasciano, Caserta, si è riunito il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Antonietta Costantini – Direttore UOC Provveditorato – Economato - Presidente;

Sig.ra Anita Correra - Collaboratore amministrativo professionale – esperto, assegnato alla medesima UOC – Teste

Dott.ssa Teresa Capobianco – Dirigente Amministrativo, pure assegnato alla stessa UOC – Teste

La precitata sig.ra Correra svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante

PREMESSO

- che con deliberazione del D.G. n. 87 del 23.01.2019 - previo espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di N.1 apparecchio di radiologia, nella specie, di un Sistema di radiosopia portatile digitale per interventistica con arco a C in favore della Ditta TRADE Art 2000 Spa; tanto per le esigenze della UOC di Ortopedia e Traumatologia;
- che il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, tenuto conto della richiesta del Direttore di Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, con nota inviata a mezzo posta certificata (30/09/2019) ha richiesto l'acquisto di n. 170 kit sterili per la copertura dell'apparecchio di che trattasi, fornendone le specifiche tecniche;
- che il Dott. Bruno, con nota Prot. gen. 28559 del 30/10/2020, ha rideterminato il fabbisogno annuo del materiale in oggetto, nella misura di 600 kit;
- che in data 09/01/2020 il Direttore della UOC Provveditorato – Economato, Dott.ssa Antonietta Costantini, quale RUP, oltreché punto ordinante aziendale registrato, ha avviato una gara telematica mediante l'utilizzo della piattaforma M.E.P.A., nella specie RdO n. 2486879 per la fornitura in questione (CIG. N. Z3C2B79F1A);
- che la richiesta di offerta, formulata da quest'Azienda, secondo le specifiche riportate nella "Scheda Tecnica", qui richiamate e trascritte, ha fissato i termini per la presentazione dell'offerta e della relativa campionatura rispettivamente al 21/01/2020 (ore 14.00) ed al 23/01/2020 (ore 12.00);
- che, pendente il termine per la presentazione dei chiarimenti, la Ditta AB MEDICA Spa. ha presentato richiesta, puntualmente riscontrata, dandone comunicazione a tutti gli operatori economici invitati;

Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta

Tel. 0823/232456-2468-2473-2665

e-mail: carmine.mariano@aorncaserta.it - direzionegenerale@ospedalecaserta.it
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sam'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

- che, entro il termine prescritto per la presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta e, precisamente, da parte della Ditta AB MEDICA Spa., che ha anche prodotto campionatura, come da DDT n.846 del 15/01/2020, agli atti.

In data odierna, il RUP, assistito dai testi innanzi indicati, ha proceduto all'apertura telematica della busta amministrativa presentata da detta Ditta ed alla susseguente verifica della regolarità amministrativa di essa, con esito positivo. In pari data, lo stesso RUP ha anche proceduto all'apertura della busta tecnica.

Si dà atto che il plico, recante la campionatura, risulta chiuso e sigillato e su di esso vengono apposte le sigle della Dottoressa Teresa Capobianco e dalla Sig.ra Anita Correra., quali testi del precipitato organismo.

Tutto ciò premesso, il RUP dà mandato alla UOC Provveditorato di trasmettere al Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, l'offerta tecnica sopra indicata unitamente al plico contenente la campionatura per la prescritta verifica di conformità. Alle ore 10.30 vengono chiusi i lavori.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

I COMPONENTI

Sig.ra Anita Correra

Anita Correra

Dott.ssa Teresa Capobianco

Teresa Capobianco

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Antonietta Costantini

Antonietta Costantini

Il Segretario Sig.ra Anita Correra

Anita Correra

Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta

Tel. 0823/232456-2468-2473-2665

e-mail: carmine.mariano@uocncaserta.it - direzionegenerale@ospedalecaserta.it
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 23/01/2020

10 6

Al Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia
Dott. Gaetano Bruno
Sede

Oggetto: Gara telematica mediante RdO (2486879) per la fornitura di n.600 Kit Sterili per la copertura di N.1 apparecchio di radiologia in uso alla S.O. – UOC Ortopedia e Traumatologia – Comunicazione e richiesta.

Al fine di assicurare la regolarità dell'istruttoria riferita alla gara in oggetto, si rimette in copia l'unica offerta pervenuta, nella specie quella della Ditta AB MEDICA Spa., unitamente al plico contenente la campionatura da essa prodotto.

Restasi in attesa di risposta.

UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonietta Costantini

Aggi
X RiasuTa

Aggi

abmedica

29/1/2020 Colleretts. Ve bene.

09/02/2020

AORN
S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASA DI CURE
Dott. Giacomo Bruno

Traumatologia

N. riferimento:

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO		
COBERTURA ARCO A C	N. REPERTORIO <i>(vedere tabella quantità prodotti)</i>	
CODICE COMMERCIALE PRODOTTO	3/K1SCUARCO0...	
REF. FABBRICANTE	K1SCUARCO0...	
CODICE CND	T030101	
DESTINAZIONE D'USO (Intended use)	Sono utilizzate per la copertura di apparecchiature radiogene portatili usate nel corso di procedure diagnostiche interventistiche dove richiesto utilizzo di raggi X.	
CARATTERISTICHE	Cuffie universali per la copertura di arco a C disponibili in diverse tipologie.	
CONTROINDICAZIONI	Nessuna, nei limiti della destinazione d'uso del prodotto.	
MATERIALE	PE - Film trasparente - elastico - adesivo	LATTICE  ASSENTE
CONTROLLI DI QUALITÀ	I controlli di qualità del materiale vengono effettuati all'origine dal Fabbricante e rispondono alle normative vigenti.	
STERILIZZAZIONE	Mediante Ossido di Etilene (ETO). Tutto il processo di sterilizzazione è validato secondo le norme EN-ISO-11135 edizione corrente. Gas residui nel rispetto delle vigenti normative. Sono rispettate tutte le prescrizioni tecniche e legislative previste in materia. Prodotto non nocivo.	
RISTERILIZZAZIONE	Il prodotto è sterile MONOUSO. Vietata la risterilizzazione.	MONOUSO 
VALIDITÀ DEL DISPOSITIVO	La validità del dispositivo sterile è di anni 5 dalla data di fabbricazione. La data di scadenza indicata si riferisce al dispositivo nella sua confezione originale, integra e correttamente conservata. NOTA: i prodotti fabbricati fino al 31.12.2019 hanno una validità di anni 3	
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto. Fare comunque riferimento alle indicazioni specifiche riportate sulla confezione e/o sul foglietto illustrativo.	
CONFEZIONAMENTO	Confezionamento unitario in buste di accoppiato carta e laminato plastico. Facile immagazzinamento e sovrapposizione del prodotto.	QUANTITÀ PER CONFEZIONE VEDERE TABELLA
ETICHETTATURA	Conforme all'art. 13 D.Lgs. 46/97 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 93/42/CE	CONFEZIONE PRESENTA Fissa



Benannt durch/Designated by
Zentrale Stelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinproduktien
ZLG-ES-244.10.08



Product Service

CERTIFICATO CE

Garanzia di qualità della produzione

Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (DDM), allegato V
(dispositivi in classe I allo stato sterile, sistemi e kit per campo operatorio sterili)

N° G2S 048288 0045 Rev. 01

Fabbricante:

ab medica s.p.a.
Via J.F. Kennedy 10/12
20023 Cerro Maggiore (MI)
ITALIA

Stabilimento(I):

ab medica s.p.a.
Via J.F. Kennedy 10/12, 20023 Cerro Maggiore (MI), ITALIA

**Categoria(e) di
prodotti:**

Kit per procedure Chirurgiche, Interventistiche

Con il presente certificato, l'Organismo di Certificazione di TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che il fabbricante sopra menzionato ha implementato un sistema di garanzia di qualità per la fabbricazione, secondo quanto stabilito nella Direttiva DDM, allegato V. Questo sistema di qualità copre gli aspetti di fabbricazione per quanto riguarda la sterilità ed il mantenimento della sterilità dei dispositivi / categorie di dispositivi in questione e soddisfa i requisiti specificati nella presente Direttiva. È soggetto a sorveglianze regolari.

Osservare le note riportate sul retro.

N° del rapporto:

ITA1380924

Valido da:

2019-12-12

Valido fino al:

2024-05-26

Data:

2019-12-12

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

ELENCO PRODOTTI
PRODUCT LIST

Dispositivi di classe I sterili per procedure Chirurgiche, Interventistiche:
Class I sterile medical devices for surgical, interventional procedures:

- piatti, vassoi / bowls, trays
- cuffie copri macchine / machine covering caps
- teli (tutti i tipi) / drapes (all kinds)
- pinze (per fissaggio teli) / forceps (to fix drapes)
- garze, spugne / gauzes, swabs
- camici, maschere e cuffie chirurgiche / gowns, surgical masks and head coverings
- guanti da ispezione / examination gloves
- siringhe senza ago / syringes without needle
- pinze / clamps
- sacche per raccolta liquidi / drainage bags
- dispositivi di lavaggio continuo / flush devices
- cerotti medicati, etichette, strisce adesive / medical plasters, labels, adhesive strips
- sistemi di ancoraggio per guide e catetesi / lining systems for guides and catheters
- matite dermatografiche / skin markers
- valvole per minitrocara / minitrocath valves
- lame da forbici riutilizzabili / reusable scissor heads
- sistemi di ancoraggio per guide e catetesi / lining systems for guides and catheters
- irrigatore multiboro / multihole irrigation tube

Kit per procedure Chirurgiche, Interventistiche
Kits for surgical, interventional procedures

ab medica s.p.a.
 Via J.F. Kennedy, 10/12 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
 tel +39 02 93305400 - fax +39 02 93305401
www.abmedica.it
abmedica@abmedica.it

ALLEGATO I
ANNEX I

Fabbrica:
 Roma
 Via Bonelli, 53/90
 tel +39 06 5072621 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
 Cap. Soc. Uniti 123/1
 tel +39 049 8705710 - abmedica.padova@abmedica.it

Nevaccino (PD)
 Via Giuntini, 93 - Inv. A4
 tel +39 050 860041 - abmedica.nevaccino@abmedica.it





ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO NR 50 100 13102 - Rev.006

ANNEX 1 TO CERTIFICATE NO 50 100 13102 - Rev.005

pagina 1 di 2 / page 1 of 2

IL CERTIFICATO NR 50 100 13102 (ultima revisione applicabile) COPRE ANCHE LE SEGUENTI SEZIONI OPERATIVE:

THE CERTIFICATE N 50 100 13102 (last version) COVERS ALSO THE FOLLOWING OFFICES:

AB MEDICA S.p.A.**VIA KENNEDY 10/12 I-20023 CERRO MAGGIORE (MI)**

Distribuzione di dispositivi medici. Gestione della produzione e distribuzione di kit procedurali. Progettazione, gestione della produzione e distribuzione di dispositivi medici per chirurgia e diagnostica. Assistenza tecnica di apparecchiature per chirurgia robotica, radiochirurgia ed apparecchiature elettromedicali. Laboratorio di progettazione, sviluppo e produzione materie prime polimeriche (IAF 19, 29, 34)

Distribution of medical devices. Manufacturing management and distribution of procedural kits. Design, manufacturing management and distribution of medical devices for surgery and diagnostic. Technical servicing of robotic surgery, radiosurgery and electromedical devices. Laboratory for design, development and production of polymeric raw materials (IAF 19, 29, 34)

VIA PIERFRANCO BONETTI 88/90 I-00128 ROMA (RM)

Distribuzione di dispositivi medici. Assistenza tecnica di apparecchiature per chirurgia robotica, radiochirurgia ed apparecchiature elettromedicali (IAF 29, 19)

Distribution of medical devices. Technical servicing of robotic surgery, radiosurgery and electromedical devices (IAF 29, 19)



SGSN 049A

Numero di Registro di Attestato di Accreditamento
EA 057/04/AC
Soggetto: I.A.F. and I.A.O. Standard
Riconosciuto: 12/12/2015

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TUV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Da / From: 2015-12-12

A / To: 2022-11-01

Data emissione / Issuing Date

2015-12-12

Andrea Cossi
Andrea Cossi
Direttore Divisione Business Assurance

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2015-07-20

DATA DI SCADENZA DELL'ULTIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE 2018-11-01

EXPIRATION DATE OF THE LAST CERTIFICATION CYCLE: 2018-11-01

L'VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RISANAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON UN RICONTROLLO TRIENNALE.

THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE YEARS.



Deutsche
Akreditierungsstelle
D-23411321-01-00



Product Service

CERTIFICATO

N° Q5 048288 0044 Rev. 02

Titolare del certificato: ab medica s.p.a.

Via J.F. Kennedy 10/12
20023 Cerro Maggiore (MI)
ITALIA

**Marchio di
certificazione:**



**Campo di
applicazione:**

**Distribuzione di dispositivi medici per
cardiologia, cardiochirurgia, neuroradiologia,
chirurgia miniminvasiva, urologia, ginecologia,
radiochirurgia, radiologia, anestesia, chirurgia
robotica, elettrofisiologia, ortopedia, Gestione
della produzione e distribuzione di kit
procedurali. Progettazione, produzione e
distribuzione di dispositivi medici per chirurgia e
diagnostica. Assistenza tecnica di
apparecchiature per chirurgia robotica,
radiochirurgia e apparecchiature elettromedicali**

L'Organismo di Certificazione TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che la società
sopramenzionata ha istituito e mantiene un sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della(e)
norma(e) elencata(e). Vedere anche note sul retro.

N° del rapporto:

ITA1358523

Valido da:

2020-02-01

Valido fino al:

2023-01-31

Data: 2019-12-09

Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body



Product Service

CERTIFICATO

N° Q5 17 12 48288 044

Titolare del certificato:

ab medica s.p.a.

Via JF Kennedy 10/12
20023 Cerro Maggiore (MI)
ITALIA

Marchio di certificazione:



Campo di applicazione:

Distribuzione di dispositivi medici per cardiologia, cardiochirurgia, neuroradiologia, chirurgia miniminvasiva, urologia, ginecologia, radiochirurgia, radiologia, anestesia, chirurgia robotica, elettrofisiologia, ortopedia. Gestione della produzione e distribuzione di kit procedurali. Pregettazione, produzione e distribuzione di dispositivi medici per chirurgia e diagnostica. Assistenza tecnica di apparecchiature per chirurgia robotica, radiochirurgia e apparecchiature elettromedicali.

L'Organismo di Certificazione TÜV SÜD Product Service GmbH certifica che la società sopramenzionata ha istituito e mantiene un sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della(e) norma(e) elencata(e). Vedere anche note sul retro.

N° del rapporto:

ITA8536211S

Valido da:

2018-03-28

Valido fino al:

2020-01-31

Data, 2018-03-28

Stefan Preiß

Pagina 1 di 2

Traduzione per scopi informativi. La sola versione inglese (tedesca) è legalmente impegnativa.

DAKKS

Deutsche
Akreditierungsgesellschaft
D-241-132201-10

TÜV



GARA TELEMATICA MEDIANTE RdO PER LA FORNITURA DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

VERBALE DEL 03/02/2020

In data 03/02/2020 alle ore 10.30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° della Palazzina A (Palazzina Uffici) di Via Palasciano, Caserta, si è riunito il Seggio di gara, così composto:

Dott.ssa Antonietta Costantini – Direttore UOC Provveditorato – Economato - Presidente;
Sig.ra Anita Correra - Collaboratore amministrativo professionale – esperto, assegnato alla medesima UOC – Teste

Dott.ssa Teresa Capobianco – Dirigente Amministrativo, pure assegnato alla stessa UOC – Teste
La precitata sig.ra Correra svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che il Seggio di gara, con verbale n.1 del 22 u.s. (agli atti), ha
 - proceduto all'apertura telematica della busta amministrativa presentata dalla Ditta AB MEDICA Spa., unica offerente, ed alla susseguente verifica della regolarità amministrativa di essa, con esito positivo;
 - proceduto all'apertura della busta tecnica presentata dalla stessa Ditta;
- che in data 23/01/2020 con nota depositata agli atti è stata rimessa al Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia, Dott. Gaetano Bruno, la summenzionata offerta tecnica unitamente al plico prodotto dalla Società AB Medica Spa (DDT N.846/2020) per la prescritta verifica di conformità;
- che in data 29/01/2020, il precitato Direttore ha trasmesso (Prot. gen. n. 3019/2020) alla UOC Provveditorato la scheda tecnica di interesse, risultandone la conformità alle specifiche tecniche prefissate, come da glossa apposta dallo stesso su tale scheda.

In data odierna, il RUP, assistito dai testi innanzi indicati, ha validato telematicamente l'offerta tecnica, sulla base dell'effettuata verifica e, successivamente, ha provveduto all'apertura telematica dell'offerta economica, da cui risulta che l'importo complessivo della fornitura di cui trattasi è pari ad € 4.914,00 oltre Iva, secondo la configurazione descritta in offerta

Gli atti restano affidati alla UOC Provveditorato – Economato per la custodia.

Alle ore 11.00 vengono chiusi i lavori.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta

Tel. 0823/232456-2468-2473-2665

e-mail: carmine.mariano@arncaserta.it - direzionegenerale@ospedale.caserta.it
direzionegenerale@ospedalecasertapec.it

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO	2486879
Descrizione RDO	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA)
CIG	Z3C2B79F1A
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto ordinante	COSTANTINI ANTONIETTA / CF:CSTNNT58C41G596G
Firmatari del contratto	CESARE GIUSEPPE PIROLA / CF:PRLCRC65E25E317J

FORNITORE

Ragione o Denominazione Sociale	AB MEDICA SPA
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	08862820969
Codice Fiscale Operatore Economico	08862820969
Partita IVA di Fatturazione	

Sede Legale	VIA FELICE CASATI 1/A - MILANO (MI)
Telefono	02933051
Posta Elettronica Certificata	ABMEDICA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08862820969
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	15/12/2014
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	6052810
Offerta sottoscritta da	PIROLA CESARE GIUSEPPE
Email di contatto	ABMEDICA.GARE@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	21/03/2020 11:11
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA
Categoria	Attrezzature di primo soccorso
Descrizione Oggetto di Fornitura	COME DA DISCIPLINARE E SCHEDA TECNICA IN ALLEGATO
Quantità	1
PARAMETRO RICHIESTO	
VALORE OFFERTO	
Marca	ab medica spa
Codice articolo produttore	K1SCUARC00003
Nome commerciale dell'attrezzatura di primo soccorso*	COPERTURA ARCO A C

Descrizione tecnica	Cuffie universali per la copertura di arco a C disponibili in diverse tipologie
Tipo contratto*	Acquisto
Caratteristiche tecniche aggiuntive	Sono utilizzate per la copertura di apparecchiature radiogene portatili usate nel corso di procedure diagnostiche interventistiche dove richiesto utilizzo di raggi X
Unità di misura*	Pezzo
Tipologia	non inserito
Prezzo*	4914
Offerta economica per il lotto 1	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	4914,00000000 Euro (quattromilanovecentoquattordici Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 0,98000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserfa - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.	
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale	

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Augustinianpa

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2486879
Descrizione RdO	FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA
Lotto oggetto della Stipula	1 (FORNITURA DI NR.600 KIT STERILI PER COPERTURA APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO S.O.-UOC ORTOPEDIA)
CIG	Z3C2B79F1A
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	COSTANTINI ANTONIETTA /CSTNNT58C41G596G
Firmatario del Contratto di Stipula	COSTANTINI ANTONIETTA /CSTNNT58C41G596G
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	AB MEDICA SPA Società per Azioni
Codice Operatore Economico	08862820969
Codice Fiscale Operatore Economico	08862820969
Sede legale	VIA FELICE CASATI 1/A - MILANO (MI)
Telefono	02933051
Posta Elettronica Certificata	ABMEDICA.GARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08862820969
Data di iscrizione Registro	15/12/2014 00:00

Imprese / Albo Professionale	
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SANITA'
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
	Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6052810
Offerta sottoscritta da	PIROLA CESARE GIUSEPPE
Email di contatto	ABMEDICA.GARE@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	16/01/2020 14:15
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	21/03/2020 11:11
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	4914,00000000 Euro (quattromilanovecentoquattordici Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '0,98000000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegnante	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 05/02/2020 12:05

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA AB MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €5.995,08

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 10/02/2020

il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 56 del 10/02/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: RdO N. 2486879 PER LA FORNITURA ANNUALE DI N. 600 KIT STERILI PER COPERTURA DI
N. 1 APPARECCHIO DI RADIOLOGIA IN USO ALLA S.O. - UOC DI ORTOPOEDIA E
TRAUMATOLOGIA – AGGIUDICAZIONE DITTA AB MEDICA Spa (CIG. N. Z3C2B79F1A)**

In pubblicazione dal 10/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano