
Determina Dirigenziale N. 650 del 05/10/2020

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: SOSTITUZIONE CODICI DISPOSITIVI MEDICI SEZIONE F – DITTA CODISAN SPA LOTTO F6.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: SOSTITUZIONE CODICI DISPOSITIVI MEDICI SEZIONE F – DITTA CODISAN SPA
LOTTO F6.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con Delibera n. 112 del 21.05.2015 è stata aggiudicata la fornitura di Dispositivi medici sezione F;
- con successiva deliberazione n.103 del 24.07.2020, si è disposto il rinnovo contrattuale e pertanto la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dell'appalto in argomento sino al 31.01.2021;
- con nota protocollo 26881 del 15.09.2020 l'UOC Farmacia ha trasmesso comunicazione della ditta Codisan Spa relativa alla sostituzione dei codici prodotto aggiudicato al lotto F6 della suddetta fornitura (allegato 1);
- con nota protocollo 27685 del 23.09.2020 l'UOC Farmacia ha comunicato che il dispositivo medico proposto in sostituzione di quello aggiudicato in gara dalla ditta Codisan Spa è conforme alle specifiche indicate nel capitolato tecnico di gara dei Dispositivi Medici (allegato 2);
- con nota del 16.09.2020 la ditta Codisan Spa ha comunicato che i prezzi del prodotto sostituito restano invariati rispetto a quelli di gara (allegato 3);

Attestato che

- la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione della ditta Codisan Spa relativa alla sostituzione dei codici prodotto aggiudicato al lotto F6 nell'ambito della Fornitura di Dispositivi Medici sez. F così come riportato nell'allegato 1;
2. di precisare che la sostituzione non comporta incrementi di spesa né variazione delle condizioni economiche di fornitura;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge e all'UOC Farmacia.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ALLEGATO N...1



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

U.O.C. Farmacia

Caserta, 15/09/2020

**Al Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato**

Oggetto: Sostituzione cateteri in lattice siliconati – ditta Codisan S.p.A.

Si trasmette, in allegato, la comunicazione della ditta Codisan S.p.A. (mail del 15/09/2020) relativa alla proposta di sostituzione dei cateteri in lattice siliconati, aggiudicati al lotto F6 della gara dei Dispositivi Medici (anno 2016, prorogata al 2021).

A tal proposito si invia, in allegato, la scheda tecnica “Catetere Foley in lattice siliconato con palloncino”.

Tanto al fine di consentirvi di procedere per quanto di competenza.

**Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto**



Oggetto **R: ordine 32100060 DEL 13072020**
 Mittente Giusy Trovato <giusy.trovato@codisan.com>
 Destinatario <giovanna.capone@aorncaserta.it>
 Data 15/09/2020 11:32

- Scheda Tecnica - CATETERI FOLEY IN LATTICE SILICONATO Rev. 00.docx(~1,5 MB)

Buongiorno,
 la presente per comunicarVi che i codici dei cateteri in lattice siliconato relativi alla gara
 aggiudicata nel 2016 e prorogata fino al 2021, non sono più validi e sono stati sostituiti dai seguenti
 nuovi codici:

CODFLP203N0510	MIS 10
CODFLS205N1512	MIS 12
CODFLS205N1514	MIS 14
CODFLS205N1516	MIS 16
CODFLS205N1518	MIS 18
CODFLS205N1520	MIS 20
CODFLS205N1522	MIS 22

670 F 6

In allegato la scheda tecnica.

Cordiali saluti.

Giusy Trovato
 Ufficio Ordini e Assistenza Clienti

CODISAN S.p.A.
 Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente
 95032 Belpasso (CT), Italy
 Tel. +39 095 5872153 - Fax +39 095 7867042
www.codisan.com - giusy.trovato@codisan.com

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.
 Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.
 Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse l'errata ricezione.
 Il trattamento dei Vostri dati avviene in conformità con il D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy.

-----Messaggio originale-----

Da: giovanna.capone@aorncaserta.it [mailto:giovanna.capone@aorncaserta.it]
 Inviato: lunedì 27 luglio 2020 10:02
 A: assistenzaclienti@codisan.com
 Oggetto: ordine 32100060 DEL 13072020

buongiorno

in riferimento all'ordine indicato in oggetto si chiede COPIA DELLA
 vostra comunicazione di cambio codice relativa ai prodotti DI SEGUITO
 INDICATI:

CODICI AGGIUDICATI AL LOTTO DI GARA F6

Ditta
 cod. prodot. misura
 ORLL2281005 MIS 10
 UN051111210 MIS 12
 UN051111410 MIS 14
 UN051111610 MIS 16
 UNOMM51121810 MIS 18
 UNOMM51121811 MIS 20
 UNOMM51121812 MIS 22

IN QUANTO L'ORDINE GIA' IN PASSATO è STATO EVASO CON ALTRE REFERENZE.

TANTO SI CHIEDE AL FINE DI POTER INOLTRARE RICHIESTA DI MODIFICA

15/9/2020

Roundcube Webmail :: R: ordine 32100060 DEL 13072020

DELL'anagrafica regionale SORESA ONDE EVITARE CHE VI SIANO BLOCCHI NEL
PROCESSO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE.

CORDIALI SALUTI

DOTT.SSA G. CAPONE



- Smaltire secondo quanto previsto dalla legislazione vigente

Confezionamento

Un cartone contiene 50 scatole da 10 pezzi per un totale di 500 pezzi.

Validità

60 mesi

CATETERE FOLEY 2 VIE PEDIATRICO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CAPACITÀ DEL PALLONCINO	MISURA
CODFLP203N0506	Catetere Foley 2 vie	Pediatrico	3-5 ml	CH6
CODFLP203N0508	Catetere Foley 2 vie	Pediatrico	3-5 ml	CH8
CODFLP203N0510	Catetere Foley 2 vie	Pediatrico	3-5 ml	CH10

CATETERE FOLEY 2 VIE ADULTI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CAPACITÀ DEL PALLONCINO	MISURA
CODFLS205N1512	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH12
CODFLS205N1514	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH14
CODFLS205N1516	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH16
CODFLS205N1518	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH18
CODFLS205N1520	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH20
CODFLS205N1522	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH22
CODFLS205N1524	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH24

CATETERE FOLEY 3 VIE ADULTI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CAPACITÀ DEL PALLONCINO	MISURA
CODFLS300N3016	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH16
CODFLS300N3018	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH18
CODFLS300N3020	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH20
CODFLS300N3022	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH22
CODFLS300N3024	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH24



SCHEDA TECNICA

CATETERE FOLEY IN LATTICE SILICONATO CON PALLONCINO



Produttore	HITEC MEDICAL Co., Ltd. <i>Sistema di Qualità certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485</i>
Distributore	CODISAN S.p.A. <i>Sistema di Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2016</i>
Nome commerciale	APP – Cateteri foley in lattice siliconato
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIa
CND	U010201
N° di Repertorio	1587504/R
Conformità	Direttiva 93/42/CEE, D.L.vo 46/97 e ss.mm.ii.

Descrizione e destinazione d'uso


Catere Foley in lattice siliconato con palloncino e punta atraumatica, indicato per cateterismo vescicale.

Specifiche del prodotto

- Lattice siliconato di grado medicale atossico e biocompatibile
- Punta Nelaton
- Massima tollerabilità
- Fori di drenaggio ampi e smussati
- Palloncino d'ancoraggio (cfr. tabella)
- Superficie liscia e compatta per minimizzare le incrostazioni
- Doppio involucro
- Punte rotonde, lisce, morbide rinforzate per una facile introduzione
- Valvola di gonfiaggio rigida con codice colore
- Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti
- Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici
- Sterile: Ossido di Etilene
- Ftalati: assenti

Avvertenze

- Prima dell'uso del prodotto controllare l'integrità della confezione
- Usare immediatamente dopo l'apertura del blister
- Conservare in luogo fresco e asciutto, non esporre alla luce diretta del sole, non immagazzinare vicino a sorgenti di calore diretto
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso




CODISAN S.p.A. Via Pantano, 24 - 95032 Belpasso (CT) | Ph. +39 095 7867474 • Fax +39 095 7867042 | codisan@codisan.com • www.codisan.com
Cap. Soc. € 2.626.440,00 i.v. • R.E.A. di Catania N. 121339 • P.IVA e R.I. CT 00784230872

Rev. 00 del 18/05/2017

23/09/2020 12.02-20200027685

ALLEGATO N....²



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

U.O.C. Farmacia

Caserta, 23/09/2020

**Al Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato**

Oggetto: Sostituzione cateteri in lattice siliconati – ditta Codisan S.p.A. – INTEGRAZIONE.

Ad integrazione della precedente comunicazione, di pari oggetto, (prot. 002688 del 15/09/2020) si precisa che trattasi di sostituzione codice e, pertanto, il dispositivo medico proposto dalla ditta Codisan S.p.A. è conforme alle specifiche indicate nel capitolato tecnico di gara dei Dispositivi Medici (anno 2016, prorogata al 2021).

Si resta in attesa di riscontro.

**Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Sistro**

Anna Dello Sistro

AS

Carlo
DR

provveditorato@ospedale.caserta.it

Da: Giusy Trovato <giusy.trovato@codisan.com>
 Inviato: mercoledì 16 settembre 2020 10:14
 A: provveditorato@ospedale.caserta.it
 Oggetto: I: ordine 32100060 DEL 13072020
 Allegati: Scheda Tecnica - CATETERI FOLEY IN LATTICE SILICONATO Rev. 00.docx

Sg. Medaglia
 per
 23/03/2021
 20103

In rif.to alla precedente e-mail inviata il 15/09 (vedi sotto), con la presente confermiamo che i prezzi dei cateteri che riportano la nuova codifica restano invariati.

Cordiali saluti.

Giusy Trovato
 Ufficio Ordini e Assistenza Clienti

CODISAN S.p.A.
 Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente
 95032 Belpasso (CT), Italy
 Tel. +39 095 5872153 – Fax +39 095 7867042 www.codisan.com - giusy.trovato@codisan.com

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse l'errata ricezione.

Il trattamento dei Vostri dati avviene in conformità con il D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy.

-----Messaggio originale-----

Da: Giusy Trovato [mailto:giusy.trovato@codisan.com]
 Inviato: martedì 15 settembre 2020 11:32
 A: 'giovanna.capone@aorncaserta.it'
 Oggetto: R: ordine 32100060 DEL 13072020

Buongiorno,
 la presente per comunicarVi che i codici dei cateteri in lattice siliconato relativi alla gara aggiudicata nel 2016 e prorogata fino al 2021, non sono più validi e sono stati sostituiti dai seguenti nuovi codici:

CODFLP203N0510	MIS 10
CODFLS205N1512	MIS 12
CODFLS205N1514	MIS 14
CODFLS205N1516	MIS 16
CODFLS205N1518	MIS 18
CODFLS205N1520	MIS 20
CODFLS205N1522	MIS 22

Dr. More
 F. Lipp
 A. J.

In allegato la scheda tecnica.

Cordiali saluti.

Giusy Trovato
 Ufficio Ordini e Assistenza Clienti

CODISAN S.p.A.
Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente
95032 Belpasso (CT), Italy
Tel. +39 095 5872153 – Fax +39 095 7867042 www.codisan.com - giusy.trovato@codisan.com

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse l'errata ricezione.

Il trattamento dei Vostri dati avviene in conformità con il D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy.

-----Messaggio originale-----

Da: giovanna.capone@aorncaserta.it [mailto:giovanna.capone@aorncaserta.it]
Inviato: lunedì 27 luglio 2020 10:02
A: assistenzaclienti@codisan.com
Oggetto: ordine 32100060 DEL 13072020

buongiorno

in riferimento all'ordine indicato in oggetto si chiede COPIA DELLA vostra comunicazione di cambio codice relativa ai prodotti DI SEGUITO
INDICATI:

CODICI AGGIUDICATI AL LOTTO DI GARA F6

Ditta	
cod. prodot.	misura
ORLL2281005	MIS 10
UNO51111210	MIS 12
UNO51111410	MIS 14
UNO51111610	MIS 16
UNOMM51121810	MIS 18
UNOMM51121811	MIS 20
UNOMM51121812	MIS 22

IN QUANTO L'ORDINE GIA' IN PASSATO è STATO EVASO CON ALTRE REFERENZE.

TANTO SI CHIEDE AL FINE DI POTER INOLTRARE RICHIESTA DI MODIFICA DELL'anagrafica regionale SORESA ONDE EVITARE CHE VI SIANO BLOCCHI NEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE.

CORDIALI SALUTI

DOTT.SSA G. CAPONE



SCHEDA TECNICA

CATETERE FOLEY IN LATTICE SILICONATO CON PALLONCINO



Produttore	HITEC MEDICAL Co., Ltd. <i>Sistema di Qualità certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485</i>
Distributore	CODISAN S.p.A. <i>Sistema di Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2016</i>
Nome commerciale	APP – Cateteri foley in lattice siliconato
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIa
CND	U010201
N° di Repertorio	1587504/R
Conformità	Direttiva 93/42/CEE, D.L.vo 46/97 e ss.mm.ii.

Descrizione e destinazione d'uso	Catere Foley in lattice siliconato con palloncino e punta atraumatica, indicato per cateterismo vescicale.
Specifiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none">■ Lattice siliconato di grado medicale atossico e biocompatibile■ Punta Nelaton■ Massima tollerabilità■ Fori di drenaggio ampi e smussati■ Palloncino d'ancoraggio (cfr. tabella)■ Superficie liscia e compatta per minimizzare le incrostazioni■ Doppio involucro■ Punte rotonde, lisce, morbide rinforzate per una facile introduzione■ Valvola di gonfiaggio rigida con codice colore■ Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti■ Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici■ Sterile: Ossido di Etilene■ Ftalati: assenti
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none">■ Prima dell'uso del prodotto controllare l'integrità della confezione■ Usare immediatamente dopo l'apertura del blister■ Conservare in luogo fresco e asciutto, non esporre alla luce diretta del sole, non immagazzinare vicino a sorgenti di calore diretto■ Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso



CODISAN S.p.A. Via Pantano, 24 • 95032 Belpasso (CT) | Ph. +39 095 7867474 • Fax +39 095 7867042 | codisan@codisan.com • www.codisan.com
Cap. Soc. € 2.626.440,00 i.v. • R.E.A. di Catania N. 121339 • P.IVA e R.I. CT 00784230872



- Smaltire secondo quanto previsto dalla legislazione vigente

Confezionamento

Un cartone contiene 50 scatole da 10 pezzi per un totale di 500 pezzi.

Validità

60 mesi

CATETERE FOLEY 2 VIE PEDIATRICO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CAPACITÀ DEL PALLONCINO	MISURA
CODFLP203N0506	Catetere Foley 2 vie	Pediatrico	3-5 ml	CH6
CODFLP203N0508	Catetere Foley 2 vie	Pediatrico	3-5 ml	CH8
CODFLP203N0510	Catetere Foley 2 vie	Pediatrico	3-5 ml	CH10

CATETERE FOLEY 2 VIE ADULTI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CAPACITÀ DEL PALLONCINO	MISURA
CODFLS205N1512	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH12
CODFLS205N1514	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH14
CODFLS205N1516	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH16
CODFLS205N1518	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH18
CODFLS205N1520	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH20
CODFLS205N1522	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH22
CODFLS205N1524	Catetere Foley 2 vie	Standard	5-15 ml	CH24

CATETERE FOLEY 3 VIE ADULTI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CAPACITÀ DEL PALLONCINO	MISURA
CODFLS300N3016	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH16
CODFLS300N3018	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH18
CODFLS300N3020	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH20
CODFLS300N3022	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH22
CODFLS300N3024	Catetere Foley 3 vie	Standard	30 ml	CH24