

---

**Determina Dirigenziale N. 668 del 09/10/2020**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016, MEDIANTE RDO N. 2637603 SU ME.PA. CONSIP – FORNITURA TERMOMETRI AD INFRAROSSI – CIG: ZA22E309BC.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 09/10/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016, MEDIANTE RDO N. 2637603 SU ME.PA. CONSIP – FORNITURA TERMOMETRI AD INFRAROSSI – CIG: ZA22E309BC.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che:**

- con nota protocollo 25594 del 03.09.2020 il Direttore dell’UOC Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari ha chiesto l’acquisto di termometri digitali per la rilevazione della temperatura (allegato 1);
- con nota protocollo 25673 del 03.09.2020 il Direttore dell’UOC Chirurgia dei grossi traumi ha chiesto l’acquisto di termometro ad infrarossi (allegato 2);
- con nota protocollo 25655 del 03.09.2020 l’UOC Farmacia ha chiesto l’acquisto di n.70 termometri digitali ad infrarossi (allegato 3);
- per quanto sopra, è stata attivata su Mepa Consip apposita RDO n.2637603 a lotto unico alla quale sono state invitate le ditte iscritte al mercato elettronico della categoria (allegato 4);
- l’UOC Farmacia con nota del 24.09.2020 ha trasmesso la conformità relativa alle schede tecniche trasmesse da n.55 ditte che hanno presentato offerta (allegato 5);
- il criterio di aggiudicazione della suddetta RDO è quello del prezzo più basso presentato dalla ditta New Trade Srl;
- l’offerta economica presentata dalla suddetta ditta è pari ad € 1.136,00 iva esclusa al 22% (allegato 6);

**Considerato**

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “*per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....*”;
- che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

*Determinazione Dirigenziale*

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa:

- di prendere atto della stipula della RDO n.2637603 attivata su MEPA Consip e, per l'effetto, di aggiudicare alla ditta New Trade Srl il lotto n.1 relativo alla fornitura di Termometri ad infrarossi per un importo totale pari ad € 1.136,00 Iva esclusa al 22%;
- di imputare la spesa complessiva pari ad € 1.385,92 IVA al 22% inclusa al conto economico 5010107010 sul bilancio 2020;
- trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC GEF e all'UOC Farmacia;
- pubblicare integralmente la presente determinazione.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Antonietta Costantini**

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

Caserta, 03.09.2020

Al Direttore U.O.C. Farmacia

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

per Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Annecchiarico

**LORO SEDI**

**Oggetto:** *Emergenza Covid 19 – approvvigionamento termometri digitali*

Al fine di dar seguito a quanto previsto al punto d) della nota Prot. 25419/i del 02.09.2020: “*Emergenza COVID 19 regolamentazione sorveglianza*” si chiede l’approvvigionamento di n. 50 termometri digitali per la rilevazione della temperatura da destinare a tutte le Unità Operative coinvolte.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Organizzazione e Programmazione  
dei Servizi Ospedalieri e Sanitari  
Dott. Mario Massimo Mensorio

Mario Massimo Mensorio  
REGIONE CAMPANIA  
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" Caserta  
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI  
IL DIRETTORE  
Dott. Mario Massimo Mensorio

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta

**DIPARTIMENTO DI EMERGENZA ED ACCETTAZIONE**  
**U.O.C. CHIRURGIA DEI GROSSI TRAUMI**  
Direttore Dott. A. D'Agostino

**UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
**UOC FARMACIA**

Oggetto: approvvigionamento termometro infrarossi.

In ottemperanza alla comunicazione del giorno 02/09/2020 n° protocollo 25419 si richiede n° 1 termometro infrarossi.

Ti prego  
una cosa  
sepiet di più per me?

Caserta li'

03/09/2020

Direttore

Dott. A. D'Agostino  
Direttore dell'U.O.C. Chirurgia Grossi Traumi  
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano

Dr. D'Agostino



U.O.C. Farmacia

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

ALLEGATO N. ....  
*3*

Al Direttore UOC Provveditorato  
Dott.ssa A. Costantini

E pc Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa A. Annecchiarico  
Al Direttore OPSOS  
Dott. M M. Mensorio

**OGGETTO:** Riscontro Nota Emergenza Covid- Approvvigionamento termometri Digitali a Distanza

In Riscontro alla nota n 11.02-20200025594 di pari oggetto si chiede di poter effettuare un acquisto del seguente prodotto:

- Termometro professionale digitale a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea a distanza di almeno 5 cm.  
E' richiesto il marchio CE e la classificazione come Dispositivo Medico.

Considerando la delicatezza del prodotto si chiede l'acquisto per n 70 unità

Caserta 03/09/2020

*Mrs*  
Il Direttore UOC Farmacia  
Dott.ssa Anna Dello Stritto  
*Anna Dello Stritto*

*Di Lorenzo*  
U.O.C Farmacia AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta - Tel. 0823/23  
e-mail: [farmacia@ospedale.caserta.it](mailto:farmacia@ospedale.caserta.it)  
PEC [farmacia@ospedalecasertapec.it](mailto:farmacia@ospedalecasertapec.it)

*paravestire con uva le*  
*ad ettere OF 1031 023*

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2637603
<b>Descrizione RDO:</b>	Fornitura urgente termometri ad infrarossi -PRONTA CONSEGNA
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
<b>Punto Ordinante</b>	ANTONIETTA COSTANTINI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ANTONIETTA COSTANTINI Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	551B2G
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	07/09/2020 12:03
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	15/09/2020 10:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	11/09/2020 23:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	07/09/2021 11:59
<b>Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:</b>	00

<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	Lotto unico
<b>CIG</b>	ZA22E309BC
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)</b>	4000,0000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Termometri ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea
<b>Quantita'</b>	71

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna	

			regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del termometro ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Nessuna regola	
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	Termometro professionale digitale ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea a distanza di almeno 5 cm
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Tipo	Tecnico	Nessuna regola	
8	Precisione	Tecnico	Nessuna regola	
9	Campo temperatura [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tolleranza [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tempo rilevazione temperatura (secondi)	Tecnico	Nessuna regola	
12	Allarme	Tecnico	Nessuna regola	
13	Memorie	Tecnico	Nessuna regola	
14	Scala termometrica Celsius	Tecnico	Nessuna regola	
15	Alimentazione	Tecnico	Nessuna regola	
16	Indicatore batteria scarica	Tecnico	Nessuna regola	
17	Dotazione coprilente	Tecnico	Nessuna regola	
18	Dispositivo	Tecnico	Nessuna	

	espulsione coprilente		regola	
19	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
20	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
TEMPI DI CONSEGNA	Lotto unico	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
dichiarazione che i termometri hanno marchio CE e la classificazione come DISPOSITIVO MEDICO	Lotto unico	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
scheda tecnica o depliants in formato pdf(PENA L'ESCLUSIONE)	Lotto unico	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lotto unico	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una Data Creazione Documento: 07/09/2020 12:03

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

**ALLEGATO N.5**

Oggetto **CONFORMITA' RDO TERMOMETRI A DISTANZA**  
Mittente <farmacia@ospedale.caserta.it>  
Destinatario Provveditorato  
<provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Data 24/09/2020 08:54  
Priorità Molto alta

- BRW94533061A742\_008589.pdf(~450 KB)

In allegato si trasmette la conformità in oggetto.

Si prega di procedere con urgenza all'aggiudica e all'inserimento del contratto per consentire un ordinativo

Grazie

D2 - D. Iozzetti  
28/08/2020

T. grave

Ag



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA FARMACIA

*Responsabile: Dott.ssa Anna Dello Stritto*

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

**OGGETTO: CONFORMITA' RDO TERMOMETRI A DISTANZA INFRAROSSI**

Si esprime nell'allegato seguente la conformità relativa alla RDO in oggetto in seguito alla valutazione delle schede tecniche ricevute.

i prega di procedere con urgenza.

Il Direttore UOC Farmacia


Caserta 24 set. 20

Dott.ssa Anna Dello Stritto

TERMOMETRI CONFORMITA'

DITTA	CODICE	CONFORMITA'	MOTIVAZIONE
Excata	AET-R1B1	NO	Scheda tecnica non italiana
3T Medical	F102	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Clevex	JXB-178	NO	Scheda tecnica non italiana
Kaster	MDI907	SI	
Uniks	UNIC88B	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Jumper	JPD-FR202	NO	Scheda tecnica non italiana
Servimed	R1B1	SI	
Primo Farma	pt3	NO	Non rispetta la distanza richiesta
Chemic	BODYTEMP 478	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Medica	DT-8836M	NO	Non rispetta la distanza richiesta
Ep Megastore	HC-IRDFT02	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Fantasie	25582	NO	Non rispetta la distanza richiesta
Lanters SRL	50107086	NO	Scheda tecnica non italiana
Left	JXB-178	SI	
Newtrade	JXB-178	SI	
Doppiavu SRL	SUNPHOR BZ-R6	NO	Non si evince numero repertorio e CND
New Businnes	FT3010	SI	
Dyaset	25583	SI	
Medical Eletronic	DT-8806C	SI	
MegaPharma	25583	SI	
Alcooltest Marketing Italy	DET-306	SI	
Emmedi	YT-1	SI	
CBS Medical	YT-1	SI	
Cair Italia	9222000000	NO	Non rispetta la distanza richiesta
Canepa & Campi	JPD-FR202	SI	
Croma Giobatta	T-168	NO	Destinazione uso domestico
Electra SPA	UNIC88B	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Abintrax Biomed	JXB-178	NO	Scheda tecnica non italiana
Laboindustria S.P.A.	64000162	SI	
DM SRL	FC-IR200	NO	Non rispetta la distanza richiesta
EuroeleCMC	IF311	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Aiesi	JPD-FR202	SI	
Euro Hospitek	Non specificato	NO	Non si evince distanza misurazione
Alfamed	YT-1	SI	
Spes	THD2FE	NO	Non rispetta la distanza richiesta
Allemano	BLIR-3	SI	
HC Italia SRL	HCHP001	SI	
Futura	UFR103	NO	Non si evince distanza misurazione e numero repertorio
Larius	TER-NTS	NO	Scheda tecnica non italiana
Teorema Di Buscio Silvia	25583	SI	

*MLB*



## TERMOMETRI CONFORMITA'

Henry Schein Krugg	YI-400	SI	
Medinf SRL	25584	SI	
Bio Service SRL	BSX906	NO	Scheda tecnica non italiana
Codisan	PC868	SI	
Fismedical	TER169	SI	
Catanese Forniture	YT-1	SI	
Fiab	JXB-178	SI	
Arpaia S.R.L	AET-R1B1	SI	
Nuova Ecoscan	AET-R1B1	NO	Scheda tecnica non italiana
Dierre Service SRL	RM370	NO	Non si evince numero repertorio e CND
Carto Copy Service	UFR106	NO	Non rispetta la distanza richiesta
Gerhò SPA	JXB-178	SI	
Benedetti eco Biosolution	AET-R1B1	SI	
Lumed	EP-SJ202	SI	
I.A.C.E.R SRL	FI06	SI	

*ellb**AMM*

**OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:**

Numero RDO	2637603
Descrizione RDO	Fornitura urgente termometri ad infrarossi -PRONTA CONSEGNA
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (Lotto unico)
CIG	ZA22E309BC
CUP	Non inserito

**AMMINISTRAZIONE**

Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto ordinante	COSTANTINI ANTONIETTA / CF:CSTNNT58C41G596G
Firmatari del contratto	ALBERTO TRAESIO / CF:TRSLRT80P10F839X

**FORNITORE**

Ragione o Denominazione Sociale	NEW TRADE S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	09516301216
Codice Fiscale Operatore Economico	09516301216
Partita IVA di Fatturazione	9516301216

Sede Legale	VIA TOLEDO 406 - NAPOLI (NA)
Telefono	3248216321
Posta Elettronica Certificata	NEW.TRADESRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	NA-1037729
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	08/06/2020
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	NA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DR.CAMPANIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NA / NA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT72U0503403406000000005445
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	ALBERTO TRAESIO TRSLRT80P10F839X

<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	6570308
Offerta sottoscritta da	TRAESIO ALBERTO
Email di contatto	NEW.TRADESRL@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	07/09/2021 11:59
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	Fornitura urgente termometri ad infrarossi -PRONTA CONSEGNA
Categoria	Termometri ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea
Descrizione Oggetto di Fornitura	Termometri ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea
Quantità	71
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	
Marca	non inserito
Codice articolo produttore	non inserito
Nome commerciale del termometro ad infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea*	termometro infrarossi
Unità di misura*	pezzo
Descrizione tecnica	non inserito
Tipo contratto*	Acquisto
Tipo	non inserito
Precisione	non inserito
Campo temperatura [°C]	non inserito
Tolleranza [°C]	non inserito
Tempo rilevazione temperatura (secondi)	non inserito
Allarme	non inserito
Memorie	non inserito
Scala termometrica Celsius	non inserito
Alimentazione	non inserito
Indicatore batteria scarica	non inserito
Dotazione coprilente	non inserito
Dispositivo espulsione coprilente	non inserito
Codice CND	non inserito
Prezzo*	16
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>1136,0000000 Euro (millecentotrentasei Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	

*(non specificati)*

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:  
*(non specificati)*

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	00 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.**

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,  
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2 D.LGS N.50/2016, MEDIANTE RDO N. 2637603 SU ME.PA. CONSIP – FORNITURA TERMOMETRI AD INFRAROSSI – CIG: ZA22E309BC.

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €1.385,92

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 08/10/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**