



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 208 del 16/03/2021

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N. 1 AGITATORE PIASTRINICO E N. 1 INCUBATORE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE - CIG: Z0830EC175.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 16/03/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N. 1 AGITATORE PIASTRINICO E N. 1 INCUBATORE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE - CIG: Z0830EC175.

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con l'allegata nota prot. n. 36602/i del 09/12/2020, il Direttore della U.O.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale ha richiesto di acquisire, con urgenza, n. 1 incubatore e n. 1 agitatore piastrinico;
- con annotazione posta in calce alla nota suddetta prot. n. 36602/i del 09/12/2020, il Direttore Sanitario ha autorizzato l'acquisizione in parola, condividendone altresì il carattere di urgenza;

Considerato che

- in relazione alla sussistenza della suddetta condizione di urgenza, nonché all'oggetto ed all'importo necessario per l'affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *"per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto"*;
- all'interno del portale degli *"Acquisti in Rete della PA"* gestito dalla Consip S.p.A., non risulta attiva, al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente la tipologia di beni da acquisire;
- a seguito di apposita indagine di mercato, sono stati individuati i beni di seguito riportati: Platelet Agitator PF48-Pro e Platelet Incubator PC900-Pro forniti dall'operatore economico Fresenius Kabi Italia S.r.l. (P.IVA 03524050238), con tempi di consegna pari a 60 giorni, per i quali il Direttore della U.O.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale ha attestato che soddisfano le esigenze cliniche dell'U.O.C. interessata;

Rilevato che

- è stata condotta sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 1629345 con l'operatore economico Fresenius Kabi Italia S.r.l. che ha offerto un importo di € 10.750,00 oltre IVA per la fornitura di n.1 agitatore piastrinico e n. 1 incubatore, il cui riepilogo è allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Evidenziato che

il suddetto importo è da considerarsi congruo;

Ritenuto

di dover prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1629345 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n.1 agitatore piastrinico e n. 1 incubatore per le necessità della U.O.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale all'operatore economico Fresenius Kabi Italia S.r.l. per un importo complessivo di € 10.750,00 oltre IVA;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1629345 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n.1 agitatore piastrinico e n. 1 incubatore per le necessità della U.O.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale all'operatore economico Fresenius Kabi Italia S.r.l. per un importo complessivo di € 10.750,00 oltre IVA;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 13.115,00 iva inclusa sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2021;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Immunoematologia e Centro Trasfusionale;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Direttore: Dott.ssa Sonia A. Raimondi

Immunoematologia@ospedale.caserta.it

Tel. 0823.232046

09.12
A. R. C. A.
Dott. UOC Tecnologia Ospedale
Ing. Romello
Si invita, cortesemente, la S.r.l. a provvedere
all'approvvigionamento richiesto considerando
la necessità e l'urgenza.

Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera **Il Direttore Sanitario**

p.c. Direttore Sanitario

dott.ssa Angela ANNECCHIARICO

Oggetto: acquisto/noleggio **urgentissimo** incubatore e agitatore piastrinico

Come già richiesto con nota prot. 17509 del 27/06/2019, nota prot. 15492 del 12/05/2020 e più volte sollecitato per le vie brevi, si richiede l'acquisto/noleggio urgentissimo di un agitatore e incubatore piastrinico con le caratteristiche allegate.

Si precisa che l'unico agitatore piastrinico attualmente in uso presso il Centro Trasfusionale è in avaria per **rottura motore**, a causa del sovraccarico di sacche piastriniche prodotte dal SIT, motivo per il quale era stata fatta richiesta del secondo agitatore. Si precisa, inoltre, che le piastrine devono stare in continua agitazione per mantenere integra la qualità ed efficacia del prodotto, e ad una temperatura controllata (DM del 02/11/2015 "sicurezza e qualità dei servizi trasfusionali"). Attualmente, per ottemperare al fermo macchina e per evitare il blocco della prestazione, assolutamente impossibile, dal momento che questo prodotto è indispensabile in caso di emorragia o piastrinopenia di pazienti oncoematologici, stiamo utilizzando un agitatore obsoleto, non dotato di incubatore e pertanto non permette la tracciabilità della temperatura (caratteristiche indispensabili per la sicurezza trasfusionale e accreditamento); inoltre, essendo piccolo non può contenere il numero sufficiente di sacche piastriniche che necessita la nostra AORN.

Per quanto richiesto, se ne ribadisce l'urgenza.

Caserta, 09/12/2020

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
U.O.C. di Immunoematologia e Centro
Trasfusionale
Direttore Dott.ssa Sonia Anna Raimondi

12/06/2019 11.35-20190016038



Azienda Ospedaliera di Caserta
"San'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

DSS 70118

UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

Direttore: Dott.ssa Sonia A. Raimondi

Al Direttore di Dipartimento dei Servizi

Oggetto: Richiesta acquisto o noleggio
1 Agitatore Piastrinico
1 Incubatore

Fornitura di n. 1 Agitatore per piastrine ideale per l'agitazione di concentrati piastrinici da sacca (MASSIMO 60 unità) o da aferesi (MASSIMO 20 unità) e 1 Incubatore

Caratteristiche generali

- 1) Configurazione da banco
- 2) Sistema in acciaio galvanizzato con rivestimento antibatterico
- 3) la camera climatizzata (incubatore) insieme all'agitatore devono garantire alle unità di PLT un moto costante a 22°C, con un range tra 20 e 24°C.
- 4) Registrazione integrata di temperatura
- 5) Dotato di allarme visivo e acustico per segnalare la mancata agitazione o di rilevamento di T° anomale
- 6) Ripiani estraibili e rimovibili per consentire spazio aggiuntivo, con superficie perforata per consentire la circolazione uniforme dell'aria, in modo da evitare variazioni di temperatura
- 7) Dotato di sistema di ventilazione per il ricircolo d'aria e per l'assimilazione veloce della temperatura impostata e richiesta
- 8) Sistema di riscaldamento e raffreddamento elettronicamente controllato
- 9) possibilità di connessione ai sistemi di allarme centralizzati
- 10) Sistema di arresto dell'incubatore che consente il blocco immediato dell'agitatore all'apertura dello sportello e il ripristino immediato dell'agitazione alla chiusura

Caserta, 11/06/19

Il direttore UOC SAN SEBASTIANO
A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA
U.O.C. di Immunoematologia e Centro
Trasfusionale
Direttore Dott.ssa Sonia Anna Raimondi



RIF.TO 1)

**SPETTABILE
A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
VIA PALASCIANO, N.C.
81100 CASERTA**

Isola della Scala (VR), 08/03/2021

Ns. Prot.n. IB/gv/1136/2021

OGGETTO: DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

TD 1629345 - N. 1 AGITATORE PIASTRINICO E INCUBATORE - CIG:
Z0830EC175

La sottoscritta Isabella Bruni, nato/a a Abano Terme (PD) il 13/06/1966, codice fiscale BRNSLL66H53A001R, domiciliato/a per la carica presso la sede sociale (Via Camagre n. 41 – Isola della Scala), in funzione dei poteri conferitigli con Procura Speciale del 15/06/2017 a rogito del Notaio Dott. Lucio Lombardi Rep. N. 886611 raccolta 24708 in qualità di Procuratore Speciale della società FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con Unico Socio, con sede legale, domicilio fiscale e stabilimento a Isola della Scala (VR) in Via Camagre n. 41, tel. 045/6649311, sede amministrativa e commerciale a Verona in Via Francia 21/C, tel. 045/2053711, fax 045/2053918, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238 dal 09.08.2005 (REA 343254 dal 09.08.2005), codice fiscale e partita IVA n. 03524050238, matricola INPS 9009170804; contatti ufficio gare: PEC tender-it@fki-srl.legalmail.it, mail tender-it@fresenius-kabi.com, tel. 045/2053711, fax 045/2053918, presenta miglior offerta per il materiale di seguito elencato:

NS. CODICE/ DESCRIZIONE	QUANTITA' RICHIESTA	PREZZO UNITARIO OFFERTO (IVA 22% ESCLUSA)
PF48PRO Platelet Agitator, Model PF48-Pro	1 PZ.	€ 2.400,00 (duemilaquattrocento, zerozero)
PC900PRO Platelet Incubator, Model PC900-Pro	1 PZ.	€ 8.350,00 (ottomilatrecentocinquanta, zerozero)

La Scrivente precisa che:

- i costi relativi alla sicurezza sono pari al 2% dell'importo complessivo offerto;
- i costi relativi alla manodopera sono pari al 9% dell'importo complessivo offerto.

CONDIZIONI DI FORNITURA

.Imballo e trasporto a ns. carico
.IVA attuale, per legge, a Vs. carico
.Condizioni di pagamento: 60 GG DF
.Validità della presente offerta : 180 gg
.Garanzia: 12 mesi

In fede



FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Isabella Bruni
Procuratore Speciale

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	1629345
Descrizione	n. 1 Agitatore piastrinico e incubatore
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	Z0830EC175
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA 02201130610 81100 Via Tescione CASERTA (CE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T
Soggetto stipulante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / RMLVTR63R04L219T AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Data e ora inizio presentazione offerta	08/03/2021 15:11
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	10/03/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/03/2022 18:00
Ulteriori note	Il RUP è l'ing. Romallo.
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica (BENI)
Fornitore	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
Valore dell'offerta economica	10750
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Platelet Agitator, Model PF48-Pro, come da preventivo n. 1036/FM/21
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DELLA CENTRIFUGA DA BANCO	Tecnico	Nessuna regola	
2	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

SCHEDA TECNICA 2 DI 2

Nome Scheda Tecnica	Platelet Incubator, Model PF900-Pro, come da preventivo n. 1036/FM/21
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DELLA CENTRIFUGA DA BANCO	Tecnico	Nessuna regola	
2	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
DGUE	Allegato DGUE.DOC

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
1) Offerta economica comprensiva di marca da bollo di € 16,00	Sì
2) DGUE	Sì
3) Dichiarazione di conformità CE	Sì
4) Scheda tecnica	Sì
5) Manuale d'uso	Sì
6) CND e numero di repertorio	Sì
7) Dichiarazione tempi di consegna	Sì



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI N. 1 AGITATORE PIASTRINICO E N. 1 INCUBATORE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE - CIG: Z0830EC175.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €13.115,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 12/03/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri