

---

**Determina Dirigenziale N. 310 del 14/04/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.2 RIUNITI ODONTOIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC MAXILLO FACCIALE -CIG [8696512CB8]**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 14/04/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

---

**Oggetto:** AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.2 RIUNITI ODONTOIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC MAXILLO FACCIALE –CIG [8696512CB8]

**Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che**

- con nota prot.37881 del 21.12.2020, il Direttore UOC Maxillo Facciale, ha richiesto la sostituzione di n°6 riuniti odontoiatrici, in quanto obsoleti e soggetti a periodiche problematiche dovute alla contaminazione della Legionella;
- con nota prot. 4862 del 10.02.2021, il Direttore Sanitario, ha richiesto alla scrivente UOC di valutare il livello di obsolescenza dei riuniti e di valutare ulteriore strategie di bonifica per l'eradicazione della contaminazione da Legionella;
- con pec del 18/02/2021, la scrivente UOC ha confermato la necessità di rimpiazzare i riuniti in dotazione a questa Azienda in quanto effettivamente obsoleti;
- con nota posta a margine della pec succitata, il Direttore Sanitario ha quindi autorizzato la dismissione di n°5 dei sei riuniti in parola, preservando quindi l'unico riunito non soggetto alle problematiche della Legionella, e contestualmente, ha autorizzato l'acquisto di n°2 nuovi riuniti odontoiatrici per le esigenze della UOC Maxillo Facciale;

**Considerato che**

- in relazione all'oggetto della fornitura ed all'importo necessario per l'affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto che**

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possono porre in essere autonome procedure di acquisto”*;
- in data 06.04.2021 è stata inviata trattativa diretta n°1658892 sul portale MEPA, alla società SIRA SRL,

**Rilevato che**

- in data 08.04.2021, la società SIRA SRL ha riscontrato la trattativa con un'offerta, che prevede per la fornitura di n° 2 riuniti odontoiatrici OMS CARVING PLUS con poltrona su ruote e n°1 pedana per disabili un costo complessivo di € 44.900,00 oltre i.v.a., incluso lo smontaggio e ritiro dei n°5 riuniti obsoleti Castellini SKEMA 4WHT

**Evidenziato che**

il suddetto importo è da considerarsi congruo;

*Determinazione Dirigenziale*

**Ritenuto**

di dover prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1658892 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n°2 riuniti odontoiatrici OMS CARVING PLUS con poltrona su ruote e n°1 pedana per disabili, per un importo complessivo di € 44.900,00 oltre IVA, all'operatore economico SIRA SRL, che provvederà quindi sia alla installazione dei n°2 riuniti che allo smontaggio e ritiro dei n°5 riuniti castellini SKEMA 4WHT;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

1. di prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1658892 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n°2 riuniti odontoiatrici OMS CARVING PLUS con poltrona su ruote e n°1 pedana per disabili, per le esigenze della UOC Maxillo Facciale, all'operatore economico SIRA SRL per un importo complessivo di € 44.900,00 oltre IVA al 22%;
2. di prendere atto che l'operatore economico SIRA SRL provvederà senza costi aggiuntivi, allo smontaggio e al ritiro contestuale di n°5 riuniti CASTELLINI SKEMA 4WHT obsoleti;
3. di imputare la spesa complessiva pari a € 54.778,00 iva inclusa sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2021;
4. attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alla fornitura *de qua* il seguente CIG [8696512CB8];
5. di dare atto che nei documenti allegati, al presente provvedimento, qualora compaiano dati personali, gli stessi sono stati oscurati nel rispetto delle normative vigenti in materia;
6. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla Direzione Sanitaria, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Farmacia, Provveditorato ed Economato, U.O.C, Pneumologia; U.O.C. Maxillo Facciale;
8. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

\*21/12/2020 11.01-20200037881\*



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

**Unità Operativa Complessa  
di Chirurgia Maxillo-Facciale e di Odontostomatologia  
Direttore: Dott. Franco Peluso**

Spett.le Dott.ssa Angela Annechiarico  
Direttore Sanitario Aziendale

Spett.le Dott. Mario Massimo Mensorio  
Direttore UOC Organizzazione e Programmazione dei servizi ospedalieri sanitari

Spett.le Ing. Vittorio Emanuele Romallo  
Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera

SEDI

Oggetto: sostituzione riuniti odontoiatrici

Facendo seguito alle numerose richieste succedutesi negli anni, alla luce delle oramai periodiche positività alla Legionella dei riuniti odontoiatrici in dotazione alla UOC da me diretta, si conferma l'esigenza di acquisire nuovi riuniti procedendo alla sostituzione dei 6(sei) in dotazione oramai obsoleti (hanno più di ventidue anni di attività) e soggetti a frequenti riparazioni oltre che a periodiche sanificazioni che purtroppo si dimostrano inefficaci.

I riuniti da acquisire come già esplicitato dalle richieste precedenti devono avere le seguenti caratteristiche:  
riunito completo di gruppo idrico con strumenti SPRIDO con tavoletta operatore a 5 strumenti:  
turbina a fibre ottiche  
lampada foto polimerizzante  
micromotore con manipolo a fibre ottiche  
ablatore ad ultrasuoni con potenza modulabile a fibre ottiche utile anche per trattamenti parodontali ed endodontici  
siringa aria-acqua a 3 vie

pannello di comando assistente completo di:  
2 tubi di aspirazione  
siringa a 3 vie

poltrona a movimento sincrono di seduta con schienale e poggiatesta ergonomici  
lampada operatoria ad alta intensità con maniglie amovibili, sterilizzabili e con potenza luminosa regolabile da 3.000 a 50.000 LUX

---

U.O.C. inserire nome unità operativa  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. Inserire telefono unità operativa  
e-mail: inserire email unità operativa  
pec: inserire pec unità operativa



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

gruppo idrico con sistema di disinfezione integrato dell'acqua e di disinfezione permanente delle linee idriche e di sanificazione ANTILEGIONELLA.

Sistema di aspirazione aerosol con braccio integrato nel riunito, per rispondere alle esigenze di sicurezza dettate dalla pandemia e più in generale dalla diffusione dei virus per via aerea, dotato di filtro sterilizzabile HEPA14e di sistema di separazione dei liquidi.

Pedale multifunzione per la regolazione della poltrona senza l'uso delle mani

Tali riuniti devono essere completi di sistemi silenziati di aspirazione con unità aspirante e separatore automatico e di compressione d'aria ad uso medicale con essiccatore che garantiscano con l'attuale collocazione il lavoro contemporaneo di 3 riuniti, di 2 riuniti ed di un singolo riunito.

Distinti saluti  
Il Direttore dell'U.O.C.  
Dott. Franco Peluso



CASERTA, 10.02.2021

Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA  
Al Referente CUP e Liste d'Attesa, dott. Alfredo Matano

p.c.

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore UOC Organizzazione e Gestione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari

Al Direttore UOC Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia

**Oggetto: Sostituzione riuniti odontoiatrici – valutazione condivisa**

Facendo seguito alla richiesta prot. 3788/i del 21.12.2020 a firma del Direttore UOC Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia, si chiede con cortese sollecitudine alla UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA di valutare il livello di obsolescenza dei riuniti odontoiatrici e di conoscere se e quali ulteriori strategie di bonifica possono attuarsi per la eradicazione della contaminazione da Legionella spp.

Si chiede, altresì, al Referente CUP e Liste d'Attesa di conoscere i volumi di attività dell'UOC Maxillo Facciale e Odontostomatologia onde programmare con efficienza e ragionevolezza l'eventuale sostituzione dei riuniti stessi in numero congruo alle esigenze dell'utenza.

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Angela Annecchiarico

Direzione Sanitaria

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823.232750

e-mail: direzionesanitaria@ospedale.caserta.it

Da "tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it" <tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it>  
A "Direzione Sanitaria" <direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>  
Data giovedì 18 febbraio 2021 - 18:12

**sostituzione riuniti odontoiatrici.**

Illustre Direttore,

facendo seguito alla Sua nota prot. N.48682/i del 10.02.2021 Le comunico che i sei riuniti odontoiatrici, in dotazione all'u.o.c. Maxillo Facciale e Odontostomatologia, sono obsoleti e andrebbero rimpiazzati. Qualora mi autorizzi potrei procedere con la sostituzione.

I nuovi riuniti saranno dotati di sistemi di disinfezione dell'acqua.

Il valore di rinnovo di ciascun riunito è pari ad €16.000,00 oltre iva.

In merito, poi, alle strategie per la eradicazione della contaminazione da Legionella, lo scrivente suggerisce di compiere azioni di disinfezione anche sull'impianto di adduzione idrica. Tale attività, però, esula dalle competenze di questa u.o.c.

Cordiali saluti.

Ing. Vittorio E. Romallo

01.04  
ARRE C.A. Ing. Romallo  
Senz'altro le Dir. J.P. Dr. Peluso  
si concorda con l'acquisto  
di due riuniti e la rimozione  
di cinque dei sei riuniti attualmente  
in dotazione all'Azienda

  
**Il Direttore Sanitario**  
dott.ssa Angela ANNECCHIARICO



Elab. Enrico Maschi  
Vs. rif. TD 1658892  
Data 08 aprile 2021

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA**  
Via Tescione  
81100 Caserta

**Oggetto: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) per n. 2 riuniti odontoiatrici con pedana disabili.**

Con riferimento alla Trattativa Diretta MEPA nr. 1658892, Vi trasmettiamo di seguito nostra migliore offerta per la fornitura di n. 2 riuniti odontoiatrici con pedana per pazienti disabili.

Il sottoscritto Ammendola Andrea, nato a [REDACTED] il 22/10/1976 e residente a Tommasi Quaranta (VI) in [REDACTED] MEPA [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] partita IVA 03675520245, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta SIRA S.r.l., con sede legale a Vicenza in via Enrico Fermi n. 253 e sede operativa a Verona in viale dell'Industria n. 14, codice fiscale e partita IVA 03675520245, presenta la seguente

Pos.	Cod.	Q.tà	Descrizione
1	508771	2	<b>Riunite odontoiatrici OMS CARVING PLUS CON POLTRONA SU RUOTE</b> Riunite odontoiatrici configurato con gruppo idrico a colonna, per stabilità assoluta e massima precisione, e poltrona Moon su ruote. Composizione: <b>Elemento medico su tavoletta operatore con sistema a cinematismi SPRIDO</b> predisposto ad accogliere sino a 5 strumenti, copertura appoggio strumenti e maniglia in silicone autoclavabile. <b>Pannello comandi</b> a membrana soft-switch per le seguenti funzioni: regolazione della velocità massima della turbina; regolazione del numero massimo di giri del micromotore; comandi movimentazione poltrona; comando azzeramento poltrona; comando esclusione aria dagli spray strumenti; comando selezione utenti (fino a 4 Utenti); comando di erogazione acqua al bicchiere; comando di erogazione acqua alla bacinella; comando accensione/spegnimento lampada; comando accensione/spegnimento fibra ottica agli strumenti; comando esclusione aria dagli spray strumenti; On\Off Lampada operatoria. <b>Tavoletta assistente</b> su braccio pantografato con piano di appoggio e 3 alloggiamenti, dotata di cannule d'aspirazione piccola e grande. Pannello comandi a membrana lato assistente tipo soft-switch per le seguenti funzioni: comandi movimentazione poltrona; comando azzeramento poltrona; comando posizione risciacquo poltrona (Last Position Memory); comandi programmazione poltrona; comando di erogazione acqua al bicchiere/bacinella; comando On\Off Lampada operatoria. Corpo riunito dotato di: <b>Gruppo idrico</b> a colonna con ampio piano d'appoggio in acciaio INOX. <b>Bacinella in ceramica ruotabile</b> di 180° ed estraibile, erogatori acqua bacinella e bicchiere separati in acciaio inox estraibili ed autoclavabili, gestiti con temporizzatore elettronico. <b>Pedaliera multifunzione</b> ad escursione laterale dotata di: attivazione spray; attivazione e regolazione velocità/potenza strumenti; Chip air/chip water; leve di comando movimenti poltrona. <b>Poltrona MOON su ruote, asportabile dal corpo riunito</b> , con design perfettamente simmetrico che permette il lavoro in tutte le posizioni dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 12 alle ore 16, sia da seduti che in piedi, consentendo all'operatore di cambiare lato operativo. Moon è caratterizzata da grande solidità grazie al pantografo in alluminio. Rivestimento in sky facilmente lavabile. Poltrona ergonomica con movimentazioni motorizzate: n. 3 posizioni operatorie programmabili e memorizzabili fino a 4 utenti, posizione sciacquo, azzeramento automatico, last position memory, movimenti di salita e discesa del sedile, discesa e ritorno dello schienale con movimento di compensazione e raggiungimento automatico di posizione di trendelenburg. Doppio sistema di sicurezza antischiacciamento e blocco automatico movimenti poltrona con strumento selezionato. Comandi poltrona azionabili da pedale di comando, pannello comandi lato medico e pannello comandi lato assistente; movimento di compensazione schienale. Tappezzeria supermemory, Testiera snodata a doppia articolazione, Bracciolo sinistro sincronizzato, contenitore allacciamenti nella colonna gruppo idrico.

Pos.	Cod.	Q.tà	Descrizione
2	511068	2	<b>Porta tray doppio</b> con braccio a doppia articolazione orientabile per appoggio strumentazione, sotto elemento medico.
3	511800	2	<b>Siringa Luzzani Minilight a 3 funzioni</b> (aria, acqua, spray) con impugnatura a gomito, guaina e puntale in acciaio inox facilmente sterilizzabili, dotata di fibre ottiche.
4	511832	2	<b>Comandi per micromotore brushless.</b>
5	511879	2	<b>Micromotore brushless a fibre ottiche</b> Bien Air MCX Led ad induzione con spray integrato, velocità da 100 a 40.000 rpm/min, coppia 2.5 Ncm, 79 gr, Led ad intensità variabile, rumorosità massima conforme a ISO 11498 (51 dBA), cuscinetti a sfere lubrificati a vita.
6	511842	2	<b>Modulo per manipolo turbina</b> completo di cordone ad aria tipo Midwest con fibra ottica a Led con attacco rapido per manipoli in offerta ed in dotazione presso il Reparto.
7	511898	2	<b>Secondo modulo per manipolo turbina</b> completo di cordone ad aria tipo Midwest con fibra ottica a Led con attacco rapido per manipoli in offerta ed in dotazione presso il Reparto.
8	511686	2	<b>Valvola drenaggio bacinella</b> per impianti centralizzati ad anello liquido/umido: convoglia i liquidi provenienti dalla bacinella verso un motore aspirante centralizzato dotato di separatore di amalgama.
9	511893	2	<b>Palo supporto lampada</b> su braccio snodato per la massima libertà di movimento predisposto al passaggio dei cavi multimediali.
10	517010	2	<b>Lampada operatoria GComm Polaris con tecnologia LED</b> su braccio articolato con movimento triassiale, temperatura colore regolabile da 4200 a 6000 K, intensità luminosa regolabile da 8000 a 35000 lux, maniglie estraibili ed autoclavabili.
11	511737	2	<b>Dispositivo integrato di sanificazione</b> per il trattamento continuo dell'acqua e per la disinfezione automatica in continuo degli spray e dei circuiti idrici modello Metasys Wek Light. Il dispositivo consente di mantenere igienizzati i condotti idrici, l'acqua al bicchiere e strumenti e da un possibile effetto di ritorno acqua verso la rete idrica; il sistema ottempera ai requisiti previsti per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.

**IMPORTO UNITARIO A VOI RISERVATO DA POS. 1 A POS. 11:** € 16.500,00

**PREZZO COMPLESSIVO PER N. 2 RIUNITI:** € 33.000,00

12	508763	1	<b>PEDANA PER DISABILI LIBRA</b> Piattaforma su ruote per alloggiamento sedie a rotelle, manuali o motorizzate, con movimento di inclinazione di posizione di trendelenburg e sistema di sicurezza anti ribaltamento. La pedana viene inserita nel corpo riunito previa asportazione della poltrona odontoiatrica.
----	--------	---	--

**IMPORTO A VOI RISERVATO POS. 12:** € 9.500,00

13	Kit ablatore	2	<b>Kit ablatore del tartaro</b> integrato nella tavoletta medico del riunito, completo di comando, cordone, manipolo a fibre ottiche e n. 3 punte. A Vostra scelta (da specificare al momento dell'eventuale ordine) possono essere forniti in alternativa i seguenti modelli: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ablatore Satelec Newton Perio/Endo Led;</li> <li>- ablatore EMS Led No Pain.</li> </ul>
----	--------------	---	---

**IMPORTO UNITARIO A VOI RISERVATO POS. 13:** € 1.200,00

**PREZZO COMPLESSIVO PER N. 2 ABLATORI:** € 2.400,00

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA.....</b>	<b>EURO 44.900,00 + IVA</b>
---	-----------------------------

#### SIRA S.r.l.

Sede operativa: Viale dell'Industria, 14 – 37135 Verona

Tel. 045 2060937; fax: 045 2581537

Web: [www.siramed.it](http://www.siramed.it); e-mail: [info@siramed.it](mailto:info@siramed.it)

Sede legale: Via E. Fermi, 253 - 36100 Vicenza

P.I. / C.F.: 03675520245 – Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

#### CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

PREZZI:	I.V.A. esclusa.
IMBALLO:	compreso.
TRASPORTO:	incluso.
CONSEGNA:	entro 30 giorni.
INSTALLAZIONE:	inclusa, sarà curata da nostri tecnici specializzati; l'offerta comprende inoltre lo smontaggio ed il ritiro di n. 5 riuniti Castellini Skema 4WHT attualmente installati.
COLLAUDO:	compreso.
GARANZIA:	il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di installazione e collaudo, ove non diversamente specificato. I servizi sotto elencati non sono compresi nel servizio offerto, e qualora fossero richiesti, Sira S.r.l. si riserva, nel limite delle proprie disponibilità e possibilità, di fornirli dietro addebito del materiale, manodopera e spese trasferta: <ul style="list-style-type: none"><li>• eventuale revisione straordinaria con aggiornamento tecnologico;</li><li>• riparazione di guasti causati dalla non ottemperanza delle normative stabilite dal costruttore;</li><li>• riparazione di guasti: accidentali, di trasporto (non autorizzato eseguito da terzi), calamità naturali, negligenza e cattivo uso, atti vandalici, manomissioni, etc.;</li><li>• fatto doloso;</li><li>• evento naturale;</li><li>• aggiornamento software;</li><li>• materiali di consumo monouso.</li></ul>
PAGAMENTO:	60 giorni.
VALIDITÀ OFFERTA:	30 giorni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**SIRA S.r.l.**  
Amministratore Unico  
*Dr Andrea Ammendola*



**Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico**

<b>OFFERTA RELATIVA A:</b>	
Numero Trattativa	1658892
Descrizione	Fornitura di n. 2 Riuniti odontoiatrici con pedana disabili
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8696512CB8
CUP	Non inserito
<b>AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE</b>	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
Firmatari del Contratto	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
<b>FORNITORE</b>	
Ragione o denominazione Sociale	SIRA S.R.L.
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	03675520245
Codice Fiscale Operatore Economico	03675520245
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA ENRICO FERMI 253 36100 VICENZA (VI)
Telefono	0452060937
PEC Registro Imprese	SIRASRL@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03675520245
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	22/02/2011 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VICENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	I [REDACTED] 136/2010
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Andrea Ammendola [REDACTED]
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
<b>DATI DELL'OFFERTA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	1005633
Offerta sottoscritta da	ANDREA AMMENDOLA
Email di contatto	INFO@SIRAMED.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	06/04/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Pedana per disabili Libra
Tipo contratto	Acquisto

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Kit ablatore del tartaro
Tipo contratto	Acquisto

**OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)**

Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	2
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	Riunito odontoiatrico OMS Carving Plus con poltrona su ruote
Tipo contratto	Acquisto

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 44.900,00 EURO)
Valore dell'Offerta	44.900,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: ( <i>non specificato</i> )	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <b>900,00 (Euro)</b>	

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020  
RELATIVO ALLA FORNITURA DI N.2 RIUNITI ODONTOIATRICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC MAXILLO  
FACCIALE –CIG [8696512CB8]**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €54.778,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
- da scomputare dal preventivo di spesa
- che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 12/04/2021

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**