



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 361 del 28/04/2021

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N. 2 SATURIMETRI PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO. CIG [Z213163A3A].

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 28/04/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N. 2 SATURIMETRI PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO. CIG [Z213163A3A].

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota prot. n. 9430 del 18.03.2021, il Direttore dell'U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza ha richiesto la fornitura di n°2 saturimetri per il monitoraggio non invasivo e per la visualizzazione in continuo della percentuale di saturazione arteriosa d'ossigeno SpO2 e dell'emoglobina, per la gestione di pazienti COVID;

Considerato che

- in relazione all'oggetto della fornitura ed all'importo necessario per l'affidamento dei beni di che trattasi, è possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che

- il decreto n.58 del 18.07.11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *"per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto"*;
- all'interno del portale degli *"Acquisti in Rete della PA"* gestito dalla Consip S.p.A., non risulta attiva, al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente la tipologia di beni da acquisire;
- per far fronte alla richiesta e anche in relazione alle attuali condizioni di emergenza e alla necessità di utilizzare tali apparecchiature per la gestione dei pazienti COVID in osservazione al Pronto Soccorso, la scrivente UOC a seguito di indagine di mercato ha individuato sul MEPA i saturimetri RAD-97 della MASIMO commercializzati dalla società SC MEDICAL SERVICE SRL;

Rilevato che

- in data 16.04.2021, è stata condotta, quindi, sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n.1671108 con l'operatore economico SC MEDICAL SERVICE SRL, che ha offerto un importo di € 10.196.00,00 oltre IVA per la fornitura di n.2 saturimetri RAD-97 con i relativi accessori, completi di software Rainbow e n°4 confezioni di sensori RD Rainbow SET adulto per la misurazione di SpHb, SpMet, SpO2;

Evidenziato che

il suddetto importo è da considerarsi congruo;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Ritenuto

di dover prendere atto dell'esito della trattativa diretta n. 1671108 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n. 2 saturimetri RAD-97 con software RAINBOW comprensivi di accessori e di n°4 confezioni di sensori RD Rainbow SET adulto per la misurazione di SpHb, SpMet, SpO2, all'operatore economico SC MEDICAL SERVICE SRL per un importo complessivo di € 10.196.00,00 oltre IVA;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'esito della trattativa diretta n.1671108 attivata su MEPA Consip e per l'effetto, di affidare la fornitura di n. 2 saturimetri MASIMO mod. RAD-97 comprensivo di software RAINBOW e relativi accessori per le esigenze della UOC Pronto Soccorso all'operatore economico SC MEDICAL SERVICE SRL per un importo complessivo di € 10.196,00 oltre IVA;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 12.439,12 iva inclusa sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2021;
3. di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alla fornitura *de quibus* il seguente CIG [Z213163A3A];
4. di dare atto che nei documenti allegati, al presente provvedimento, qualora compaiano dati personali, gli stessi sono stati oscurati nel rispetto delle normative vigenti in materia;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ed all'UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Provveditorato e Farmacia;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Alla Dir. Sanitaria

Alla U.O.C. Provveditorato

Alla U.O.C. Farmacia

Alla U.O.C. Tec. Ospedaliera

Caserta, 18.03.2021

Oggetto: Richiesta N° 2 saturimetri con le caratteristiche appresso indicate.

Con la presente si richiedono N° 2 saturimetri aventi le seguenti caratteristiche:

- ✓ Apparecchiatura compatta di tipo trasportabile, adatta al posizionamento su ripiano con orientamento automatico dello schermo in orizzontale/verticale, di ultima generazione tecnologico-commerciale ed elevata gamma qualitativa (top di gamma); qualità riconosciuta a livello internazionale (eventualmente in letteratura).
- ✓ Monitoraggio non invasivo e visualizzazione in continuo della percentuale di saturazione arteriosa d'ossigeno SpO2 e dell'emoglobina.
- ✓ Monitoraggio e visualizzazione in continuo della frequenza cardiaca nell'intervallo minimo da 30bpm a 240bpm con risoluzione almeno 1bpm; accuratezza almeno ± 3 bpm (anche in condizioni di bassa perfusione) e almeno ± 5 bpm in condizioni di movimento del sito di lettura.
- ✓ Monitoraggio e visualizzazione in continuo dell'indice di perfusione al sito di lettura per la valutazione della perfusione periferica a scopi clinici (individuazione di stati di shock, ipovolemia, vasocostrizione periferica) e di affidabilità dei valori rilevati.
- ✓ Monitoraggio integrato e non invasivo della pressione arteriosa NIBP in modalità automatica e ad intervalli preimpostati.
- ✓ Campo di utilizzo – adulto/pediatrico e Neonatale
- ✓ Allarmi di minima e massima impostabili su entrambi i parametri principali, elevata selettività rispetto agli artefatti; attendibilità elevata anche con bassa e bassissima perfusione e movimento del sito di lettura.



- ✓ Software-algoritmi di elaborazione del segnale, soprattutto in bassa perfusione e movimento del sito di lettura, di elevata precisione e qualità riconosciuta a livello bibliografico.
- ✓ Onda pletismografica in tempo reale e indicazione della qualità del segnale.
- ✓ Interfaccia utente di facile ed immediato utilizzo; dotata di display di tipo touch-screen di ampie dimensioni e facile visibilità; facile pulizia e disinfezione.
- ✓ Visualizzazione degli andamenti dei parametri principali in tempo reale, ossia direttamente sullo schermo del pulsossimetro, sul più ampio periodo possibile e comunque non inferiore alle 2 ore (almeno 2 contemporaneamente).
- ✓ Funzionamento sia a rete che con batterie interne ricaricabili ad elevata efficienza ed autonomia (almeno 4 ore).
- ✓ Dotata in configurazione di base di ogni altro eventuale accessorio utile e necessario ad un corretto, sicuro ed immediato funzionamento presso i reparti di destinazione.
- ✓ Costruzione e funzionamento (hardware e software) rispondente a tutte le vigenti normative di settore

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Dott. Diego Paternosto



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1671108
Descrizione	FORNITURA DI N.2 PULSOSSIMETRI PER LA MISURAZIONE DELL'EMOGLOBINA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z213163A3A
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
Firmatari del Contratto	VITTORIO EMANUELE ROMALLO / CF: RMLVTR63R04L219T
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	SC MEDICAL SERVICE SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	08416251216
Codice Fiscale Operatore Economico	08416251216
Partita IVA di Fatturazione	8416251216
Sede Legale	VIA TEVERE 41/F 80016 MARANO DI NAPOLI (NA)
Telefono	08119001979
PEC Registro Imprese	SCMEDICALSERVICE@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08416251216
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/07/2016 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.1NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	

Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1012277
Offerta sottoscritta da	STEFANO BRUNO
Email di contatto	INFO@SCMEDICALSERVICE.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	15/04/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	FORNITURA DI N.2 PULSOSSIMETRI PER LA MISURAZIONE DELL'EMOGLOBINA
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 10.196,20 EURO)
Valore dell'Offerta	10.196,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 50,98 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Preventivo

n. 47/2021 del 19/04/2021

Destinatario

AORN S.Anna-S.Sebastiano
Via F.Palsciano
81100 Caserta (CE)
Italy

Destinazione

U.O. Farmacia A.O. S.Anna-S.Sebastiano
Via Tescione
81100 Caserta (CE)
Italy

P.Iva 02201130610

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
SC-M9797	Pulsossimetro Rad-97™ con misurazione pressione non invasiva (NIBP)	2 pz	€ 1.231,1500		€ 2.462,30	22
SC-M4050	Sensore Riutilizzabile Adulto RD SET 3 Ft, Non Sterile , 1/ Pz.	2 pz	€ 250,0000		€ 500,00	22
SC-M4026	Sensore RD rainbow SET adulto per la misurazione di SpHb, SpMet, SpO2. Cf da 10 Pz.	4 Cf.	€ 799,0000		€ 3.196,00	22
SC-M2630	Parametro Rainbow Completo di : SpHb, SpOC, e PVI. Consegna a Ns carico entro 10 gg D.R.O. **Garanzia 12 Mesi Data collaudo positivo escluso materiale di consumo	2 pz	€ 2.018,8500		€ 4.037,70	22



Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg D.F

Banco BPM

IBAN IT 78 S 05034 03409 000000000193

Acconto

Tot. imponibile

€ 10.196,00

Tot. Iva

€ 2.243,12

Tot. documento**€ 12.439,12**



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI N. 2 SATURIMETRI PER LE
ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO. CIG [Z213163A3A].**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €12.439,12

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 23/04/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri