



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 368 del 29/04/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE EX ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 e smi. DI N.1 SISTEMA AUTOMATICO CON METODICA REAL TIME PCR PER LA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA RAPIDA DI Sars Cov2 DA DESTINARE ALLA UOSD MICROBIOLOGIA DELL’AORN “ S. ANNAE S. SEBASTIANO” DI CASERTA - APPROVAZIONE FABBISOGNO E PROVVEDIMENTI

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/04/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE EX ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 e smi. DI N.1 SISTEMA AUTOMATICO CON METODICA REAL TIME PCR PER LA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA RAPIDA DI Sars Cov2 DA DESTINARE ALLA UOSD MICROBIOLOGIA DELL’AORN “ S. ANNAE S. SEBASTIANO” DI CASERTA - APPROVAZIONE FABBISOGNO E PROVVEDIMENTI

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

- A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- con determina n.52 del 22/01/2021 è stata aggiudicata alla Ditta AB ANALITICA Srl., previa RdO n. 2725273 – CIG. n. 8587316D54, la fornitura trimestrale di n.1 sistema automatico per la diagnosi molecolare rapida di Sars cov2 mediante PCR RT (n. 2250 test) dei pazienti in accesso al Pronto Soccorso da destinare alla UOSD Microbiologia; tanto per l’importo complessivo di € 54.999,40 oltre Iva al 5% (prezzo singolo test € 24,3792);
- la Responsabile della UOSD Microbiologia, Dott.ssa Rita Greco, con nota del 26/03/2021 (allegato n.1) ha trasmesso alla UOC Provveditorato il capitolato tecnico per l’avvio di una nuova procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura semestrale di N.1 Sistema automatico (estrazione, amplificazione e rilevazione), con metodica real time PCR, per la diagnostica microbiologica rapida h24 di Sars Cov2, con un importo a base d’asta di € 210.000,00 oltre Iva;
- il Direttore di Dipartimento di afferenza, Dott. Arnolfo Petruzzello, con nota Prot. gen. n.9806 /2021 (allegato n.2) tra l’altro, ha validato l’acquisto in parola, evidenziando “ *la parziale rimodulazione del fabbisogno di test molecolari rapidi in relazione alla nuova emergenza pandemica*” rispetto ai quantitativi covid 19 inclusi nella nota Prot. gen. n.4777 del 10/02/2021(allegato n. 3);
- il precitato Direttore, con la stessa nota, ha anche evidenziato che il contratto (n.4600052876) riferito alla fornitura aggiudicata alla Ditta AB ANALITICA (Determina n.52/2021) è in scadenza al 30/04/2021;

RILEVATO CHE in data 19/04/2021 la Responsabile della UOSD Microbiologia, ha chiesto (allegato n.4) alla UOC Provveditorato l’integrazione della fornitura inclusa nel suindicato contratto per garantire nelle more dell’espletamento della nuova gara “*l’esecuzione dei tamponi molecolari rapidi Sars – cov 2 h24*”;

CONSIDERATO CHE

- l’avvio della nuova procedura di gara, essendo di importo superiore ad € 50.000,00, implica l’acquisizione della prescritta autorizzazione preventiva da parte della So.re.sa. Spa.;

Determinazione Dirigenziale

- al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalla Responsabile della UOSD Microbiologia occorre disporre l'applicazione del quinto d'obbligo (varianti ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) sul contratto n. n.4600052876 in essere con la Ditta AB ANALITICA ex determina n.52/2021;

- ricorre l'esigenza di tutelare la salute pubblica, permanendo l'emergenza Covid -19;

VISTI

- l'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- l'art.6, comma 15 bis della L.R. n.28/2003 che prescrive per acquisti di beni sanitari e non sanitari di importo superiore a 50.000,00 le Aziende sanitarie possono procedere, previa autorizzazione della occorre So.re.sa. Spa., ad acquisti in autonomia;

- l'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi., secondo cui la stazione appaltante *"... qualora si renda necessario, un aumentodelle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto..."* è legittimata ad imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che questi possa opporre alcunché;

ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente;

ATTESTATO che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

I - DI APPROVARE il capitolato tecnico predisposto dal Responsabile della UOSD Microbiologia, validato dal Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari, per l'affidamento semestrale della fornitura di n.1 Sistema automatico con metodica real time PCR per la diagnostica microbiologica rapida di Sars Cov2 da destinare alla UOSD Microbiologia dell'AORN " S. ANNA E S. SEBASTIANO" di Caserta; tanto per l'importo a base d'asta di € 210.000,00 oltre Iva;

II - DI DARE MANDATO al Direttore della UOC Provveditorato – Economato di adottare i provvedimenti finalizzati all'indizione e conseguente aggiudicazione di una gara telematica ex art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi mediante Rdo sulla piattaforma MEPA/CONSIP per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura sopraindicata ;

III – DI DISPORRE l'applicazione del quinto d'obbligo (varianti ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) da destinare alla suindicata UOSD, relativamente al contratto n.4600052876) - CIG. n. 8587316D54 per la fornitura di trimestrale di n.1 sistema automatico per la

Determinazione Dirigenziale

diagnosi molecolare rapida di Sars cov2 mediante PCR RT (n. 2250 test) dei pazienti in accesso al Pronto Soccorso da destinare alla UOSD Microbiologia, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO COMPLESSIVO TRIMESTRALE	Integrazione ex art. 106, comma 12 D.Lgs n.50-2016 e smi.
Sistema automatico per la diagnosi molecolare rapida di Sars Cov2 mediante PCR RT per la gestione dei pazienti che accedono al PS	€ 54.999,40 Iva esclusa al 5%	€ 10.999,88 oltre Iva al 5%

IV – DI IMPUTARE la spesa complessiva, pari ad € 11.549,87 Iva inclusa al 5% nella specie sul conto economico n.5010105010 "Dispositivi medico-diagnostici in vitro" - centro di costo FB000105 (COVID 19 - CORONAVIRUS) anno 2021;

V- DI PRENDERE ATTO che i costi derivanti dall'affidamento della procedura a farsi verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC GEF ai competenti conti di bilancio;

VI - DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, e alle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria, Patologia Clinica, Farmacia Ospedaliera ed alla UOSD Microbiologia;

IV- DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di assicurare la fornitura in questione

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Oggetto

**LOTTI CORRETTI PER DIAGNOSI MOLECOLARE RAPIDA,
DIAGNOSI DIFFERENZIALE ED ATTIVITA'
ENDOTOSSINICA**

all. M.1
roundcube 

Mittente

<microbiologia@ospedale.caserta.it>

Destinatario

Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Data

26.03.2021 13:41

-
- 1 LOTTO MICRO ID 1-Covid.docx(~70 KB)
 - 2 LOTTO MICRO ID 2-Covid.docx(~51 KB)
 - 4 LOTTO MICRO EAA.docx(~46 KB)
-

Allego files word in oggetto.

Cordiali saluti,

Rita Greco

--

UOSD Microbiologia - AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Resp. Dott.ssa Rita Greco

Tel. 0823 / 232145 - 2139

info: <https://www.ospedale.caserta.it/microbiologia/presentazione.htm>

30/03/2021

Fuse





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI
PER LA U.O.S.D. MICROBIOLOGIA DELLA AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" DI CASERTA

codice lotto ID: 1/2021

COD: MICRO ID 1

A. DESCRIZIONE: SISTEMA AUTOMATICO (ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RIVELAZIONE), CON METODICA REAL TIME PCR, PER LA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA RAPIDA H24 DI SARS CoV2

B. RICHIESTA: Si richiede sistema completamente automatico, monotest, completo di strumentazione ed accessori, assistenza tecnica "full-risk", corsi di addestramento del personale all'utilizzo della strumentazione e quant'altro necessario, in grado di eseguire, con tecnologia real-time PCR, la ricerca diretta di acidi nucleici di SARS Cov2, *in urgenza*, h24.

DURATA 6 MESI

Importo base d'asta: 210.000,00

C. QUANTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA: Il sistema diagnostico dovrà effettuare la determinazione degli esami di seguito indicati, in riferimento alla quantità presunta con frequenza di utilizzo del sistema in n°7 giorni x settimana h24:

Tipo di test		Test
Identificazione molecolare rapida SARS CoV2	<i>obbligatorio</i>	5400
Identificazione molecolare rapida multitarget dell'influenza A, B, RSV, SARS CoV2	<i>obbligatorio</i>	300
Numero totale di test richiesti		5700

I test indicati devono considerarsi presunti, in quanto dipendenti da variabili cliniche ed epidemiologiche che di volta in volta si verificheranno, nonché da eventuali incrementi che potranno generarsi per cause contingenti, e che per questo motivo non sono esattamente quantificabili.

D. REQUISITI MINIMI (pena esclusione):

- Piattaforma strumentale compatta, certificata CE-IVD, in grado di eseguire, per i test sopra indicati, in completa automazione, anche in urgenza, senza manipolazione preliminare del campione, l'estrazione, la purificazione, l'amplificazione fino alla rilevazione e all'interpretazione dei risultati;
- Kit completi di tutti i reagenti e i consumabili necessari all'esecuzione dei test;

- Presenza di un controllo di processo in ogni singolo test che consenta di verificare ogni passaggio analitico (estrazione, purificazione, retrotrascrizione, amplificazione e lettura)
- Tempo massimo di esecuzione di < 1h per tutti i test richiesti
- Accesso random con lettore di codice a barre per la tracciabilità del campione
- Interfacciamento con il LIS del laboratorio
- Fornire manutenzione ordinaria e straordinaria ed assistenza tecnica full-risk
- Aggiornamento tecnologico alle stesse condizioni economiche

E. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

I punteggi attribuiti secondo **la modalità ON/OFF** verranno assegnati come segue:

- Se l'elemento di giudizio è presente verrà assegnato il punteggio
- Se l'elemento di giudizio non è presente non verrà assegnato il punteggio

I punteggi attribuiti secondo **la modalità PROPORZIONALE** verranno assegnati come segue:

- All'elemento di giudizio rispondente maggiormente al criterio di valutazione del requisito verrà attribuito il massimo del punteggio; per gli altri in modo proporzionale.

F. REQUISITI CON VALUTAZIONE A PUNTEGGIO:

Le offerte saranno valutate mediante l'attribuzione di un punteggio (caratteristiche tecniche e di qualità) secondo quanto specificato di seguito:

ELEMENTI DI GIUDIZIO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO Max 70 punti
Strumento modulare con possibilità di espansione per l'UOSD Microbiologia (numero moduli analitici)	PROPORZIONALE	10
Possibilità di fornire 1 strumentazione aggiuntiva per il Settore Urgenze UOC Patologia clinica (almeno 2 moduli analitici)	PROPORZIONALE	15
Modalità di esecuzione cartridge-based (monotest)	ON/OFF	5
Per SARS CoV2 almeno 2 target (di cui 1 specifico) con readout di amplificazione almeno di 40 cicli	ON/OFF	5
Per SARS CoV2 Tempi di esecuzione nel minor tempo possibile (< 1 ora)	PROPORZIONALE	10
Minima manipolazione del campione	ON/OFF	5
Per multitarget possibilità di eseguire i target richiesti in un unico test	ON/OFF	5
Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente	ON/OFF	5
Possibilità di eseguire metodiche diverse e con diversi profili termici contemporaneamente sulla stessa strumentazione	ON/OFF	10

all. m. 2



U.O.C. Patologia Clinica
Dipartimento dei Servizi Sanitari

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Alla c.a. del
Direttore Sanitario
Direttore UOC Provveditorato ed Economato

SEDE

Oggetto: Capitolati tecnici per Uosd Microbiologia.

Su proposta del Responsabile della Uosd Microbiologia, dott.ssa Rita Greco, si trasmettono i capitolati tecnici, già autorizzati dallo scrivente, relativi a:

- Sistema automatico con metodica Real Time PCR per la diagnostica microbiologica rapida h24 di Sars Cov2;
- Sistema automatico monotest in grado di eseguire la ricerca diretta di acidi nucleici con tecnologia multiplex di patogeni del tratto respiratorio per i pazienti Covid e critici.

Si rappresenta che entrambi i capitolati sono inclusi nei fabbisogni covid 19 già presentati dallo scrivente con nota n. 4777 del 10/02/2021, con una parziale rimodulazione del fabbisogno di test molecolari rapidi in relazione alla nuova emergenza pandemica.

Entrambi fanno riferimento a contratti già scaduti o in scadenza:

- N.4600052876 det. dir. 52 del 22/01/2021 (scadenza 30/04/2021) (Test molecolari rapidi)
- N. 4600050311 det. dir. 729 del 9/11/2020 (scadenza 09/02/2021) (multiplex patogeni)

Caserta li, 21/03/2021

Il Direttore del Dipartimento dei Servizi
Dott. Arnolfo Petruzzello



25/03/2021

Tenere

[Handwritten signature]



Dipartimento dei Servizi Sanitari
U.O.C. Patologia Clinica

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

all. m. 3

Alla c.a. del Direttore UOC Provveditorato ed Economato
E p.c. Direzione Generale
Direzione Sanitaria
Direzione Amministrativa
LL.SS.

Oggetto: riscontro nota prot. 2969 del 27/01/2021- Definizione fabbisogni semestrali materiali diagnostici Covid 19

In riscontro alla nota in oggetto, si trasmettono in allegato i fabbisogni 2021 relativi a materiali diagnostici COVID 19 al fine di consentire per un semestre (eventualmente rinnovabile) acquisizioni che rientrino in un percorso regolare.

Si precisa a tal scopo che:

- Tutte le procedure (da 1 a 4) relative alla diagnostica sierologica (IgG e IgM Sars Cov2, IgG anti spike, rilevazione quantitativa Sars Cov2 Ag) e al dosaggio della Interleuchina 6 sono riconducibili a procedure già in essere e che utilizzano ciascuna piattaforme analitiche già in uso; lo stesso dicasi per la procedura di cui al punto 8, relativa alla diagnosi molecolare di screening da Sars Cov2, attualmente oggetto di fornitura Invitalia con scadenza 31/03/2021 (e di cui non è possibile prevedere al momento eventuali proroghe) e fa riferimento a specifica piattaforma analitica attribuita con provvedimento del 01/09/2020;
- La procedura di cui al punto 5 trattasi di point of care e quindi non relata a specifica strumentazione anche se oggetto di recente procedimento di cui si chiede la proroga;
- Le forniture relative ai punti da 6 e 7 e da 9 a 13 non fanno riferimento a nessun provvedimento aziendale esistente e trattasi quindi di **nuove acquisizioni** aperte a più fornitori volte al miglioramento dei criteri diagnostici dell'infezione da Sars Cov2;
- Le procedure 14 e 15 (diagnosi molecolare rapida e differenziale per Sars Cov2) sono oggetto di precedenti provvedimenti e utilizzano ciascuna piattaforme uniche.

Caserta, 09/02/2021


Il Direttore del Dipartimento dei Servizi
Direttore UOC Patologia Clinica
Dott. Arnolfo Petruzzello



UOC Patologia Clinica, Dipartimento dei Servizi Sanitari
AORN Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta - Tel. 0823/232764
e-mail: dipartimentoservizisanzitari@ospedale.caserta.it
PEC: patologiaclinica.pec@ospedale.caserta.it

FABRISOGNI (TEST) SEMESTRALI COVID-19 UOC PATOLOGIA CLINICA, UOSD MICROBIOLOGIA E UOSD GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE ANNO 2021

PROVVEDIMENTO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE RICHIESTA	FINALITA'	U.O.	FABRISOGNI TEST	IMPORTO PRELIMINARE
1 Det. Dirig. n. 756 del 12/11/2020	Test anticorpi IgG e IgM SARS-CoV-2	Rilevazione qualitativa anticorpi IgG e IgM SARS-CoV-2	UOC Patologia Clinica	IgG-6000 IgM-6000	35.000
2 Det. Dirig. n. 720 del 3/11/2020	Oscillaggio IL-6	Monitoraggio pazienti COVID-19	UOC Patologia Clinica	600	10.000
3 Det. Dirig. n. 53 del 19/11/2021	Anticorpi IgG anti-Spike SARS-CoV-2	Rilevazione quantitativa anticorpi IgG anti-Spike SARS-CoV-2	UOC Patologia Clinica	6.000	30.000
4 Det. Dirig. n. 758 del 12/11/2020	Ricerca antigenica Nucleocapside SARS-CoV-2 su TNF	Rilevazione quantitativa Ag SARS-CoV-2	UOC Patologia Clinica	3.600	40.000
5 Det. Dirig. n. 818 del 01/12/2020	Detrazione rapida SARS-CoV-2 Ag su tampone NF DH Onco-ematologia	Rilevazione qualitativa Ag SARS-CoV-2	UOC Patologia Clinica	7.200	50.000
6 Non presente (nuova acquisizione)	Controllo di qualità per Ab IgG e IgM SARS-CoV-2	Controllo di qualità per Ab SARS-CoV-2	UOC Patologia Clinica	12 cfr. (400)	3.000
7 Non presente (nuova acquisizione)	Controllo esterno di qualità per Ab SARS-CoV-2	Controllo esterno di qualità per Ab SARS-CoV-2	UOC Patologia Clinica	2 spedizioni	1.000
8 Det. Dirig. n. 578 del 1/9/2020 LOTTO COV1 (Attuale fornitura invitata fino al 31/03/2021)	Test molecolari di screening SARS-CoV-2	Diagnosi COVID-19	UOSD Gen. e Biol. Mol.	21.000	453.000
9 Nessun provvedimento (fornitura invitata fino al 31/03/2021)	Test molecolari di approfondimento SARS-CoV-2	Verifica risultati indeterminati COVID-19	UOSD Gen. e Biol. Mol.	7.200	108.000
10 Non presente (nuova acquisizione)	Test molecolari varianti SARS-CoV-2	Identificazione delle varianti COVID-19	UOSD Gen. e Biol. Mol.	1.000	7.000
11 Non presente (nuova acquisizione)	Sequenziamento del gene S del SARS-CoV-2	Identificazione e conferma di varianti COVID-19	UOSD Gen. e Biol. Mol.	200	18.000
12 Non presente (nuova acquisizione)	Controllo di qualità per SARS-CoV-2	Controllo della diagnostica dei target SARS-CoV-2	UOSD Gen. e Biol. Mol.	100	1.500
13 Non presente (nuova acquisizione)	Controllo esterno di qualità per SARS-CoV-2	Verifica della diagnostica molecolare dei target SARS-CoV-2	UOSD Gen. e Biol. Mol.	2 spedizioni	1.000
14 Det. Dirig. n. 158 del 27/03/2020 e n. 836 del 09/12/2020	Test molecolari rapidi SARS-CoV-2	Diagnosi d'urgenza COVID-19	UOSD Microbiologia	3.600	140.000
15 Det. Dirig. n. 1285 del 18/03/2020	Test molecolari multiplex sindromici	Diagnosi differenziale	UOSD Microbiologia	360	65.000



il test è necessario
il quantitativo delle utenze
verrà nella proposta di
per l'anno 2021
con l'acquisto
di



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

all. n. 4

Alla UOC Provveditorato ed Economato
E p. c. alla Direzione Sanitaria

CASERTA, 19/04/2021

OGGETTO: Integrazione contratto AB Analitica

Al fine di garantire l'esecuzione dei tamponi molecolari rapidi Sars-cov2 h24 e nelle more dell'espletamento di gara per nuova fornitura, si richiede l'integrazione del contratto AB Analitica (contratto n.4600052876) con scadenza prossima il 30/04/2021 (Det. Dir. N. 52 del 22/01/2021), che prevedeva la fornitura di 2.256 test.

Il fabbisogno attuale prevede almeno 2.800 test per i prossimi 90 gg. (circa 30 test/die), poiché trattasi di procedura da espletarsi previa autorizzazione della SORESA e secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa.

Cordiali saluti,

Dott.ssa Rita Greco

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano"
CASERTA
U.O.S.D. MICROBIOLOGIA
Resp. Dott.ssa Rita Greco

19/4/2021
In autunno con
procedure urgente



nel aut/2021

efficiare
xho il
punto d'obbl
ho S. ml
Twe

Costituito



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

FORNITURA PER L'AFFIDAMENTO SEMESTRALE EX ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 e smi. DI N.1 SISTEMA AUTOMATICO CON METODICA REAL TIME PCR PER LA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA RAPIDA DI Sars Cov2 DA DESTINARE ALLA UOSD MICROBIOLOGIA DELL'AORN "S. ANNAE S. SEBASTIANO" DI CASERTA - APPROVAZIONE FABBISOGNO E PROVVEDIMENTI

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €11.549,87

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento centro di costi FB000105 CORONAVIRUS

Caserta li, 29/04/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri