



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 378 del 03/05/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.2 DEL D.LGS. CITATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LO STUDIO E L'ABLAZIONE DELLE ARITMIE PER LA UOSD ARITMOLOGIA CLINICA ED INTERVENTISTICA DELL'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 03/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: INDIZIONE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 CO.6 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95 CO.2 DEL D.LGS. CITATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LO STUDIO E L'ABLAZIONE DELLE ARITMIE PER LA UOSD ARITMOLOGIA CLINICA ED INTERVENTISTICA DELL'AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- che con nota Prot. n. 0009234/i del 17.03.2021, allegata alla presente, il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, ha trasmesso il fabbisogno per l'avvio della procedura di gara, per la fornitura annuale di dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie indispensabile a garantire l'attività della UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica (allegato 1);
- che la definizione del fabbisogno, è stata predisposta di concerto con il Direttore della UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica che ha sottoscritto i relativi atti, congiuntamente al Direttore di Dipartimento di Scienze Cardiologiche e Vascolari, per un importo di gara annuale pari ad €199.850,00 (iva esclusa);
- con nota prot. n. 0010164/U del 25.03.2021 questa AORN ha richiesto alla So.Re.Sa. Spa autorizzazione per l'espletamento in autonomia per la procedura di gara finalizzata all'acquisto di dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie per la UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica (allegato 2);
- con nota SRA-0005337-2021 del 01.04.2021, la SO.RE.SA Spa ha autorizzato questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011, dai decreti Commissariali n. 58/11 e n.11/12, ad espletare in autonomia la procedura di gara in oggetto con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa spa in seguito a gare centralizzate (allegato 3);

Visto

- l'art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. 6/7/2012 n.95, convertito in Legge 7/8/2012 n.135, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- altresì l'art. 36 co.6 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i., il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato

- che sulla base della normativa sopracitata gli enti del SSN, nell'ambito degli acquisti sotto soglia comunitaria, devono utilizzare il MEPA;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Attestata

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Di approvare la narrativa e per gli effetti:

1. **INDIRE** "R.D.O.", strumento di negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 co.6 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura annuale di dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie occorrente alla UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica, da aggiudicarsi ex art. 95 co.2 del citato Codice, con invito a partecipare a tutti gli operatori economici del settore presenti sul MEPA;
2. **ARTICOLARE** la procedura di gara in n.16 lotti per un ammontare complessivo a base d'asta pari a € 199.850,00 + iva;
3. **PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione e saranno imputati dalla UOC Gestione Economico-Finanziaria ai competenti conti di bilancio;
4. **PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. **PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
6. **NOMINARE**, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) la dr.ssa Antonietta Costantini, Direttore UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura di gara e sino all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;
7. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Farmacia e alla UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica;
8. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile stante l'urgenza di emissione degli ordinativi di acquisto volti a garantire la erogazione delle prestazioni sanitarie.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dr.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



17/03/2021 10.48-20210009234

ALLEGATO N. ¹



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Uoc Farmacia Ospedaliera
Dimezza Francesca

Oggetto: Capitolato fornitura dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie.

All'UOC Provveditorato,
vedasi allegato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

- D. S. A
Borsari note n. T. emin
Favere



UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica
Resp. Dott. Miguel Viscusi

DIPARTIMENTO CARDIO-VASCOLARE
Dir. Prof. Paolo Calabrò

Caserta 16 Marzo 2021

**AL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
SEDE**

**AL DIRETTORE UOC FARMACIA OSPEDALIERA
SEDE**

Oggetto: Capitolato fornitura dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie.

Facendo seguito agli incontri avvenuti c/o la UOC Farmacia Ospedaliera, si invia capitolato per la fornitura di dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie cardiache (importo euro 199.850). Si richiede che venga attivato il Conto Deposito per i suddetti prodotti.

Dott. Miguel Viscusi

AORN Sant'Anna e San Sebastiano
Dipartimento di Scienze
Cardiologiche e Vascolari
Dott. Miguel Viscusi
16/03/2021

Prof. Paolo Calabrò

AORN Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Dipartimento di Scienze
Cardiologiche e Vascolari
U.O.C. Cardiologia D'emergenza con UTIC
Direttore: Prof. Paolo Calabrò



**CAPITOLATO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER LO STUDIO E L'ABLAZIONE DELLE ARITMIE -
AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA**

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITA' ANNUALE	IMPORTO A BASE D'ASTA UNITARIO	IMPORTO A BASE D'ASTA ANNUALE / LOTTO
**	ELETTROCATETERE DIAGNOSTICO MULTIPOLARE PER IL MAPPAGGIO AD ALTA DENSITA'.			
	Elettrocaterere diagnostico orientabile a multipli elettrodi posizionati su 5 spline disponibile nella versioni con varie spaziature interelettrodiche, dotato di armatura a fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio. Lunghezza non inferiore a 115 cm. Meccanismo di deflessione a pistone. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito le apparecchiature necessarie al funzionamento.	9	€ 1.450,00	€ 13.050,00
1				
**	ELETTROCATETERE DIAGNOSTICO BASKET PER IL MAPPAGGIO AD ELEVATA DENSITA' CON TECNOLOGIA CONTACT.			
	Elettrocaterere diagnostico dotato di multipli microelettrodi disposti su 8 spline. Deflessione bidirezionale dell'elettrocaterere. Possibilità di variare il diametro delle spline attraverso un sistema push and pull. Sensore magnetico sulla parte distale e di foro per l'irrigazione del catetere. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito le apparecchiature necessarie al funzionamento.	4	€ 2.400,00	€ 9.600,00
2				
**	SISTEMA DI NAVIGAZIONE NON FLUOROSCOPICO PER LA NAVIGAZIONE E IL MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO INTRACARDIACO TRIDIMENSIONALE CON TECNOLOGIA DIELETRICA.			
	Patch per la ricostruzione anatomica basata sulle proprietà dielettriche del tessuto con immagine ad alta risoluzione. Sistema aperto che consenta di creare immagini ad alta risoluzione con cateteri standard di diversi produttori. Visione panoramica che permetta la rappresentazione di tutte le strutture della camera cardiaca in esame in un'unica proiezione. "Occlusion Tool Software" per la valutazione dell'occlusione delle vene polmonari con catetere ablatore "a pallone". La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito il sistema di navigazione e le apparecchiature necessarie al funzionamento (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).	5	€ 2.000,00	€ 10.000,00
3				

** FAMIGLIA DI ELETTROCATETERI PER SISTEMA DI NAVIGAZIONE APERTO. PER IL MAPPAGGIO DI ARITMIE COMPLESSE ANCHE NON SOSTENUTE O NON TOLLERATE DAL PAZIENTE, SENZA L'USO DI RAGGI. KIT PER ABLAZIONE ARITMIE COMPLESSE		
4 Kit composto da: Patches (10 elettrodi per ECG, 6 patches di superficie, un elettrodo di riferimento, 2 sensori di riferimento per il paziente) per il mappaggio anatomico elettromagnetico compatibile con il sistema di mappaggio che permetta procedure a raggi zero e la ricostruzione elettro-anatomica (geometria e informazioni elettriche) delle camere cardiache con qualsiasi elettrocateretere e senza la necessità di utilizzare alcun catetere dedicato durante la procedura. Elettrocateretere ablatore a radiofrequenza irrigato con corpo in pebax, diametro di 8 Fr, con rilevamento della forza di contatto mediante interferometria attraverso sensore ottico triassiale integrato nella sezione distale del catetere con frequenza di campionamento di 50Hz; punta con spaziatura 2-2-2 e con due sensori di temperatura a termocoppia. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito il sistema di navigazione e le apparecchiature necessarie al funzionamento (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).	5 € 2.900,00	€ 14.500,00
** FAMIGLIA DI ELETTROCATETERI PER SISTEMA DI MAPPAGGIO PER L'ANALISI DELLE INFORMAZIONI ANATOMICHE ED ELETTRICHE DELLE CAMERE CARDIACHE MEDIANTE RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE CON SISTEMA ELETTROMAGNETICO E SOFTWARE PER MAPE DI CONTATTO, VOLTAGGIO ED ATTIVAZIONE, ANCHE ECOGUIDATE. KIT PER ABLAZIONE ARITMIE COMPLESSE Kit composto da: Patches con 6 elettrodi di riferimento in superficie. Catetere ablatore con curva mono e bidirezionale, simmetrica e non, irrigato mediante circuito di irrigazione esterno sia nella versione a 6 fori che a 56 fori di irrigazione presenti sulla punta, con sensore di contatto meccanico e con rilevatore di campo magnetico alla punta riconosciuto dal sistema di mappaggio. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito il sistema di navigazione e le apparecchiature necessarie al funzionamento (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).	8 € 2.750,00	€ 22.000,00
** FAMIGLIA DI ELETTROCATETERI PER UTILIZZO CON SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO BASATO SU UNA TECNOLOGIA DI LOCALIZZAZIONE IBRIDA CHE CONSENTE IL MAPPAGGIO AD ALTA DEFINIZIONE. KIT PER ABLAZIONE ARITMIE COMPLESSE Kit composto da: Patches costituite da un cerotto magnetico posteriore per la rilevazione delle coordinate magnetiche e da 6 elettrodi da applicare come derivazioni ECG per la rilevazione delle coordinate elettriche. Elettrocateretere Ablatore con sensore magnetico con punta irrigata da 4 mm; sistema di raffreddamento in punta a circuito aperto a doppia camera di raffreddamento. Manipolo a bilanciere con deflessione bidirezionale. Algoritmo per la verifica dell'efficacia della lesione attraverso lettura locale dell'impedenza con visualizzazione in tempo reale, tramite tool dedicato, dell'andamento effettivo del parametro di impedenza e del suo effettivo drop in valore numerico e con sensore di forza per valutare il contatto con il tessuto endocardico. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito il sistema di navigazione e le apparecchiature necessarie al funzionamento (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).	4 € 2.600,00	€ 10.400,00

**	SISTEMA ONE SHOT PER ABLAZIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE CON TECNOLOGIA LASER Kit composto da: Catetere a pallone con tecnologia laser multi-lume con set di tubi. Introduttore transeptale deflettibile monodirezionale con meccanismo di deflessione a rotella per l'utilizzo del catetere a pallone laser: diametro esterno 16 F e diametro interno 12 F; lunghezza 93 cm. Endoscopio per la visualizzazione real time del catetere a pallone con tecnologia laser per l'isolamento della vena polmonare (Confezione di flaconi di liquido di riempimento di ossido di deuterio per l'utilizzo del catetere a pallone laser). La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito l'apparecchiatura completa per il sistema di erogazione di energia (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).	2	€ 6.000,00	€ 12.000,00
7	INTRODUTTORE LUNGO PER PUNTURA TRANSETTALE CON CURVA ORIENTABILE. Introduttore orientabile dotato di sensore che consenta la visualizzazione su sistema di mappaggio elettroanatomico. Dotato di diametro interno di 8,5 Fr, e diametro esterno di 11,5 Fr. Disponibilità di curvature Small (1,7 mm), Medium (22 mm) e Large (50 mm).	5	€ 650,00	€ 3.250,00
8	DISPOSITIVO SPECIFICO PER PUNTURA TRANSETTALE Filo guida per puntura transeptale avente diametro da 0,014" e lunghezza 135 cm; con punta acuminata in estremità in nitilolo preformata a J; marker radioopaco prossimale per visualizzazione in scopia.	5	€ 420,00	€ 2.100,00
9	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA ESOFAGEA IN CORSO DI ABLAZIONE DI FIBRILLAZIONE ATRIALE CON RF O CON CRYO. Elettrocateretere esofageo dotato di 7 sensori per un monitoraggio multipolare della temperatura esofagea. Corpo in poliuretano morbido, calibro 7 Fr e punta atraumatica in silicone. Risposta immediata alle variazioni di temperatura entro il range da -15°C a + 75°C con allarmi visivi ed acustici e con sistema che valuta la velocità di raffreddamento (cooling rate). Collegabile ai sistemi di immagine 3D. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito l'apparecchiatura necessaria al funzionamento (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).	5	€ 550,00	€ 2.750,00
10				

**	SISTEMA PER ESTRAZIONE MECCANICA ELETTROCATETERI DEFINITIVI				
	Il sistema deve comprendere tutti gli accessori e presidi necessari sottolincati, indicando la quotazione per singolo prodotto in modo da poterli ordinare singolarmente.				
11					
RIF. 1	Dilatatore meccanico rotante con lame o frese interne non esposte e corpo statico non rotante e flessibile (assenza di kinking con piegamento ad angolo inferiore a 90°). Disponibilità di due lunghezze (47,5 cm e 15,5 cm) e diversi diametri (9 F, 11 F, 13 F).	2	€ 2.000,00	€ 4.000,00	
RIF. 2	Dilatatore meccanico manuale costituito da cannule telescopiche (in materiale polimerico) con presenza di marker sul corpo della cannula per identificarne posizione ed orientamento; disponibilità di diverse lunghezze (43/33 cm e 51/41 cm) e diametri (da 8,5 F a 13 F).	2	€ 400,00	€ 800,00	
RIF. 3	Mandriino autobloccanteed autoespandibile con capacità di espansione lungo tutto il corpo; punta radiopaca e diametro cavitario 0,013" - 0,016" - 0,017" - 0,026" - 0,027" - 0,032.	2	€ 1.550,00	€ 3.100,00	
					€ 7.900,00
**	CATETERE A PALLONCINO PER OCCLUSIONE TEMPORANEA DELLA VENA CAVA SUPERIORE				
	Catetere a palloncino per occlusione temporanea della vena cava superiore con le seguenti caratteristiche: lunghezza del pallone 80 mm con diametro 20 mm; presenza di almeno 3 marker radiopachi.			1	€ 2.200,00 € 2.200,00
12					
**	SISTEMA PER ESTRAZIONE ELETTROCATETERI DEFINITIVI MEDIANTE ENERGIA LASER (LASER AD ECCIMERI Xe Cl 308 nm).				
	Il sistema deve comprendere tutti gli accessori e presidi necessari sottolincati, indicando la quotazione per singolo prodotto in modo da poterli ordinare singolarmente. La ditta aggiudicataria dovrà fornire cavi di collegamento in sconto merce e in service gratuito l'apparechiatura necessaria al funzionamento (garanzia e manutenzione gratuita, aggiornamenti gratuiti, training al personale e supporto clinico in sala operatoria).				
13					
RIF. 1	Laser sheath, cannule ad energia laser concave 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr; capacità di resistenza al kinking.	2	€ 6.000,00	€ 12.000,00	
RIF. 2	Mandriino autobloccanteed autoespandibile con capacità di espansione lungo tutto il corpo; punta radiopaca e diametro cavitario 0,015" - 0,023" , con e senza prolunga distale.	2	€ 3.300,00	€ 6.600,00	
RIF. 3	Sistema per la misurazione del lume dell'elettrocateretere costituito da un espansore per spirale e due misuratori a perno in acciaio inox.	2	€ 500,00	€ 1.000,00	
					€ 19.600,00

**	DISPOSITIVO PER LA MODULAZIONE DELLA CONTRATTILITA' CARDIACA PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO.	3	€ 17.000,00	€ 51.000,00
	Dispositivo impiantabile e programmabile dall'esterno tramite apposito programmatore. Dispositivo ricaricabile dall'esterno, con durata totale di esercizio non inferiore a 15 anni, ridotte dimensioni e peso contenuto; erogazione della terapia attraverso un impulso bifasico erogato nel periodo refrattario assoluto della cellula cardiaca			
**	SISTEMA DI STIMOLAZIONE TRANSCATETERE BICAMERALE A COMPATIBILITA' RM CONDIZIONATA CON TECNOLOGIA SURE SCAN (VDD).	2	€ 8.700,00	€ 17.400,00
15	Sistema di stimolazione intracardiaco transcatetere TPS VDD con capacità di trascinamento atriale, MRI conditional 1,5 T e 3 T con tecnologia surecan e relativo introduttore da 23 F. Sistema per il monitoraggio remoto.			
**	INTRODOTTORE/CATETERE ORIENTABILE CON ELETTRODI DISTALI.	2	€ 1.050,00	€ 2.100,00
16	Introduttore direzionabile con due elettrodi sulla punta distale per il posizionamento di elettrocatereti da stimolazione cardiaca; detti elettrodi consentono di rilevare gli elettrogrammi intracardiaci e di stimolare quando è connesso ad un poligrafo di elettrofisiologia o a un analizzatore di soglia (PSA). Catetere rimovibile con taglierina.			
Caserta 16 MARZO 2021		TOTALE	EURO	199.850

Dott. Miguel Viscusi
 AORN Sant'Anna e San Sebastiano
 Caserta
 U.O. di Cardiologia Interventiva e Cardiologia
 U.O. di Cardiologia Interventiva e Cardiologia

Prof. Paolo Calabrò
 AORN Sant'Anna e San Sebastiano
 Caserta
 Dipartimento di Scienze
 Cardiovascolari e Vascolari
 U.O. di Cardiologia Interventiva e Cardiologia
 Direzione: Prof. Paolo Calabrò

LOTTE PER CUI VIENE RICHIESTO IL CONTO DEPOSITO



DIPARTIMENTO CARDIO-VASCOLARE

Dir. Prof. Paolo Calabrò

UOSD Aritmologia Clinica ed Interventistica
Resp. Dott. Miguel Viscusi

Caserta 03 Febbraio 2021

DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
SEDE

DIRETTORE UOC FARMACIA OSPEDALIERA
SEDE

Oggetto: Valutazione tecnica gara Elettrofisiologia max punti 70/100

PARAMETRI	DESCRIZIONE	PUNTI MAX	TIPOLOGIA (DISCREZIONALE)	CRITERI MOTIVAZIONALI PER L'ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE
	Per tutti i lotti			
A	Qualità del materiale.	30	D	Saranno valutate le caratteristiche qualitative (maneggevolezza, precisione costruttiva, conformità agli standard costruttivi internazionali) relative anche alla evoluzione tecnologica dei dispositivi offerti tenendo conto della descrizione delle caratteristiche tecniche di ciascun lotto.
B	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso.	15	D	Saranno valutate le caratteristiche funzionali (indeformabilità, migliore resistenza meccanica, controllo torsione, resistenza al piegamento) anche aggiuntive relative alla evoluzione tecnologica dei dispositivi offerti supportate dalla letteratura scientifica prodotta.

C	Maneggevolezza e manovrabilità.	10	D	Saranno valutate la semplicità di impianto e la comodità di utilizzo (adattabilità anatomica, minore traumaticità, scorrevolezza) dei dispositivi medici offerti tenendo conto della descrizione delle caratteristiche tecniche di ciascun lotto.
D	Praticità d'uso e tipologia e tipologia di confezionamento.	10	D	Saranno valutate le semplicità e comodità di utilizzo del confezionamento dei dispositivi medici offerti.
E	Training e assistenza	5	D	Sarà valutata l'articolazione e dimensione della struttura organizzativa e del sistema dei ruoli che il fornitore si impegna ad utilizzare per erogare ed integrare tutti i servizi richiesti e anche per l'aggiornamento e la formazione dell'amministrazione.

Non saranno ritenute idonee e quindi escluse dalla gara tutte le offerte relative ai prodotti che non raggiungeranno la soglia minima dei 36 punti nel giudizio di qualità.

Dott. Miguel Viscusi

AORN San Anna e San Sebastiano
 Dip. di Scienze Cardiovascolari
 Dott. Miguel Viscusi
 CE 005714

Prof. Paolo Calabrò

A.O.R.N. San Anna e San Sebastiano
 CABERTA
 Il Direttore del dipartimento
 Cardiovascolare
 Prof. Paolo Calabrò
 NA 29392



ALLEGATO N. 2.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

A.S.O. U.O.C. Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0010164/U Data: 25/03/2021 09:39
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:

Alla So.Re.Sa. spa

Oggetto: Legge Regionale n.4 del 15.03.2011. Decreti commissariati n.58/2011 e n.11/2012.
Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per l'espletamento in autonomia della seguente procedura di gara d'appalto:

OGGETTO	Fornitura dispositivi medici per lo studio e l'ablazione delle aritmie
VALORE STIMATO DELL'APPALTO	€ 199.850,00 iva esclusa
METODO DI DETERMINAZIONE BASE ASTA	Prezzi medi di mercato
SUDDIVISIONE IN LOTTI	sì
NUMERO DEI LOTTI	16 lotti
CPV PREVALENTE	33190000-8
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	RDO aperta a tutti gli O.E.
MOTIVAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART.36 o 63 D.lgs. 50/2016)	Art. 36 co.6 del D.lgs. n.50/2016
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	Conto deposito
DURATA CONTRATTO (in mesi)	12 mesi
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI INCLUSE NEL VALORE STIMATO (ove previsto)	
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa
ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE	sì
MOTIVAZIONE DEL MANCATO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE	

Caserta, 23.03.2021

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Angela Annecchiarico

Il Direttore Amministrativo
Avv. Annalisa Carrara

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da: autorizzazioni@pec.soresa.it
Inviato: giovedì 1 aprile 2021 10:02
A: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Oggetto: SoReSa: Richiesta 210325_101002-29302 - Autorizzazione Positiva
Allegati: LetteraAutorizzazione.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette, in allegato, l'esito positivo dell'autorizzazione richiesta.

*Dr. P. P. P.
02/04/2021*

Al Direttore Generale
A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

e al Referente Aziendale
per il processo autorizzativo

**Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n.58/2011 e n. 11/2012.
Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la
fornitura di "FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER LO STUDIO E L'ABLAZIONE DELLE ARITMIE"**

A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 0010164/U DEL 25.03.2021 (prot. SoReSa/0004826/2021 del 25/03/2021) si autorizza l'espletamento diretto di autonoma procedura di gara con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate.

Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, i criteri di affidamento e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di 6 mesi dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che occorrerà inviare alla scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso.

Distinti saluti.


Il Direttore Generale
So. Re. Sa. SpA
Dott. Mauro Ferrara

Il Direttore Generale
So. Re. Sa. SpA
Dott. Mauro Ferrara

