



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 728 del 09/09/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: Fornitura di tamponi sterili in provetta senza terreno di coltura destinati a varie UU.OO.CC. –
Affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.N. 76/2020 conv. in L. n.120/2020 Ditta Alfamed Srl.**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Fornitura di tamponi sterili in provetta senza terreno di coltura destinati a varie UU.OO.CC. – Affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.N. 76/2020 conv. in L. n.120/2020 Ditta Alfamed Srl.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- in data 15.07.2021 la Ditta Alfamed Srl ha trasmesso (allegato n.1) a questa UOC la nota con cui ha segnalato l'impossibilità ad evadere l'ordine n.32237668 emesso dalla Farmacia Ospedaliera per la fornitura di n. 5000 tamponi sterili in provetta senza terreno di coltura" al prezzo unitario di € 0,071, aggiudicatale nell'ambito della Fornitura di dispositivi medici sez. G-H-L-M (Del. n. 364/2016), ;
- la Farmacia Ospedaliera ha segnalato per le vie brevi la necessità di disporre dei beni in questione, in uso presso vari Reparti;
- al fine di assicurare la disponibilità dei di tali beni la UOC Provveditorato – Economato, nelle more dell'attivazione della nuova procedura di gara aperta, ha chiesto (note del 29.07.2021 – allegato n.2) alle Ditte operanti nel settore, quali Codisan Spa, Alfamed Srl di produrre offerta;
- entro il termine prescritto (04.08.2021 - ore 10.00) sono pervenute le offerte delle Ditte Codisan Spa, Alfamed Srl (allegato n. 3), rimesse (nota del 10.08.2021 - allegato n. 4) alla Farmacia Ospedaliera per la prescritta verifica di conformità;

Rilevato che

- detta Farmacia con nota del 10.08.2021 ha dichiarato che entrambe le offerte sono conformi (allegato 5);
- trattandosi di fornitura da affidarsi a prezzo più basso per prodotto conforme, l'Ufficio competente per l'istruttoria ha verificato che la quotazione proposta dalla Ditta Alfamed Srl (prezzo unitario della fornitura € 0,0975 esclusa Iva al 22%) è più bassa rispetto a quella della Ditta Codisan Spa (prezzo unitario pari ad € 0,105 iva al 22% esclusa);

Dato atto che

- la Farmacia Ospedaliera per le vie brevi ha comunicato che il fabbisogno di che trattasi è sufficiente a soddisfare le esigenze operative di quest'AORN per un semestre;
- ad oggi è stato acquisito da questa UOC il Capitolato Tecnico predisposto dalla citata Farmacia Ospedaliera per l'avvio della nuova procedura di gara aperta concernente tra l'altro la fornitura di dispositivi medici sez. GHLM, in cui rientrano anche i beni in questione;

Visti gli artt. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. e 1, comma 2, lett. a) del D.L.N. 76/2020 conv. in L. n.120/2020;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Attestata la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto di affidare, attese le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate e trascritte, la fornitura di n.5000 " Tamponi sterile in provetta senza terreno di coltura in favore della ditta Alfamed Srl, che ha offerto il prezzo più basso per un importo complessivo pari ad € 487,50 iva al 22% esclusa;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

- 1.AFFIDARE** la fornitura di n.5000 " Tamponi sterile in provetta senza terreno di coltura in favore della ditta Alfamed Srl, che ha offerto il prezzo più basso per un importo complessivo pari ad € 487,50 iva al 22% esclusa;.
- 2.IMPUTARE** la maggiore spesa di € 594,75 Iva inclusa al 22% sul conto economico 5010107010 del bilancio 2021;
- 3.TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della vigente normativa e alle UU.OO.CC. GEF e della Progettazione Europea, per quanto di competenza, all' UOC Farmacia;
- 4.NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta Alfamed Srl e alla ditta Codisan Spa;
- 5.RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Il funzionario estensore
Carlo Mazzearella

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Vs. ordine n°32237668 del 15/07/2021

DISPOSITIVI MEDICI
SER. G4CM

Da **Alfamed Srl Pec** <amministrazione@pec.alfamedsrl.it>
A **provveditorato@ospedalecasertapec.it** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Cc **provveditorato@ospedale.caserta.it** <provveditorato@ospedale.caserta.it>, 'farmacia
aorn caserta' <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Data giovedì 15 luglio 2021 - 16:39

ALLEGATO N. 1

Spett.le A.O. Sant'Anna e San Sebastiano,

In riferimento al Vs. ordine in oggetto, Vi segnaliamo che lo stesso non potrà essere evaso in quanto la Gara n°4949287 del 2013 con

Delibera n°364 del 30/06/2016 è scaduta.

Certi che prenderete nota, restiamo a Vs. disposizione e porgiamo cordiali saluti.

alfamed s.r.l.

alfamed s.r.l. - Via Vicinale Recapito 30/13 int 7 - (Loc. Licola) - 80014 Giugliano in Campania NA. Tel.: 081 8048616 -
Fax: 081 8047397

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Nel caso in cui abbiate ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonicamente allo 081-8048616 o inviando un messaggio all'indirizzo email: info@alfamed.it. Inoltre, ricordiamo che il messaggio da Voi ricevuto è di natura non personale e le risposte al presente, potranno essere conosciute all'interno dell'organizzazione di appartenenza al mittente.

The information in this email (which includes any files transmitted with it) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this email by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee, except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise) arising from any third confidentiality. If you have received this email in error please notify us immediately, destroy any copies and delete it from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email is prohibited. Copyright in this email and any document created by us will be and remain vested in us and will not be transferred to you. We assert the right to be identified as the author of and to object to any misuses of the contents of this email or such documents.

46/26250

Carlo
Fede 19/07/2021 è disponibile
ci è Valvisti
seguiranno
in le m
dei miei
che è in mano
le nuove
prodotte

ALLEGATO N. 2

Richiesta di offerta

Da **provveditorato@ospedalecasertapec.it** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>**A** **Co.Di.San** <gare@pec.codisan.com>**Data** giovedì 29 luglio 2021 - 15:53

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 04.08.2021, scheda tecnica, tempi di consegna e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di *"Tampone sterile in provetta senza terreno di coltura"*.

UOC Provveditorato ed Economato

Richiesta di offerta

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data giovedì 29 luglio 2021 - 15:53

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2021 alle ore 15:53:12 (+0200) il messaggio
"Richiesta di offerta" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gare@pec.codisan.com"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210729155311.01988.620.1.68@pec.aruba.it

dati-cert.xml
postacert.eml
smime.p7s

Richiesta di offerta

Da provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

A alfamed@peconline.it <alfamed@peconline.it>

Data giovedì 29 luglio 2021 - 15:55

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 04.08.2021, scheda tecnica, tempi di consegna e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di *"Tampone sterile in provetta senza terreno di coltura"*.

UOC Provveditorato ed Economato

Richiesta di offerta

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A provveditorato@ospedalecasertapec.it <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data giovedì 29 luglio 2021 - 15:55

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/07/2021 alle ore 15:55:25 (+0200) il messaggio
"Richiesta di offerta" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "alfamed@peconline.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2941.20210729155525.09628.737.2.67@pec.aruba.it

dati-cert.xml
postacert.eml
smime.p7s

Oggetto **Fwd: I: Richiesta di offerta - Tamponi secchi**
Mittente <giovanna.capone@aorncaserta.it>
Destinatario Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 03.08.2021 11:10
Priorità Molto alta

ALLEGATO N. 3



- DS Rev. 2 - Dry Swabs - Tamponi Secchi (21-03-2018).pdf(~394 KB)
- SCAN4344_000.pdf(~33 KB)

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Fwd: I: Richiesta di offerta - Tamponi secchi
Data: 2021-08-02 10:23
Mittente: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it
Destinatario: Giovanna Capone <giovanna.capone@aorncaserta.it>

Spett.le A.O. Sant'Anna e San Sebastiano

Farmacia

Vi rimettiamo in allegato il preventivo inoltrato in Provveditorato per i Tamponi secchi.

Si fa presente che l'offerta precedentemente inoltrata aveva un errore di battitura sul prezzo.

Restiamo a Vs. disposizione e porgiamo cordiali saluti.

Sede operativa: Via Vicinale Recapito 30/13 int 7

80014 Giugliano in Campania NA

Tel.: 081 8048616

Fax: 081 8047397

Da: Alfamed Pec <alfamed@peconline.it>
Inviato: venerdì 30 luglio 2021 11:28
A: 'provveditorato@ospedalecasertapec.it'
<provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Cc: 'provveditorato@ospedale.caserta.it'
<provveditorato@ospedale.caserta.it>
Oggetto: R: Richiesta di offerta

Spett.le Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano

UOC Provveditorato ed Economato

Facendo seguito alla Vs. richiesta di offerta, Vi rimettiamo in allegato il ns. preventivo n° AL 0199/2021

per Tampone sterile in provetta senza terreno di coltura, completo di scheda tecnica.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo cordiali saluti.

Sede operativa: Via Vicinale Recapito 30/13 int 7

80014 Giugliano in Campania NA

P.IVA 04601300637

Tel.: 081 8048616

Fax: 081 8047397

Da: provveditorato@ospedalecasertapec.it
<provveditorato@ospedalecasertapec.it>

442 6250

DA MODIFICARE

PREZZO

SECONDA PRESSIONE

FINO AL 03.08.21

Inviato: giovedì 29 luglio 2021 15:55

A: alfamed@peconline.it

Oggetto: Richiesta di offerta

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 04.08.2021, scheda tecnica, tempi di consegna e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di "_Tampone sterile in provetta senza terreno di coltura"._

UOC Provveditorato ed Economato

Spett.le
A.O. Sant'Anna e San Sebastiano
UOC Provveditorato ed Economato
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta (CE)

Giugliano, 29/07/2021

Oggetto: ns. Preventivo AL 0199/2021

Facendo seguito alla Vs. richiesta di offerta del 29/07/2021 per "Tampone sterile in provetta senza terreno di coltura", la sottoscritta ditta ALFAMED S.A.S. con sede legale in Napoli (NA) CAP 80128 alla Via Francesco Netti n°4 e con sede operativa in Giugliano in Campania (NA) CAP 80014 alla Via Vicinale Recapito n°30/13 int.7 (Loc. Licola), codice fiscale e partita IVA N.04601300637 tel. 081/8048616- 081/19329158, fax 081/8047397, Vi sottopone le sue migliori quotazioni per:

if. n°	Codice	Descrizione	Confezione	Prezzo unitario listino	Sconto applicato	Prezzo unitario offerto	Prezzo confezione offerta
1	311/10	Tampone secco con asta in plastica, senza terreno, in provetta, sterile. RDM 1614468/R.	1.000 pezzi	€ 0,11	11,30%	€ 0,0975	€ 97,50

La ditta Alfamed s.a.s. dichiara:
 che tutti i prodotti offerti sono assoggettati all'IVA del 22%;
 che i prezzi indicati non sono inclusivi di IVA;
 che i prodotti offerti sono conformi alle disposizioni di legge;
che il trasporto e l'imballaggio sono a ns. carico;
 che la modalità di pagamento è Bonifico Bancario 60 gg ;
che la consegna avverrà entro 7 gg. Vs. ordine scritto;
 che le confezioni sono indivisibili;
che l'offerta ha una validità fino al 31/12/2021.

Restiamo a Vs. disposizione per ulteriori informazioni e porgiamo cordiali saluti.

Alfamed s.a.s.
L'amministratore

TECHNICAL DATA SHEET

SCHEDA TECNICA

DRY SWABS IN TEST TUBES

TAMPONI SECCHI IN PROVETTA

DESCRIPTION

Dry swabs, available in a wide range of materials and sizes, for various applications. They are contained in a labelled cylindrical test tube Ø12x150 mm for a more easy samples protection, in unbreakable medical PP, to preserve sample and users safety. Supplied with label on test tube and cap for patient and sample identification and as a seal indicating that the product has not been previously used. Cap has same diameter than test tube. Can be packed in medical peel-pack or in bulk.

All the Devices are produced according to GMP (Good Manufacturing Practice) and are classified and certified as Medical Devices Class II sterile (invasive surgery for temporary use).

The swabs are sterile irradiated (SAL 10⁻⁶), Pyrogen free.

DESCRIZIONE

Tamponi secchi, disponibili in una ampia gamma di materiali e formati, per molteplici applicazioni. Sono contenuti in una provetta cilindrica Ø12x155 mm, prodotta in polipropilene medicale infrangibile al fine di preservare il campione, per un più agevole utilizzo e per garantire la sicurezza degli operatori. L'etichetta pre-applicata sulla provetta e sul tappo serve sia per l'identificazione del paziente e del campione sia come garanzia che il prodotto non sia stato in precedenza utilizzato. Il tappo è del medesimo diametro della provetta. Possono essere confezionati in peel-pack medicale o in bulk. Tutti i Dispositivi sono prodotti in accordo alle GMP (Good Manufacturing Practice). Sono classificati e certificati come Dispositivi Medici IIa sterile (invasivi chirurgici per uso temporaneo). I tamponi sono sterili per irraggiamento (SAL 10⁻⁶), garantiti Apirogeni.

CE0426 MD marked sterile - manufactured in compliance with 93/42/EC Directive (Italian D.lgs 46 del 24/02/1997) + 2007/47/EC - Class IIa sterile

Dispositivo DM con marchio CE0426 - conforme alla Direttiva 93/42/CE (D.lgs 46 del 24/02/1997) + 2007/47/CE - Classe IIa sterile

INTENDED PURPOSE

Swab Intended purpose is "MEDICAL DEVICE" CLASS IIa STERILE. Swabs are sterile and ready-for-use systems intended for clinical samples drawing for cultural exam. The swab is suitable for short contact with the human body including surgical wounds. Product must be used as directed, Microbiotech is not responsible for any unauthorized use.

For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > V901301 (Dry swabs for collection sample)

DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso del tampone è quella di "DISPOSITIVO MEDICO" DI CLASSE IIa STERILE. I tamponi sono dei sistemi sterili e pronti all'uso, previsti per il prelievo di campioni clinici per l'esame culturale. Il tampone è un dispositivo indicato per prelievi che prevedono brevi contatti col corpo umano anche in ambito chirurgico. Si declina ogni responsabilità per utilizzi diversi da quello specificato.


Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > V901301 (Tamponi neutri per prelievo di campioni)

APPLICATOR

TAMPONE





The applicator shaft of the swab is mounted on the tube plug which serves as an optimal grip for an efficient swab handling. Available in different versions on sampling site base:


- **Aluminium shaft, cotton or rayon tip:** atoxic shaft, with cotton or rayon tip, ideal for arduous or delicate sampling. The narrow dimension of the swabs shaft (only 0.9 mm), the high flexibility and strength, the small fiber tip, make it particularly suitable for urogenital, urethral, ocular, nasopharyngeal and paediatric uses.
- **Plastic shaft, cotton or rayon tip:** made in anti-shock polystyrene, very flexible but easily breakable as needed, with cotton or rayon tip, atoxic. Particularly suitable for mouth, throat, vagina, urogenital apparatus, skin, wounds and surgical wounds.
- **Wooden shaft, cotton tip:** made in 100% cotton tip (European Pharmacopea) and atoxic wooden stick. Swabs for general purpose, suitable for throat, vagina, skin and wounds drawings.

L'asta del tampone è montata sul tappo della provetta per una presa ottimale ed una efficace direzionalità. Disponibili in diverse varianti in base al sito di prelievo:

- **Asta alluminio, puntale in cotone o viscosa:** asta con puntale in cotone o viscosa, atossico, ideale per prelievi difficoltosi o delicati. Il diametro dell'asta di soli 0,9 mm, l'alta flessibilità e resistenza e le ridotte dimensioni del puntale in fibra la rendono particolarmente idonea per prelievi urogenitali, uretrali, oculari, nasofaringei e pediatrici.
- **Asta plastica, puntale in cotone o viscosa:** prodotta in polistirolo antiurto, molto flessibile ma facilmente spezzabile in base alle necessità, puntale in cotone o viscosa, atossico. Tampone particolarmente idoneo per bocca, gola, vagina, apparato urogenitale, pelle, ferite e incisioni chirurgiche.
- **Asta in legno, puntale in cotone:** prodotto in puro cotone 100% (Farmacopea Europea) e asta in legno. Tamponi per un uso generale, idonei per prelievi in gola, vagina, pelle e ferite.

TEST TUBE

PROVETTA



Swab is contained in a cylindrical test tube Ø 12 x 155 mm, in transparent, unbreakable medical polypropylene (PP), to preserve sample and user's safety. With pressure cap in polyethylene (HDPE) with specific colour according to stick type. Pre-labelled on test tube to allow a correct sample identification. Item code, lot number and expiry date printed on each label for a full traceability.


Il tampone è contenuto in una provetta cilindrica Ø 12 x 155 mm, prodotta in polipropilene (PP) medicale e trasparente, al fine di preservare il campione e la sicurezza degli operatori. Con tappo a pressione in polietilene (HDPE) di colore specifico in base al tipo di asta. Ogni provetta è etichettata per consentire una sicura identificazione del campione. Su ogni etichetta sono stampati il codice articolo, lotto e scadenza per una tracciabilità completa.

WOODEN STICK

Sterile swabs wooden stick and cotton tip, in polypropylene Ø 12 x 150 mm test tube with label. Available sterile in bulk or sterile individually wrapped.

ASTA LEGNO

Tamponi sterili asta legno e puntale in cotone, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm con etichetta. Disponibili in versione sterili in bulk o sterili in confezione singola.



100% cotton tip (European Pharmacopea) and handle in biodegradable atoxic white birch wood, completely round, straight and polished, resistant to sudden changes of temperature. The tip is bonded to a handle, atoxic glue to fix cotton tip, and is perfect for general purpose medical use. Very absorbent, soft, and safe, cotton-tipped applicators perform consistently and reliably. Cotton tip can contain some substances that annoy some bacteria. The most sensitive bacteria may not survive after the collect. In these cases are preferable swabs with rayon tip.

Puntale in cotone 100% (European Pharmacopea) ed asta in legno di betulla bianca, biodegradabile e atossico, completamente arrotondato, resistente agli sbalzi termici. La punta è avvolta all'asta con colla atossica ed è un tampone idoneo per uso medici generali. Applicatori molto assorbenti, morbidi e sicuri per un utilizzo affidabile. La fibra di cotone del puntale può contenere alcune sostanze che infastidiscono alcuni batteri. I batteri più sensibili hanno maggiori difficoltà a sopravvivere dopo la raccolta, in questi casi preferibili tamponi con puntale in viscosa.

Absorbance / Assorbenza: 100µL ± 10% in 5±1" (physiological solution / soluzione fisiologica)
Dimensions / Dimensioni: A: 150±2mm - B: 146±1mm - C: Ø2,2/2,5mm - D: 5.5±0.5mm - E: 14±1mm

Item code Codice articolo	Type Tipo	Packaging Confezionamento	R.D.M. ¹
300/10	Bulk	Inner box / Confezione interna: 100 pcs (180x115x135 mm) External carton / Scatola: 1.000 pcs (585x287x205 mm)	1614444/R
300/CS/09	Individually wrapped Confezione singola	Inner box / Confezione interna: 150 pcs (340x225x175 mm) External carton / Scatola: 900 pcs (540x360x460 mm)	1614456/R

Shelf life
60 months


Scadenza
60 mesi

PLASTIC STICK

Sterile swabs plastic stick and cotton or rayon tip, in polypropylene Ø 12 x 150 mm test tube with label. Available sterile in bulk or sterile individually wrapped.

ASTA PLASTICA

Tamponi sterili asta legno e puntale in cotone o viscosa, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm con etichetta. Disponibili in versione sterili in bulk o sterili in confezione singola.



This specialty swab is made with cotton or rayon fibers. It is bonded securely to a rigid white birch polystyrene handle by an aqueous based adhesive.

Tampone prodotto con fibre di cotone o rayon. Il puntale è saldamente fissato all'asta semirigida in polistirolo mediante un adesivo a base acquosa.

¹ Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici

Absorbance / Assorbenza: 100 µL ± 10% in 10 sec. (acqua + TSB) / (water + TSB)
Dimensions / Dimensioni: A: 150±2mm - B: 146±1mm - C: Ø2,5±0,1mm - D: 5-6mm - E: 15±2mm

Item code Codice articolo	Type Tipo	Packaging Confezionamento	R.D.M. ¹
310/10	Plastic stick, cotton tip. In bulk <i>Asta in plastica, puntale in cotone, In bulk</i>	Inner box/Confezione interna: 100pcs (180x115x135mm) External carton/Scatola: 1.000pcs (585x287x205mm)	1614464/R
311/10	Plastic stick, rayon tip. In bulk <i>Asta in plastica, puntale in viscosa. In bulk</i>	Inner box/Confezione interna: 100pcs (180x115x135mm) External carton/Scatola: 1.000pcs (585x287x205mm)	1614468/R
311/CS/09	Plastic stick, rayon tip. Individually wrapped <i>Asta in plastica, puntale in viscosa. Confezione singola</i>	Inner box/Confezione interna: 150pcs (340x225x175mm) External carton/Scatola: 900pcs (540x360x460mm)	1614470/R

Shelf life
60 months


Scadenza
60 mesi

ALUMINIUM STICK

Sterile swabs aluminium stick and cotton or rayon tip, in polypropylene Ø 12 x 150 mm test tube with label. Available sterile in bulk or sterile individually wrapped.

ASTA ALLUMINIO

Tamponi sterili asta alluminio e puntale in cotone o viscosa, in provetta in polipropilene Ø 12 x 150 mm con etichetta. Disponibili in versione sterili in bulk o sterili in confezione singola.



Swabs with cotton or viscose (rayon) tip, aluminium stick, atoxic, resistant to sudden changes of temperature. Atoxic glue to fix the tip. Very thin shaft and small tip for paediatric, urethral, urogenital and nasopharyngeal sampling. Without break point.

Tamponi in cotone o viscosa con stelo in alluminio, non tossico e resistente agli sbalzi termici. La colla utilizzata per il fissaggio del puntale è atossica. Asta e puntale particolarmente sottili per un utilizzo pediatrico, uretrale, urogenitale e nasofaringeo. Senza punto di rottura "break-point"

Absorbance / Assorbenza: 20µL±10% in 10" (water + TSB) / (acqua + TSB)
Dimensions / Dimensioni: A: 147±2mm - B: 145±1mm - C: Ø0,9±0,1mm - D: 2,2±0,5mm - E: 12±2 mm

Item code Codice articolo	Type Tipo	Packaging Confezionamento	R.D.M. ¹
320/10	Aluminium stick, cotton tip. In bulk <i>Asta in alluminio, puntale in</i>	Inner box/Confezione interna: 100pcs (180x115x135mm) External carton/Scatola:	1614485/R

¹ Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici

	<i>cotone. In bulk</i>	1.000pcs (585x287x205mm)	
320/CS/09	Aluminium stick, cotton tip. Individually wrapped <i>Asta in alluminio, puntale in cotone. Confezione singola</i>	Inner box/Confezione interna: 150pcs (340x225x175mm) External carton/Scatola: 900pcs (540x360x460mm)	1614487/R
321/10	Aluminium stick, rayon tip. In bulk <i>Asta in alluminio, puntale in viscosa. In bulk</i>	Inner box/Confezione interna: 100pcs (180x115x135mm) External carton/Scatola: 1.000pcs (585x287x205mm)	1614489/R
321/CS/09	Aluminium stick, rayon tip. Individually wrapped <i>Asta in alluminio, puntale in viscosa. Confezione singola</i>	Inner box/Confezione interna: 150pcs (340x225x175mm) External carton/Scatola: 900pcs (540x360x460mm)	1614491/R

Shelf life
60 months

Scadenza
60 mesi

PRECAUTIONAL MEASURES

- The device must be suitable for both the selected transport medium (if present) and the defined sampling site.
- Use only for the collection and transport of human biological samples for the detection of potential pathogens such as aerobic, anaerobic and facultative anaerobic bacteria, compatible with the type of device selected.
- Do not deviate from the intended use.
- Do not use the product if it is expired or the package is opened/damaged. Sterility guaranteed if unopened.
- Use the device following aseptic procedures.
- Single-use device; do not reuse. Reusing the device could contaminate the sample and/or the patient.
- Keep the device away from flames and heat sources.
- The fiber is only guaranteed to adhere to the shaft for instant sampling.
- The shaft is breakable, exert moderate pressure during sample collection.
- Store in a cool, dry place at a temperature between +2°C (35.6°F) and +30°C (86°F). Do not freeze.
- After use, the device may contain infectious microorganisms. Use appropriate PPE and dispose of the test tube and swab according to current regulations for medical waste.
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product.
- Keep out of reach of children.
- Strictly follow the user's instructions.

PRECAUZIONI D'USO

- Utilizzare il Dispositivo solo per la tipologia di campione idonea al terreno di trasporto scelto (se presente) e al sito di prelievo definito.
- Utilizzare esclusivamente per la raccolta e il trasporto di campioni biologici umani per la ricerca di eventuali organismi patogeni come batteri aerobi, anaerobi, anaerobici facoltativi compatibilmente con la tipologia di Dispositivo scelta.
- Non variare la destinazione d'uso.
- Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta/danneggiata. Sterilità garantita a confezione integra.
- Utilizzare il Dispositivo con procedure aseptiche.
- Non riutilizzare, dispositivo monouso. Il riutilizzo del Dispositivo potrebbe causare la contaminazione del campione prelevato e/o del paziente.
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore.
- L'adesione della fibra all'asta è garantita unicamente per prelievi istantanei.
- Il materiale dell'asta è frangibile, esercitare una pressione moderata durante il prelievo.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, temperatura min +2°C (35,6 °F) / max +30°C (86 °F). Non congelare.
- Ogni dispositivo, dopo l'utilizzo, può contenere microrganismi infettivi, utilizzare appositi D.P.I. e smaltire provetta e tampone secondo le normative vigenti per i rifiuti sanitari.
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
- Prodotto non adatto ai bambini.
- Le istruzioni d'uso vanno seguite attentamente.

QUALITY ASSURANCE

All raw materials, components and every lot of finished

GARANZIA DI QUALITÀ

Tutte le materie prime, componenti e ogni lotto di

product undergo strict quality inspections carried out by N.A. in order to check conformance to specifications.

prodotto finito vengono sottoposti a severi controlli di qualità effettuati dalla ditta allo scopo di verificare che le specifiche siano soddisfatte.

PRODUCT DETERIORATION


The content of the unopened and undamaged units is guaranteed to be sterile. Do not use the units in case of damage, dehydration or contamination. The Devices must be stored at +2°C (35.6°F) / +30°C (86°F) until used. Improper storage will result in a loss of efficacy. Do not use after expiration date indicated on label.

DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO

Il contenuto delle unità non ancora aperte e non danneggiate è garantito sterile. Non utilizzarle se presentano tracce di danneggiamento, disidratazione o contaminazione. Il Dispositivo deve essere conservato a +2°C (35.6°F) / +30°C (86°F). fino ad utilizzo. Conservazione impropria può risultare in perdita di efficacia. Non usare dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta.


HOW TO USE

If present, open the blister pack from the "peel here" indication. If the swab is in a test tube, remove the applicator from the test tube.




Se presente, aprire il blister dove vi è l'indicazione "peel here". Nel caso di tampone in provetta, estrarre il tampone applicatore dalla provetta.

Collect the sample from the concerned site.



Effettuare il prelievo dal sito interessato.

For a dry swab in a test tube, put the applicator into the tube, seal tightly with the cap and write the patient's data on the label.



Nel caso di tampone secco in provetta, porre il tampone applicatore nella provetta, richiudere bene con il tappo e annotare i dati del paziente sull'etichetta.

SPECIMEN CULTURES IN THE LABORATORY

Manual Processing

Remove the cap with swab applicator




MODALITÀ D'USO IN LABORATORIO

Procedura manuale

Rimuovere il tappo con il tampone applicatore


Using the swab applicator, streak the agar plate while rolling the swab tip

Streak plating example




Utilizzando il tampone applicatore effettuare l'inoculazione sulla piastra strisciando e ruotando il puntale dell'applicatore

PACKAGING SYMBOLS



Sterilized using irradiation
 Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti

SIMBOLI SULL'IMBALLO



richiesta offerta

Da Gare Pec <gare@pec.codisan.com>

A **provveditorato@ospedalecasertapec.it** <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 2 agosto 2021 - 09:31

Salve, in allegato ns. quotazione.

Cordialità

Dott.ssa Manuela Buscema

Ufficio Gare e Preventivi

CODISAN S.p.A.

Via Pantano, 24 - C.da Valcorrente

95032 Belpasso (CT), Italy

Tel. +39 095 5872143 – Fax +39 095 7867042

www.codisan.com - manuela.buscema@codisan.com

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo del destinatario.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali e ne sono vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.

Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e ce ne comunicasse l'errata ricezione.

Il trattamento dei Vostri dati avviene in conformità con il D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy.

A.O. Caserta 664.pdf
2160-SG.PDF

Manuela
02/08/2021
MC

Belpasso (CT), 02/08/2021

Offerta N. 00664/2021/MB

Alla cortese attenzione di

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA
 S.ANNA E S.SEBASTIANO
 SETTORE PROVVEDITORATO ED
 ECONOMATO
 VIA PALASCIANO
 81100 CASERTA

CE

E-mail: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Fax: 0823/231111

Pagina 1 di 1

In riferimento alla Vs. richiesta di preventivo Prot. n. del 29 Luglio 2021, ringraziandoVi per averci interpellati, con la presente ci preghiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta per la fornitura dei seguenti prodotti:

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QTA	CONF	PREZZO LISTINO €	SC. %	PREZZO NETTO €	IMPORTO TOTALE €	IVA
NUA2160/SG	TAMPONI STERILI IN PROVETTA ASTA IN PLASTICA MM 12 X 150 IN PP ETICHETTATE CND: V901301 RDM.474607	PZ		2400			0,10500		5
							ZERO/10500		

Condizioni di trasporto: Franco Vs. destino

I.V.A.: Vs. carico come per legge

Condizioni di pagamento: R.D. 60 GG. D.F.

Tempi di consegna: Disponibilità immediata

Validità dell'offerta: 30/09/2021

Minimo d'ordine: €

Note/Allegati:

Confidando che la presente offerta possa essere di Vs. interesse, in attesa di Vs. ambiti ordini, l'occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

CODISAN S.p.A.
Roberto Montedorte
 Amministratore Delegato

CODISAN S.p.A.

Via Pantano, 24 • C.da Valcorrente | 95032 Belpasso (CT) • Italy
 Phone +39 095 7867474 | Fax +39 095 7867042
 codisan@codisan.com | www.codisan.com

Cap. Soc. € 2.626.440,00 i.v. • P. IVA e R.I. CT 00784230872 • R.E.A. di Catania N. 121339


SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
30.11.2011

MADE IN ITALY

CODICE ARTICOLO: **2160/SG**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Tamponi sterili in viscosa con asta in plastica, Non tossico e resistente agli sbalzi termici. Tamponi inseriti in provetta cilindrica di dimensioni Ø12x155 mm prodotta in polipropilene medicale infrangibile al fine di preservare il campione e la sicurezza degli operatori. L'etichetta pre-applicata sulla provetta e sul tappo serve sia per l'identificazione del paziente e del campione sia come garanzia che il prodotto non sia stato in precedenza utilizzato. Il tappo di colore bianco è del medesimo diametro della provetta. Tamponi particolarmente idonei per prelievi in gola, vagina, urogenitali, pelle e ferite. Latex-free, apirogeni

Sterile swabs, rayon tip and plastic stick, atoxic and resistant to sudden changes of temperature. Atoxic glue to fix rayon tip. Swabs inserted into a cylindrical test tube dim. Ø12x155 mm, in unbreakable medical PP, to preserve sample and users safety. Supplied with label on test tube and cap for patient and sample identification and as a seal indicating that the product has not been previously used. White cap has same diameter than test tube. Swabs particularly suitable for throat, vagine, urogenital apparatus, skin and wounds drawings. Pyrogen and latex free

Tampone DM con marchio **CE 0426** - conforme alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. Classe IIa sterile

CE 0426 MD marked sterile Swab - manufactured in compliance with 93/42/EC Directive and possible further modifications and/or integrations - Class IIa sterile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
Materiale asta	POLISTIROLO ANTI-SHOCK POLYSTYRENE ANTI-SHOCK	Raw material – applicator stick
Materiale puntale in fibra	VISCOSA / RAYON	Raw material – fibre tip
Materiale provetta	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material – test tube
Materiale tappo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material – cap
Lunghezza totale (mm)	145 ±2	Total length (mm)
Dimensioni asta (mm)	Ø 2,5 ±0,1 x 130 ±2	Applicator stick dimensions (mm)
Dimensioni puntale in fibra (mm)	Ø 4,5 ±1 x 15 ±3	Fibre tip dimensions (mm)
Assorbenza	100 µL ±10% in 10 sec. (acqua + TSB) / (water + TSB)	Absorbency
Validità	5 ANNI / YEARS	Shelf life



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

Inflammabilità / Inflammability: Non infiammabile / Not inflammable

Corrosività / Corrosivity: Non corrosivo / Not corrosive

Irritazioni / Irritations: Nessuna conosciuta / Nothing known

Precauzioni / Precautions: Porre particolare attenzione nell'evitare che il paziente ingoi il prodotto e nel riporre il prodotto dopo l'uso.

To place particular attention in avoiding that the patient swallows the product and in replace the product after the use.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso del tampone è quella di "DISPOSITIVO MEDICO" DI CLASSE IIA STERILE. I tamponi sono dei sistemi sterili e pronti all'uso, previsti per il prelievo, il trasporto e il mantenimento di campioni clinici per l'esame culturale. Il tampone è un dispositivo indicato per prelievi che prevedono brevi contatti col corpo umano anche in ambito chirurgico. Si declina ogni responsabilità per utilizzi diversi da quello specificato.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > V901301 (Tamponi neutri per prelievo di campioni)
Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 474607

Swab Intended purpose is "MEDICAL DEVICE" CLASS IIA STERILE. Swabs are sterile and ready-for-use systems intended for clinical samples drawing, transport and maintenance for cultural exam. The swab is suitable for short contact with the human body including surgical wounds. Nuova Aptaca is not responsible for any unauthorized use.

For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > V901301 (Dry swabs for collection sample)

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso
Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura ambiente
Store in dry place, ambient temperature

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

PRECAUZIONI D'USO / PRECAUTIONAL MEASURES

- Osservare tecniche asettiche quando si utilizza il prodotto.
 - Si deve supporre che ogni campione contenga microrganismi infettivi e si deve pertanto trattarlo con le dovute precauzioni. Dopo l'utilizzo, smaltire provette e tamponi secondo le disposizioni del laboratorio relative al materiale infetto.
 - Le istruzioni d'uso vanno seguite attentamente.
 - Se la procedura di laboratorio prevede la coltura del campione prelevato in una provetta di brodo di coltura, l'asta deve essere separata dal tappo con molta attenzione per evitare effetti aerosol; nel caso l'asta debba essere spezzata si consiglia l'uso di forbici sterili per una facile, sicura e pulita frattura.
 - Nell'utilizzo del dispositivo la pressione esercitata durante il prelievo deve essere leggera in quanto il materiale dell'asta è frangibile.
 - L'adesione della fibra all'asta è testata per prelievi istantanei; una durata prolungata del contatto fra tampone e zona del prelievo può causare la fuoriuscita della fibra.
 - Se il tampone viene sottoposto ad un trattamento chimico o fisico a scopo sterilizzante o microbiostatico, la sua funzionalità potrebbe risulterne compromessa.
-
- *Follow aseptic techniques when using the product.*
 - *Each sample shall be assumed to be containing infectious micro-organisms and therefore it shall be treated with the necessary safety measures. After use, test tubes and swabs shall be disposed of according to the laboratory provisions concerning infectious material.*
 - *Strictly follow the user's instructions.*
 - *Should the laboratory procedure provide for the sample to be cultivated in a broth medium, the stick shall be separated from the cap in a careful way so as to avoid aerosol effects; should the stick need to be broken, the use of sterile scissors is recommended for an easy, safe and clean cut.*
 - *When using a device with plastic or wooden stick, the pressure applied during sampling shall be light since the stick material is breakable.*
 - *The fibre adhesion to the stick is tested for instantaneous sampling; a longer contact between the swab and the sampling area might cause the fibre to come out.*
 - *If the swab is submitted to a chemical or physical sterilizing or micro-biostatic process, its intended functioning could be compromised.*

ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCTIONS

- a) Estrarre il tampone applicatore dalla provetta e prelevare il campione. Durante il prelievo la punta dell'applicatore deve toccare solamente la zona di sospetta infezione, per minimizzare il rischio di contaminazione.
 - b) Porre il tampone applicatore nella provetta e richiudere bene con il tappo.
 - c) Annotare il nome e i dati del paziente sull'etichetta della provetta.
 - d) Inviare il campione al laboratorio per l'analisi immediata.
 - e) Il dispositivo è previsto solamente per la raccolta e il trasporto di campioni batteriologici.
-
- a) *Extract the swab and carry out sampling – During sampling, the swab end shall only come in contact with the area of the suspected infection, so as to reduce contamination risks. WARNING: during sampling, do not apply an excessive force which could break the stick*
 - b) *Put the swab in the transport test tube*
 - c) *Write the patient's name and data on the tube label*
 - d) *Send the sample to the laboratory for an immediate test.*



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 3 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DETERIORAMENTO DEL PRODOTTO / PRODUCT DETERIORATION

Il contenuto delle unità non ancora aperte e non danneggiate è garantito sterile. Non utilizzarle se presentano tracce di danneggiamento, disidratazione o contaminazione.
Non usarle se già scadute.

*The content of the unopened and undamaged units is guaranteed to be sterile. Do not use the units in case of damage, dehydration or contamination.
Do not use if the expiration date has passed.*

QUALITY ASSURANCE

Tutte le materie prime, componenti e ogni lotto di prodotto finito vengono sottoposti a severi controlli di qualità effettuati dalla ditta allo scopo di verificare che le specifiche siano soddisfatte.

All raw materials, components and every lot of finished product undergo strict quality inspections carried out by N.A. in order to check conformance to specifications.

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 2400
Quantity (pcs): 2400

Confezione interna (pz): scatoline da 400 pz
Internal packing (pcs): Box of 400 pcs

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola 2400 pcs (cm): 60,5 x 41 x 35,5
2400 pcs external box dimensions (cm):

Peso (Kg): 12,75
Weight (Kg):


Volume (m³): 0,088
Volume (m³):

Misura esterna scatola 400 pcs (cm): 33 x 21,5 x 16
400 pcs external box dimensions (cm):

Peso (Kg): 1,95
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,011
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS

 Data di fabbricazione Date of manufacture	 Data di scadenza Expiry date	 Numero di lotto Lot number
 Produttore Manufacturer	 Monouso Do not reuse (Disposable)	 Codice articolo Catalogue number
 Non usare se la confezione è danneggiata Do not use if package is damaged	 Non esporre all'umidità Keep dry	 Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti Sterilized using irradiation
 Non esporre ai raggi solari Keep away from sunlight	 Limite di temperatura Temperature limitation	 Consultare le istruzioni d'uso Consult instructions for use

provveditorato@ospedalecasertapec.it

Da: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Inviato: giovedì 29 luglio 2021 15:53
A: Co.Di.San
Oggetto: Richiesta di offerta

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 04.08.2021, scheda tecnica, tempi di consegna e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di "Tampone sterile in provetta senza terreno di coltura".

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **Offerte Ditte Alfamed e Codisan "Tampone sterile in provetta senza terreno"**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <giovanna.capone@aorncaserta.it>
Data 10.08.2021 09:18



ALLEGATO N....⁴

- OFFERTA ALFAMED.pdf(~5,1 MB)
- OFFERTA CODISAN.pdf(~3,7 MB)

Si trasmettono in allegato le offerte delle Ditte Codisan e Alfamed per una Vs. valutazione.
Si resta in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **Re: Offerte Ditte Alfamed e Codisan "Tampone sterile in provetta senza terreno"- conformita'**
Mittente <giovanna.capone@aorncaserta.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 10.08.2021 10:33



ALLEGATO N.....⁵

buongiorno

in riferimento a quanto richiesto si comunica che i prodotti offerti dalle ditte CODISAN e Alfamed sono entrambi conformi
tanto si deve per gli adempimenti consequenziali.

cordiali saluti

dott.ssa g. capone

Il 2021-08-10 09:18 provveditorato@ospedale.caserta.it ha scritto:
Si trasmettono in allegato le offerte delle Ditte Codisan e Alfamed
per una Vs. valutazione.

Si resta in attesa di riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato

Manuela
PE
offron



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di tamponi sterili in provetta senza terreno di coltura destinati a varie UU.OO.CC. – Affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.N. 76/2020 conv. in L. n.120/2020 Ditta Alfamed Srl.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €594,75

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 08/09/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri