



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 769 del 01/10/2021

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RADIOLOGIA DIGITALE. CIG[8454567167].

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/10/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RADIOLOGIA DIGITALE. CIG[8454567167].

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 152 del 07/08/2020 quest'Azienda ha aderito all'Accordo Quadro Consip "Radiologia Generale" per la fornitura di n.4 telecomandati radiologici e n.2 portatili di radiologia motorizzati;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 14/10/2020 sono stati affidati all'operatore economico *Technoproject Srl* i lavori propedeutici all'installazione dei suddetti n. 4 sistemi radiologici digitali, per un importo pari ad € 99.724,15 oltre iva, presso le seguenti ubicazioni:
 1. n.1 sistema telecomandato GMS modello "*Sirevix*" presso l'u.o.c. Diagnostica per immagini (piano 1 edificio F);
 2. n.1 sistema telecomandato Siemens modello "*Multitom RAX*" presso l'u.o.c. Diagnostica per immagini (piano 1 edificio F);
 3. n.1 sistema telecomandato GMS modello "*Sirevix*" presso l'u.o.c. Pronto Soccorso (piano 0 edificio N);
 4. n.1 sistema telecomandato Siemens modello "*Multitom RAX*" presso l'u.o.c. Ortopedia e Traumatologia (piano 5 edificio N);
- con deliberazione n.31 del 14.01.2021 è stata modificata la deliberazione n.288 del 14.01.2021 e, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto con deliberazione n.288 del 14.10.2020 si è preso atto della necessità di installare il sistema radiologico Siemens Multitom RAX in un locale dell'u.o.c. Pronto Soccorso, ubicato al piano terra dell'edificio N, anziché al piano 5° del medesimo edificio;

Preso atto

- che la società *Technoproject Srl* ha concluso i lavori propedeutici alle seguenti installazioni:
 - o n.2 telecomandati Siemens *Multitom RAX* rispettivamente presso l'uu.oo.cc. Diagnostica per immagini e Pronto Soccorso;
 - o n.1 telecomandato GMS *Sirevix*, presso l'u.o.c. Diagnostica delle immagini;
- che i tre sistemi suddetti sono già stati installati, rispettivamente, dalle società Siemens e GMS e collaudati in contraddittorio con questa u.o.c.;
- della indisponibilità del locale del Pronto Soccorso, ubicati al piano 0 edificio N, per l'ultima installazione, quella del sistema radiologico GMS *Sirevix*;

Rilevato che

- durante il corso delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Vittorio E. Romallo, ha chiesto alla società *Technoproject Srl* l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto al progetto originario, al fine di migliorare la distribuzione dei tre ambienti e rendere idoneo uno di essi, quello dell'u.o.c.

Determinazione Dirigenziale

Diagnostica per immagini in cui è stato collocato il sistema Siemens *Multitom Rax*, per l'attività interventistica;

- le opere aggiuntive eseguite nei tre locali suddetti hanno richiesto ulteriori costi pari ad € 48.099,57 oltre iva, rispetto al progetto originario, come specificato nel computo metrico allegato;

Considerato che

- si rende necessario, prendere atto ed approvare gli ulteriori costi, pari ad € 48.099,57 oltre iva, sostenuti per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto al progetto originario, al fine di migliorare la distribuzione dei tre locali, in cui sono già stati installati i sistemi telecomandati, e rendere idoneo uno di essi per l'attività interventistica;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto ed approvare i costi ulteriori, pari ad € 48.099,57 oltre iva, sostenuti per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto al progetto originario, al fine di migliorare la distribuzione dei tre ambienti, in cui sono già stati installati i sistemi telecomandati, e rendere idoneo uno di essi, quello appartenente all'u.o.c. Diagnostica per immagini in cui è stato collocato il Multitom Rax, per l'attività interventistica;
2. di imputare la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto, pari ad € 58.681,47 iva, compresa sul conto economico 5030101014 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI del corrente bilancio;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per immagini, Pronto Soccorso;
4. di pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALL'INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RADIOLOGIA DIGITALE. CIG[8454567167].

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €58.681,47

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5030101014 - Manutenzione ordinaria immobili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 30/09/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri