



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 76 del 01/02/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120, ART.1 COMMA 2 LETTERA A), PER LA FORNITURA DI LARINGOSCOPI POLIUSO DOTATI DI LAME PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SALE OPERATORIE - AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120, ART.1 COMMA 2 LETTERA A), PER LA FORNITURA DI LARINGOSCOPI POLIUSO DOTATI DI LAME PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SALE OPERATORIE - AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con nota Prot. n.0001163/i del 13.01.2021 la Responsabile UOSD Sale Operatorie ha trasmesso a questa UOC richiesta per l'acquisto urgente di laringoscopi poliuso con relative lame nelle misure 3-4-5 (allegato 1)
- in data 14.01.2021 e 19.01.2021 è stata richiesta offerta alla Ditta Fazzini (Rivenditore Futura Hospital sas) e alla Ditta Medvet srl (allegato 2-3);

Visto che

- con e-mail del 18.01.2021 e del 19.01.2021 le Ditte interpellate hanno trasmesso la documentazione richiesta (allegato 4-5);
- in data 19.01.2021 si è proceduto a trasmettere le schede tecniche alla Responsabile UOSD Sale Operatorie per il parere di conformità (allegato 6);
- con nota Prot. n.0002387/i del 22.01.2021 la UOSD richiedente ha inoltrato parere di conformità per i prodotti GIMA della Ditta Medvet srl (allegato 7);
- la Ditta Medvet srl ha formulato preventivo per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame come di seguito riportato per un costo complessivo pari ad € 1.322,00 iva esclusa:

n.	Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.%	importo	IVA
1	GIM-34452	SET LARINGO F.O. 3 LAME MC-INTOSH 2-3-4	PZ	6	€ 135,00	0,00	€ 810,00	5%
2	GIM-34474	LAMA F.O. MC-INTOSH N.5 – ADULTI	PZ	6	€ 32,00	0,00	€ 192,00	22%
3	GIM-34473	LAMA F.O. MC-INTOSH N.4 – ADULTI	PZ	10	€ 32,00	0,00	€ 320,00	22%

Visto

- l'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n.120;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, alla Ditta Medvet srl per la fornitura di laringoscopi poliuso con relative lame nelle misure 3-4-5, per un importo complessivo pari ad € 1.322,00 iva esclusa da destinare alla UOSD Sale Operatorie;
2. Imputare la spesa complessiva pari ad € 1.475,14 iva inclusa sul conto economico 5010107010 “dispositivi medici” del bilancio 2021;
3. Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. Prevedere, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;
5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria e alla UOSD Sale Operatorie.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
Dott.ssa Antonietta Costantini

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

13/01/2021 13.12-20210001163



**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione



Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 23111

Direttore Generale Gaetano Gubitosa

e-mail: direzione generale@ospedalecaserta.it - direzione generale@ospedalecaserta.it

**U.O.S.D SALE OPERATORIE
RESP. DOTT.SSA C. GALLO**

Al Direttore UOC Provveditorato
Dott.ssa A. Costantini

Oggetto : Sollecito acquisto laringoscopi

Si sollecita l'acquisto urgente dei laringoscopi poliuso con relative lame nelle misure 3-4-5.
A tal scopo si allega nostra richiesta inoltrata in data 16/12/2019.

Caserta, li 12/01/2021

La Responsabile

Dott. C. Gallo
13324



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Commissario Straordinario Avv. Carmine Marano

UOSD SALE OPERATORIE

RESP.DOTT.SSA C. GALLO

Al Direttore U.O.C. FARMACIA

Dott.ssa A. Dello Stritto

Al Direttore uoc Provveditorato

Dott.ssa A. Costantini

Al capo del dipartimento DEA

Dott. P. De Marinis

OGGETTO: acquisto urgente laringoscopia

Si chiede a carattere d'urgenza l'acquisto di n°6 Kit di laringoscopi polluso dotati di lame mis. 3-4-5 e di ulteriori 10 lame mis. 4. Il presidio è assolutamente necessario per la sicurezza anestesiológica .La mancata fornitura del prodotto potrebbe inficiare le attività operatorie.

Descrizione prodotto: lame per laringoscopia di Macintosh in acciaio inox ,in fibra ottica integrata, sterilizzabili in autoclave, di forma compatta prive di raccordi e vite ,di conduttori esterni e cavità che possono favorire il ristagno di sporco. Compatibili con le norme ISO7376.

Caserta 16/12/2019

Il direttore della UOSD

Dott.ssa Concetta Gallo



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 14.01.2021

A.C.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0001366/U Data: 14/01/2021 12:50
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



*(Future Hospital
Riduzione)*
Ditta Fazzini srl
e-mail: mario@fazzini.it
e-mail: fulvio@fazzini.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire con la massima urgenza, scheda tecnica e migliore offerta comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di "n.6 kit di laringoscopi poliuso dotati di lame mis. 3-4-5 e di ulteriori 10 lame mis.4".

Descrizione prodotto: lame per laringoscopia di Macintosh in acciaio inox, in fibra ottica integrata, sterilizzabili in autoclave, di forma compatta prive di raccordi e vite, di conduttori esterni e cavità che possono favorire il ristagno di sporco. Compatibili con le norme ISO7376.

La consegna dovrà avvenire con la massima urgenza, si invita, pertanto, ad indicare i tempi di consegna.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

U.O.C. Farmacia AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G
Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Antonietta Costantini

Oggetto **Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <mario@fazzini.it>, <fulvio@fazzini.it>
Data 14.01.2021 13:25



- CCF_001045.pdf(~1,4 MB)

Si trasmette in allegato la nota indicata in oggetto,
si resta in attesa di urgente riscontro.
Distinti saluti

UOC Provveditorato ed Economato

Oggetto **Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie - AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Destinatario <info@medvetsrl.it>

Data 19.01.2021 12:32

Priorità Molto alta



OGGETTO:

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire con la massima urgenza, scheda tecnica e migliore offerta comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di "n.6 kit di laringoscopi poliuso dotati di lame mis. 3-4-5 e di ulteriori 10 lame mis.4".

Descrizione prodotto: lame per laringoscopia di Macintosh in acciaio inox, in fibra ottica integrata, sterilizzabili in autoclave, di forma compatta prive di raccordi e vite, di conduttori esterni e cavità che possono favorire il ristagno di sporco. Compatibili con le norme ISO7376.

La consegna dovrà avvenire con la massima urgenza, si invita, pertanto, ad indicare i tempi di consegna.

ALLEGATO N. 4



Oggetto **R: Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie**

Mittente Chiara Sarpa - Futura Hospital Sas
<chiara@futurahospital.it>

Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Cc: **Ciro Carandente** <ciro@futurahospital.it>, **INFO FUTURA HOSPITAL** <info@futurahospital.it>

Data 18.01.2021 17:52

- 100028_100029_100030-100031_100032_IT_scheda tecnica_rev 2_ 02.09.pdf(~406 KB)
- 100065_100034_IT_scheda tecnica_rev 2_ 02.09.pdf(~376 KB)
- laringoscopi 2019.pdf(~80 KB)
- preventivo 22 AZ.OSP.CASERTA_MANICI_LAME FAZZINI.pdf(~600 KB)

Buonasera,
in allegato offerta e relativa documentazione tecnica.

Restiamo a disposizione, cordiali saluti.

Chiara Sarpa
Ufficio Gare
e-mail chiara@futurahospital.it
Mobile +39 366 9209773

Futura Hospital Sas
Via Pio la Torre nr.30/A
80016 Marano di Napoli (Na)
Tel. +39 081 576 25 58 - 081 576 32 26
Fax +39 081 576 05 09
P.Iva 05206041211
NS00:4BX2E61M
SITO WEB: www.futurahospital.it

DEALER

Questa e-mail ed eventuali allegati sono riservati e ad uso esclusivo del/i destinatario/i. Il presente messaggio non può essere copiato, stampato o inoltrato senza preventiva autorizzazione del mittente. L'uso improprio costituisce violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e della segretezza della corrispondenza (art. 616 c.p.). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di cancellarlo insieme ad ogni suo allegato, dandocene immediata notizia.

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

-----Messaggio originale-----

Da: Mario Lucchetti - Fazzini srl [<mailto:mario@fazzini.it>]

Inviato: venerdì 15 gennaio 2021 16:36

A: provveditorato@ospedale.caserta.it

Cc: 'chiara@futurahospital.it'

Oggetto: R: Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie

Ti giro questa richiesta.

Cordiali saluti,

Mario Lucchetti



www.fazzinishop.it

FAZZINI

Your Health is Our Aim

LAME LARINGOSCOPIO MC-INTOSH

FIBRE OTTICHE

COD.100028 lama n.0
COD.100029 lama n.1
COD.100030 lama n. 2
COD.100031 lama n. 3
COD.100032 lama n. 4
COD.100033 lama n. 5

Scheda
Tecnica

100028 |


100029 |

100030 |

100031 |

100032 |

100033 |



DIMENSIONI

CAT	SIZE	A	B	C
100028	0	80mm	60mm	20mm
100029	1	95mm	70mm	25mm
100030	2	115mm	90mm	30mm
100031	3	135mm	110mm	30mm
100032	4	150mm	130mm	30mm
100033	5	180mm	155mm	30mm



CARATTERISTICHE GENERALI

- /// Lame per laringoscopia con illuminazione a fibre ottiche, realizzate in acciaio inox aisi 304 satinato.
- /// La fonte luminosa all'interno del manico semplifica la sterilizzazione delle lame
- /// Tutte le lame ed i manici sono intercambiabili
- /// Contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata
- /// Fornite dalla misura 0-Neonati alla misura 5 - Adulti Large

SPECIFICHE

- /// DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CONFORME AI REQUISITI DIRETTIVA CEE 93/42
Cod.100028 **CLASSIFICAZIONE CND** Z12021003 **REPERTORIO** 251618
Cod.100029 **CLASSIFICAZIONE CND** Z12021003 **REPERTORIO** 251626
Cod.100030 **CLASSIFICAZIONE CND** Z12021003 **REPERTORIO** 251627
Cod.100031 **CLASSIFICAZIONE CND** Z12021003 **REPERTORIO** 251628
Cod.100032 **CLASSIFICAZIONE CND** Z12021003 **REPERTORIO** 251629
Cod.100033 **CLASSIFICAZIONE CND** Z12021003 **REPERTORIO** 251630

Fazzini srl
S.S. Padana Superiore, 317-20090
Vimodrone-Milano-ITALY
Tel 022651521- Fax 0227409242
info@fazzini.it - www.fazzini.it

www.FazziniShop.it

Cod.100028_100029_100030-100031_100032_100033_100034_100035_100036_100037_100038_100039_100040_100041_100042_100043_100044_100045_100046_100047_100048_100049_100050_100051_100052_100053_100054_100055_100056_100057_100058_100059_100060_100061_100062_100063_100064_100065_100066_100067_100068_100069_100070_100071_100072_100073_100074_100075_100076_100077_100078_100079_100080_100081_100082_100083_100084_100085_100086_100087_100088_100089_100090_100091_100092_100093_100094_100095_100096_100097_100098_100099_100100_100101_100102_100103_100104_100105_100106_100107_100108_100109_100110_100111_100112_100113_100114_100115_100116_100117_100118_100119_100120_100121_100122_100123_100124_100125_100126_100127_100128_100129_100130_100131_100132_100133_100134_100135_100136_100137_100138_100139_100140_100141_100142_100143_100144_100145_100146_100147_100148_100149_100150_100151_100152_100153_100154_100155_100156_100157_100158_100159_100160_100161_100162_100163_100164_100165_100166_100167_100168_100169_100170_100171_100172_100173_100174_100175_100176_100177_100178_100179_100180_100181_100182_100183_100184_100185_100186_100187_100188_100189_100190_100191_100192_100193_100194_100195_100196_100197_100198_100199_100200_100201_100202_100203_100204_100205_100206_100207_100208_100209_100210_100211_100212_100213_100214_100215_100216_100217_100218_100219_100220_100221_100222_100223_100224_100225_100226_100227_100228_100229_100230_100231_100232_100233_100234_100235_100236_100237_100238_100239_100240_100241_100242_100243_100244_100245_100246_100247_100248_100249_100250_100251_100252_100253_100254_100255_100256_100257_100258_100259_100260_100261_100262_100263_100264_100265_100266_100267_100268_100269_100270_100271_100272_100273_100274_100275_100276_100277_100278_100279_100280_100281_100282_100283_100284_100285_100286_100287_100288_100289_100290_100291_100292_100293_100294_100295_100296_100297_100298_100299_100300_100301_100302_100303_100304_100305_100306_100307_100308_100309_100310_100311_100312_100313_100314_100315_100316_100317_100318_100319_100320_100321_100322_100323_100324_100325_100326_100327_100328_100329_100330_100331_100332_100333_100334_100335_100336_100337_100338_100339_100340_100341_100342_100343_100344_100345_100346_100347_100348_100349_100350_100351_100352_100353_100354_100355_100356_100357_100358_100359_100360_100361_100362_100363_100364_100365_100366_100367_100368_100369_100370_100371_100372_100373_100374_100375_100376_100377_100378_100379_100380_100381_100382_100383_100384_100385_100386_100387_100388_100389_100390_100391_100392_100393_100394_100395_100396_100397_100398_100399_100400_100401_100402_100403_100404_100405_100406_100407_100408_100409_100410_100411_100412_100413_100414_100415_100416_100417_100418_100419_100420_100421_100422_100423_100424_100425_100426_100427_100428_100429_100430_100431_100432_100433_100434_100435_100436_100437_100438_100439_100440_100441_100442_100443_100444_100445_100446_100447_100448_100449_100450_100451_100452_100453_100454_100455_100456_100457_100458_100459_100460_100461_100462_100463_100464_100465_100466_100467_100468_100469_100470_100471_100472_100473_100474_100475_100476_100477_100478_100479_100480_100481_100482_100483_100484_100485_100486_100487_100488_100489_100490_100491_100492_100493_100494_100495_100496_100497_100498_100499_100500_100501_100502_100503_100504_100505_100506_100507_100508_100509_100510_100511_100512_100513_100514_100515_100516_100517_100518_100519_100520_100521_100522_100523_100524_100525_100526_100527_100528_100529_100530_100531_100532_100533_100534_100535_100536_100537_100538_100539_100540_100541_100542_100543_100544_100545_100546_100547_100548_100549_100550_100551_100552_100553_100554_100555_100556_100557_100558_100559_100560_100561_100562_100563_100564_100565_100566_100567_100568_100569_100570_100571_100572_100573_100574_100575_100576_100577_100578_100579_100580_100581_100582_100583_100584_100585_100586_100587_100588_100589_100590_100591_100592_100593_100594_100595_100596_100597_100598_100599_100600_100601_100602_100603_100604_100605_100606_100607_100608_100609_100610_100611_100612_100613_100614_100615_100616_100617_100618_100619_100620_100621_100622_100623_100624_100625_100626_100627_100628_100629_100630_100631_100632_100633_100634_100635_100636_100637_100638_100639_100640_100641_100642_100643_100644_100645_100646_100647_100648_100649_100650_100651_100652_100653_100654_100655_100656_100657_100658_100659_100660_100661_100662_100663_100664_100665_100666_100667_100668_100669_100670_100671_100672_100673_100674_100675_100676_100677_100678_100679_100680_100681_100682_100683_100684_100685_100686_100687_100688_100689_100690_100691_100692_100693_100694_100695_100696_100697_100698_100699_100700_100701_100702_100703_100704_100705_100706_100707_100708_100709_100710_100711_100712_100713_100714_100715_100716_100717_100718_100719_100720_100721_100722_100723_100724_100725_100726_100727_100728_100729_100730_100731_100732_100733_100734_100735_100736_100737_100738_100739_100740_100741_100742_100743_100744_100745_100746_100747_100748_100749_100750_100751_100752_100753_100754_100755_100756_100757_100758_100759_100760_100761_100762_100763_100764_100765_100766_100767_100768_100769_100770_100771_100772_100773_100774_100775_100776_100777_100778_100779_100780_100781_100782_100783_100784_100785_100786_100787_100788_100789_100790_100791_100792_100793_100794_100795_100796_100797_100798_100799_100800_100801_100802_100803_100804_100805_100806_100807_100808_100809_100810_100811_100812_100813_100814_100815_100816_100817_100818_100819_100820_100821_100822_100823_100824_100825_100826_100827_100828_100829_100830_100831_100832_100833_100834_100835_100836_100837_100838_100839_100840_100841_100842_100843_100844_100845_100846_100847_100848_100849_100850_100851_100852_100853_100854_100855_100856_100857_100858_100859_100860_100861_100862_100863_100864_100865_100866_100867_100868_100869_100870_100871_100872_100873_100874_100875_100876_100877_100878_100879_100880_100881_100882_100883_100884_100885_100886_100887_100888_100889_100890_100891_100892_100893_100894_100895_100896_100897_100898_100899_100900_100901_100902_100903_100904_100905_100906_100907_100908_100909_100910_100911_100912_100913_100914_100915_100916_100917_100918_100919_100920_100921_100922_100923_100924_100925_100926_100927_100928_100929_100930_100931_100932_100933_100934_100935_100936_100937_100938_100939_100940_100941_100942_100943_100944_100945_100946_100947_100948_100949_100950_100951_100952_100953_100954_100955_100956_100957_100958_100959_100960_100961_100962_100963_100964_100965_100966_100967_100968_100969_100970_100971_100972_100973_100974_100975_100976_100977_100978_100979_100980_100981_100982_100983_100984_100985_100986_100987_100988_100989_100990_100991_100992_100993_100994_100995_100996_100997_100998_100999_101000_101001_101002_101003_101004_101005_101006_101007_101008_101009_101010_101011_101012_101013_101014_101015_101016_101017_101018_101019_101020_101021_101022_101023_101024_101025_101026_101027_101028_101029_101030_101031_101032_101033_101034_101035_101036_101037_101038_101039_101040_101041_101042_101043_101044_101045_101046_101047_101048_101049_101050_101051_101052_101053_101054_101055_101056_101057_101058_101059_101060_101061_101062_101063_101064_101065_101066_101067_101068_101069_101070_101071_101072_101073_101074_101075_101076_101077_101078_101079_101080_101081_101082_101083_101084_101085_101086_101087_101088_101089_101090_101091_101092_101093_101094_101095_101096_101097_101098_101099_101100_101101_101102_101103_101104_101105_101106_101107_101108_101109_101110_101111_101112_101113_101114_101115_101116_101117_101118_101119_101120_101121_101122_101123_101124_101125_101126_101127_101128_101129_101130_101131_101132_101133_101134_101135_101136_101137_101138_101139_101140_101141_101142_101143_101144_101145_101146_101147_101148_101149_101150_101151_101152_101153_101154_101155_101156_101157_101158_101159_101160_101161_101162_101163_101164_101165_101166_101167_101168_101169_101170_101171_101172_101173_101174_101175_101176_101177_101178_101179_101180_101181_101182_101183_101184_101185_101186_101187_101188_101189_101190_101191_101192_101193_101194_101195_101196_101197_101198_101199_101200_101201_101202_101203_101204_101205_101206_101207_101208_101209_101210_101211_101212_101213_101214_101215_101216_101217_101218_101219_101220_101221_101222_101223_101224_101225_101226_101227_101228_101229_101230_101231_101232_101233_101234_101235_101236_101237_101238_101239_101240_101241_101242_101243_101244_101245_101246_101247_101248_101249_101250_101251_101252_101253_101254_101255_101256_101257_101258_101259_101260_101261_101262_101263_101264_101265_101266_101267_101268_101269_101270_101271_101272_101273_101274_101275_101276_101277_101278_101279_101280_101281_101282_101283_101284_101285_101286_101287_101288_101289_101290_101291_101292_101293_101294_101295_101296_101297_101298_101299_101300_101301_101302_101303_101304_101305_101306_101307_101308_101309_101310_101311_101312_101313_101314_101315_101316_101317_101318_101319_101320_101321_101322_101323_101324_101325_101326_101327_101328_101329_101330_101331_101332_101333_101334_101335_101336_101337_101338_101339_101340_101341_101342_101343_101344_101345_101346_101347_101348_101349_101350_101351_101352_101353_101354_101355_101356_101357_101358_101359_101360_101361_101362_101363_101364_101365_101366_101367_101368_101369_101370_101371_101372_101373_101374_101375_101376_101377_101378_101379_101380_101381_101382_101383_101384_101385_101386_101387_101388_101389_101390_101391_101392_101393_101394_101395_101396_101397_101398_101399_101400_101401_101402_101403_101404_101405_101406_101407_101408_101409_101410_101411_101412_101413_101414_101415_101416_101417_101418_101419_101420_101421_101422_101423_101424_101425_101426_101427_101428_101429_101430_101431_101432_101433_101434_101435_101436_101437_101438_101439_101440_101441_101442_101443_101444_101445_101446_101447_101448_101449_101450_101451_101452_101453_101454_101455_101456_101457_101458_101459_101460_101461_101462_101463_101464_101465_101466_101467_101468_101469_101470_101471_101472_101473_101474_101475_101476_101477_101478_101479_101480_101481_101482_101483_101484_101485_101486_101487_101488_101489_101490_101491_101492_101493_101494_101495_101496_101497_101498_101499_101500_101501_101502_101503_101504_101505_101506_101507_101508_101509_101510_101511_101512_101513_101514_101515_101516_1015



www.fazzinishop.it

FAZZINI


Your Health is Our Aim

**MANICO PER LARINGOSCOPI
FIBRE OTTICHE**

COD.100065 Pediatrico

COD.100034 Adulti

Scheda
Tecnica



Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Manico porta batteria realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato e zigrinato per un'impugnatura più sicura
- All'interno del manico è situato l'alloggio per la lampadina cui luce viene trasmessa, tramite fibre ottiche, alla parte estrema della lama
- Disponibile nella versione pediatrica con alloggio per due batterie tipo AA 2,5V, oppure nella versione adulti con alloggio per due batterie tipo C 2,5V

SPECIFICHE

- DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CONFORME AI REQUISITI DIRETTIVA CEE 93/42
Cod.100065 **CLASSIFICAZIONE CND Z12021003 REPERTORIO 251620**
Cod.100034 **CLASSIFICAZIONE CND Z12021003 REPERTORIO 251622**

Fazzini srl

S.S Padana Superiore, 317-20090

Vimodrone-Milano-ITALY

Tel 022651521- Fax 0227409242

info@fazzini.it - www.fazzini.it

Cod.100065_100034_IT_Scheda Tecnica_Rev2_02/09

www.FazziniShop.it

SEZIONE 8

01/01/2019 Vimodrone

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CE CONFORMITY
93/42 CEE**

FAZZINI S.R.L dichiara, sotto propria responsabilità, che la famiglia di dispositivi medici di Classe 1 descritti qui di seguito

FAZZINI S.R.L. declare under its own responsibility that the family of products below listed is of Class 1

LARINGOSCOPI / LARYNGOSCOPES

a cui questa dichiarazione si riferisce/ to which this declaration refers

Sono conformi ai Requisiti Essenziali (allegato 1) e alle prescrizioni della Direttiva 93/42 CEE e 2007/47/CE. Soddisfano i requisiti della norma UNI CEI EN ISO 14971.

They satisfy all the requirements as per annex 1 to 93/42/CEE and 2007/47/EC and requirements of UNI CEI EN ISO 14971.

Sono assoggettati alle procedure stabilite nell'Allegato VII della Direttiva 93/42 CEE

They follow the procedure of annex VII of 93/42/CEE standards

Fazzini S.R.L.
Gianluca Maletti
General Manager

MEDICAL DEVICE/DISPOSITIVO MEDICO	ARTICOLO /CODE
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SIZE 0/LARINGOSCOPIO MC-INTOSH MIS.0	100012
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SIZE 1/ LARINGOSCOPIO MC-INTOSH MIS.1	100013
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SIZE 2/LARINGOSCOPIO MC-INTOSH MIS.2	100014
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SIZE 3/LARINGOSCOPIO MC-INTOSH MIS.3	100015
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SIZE 4/LARINGOSCOPIO MC-INTOSH MIS.4	100016
LARYNGOSCOPE HANDLE FOR ADULT/MANICO PER LARINGOSCOPIO ADULTO	100017
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE SIZE 5/LARINGOSCOPIO MC-INTOSH MIS.5	100018
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 0 /LARINGOSCOPIO MC-INTOSH FIBRA OTTICA MIS. 0	100028
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 1 /LARINGOSCOPIO MC-INTOSH FIBRA OTTICA MIS.1	100029
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 2 /LARINGOSCOPIO MC-INTOSH FIBRA OTTICA MIS.2	100030
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 3 /LARINGOSCOPIO MC-INTOSH FIBRA OTTICA MIS.3	100031
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 4 /LARINGOSCOPIO MC-INTOSH FIBRA OTTICA MIS.4	100032
MC-INTOSH LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 5 /LARINGOSCOPIO MC-INTOSH FIBRA OTTICA MIS.5	100033
LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC HANDLE FOR ADULT /MANICO LARINGOSCOPIO FIBRA OTTICA ADULTO	100034
LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC HALOGEN BULB / LAMPADINA A FIBRA OTTICA PER LARINGOSCOPIO	100039
LARYNGOSCOPE HANDLE FOR CHILD/MANICO PER LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	100007
MILLER LARYNGOSCOPE SIZE 0/ LARINGOSCOPIO MILLER MIS.0	100008
MILLER LARYNGOSCOPE SIZE 1/ LARINGOSCOPIO MILLER MIS.1	100009
MILLER LARYNGOSCOPE SIZE 2/ LARINGOSCOPIO MILLER MIS.2	100010
MILLER LARYNGOSCOPE SIZE 3/ LARINGOSCOPIO MILLER MIS.3	100011
MILLER LARINGOSCOPE SET / SET LARINGOSCOPIO MILLER	100022
MILLER LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 00/ LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA MIS. 00	100059
MILLER LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 0 / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA MIS. 0	100060
MILLER LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 1 / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA MIS. 1	100061
MILLER LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 2 / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA MIS. 2	100062
MILLER LARYNGOSCOPE FIBRE-OPTIC SIZE 3 / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA MIS. 3	100063
LARYNGOSCOPE HANDLE FOR CHILD (FIBRE-OPTIC) /MANICO PER LARINGOSCOPIO PEDIATRICO (FIBRA-OTTICA)	100065
SPARE LIGHT FOR SIZE 1/2/3/4 /LAMPADINA MIS.1/2/3/4	100005
SPARE LIGHT FOR SIZE 0 /LAMPADINA MIS.0	100006
SET MC-INTOSH/MC INTOSH SET	100024
SET MC-INTOSH/MC INTOSH SET	100025
SET MC-INTOSH/MC INTOSH SET	100026
SET MC-INTOSH/MC INTOSH SET	100027
MC-INTOSH SET FIBRE-OPTIC / SET MC-INTOSH FIBRA OTTICA	100035
MC-INTOSH SET FIBRE-OPTIC / SET MC-INTOSH FIBRA OTTICA	100036
MC-INTOSH SET FIBRE-OPTIC / SET MC-INTOSH FIBRA OTTICA	100037
MC-INTOSH SET FIBRE-OPTIC / SET MC-INTOSH FIBRA OTTICA	100038
SET MILLER FIBRE-OPTIC / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA	100070
SET MILLER FIBRE-OPTIC / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA	100071
SET MILLER FIBRE-OPTIC / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA	100072
SET MILLER FIBRE-OPTIC / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA	100073
SET MILLER FIBRE-OPTIC / LARINGOSCOPIO MILLER A FIBRA OTTICA	100074
MILLER LARYNGOSCOPE SIZE 00 / LARINGOSCOPIO MILLER MIS.00	1000075

FUTURA

Futura Hospital s.a.s

di Carandente Ciro

Via Pio La Torre 30/A - 80016 Marano di Napoli (NA)

info@futurahospital.it - info@pec.futurahospital.it

Tel.+39 081.5763226 - +39 081.5762558 - Fax +39 081.5760509

PARTITA IVA IT 05206041211 - www.futurahospital.it



Spett.

A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

VIA TESCIONE/F. PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

Tel.

Destinazione merce

MI-MAGAZZINO BENI DA INVENTARIARE

VIA TESCIONE/F. PALASCIANO

81100 CASERTA

CE

Numero documento

Data documento

Pag.

1

22 / 2021

18-01-2021

Tipo documento	Cod. cliente	Partita Iva / Codice Fiscale	Valuta	Dep.
PREVENTIVO	0000009	IT 02201130610	Euro	00
Nostre Coordinate Bancarie	Banca	Pagamento		
IBAN: IT12A0200839951000010555369	UNICREDIT BANCA	BONIFICO BANCARIO 60 GG. D.F		
Validità Offerta: 180GG DATA OFFERTA	Data consegna: 15/20 GG.DATA ORDINE	Porto:FRANCO VS. SEDE		

Articolo	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconti	Totale	C.iva
	UNIVOCO 551B2G						
100031	MC INTOSH LARINGOSCOPIO F.O. LAMA 3	PZ	6,00	28,56000	5,00	162,79	55
100032	MC INTOSH LARINGOSCOPIO F.O. LAMA 4	PZ	6,00	28,56000	5,00	162,79	55
100033	MC INTOSH LARINGOSCOPIO F.O. LAMA 5	PZ	6,00	28,56000	5,00	162,79	55
100034	MANICO FIBRE OTTICHE ADULTI	PZ	6,00	36,00000	5,00	205,20	55
100050	ASTUCCIO PER LARINGOSCOPIO	PZ	6,00	4,60000	5,00	26,22	55
100032	MC INTOSH LARINGOSCOPIO F.O. LAMA 4	PZ	10,00	28,56000	5,00	271,32	55
	GARANZIA 12 MESI STANDARD.						
	CONSEGNA IN 15 GG. DATA ORDINE						
	PER ORDINE RICEVUTO ENTRO						
	IL 21/01/2021.						

Totale merce	Sconti	Netto merce	Spese incasso	Spese di Trasporto	Totale imponibile	Totale imposta
991,11		991,11			991,11	49,56
Riepiloghi iva						Bolli
C.iva	Spese accessorie	Imponibile	% iva	Imposta		
55		991,11	5,00	49,56	Totale documento	
					1.040,67	
					Omaggio	

Note

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Premessa

Le presenti condizioni di vendita si applicano in esclusiva ad ogni transazione di vendita operata fra venditore ed acquirente. Il venditore non riconosce eventuali condizioni dell'acquirente contrarie o diverse dalle presenti condizioni di vendita fatta salva l'ipotesi in cui il primo ne approvi espressamente e per iscritto la loro applicazione. Deroghe alle presenti condizioni possono essere anche richieste dalla FUTURA HOSPITAL S.a.s. mediante formalizzazione sui documenti di offerta. Le presenti condizioni di vendita si applicano esclusivamente alla vendita di soggetti dotati di partita IVA o comunque di soggetti non rientranti nella disciplina del Codice del Consumo.

2) Stipula del contratto

Le offerte del venditore non sono vincolanti in termini di prezzo, quantità, termini e possibilità di fornitura. Eventuali ordini assumo carattere vincolante per il venditore solo previa conferma scritta ovvero con la relativa fornitura.

3) Tempi di fornitura

I tempi di fornitura saranno forniti direttamente in offerta e confermati in sede di Conferma d'Ordine della Futura Hospital S.a.s..

4) Restituzione dei prodotti

Non è prevista la restituzione dei prodotti acquistati salvo espressa autorizzazione della FUTURA HOSPITAL S.a.s.

5) Prezzi

I prezzi si intendono al netto di IVA e possono comprendere o meno i costi di consegna così come riportato nella singola offerta.

6) Garanzia

La Garanzia sui prodotti è quella che il produttore riconosce alla FUTURA HOSPITAL S.a.s. salvo diverse condizioni riportate nell'offerta. La Garanzia non copre comunque difetti derivanti da uso ad utilizzo non conforme ai manuali d'uso. La Garanzia non copre inoltre il materiale soggetto ad usura e consumo.

7) Foro Competente

Il Foro competente in caso di controversie è il foro di Napoli.

8) Dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 la società comunica che la società FUTURA HOSPITAL S.a.s. si limita al trattamento di dati personali di clienti, fornitori e altri soggetti che abbiano volutamente trasmesso (telefonicamente, via fax o e-mail) al suo ufficio vendite le proprie generalità nonché di persone i cui dati siano stati ripresi da terzi, ad esempio nella raccolta di dati esterni per informazioni commerciali, registri pubblici ecc. laddove tuttavia, nel secondo caso, si abbiano ad intendere solo ed esclusivamente dati personali di genere e natura comune/abituale. La società FUTURA HOSPITAL S.a.s. garantisce nell'ambito delle disposizioni di legge che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati con particolare riguardo per la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali.

ALLEGATO N. 5



Oggetto **R: Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie - AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

Mittente INFO MEDVET <info@medvetsrl.it>

Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>

Rispondi a <info@medvetsrl.it>

Data 19.01.2021 12:53

- PREVENTIVO - NP59 DEL 19-01-2021 - ASL CASERTA.PDF(~74 KB)
- gim-34473.pdf(~86 KB)
- gim-34474.pdf(~88 KB)
- gim-34452.pdf(~96 KB)

Buongiorno,
in allegato nostro preventivo e schede tecniche.

Gli articoli non sono disponibili a magazzino ma ordinabili. Tempi di consegna 7/10 gg d.o.

Cordiali saluti

Viviana

Piazza G.B. Tedesco, 23 - Taranto
Tel. +39 099 4725695
Cell./WhatsApp +39 329 9040192
P.Iva. 02367210735
E-mail. info@medvetsrl.it - ordini@medvetsrl.it
PEC. medvetsrl@pec.it
SDI KRRH6B9
Sito web. www.medvetsrl.it
Instagram medvetsrl
www.facebook.com/medvetsrl

Partecipate alla protezione dell'ambiente! Stampate questo messaggio solo in caso di necessità

-----Messaggio originale-----

Da: provveditorato@ospedale.caserta.it [mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it]
Inviato: martedì 19 gennaio 2021 12:32

A: info@medvetsrl.it

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di laringoscopi poliuso dotati di lame per le esigenze della UOSD Sale Operatorie - AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Priorità: Alta

OGGETTO:

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare, e far pervenire con la massima urgenza, scheda tecnica e migliore offerta comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di "n.6 kit di laringoscopi poliuso dotati di lame mis. 3-4-5 e di ulteriori 10 lame mis.4".

Descrizione prodotto: lame per laringoscopia di Macintosh in acciaio inox, in fibra ottica integrata, sterilizzabili in autoclave, di forma compatta prive di raccordi e vite, di conduttori esterni e cavità che possono favorire il ristagno di sporco. Compatibili con le norme ISO7376.

La consegna dovrà avvenire con la massima urgenza, si invita, pertanto, ad indicare i tempi di consegna.

Articoli e apparecchi medicali
 Piazza G.B. Tedesco, n. 23 74123 TARANTO

Tel: 099.4725695 Fax: 099.4729406

E-Mail: info@medvetsrl.it

www.medvetsrl.it

C.F. - P.Iva: 02367210735

Spett. le
ASL CASERTA
 VIA UNITA' ITALIANA, 28
 81100 CASERTA CE

Preventivo Nr. / 59 Data 19/01/2021

Foglio n° 1

Vs. Riferimento:

GG. Validità: 30

Consegna:

Trasporto: Mittente

Iva Vs. Carico **Pagamento:** RIMESSA DIRETTA

n. Codice	Descrizione Articolo	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sc.%	Importo	IVA
1 GIM-34452	SET LARINGO F.O. 3 LAME MC-INTOSH 2-3-4	PZ	6	135,0000	0,00	810,00	5
2 GIM-34474	LAMA F.O. MC INTOSH N.5 - ADULTI	PZ	6	32,0000	0,00	192,00	22
3 GIM-34473	LAMA F.O. MC-INTOSH N.4 - ADULTO	PZ	10	32,0000	0,00	320,00	22

Totale Imponibile: 1.322,00
Totale Imposta: 153,14
Totale Documento: 1.475,14



GIMA

LAMA F.O. MC-INTOSH N. 4 - adulto/large

Codice: 34473
Categoria: Lame e manici FO
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 151975
CND: Z12021003
EAN13: 8023279344738



Descrizione: LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN" - fornite con guida luce per fibra ottica amovibile

Mc INTOSH N° 4 lama - adulti large

LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame non magnetiche



GIMA

LAMA F.O. MC-INTOSH N. 5 - adulto/X-large

Codice: 34474
Categoria: Lame e manici FO
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 151975
CND: Z12021003
EAN13: 8023279344745



Descrizione: LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN" - fornite con guida luce per fibra ottica amovibile

Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large

LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame non magnetiche



GIMA

SET F.O. ADULTI 3 LAME MC-INTOSH 2-3-4

Codice: 34452
Categoria: Set laringoscopi FO
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1818344
CND: Z12021003
EAN13: 8023279344523



Descrizione: SET F.O. XENON/ALOGENO GIMA GREEN - 2,5 V

• Set adulti (3 lame Mc Intosh 2-3-4)

- laringoscopi F.O. che offrono una luce fredda brillante
- lame a fibra ottica Gima Green con fibra staccabile
- manico ricaricabile con lampadina xenon/alogeno
- manico ricaricabile 2,5 V (batteria non inclusa)
- il manico ricaricabile da 2,5 V può essere usato con batterie ricaricabili o alcaline. I manici ricaricabili devono essere usati con la base di ricarica 31542 (non inclusa)
- lame non magnetiche

ALLEGATO N...⁶

Oggetto **schede tecniche laringoscopi**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <anestesia1@ospedale.caserta.it>
Data 19.01.2021 13:22



-
- Scheda tecnica laringoscopi Ditta Futura Hospital.pdf(~462 KB)
 - Scheda tecnica laringoscopi Ditta Medvet.pdf(~192 KB)
-

si trasmettono in allegato schede tecniche della ditta Medvet e ditta Futura Hospital, per valutazione.

UOC Provveditorato ed Economato

GIMA GREEN - XENON

**GIMA****LAMA F.O. MC-INTOSH N. 5 - adulto/X-large**

Codice: 34474
 Categoria: Lame e manici FO
 Unità di vendita: 1 pz.
 Quantitativi minimi: 1
 Dispositivo: Dispositivo medico
 Classe: I
 NSIS: 151975
 CND: 212021003
 EAN13: 8023279344745



Descrizione: LAME FIBRE OTTICHE "GIMA GREEN" - fornite con guida luce per fibra ottica amovibile

Mc INTOSH N° 5 lama - adulti x-large

LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2,5 e 3,5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2,5 e 3,5 V
- i manici da 2,5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame non magnetiche

Conforme
efell



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120, ART.1 COMMA 2 LETTERA A),
PER LA FORNITURA DI LARINGOSCOPI POLIUSO DOTATI DI LAME PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SALE
OPERATORIE - AORN S.ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA.**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.475,14

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/01/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri