



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 7 del 05/01/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTO N.89 DITTA INNOMED SRL - FORNITURA PRODOTTI PER OSTEOSINTESI PER LA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 05/01/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** AFFIANCAMENTO PRODOTTI LOTTO N.89 DITTA INNOMED SRL - FORNITURA PRODOTTI PER OSTEOSINTESI PER LA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che**

- con deliberazioni n.375/2013, n.547/2013 e n.769/2013 è stata aggiudicata la fornitura di prodotti per Osteosintesi per l'UOC Ortopedia e Traumatologia sino al 30.08.2015 e con successivi provvedimenti, da ultimo con la deliberazione n.103 del 24.07.2020 è stata disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei relativi contratti sino al 31.01.2021;
- con nota protocollo 38191 del 23.12.2020 l'UOC Farmacia ha trasmesso a questa Direzione *"l'affiancamento dei prodotti"* proposto dalla Ditta Innomed Srl, nella specie quelli inclusi *nel lotto n.89* della gara in oggetto (allegato 1);
- l'UOC Farmacia nella suddetta nota ha trasmesso parere favorevole espresso dal Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia

**Considerato che**

- l'affiancamento relativo al lotto n.89 relativo alla "Fornitura materiale per Osteosintesi" non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariato l'importo contrattuale così come da comunicazione della ditta Innomed Srl;

**Ritenuto**

- pertanto, di poter autorizzare l'affiancamento prodotti, come proposto dalla ditta Innomed Srl, relativamente al lotto n.89 incluso nella fornitura di materiale per osteosintesi precedentemente aggiudicatale, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia;
- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia;

**DETERMINA**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

1. autorizzare l'affiancamento prodotti, come proposto dalla ditta Innomed Srl , relativamente al lotto n.89 inclusi nella fornitura di materiale per osteosintesi precedentemente aggiudicatale;
2. di prendere atto del parere favorevole del Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia in merito al suddetto affiancamento;
3. di dare atto che l'affiancamento prodotti non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariato l'importo contrattuale unitario e complessivo;
4. di notificare copia del presente provvedimento alla ditta Innomed Srl;
5. di confermare Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Anna Dello Stritto;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. Farmacia Ospedaliera e Ortopedia e Traumatologia;

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dr.ssa Antonietta Costantini**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*




**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



\*23/12/2020 10.32-20200038191\*



1  
ALLEGATO N.....

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.C. Farmacia

Caserta, 22/12/2020

Al Direttore U.O.C.  
Provveditorato ed Economato

**OGGETTO: Ampliamento lotto 89 ditta Innomed.**

Si trasmette, in allegato alla presente, il parere favorevole espresso dal Direttore della U.O.C. Ortopedia, relativamente alla proposta della ditta Innomed di affiancamento prodotti lotto 89 inclusi nella fornitura di materiale per osteosintesi (gara 4149088).

Tanto al fine di consentirvi di procedere per quanto di competenza.

Si resta in attesa di riscontro.

Direttore U.O.C. Farmacia  
Dott.ssa Anna Dello Stritto

22/12/2020

T. me  
C. me





A.O.R.N.  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
CASERTA



UOC Farmacia

Al Direttore UOC ORTOPEDIA

**Oggetto: Comunicazione Affiancamento lotto 89 ditta Innomed**

Si trasmette comunicazione della ditta Innomed relativa a quanto indicato in oggetto, e si chiede cortesemente vostro parere in merito alla possibilità di affiancamento.

Pertanto si resta in attesa di un vostro riscontro in merito.

All. n. 4

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. dello Stritto

22/12/2020 per l'opinione favorevole

A.O. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Dott. Gaetano Bruno  
CE 004475



SPETT.LE

AORN Sant'Anna e San Sebastiano

Via Palasciano

81100 CASERTA

Oggetto: P.A. di fornitura di materiale per osteosintesi Gara 4149088.

In riferimento a quanto in oggetto vogliate cortesemente prendere nota che, in merito al lotto 89 aggiudicato nella suddetta gara, sono disponibili ulteriori configurazioni del sistema miros, e che si è disposti a fornirli alle medesime condizioni e prezzi di gara.

In particolare:

Cod. MS21215300 offerta tipo 1;

Si allega scheda tecnica.

L'occasione ci è gradita per porgerVi i ns. distinti saluti.

Portici, 18 Dicembre 2020

INNOMED s.r.l.

L'Amministratore





# SCHEDA TECNICA

MS 21215300 - CND P091299 - REP 291651/R

Nome Commerciale: **MIROS**


Codice attribuito dal  
fabbricante/REF N°: **MS21215300**

Descrizione:



MIROS® è un Sistema non invasivo di osteosintesi endomido inserimento prossimo-distale per fratture del collo dei metacarpi. La clip è realizzata in Ergal EN7075 ed acciaio Inox AISI 304. I fili sono realizzati in 316 Lvm conforme alla norma ISO 5832-1. Il kit di stabilizzazione delle fratture è caratterizzato dalla possibilità di utilizzare fili in acciaio, montato in diverse configurazioni di stabilizzazione da uno strumentario dedicato. Ogni confezione di MIROS® contiene la clip ed il set di fili per realizzare la sintesi elastica della frattura che si desidera trattare. Biomeccanicamente la sintesi elastica produce una riduzione interna, buona riduzione anatomica, stabilità alle forze

Composizione del kit:



**Il kit è costituito dai seguenti dispositivi medici:**

- Clip Ø 12 blocca contemporaneamente
- 4 fili Ø 1,5 mm - lunghezza 300mm - orientabili a 360° ad inserimento laterale a scatto.

Set sterile completo di tutti gli accessori. Tali accessori sono confezionati insieme in doppia busta e forniti sterili mono uso MS21215300. Il kit è disponibile per trattare fratture di metacarpi, falangi, o polsi in pediatria. Questo kit consente di ottenere il contenimento delle seguenti fratture: sottocapitate, trasverse, oblique articolare frt di Bennet 1° metacarpo, frt di Rolando.

La scelta di un modello piuttosto che dell'altro dipenderà dalla grandezza del canale endomidollare, dal segmento interessato e dalla tipologia della frattura da trattare.

Vantaggi legati all'  
utilizzo del Sistema  
Miros®:

**Vantaggi Pre-operatori:**

- Intervento da inquadrare come chirurgia minore-media, neppure l'apertura cutanea è prevista
- Minori perdite ematiche intraoperatorie, nessun bisogno di drenare la presenza di sacche di sangue per una eventuale trasfusione
- Quindi una minore preparazione pianificata rispetto ad un intervento di osteosintesi con viti e placche



# SCHEDA TECNICA

MS 21215300 - CND P091299 - REP 291651/R

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vantaggi legati all' utilizzo del Sistema Miros®: | <p><b>Significativi Vantaggi Intra-operatori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Miros® è un Sistema non invasivo</li><li>• Economiche e di Risorse Umane : un Chirurgo e un Infermiero</li><li>• Campo operatorio ridotto, non avendo necessità di utilizzare parte degli strumentari</li><li>• Gli accessori e gli strumenti chirurgici tradizionali non sono necessari</li><li>• Risparmio del consumabile, garze, bisturi elettrici, aspiratore chirurgico, fili di sutura, suturatrice meccanica</li><li>• Riduzione dei tempi operatori necessari a qualsiasi altro sistema</li></ul> <p><b>Significativi Vantaggi Post-operatori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ridotto soggiorno in H, possibile dimissione del paziente stessa giornata se operato in mattinata</li><li>• Mobilizzazione precoce</li><li>• Non necessità di alcun gesso</li><li>• Una medicazione di controllo ogni 10 giorni</li><li>• Rimozione del Sistema Miros® ambulatoriale - <u>nessun</u></li><li>• Riduzione dei tempi di fisioterapia</li><li>• Controllo radiografico a 30gg dall'intervento, anche se questo è a discrezione del Chirurgo.</li></ul> |
| Fabbricante:                                      | <p>Europa Trading srl<br/>Dipartimento TECHNOVARE<br/>Via le Fosse 16,<br/>03012 Anagni (FR) - Italia</p> <p><b>CE</b>0123</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe del dispositivo medico:                    | <p>Secondo la Direttiva 93/42/CEE : Il kit è un dispositivo in classe IIb</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Confezionamento e Sterilizzazione                 | <p>Confezionato, doppia busta, sterilizzato per irraggiamento con raggi ionizzanti, etichettato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conservazione:                                    | <p>Il kit MIROS® deve essere conservato in ambiente pulito.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# SCHEDA TECNICA

MS 21215300 - CND P091299 - REP 291651/R

Codice CND:

CND P091299

Codice GMDN:

Numero di repertorio

291651/R

Latex Free

In nessuna delle fasi di produzione, di controllo e di confezio  
i dispositivi medici di fabbricazione TECHNOVARE vengono a  
con molecole di lattice.

Certificato CE

G1 14 09 70387 007, scadenza 2019-10-21