
Determina Dirigenziale N. 605 del 02/08/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Fornitura di n.15 sedie a rotelle e n.15 barelle per la UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza – Pronto Soccorso dell’AORN “Sant’Anna e S. Sebastiano” di Caserta - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 02/08/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Fornitura di n.15 sedie a rotelle e n.15 barelle per la UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza – Pronto Soccorso dell’AORN “Sant’Anna e S. Sebastiano” di Caserta - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- il Direttore della UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza – Pronto Soccorso , Dott. Diego Paternosto, con le allegate note (Prot. n. 15236/i del 12/05/2022 e n.17443/i del 06/06/2022 - allegati nn.1 e 2), indirizzate tra l’altro alla UOC Provveditorato – Economato, ha chiesto l’acquisto urgente di n.15 sedie a rotelle e n.15 barelle, segnalando – relativamente quest’ultima tipologia di beni - la necessità di approvvigionarsi “*in considerazione dell’incipiente sovraffollamento di questa UOC...*”;
- il Direttore Sanitario Aziendale, con glossa dell’ 08/06/2022 ed apposta sulla nota Prot. 17443/i -2022 (allegato n.2 bis) , ha autorizzato l’acquisto delle barelle;
- in pari data, il Direttore della UOC OPSOS, Dott. Mario Massimo Mensorio, con nota Prot. 17770/i (allegato n.3) ha espresso “*parere favorevole*” in merito alle acquisizioni a farsi, avendone il Direttore della Struttura richiedente confermato la necessità;
- al fine di disporre delle specifiche concernenti i beni in questione, la UOC OPSOS - su impulso del Servizio scrivente - ha trasmesso le caratteristiche delle sedie a rotelle e delle barelle, qui espressamente richiamate e trascritte (Prot. n. 18679 - allegato n.4), risultando rivisitate per le sole barelle le specifiche inizialmente riportate nella succitata nota Prot. n.17443/i - 2022 (allegato n.1);

RILEVATO CHE

- in data 20/06/2022, con Prot. gen. n. 18964 (allegato n.5), è stato richiesto - tramite posta certificata - a n.7 Ditte, sottoelencate ed operanti nel settore, di produrre offerta con la massima urgenza:
Ditte PAM MOBILITY, NETCOM INDUSTRY SRL, GM MEDICA, MIS MEDICAL SRL, MEDICAL CARE PROJECT SRL., CAM HOSPITAL SRL e GIVAS ;
- hanno riscontrato l’invito le Ditte GIVAS, GM MEDICA, MEDICAL CARE PROJECT SRL, MIS MEDICAL SRL e PAM MOBILITY , come di seguito dettagliato:
 - a) fornitura di n. 15 barelle - Ditte offerenti GM MEDICA, HILL – ROM, MIS MEDICAL Srl., L.P.PHARM e GIVAS Srl. (pure agli atti);
 - b) fornitura di n.15 sedie a rotelle – Ditte offerenti L.P PHARM e GM MEDICA (pure agli atti) ;
- le Ditte L.P.PHARM Srl, HILL – ROM e GM MEDICA hanno prodotto offerta, quali rivenditori autorizzati rispettivamente delle Ditte PAM MOBILITY Srl, MEDICAL CARE

Determinazione Dirigenziale

PROJECT SRL e MALVESTIO dei prodotti in questione, come risulta dalle relative comunicazioni acquisite a mezzo pec (agli atti) ;

CONSIDERATO CHE

- al fine di salvaguardare il corretto prosieguo dell’istruttoria, questa UOC ha rimesso al Direttore della Struttura richiedente le schede tecniche riferite alle suindicate offerte per la prescritta verifica di conformità (allegato n.6 del 27/06/2022 e n. 6 bis del 20/07/2022) ;
- il Direttore interpellato, in riscontro, con mail del 21/07/2022 (allegato n. 7), ha comunicato le risultanze della verifica effettuata, sotto elencate:

a) **n. 15 barelle**

Ditta LP PHARMA SRL “Conforme” ;
Ditta MIS MEDICAL SRL “Conforme” ;
Ditta GIVAS - “ Conforme” ;
Ditta HILL - ROM - “Conforme” ;
Ditta GM MEDICA - “Conforme”

b) **n.15 sedie a rotelle**

Ditta GM MEDICA - “Sedia GRAZIA” - Conforme;
Ditta LP PHARMA SRL - Sedia 787 BARIATRIC” - “Non Conforme” , attesa la motivazione apposta sulla relativa scheda tecnica, qui richiamata e trascritta;

VISTI

- l’art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
- l’art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO pertanto di affidare ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i., le forniture in questione, individuate secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme, destinate alla UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza Pronto Soccorso di quest’AORN, come sotto specificato:

- A) n. 15 barelle alla Ditta MIS MEDICAL SRL, secondo la configurazione descritta in offerta (allegato n. 8) e per l’ importo complessivo di €. 26.736,75 Iva esclusa al 22% (importo unitario €. 1.782,45 Iva esclusa al 22%) ;
- B) n. 15 sedie a rotelle alla Ditta GM MEDICA, secondo la configurazione descritta in offerta (allegato n. 9) e per l’ importo complessivo di €. 5.762,70 Iva esclusa al 22% (importo unitario €. 384,18 Iva esclusa al 22%);

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

I - DI AFFIDARE ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. , le forniture in questione, individuate secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme,

Determinazione Dirigenziale

destinate alla UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza Pronto Soccorso di quest’AORN, come sotto specificato:

- A) n. 15 barelle alla Ditta MIS MEDICAL SRL, secondo la configurazione descritta in offerta (allegato n. 8) e per l’ importo complessivo di €. 26.736,75 Iva esclusa al 22% (importo unitario €. 1.782,45 Iva esclusa al 22%) ;
- B) n. 15 sedie a rotelle alla Ditta GM MEDICA, secondo la configurazione descritta in offerta (allegato n. 9) e per l’ importo complessivo di €. 5.762,70 Iva esclusa al 22% (importo unitario €. 384,18 Iva esclusa al 22%);

II - DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad €. 39.649,32 Iva inclusa al 22% sul conto economico n. 1010204010 “attrezzature sanitarie” relativo al bilancio 2022;

III – DI INSERIRE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

IV – DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

V- DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore della UOC OPSOS o suo delegato;

VI – DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria, OPSOS e Medicina e Chirurgia d’Urgenza Pronto Soccorso

IL DIRETTORE f.f.
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

o San Sebastiano
di riferimento
e di alta specializzazione

U.O.C. PRONTO SOCCORSO ACCETTAZIONE POLISPECIALISTICA
O.B.I.

Caserta (81100) - via F. Palasciano - tel. 0823/232111 - 232120 - e-mail: pronto.soccorso@ospedale.caserta.it

Alla Direzione Sanitaria

All'U.O.C Provveditorato

Oggetto acquisto urgente sedie a rotelle

Si richiede con urgenza acquisto di n 15 sedie a rotelle.

Il Direttore
Dott. Diego Paternosto

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza
Pronto Soccorso
Centro di Costo BOB0107

Allegato 2

Caserata 06/06/2022

Dott. Diego Pannosato

1. maniglioni tiro/spinta in tubo d'acciaio a sezione tonda
 2. piano paziente rigido con schienale incinabili e possibilità di posizionamento in trenelemburgo e anti trenelemburgo
 3. sponde laterali ribaltabili in tubo d'acciaio
 4. n.4 ruote piroettanti con freni indipendenti su due ruote
 5. altezza regolabile tramite pistone oleodinamico comandato a pedale
 6. portata massima in sicurezza 160kg
 7. inserimento asta portafredo
- In considerazione dell'incipiente sovrappiombamento di questa U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza PRONTO SOCCORSO , che con notevole frequenza determina la necessità di reperire barelle in altre UU.OO. di quest'azienda con i relativi prevedibili disagi da essa derivante, si richiede l'acquisto di almeno n.15 (quindici) barelle dotate delle seguenti caratteristiche:

OGGETTO : richiesta acquisto urgente barelle.

ALLA DIREZIONE SANITARIA

ALL, O.P.S.O.S.

ALL, U.O. PROVVEDITORATO

**Sant'Anna
e San Sebastiano**
di Giacomo Scaramella
e Gianni Agnelli

**U.O.C. PRONTO SOCCORSO ACCETTAZIONE POLISPECIALISTICA
O.B.I.**

Caserta (81100) - via F. Palasciano - tel. 0823/232111 - 232120 - e-mail: pronto soccorso@ospedale.caserta.it

ALL' U.O. PROVVEDITORATO

ALL' O.P.S.O.S.

ALLA DIREZIONE SANITARIA

OGGETTO : richiesta acquisto urgente barelle.


In considerazione dell'incipiente sovraffollamento di questa U.O.C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza PRONTO SOCCORSO , che con notevole frequenza determina la necessità di reperire barelle in altre UU.OO. di quest'azienda con i relativi prevedibili disagi da essa derivante, si richiede l'acquisto di almeno n.15 (quindici) barelle dotate delle seguenti caratteristiche:

1. maniglioni tiro/spinta in tubo d'acciaio a sezione tonda
 2. piano paziente rigido con schienale inclinabile e possibilità di posizionamento in trendellemberg e anti trendellemberg
 3. sponde laterali ribaltabili in tubo d'acciaio
 4. n.4 ruote piroettanti con freni indipendenti su due ruote
 5. altezza regolabile tramite pistone oleodinamico comandato a pedale
 6. portata massima in sicurezza 160kg
 7. inserimento aste portaflebo

Caserta 06/06/2022

D. Diego Parathosic

UDC Atene Generali - Ufficio Protocollo Generale - Prot 001/143/1 del 06/06/2022 11:27, Registrato da: Udc Pronoto Soccorso, Accettazione E Observazione breve



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Al Direttore UOC Provveditorato ed Economato

E p.c. Al Direttore UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza

Oggetto: caratteristiche sedie a rotelle e barelle per UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza.

Ad integrazione della nota prot. 17770/i del 08/06/2022 e così come richiesto dalla S.V. con nota prot. 18453/i del 15/06/2022, si trasmettono le caratteristiche fondamentali per l’acquisto di sedie a rotelle e barelle.

Numero 15 sedie a rotelle con le seguenti caratteristiche:

- carrozzeria con telaio rigido in acciaio cromato;
- similpelle lavabile;
- schienale alto ad inclinazione variabile con sistema di manovra autonomo;
- vaschetta w.c. estraibile;
- pedane regolabili in altezza, alzagambe sollevabili ad inclinazione variabile;
- due ruote grandi posteriori a gommatura pneumatica con freni e due ruote anteriori piccole piroettanti;
- colore vivace preferibilmente rosso;
- portata circa Kg. 150.

Numero 15 barelle con le seguenti caratteristiche:

- barelle a due sezioni ad altezza variabile;
- struttura realizzata in acciaio verniciato;
- basamento a quattro ruote piroettanti dotato di sistema di sollevamento;
- tre pedali di azionamento posizionati da entrambi i lati della barella per consentire la regolazione in altezza e la posizione trendelenburg e controtrendelenburg;
- piano di coricamento a due sezioni realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche con trattamento antibatterico;
- sezioni amovibili per inserimento asta porta flebo;
- schienale inclinabile posizionato lato testa;
- sponde dotate di meccanismo di abbattimento rapido a scomparsa, dotate di paracolpi, di barra porta accessori metallica;
- maniglioni posizionati sia lato piedi sia testa;
- quattro ruote con sistema antistatico, anti-traccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diametro circa 200 mm, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento;





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

- basamento dotato di base facilmente lavabile e sanificabile che prevede l’ancoraggio di bombole di ossigeno di varie dimensioni provviste di cinghie di fissaggio, vano porta oggetti e un vano per posizionare i dispositivi quando non utilizzati;
- altezza piano rete variabile da 50 cm a 90 cm circa, dimensione piano rete 200 x 65 cm circa, dimensione schienale 70 x 60 cm circa, ingombro esterno con sponde 200 x 90 cm circa, inclinazione schienale 0°/90°, trendelenburg 17° circa, controtrendelenburg 17° circa, carico di lavoro sicuro con accessori fino a 270 kg circa.
- Materasso ignifugo, anallergico e dotato di fodera di rivestimento confezionata in tessuto elastico, impermeabile ai liquidi, traspirante, sanificabile, preferibilmente di colore rosso.

Tanto si doveva.

**Il Direttore UOC Organizzazione e Programmazione
dei Servizi Ospedalieri e Sanitari
Dott. Mario Massimo Mensorio**


REGIONE CAMPANIA
AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” Caserta
U.O.C. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E SANITARI
IL DIRETTORE
Dott. Mario Massimo Mensorio



Spett.le Ditta

OGGETTO: Richiesta di offerta per l'acquisto urgente di n. 15 sedie a rotelle e n.15 barelle per le esigenze della UOC Medicina e Chirurgia d'Urgenza dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire **CON LA MASSIMA URGENZA** all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la seguente fornitura da destinare alla UOC in oggetto, come di seguito descritte:

a) N. 15 SEDIE A ROTELLE

b) N. 15 BARELLE

SEDIE A ROTELLE – Caratteristiche Tecniche:

A.O.C. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0018964/U Data: 20/06/2022 12:26
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:


- carrozzeria con telaio rigido in acciaio cromato;
- similpelle lavabile;
- schienale alto ad inclinazione variabile con sistema di manovra autonomo;
- vaschetta w.c. estraibile;
- pedane regolabili in altezza, alzagambe sollevabili ad inclinazione variabile;
- due ruote grandi posteriori a gommatura pneumatica con freni e due ruote anteriori piccole piroettanti;
- colore vivace preferibilmente rosso;
- portata circa kg 150;

BARELLE – Caratteristiche Tecniche:

- barelle a due sezioni ad altezza variabile;
- struttura realizzata in acciaio verniciato;
- basamento a quattro ruote piroettanti dotato di sistema di sollevamento;
- tre pedali di azionamento posizionati da entrambi i lati della barella per consentire la regolazione in altezza e la posizione trendelenburg e controtrendelenburg;
- piano di coricamento a due sezioni realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche con trattamento antibatterico;
- sezioni amovibili per inserimento asta porta flebo;
- schienale inclinabile posizionato lato testa;
- sponde dotate di meccanismo di abbattimento rapido a scomparsa, dotate di paracolpi, di barra porta accessori metallica;
- maniglioni posizionati sia lato piedi sia testa;
- quattro ruote con sistema antistatico, anti-traccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diametro circa 200 mm, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento;

- basamento dotato di base facilmente lavabile e sanificabile che prevede l'ancoraggio di bombole di ossigeno di varie dimensioni provviste di cinghie di fissaggio, vano porta oggetti e vano per posizionare i dispositivi quando non utilizzati;
- altezza piano rete variabile da 50 cm a 90 cm circa, dimensione piano rete 200 x 65 cm circa, dimensione schienale 70 x 60 cm circa, ingombro esterno con sponde 200 x 90 cm circa, inclinazione schienale 0°/90°, trendelemburg 17° circa, controtrendelemburg 17° circa, carico di lavoro sicuro con accessori fino a 270 Kg circa;
- materasso ignifugo, anallergico e dotato di fodera di rivestimento confezionata in tessuto elastico, impermeabile ai liquidi, traspirante, sanificabile, preferibilmente di colore rosso.

NOTA : Ciascuna Ditta potrà produrre offerta per il singolo prodotto richiesto.

Modalità di aggiudicazione: la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso per prodotto conforme (art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) alle caratteristiche tecniche sopraelencate.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

U.O.C. Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Codice IPA:	aosa_061
Codice Univoco Ufficio:	551B2G

Nome dell'Ufficio:	FATTURAZIONE
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	02201130610
Partita Iva :	02201130610

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento. Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco*

DITTE

PAM MOBILITY pec@pec.pammobility.com

NETCOM INDUSTRY SRL trueglobalcompany@legalmail.it

GM MEDICA gmmedica@pec.it

MIS MEDICAL SRL mismedical@legalmail.it

MEDICAL CARE PROJECT SRL medicalcareprojectssrl@pec.it

CAM HOSPITAL SRL camhospital@pec.it

GIVAS info@givas.it

Valutazione conformità tecnica SEDIE A ROTELLE E BARELLE

Da provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>
A prontosoccorso@ospedale.caserta.it <prontosoccorso@ospedale.caserta.it>
Cc programmazione <programmazione@ospedale.caserta.it>
Data lunedì 27 giugno 2022 - 15:55

Si trasmettono in allegato le schede tecniche dei prodotti in oggetto per la valutazione della conformità tecnica ai fini del prosieguo delle competenze.

UOC Provveditorato ed Economato

ditta GIVAS Scheda tecnica.pdf
scheda tecnica barella 1 GM MEDICA.pdf
scheda tecnica barella 2 GM MEDICA.pdf
scheda tecnica SEDIA GM MEDICA.pdf
scheda tecnica MEDICAL CARE.pdf
SCHEDE TECNICHE MIS MEDICAL.pdf
Scheda tecnica BARELLA PAM MOBILITY.pdf
Scheda tecnica SEDIE PAM MOBILITY.pdf

Richiesta di nuova Valutazione di conformità SEDIE A ROTELLE e BARELLE

Da provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>**A prontosoccorso** <prontosoccorso@ospedale.caserta.it>**Data** mercoledì 20 luglio 2022 - 15:37

A seguito della ricognizione della documentazione concernente l'affidamento in oggetto, da ultimo nota Prot. n. 21626 del 14/07/2022, è emerso che codesta UOC non ha trasmesso l'esito della verifica di conformità riferita alle schede tecniche relative alle barelle (Ditte MIS MEDICAL e PAM MOBILITY) e alle sedie a rotelle (Ditta GM MEDICA).

Pertanto si resta quindi in attesa di pronto riscontro, condizione imprescindibile per la definizione della procedura.

UOC Provveditorato ed Economato

SCHEDA TECNICA MIS MEDICAL.pdf
Scheda tecnica BARELLA PAM MOBILITY.pdf
scheda tecnica SEDIA GM MEDICA.pdf

conformità sedie/barelle

Da **prontosoccors** <prontosoccors@ospedale.caserta.it>
A **provveditorato@ospedale.caserta.it** <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data giovedì 21 luglio 2022 - 11:03

vedi allegati

cordiali saluti

conform.sediebarella2.pdf
CONFORMITA SEDIE BARELLE.pdf
BARELLE E SEDIE CONFORMITA.pdf

SCHEDA TECNICA

Codice: 7285RT51

BARELLA A 2 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA SU COLONNE CON TRENDELENBURG, REVERSE TRENDELENBURG




Immagine indicativa

1

Barella ad altezza variabile struttura in acciaio verniciato con piano a due sezioni (1 mobile e 1 fisso) realizzato in hpl radiotrasparenti. Sezione testa regolabile in continuo tramite dispositivi a gas fino a 90°. La regolazione dello schienale si ottiene azionando la leva di sblocco posta sul retro dello schienale stesso. Dotata di un telaio rete in lega dialuminio estruso, con agli angoli supporti multifunzionali che consentono l'inserimento di accessori quali asteflebo, portamonitor o altri accessori per un massimo di due per ogni angolo. Sono presenti due maniglie per la movimentazione della barella poste all'estremità del lato piedi. Tali maniglie sono costituite da un'anima in acciaio rivestita con schiuma poliuretanica ad alta densità per garantire un'ottima ergonomia e una presasicura e confortevole. Al lato testa è presente un maniglione in acciaio. Il carrello consente la regolazione in altezza partendo da un minimo di 500 mm fino a un massimo di 900 mm. Tale regolazione si ottiene tramite il pedale grande posto ad entrambi i lati della barella. Sempre ai lati della barella sono presenti i pedali per la discesa e il raggiungimento delle posizioni di Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (- 19° / + 19°).

Tutte le parti in acciaio sono vernicate con polveri epossidiche e anti microbiche. Dotata di 4 ruote antistatiche, antiraccia, girevoli su cuscinetti a sfera con diametro di mm. 200: sistema di frenatura centralizzato, simultaneo a mezzo pedale posto in zona piedi. Pedale di comando a tre posizioni: 1 libera, 1 direzionale e 1 bloccaggio totale. Estremamente leggera e struttura adatta al trasporto anche per lunghi tratti. Tutti gli spigoli sono arrotondati o piegati con ampi raggi di curvatura. Coppia di sponde abbattibili con movimentazione a compasso realizzate in lega di alluminio estruso. Di uso facile e intuitivo una volta abbassate rimangono a filo del piano in modo da facilitare la movimentazione del paziente pur garantendo una ragguardevole altezza di contenimento dal piano una volta sollevate.

Con forza
Dir. Direttore
Dott. Oscar Paternos

mis

BARELLA OLEODINAMICA SPECIALISTICA - 2 sezioni - su colonne

Scheda riepilogativa

Serie	SPACE-X
Descrizione	Barella oleodinamica a 2 sezioni
Articolo	BC210
Dimensioni	Ingombro totale: mm. 2145x750 Piano rete: mm. 1940x650
CND	V0899
RDM	2177763/R

Descrizione

Configurazione:
 barella oleodinamica specialistica ad altezza variabile su colonne; 1 snodi / 2 sezioni + maniglioni di spinta a "H".
Sponde laterali:

MOVIMENTAZIONI:

- regolazione continua assistita da molla a gas della sezione schienale, comando tramite maniglia bilaterale;
- sezione gambe fissa - ha la possibilità di essere alzata manualmente per facilitare le manovre di sanificazione;
- sezione bacino fissa, allargata per aumentare il confort del paziente;
- pompa idraulica con comando a pedale bilaterale in altezza;
- regolazione Trendelenburg/Reverse-Trendelenburg con comandi a pedale bilaterale dedicati.

STRUTTURA - SEZIONI - CARRELLO

struttura di supporto realizzata con profili longitudinali e traversi in tubolare di acciaio completa di snodi girevoli su supporti in acciaio con bussola antirifrazione in materiale termoplastico autolubrificante (assenza di strofinamento ed usura).

Supporti di inserimento asta ai 4 angoli e ruote paracolpi in materiale morbido antisegno ai quattro angoli. Barra perimetrale paracolpi ai due lati della barella.
 Base completo di carri realizzati in materiale plastico ABS termoformato antibatterico facilmente lavabile e disinfeccabile, la sezione centrale è completa di sistema portabombola completo di cinghie di fissaggio e zona porta oggetti/indumento.

PIANO RETE - 1 snodi / 2 sezioni - RADIOTRASPARENTE

realizzato in laminato plastico spessore 8 mm resistente al fuoco per garantire le manovre di BLS e privo di spigoli. Sezione centrale fissa.

RUOTE

gruppo quattro ruote piroettanti diametro 200 mm, antistatiche collegate con comando centralizzato che permette tre funzioni di movimento:

- blocco completo - quattro ruote ferme
- movimento monodirezionale - una direzionale tre libere
- movimento multi direzionale - quattro ruote libere

Le ruote sono girevoli su cuscinetti a sfera, silenziose, antiraccapponi ed antifilo, con capacità di carico di 100 kg ciascuna. Il gruppo ruote è gestito da un comando a pedale posizionato ai quattro angoli della barella. La soluzione bilaterale garantisce l'accessibilità al comando anche in posizione di reverse-trendelenburg.

SONDRE:


realizzate con profilo inferiore in tubolare di acciaio con verniciatura a polveri termoindurenti epossidiche e profilo superiore in alluminio. Leva di movimento in materiale plastico prodotto per iniezione ad alta resistenza. Viteria di fissaggio snodi coperta di tappi in materiale plastico. Comando di sblocco ad impugnatura ergonomica posizionato in zona testa e completo di meccanismo di sicurezza per evitare lo sblocco accidentale.

Caratterizzata da un sistema per evitare l'effetto ghigliottina, una volta abbassate si posizionano sotto il filo del materasso

al fine di non ostacolare le corrette operazioni da parte degli operatori ed agevolare la discesa del paziente.

FINITURA

verniciatura a polveri termoindurenti epossidiche con additivo antibatterico.



L'immagine mostra una configurazione indicativa del prodotto proposto.

MIS MEDICAL

100%
MADE IN
ITALY




Givias
health human comfort

Conforme
Ai direttivi
D.M. 2000/36/CE

„O.R.N. CASERTA SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO

-> BARELLE

Movimentazioni:
Movements:
Movimientos:



GIVIAS

BT11205
BARELLA SLIM A 2 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE SPONDE A COMPASSO VERTICALE - CON TRENDO SU COLONNE
L 213 / P 83 / H 58-88,7 cm


Codice Articolo	
Descrizione Articolo	
Dimensioni	
Ore	

MEDICAL CARE

PROJET

Hill-Rom

Barella modello Procedural



Nuove barelle modello Procedural di Hill-Rom

La barella modello Procedural, più attrezzata rispetto agli altri modelli, (P8000) è la scelta ideale per il pronto soccorso, la sala operatoria, l'unità di cura post anestesia o il trasporto dei pazienti ambulatoriali. Questa barella offre una migliore mobilità, un maggior confort grazie alle sue ottime qualità.

Mobilità. Manovrare e fermare la barella risulta più semplice. Un freno manuale attivo opzionale riduce la fatica in caso di rampe in discesa e fermate improvvise. Il dispositivo integrato di trasporto dell'asta portaflebo aiuta a manovrare con facilità la barella quando si hanno le aste porta-flebo portatili. Il sistema Steering Plus™ di nuova generazione consente manovre e curve più precise.

Comfort. Riduce i rischi relativi al trasporto dei pazienti e migliora comfort di operatori e pazienti. La funzione BackSaver Fowler™ offre una movimentazione più semplice della sezione schiena. L'abbinamento alla funzione Auto Contour™ riduce al minimo la necessità di riposizionare i pazienti.

Qualità. I nostri telai rinforzati sono realizzati in acciaio ad alto spessore, normalmente impiegato nel settore automobilistico, che offre una qualità duratura. Il carico di lavoro sicuro è pari a di 317,5 kg e consente il trasferimento dei pazienti più robusti. Le maniglie di spinta, le aste porta-flebo, le sponde laterali e le altre parti sono rivestite in nichel per una resistenza superiore alla ruggine, anche negli ambienti esposti ad agenti aggressivi.

In breve

Caratteristiche principali della nuova barella Hill-Rom:

- Carico di lavoro sicuro 317,5 kg
- Altezza minima (52,6 cm) per un trasferimento più sicuro dei pazienti dalla/alla barella; fra le barelle della stessa categoria è l'altezza minima minore che si possa trovare
- Funzione BackSaver Fowler™ per un'articolazione più semplice della sezione schiena
- L'Opzione Auto Contour™ contribuisce a evitare che i pazienti scivino dal materasso
- Freno manuale attivo: il primo freno manuale per barella al mondo che aiuta a superare rampe e angoli senza dover sfruttare il proprio peso corporeo; frenate più facili e più sicure
- Il dispositivo per il trasporto dell'asta porta-flebo aiuta e facilita il trasporto della barella
- Su ruota con sistema Steering Plus™ di nuova generazione per manovre e curve più precise
- Freno centrale (a doppio blocco) su tutte e 4 le ruote per offrire una piattaforma solida e stabile
- Lavabile con getti d'acqua (vedere le raccomandazioni del produttore)

320760

 BARELLA OLEODINAMICA 'ITALA' AD ALTEZZA
 VARIABILE CON TRENDELENBURG, PIANO IN GRIGLIA
 METALLICA E SPONDE A COMPASSO

IMMAGINE INDICATIVA / INDICATIVE EXAMPLE

AD 19 Feb 02 Cat 2005/21


Barella a due sezioni ad altezza variabile, struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento a quattro ruote piroettanti dotata di sistema di sollevamento per la regolazione in altezza del piano ottenuto da due colonne telescopiche oleodinamiche azionate da pedali. I tre pedali di azionamento, posizionati da entrambi i lati della barella, consentono la regolazione in altezza e la posizione di trendelenburg e controtrendelenburg. Il piano di coricamento è a due sezioni, realizzate in griglia di tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche additivate con trattamento antibatterico Biocote®. Le sezioni sono amovibili per facilitare la sanificazione. Alle estremità del piano sono posizionate quattro sedi per l'inserimento dell'asta portaflebo.

Lo schienale è inclinabile tramite comando a gas e leva servoassistita, posizionata lato testa.

Le sponde a compasso sono dotate di un meccanismo ad abbattimento rapido, a scomparsa; sono dotate di 6 montanti con contenimento di 39 cm dal piano rete. Le sponde sono dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto. Su ambo i lati del paracolpi è fissata una barra porta accessori (drenaggi) metallica, ognuna con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg cadauno. A completare la protezione perimetrale, ai 4 angoli della barella sono posizionati dei dispositivi paracolpi in gomma morbida.

I maniglioni, posizionati sia al lato piedi che al lato testa, consentono una presa ottimale da parte degli operatori. Sono asportabili per facilitare la movimentazione del paziente ed inoltre sono dotati di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone.

Alla base 4 ruote con sistema antistatico, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera, diam. 200 mm che consentono di manovrare la barella con facilità, con comando di frenatura su leve ai quattro angoli del basamento e possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote; tre libere e una direzionale al lato piedi, questo consente di garantire un'agevole direzionalità alla barella. Il basamento è dotato di un carter facilmente lavabile e sanificabile, studiato con una particolare sagomatura

GM
NEDIEA




Il Direttore
Dott. Giorgio Paternostro
Box 11620 Paternostro

43 - 45,5 - 48
Large 48 - 50,5 - 53

Larghezza braccioli variabile

Adjustable width
between armrests

→ Articolata con braccioli
allargabili



Bracciolo concavo
con supporto palmarie
iperestensore
Concave armrest with
adjustable hand support

Kg
21

787 Grazia

Robusta poltrona articolata

Standard: W.C. igienizzabile. Super imbottiture anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi. Schienale regolabile e facilmente ribaltabile sul sedile. Cuscinetti appoggigambe girevoli e regolabili. Fianchi estraibili. Fianchetti paravesti. Gomme soft. Maniglione di spinta allo schienale. Pedane regolabili. Freni. Optional: Cintura di sicurezza. Tavolino. Prolunga schienale. Sistema monoguida. Astine appoggigambe girevoli.

787 Grazia

Solid articulated armchair

Standard: Super anatomical paddings. Fire-retardant paddings and upholsteries. Easily cleanable W.C. Adjustable backrest that folds onto seat. Elevating legrests. Removable arms. Side protection for clothes. Adjustable footrests. Brakes.

Optional: Chest strap. Small table. Headrest. One-handed driving system. Swinging and detachable legrests.

Classificazione ISO 12.21.06.003




*Hanno escluso nel prezzo
non conforme*

*Il Direttore
Dott. D. P. Palenzona*


SURACE

787 BARIATRIC

Con schienale servoassistito



Larghezza braccioli variabile
Adjustable width between armrests



Piston a gas Gas springs

787 BARIATRIC
Poltrona bariatrica

Standard: WC igienizzabile. Super imbottiture anatomiche. Imbottiture e tessuti ignifughi. Schienale regolabile con pistoni a gas. Appoggia gambe contenitivi maggiorati, girevoli e regolabili. Pedane regolabili ed estraibili. Fianchi estraibili con paravesti. Gomme soft. Ruote anteriori con forcille rinforzate. Maniglione e maniglie singole di spinta allo schienale. Optional: Tavolino. Prolunga schienale.

787 BARIATRIC
Solid, bariatric armchair

Standard: Easily cleanable WC. Super anatomical padding. Fire-retardant padding and upholsteries. Adjustable with gas springs backrest. Plus containing, swinging and adjustable in height legrests. Adjustable and removable footrests. Removable sides with clothes guards. Soft wheels. Front wheels with reinforced forks. Big push handle and single push handles at the back.

Optional: Small table. Headrest.

Codice LEA 12.22.18.015


ISO Class 12.21.06.003 + 12.24.06.124




cm Ø 60-20 L 63-65,5-68



L 85



h 54 - 73




h 50



Standard



Optional



Portata

*PAM MOBILITY
(LP PHARMA)*

**MEDICAL CARE PROJECTS SRL**

P.ZZA NICOLA AMORE ,14 80138 NAPOLI NA

Tel. 081.5706082 Fax 081.19020767

PARTITA I.V.A. e CODICE FISCALE 04995861210

www.medicalcarepro.it - info@medicalcarepro.it

medicalcareprojectssrl@pec.it

INTESTATARIO DOCUMENTO

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
 Via Palasciano
 81100 CASERTA CE

PARTITA I.V.A.	CODICE FISCALE	CLIENTE
02201130610		636

INDIRIZZO SPEDIZIONE MERCE

U.O.C. Farmacia AORN "S. ANNA E SAN SEBASTIANO "
 Via G. La Pira
 Caserta CE
 Italia

DOCUMENTO**NUMERO****Del****VS. RIFERIMENTO****PAG.**

Offerta	0000048RS	23/06/2022		1/1
---------	-----------	------------	--	-----

PAGAMENTO

Bonifico 60 GG. DF. FM

COORDINATE BANCARIE

Banca Monte dei Paschi di Siena Napoli 5

IBAN: IT80U0103003405000003756785

CONDIZIONI DI VENDITA

IVA VS. CARICO 22%

TRAPORTO INCLUSO

MONTAGGIO INCLUSO

FORMAZIONE DEL PERSONALE INCLUSA

TEMPI DI CONSEGNA 7GG. DALL'ORDINE

DESCRIZIONE	QTA	VALORE	SC.%	IMPONIBILE	IVA
BARELLA P8000 PROCEDURAL Barelle P8000 Procedural - Barella modello Transtar superficie in 2 sezioni, schienale elevabile fino a 90° servoassistito dotata di Trend e Antitrend +/- 18° tramite pedale bilaterale, altezza variabile su due colonne oleodinamiche tramite pedali bilaterali, 4 ruote da 203 mm con freno centralizzato tramite pedali bilaterali, tubolari per spinta/trasporto zona testa e zona piedi , 4 paracolpi in gomma antiraccia ai 4 angoli, 4 porta drenaggi integrati bilaterali, 4 alloggiamenti per aste porta flebo e/o accessori ai 4 angoli. Carico di lavoro sicuro 317,5 kg. IT -ITALY 26 - Larghezza 66 cm (26") 3S - Materasso con barriera fuoco 66 cm Larghezza - 7,6 cm spessore P1430TBUS - 3" STRETCHER MATT, 26W - ITALY SP - Sistema direzionale con 5^ ruota BSHF - Pedale Freno/Direzione in zona testa e zona piedi ITA - Etichette italiane N - Superficie non radiotrasparente HBS - Comandi idraulici a pedali su entrambi i lati RED - Rosso HE - Sponda con uscita lato testa P2217A - Asta Portaflebo Telescopia	15,00	2.895,06		43.425,90	22Ber

IMPONIBILE	NON IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	ACCONTI	TOT.DA PAGARE
43.425,90	0,00	9.553,70	52.979,60	0,00	E 52.979,60

ditta Medical Care Projects srl
Partita iva 04995861210

SCHEDA OFF. ECONOMICA - AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - BARELLE



Spett.1e AORN SANT'ANNA E S. SEBASTIANO VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA P.IVA 02201130610	Presso AORN SANT'ANNA E S. SEBASTIANO VIA F.PALASCIANO 81100 CASERTA CE
PREVENTIVO Ns. Riferimento: 356 GR COM del 22/06/22 Vs. Riferimento: PROT. 18964/U DEL 20/06/2022	Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'ACQUISTO URGENTE DI N. 15 SEDIE A ROTELLE E N.15 BARELLE PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Articolo	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sc.%	Importo Totale
	IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA GENTILE RICHIESTA, PROTOCOLLO 18964/U DEL 20/06/2022, SI RIMETTE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DI N. 15 SEDIE A ROTELLE E N.15 BARELLE PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA					
787 GRAZIA 320760	CARROZZELLA 787 GRAZIA BARELLA OLEODINAMICA ITALA ALTEZZA VARIAB	PZ	15,00	674,00	43	5.762,70
302754	MATERASSO	PZ	15,00	250,00	45	2.062,50

CREDITO EMILIANO SPA
 Iban: IT 60 Y 0303203400 010000463292

DEUTSCHE BANK - SPORTELLO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
 IBAN IT 78 M 03104 39900 000000823319

Intesa San Paolo
 Iban: IT92R0306903507100000002995

FINECOBANK SPA
 IBAN IT20030150320000003577827

Totale imponibile	35.751,45
Totale IVA%	7.865,32
Totale Documento	43.616,77

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Brecce a S.Erasmo 112/114
 Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081. 2417322
 00178 Roma (Italy) - Via Circonvall.le Orientale, 4685
 Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06. 7230687
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025691212
 Registro Imprese Tribunale di Napoli
 R.E.A. 728244/2005
 Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





PREVENTIVO N. 356 / GR / COM DEL 22/06/22

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) PAGAMENTO: R.D. 60 GG. D.F.

2) IVA: 22%

3) VALIDITÀ OFFERTA: Il preventivo sarà rinegoziato dopo 30 gg a causa dei continui e sostanziosi rialzi dei listini prezzi da parte dei nostri fornitori.

4) GARANZIA: 12 Mesi

5) IMBALLO: Compreso

6) RESA: F.co destinazione

7) TRASPORTO: Compreso

8) TERMINI DI CONSEGNA: 20 gg data ordine

9) INSTALLAZIONE:

10) COLLAUDO FUNZIONALE:

11) FORMAZIONE: a ns carico

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti

GM.Medica s.r.l.

80146 Napoli (Italy) - Via Breccia S.Erasmo 112/114
Tel. (+39) 081. 2411827 - fax (+39) 081. 2417322
00178 Roma (Italy) - Via Circonvall. ne Orientale, 4685
Tel. (+39) 06.72631261 - fax (+39) 06.7230687
www.gmmmedica.it - info@gmmmedica.it

Cod.Fisc. e Partita Iva: 05025691212
Registro Imprese Tribunale di Napoli
R.E.A. 728244/2005
Cap. Soc. €500.000 i.v.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

In riferimento alla legge 675/1996/D.L. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che questo documento è destinato unicamente alle persone in indirizzo. È espressamente proibito leggere, copiare, usare questo documento o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla ed avvisarci immediatamente per telefono o tramite fax. Grazie.





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Fornitura di n.15 sedie a rotelle e n.15 barelle per la UOC Medicina e Chirurgia d’Urgenza – Pronto Soccorso dell’AORN “Sant’Anna e S. Sebastiano” di Caserta - Aggiudicazione ex art. 1 com. 2 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €39.649,32

- è di competenza dell’esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 02/08/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri