

## **Determina Dirigenziale N. 132 del 20/02/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura di “Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva” ex Del. D.G. n. 415/2013 e successivi provvedimenti – Sostituzione Codice Lotto n. 20 – Ditta COOK ITALIA SRL S.p.A.**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 20/02/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Fornitura di “Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva” ex Del. D.G. n. 415/2013 e successivi provvedimenti – Sostituzione Codice Lotto n. 20 – Ditta COOK ITALIA SRL S.p.A.

**Il Direttore f.f. UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del D.G. n. 415/2013 (agli atti) è stata aggiudicata la fornitura di Dispositivi Medici per Endoscopia Digestiva, suddivisa in più lotti, per le esigenze della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di quest’AORN;

**RILEVATO CHE**

-la Farmacia Ospedaliera con Prot. n. 4800 del 14/02/2023 (Allegato n. 1) ha trasmesso al Servizio scrivente la comunicazione della Ditta COOK ITALIA SRL con la quale ha proposto a quest’AORN, a seguito di aggiornamento tecnologico, il nuovo Codice Prodotto Sostituito “ BF-2.2S-230SP-20” - Captura Pro Biopsy Forceps WithoutSpike” riferito al Lotto n. 20 ; tanto alle condizioni economiche contrattuali in essere;

- con lo stesso Protocollo la precitata Farmacia ha trasmesso al medesimo Servizio anche il parere favorevole alla sostituzione di che trattasi espressa dal Direttore della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Prof. Rosario Cuomo (vedasi glossa apposta in calce al Protocollo – già Allegato 1);

-al fine di assicurare la correttezza della sostituzione a farsi, la Ditta COOK ITALIA SRL – su impulso della scrivente (pec del 14/02/2023 – Allegato n. 2) – ha precisato che il Codice Prodotto oggetto della sostituzione di che trattasi ex Lotto n. 20 è il Codice DBF-2.4-230SP-20-S (Allegato n. 3);

**DATO ATTO CHE**

- il Contratto Informatico di pertinenza n. 4600031374 presenta residua capienza economica, sicchè può essere ampliata la relativa durata almeno per un trimestre (30/05/2023) e, comunque, sino a concorrenza dell’importo residuo;

-con Determina n. 970 del 21/12/2021 (agli atti) - nell’iter della predisposizione del nuovo Capitolato Tecnico da parte della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – è stata, tra l’altro, formalizzata la disponibilità della Ditta COOK ITALIA SRL alla rinegoziazione del contratto in essere (D.L. n. 78/2015, conv. in L. n. 125/2015) della fornitura concernente n. 3 pinze biotiche monouso multiprelievo (ex Lotto n. 20 Deliberazione del D.G. n. 415/2013) alle stesse condizioni contrattuali (prezzo unitario €. 135,00 Iva esclusa);

*Determinazione Dirigenziale*

**CONSIDERATO CHE** l’aggiornamento tecnologico proposto non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura ;  
**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente;

**ATTESTATO CHE** la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

#### **DETERMINA**

**I -DI PROCEDERE ALL’AMPLIAMENTO** della durata del Contratto Informatico di pertinenza n. 4600031374 in capo alla Ditta COOK ITALIA SRL sino al 31/05/2023 e, comunque, sino a concorrenza dell’importo residuo;

**I1-DI PRENDERE ATTO** della sostituzione proposta, per avanzamento tecnologico, dalla Ditta COOK ITALIA SRL relativamente alla fornitura dei prodotti di che trattasi (ex Lotto n. 20 Deliberazione del D.G. n. 415/2013) avente Codice “DBF-2.4-230SP-20-S – Captura Biopsy Forceps” con i nuovi Codici prodotto in sostituzione “BF-2.2S-230SP-20 - Captura Pro Biopsy Forceps WithoutSpike” ;

**III-DI DARE ATTO CHE** il suddetto aggiornamento non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l’Azienda, rimanendo invariate le condizioni economiche e di fornitura di cui al citato atto deliberativo (Lotto n. 20 ex Del. D.G. n. 415/2013);

**IV-DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Farmacia Ospedaliera ed alla UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

*L'estensore  
Fava Angela*

**Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato  
Dr.ssa Teresa Capobianco**

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

VPD!Bqfs!Hf of sbfj!.!Vgdp!Qspu!pdpm!Hf of sbfj!.!Qspu!11159119!ef rt250!303134!21/59!Sf htj usbpleb;!!Vpd!Gbsn bdjb!Pt qf ebrij sb  
4250!303134!21/59.31341115911+

## Allegato 1



COOK ITALIA SRL  
VIA GALILEO GALILEI 32 20834 - NOVA MILANESE (MI)  
P.IVA 00847380961  
CF 07123400157

TEL. +39 0269682853 / FAX +39 02 69682854  
E.MAIL: gare@cookmedical.com  
Uff. ordini FAX 0269682854  
E.MAIL - it.orders@cookmedical.com

10 giugno 2022

Ns. Pratica : 143193 - Maria Assunta Serpa (da citare nelle future comunicazioni)

Spedite  
A.O. SANT'ANNA E S. SEBASTIANO  
VIA TESCIONE  
81100 CASERTA

Vs. Riferimento: Prot. n° 11288529 Scad:27/06/12 del 11/mag/2012

Oggetto: Affiancamento per sostituzione codice lotto 20 - fornitura di DISPOSITIVI MEDICI ED ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA occorrenti alla Azienda Ospedaliera S.Anna e San Sebastiano di Caserta per un periodo di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi gara n.4149165.

Lotto/Sub-Lotto	Codice	Codice per Ordinativi	Descrizione	Confez.to	Stock/non stock	Q.tà min. ordinabile	Ordinabile in multipli di	Prezzo di listino	sconto %	prezzo offerto box	prezzo offerto unitario	IVA %	PRODUTTORE	CND	RDM		
Lotto 20	BF-2.2S-230SP-20	G47692	Captura Pro Biopsy Forceps Without Spike	20	STOCK	1	1	260,00	48,08	135,00	centotrentacinque / 00 euro	6,75	sel / 75 euro	22,00	Wilson Cook	G0308010101	2207900

Costi aziendali per la sicurezza (art. 95 co 10 D.Lgs. 50/2016): 0,29 % (zero / 29 %)

### Condizioni generali di offerta:

- Tempi di consegna:  
Prodotto STOCK - Consegna: 4GG  
Prodotto NONSTOCK - Consegna: 28-56GG
- Altre condizioni generali: IVA a V.S. carico, trasporto standard a ns. spese.
- L'offerta è valida sino a tutto il: 31/12/2022

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge n° 136 del 13/08/2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 196 del 23/08/2010 serie generale, la Cook Italia S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all'offerta di cui in oggetto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 7 della Legge n° 136 del 13/08/2010, siamo con la presente a comunicarVi le coordinate iban da utilizzare per il pagamento tramite bonifico relativo all'offerta di cui in oggetto, intestato alla scrivente e aperto presso la banca INTESA SAN PAOLO S.P.A. - filiale di Piazza Trento e Trieste 10 - 20900 Monza.

IBAN: IT26 A 03069 20407 100000016506  
ABI: 03069 - CAB: 20407 - CIN: A - C/C 100000016506  
Personne autorizzate ad operare sul conto corrente: Renata Tagliabue (TGLRNT56L47F944H).

Posta certificata Ufficio Gare: gare@pec.cook.it  
Posta certificata Ufficio Ordini: orders@pec.cook.it  
NSOO: RECUACDWY

Firmato digitalmente da: BENSON MARGARET  
Data: 10/06/2022 08:31:45

Dossier n. 143193

1 di 1

COOK ITALIA S.r.l.  
Margaret Benson  
Procuratore



COOK MEDICAL  
1025 W ACUFF RD, P.O.BOX 4195  
BLOOMINGTON, IN 47404-4195 USA  
PHONE: 812.339.2235 | TOLL FREE: 800.457.4500  
COOKMEDICAL.COM

27 aprile 2022

### Avviso di sospensione del prodotto: Captura® Biopsy Forceps

La presente per informarvi che Cook Medical interromperà la fornitura di alcuni numeri del prodotto Captura® Biopsy Forceps entro il 27 ottobre 2022.

Il rappresentante Cook locale e il nostro team Customer Support & Distribution suggeriranno le pinze Captura Pro® Biopsy Forceps come alternativa alle pinze Captura originali. Per qualsiasi domanda, contattate il vostro rappresentante vendite Cook Medical di zona. È comunque possibile effettuare ordini per questo prodotto fino a esaurimento scorte. Le scorte sono limitate, pertanto gli ordini saranno evasi in base alla disponibilità.

Per informazioni sui prodotti interessati, consultate l'elenco fornito.

Sappiamo quanto possano essere importanti questi prodotti per il trattamento dei pazienti. Vi garantiamo che faremo tutto il possibile per supportarvi durante questa transizione.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e vi ringraziamo per la comprensione. Grazie per la fiducia accordataci.

Cordiali saluti,

Joni Callis  
Manager, Global Customer Communications  
[Joni.Callis@CookMedical.com](mailto:Joni.Callis@CookMedical.com)

cc:

David Petroskey  
Manager, Global Technology – Endoscopy  
[David.Petrosky@CookMedical.com](mailto:David.Petrosky@CookMedical.com)

**Customer Support contact information:**  
Australia: +1800 777 222, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)

Austria: +43 179567121, [ce.orders@cookmedical.com](mailto:ce.orders@cookmedical.com)

Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)

Mainland China: +86 2154519599, [chinacsupport@cookmedical.com](mailto:chinacsupport@cookmedical.com)

Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)

Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)

France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)

Hong Kong: +852 3472 1688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)

Iceland: +354 8007615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)

India: +91 44 61993000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)

Ireland: +351 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)

Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

Japan: +81 3 6853 9470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)

Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)

Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)

Norway: +47 23162668, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)

Malaysia: +603 7962 1688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)

Poland (direct): +48223060150, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)

Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)

Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)

Switzerland – French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

Switzerland – Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

Switzerland – German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

Singapore (domestic): +65 6320 7600, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)

Singapore (APAC): +65 6320 7600, [sadc.cs@cookmedical.com](mailto:sadc.cs@cookmedical.com)

Thailand: +662 168 863 031, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)

Taiwan: +88 62 6628 3500, [cookiwn@cookmedical.com](mailto:cookiwn@cookmedical.com)

United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

United States: 1 800 457 4500, [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

EMEA Distributors: EMEA.Distributors@cookmedical.com

ESC-D65211-IT-F

Nome prodotto	Codice di ordine	Codice articolo (RPN)
Captura® Biopsy Forceps	G56130	DBF-2.4SN-160SP-40-S
	G56061	DBF-2.4-160-20-S
	G31577	DBF-2.4-160-S
	G56123	DBF-2.4SN-160-20-S
	G56122	DBF-2.4SN-160-S
	G56124	DBF-2.4SN-160-40-S
	G56071	DBF-2.4-160SP-20-S
	G31580	DBF-2.4-160SP-S
	G56129	DBF-2.4SN-160SP-20-S
	G56128	DBF-2.4SN-160SP-S
	G56065	DBF-2.4-230-20-S
	G31576	DBF-2.4-230-S
	G56126	DBF-2.4SN-230-20-S
	G56125	DBF-2.4SN-230-S
	G56127	DBF-2.4SN-230-40-S
	G56074	DBF-2.4-230SP-20-S
	G31585	DBF-2.4-230SP-S
	G56132	DBF-2.4SN-230SP-20-S
	G56131	DBF-2.4SN-230SP-S
	G56133	DBF-2.4SN-230SP-40-S
	G53630	DBF-2.4SL-160-S
	G53638	DBF-2.4SL-160SP-S
	G56073	DBF-2.4SL-160SP-40-S
	G56052	DBF-2.4SL-230-20-S
	G53633	DBF-2.4SL-230-S
	G56059	DBF-2.4SL-230-40-S
	G56087	DBF-2.4SL-230SP-20-S
	G53641	DBF-2.4SL-230SP-S
	G56076	DBF-2.4SL-230SP-40-S
	G56081	DBF-2.8SJ-160-20-S
	G56083	DBF-2.8SJ-160-40-S
	G53650	DBF-2.8SJ-160SP-S
	G56064	DBF-2.8SJ-160SP-40-S
	G53642	DBF-2.8SJ-230-S
	G56721	DBF-2.8SJN-230-20-S
	G56722	DBF-2.8SJN-230-40-S
	G53042	DBF-2.8SJ-230SP-S
	G56723	DBF-2.8SJN-230SP-20-S
	G56724	DBF-2.8SJN-230SP-40-S
	G56054	DBF-3.3SM-160-20-S
	G56058	DBF-3.3SM-230-20-S
	G54167	DBF-3.3SM-230-S
	G56055	DBF-3.3SM-230SP-20-S
	G54170	DBF-3.3SM-230SP-S
	G56060	DBF-3.3SM-230SP-40-S

Customer Support contact information:

Australia: +1800 777 222, [au.custserv@cookmedical.com](mailto:au.custserv@cookmedical.com)

Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)

Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)

Mainland China: +86 2154519599, [chinacsssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)

Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)

Finland: +358 072519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)

France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)

Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)

Hong Kong: +852 3472 1688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)

Iceland: +354 8007615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)

India: +91 44 61993000, [ind.orders@cookmedical.com](mailto:ind.orders@cookmedical.com)

Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)

Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

Japan: +81 3 6853 9470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)

Korea: +82 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)

Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)

Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)

Malaysia: +603 7962 1688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)

Poland (direct): +48223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)

Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)

Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)

Switzerland – French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)

Switzerland – German: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)

Singapore (domestic): +65 6320 7600, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)

Singapore (APAC): +65 6320 7600, [sadc.cs@cookmedical.com](mailto:sadc.cs@cookmedical.com)

Thailand: +662 168 863 031, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)

Taiwan: +88 62 6628 3500, [coktwn@cookmedical.com](mailto:coktwn@cookmedical.com)

United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

United States: 1 800 457 4500, [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

EMEA Distributors: [EMEA.Distributors@cookmedical.com](mailto:EMEA.Distributors@cookmedical.com)

ESC-D65211-IT-F

Nome del prodotto alternativo suggerito	Prodotto alternativo suggerito Codice di ordine	Numero di catalogo di riferimento (RPN) alternativo suggerito
Captura Pro® Biopsy Forceps	G47686	BF-2.2S-160SP-40
	G47687	BF-2.2S-160-20
	G47688	BF-2.2S-160-40
	G47689	BF-2.2S-160SP-20
	G47690	BF-2.2S-230-20
	G47691	BF-2.2S-230-40
	G47692	BF-2.2S-230SP-20
	G47693	BF-2.2S-230SP-40
	G47694	BF-2.4SL-160-20
	G47696	BF-2.4SL-160SP-20
	G47697	BF-2.4SL-160SP-40
	G47698	BF-2.4SL-230-20
	G47699	BF-2.4SL-230-40
	G50696	BF-2.4SL-230SP-20
	G50697	BF-2.4SL-230SP-40
	G56992	BF-2.8SJ-160-20
	G56993	BF-2.8SJ-160-40
	G56994	BF-2.8SJ-160SP-20
	G56995	BF-2.8SJ-160SP-40
	G56996	BF-2.8SJ-230-20
	G56997	BF-2.8SJ-230-40
	G56998	BF-2.8SJ-230SP-20
	G56999	BF-2.8SJ-230SP-40
	G57000	BF-3.3SM-230-20
	G57002	BF-3.3SM-230SP-20
	G57003	BF-3.3SM-230SP-40

**Customer Support contact information:**

Australia: +1800 777 222; cau.custserv@cookmedical.com

Austria: +43 179567121; oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702; be.orders@cookmedical.com

Mainland China: +86 2154519599; chinacsupport@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607; dk.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996; fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269; fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804; de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199; hu.orders@cookmedical.com

Hong Kong: +852 3472 1688; cs.cahk@cookmedical.com

Iceland: +354 8007615; is.orders@cookmedical.com

India: +91 44 61993000; india.orders@cookmedical.com

Ireland: +351 61239252; ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0289682853; it.orders@cookmedical.com

Japan: +81 3 6851 9470; info-japan@cookmedical.com

Korea: +822 62923500; kr.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367; nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968; no.orders@cookmedical.com

Malaysia: +603 7902 1688; cs.malaysia@cookmedical.com

Poland (direct): +48223060150; pl.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691; es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468; se.orders@cookmedical.com

Switzerland – French: +41 448009609; fr.orders@cookmedical.com

Switzerland – Italian: +41 448009609; it.orders@cookmedical.com

Switzerland – German: +41 448009609; de.orders@cookmedical.com

Singapore (domestic): +65 6320 7600; cooksea.cs@cookmedical.com

Singapore (APAC): +65 6320 7600; sadc.cs@cookmedical.com

Thailand: +662 168 865 031; th.orders@cookmedical.com

Taiwan: +88 62 6628 3500; cooktwn@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183; uk.orders@cookmedical.com

United States: 1 800 457 4500; customersupport@cookmedical.com

EMEA Distributors: EMEA.Distributors@cookmedical.com

ESC-D65211-IT-F



MEDICAL

Scheda Tecnica Prodotto

Società	E-mail: <a href="mailto:gare@cookmedical.com">gare@cookmedical.com</a>
<b>Cook Italia Srl</b> Via Galileo Galilei, 32 20834, Nova Milanese (MB) Italia	<b>Tel:</b> +39 02 69 68 28 53

Vigilanza contatto:	E-mail:
CMEU Regulatory Affairs - Post Market	<a href="mailto:PostMarketEUAuthorisedRep@cookmedical.com">PostMarketEUAuthorisedRep@cookmedical.com</a> <b>Tel:</b> +353 61 33 44 40

**PRODOTTO:**

Pinza bioptica Captura Pro®

**CODICE PRODOTTO:**

BF-2.2S-160-20  
BF-2.2S-160-40  
BF-2.2S-160SP-20  
BF-2.2S-160SP-40  
BF-2.2S-230-20  
BF-2.2S-230-40  
BF-2.2S-230SP-20  
BF-2.2S-230SP-40  
BF-2.4SL-160-20  
BF-2.4SL-160-40  
BF-2.4SL-160SP-20  
BF-2.4SL-160SP-40  
BF-2.4SL-230-20  
BF-2.4SL-230-40  
BF-2.4SL-230SP-20  
BF-2.4SL-230SP-40  
BF-2.8SJ-160-20  
BF-2.8SJ-160-40  
BF-2.8SJ-160SP-20  
BF-2.8SJ-160SP-40  
BF-2.8SJ-230-20  
BF-2.8SJ-230-40  
BF-2.8SJ-230SP-20  
BF-2.8SJ-230SP-40  
BF-3.3SM-230-20  
BF-3.3SM-230-40  
BF-3.3SM-230SP-20  
BF-3.3SM-230SP-40

**DIMENSIONI:**

Pinza bioptica Captura Pro®

**Pinza bioptica Captura Pro®, lunghezza di 160 cm: per gastroscopio, codifica cromatica: verde**

**BF-2.2S-160-20**

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.2S-160-40**

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.2S-160SP-20**

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.2S-160SP-40**

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**Pinza bioptica Captura Pro®, lunghezza di 230 cm: per colonscopio, codifica cromatica: rosso**

**BF-2.2S-230-20**

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.2S-230-40**

Pinza fenestrata senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.2S-230SP-20**

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.2S-230SP-40**

Pinza fenestrata con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.2 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: chirurgico
- Canale operativo minimo 2.8 mm

*Pinza bioptica Captura Pro®, lunghezza di 160 cm: per gastroscopio, codifica cromatica: verde*

**BF-2.4SL-160-20**

Pinza fenestrata LARGE senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.4SL-160-40**

Pinza fenestrata LARGE senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.4SL-160SP-20**

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.4SL-160SP-40**

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

*Pinza bioptica Captura Pro®, lunghezza di 230 cm: per colonscopio, codifica cromatica: rosso*

**BF-2.4SL-230-20**

Pinza fenestrata LARGE senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.4SL-230-40**

Pinza fenestrata LARGE senz'ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.4SL-230SP-20**

Pinza fenestrata LARGE con ago

- Diametro delle coppe bioptiche: 2.4 mm
- Bordo delle coppe bioptiche: dentellato
- Canale operativo minimo 2.8 mm

**BF-2.4SL-230SP-40**

- Pinza fenestrata LARGE con ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.4 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 2.8 mm

**Pinza bioptica Captura Pro®, lunghezza di 160 cm: per gastroscopio, codifica cromatica: verde**

**BF-2.8SJ-160-20**

- Pinza fenestrata JUMBO senz'ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**BF-2.8SJ-160-40**

- Pinza fenestrata JUMBO senz'ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**BF-2.8SJ-160SP-20**

- Pinza fenestrata JUMBO con ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**BF-2.8SJ-160SP-40**

- Pinza fenestrata JUMBO con ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**Pinza bioptica Captura Pro®, lunghezza di 230 cm: per colonscopio, codifica cromatica: rosso**

**BF-2.8SJ-230-20**

- Pinza fenestrata JUMBO senz'ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**BF-2.8SJ-230-40**

- Pinza fenestrata JUMBO senz'ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**BF-2.8SJ-230SP-20**

- Pinza fenestrata JUMBO con ago
- Diametro delle coppe biotiche: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biotiche: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**BF-2.8SJ-230SP-40**

- Pinza fenestrata JUMBO con ago
- Diametro delle coppe biointerface: 2.8 mm
  - Bordo delle coppe biointerface: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.2 mm

**Pinza biointerface Captura Pro®, lunghezza di 230 cm: per colonoscopio, codifica cromatica: rosso**

**BF-3.3SM-230-20**

- Pinza fenestrata MAX senz'ago
- Diametro delle coppe biointerface: 3.3 mm
  - Bordo delle coppe biointerface: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.8 mm

**BF-3.3SM-230-40**

- Pinza fenestrata MAX senz'ago
- Diametro delle coppe biointerface: 3.3 mm
  - Bordo delle coppe biointerface: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.8 mm



**BF-3.3SM-230SP-20**

- Pinza fenestrata MAX con ago
- Diametro delle coppe biointerface: 3.3 mm
  - Bordo delle coppe biointerface: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.8 mm

**BF-3.3SM-230SP-40**

- Pinza fenestrata MAX con ago
- Diametro delle coppe biointerface: 3.3 mm
  - Bordo delle coppe biointerface: dentellato
  - Canale operativo minimo 3.8 mm

IMMAGINE:



**COMPONENTI:**

Pinza bioptica Captura Pro®

**DESCRIZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE:**

La pinza bioptica Captura Pro®, realizzata in acciaio inossidabile, è disponibile nelle lunghezze 160 cm per gastroscopio e 230 cm per colonscopio.

La guaina rivestita e liscia della pinza Captura Pro® ne agevola il passaggio attraverso l'endoscopio, mentre l'impugnatura prossimale con anello ergonomico e codice colore (rosso o verde) facilita l'uso e la rapida identificazione della lunghezza del dispositivo.

Pinza dotata di coppette con doppia fenestratura.

Le coppette in acciaio inossidabile -con bordi chirurgici e dentellati e una straordinaria forza di presa delle branche- facilitano il prelievo di un campione istologico utilizzabile, elemento essenziale per la riuscita di una biopsia.

Le coppette sono resistenti e non si spostano.

**DESTINAZIONE D'USO:**

Questo dispositivo è usato per il prelievo endoscopico di campioni bioptici di tessuto mucoso e/o per il recupero di corpi estranei.

**CONTROINDICAZIONI:**

Le controindicazioni includono quelle specifiche alla procedura endoscopica primaria da eseguire per ottenere l'accesso al sito di biopsia o di recupero desiderato.

Ulteriori controindicazioni includono, senza limitazioni, la coagulopatia.

**PRECAUZIONI:**

- Per il diametro minimo del canale operativo dell'endoscopio necessario per questo dispositivo, vedere l'etichetta della confezione.
- Durante l'inserimento e il ritiro della pinza, l'endoscopio deve rimanere il più dritto possibile.
- Le coppette della pinza devono rimanere chiuse durante l'inserimento, l'avanzamento e la rimozione dall'endoscopio. Se le coppette sono aperte, è possibile che si verifichino danni a carico della pinza e/o dell'endoscopio.
- Per l'azionamento dell'impugnatura della pinza è necessario applicare una delicata pressione. Una pressione eccessiva provoca l'irrigidimento della pinza, che può a sua volta danneggiare la pinza stessa e/o l'endoscopio.

**ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:**

Conservarlo in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Evitarne l'esposizione prolungata alla luce. Dopo l'estrazione dalla confezione, esaminare il prodotto per accertarsi che non abbia subito danni.

<b>Materiali di composizione in contatto diretto con il paziente</b>	Acciaio inossidabile Materiali polimerici
--	--

<b>Marchio CE</b>	Sì
<b>Classe</b>	IIa
<b>Numero ente notificato</b>	0123
<b>Produttore</b>	Wilson Cook Medical
<b>Codice CND e descrizione</b>	G0308010101 - PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-INTESTINALE A FREDDO

<b>Monouso</b>	Sì
<b>Sterilizzazione</b>	Sì
<b>Indirizzo di sterilizzazione</b>	Cook Incorporated, 6300 North Matthews Drive, Ellettsville, Indiana 47429, USA
<b>Metodo sterilizzazione</b>	ETO
<b>Periodo di conservazione</b>	Fino a 36 mesi
<b>Origine biologica</b>	No
<b>Presenza di lattice</b>	No
<b>Biocompatibilità</b>	Sì
<b>Confezione</b>	BF-xx con suffisso -20 - Scatola da 20 unità BF-xx con suffisso -40 - Scatola da 40 unità

ATTACHMENT 2

**Sostituzione codice prodotto LOTTO 20 - Gara n. 4149165**

**Da** provveditorato@ospedalecasertappec.it <provveditorato@ospedalecasertappec.it>  
**A** cookitalia <cookitalia@pec.cook.it>  
**Data** martedì 14 febbraio 2023 - 12:40

In riferimento alla gara n. 4149165 emarginata in oggetto relativa alla "Fornitura di Dispositivi medici ed accessori per endoscopia digestiva" e facendo seguito alla Vs. comunicazione di cambio codice prodotto - Lotto 20 - del 10/06/2022 - n. Pratica 143193 - con la presente si chiede di specificare il Codice prodotto aggiudicato che è oggetto di sostituzione con il nuovo codice BF-2.2S-230SP-20 da Voi indicato.

Restasi in attesa di urgente riscontro.

UOC Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

---

*U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it  
PEC: provveditorato@ospedalecasertappec.it*

provveditorato@ospedale.caserta.it

**Da:** Satariano, Antonio <Antonio.Satariano@CookMedical.com>  
**Inviato:** giovedì 16 febbraio 2023 10:18  
**A:** provveditorato@ospedale.caserta.it  
**Oggetto:** Re: [External] Cambio codice prodotto - LOTTO 20

Gentile Cliente

Il codice DBF-2.4-230SP-20-S e' obsoleto , le rimando la comunicazione inoltrata dal nostro ufficio Gare al vostro Provveditorato con tutta la documentazione allegata , scheda tecnica del codice nuovo e offerta economica dettagliata .

Il nuovo codice e' **BF-2.2S-230SP-20** **confezionato in scatola da 20 pezzi** , quindi e' necessario registrare questo nuovo codice ed emettere nuovo ordine .

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali Saluti

Antonio Satariano  
Sales Representative  
Endoscopy, MedSurg Division  
Italy

Cook Medical  
O'Halloran Road  
National Technology Park  
Limerick, Ireland  
+39 02 69682853 (Office)  
+39 335 7163423(mobile)  
antonio.satariano@cookmedical.com  
www.cookmedical.eu

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and any files transmitted with it are confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, you may not read, copy, print, forward or use this information. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately.

Il giorno 15 feb 2023, alle ore 11:47, provveditorato@ospedale.caserta.it ha scritto:

---

Cook Information Security Warning: This message came from an external source. Please exercise caution when opening any attachments or clicking on links.

---