

Determina Dirigenziale N. 136 del 21/02/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/02/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.

Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

1. U.O.C. NEUROLOGIA - U.O.C. PNEUMOLOGIA – FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

- 1.1. Con pec del 16/09/2022 la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto alla società costruttrice Draeger Italia S.p.A l'installazione e la messa in funzione di n. 2 monitor multiparametrici DRAEGER mod. IACS inv. 1168-1167 e di n. 4 unità di telemetria, già in possesso di questa AORN ed allocati temporaneamente presso il magazzino centralizzato;
- 1.2. In data 21/10/2022, mezzo mail, la società Draeger Italia S.p.A ha riscontrato circa l'attività da svolgere con Prev. n. 902/22/DS; in pari data la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto l'applicazione di un congruo sconto;
- 1.3. Con mail del 25/10/2022 la società Draeger Italia S.p.A ha riscontrato con prev. 902_Rev01/22/DS per un importo di spesa previsto pari ad € 3.996,56 oltre IVA al 22%;
- 1.4. In data 26/10/2022, al fine di evitare l'interruzione dell'attività clinica assistenziale afferente alla U.O. C. in parola richiedente, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha autorizzato la società Draeger Italia S.p.A ad intervenire in urgenza;
- 1.5. Con pec del 24/06/2022, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto alla società costruttrice Draeger Italia S.p.A l'installazione della centrale di monitoraggio DRAEGER mod. INFINITY inv. T004311 e di n. 4 monitor multiparametrici mod. Infinity IACS, già in possesso di questa AORN e temporaneamente allocati presso il magazzino centralizzato, presso il reparto U.O.S.D. STROKE UNIT in fase di allestimento;

Determinazione Dirigenziale

- 1.6. In pari data, la società costruttrice Draeger Italia S.p.A ha riscontrato circa la suddetta richiesta con prev. 559/22/DS del 24/06/2022 per un importo di spesa previsto pari a € 4.808,34 oltre IVA al 22%;
- 1.7. In pari data, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, al fine di evitare l'interruzione dell'attività clinica assistenziale afferente alla U.O. C. in parola richiedente, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento, ha autorizzato la società Draeger Italia S.p.A ad intervenire in urgenza, considerando congruo il preventivo di cui sopra;
- 1.8. Con pec del 13/07/2022, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto alla società Draeger Italia S.p.A di effettuare con urgenza l'installazione, autorizzata in precedenza, della centrale di monitoraggio e di n. 8 monitor multiparametrici summenzionati presso il reparto U.O.C. PNEUMOLOGIA –FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA;
- 1.9. In data 22/07/2022, mezzo pec, la società costruttrice Draeger Italia S.p.A, dopo aver effettuato il dovuto sopralluogo, ha confermato la propria disponibilità alla predetta installazione, comprensiva del material di consumo necessario al ripristino e alla rimessa in funzione della summenzionata centrale di monitoraggio;
- 1.10. Con pec del 12/08/2022, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha autorizzato la società Draeger Italia S.p.A a procedere in urgenza nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento;
- 1.11. Con pec del 17/11/2022 la società costruttrice Draeger Italia S.p.A ha riscontrato circa l'intervento suddetto con preventivo n. 220398641 del 16/11/2022, per un importo di spesa previsto pari a 11.492,71 oltre IVA al 22%, comprensivo del precedente preventivo n. 559/22/DS già autorizzato;
- 1.12. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 3429475 del 09/02/2023, con la società Draeger Italia S.p.A (P.IVA 09058160152) per un importo complessivo di € 15489,27 oltre IVA al 22%;

2. U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA

- 2.1. Con mail del 21/11/2022 la società manutentrice di questa AORN Polygon ha richiesto alla società costruttrice INVENTIS S.R.L. di intervenire in garanzia sul dispositivo per emissioni otoacustiche inv. 002184 mod. NEURO AUDIO ABR s/n 0438SV (richiesta di intervento ODL n. 311 pari data);

Determinazione Dirigenziale

- 2.2. Con mail del 19/12/2022, la società manutentrice di questa AORN Polygon ha informato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA dell'intervento di riparazione in garanzia sulla richiesta ODL n. 311 e della necessità di ulteriori approfondimenti tecnici in laboratorio;
- 2.3. In data 03/01/2023, mezzo mail, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha optato per la gestione in autonomia della riparazione di cui ad ODL n. 311, essendo questa non rientrante in garanzia;
- 2.4. Con mail del 22/01/2023 la società costruttrice INVENTIS S.R.L. ha relazionato alla U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA circa l'intervento suddetto, con preventivo n. 00000740 del 20/01/2023 per un impegno di spesa previsto pari ad € 385,00 oltre IVA al 22 %, dichiarando l'uso improprio del dispositivo non ricoperto dalla garanzia;
- 2.5. Con mail del 01/02/2023, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, per la parte di propria competenza, ha autorizzato la società costruttrice INVENTIS S.R.L. a procedere in urgenza alla riparazione di cui ad ODL n. 311, al fine di evitare l'interruzione dell'attività clinica assistenziale afferente alla U.O.C. in parola richiedente, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento e richiedendo l'applicazione di un congruo sconto;
- 2.6. La società costruttrice INVENTIS S.R.L. ha riscontrato con preventivo revisionato n 00000903 del 09/02/2023 per un importo di spesa previsto pari ad € 297,50 oltre IVA al 22 %;
- 2.7. In data 17/01/2023 la società manutentrice di questa AORN Polygon ha ricevuto dalla U.O. in parola le richieste di intervento ODL n. 584 e 585 su n. 2 audiometri M.R.S. mod. R37A inv. 007631 e 007624, riguardanti la calibrazione degli strumenti;
- 2.8. In data 23/01/2023, la società costruttrice M.R.S. srl ha riscontrato in merito alle summenzionate richieste, richiedendo un impegno di spesa previsto pari ad € 500,00 oltre IVA al 22 %, non essendo ricoperti tali interventi dalla garanzia manutentiva;
- 2.9. In data 01/02/2023 la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha autorizzato la società costruttrice M.R.S. srl ad intervenire, al fine di evitare l'interruzione dell'attività clinica assistenziale afferente alla U.O.C. in parola richiedente e nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento;

3. U.O.C. TIN E TNE NEONATOLOGIA 1°E 2° LIVELLO

- 3.1. Con mail del 02/02/2023 la società manutentrice di questa AORN Polygon ha comunicato alla U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA la richiesta di intervento ODL n. 702 su n. 1 barella di caricamento inv. 002817 costr. PROMEBA mod. PC750 s/n 2334/11/19/011, a servizio dell'ambulanza FW127XA in dotazione alla U.O. in parola;

Determinazione Dirigenziale

- 3.2. La società Biz Italia srl, distributrice ufficiale del marchio Promeba, su richiesta di intervento della ditta Polygon, ha dichiarato di non poter garantire la riparazione in parola dal momento che alla data attuale la medesima non ne risulta più la ditta distributrice ufficiale;
- 3.3. Tale dispositivo, inoltre, non risulta in canone alla società manutentrice di questa AORN Polygon; pertanto, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha gestito in autonomia l'intervento di riparazione, per propria competenza, contattando la ditta Mec.San Service srl, rivenditore di dispositivi analoghi;
- 3.4. In pari data, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha autorizzato la ditta Mec.San Service srl ad intervenire in urgenza nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento, al fine di evitare l'interruzione dell'attività clinica assistenziale afferente alla U.O.C. in parola richiedente;
- 3.5. In data 03/02/2023 la ditta Mec.San Service srl ha presentato il proprio consuntivo di spesa n. 63 del 03/02/2023 per l'intervento effettuato in urgenza, per un importo previsto pari a € 550,00 oltre IVA al 22 %;

TABELLA N°1

| N. | Società | Oggetto dell'intervento | Offerta | U.O.C./U.O.S.D. | Prezzo senza IVA |
|----|-------------------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | DRAEGER ITALIA S.p.A | Montaggio, rimessa in funzione con verifiche del corretto funzionamento e fornitura materiale di ricambio per n. 2 monitor mod. IACS inv. 1168-1167 e di n. 4 unità di telemetria | Trattativa Diretta MEPA n. 3429475 del 09/02/2023 | U.O.C. Neurologia | € 15.489,27 |
| 2 | | Installazione sistema di monitoraggio composto da n. 1 centrale Infinity ICS e n. 4 monitor | | U.O.C. Pneumologia- Fisiopatologia respiratoria | |
| 3 | INVENTIS S.R.L | Calibrazione del dispositivo per emissioni otoacustiche inv. 002184 mod. NEURO AUDIO ABR s/n 0438SV | Prev. n. 00000903 Data:09/02/2023 | U.O.C. Otorinolaringoiatria | € 297,50 |

Determinazione Dirigenziale

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|---|----------|
| | | (ODL n. 311) | | | |
| 3 | M.R.S. srl | Calibrazione di n. 2 audiometri M.R.S. mod. R37A inv. 007631 e 007624 (ODL n. 584 e 585) | Consuntivo n. PF/23/0024 del 07/02/2023 | U.O.C. Otorinolaringoiatria | € 500,00 |
| 4 | Mec.San Service srl | Intervento di riparazione su n. 1 barella di caricamento neonatale inv. 002817 costr. PROMEBA mod. PC750 s/n 2334/11/19/011 (ODL n. 702) | Consuntivo n. 63 del 03/02/2023 | U.O.C. TIN e TNE e Neonatologia 1° e 2° livello | € 550,00 |

Visti

- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;
- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del 23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;
- l'art. 32 del D. Lgs.50/2016;
- l'art. 36 del D. Lgs.50/2016;
- l'art. 51 della Legge n. 108/2021;
- l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Rilevato

che la spesa complessiva derivante dall'approvazione di ciascuna delle offerte in pre messa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Ritenuto

procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare le offerte riportate in premessa relative alle forniture *de quibus* per le esigenze di varie UU.OO.;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 12.840,21 oltre IVA al 22 %, come di seguito indicato nella tabella 2;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture *de quibus* i CIG riportati nella tabella 2, di seguito specificata:

TABELLA N°2

| INTERV. | SOCIETÀ | U.O.C. | IMPORTO I.V.A. ESCLUSA | IMPORTO I.V.A. INCLUSA | CIG | CONTO ECONOMICO |
|---------|----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| 1 | DRAEGER ITALIA S.p.A | NEUROLOGIA | € 15.489,27 | € 18.896,91 | ZDB39DA5C5 | 5030301010 MANUTENZI ONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI |
| 2 | | PNEUMOLOGIA- FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA | | | | |
| 3 | INVENTIS S.R.L | U.O.C. Otorinolaringoiatria | € 297,5 | € 362,95 | Z7239DF261 | 5030301010 MANUTENZI ONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI |
| 3 | M.R.S. srl | U.O.C. | € 500,00 | € 610,00 | Z4B39DAC0F | 5030301010 |

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

| | | Otorinolaringoiatria | | | | MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI |
|------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|
| 4 | Mec.San Service srl | U.O.C. TIN e TNE e Neonatologia 1° e 2° livello | € 550,00 | € 671,00 | Z8939DA442 | 5030301010 MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI |
| TOT | | | € 16.836,77 | € 20.540,86 | | |

- prevedere per le forniture *de quibus* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle UU.OO. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, Neurologia, Pneumatologia-Fisiopatologia Respiratoria, Otorinolaringoiatria, TIN e TNE e Neonatologia 1° e 2° livello;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

La fornitura deve prevedere i seguenti interventi di riparazione:

1. U.O.C. NEUROLOGIA - Montaggio, rimessa in funzione con verifiche del corretto funzionamento e fornitura materiale di ricambio per n. 2 monitor mod. IACS inv. 1168-1167 e di n. 4 unità di telemetria- RIF. VS. PREV. 902_Rev01/22/DS DEL 14/10/2022

2. U.O.C. PNEUMOLOGIA-FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA - Installazione sistema di monitoraggio composto da n. 1 centrale Infinity ICS e n. 8 monitor multiparametrici - RIF. VS. PREV. N. 220398641 DEL 16/11/2022 (DI CUI PREV. 559/22/DS DEL 24/06/2022)

Dati Principali

Numero RDO

3429475

Nome RDO

INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PER UU.OO. NEUROLOGIA E PNEUMOLOGIA-FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento Diretto per Beni e/o Servizi fino a 40.000 Euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante**Ente Committente**

Responsabile del procedimento

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date**Pubblicazione**

09/02/2023 11:03

Inizio presentazione offerte

09/02/2023 11:03

Termine ultimo presentazione offerte

10/02/2023 12:00

Data limite stipula contratto

10/02/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

ZDB39DA5C5

CUP

-

CPVIdentificativo
33100000-1**Descrizione**
Apparecchiature mediche**Categoria**
Apparecchiature
elettromedicali-Mepa**Fornitura**
100**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 15.489,27

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



Allegato DGUE.DOC

318.5 Kb

ALLEGATO DGUE

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

09058160152

DRAEGER ITALIA

Offerta Economica relativa a**DESCRIZIONE RDO**

INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PER UU.OO. NEUROLOGIA E PNEUMOLOGIA-FISIOPATOLOGIA

RESPIRATORIA

NUMERO RDO 3429475

Amministrazione titolare del procedimento**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

CF AMMINISTRAZIONE

02201130610

Concorrente**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

DRAEGER ITALIA

PARTITA IVA

09058160152

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

| Nome | Valore |
|-----------------------|-----------------|
| Valore offerto | 15489,27 |

Elenco dichiarazioni abilitazione

| | |
|---|---|
| Specificare le tipologie di apparecchiature fornite | Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali |
| Il sottoscritto Operatore Economico | dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A. |
| Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione | 20585533 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configuri come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

OFFERTA

Num. **00000903** Data:09/02/2023

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Via Ferdinando Palasciano
Caserta,81100
CE

Data di Validità: 01/04/2023

Ns. riferimento: Paolo Moretto

Cod. Cliente:

Riferimento Riparazione: RR-2396

| Cod. | Descrizione | Numero Seriale |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 10860 | Neurosoft Neuro-Audio | 0438SV |

Descrizioni Guasto: Acquisisce con difficoltà una traccia pulita. Cavetti elettrodi guasti, impedenza elevata.

Descrizioni Lavori: Fornitura di nuovo set di cavetti per elettrodi, taratura strumento.

| Codice | Quantità | Prezzo Un. | Sconto | Importo |
|--|-----------------|-------------------|---------------|----------------|
| 10794 - Calibrazione sistema per potenziali evocati uditivi in sede | 1 UN | 350,00 | 15,00% | 297,50 |

Si evidenzia che il guasto riscontrato (difficoltà nell'acquisire una traccia pulita) si verifica quando la deterzione della porzione di pelle dove vengono applicati gli elettrodi non viene eseguita in maniera corretta. Questo comporta che l'impedenza degli elettrodi sia troppo elevata e che la traccia acquisita non sia attendibile

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Totale Ricambi/Servizi | 297,50 EUR |
| Costi di Spedizione | EUR |
| Totale Intervento IVA Esclusa | 297,50 EUR |

Pagamento: Bonifico 60 gg fine mese

Cordiali saluti,
Ufficio Assistenza Inventis Italia

ACCETTAZIONE CLIENTE (tibro e firma)

Mec.San. Service S.R.L.

ELETTROMECCANICA SANITARIA



CERT.N° 6309/1 CERT. N°8698/0

| | |
|--|---|
| COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE PORTE AUTOMATICHE | |
| | LAVORAZIONE ACCIAIO INOX |
| | VENDITA E ASSISTENZA TECNICA ELETTROMEDICALI |

Spett.le
A.O. S. ANNA S. SEBASTIANO CAS
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE
P.IVA 02201130610

Luogo di consegna
A.O. S. ANNA S. SEBASTIANO CAS
VIA TESCIONE
81100 CASERTA CE

| PREVENTIVO | |
|-------------------|---|
| Num. | del |
| 63 | 03/02/2023 |
| Vs. Riferimento: | |
| Articolo | Descrizione |
| 1 | Con la presente, siamo lieti di formularvi consuntivo per la Riparazione di: RIF. 2023/2217 Ospedale S. Anna e S. Sebastiano AMBULANZA NEONATALE - BARELLA NEONATALE Sostituzione copri ruote in acciaio verniciato copri ruote Rifacimento perno centrale in acciaio Sostituzione bulloneria ruote Verifica generale del funzionamento COSTO COMPLESSIVO |

| UM | Q.tà | Prezzo | Sc.% | Importo sc. | Iva |
|----|------|-----------|------|-------------|-----|
| N. | 1 | 550,00000 | | 550,00 | 22 |

Pagamento: R.D. 60 GG. D.F. F.M.

Validita' offerta:

Iva esclusa a vs ricarico

| | |
|-------------------------------|--------|
| Totale merce Euro | 550,00 |
| % sconto | |
| Importo sconto | |
| Totale (ESCLUSO IVA) I | 550,00 |

Via A. Meucci 33/35 - 80020 Casavatore (NA)

TEL. 081.7375848 - FAX 081.7050700 - P.IVA 06983930634 - C.F. 02512201217

email: info@mecsanservice.it - ordini@mecsanservice.it - amministrazione@mecsanservice.it - assistenza@mecsanservice.it

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DETERMINA DIRIGENZIALE** con oggetto:
INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €20.540,86

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5030301010 - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZ. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/02/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito