



---

**Determina Dirigenziale N. 808 del 09/11/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Adesione Aziendale A.Q. Soresa per la fornitura di dispositivi per emodinamica – Aggiornamento Tecnologico Lotto 40 - Ditta Delta Hospital Srl (CIG n. 7616175A6D)**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 09/11/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Adesione Aziendale A.Q. Soresa per la fornitura di dispositivi per emodinamica – Aggiornamento Tecnologico Lotto 40 - Ditta Delta Hospital Srl (CIG n. 7616175A6D)

#### IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### PREMESSO CHE

- Quest’AORN con Deliberazione del DG n. 301/2018, (agli atti), ha aderito alla Convenzione stipulata con So.re.sa S.p.A (Determinazioni So.re.sa. nn.189/2027 e 203/2017) con le Ditte risultate aggiudicatarie della “procedura aperta per la fornitura pluriennale di dispositivi per Emodynamiche per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Campania”;
- nell’ambito di detta adesione è stato tra l’altro incluso il lotto 40 (Sistema per il trattamento dell’embolia polmonare mediante apposita cannula e circolazione extracorporea femoro-femorale completo di filtro e accessori d’uso), aggiudicato alla Ditta Delta Hospital Srl (Contratto informatico n. 4600021797 - CIG n. 7616175A6D);

#### RILEVATO CHE

- in data con 13.10.2023 il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto ha inoltrato al Servizio scrivente l’autorizzazione rilasciata dalla So.re.sa Spa (Prot. SRA-0018665-2022 – **All.1**) all’aggiornamento tecnologico – sostituzione codici, richiesto dalla precipitata aggiudicataria in merito ai prodotti inclusi nel suddetto lotto, come di seguito specificato:

ARTICOLO	CODICE	DISPONIBILITÀ DAL 24/06/2021
SISTEMA ANGIOVAC 1	H965251850 + H965251880	NO
SISTEMA ANGIOVAC 2	H965251860 + H965251880	NO
CANNULA 1	H965251850	NO
CANNULA 2	H965251860	NO
CIRCUITO	H965251880	SI
CANNULA 1	H965251930	SI
CANNULA 2	H965251940	SI
SISTEMA ANGIOVAC 1	H965251930 + H965251880	SI
SISTEMA ANGIOVAC 2	H965251940 + H965251880	SI

#### *Determinazione Dirigenziale*

**CONSIDERATO CHE** la vicenda modificativa di che trattasi non comporta variazioni rispetto alle condizioni economiche contrattuali (*Cfr già All.1*)

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO**

- di prendere atto - relativamente alla fornitura del lotto n. 40, incluso nella gara centralizzata (*Recte* fornitura pluriennale di dispositivi per Emodinamica) – Determine Soresa nn. 189/2027 e 203/2017, oggetto di adesione aziendale (Del. D.G. n.301/2018) – dell’aggiornamento tecnologico-cambio codici, proposto dalla Ditta aggiudicataria Delta Hospital Srl ed autorizzata dalla stessa So.re.sa – nei termini innanzi esposti, qui integralmente richiamati e trascritti;
  - di precisare che la suddetta vicenda non incide sulle condizioni economiche contrattuali in essere;
- ATTESTATO** che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conforme alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente;

**DETERMINA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

**I – PRENDERE ATTO** relativamente alla fornitura del lotto n. 40, incluso nella gara centralizzata (*Recte* fornitura pluriennale di dispositivi per Emodinamica) – Determine Soresa nn. 189/2027 e 203/2017, oggetto di adesione aziendale (Del. D.G. n.301/2018) – dell’aggiornamento tecnologico-cambio codici, proposto dalla Ditta aggiudicataria Delta Hospital Srl ed autorizzata dalla stessa So.re.sa – nei termini innanzi esposti, qui integralmente richiamati e trascritti;

**II – PRENDERE ATTO** altresì che la suddetta vicenda non incide sulle condizioni economiche contrattuali in essere;

**III - NOTIFICARE** copia della presente determinazione alla Ditta Delta Hospital Srl.;

**IV – TRASMETTERE** lo stesso al Collegio Sindacale, come per legge, alla Farmacia Ospedaliera ed alla UOC Cardiochirurgia.

**L’Estensore**

*Dott.ssa Carlotta Maria  
Simeone*

**IL DIRETTORE U.O.C.  
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
**Dott.ssa Teresa Capobianco**

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Oggetto:** Fw:Vs. ordine n. 32961530 AngioVac - SRA-0018665-2022 -Sostituzione codici articoli.  
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE.... Lotto n. 40  
**Mittente:** "accettazionefarmacia" <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>  
**Data:** 13/10/2023, 08:46  
**A:** "provveditorato" <provveditorato@ospedale.caserta.it>, "cardiochirurgia" <cardiochirurgia@ospedale.caserta.it>

All. 1

Si invia per gli adempimenti di competenza.

U.O.C. Farmacia

Del 30/10/2023

Da "Deltahospital" deltahospital@deltahospital.it  
A accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it  
Cc

Data Thu, 12 Oct 2023 16:05:11 +0200

Oggetto Vs. ordine n. 32961530 AngioVac - SRA-0018665-2022 -Sostituzione codici articoli.  
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE.... Lotto n. 40

Buongiorno,

In merito al Vs. ordine 32961530 odierno, Vi informiamo che c'è stato un aggiornamento tecnologico dei dispositivi con cambio di codice articolo.

Il codice articolo riportato sul Vs. ordine H965251860 dovrà essere sostituito dal codice H965251930; l'altro codice rimane invariato.

Alleghiamo lettera di recepimento di Soresa dell'aggiornamento avvenuto, brochure e scheda tecnica.

Attendiamo ordine modificato. Grazie.

TTD

Cordiali saluti.

Daniela Coppini





**Ai Sig.ri Direttori Generali  
 Ai Sig.ri Provveditori  
 AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU.,  
 IRCSS  
 a mezzo pec**

e p.c.

**DELTA HOSPITAL SRL  
 a mezzo pec: [deltahospital@deltahospital.it](mailto:deltahospital@deltahospital.it)**


**Oggetto: autorizzazione aggiornamento tecnologico- Sostituzione codici articoli.  
 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA  
 PER LE AZIENDE SANITARIE, OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, IRCCS DELLA  
 REGIONE CAMPANIA Rep. REP. 37/18 Lotto n. 40**

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto  
 vista la richiesta di aggiornamento tecnologico presentata dalla società **DELTA HOSPITAL SRL** ed acquisita al protocollo interno con n. SRA-0018598-2022 del 12/12/2022  
 acquisito il parere tecnico favorevole;  
 si autorizza l'aggiornamento tecnologico, alle medesime condizioni economiche contrattuali.


In allegato:

- Istanza di sostituzione codici

Distinti saluti.

*So.Re.Sa. S.p.A.*  
*Il Responsabile per l'esecuzione dei contratti*  
*Avv. Giannarco Massa*  


**Avv. Fabio Aprea  
 Direttore Affari Legali**





Delta Hospital s.r.l.

Via Ferrucci, 195/m - 59100 Prato (PO)  
Telefono: 0574-575702 • Fax: 0574-575703  
E-mail: [deltahospital@deltahospital.it](mailto:deltahospital@deltahospital.it)  
PEC: [deltahospital@pec.deltahospital.it](mailto:deltahospital@pec.deltahospital.it)

Prato 24 giugno 2021

**OGGETTO: Sostituzione codici articoli**

Con la presente, si comunica che a partire dalla presente data, i codici prodotto delle cannule Angiovac non sono più disponibili per l'ordinazione su territorio italiano e sono sostituiti da nuovi codici.

Questo cambio comporta quindi anche la modifica del codice di ordinazione dell'intero Sistema AngioVac. Diversamente dalle cannule, il circuito del sistema mantiene immutato il proprio codice e rimane disponibile per l'ordinazione.

Tutti i codici di ordinazione dei prodotti cambiano pertanto nel seguente modo:

ARTICOLO	CODICE	DISPONIBILITÀ DAL 24/06/2021
SISTEMA ANGIOVAC 1	H965251850 + H965251880	NO
SISTEMA ANGIOVAC 2	H965251860 + H965251880	NO
CANNULA 1	H965251850	NO
CANNULA 2	H965251860	NO
CIRCUITO	H965251880	SI
CANNULA 1	H965251930	SI
CANNULA 2	H965251940	SI
SISTEMA ANGIOVAC 1	H965251930 + H965251880	SI
SISTEMA ANGIOVAC 2	H965251940 + H965251880	SI

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

DELTA HOSPITAL SRL