
Determina Dirigenziale N. 541 del 31/05/2024

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO./09

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31/05/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO./09

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

1. U.O.C ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

- 1.1. Con deliberazione n°515 del 29.04.2024 è stata aggiudicata la procedura di gara relativa alla fornitura di una pompa artroscopica e accessori vari per chirurgia della spalla per le esigenze della uoc Ortopedia e Traumatologia,
- 1.2. Con medesima delibera si è preso atto che il LOTTO 2 relativo alla fornitura di un albero di trazione e n. 40 manicotti monouso, è andato deserto;
- 1.3. Al fine di provvedere in merito in data 13/05/2024 è stata attivata la trattativa MEPA n. 4346435 con la società Smith & Nephew (P.IVA 0953780962) per la fornitura di che trattasi, per un importo presunto di spesa pari a € 8.190,00 oltre IVA al 22 %;
- 1.4. di associare alla presente procedura il seguente CIG[B1A57D514];
- 1.5. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 4346435 con la società S Smith & Nephew srl (P.IVA 0953780962) per la fornitura di che trattasi, per un importo di spesa pari a € 9.991,80 oltre IVA al 22 %;

2. U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

- 2.1. Con nota prot. 13451 del 07.05.2024, il Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia, ha chiesto l'acquisto urgente di n°3 pinze bipolar Biclamp Lap , Marylad zigrinata COD. 20195-134;
- 2.2. Al fine di provvedere in merito in data 27.05.2024 è stata attivata la trattativa MEPA n. 4387995 con la società ERBE ITALIA SRL (P.IVA 06349620960), per un importo di spesa pari a € 6.400,00 oltre IVA al 22 %;
- 2.3. Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 4387995 con la società ERBE ITALIA SRL per un importo di spesa pari a € 7.808,00 oltre IVA al 22 %;

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

3. U.O.C. ANATOMIA PATHOLOGICA

- 3.1. con nota prot. 35380 del 6.12.2023, il Direttore della UOC Anatomia Patologica, in vista dell'imminente spostamento del reparto dall' edificio H all'edificio F di questa AORN, ha richiesto l'acquisto di diverse apparecchiature;
- 3.2. con nota prot. del 7530 del 11.03.2024, il Direttore della UOC Anatomia Patologica, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 8.03.2024 con la Direzione Sanitaria, ha chiesto nuovamente alla UOC Tecnologia l'acquisto urgente, tra l'altro di un microtomo semiautomatico;
- 3.3. la Direzione strategica, con nota posta a margine della succitata nota, ha dato mandato alla UOC Tecnologia Ospedaliera di procedere;
- 3.4. in data 16.05.2024 è stata attivata la trattativa MEPA n. 4357830 con la società EPREDIA ITALIA SRL (P.IVA 10778460963) per la fornitura di un microtomo rotativo semiautomatico e piastra fredda, per un importo di spesa pari a € 18.400,00 oltre IVA al 22 %;
- 3.5. di associare alla presente procedura il seguente CIG[B1B3D3281F];
- 3.6. ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 4357830 con la società EPREDIA ITALIA SRL per la fornitura di un microtomo semiautomatico e piastra fredda con una garanzia full-risk di 36 mesi, per un importo di spesa pari a € 22.448,00 oltre IVA al 22 %;

N.	Società	Oggetto dell'intervento	Offerta/TD/Prev.	U.O.C./U.O.S.D.	Prezzo senza IVA
1	SMITH & NEPHEW	Fornitura di n. 1 ALBERO DI TRAZIONE	Trattativa MEPA n. 4346435 del 13.05.2024	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	€ 8.190,00
2	ERBE ITALIA SRL	Fornitura di 3 pinze bipolarì Lap, Marylad	Trattativa MEPA n.4387995 del 27.05.20204	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 6.400,50

Determinazione Dirigenziale

3	EPREDIA ITALIA SRL	1 micrrotomo rotativo semiautomatico + piasta fredda + GARANZIA 36 mesi full-risk	Trattativa MEPA n. 4357830 del 16.05.2024	ANATOMIA PATOLOGICA	€ 18.400,00
---	--------------------	---	---	---------------------	-------------

Tabella n°1

Visti

- l'art. 50 del D. Lgs.36/2023;

Ritenuto

procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare le offerte riportate in premessa relative alle forniture/riparazioni *de quibus* per le esigenze di varie UU.OO.;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 32.990,50 oltre IVA 22% ovvero € 40.248,41 i.v.a. compresa,
 - per l'importo di € 6.400,50 oltre i.v.a. 22% sul conto economico 5030301010 MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;
 - per l'importo di € 26.590,00 oltre i.v.a. 22% sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
- attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture *de quibus* i CIG riportati nella tabella 2, di seguito specificata:

Determinazione Dirigenziale

ID	SOCIETÀ	U.O.C.	IMPORTO I.V.A. ESCLUSA	IMPORTO I.V.A. INCLUSA	CIG
1	SMITH & NEPHEW	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	€ 8.190,00	€ 9.991,80	B1A57D5154
2	ERBE ITALIA SRL	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	€ 6.400,50	€ 7.808,61	B1D9E1938C
3	EPREDIA ITALIA SRL	ANATOMIA PATHOLOGICA	€ 18.400,00	€ 22.448,00	B1B3D3281F
TOT			€ 32.990,50	€ 40.248,41	

Tabella n°2

- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle UU.OO. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, Ortopedia e Traumatologia, Anatomia Patologica, Ostetricia e Ginecologia;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E
HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

FORNITURA ACCESORI CHIERURGIA DELLA SPALLA , RIF. VS PREVENTIVO 45144/2024Itsm

Dati Principali

Numero RDO

4346435

Nome RDO

FORNITURA ACCESSORI PER CHIRURGIA DELLA SPALLA

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date**Pubblicazione**

13/05/2024 15:22

Inizio presentazione offerte

13/05/2024 15:22

Termine ultimo presentazione offerte

15/05/2024 12:00

Data limite stipula contratto

15/05/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

10

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

B1A57D5154

CUP

-

CPV**Identificativo**
33162200-5**Descrizione**

Strumenti per sala operatoria

CategoriaApparecchiature
elettromedicali-Mepa**Fornitura**
100**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO MERCI

Importo presunto fornitura

€ 8.190,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



condizioni i fornitura.pdf

209.2 Kb

condizioni di fornitura

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale**

00953780962

SMITH & NEPHEW S.R.L.

Smith & Nephew S.r.l.

Viale T. Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Italy

T: + 39 039 60941
F: + 39 039 651535
www.smith-nephew.it

Sesto San Giovanni, 13/05/2024

Smith+Nephew



Cod. Cliente 150151

Spett.le
AO ORNAS S. ANNA SEBASTIANO
VIA F. PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)

C.A.: U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Offerta N° 45144/2024Itsm
(citare in comunicazioni ed ordini)

Oggetto : RdO 4346435. Fornitura accessori per chirurgia della spalla

Con la presente siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

Trazione e manicotti per cuffia dei rotatori e instabilità

SPALLA - Sistema ACUFEX di trazione braccio per decubito laterale

Ns. Art **Descrizione**
72205101 ACUFEX Trazionatore braccio per decubito laterale
CND: Z12011280 RDM: non applicabile CLASSE: I
Importo unitario scontato: € 4.000,00000 (quattromila/00000) + IVA 22%
Confezione indivisibile da 1 pezzo

SPALLA - Sistema ACUFEX di trazione braccio per decubito laterale

Ns. Art **Descrizione**
72205103 ACUFEX Asta per instabilità per trazionatore
CND: Z12011280 RDM: non applicabile CLASSE: I
Importo unitario scontato: € 1.200,00000 (milleduecento/00000) + IVA 22%
Confezione indivisibile da 1 pezzo

SPALLA - Sistema ACUFEX di trazione braccio per decubito laterale

Ns. Art	Descrizione
72205180	ACUFEX Carrello per trazionatore
CND: Z12011280	RDM: non applicabile CLASSE: I
Importo unitario scontato: € 350,00000 (trecentocinquanta/00000) + IVA 22%	
Confezione indivisibile da 1 pezzo	

SPALLA - Sistema ACUFEX di trazione braccio per decubito laterale

Ns. Art	Descrizione
72205104	ACUFEX Kit monouso per trazionatore standard+instabilità (conf. 6 pz.)
CND: Z12130280	RDM: 2531650 CLASSE: Is
Importo unitario scontato: € 110,00000 (centodieci/00000) + IVA 22%	
Importo a confezione indivisibile scontato: € 660,00000 (seicentosessanta/00000) + IVA 22%	

Quantità richiesta:

N°1 cod. art. 72205101 Trazionatore braccio per decubito laterale
N°1 cod. art. 72205103 Asta per instabilità per trazionatore
N° 1 cod. art. 72205180 Carrello per trazionatore
N°4 confezioni cod. art. 72205104 Kit monouso per trazionatore standard + instabilità

Importo totale € 8.190,00 (ottomilacentonovanta/00) + IVA 22%

Tempi di consegna dall'ordine: il materiale sarà disponibile nella seconda metà del mese di giugno

Garanzia dei prodotti offerti: 24 mesi

=====

Condizioni di fornitura :

Imballo: compreso nel prezzo
Consegne: secondo Vostre istruzioni ed in base alla disponibilità
Pagamento: 60 GG DF (D.L. 231/2002 - D.L. 833/78)
I.V.A.: a Vostro carico
Validità offerta: fino ad emissione nuova offerta

Applicabilità dell'offerta

Le condizioni contenute in questa offerta non sono cumulabili con quotazioni (prezzi e/o scontistiche) indicate in precedenti offerte riferite a prodotti analoghi o equipollenti.

Resi

In caso di reso Vi preghiamo voler contattare Smith & Nephew al recapito 039/60941.
Vi sarà fornito un numero di autorizzazione al reso da indicare sulla DDT che accompagnerà la merce; Vi invitiamo pertanto a non effettuare alcun reso senza prima aver ricevuto dalla

scrivente il relativo numero di autorizzazione.

Eventuali ordini potranno essere inoltrati a

Customer Service Smith & Nephew:

- Fax: 039 6094260**
- Orders.Italy@smith-nephew.com (Ortopedia, Sport Medicine, ENT)**
OrdersAWM.IT@smith-nephew.com (Pressione Negativa, Medicazioni avanzate, Farmaco)
- PEC: smith.nephew.customerservice@pec.it**

Eventuali comunicazioni potranno essere inoltrate a Ufficio Gare Smith & Nephew:

- Fax: 039 6094424; 039 6094303**
- Mail: milan-gare@smith-nephew.com**
- PEC: smith.nephew.asdtender@pec.it**

Le informazioni, le condizioni ed i prezzi contenute nel presente documento sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso scritto dell'altra parte o per obbligo di legge. Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi. Il cliente garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei propri archivi dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute da Smith&Nephew.

Distinti saluti

Smith & Nephew S.r.l.



Stefania Maino
Un Procuratore



07/05/2024 13.09-20240013451



AZIENDA OSPEDALIERA SANTI' ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
VIA PALASCIANO - 81100 CASERTA
DIRETTORE GENERALE DR. GAETANO GUBITOSA
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia a
Direzione Universitaria
Direttore: Prof. Luigi Cobellis



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

**Al Provveditorato
Alla Tecnologia Ospedaliera**

OGGETTO: Approvigionamento pinze bipolari poliuso per laparoscopia

Con la presente si richiede l'approvvigionamento di N.3 Pinze Biclamp Lap, Maryland zigrinata Cod. 20195-134

*Con celeri
mezzi*

DATA

7/5/2024

FIRMA

*U.O.C.
Ostetricia e Ginecologia
direttore Prof. Luigi Cobellis*

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

FORNITURA n. 3 PINZE BIPOLARI BiCLAMP Maryland rif. vs prev. 24000509 SQbis del 23.05.2024

Dati Principali**Numero RDO****4387995****Nome RDO**

FORNITURA n. 3 PINZE BIPOLARI BiCLAMP Maryland rif. vs prev. 24000509 SQbis del 23.05.2024

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date

Pubblicazione

 27/05/2024 12:36

Inizio presentazione offerte

 27/05/2024 12:36

Termine ultimo presentazione offerte

 28/05/2024 12:00

Data limite stipula contratto

 27/05/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

20

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

B1D9E1938C

CUP

-

CPVIdentificativo
33162200-5**Descrizione**

Strumenti per sala operatoria

Categoria

Altri dispositivi medici

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO MERCI

Importo presunto fornitura

€ 6.400,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale**

06349620960

ERBE ITALIA S.R.L.



erbe

Erbe Italia S.r.l. Viale Sarca 336/F 20126 Milano Italia

Sede Legale: 66182
Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano
Via Tescione
81100 Caserta CE
Italia

24000509 SQbis

Data	Valido fino a	Riferimento ordine cliente
23.05.2024	27.07.2024	Richiesta pec 0000000000
Nr. Cliente	Codice Fiscale / P. IVA	Codice Univoco
66182	IT02201130610 02201130610	
Zona	Codice IPA	Pagina
8073	AOSA_061	1 di 1

Contatto
Lorena Boaro
Telefono
fax
lorena.boaro@erbe-italia.com

Offerta economica per la fornitura di pinze BiClamp - Offerta migliorativa

Pos.	Q.tà	U/M	Nr. articolo	Descrizione	Matr./LOT	Prezzo	Totale EUR
1,000	3	ST	21195-134	Pinza LAP BiClamp®; Maryland MF-2; zigrinata; Ø 5mm; L 340mm CND: Z12010904 RDM: 1682551			
				Prezzo netto	2.133,5000	6.400,50	
				PREZZO DI LISTINO € 2.510,00 AL NETTO DI IVA			
				SCONTO A VOI RISERVATO 15%			
				PREZZO A VOI RISERVATO € 2.133,50 AL NETTO DI IVA			

Condizioni di pagamento Rimessa Diretta 60gg DF FM

Imponibile	6.400,50
IVA 22% - SP	1.408,11
Totale EURO	7.808,61 €

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti

Contributo CONAI assolto ove dovuto

Condizioni di fornitura:

validità offerta: 60 gg

consegna: 60 gg

spedizione: P.to Franco

IVA di legge: 22%

garanzia: 12 mesi

Dott. PAOLO BOTTA
Amministratore Delegato
ERBE ITALIA S.r.l.

(Documento sottoscritto digitalmente)

Erbe Italia S.r.l. Viale Sarca 336/F 20126 Milano Italia

Tel. +39 02 6474681
Fax. +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
www.erbe-italia.com

Banca Intesa San Paolo

IBAN : IT 74 P 03069 09400 100000000301

Banka Popolare di Sondrio:

IBAN : IT 98 K 05696 01628 000030095X90

C.F. e P.IVA IT06349620960
Registro RAEE: IT1011000006929
REA MI-1886530

Capitale Euro I.v. 100.000,00
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento della
società Erbe Elektromedizin GmbH - Erbe Italia S.r.l. a Socio Unico

11/03/2024 16.16-20240007530*



Dipartimento Oncologico

U.O.C. Anatomia Patologica

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"

CASERTA

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" - Direzione Generale

Per la svolgibilità di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

- Attari Generali
- Attari Legali
- App. Epid. For. Qual. Perf.
- Controllo di Gestione
- Dipartimento
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Farmacia

PL Direttore

Dott. Pasquale Orabona

Tel: +39 0823 232226

- G.E.F.
- G.R.U.
- Ing. Osp. e Serv. Tec.
- O.P.S.O.S.
- Prov. ed Econ.
- S.I.A.
- Tecnologia Osp.
- Altro

Caserta 11/03/2024

Provvedere
come pla

Al Sig. Direttore Sanitario

Il Direttore Generale

Gaetano GUBITOSA

ASSE Direttore U. O. C. Provveditorato ed Economato

p.c. Al Sig. Direttore Amministrativo

p.c. Al Sig. Direttore Generale

LORO SEDI

precisezzi

tel
D.S.

UOS: Anatomia Macroscopica ed

Immunoistochimica

Dr. Agnese Caiola

Tel: +39 0823 232088

IPAS: Diagnostica Molecolare nelle
patologie del tratto gastroenterico

Dr. Carmela Buonomo

Tel: +39 0823 232018

Dirigenti Medici

Dr. M. Raffaela Campanino

Dr. Jessica Falleti

Dr. Giovanna Mazzarella

Dr. Mirella Pace

Coordinatore Tecnico

Dr. Giuseppe Ricci

Tel: +39 0823 232012

Accettazione: +39 0823 2320022

Stanza Medici: +39 0823 232010

Facendo seguito a quanto convenuto nell' incontro svolto in Direzione Sanitaria il giorno 08/03/2024 si chiede alle SS. LL. di dare seguito all'adeguamento delle attrezzature della UOC di Anatomia Patologica reso necessario in parte dal prossimo trasferimento presso i nuovi locali in allestimento presso l' Edificio F ed in parte dai guasti determinatisi ad alcune delle apparecchiature presenti in laboratorio (ultimo quello della stampante di biocassette) che superano ormai abbondantemente il decennio.

Si chiede, pertanto, alla UOC di Tecnologia Ospedaliera di procedere all'acquisto di un microtomo rotativo semiautomatico, di un microscopio a fluorescenza, delle nuove cappe chimiche e di una nuova cappa biologica (queste ultime secondo quanto indicato nella relazione sulle attrezzature inviata precedentemente alla Direzione Aziendale con protocollo n. 0035380/i il 06/12/2023 e già autorizzata dal Sig. Direttore Sanitario in data 07/12/2023).

Si chiede, invece, alla UOC Provveditorato ed Economato di acquisire con procedura di service o di noleggio, comprensivo di consumabili, le seguenti attrezzature:

- a) un nuovo processore, di simile tipologia a quello già in possesso a gara ad oggi attiva (Delibera n. 782 del 02/11/2021) per sostituire il modello Peloris della ditta Leica di proprietà aziendale ma dismesso perché non più riparabile;
- b) una stampante di ultima tecnologia per biocassette comprensiva di consumabili (le biocassette);
- c) una nuova centralina per le inclusioni comprensiva di consumabile (paraffina);
- d) un coloratore per citologia comprensivo di consumabili (alcool e sostituto dello xilolo) in sostituzione di quello attualmente in uso, più volto guastatosi.

Si allegano i relativi capitolati e si confida in un sollecito avvio degli iter procedurali.

Distinti saluti

A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" Il Direttore

U.O.C. Pasquale Orabona
Direttore Dott. Pasquale Orabona

10/03/2024

LOTTO 1

- **N. 1 PROCESSATORE AUTOMATICO A CIRCUITO CHIUSO**
- **N. 1 CENTRALINA DI INCLUSIONE COMPLETA DI PIASTRA FREDDA**
- **N. 1 STAMPANTE DI BIOCASSETTE**

RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL CORRETTO E COMPLETO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI OFFERTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK

LOTTO 1:

490.000€ BASE D'ASTA PER 5 ANNI

CARATTERISTICHE MINIME INDISPENSABILI PENA ESCLUSIONE

N. 1 Processatore Automatico a circuito chiuso per campioni istologici

L'apparecchiatura offerte dovranno essere affidabili e con elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima versione software e hardware disponibile al momento della effettiva consegna e dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- Processatore a pavimento automatico nuovo, di ultima generazione/immissione sul mercato, completo di funzionalità vuoto/pressione ed agitazione del reagente in camera (almeno 4 livelli di intensità);
- Processatore con software di gestione dello strumento in italiano e dotato di schermo a colori touch screen resistente ai solventi;
- Il software deve prevedere un modulo di gestione dell'usura del reagente/reagente esausto e fornire una rappresentazione in real time dello stato dello strumento;
- Processatore con taniche reagenti precaricate/dedicate di capacità minima di 4 litri e in posizione frontale rispetto l'operatore;
- Processatore a ciclo chiuso dotato di filtro a carbone attivo per la pulizia dell'aria espulsa in ambiente;
- Processatore con almeno 3 serbatoi di paraffina da minimo 4,5 litri e dotato di protocollo di pulizia paraffine;
- Processatore con minimo numero 2 taniche reagenti dedicati esclusivamente alla pulizia della camera di processo e massimo numero 9 taniche di reagenti dedicati ai protocolli di processazione;
- Sistema con possibilità di funzionare a carico parziale ed utilizzo di minime quantità di reagente;
- Reagenti dedicati allo strumento, forniti in taniche precaricate che azzerano il contatto dell'operatore con ogni tipo di reagente, sia in posizione di carico che scarico;
- Taniche reagenti pre-caricate offerte con sistema RFID o similare, a garanzia di funzionamento, sicurezza operatore e sicurezza sostituzione reagenti;
- Gestione automatica del cambio reagenti con segnalazione della tanica da sostituire. Sistema di sicurezza elettronica che impedisca il funzionamento con reagente esausto o scaduto;
- Consumabili dedicati inclusi filtri;
- Gruppo di continuità UPS fornito con lo strumento;
- Strumentazione con marcatura CE e conformità alla direttiva 98/79 CE;
- Collegamento remoto per assistenza tecnica;
- Tutti i reagenti devono avere marcatura CE IVD.

N. 1 Centralina di inclusione e piastra fredda

- Sistema modulare compatto, composto da unità calda e fredda separabili

- Unità dispensatrice con lente di ingrandimento e sorgente luminosa alogena, comprensiva di cassetti caldi per biocassette e molds (minimo 320 molds standard e 180 biocassette standard), con vasca di fusione con capacità ≥ 6 L
- Sistemi a rapido raggiungimento della temperatura di esercizio (≤ 30 minuti)
- Temperature del modulo caldo regolabili per singole aree
- Porta pinzette riscaldato rimovibile per adeguata pulizia dello stesso
- Termoregolazione digitale per l'impostazione e la visualizzazione della temperatura di esercizio
- Timer per la programmazione dell'accensione e dello spegnimento del modulo caldo
- Regolazione del flusso di caduta della paraffina
- Possibilità di erogazione paraffina con leva, pedale e sensore di presenza formella
- Capacità refrigerante del modulo freddo: almeno 60 campioni standard in meno di 30 minuti
- Unità raffreddante impostabile da 0°C fino a -20°C (≥ 120 cassette standard/superficie) affiancabile al modulo caldo e/o alle postazioni di taglio
- PC all-in-one con lettore barcode per tracciare le operazioni di inclusione

N. 1 Stampante di Biocassette

Le apparecchiature offerte dovranno essere affidabili e con elevato livello di protezione della salute e della sicurezza, nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima versione software e hardware disponibile al momento della effettiva consegna e dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- Stampante di ultima generazione in grado di stampare su biocassette reperibili sul libero mercato (no materiale dedicato)
- Portata minima complessiva della stampante: 150 cassette
- Alta autonomia di stampa
- Alta velocità di stampa (non inferiore a 10 cassette/minuto)
- Risoluzione di stampa maggiore o uguale a 2000 dpi
- Stampa totalmente indelebile, in grado di resistere ad ogni tipo di sfregamento meccanico prodotto in laboratorio durante la rimozione della paraffina dalla biocassetta.
- Stampa di caratteri alfanumerici, codice a barre lineare e bidimensionale
- Lettore di codice a barre integrato
- Verifica delle certificazioni CE previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l'operatore nel caso di utilizzo di sorgenti laser
- PC completo per il corretto funzionamento della stampigliatrice
- Interfacciamento al LIS di laboratorio

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Processatori Automatici a circuito chiuso per campioni istologici

Caratteristiche tecniche ed analitiche del sistema (max Punti 70): **(PESO PONDERALE 60%)**

N.	Caratteristiche della strumentazione principale	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
1	Sistema di autodiagnosi dello strumento, automatico, eseguito prima di ogni processazione a salvaguardia dei campioni e dopo il lavaggio per un check-up completo dello strumento	D	10
2	Sistema di identificazione di tutti i reagenti, compresa la paraffina, basato su tecnologia RFID che non permetta scambio di reagenti, con gestione della paraffina esausta a circuito chiuso con scarico in tanica dedicata e tracciata dal sistema.	T	5
4	Processatore con massimo 9 taniche reagenti precaricate e dedicate alla processazione e 2 taniche reagenti precaricate e dedicate al lavaggio, poste in posizione frontale rispetto all'operatore. Lo strumento non dovrà avere dimensioni superiori a: 700x750 mm (LxP)	T	10

6	Affidabilità dei sistemi di sicurezza presenti sullo strumento al fine di tracciare le attività dell'operatore e per verificare la corretta chiusura del vano reagenti e della camera di processazione	D	10
7	Capacità del sistema di ridurre la suscettibilità del processore alle impurità o corpi estranei riducendo il rischio di blocchi di funzionamento del sistema idraulico	D	10
8	Strumento di tracciabilità pre-processazione, in grado di acquisire immagini del materiale posto all'interno di una bio-cassetta, con possibilità, mediante interfacciamento al LIS, di reperire le immagini acquisite in fase di refertazione.	T	15
9	Reagente a basso livello di tossicità alternativo allo xilene, lemon-free, con marcatura CE-IVD privo del pittogramma di sicurezza GSH08	T	10
TOTALE punteggio		70	

Centralina di inclusione e piastra fredda

Caratteristiche tecniche ed analitiche del sistema (max Punti 70): (**PESO PONDERALE: 30%**)

N.	Caratteristiche della strumentazione principale	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
1	Sistema di scioglimento rapido della paraffina in grado di favorire la dispensazione dopo 30 minuti dall'accensione.	D	5
2	Capacità del serbatoio di fusione della paraffina: 6 Litri	T	10
3	Possibilità di attivare la dispensazione della paraffina liquida in tre modalità: tramite leva di erogazione manuale, tramite sensore ultrasuoni in grado di rilevare la presenza della mold e tramite pedale	T	10
4	Display touchscreen capacitivo da 4,3" a colori altamente sensibile anche se utilizzato con diverse tipologie di guanti (vinile, nitrile, lattice)	D	5
5	Porta pinzette di semplice pulizia e rimovibile	D	5
6	Piastra calda in acciaio verniciato con piano in alluminio con trattamento superficiale in grado di garantire una protezione massima contro la corrosione, l'usura e l'abrasione, consentendo una facile pulizia del piano di lavoro anche a basse temperature	D	10
7	Ampia superficie di raffreddamento in acciaio verniciato con piano in alluminio con trattamento superficiale in grado di garantire una protezione massima contro la corrosione, l'usura e l'abrasione, consentendo di raffreddare uniformemente i blocchi di paraffina con il minimo ingombro dello strumento	D	10
8	Sistema di inclusione con mold dedicata, in grado di generare inclusioni pulite e ben rifinite, senza necessità di pulizia (100% trimming-free)	T	15
TOTALE punteggio		70	

Stampante di Biocassette

Caratteristiche tecniche ed analitiche del sistema (max Punti 70): (**PESO PONDERALE: 10%**)

N.	Caratteristiche della strumentazione principale	Criterio di valutazione	Punteggio massimo
1	Modalità di stampa - 10 pt: laser UV - 3 pt: laser IR o altro - 1 pt: trasferimento termico	Q	10
2	Risoluzione di stampa: - 10 pt: >600 dpi - 5 pt: 600 dpi	Q	10
3	Capacità dei caricatori: - 10 pt: >80 - 5 pt: 41-80 - 0 pt <41	Q	10
4	Numero caricatori integrati nella stampante: - 10 pt: ≥6 - 5 pt: 2-5 - 0 pt: 1	Q	10
5	Lettore barcode integrato - 15 pt: Sì - 0 pt: No	T	15
6	Cassetto di uscita con disposizione ordinata delle biocassette stampate. Sarà valutata la capacità e il maggior numero di biocassette stampate che possono essere raccolte in modo ordinato dal sistema di raccolta	D	15
	TOTALE punteggio		70

Si precisa che la Ditta aggiudicatrice si impegnerà a provvedere alla fornitura del materiale di consumo necessario al funzionamento di tutti gli strumenti richiesti per un totale di circa 60000 casi l'anno.

BA 5 ANNI 490.000€
BA 1 ANNO 98.000€

LOTTO 2

**Durata 5 anni completo di assistenza tecnica full risk, UPS, Banco e reagenti.
spesa presunta 80.000/anno**

1. Noleggio Coloratore-Montavetrini integrato per colorazioni citologiche,

Caratteristiche minime

1. Coloratore da banco ad immersione, nuovo e di ultima generazione, con vaschette facilmente removibili e lavabili;
2. Possibilità di eseguire in simultanea diversi protocolli di colorazione (PAS, PAP, H/E, GIEMSA);
3. Presenza di filtro per l'adsorbimento e l'abbattimento dei fumi;
4. Pannello di controllo Touch-screen a colori e resistente ai solventi;
5. Possibilità di programmare almeno 30 protocolli di colorazione differenti;
6. Possibilità di utilizzo di cestelli da 30 vetrini;
7. Presenza di sensore di livelli per i reagenti così da garantirne un utilizzo corretto degli stessi nonché segnalazione di usura anomala o mancanza di reagente
8. Presenza di un sistema ottimizzato per la gestione dei reagenti;
9. Protocolli validati modulabili a seconda delle esigenze del reparto
10. Montavetrini a vetro, integrato al coloratore che non preveda interventi da parte dell'operatore per il trasferimento dei cestelli dall'uno all'altro e che garantisca il montaggio automatico e veloce dei vetrini colorati;
11. Montavetrini in grado di restituire Vetrini montati, asciutti e pronti all'uso;
12. Montavetrini con filtro a carboni attivi per l'aspirazione dei fumi;
13. Possibilità di montare vetrini anche con carico manuale e dotati di etichetta oppure stampati
14. L'intero Sistema deve avere la possibilità di connessione all'impianto di aspirazione esterno;
15. Sistema di asciugatura dei vetrini in fase di montaggio, in modo da ottenere preparati stabili e sicuri idonei alla lettura al microscopio

Caratteristiche preferenziali

Modalità di avvio automatico dei protocolli di colorazione mediante riconoscimento automatico del cestello	8
Presenza di forni riscaldati per la fase di asciugatura/colorazione, indicarne il numero	6
Coloratore con capacità di carico e di scarico di almeno 5 rack alla volta	8
Possibilità di carico/scarico dei rack portavetrini mediante apposito cassetto per ridurre al minimo l'esposizione dell'operatore	7
Velocità di esecuzione dei protocolli di colorazione in simultanea	4
Sistema di aspirazione di eventuali vapori tossici	4
Coloratore munito di doppio filtro a carboni attivi	4
Lettore ottico per conta dei singoli vetrini colorati per una gestione ottimale del grado di	7

consumo dei reagenti	
Montavetrini dotato di due linee di montaggio indipendenti in grado di montare due rack in parallelo	9
Montavetrini con sistema di scarto completamente automatico dei vetri rotti, senza alcuna fase di intervento manuale	4
Possibilità di stoccaggio di almeno 250 vetrini montati senza necessità di rimuovere i cestelli, indicarne il numero	5
Possibilità di montare vetrini con carico manuale direttamente dalle stazioni di ingresso del montavetrini senza interrompere cicli di colorazione in corso	4

Fabbisogno Reagenti e Consumabili	Quantità annue richieste
Alcool 100 – 5litri	80litri
Alcool 95- 5litri	160 litri
Xilolo	40 litri
Sostitutivo dello Xilolo	40 litri
Montante	4800 test
Vetrini copri-oggetto	4800 pz
Ematossilina/Eosina kit validato	2400 test
Eosina acquosa	10 litri
Ematossilina di Harris 1-litro	20 litri
Ematossilina di Mayer 1-litro	20 litri
OG6 -1litro	10 litri
EA50 – 1 litro	10 litri
Acido Periodico 473ml	10 litri
Reagente di Schiffs (500 ml)	10 litri
GIEMSA MGG QUICK STAIN 1litro	12 kit

spesa presunta PER 5 ANNI 400.000

80.000/anno

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

FORNITURA MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMATICO CON PIASTRA FREDDA RIF. VS OFFERTA 2024-001-O-RB DEL 4.04.2024

Dati Principali

Numero RDO

4357830

Nome RDO

FORNITURA MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMATICO E PIASTRA FREDDA, CON ESTENSIONE GARANZIA A 36 MESI

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date**Pubblicazione**

16/05/2024 11:39

Inizio presentazione offerte

16/05/2024 11:39

Termine ultimo presentazione offerte

17/05/2024 12:00

Data limite stipula contratto

16/05/2025 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

B1B3D3281F

CUP

-

CPV**Identificativo**

33190000-8

Descrizione

Dispositivi e prodotti medici vari

Categoria

Altri dispositivi medici

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 18.400,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale****10778460963****EPREDIA ITALY SRL**



-14-0004 Rev 1.0

Spett.le
A.O.R.N.
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
VIA FERDINANDO PALASCIANO
81100 CASERTA (CE)

Milano, 17/05/2024
Ns. Rif. 2024-0015-G
TD MEPA 4357830

OGGETTO: FORNITURA MICROTOMO ROTATIVO SEMIAUTOMATICO E PIASTRA FREDDA, CON ESTENSIONE GARANZIA A 36 MESI

Il sottoscritto [REDACTED], nato a [REDACTED] il 08/12/1970, residente a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante della società EPREDIA ITALY s.r.l., Società appartenente al gruppo PHC, Capitale Sociale: € 10.000,00 i.v., con sede legale c/o Ascensia Diabetes Care Italy Srl in Via Varesina 162 – 20156 MILANO - ITALIA, P.I./C.F. e Registro Imprese 10778460963 in data 15/04/2019 – REA MI-2556748 del 15/04/2019, **in nome e per conto della suddetta Società** conferma la quotazione economica, così come dettagliata nel Consuntivo WO-00125557 allegato.

Codice acquisto	Descrizione	Prezzo Listino	Quantità	Prezzo totale scontato a voi riservato
905190ER	Microtomo rotativo HM 340, semiautomatico	€ 9.952,27	1	€ 8.208,00
771110	Sistema per il raffreddamento del morsetto portacampioni COOL CUT	€ 2.785,70	1	€ 2.360,00
A81000004	HistoStar modulo freddo	€ 6.754,81	1	€ 4.500,00
PL905200	Full Risk Gold 24 mesi post garanzia	€ 1.169,10	2	€ 2.221,00
PLA81000002	Full Risk Gold 24 mesi post garanzia	€ 585,00	2	€ 1.111,00
Totale offerta IVA esclusa			€	18.400,00

Condizioni generali di fornitura

- Condizioni di pagamento: bonifico bancario 30 gg d.f.
- IVA:22% a Vs carico
- Invio ordini ad uno dei seguenti recapiti:
e-mail sales.italia@epredia.com
pec gare_epredia.it@pec.it
ID NSO0:REUACBWY
ID PEPPOL 0211:IT10778460963
- si prega di inserire nell'ordine il numero di Riferimento della presente offerta

Attenzione: laddove possibile, gli ordini per il servizio di assistenza e manutenzione (service) dovranno essere sempre espressi in voci separate da quelle per la strumentazione, consumabili ed accessori.

Vi ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti.

Andreas Kaeppelin
Amministratore Unico
EPREDIAITALY srl

Documento firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:
INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE E FORNITURE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO./09

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €6.400,50

- è di competenza dell’esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €26.590,00

- è di competenza dell’esercizio 2024 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/05/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito