



**Determina Dirigenziale N. 688 del 09/07/2024**

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: Fornitura pluriennale di prodotti per la UOC Oculistica (Del. DG n. 603 e n.727/2024) Lotto n.1 - Sostituzione codice - Ditta BIOPTIKA SRL.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 09/07/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Fornitura pluriennale di prodotti per la UOC Oculistica (Del. DG n. 603 e n.727/2024) Lotto n.1  
- Sostituzione codice - Ditta BIOPTIKA SRL.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del DG n. 603/2024 - previo espletamento di una procedura aperta e telematica - è stata aggiudicata la fornitura pluriennale di prodotti da destinare alla UOC Oculistica (lotti vari) alle Ditte ivi elencate e qui integralmente trascritte;
- nella suindicata aggiudicazione, è presente al lotto n. 1 la fornitura di "*Telino per oculistica in TNT misura 100 x 120 cm circa foro ricoperto da membrana trasparente e 1 sacchetto raccogli liquidi*" in capo alla Ditta Bioptika Srl. (contratto informatico n. 46/266337);

**ATTESO CHE** la precipita Ditta con mail dell'08/07/2024 - a seguito dell'ordine emesso dalla Farmacia Ospedaliera (n. 33314837) - ha comunicato l'intervenuta variazione codice, dal "*codice 0066480 .....in 0072918*", trasmettendo la scheda tecnica di pertinenza, fermi le caratteristiche ed il prezzo (all.n.1);

**CONSIDERATO CHE**

- il Direttore f.f. della UOC Oculistica, Dott. Valerio Piccirillo, ha espresso parere favorevole in merito alla sostituzione proposta (mail dell'08/07/2024 – all. n.2), come emerge dalla dichiarazione resa a margine della scheda tecnica;

- il Direttore del Dipartimento di afferenza, Prof. Pasqualino De Marinis, ha validato la proposta in questione (mail dell'08/07/2024 - all. n.3);

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente; **RITENUTO**, pertanto, di prendere atto - relativamente alla fornitura di "*Telino per oculistica in TNT misura 100x120 cm circa foro ricoperto da membrana trasparente e 1 sacchetto raccogli liquidi*" presente nella suindicata aggiudicazione (Del. DG n.603/2024) - della sostituzione codice prodotto proposta dalla Ditta Bioptika Srl.: cod. 0066480 (cod. precedente) con cod. 0072918 (codice sostituito);

**ATTESTATA** la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia

**DETERMINA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

**I – PRENDERE ATTO** - relativamente alla fornitura di "*Telino per oculistica in TNT misura 100x120 cm circa foro ricoperto da membrana trasparente e 1 sacchetto raccogli liquidi*" presente nella suindicata aggiudicazione (Del. DG n.603/2024) - della sostituzione codice prodotto proposta dalla Ditta Bioptika Srl.: cod. 0066480 (cod. precedente) con cod. 0072918 (codice sostituito);

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

**II – PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico di quest’AORN;

**III - NOTIFICARE** lo stesso alla suddetta Ditta;

**IV - TRASMETTERE** copia del medesimo al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Farmacia Ospedaliera, UOC Oculistica ed al Dipartimento Testa – Collo, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE  
UOC PROVVEDITORATO – ECONOMATO  
Dott.ssa Teresa Capobianco

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

*all. M. J***Fwd: Sostituzione codice telino oftalmico**

**Da** BIOPTIKA SRL <[info@bioptika.it](mailto:info@bioptika.it)>  
**A** PROVVEDITORATO@OSPEDALE.CASERTA.IT <[PROVvediTOrAtO@OSPEDALE.CASERTA.IT](mailto:PROVvediTOrAtO@OSPEDALE.CASERTA.IT)>  
**Cc** accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it <[accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it](mailto:accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it)>  
**Data** lunedì 8 luglio 2024 - 09:31

Buongiorno,

in riferimento al contratto 4600266337 - rif.to delibera n. 603 del 23/03/2024 con la pesente comunichiamo variazione codice per telo oftalmico 100 x 120 codice. Il codice 0066480 è stato variato in 0072918

Trattasi di una semplice variazione di codice le caratteristiche e il prezzo dello stesso sono rimaste invariate.

Inviamo in allegato anche scheda tecnica aggiornata.

Restiamo in attesa di ricevere variazione del codice per l'evasione del vostro ordine n.ro 33314837 del 05/07/2024

Cordiali saluti.

Bioptika srl

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** Re: Sostituzione codice telino oftalmico

**Data:** Tue, 9 Apr 2024 17:22:27 +0200

**Mittente:** BIOPTIKA SRL <[info@bioptika.it](mailto:info@bioptika.it)>

**A:** [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)

Buonasera,

confermiamo che il prezzo di aggiudica resta invariato così come le condizioni di fornitura.

Cordiali saluti.

Bioptika srl

Il 09/04/2024 17:18, [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it) ha scritto:

Facendo seguito alla Vs. comunicazione del 27/03/2024 trasmessa alla Farmacia Ospedaliera di questa AORN concernente la sostituzione del codice prodotto TELINO OFTALMICO (Codice vecchio 0066480 - nuovo Codice 0072918), con la presente si chiede se il precedente prezzo di aggiudica (€ 1,72 Iva esclusa al 22%) è confermato, restando invariate le condizioni economiche e di fornitura.

Restasi in attesa di riscontro URGENTE

---

*U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: [provveditorato@ospedale.caserta.it](mailto:provveditorato@ospedale.caserta.it)  
PEC: [provveditorato@ospedalecasertappec.it](mailto:provveditorato@ospedalecasertappec.it)*

---

SchedaTecnica\_0072918.pdf

# SCHEDA TECNICA

22/02/20...

Pagina 1 di


## TELO OCULISTICO CM 100X120

REF

0072918

### CARATTERISTICHE

Materiale	TNT idroalcolrepellente e traspirante - FabriJet 11
Modello	Telo oculistico - Finestratura quadrata cm 10x10 con film da incisione - Tasca di contenimento conformabile - Pieghatura che consente l'applicazione con tecnica asettica



Dimensioni [cm] 100 x 120

Tolleranza ± 2 cm

### CONFEZIONAMENTO

60 PZ

Busta peel-to-open in accoppiato di carta medicale e film plastico

Doppio dispenser interno in cartone

Scatola esterna di trasporto in cartone

MD



STERILE

CE 0476

Nella composizione delle materie prime e dei materiali di confezionamento non è utilizzato lattice naturale.



Tutti i prodotti di U.JET SRL sono contrassegnati da un numero di LOTTO di produzione stampigliato sulla confezione interna e su quella esterna. Non si accetteranno reclami che non facciano riferimenti a questo codice numerico. Sono disponibili, su richiesta, schede delle caratteristiche tecniche dei principali materiali utilizzati per la produzione del presente articolo. Questa non è una specifica valida per l'acquisto del prodotto ma è la descrizione dei valori medi previsti per la produzione del presente articolo. L'immagine inserita ha il solo scopo illustrativo, non rappresenta appieno le caratteristiche del prodotto che sarà fornito.

### DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo medico di breve termine invasivo a carico del bulbo oculare, monouso sterile, da impiegare sul paziente per la delimitazione e l'isolamento del teatro di intervento allo scopo di tenere sotto controllo l'ambiente di una ferita. Destinato ad un uso in ambito sanitario nei reparti di Oftalmologia, da un'utenza professionale, come barriera alla migrazione batterica, per la raccolta dei liquidi ed il contenimento dello strumentario. Può venire a contatto con la pelle lesa e con il bulbo oculare.

### CLASSIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE

Famiglia

TELO PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA MONOUSO STERILE

Classe

IIa Secondo la Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici

Modalità di sterilizzazione

Sterilizzazione con Gas Ossido di Etilene

CND

T020102

RDM

2138001

RDM provvisorio, prodotto prototipale.  
RDM definitivo disponibile dopo la prima immissione sul mercato



U.Jet S.r.l.  
via san Francescuccio de' Mietitori, 32  
06083 Bastia Umbra (PG)  
Tel. 075 8004025 - Fax 075 8004180  
email info@ujet.it - website www.ujet.it

all. M.2

**DICHIRAZIONE DI CONFORMITA' PER SOSTITUZIONE CODICE TELINO OFTALMICO**

**Da** **oculistica@ospedale.caserta.it** <oculistica@ospedale.caserta.it>  
**A** **accettazionefarmacia** <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>, **provveditorato** <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
**Data** lunedì 8 luglio 2024 - 11:22

Con la presente si dichiara la conformità del prodotto in oggetto da noi richiesto.  
Pertanto si chiede di procedere all'evasione dell'ordine.  
Ringraziandovi anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

BRWACD564E80029\_021000.pdf

# SCHEDA TECNICA

22/02/2023

Pagina 1 di 1

O OCULISTICO CM 100X120


REF

0072918

## CARATTERISTICHE

Materiale TNT idroalcolrepellente e traspirante - FabriJet  
11

Modello Telo oculistico - Finestratura quadrata cm 10x10 con  
film da incisione - Tasca di contenimento  
conformabile - Piegatura che consente l'applicazione  
con tecnica asettica



Dimensioni [cm] 100 x 120

Tolleranza ± 2 cm

## CONFEZIONAMENTO

60 PZ

Busta peel-to-open in accoppiato di carta medicale e film  
plastico

Doppio dispenser interno in cartone

Scatola esterna di trasporto in cartone

MD



STERILE

CE 0476

Nella composizione delle materie prime e dei  
materiali di confezionamento non è utilizzato  
lattice naturale.



Tutti i prodotti di U.JET SRL sono contrassegnati da un numero di  
LOTTO di produzione stampigliato sulla confezione interna e su  
quella esterna. Non si acetteranno reclami che non facciano  
riferimenti a questo codice numerico. Sono disponibili, su richiesta,  
schede delle caratteristiche tecniche dei principali materiali  
utilizzati per la produzione del presente articolo. Questa non è una  
specifiche valida per l'acquisto del prodotto ma è la descrizione dei  
valori medi previsti per la produzione del presente articolo.  
L'immagine inserita ha il solo scopo illustrativo, non rappresenta  
appieno le caratteristiche del prodotto che sarà fornito.

## DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo medico di breve termine invasivo a carico del bulbo oculare, monouso sterile, da impiegare sul paziente per  
la delimitazione e l'isolamento del teatro di intervento allo scopo di tenere sotto controllo l'ambiente di una ferita.  
Destinato ad un uso in ambito sanitario nei reparti di Oftalmologia, da un'utenza professionale, come barriera alla  
migrazione batterica, per la raccolta dei liquidi ed il contenimento dello strumentario. Può venire a contatto con la  
pelle lesa e con il bulbo oculare.

## CLASSIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE

Famiglia

TELO PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA MONOUSO STERILE

Classe

IIa Secondo la Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici

Modalità di sterilizzazione

Sterilizzazione con Gas Ossido di Etilene

CND

T020102

RDM

2138001

RDM provvisorio, prodotto prototipale.  
RDM definitivo disponibile dopo la prima immissione sul mercato

U.Jet



U.Jet S.r.l.  
via salvo d'acquisto dei Mestieri, 33  
06083 Bastia Umbra (PG)  
Tel. 075 800 1111  
email info@ujet.it - web www.ujet.it

*all. m. 3***Re:Fw:DICHIRAZIONE DI CONFORMITA' PER SOSTITUZIONE CODICE  
TELINO OFTALMICO**

**Da** neurochirurgia@ospedale.caserta.it <neurochirurgia@ospedale.caserta.it>  
**A** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
**Cc** oculistica@ospedale.caserta.it <oculistica@ospedale.caserta.it>  
**Data** lunedì 8 luglio 2024 - 15:14

Si allega quanto in oggetto.  
Cordiali saluti.  
Pasqualino De Marinis


---

Sostituzione codice telino oftalmico.pdf

**Fw:DICHIRAZIONE DI CONFORMITA' PER SOSTITUZIONE CODICE TELINO  
OFTALMICO**

**Da** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
**A** neurochirurgia <neurochirurgia@ospedale.caserta.it>  
**Cc** oculistica <oculistica@ospedale.caserta.it>  
**Data** lunedì 8 luglio 2024 - 14:50

Alla c.a del Direttore del Dipartimento  
Prof. Pasqualino De Marinis

*8.7.2024*  
*Nella ora + sv a s di mta*  
*Sant'Anna e San Sebastiano*  
  
**A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta - U.O.C. Neurochirurgia**  
Il Direttore  
Dott. Pasqualino De Marinis  
NA 18523

Facendo seguito alla mail in calce e a quanto anticipatoLe per le vie brevi, si chiede alla SV di esprimere parere preventivo in merito alla sostituzione di che trattasi, correlata alla aggiudicazione della nuova gara Oculistica. (Del DG N. 603/2024).

Restasi in attesa di risposta.

Cordialmente

Dott.ssa Teresa Capobianco

*U.O.C. Provveditorato ed Economato*  
*AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta*  
*Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462*  
*e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it*  
*PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

Da oculistica@ospedale.caserta.it  
A "accettazionefarmacia" accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it, "provveditorato"  
provveditorato@ospedale.caserta.it  
Cc  
Data Mon, 8 Jul 2024 11:22:46 +0200  
Oggetto DICHIRAZIONE DI CONFORMITA' PER SOSTITUZIONE CODICE TELINO OFTALMICO

Con la presente si dichiara la conformità del prodotto in oggetto da noi richiesto.  
Pertanto si chiede di procedere all'evasione dell'ordine.  
Ringraziandovi anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

BRWACD564E80029\_021000.pdf

# SCHEDA TECNICA

22/02/2023

Pagina 1 di 1


## TELO OCULISTICO CM 100X120

REF

0072918

### CARATTERISTICHE

Materiale	TNT idroalcolrepellente e traspirante - FabriJet 11
Modello	Telo oculistico - Finestratura quadrata cm 10x10 con film da incisione - Tasca di contenimento conformabile - Pieghatura che consente l'applicazione con tecnica asettica



Dimensioni [cm] 100 X 120

Tolleranza ± 2 cm

### CONFEZIONAMENTO

60 PZ

Busta peel-to-open in accoppiato di carta medicale e film plastico

Doppio dispenser interno in cartone

Scatola esterna di trasporto in cartone

MD



STERILE

CE 0476

Nella composizione delle materie prime e dei materiali di confezionamento non è utilizzato lattice naturale.



Tutti i prodotti di U.JET SRL sono contrassegnati da un numero di LOTTO di produzione stampigliato sulla confezione interna e su quella esterna. Non si accetteranno reclami che non facciano riferimenti a questo codice numerico. Sono disponibili, su richiesta, schede delle caratteristiche tecniche dei principali materiali utilizzati per la produzione del presente articolo. Questa non è una specifica valida per l'acquisto del prodotto ma è la descrizione dei valori medi previsti per la produzione del presente articolo. L'immagine inserita ha il solo scopo illustrativo, non rappresenta appieno le caratteristiche del prodotto che sarà fornito.

### DESTINAZIONE D'USO

Dispositivo medico di breve termine invasivo a carico del bulbo oculare, monouso sterile, da impiegare sul paziente per la delimitazione e l'isolamento del teatro di intervento allo scopo di tenere sotto controllo l'ambiente di una ferita.

Destinato ad un uso in ambito sanitario nei reparti di Oftalmologia, da un'utenza professionale, come barriera alla migrazione batterica, per la raccolta dei liquidi ed il contenimento dello strumentario. Può venire a contatto con la pelle lesa e con il bulbo oculare.

### CLASSIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE

Famiglia	TELO PER LA CHIRURGIA SPECIALISTICA MONOUSO STERILE
Classe	IIa Secondo la Direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici
Modalità di sterilizzazione	Sterilizzazione con Gas Ossido di Etilene
CND	T020102
RDM	2138001 RDM provvisorio, prodotto prototipale. RDM definitivo disponibile dopo la prima immissione sul mercato.

*Scheda  
metto  
conforme e  
questo de mi  
indirizzi*

U.Jet



U.Jet S.r.l.  
via salvo d'acquisto 10/A - 06083 Bastia Umbra (PG)  
Tel. 075 800 2200 - fax 075 800 2201  
email info@ujet.it - website www.ujet.it  
**U.O.C. Oculista**  
Dott. M. Dell'Utri - Valeria Piccioli  
CE 0476