

---

**Determina Dirigenziale N. 452 del 08/05/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N. 3 VENTILATORI POLMONARI NEONATALI PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEONATOLOGIA CON TIN E TNE- CIG: [B6C02D738A]**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 08/05/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

---

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N. 3 VENTILATORI POLMONARI NEONATALI PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEONATOLOGIA CON TIN E TNE– CIG: [B6C02D738A]

### **IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- Con nota prot. n. 0008584 del 12/03/2025 il Direttore della U.O.C. in parola ha richiesto l'aggiornamento tecnologico di n. 3 ventilatori polmonari neonatali mod. SLE6000 costr. SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT con metodica “servossigeno”, per le esigenze clinico assistenziali di reparto, al fine di uniformare i quattro ventilatori mod. SLE6000 presenti;
- Con nota posta a margine della precedente, la Direzione Sanitaria a autorizzato l'aggiornamento *de quo*;
- Dovendo questa U.O.C. provvedere in merito, mezzo mail la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta fornitrice BEMAR ITALIA, distributore ufficiale della casa madre summenzionata; stesso mezzo la ditta fornitrice ha riscontrato in merito con prev. n. 03/210325/AO/vb in data 21/03/2025;

#### **Considerato che**

- Dovendo pertanto questa U.O.C provvedere, in data 23/04/2025 la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma Me.Pa. la trattativa n. 5306991, inerente la fornitura di che trattasi, completa del materiale consumabile pluriuso dedicato per installazione con l'operatore economico BEMARITALIA S.R.L. (P.IVA 06695101219);

#### **Preso atto che**

##### *Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- dall'esito della trattativa Me.Pa. l'operatore economico BEMARITALIA S.R.L. (P.IVA 06695101219) ha presentato offerta riguardante la fornitura di che trattasi per un importo complessivo di € 36.771,56 oltre IVA al 22 %;

#### **Visti**

- l'art. 17 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 25 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 50 del D. Lgs.36/2023;
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

#### **Ritenuto**

- di procedere con l'aggiornamento tecnologico di n. 3 ventilatori polmonari neonatali mod. SLE6000 costr. SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT con metodica "servossigeno", con i relativi accessori e materiale di consumo pluriuso, con l'operatore economico BEMARITALIA S.R.L. (P.IVA 06695101219) per un importo complessivo di € 36.771,56 oltre IVA al 22 %;
- congruo l'importo offerto;
- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

#### **DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- procedere con l'aggiornamento tecnologico di n. 3 ventilatori polmonari neonatali mod. SLE6000 costr. SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT con metodica "servossigeno", con i relativi accessori e materiale di consumo pluriuso, con l'operatore economico BEMARITALIA S.R.L. (P.IVA 06695101219) per un importo complessivo di € 36.771,56 oltre IVA al 22 %;
- imputare la spesa complessiva pari a € 38.231,70 IVA al 22% inclusa, sul conto economico n. 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
- imputare la spesa complessiva pari a € 6.629,60 IVA al 22 % inclusa sul conto economico 5010107010 DISPOSITIVI MEDICI del corrente bilancio;

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- attribuire alla presente procedura il seguente CIG [B6C02D738A];
- pubblicare integralmente la presente determinazione;
- rendere la stessa immediatamente esecutiva;
- trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato, Neonatologia con TIN e TNE;

**Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA**

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

\*12/03/2025 15.56-20250008584\*



**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
**U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale**  
**e Trasporto Neonatale di Emergenza**  
Caserta, via Tescione – Tel. 0823/232242

Al Direttore Sanitario

e p.c. Direttore  
UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA ✓

**Oggetto: Richiesta sostituzione ventilatori polmonari**

Al fine di poter soddisfare le esigenze clinico-assistenziali della UOC Terapia Intensiva Neonatale si chiede l'approvvigionamento di n. 5 Ventilatori Polmonari con le seguenti caratteristiche minime:

- Ventilazione invasiva sincronizzata;
- Ventilazione non invasiva sincronizzata;
- Ventilazione HFO;
- FOT;
- Servossigeno autotarato (trigger) con la saturimetria del paziente.

I predetti ventilatori sostituirebbero i n. 8 ventilatori SLE (n. 4 SLE 2000 e n. 4 SLE 5000) attualmente in carico a questa UOC e la cui sostituzione è prevista dal Piano di Rimozione recepito con la Delibera n. 65 del 25/01/2024.

Al meglio delle mie conoscenze sarebbero idonei i ventilatori delle casse produttrici SLE e FABIAN. Si richiede contestualmente la possibilità di aggiornare tecnologicamente i n. 3 ventilatori SLE 6000 con la metodica "servossigeno" (uno dei ventilatori SLE 6000 ne è già dotato).

Dott. Italo Bernardo  
Direttore UOC Neonatologia con TIN e TNE  
U.O. Neonatologia con TIN e TNE  
AO Caserta  
AO Caserta, Sant'Anna e San Sebastiano

13.05

AC DIRETTORE UOC  
TECNOLOGIA E HTA  
e p.c. Dott. Bernardo  
e spurne più persone  
e a inviare per S.V. e procedere  
datt. ANNECHIAZZO

**Offerta Economica relativa a****Descrizione** aggiornamento tecnologico n.3 ventilatori polmonari SLE6000 per la U.O.C. TIN e TNE**RdO nr.** 5306991**Numero lotto** 0**Amministrazione titolare del procedimento**

<b>Ente acquirente</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA		
<b>Ufficio</b>	FATTURAZIONE		
<b>Codice fiscale</b>	02201130610	<b>Codice univoco ufficio</b>	551B2G
<b>Indirizzo sede</b>	Via tescione		
<b>Città</b>	Caserta		
<b>Recapito telefonico</b>	0823232619		
<b>Email</b>	TECNOLOGIAOSPEDALIERA@OSPEDALE.CASERTA.IT		
<b>Punto ordinante</b>	VITTORIO EMANUELE ROMALLO		

**Concorrente****Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

**Ragione sociale/Denominazione**

BEMARITALIA S.R.L.

Partita IVA

06695101219

**Tipologia societaria**

Società a responsabilità limitata (SRL)

**Oggetto dell'Offerta****Formulazione dell'Offerta Economica =** Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	36771,56

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

**DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA**

NUMERO DI RDO: **5306991**

SISTEMI DI E-PROCUREMENT



Spett.Le:

Napoli, lì 28/04/2025

**A.O. Sant Anna e San Sebastiano  
Via Tescione  
81100 Caserta**

alla C.A. U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Vs. richiesta n. **TRATTATIVA DIRETTA**  
**RDO 5306991 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO N. 3 VENTILATORI POLMONARI**  
**SLE6000 PER LA UOC TIN E TNE**

Codice Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale	Iva
Z6000/CLP	MODULO OXYGENIE PER IL CONTROLLO DELLA FIO2 A LOOP CHIUSO CND Z1203010599 DM2 1754081 OxyGenie®, Modulo controllo della FiO <sub>2</sub> a loop chiuso: è necessario quotare Software monitoraggio SpO <sub>2</sub> e SpO <sub>2</sub> Masimo SET Starter kit (Riga 1 e Riga3). La dotazione sarà completa dell'aggiornamento dei nr. 4 SLE6000 all'ultima versione Software V2.0.92.	3 N	5.999,0000 €	2,00%	17.637,0600 €	22%
Z6000/SPO	SpO2 Monitoring Software SLE6000	2 N	650,0000 €	2,00%	1.274,0000 €	22%
L6000/SP2/KIT	SpO2 Starter Kit for SLE6000 Ventilator. Including SLE uSpO <sub>2</sub> cable (Masimo SET) x1 and Sensor sample pack x1. Include 1 cavo uSpO <sub>2</sub> cable Masimo SET e 1 confezione di sensori LNCS Masimo monouso	2 N	1.430,0000 €	2,00%	2.802,8000 €	22%
Z6000/SLN	MODULO PER VENTILAZIONE NIV (NCPAP E DUOPAP) A SINGOLO TUBO CND Z1203010599 DM2 1754081 Opzionale all'aggiornamento OxyGenie	4 N	2.720,0000 €	2,00%	10.662,4000 €	22%
AG-UC1000-NE	EX AEAG-UC1000-NE AEROGEN, MODULO DI CONTROLLO USB CND: R060101 RDM:1417379 Opzionale all'aggiornamento OxyGenie	3 PZ	600,0000 €	2,00%	1.764,0000 €	22%
AEAG-AS3350	KIT AEROGEN CONF. DA 10 PZ. CND: R060101 NUM. DI REPERTORIO: 62540 nuovo codice <b>AG-AS3350</b> Opzionale all'aggiornamento OxyGenie	3 conf.	895,0000 €	2,00%	2.631,3000 €	22%



## TERMINI E CONDIZIONI

Merce Resa :	<b>FRANCO DESTINO</b>
Termine previsto per la consegna:	<b>30 GG D.R.O.</b>
Pagamento :	<b>entro 60 gg data fattura</b>
Validità dell'offerta:	<b>180 giorni</b>

## ASSISTENZA TECNICA 24 MESI

**Totale valore complessivo dell'offerta**

**EURO 36.771,5600 (trentaseimilasettecentosettantauno/5600)**

**BEMAR ITALIA**

Dott. Giovanni Avitabile  
(L'Amministratore)



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

## **AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI N. 3 VENTILATORI POLMONARI NEONATALI PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEONATOLOGIA CON TIN E TNE– CIG: [B6C02D738A]**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €38.231,70

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
  - è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €6.629,60

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
  - è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 07/05/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**