
Determina Dirigenziale N. 841 del 10/09/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: FORNITURA DI ELETTRODI EPIMIOCARDICI MONOPOLARI PER LA UOC
CARDIOCHIRURGIA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS.
N.36/2023 E SMI) - AGGIUDICAZIONE**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 10/09/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: FORNITURA DI ELETTRODI EPIMIOCARDICI MONOPOLARI PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N.36/2023 E SMI) - AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che** il Direttore della UOC Cardiochirurgia, Dott. A. Montalto, con nota Prot. 24889 del 28/07/2025 (Allegato n. 1) inoltrata - tra l'altro - al Servizio Scrivente ha richiesto l'approvvigionamento per un fabbisogno annuo di n. 1000 elettrodi epimiocardici monopolari, fornendone la relativa descrizione;

Dato atto

- **che** tale dispositivo è presente nel lotto 75 dell'espletanda "Procedura di gara aperta e telematica per l'affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per la UOC Cardiochirurgia" (Indizione ex Deliberazione dell'allora D.G. n. 1207/2024) ad oggi in corso di valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice (Del. D.G. n. 304/2025);
- attesa la suddetta circostanza è stato rideterminato - in concerto con il Direttore della suddetta UOC – il fabbisogno in un trimestre, onde allineare la durata della fornitura alla data stimata per l'aggiudicazione della suddetta procedura aperta (30/11/2025);
Vista la nota Prot. n. 28152/2025 (agli atti), con cui la UOC Farmacia ha trasmesso a questo Servizio la suddetta richiesta per il seguito di competenza;

Tenuto conto di quanto innanzi il Servizio Scrivente ha quindi attivato sulla piattaforma Mepa trattativa diretta n. 5567929 (Allegato n. 2) nei confronti della Ditta FIAB Spa, risultata offerente per il suddetto lotto (*Cfr. verbale n.7 del 23/04/2025*), per la fornitura di n. 250 elettrodi epimiocardici monopolari;

Dato atto altresì che

- entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta (20/08/2025 - ore 12:00), la Ditta interpellata a tanto ha provveduto, come emerge dalla consultazione della medesima piattaforma;

Atteso che

- al fine di salvaguardare la correttezza dell'istruttoria *de qua*, la UOC scrivente, con mail del 20/08/2025 (agli atti), ha trasmesso al Direttore della Struttura richiedente la scheda tecnica di pertinenza per la prescritta, preventiva verifica di conformità;

Determinazione Dirigenziale

- con nota Prot. n. 27795 del 05/09/2025 (Allegato n. 3), il Direttore interpellato ha dichiarato la conformità del prodotto offerto;

Vista l'offerta economica (Allegato n.4) disponibile sulla piattaforma Mepa presentata dalla Ditta FIAB Spa, da cui emerge che la quotazione economica proposta per la fornitura di che trattasi è pari ad € 1.500,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che l'acquisizione in parola garantisce nell'*iter* della definizione della summenzionata procedura aperta la continuità assistenziale nei confronti dei pazienti di quest'AORN;

Visti

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e smi;
- gli artt. 25, 50 comma 1, lett. b e 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e smi;

Esaminata tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (n. 5567929 – CIG n. B828DED6EF) e, per l'effetto, di affidare alla Ditta FIAB Spa la fornitura trimestrale di n. 250 elettrodi epimocardici monopolari per la UOC Cardiochirurgia, secondo la configurazione prevista in offerta, qui integralmente riportata e trascritta, per l'importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva al 22%;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DETERMINA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **Prendere atto** degli esiti della procedura telematica *de qua* espletata sulla piattaforma MEPA (n. 5567929 – CIG n. B828DED6EF) e, per l'effetto, di affidare alla Ditta FIAB Spa la fornitura trimestrale di n. 250 elettrodi epimocardici monopolari per la UOC Cardiochirurgia, secondo la configurazione prevista in offerta, qui integralmente riportata e trascritta, per l'importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva al 22%;
2. **Imputare** la spesa complessiva di € 1.830,00 inclusa Iva al 22% sul conto economico n. 5010107010 "dispositivi medici" sul Bilancio 2025;
3. **Dare atto** che il RUP è la Dott.ssa Teresa Capobianco, Direttore della UOC Provveditorato – Economato ed il DEC è il Direttore della UOC Farmacia, Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia;

Determinazione Dirigenziale



4. **Prevedere** apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo centralizzato;
5. **Prevedere**, altresì, la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. **Notificare** copia del presente atto alla Ditta FIAB Spa;
7. **Trasmettere** copia dello stesso al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Farmacia e Cardiochirurgia.

Il funzionario

Dott.ssa Maria Fatima Corvino

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

28/07/2025 14.00-20250024889*

Allegato n. 1



Dipartimento Cardiovascolare
U.O.C. Cardiochirurgia

DIRETTORE

Dott. Andrea Montalto
Tel: +39 0823232490.

Dirigenti Medici

Dott. Girolamo Damiani
Dott. Sara Ferraro

Dott. Rosario Gregorio

Dott. Agostino La Marca Giordano
Dott. Gennaro Ismeno
Dott. Joseph Marmo
Dott.ssa. Raffaella Provenzano
Dott. Luigi Vitale

Coordinatore Infermieristico

Sala Operatoria Tel: +39 0823232545

Reparto Tel: +39 0823232624

Ambulatorio: +39 0823232617

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

All. Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

D.ssa T. Capobianco

E.p.c. All. Direttore U.O.C. Farmacia

D.ssa M.D. Bisceglia

Oggetto: elettrodo epimiocardico monopolare

Si chiede l'approvvigionamento dei seguenti dei seguenti dispositivi:

➤ Elettrodi epimiocardici monopolari per stimolazione cardiaca temporanea costituiti da filo di acciaio intrecciato e rivestimento di polietilene; estremità distale con ago NON tagliente di forma preferibilmente retta lungo 60/65 mm, con punto di spezzatura preformato con adattatore per collegamento a PM o tramite spinotti preassemblati per connessione diretta allo stimolatore sistema analogo che consenta un ottimale ancoraggio; estremità distale con un ago ½ cerchio diametro 20-24 mm. Lunghezza totale dovrà essere tra i 60 e i 90 cm. Vari sistemi di fissaggio cardiaco: a uncino, a zig zag, a barbe, a loop.

Con un fabbisogno annuo di 1000 unità.

Caserta lì 28/07/2025

Il Direttore UOC Cardiochirurgia

Dott. Andrea Montalto

*A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O. CARDIOCHIRURGIA
Centro di Costo FB060106
Direttore: Dott. A. Montalto
BN 2508*

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Elettrodi epimiocardici monopolari per stimolazione cardiaca temporanea costituiti da filo di acciaio intrecciato e rivestimento di polietilene; estremità distale con ago NON tagliente di forma preferibilmente retta lungo 60/65 mm, con punto di spezzatura preformato con adattatore per collegamento a PM o tramite spinotti preassemblati per connessione diretta allo stimolatore sistema analogo che consenta un ottimale ancoraggio; estremità distale con un ago $\frac{1}{2}$ cerchio diametro 20-24 mm. Lunghezza totale dovrà essere tra i 60 e i 90 cm.

Vari sistemi di fissaggio cardiaco: a uncino, a zig zag, a barbe, a loop.

fornitura di n. 250 pezzi.

Dati Principali

Numero RDO

5567929

Nome RDO

fornitura di n. 250 elettrodi epimiocardici monopolari

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Responsabile del procedimento

TERESA CAPOBIANCO

CPBTRS71A60H501H

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

TERESA CAPOBIANCO CPBTRS71A60H501H

Date**Pubblicazione** 07/08/2025 16:32**Inizio presentazione offerte** 07/08/2025 16:32**Termine ultimo presentazione offerte** 20/08/2025 12:00**Data limite stipula contratto** 31/12/2026 00:00**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

15

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

-

CUP

-

CPV**Identificativo**

33190000-8

Descrizione

Dispositivi e prodotti medici vari

Categoria

Altri dispositivi medici

Fornitura

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo presunto fornitura

€ 1.250,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara

**Schema Di Offerta Economica.docx**

14.2 Kb

offerta economica

scheda tecnica.docx

11.7 Kb

scheda tecnica

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale**

01835220482

FIAB



Allegato n.3

TEC 2545

SCHEDA TECNICA S.O. PCH
DATA SHEET

2797

MYOPACE®

ELETTRODI EPIMIocardici ADULTI UNIPOLARI
UNIPOLAR ADULT EPIMYOCARDIAL PACING WIRES

Gli elettrodi epimocardici MYOPACE® sono dispositivi sterili monouso, utilizzati per l'elettrostimolazione cardiaca temporanea mono e/o bicamerale di pazienti adulti, durante o al termine di interventi di cardiochirurgia.

Tutti i modelli sono costituiti da un conduttore multifilare isolato alle cui estremità sono presenti l'ago toracico ed il sistema di fissaggio alla parete epicardica. Sono disponibili differenti metodi di fissaggio. La connessione al cardiotostimolatore viene effettuata:

- per i modelli con suffisso "M", esclusivamente tramite l'adattatore MYOCONNECTOR;
- per gli altri modelli, tramite l'ago che, preventivamente troncato nella zona preincisa, divenne il contatto.

Questo prodotto non contiene lattice.


MYOPACE® epimyocardial pacing wires are disposable sterile devices, used for temporary cardiac electrostimulation, both single-and/or dual-chamber, on adult patients, during or after cardiac surgery.

All models consist of a multi-strand insulated conductor equipped at its ends with the chest needle and the fixation system to the epicardial wall. Different fixation systems are available.

Connection to the stimulator is obtained:

- for models with "M" suffix, only via the MYOCONNECTOR adapter;
- for other models, via the chest needle which becomes the electrical contact once its pre-cut is broken.

This product is latex free.



CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

MODELLO MODEL		50XXX – 51XXX	50XXXC – 51XXXC	50XXXM – 51XXXM	50XXXCM – 51XXXCM
AGO TORACICO (AISI)	Pretaglio / Pre-cut	Si / Yes	Si / Yes	No	No
CHEST NEEDLE (AISI)	Lunghezza / Length	63 mm	90 mm	63 mm	90 mm
	Forma / Shape	Dritto / Straight	Curvo / Curved	Dritto / Straight	Curvo / Curved
	Diametro / Diameter	0.90 mm	0.90 mm	0.90 mm	0.90 mm
AGO CARDIACO (SOLO MODELLI T, TZ E TIN) CARDIAC NEEDLE (T, TZ AND TIN MODELS ONLY)		Ø 0.51 mm, lunghezza 22 mm, curvo (½ cerchio) – AISI 316L Ø 0.51 mm, length 22 mm, curved (½ circle) – AISI 316L			
DIAMETRO FILO CONDUTTORE CONDUCTOR DIAMETER			0.20 mm (USP 3-0; 2 metric)		
MATERIALI FILO CONDUTTORE CONDUCTOR MATERIAL			AISI 316L (fili intrecciati) AISI 316L (twisted strands)		
ISOLANTE FILO CONDUTTORE CONDUCTOR INSULATION				Polielene (PE) Polyethylene (PE)	
DIAMETRO ESTERNO FILO OUTER WIRE DIAMETER				0.45 mm	
CONNESSIONE ALLO STIMOLATORE CONNECTION TO STIMULATOR		Ago toracico pretroncato Pre-cut chest needle		N° PROT (2025-0024889)	MYOCONNECTOR: adattatore con connettore 2mm cotto dorato / LDPE MYOCONNECTOR: adapter with 2 mm pin (gold-plated brass / LDPE)
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS					Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe III Directive 93/42/EEC and amendments. Class III medical device

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

STERILIZZAZIONE STERILIZATION	Ossido di etilene (EO) Ethylene Oxide (EO) gas
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Busta interna in PE contenente un elettrodo su supporto (per i modelli 51XXX: due buste PE separate contenenti ciascuna un elettrodo su supporto) + busta esterna in carta-PE termosaldata Inner PE envelope containing one electrode on its support (for 51XXX models: two different PE envelopes each containing one electrode on its support) + outer heat-sealed pouch in paper-PE
CONFEZIONE DI VENDITA SALES PACKAGING	25 unità per scatola 25 units per box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C + 50°C – Umidità relativa: 10% + 90% Temperature: 0°C + 50°C – Relative Humidity: 10% + 90%
SCADENZA EXPIRY	48 mesi dalla data di produzione 48 months from manufacturing date



Sistema di codifica MYOPACE® - modelli adulti unipolari / *MYOPACE® coding system - unipolar adult models*

Poli / Poles 0 = 1 polo / pole 1 = 2 x 1 polo / pole	Lunghezza / Length 060 = 60 cm 220 = 220 cm	Adattatore / Adapter Vuoto / Blank = senza adattatore without adapter M = con adattatore / with adapter	Tipo di fissaggio / Fixation method
5	0	060	C
Ago toracico / Chest needle Vuoto / Blank = dritto / straight C = curvo / curved	R	W	T
Srotolamento / Unreeling Vuoto / Blank = inizio ago cardiaco cardiac needle first R = inizio ago toracico / chest needle first	M	Colore cavetto / Wire colour Vuoto / Blank = blu / blue W = bianco / white BW = blu e bianco / blue and white	TZ....serpentina/zigzag

Non tutte le combinazioni sono disponibili: consultare il seguente elenco.
Not all combinations are available: please check the following list.

REF	Nr. Poli Poles	Tipo di fissaggio Fixation method	Area attiva disponibile Available active surface (mm ²)	Lunghezza utile Usable length (cm)	Colore cavetto Wire colour	Ago toracico Chest needle	Srotolamento Unreeling	Adattatore/i nella busta Adapter in pouch
50060T	1	Dritto / Straight	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060TM	1	Dritto / Straight	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060WT	1	Dritto / Straight	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060WTM	1	Dritto / Straight	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220T	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220TM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220WT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220WTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060TIN	1	Barbe / Tines	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060TINM	1	Barbe / Tines	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060WTIN	1	Barbe / Tines	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060WTINM	1	Barbe / Tines	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220TIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220TINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220WTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220WTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060TL	1	Loop	7.5	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060TLM	1	Loop	7.5	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060WTL	1	Loop	7.5	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060WTLM	1	Loop	7.5	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220TL	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220TLM	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220WTL	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220WTLM	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060TV	1	Uncino / Hook	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060TVM	1	Uncino / Hook	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060WTV	1	Uncino / Hook	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060WTVM	1	Uncino / Hook	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220TV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220TVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220WTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220WTVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060TZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060TZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060WTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060WTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220TZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220TZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220WTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220WTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220RT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO

REF	Nr. Poli <i>Poles</i>	Tipo di fissaggio <i>Fixation method</i>	Area attiva disponibile <i>Available active surface</i> (mm ²)	Lunghezza utile <i>Usable length</i> (cm)	Colore cavetto <i>Wire colour</i>	Ago toracico <i>Chest needle</i>	Srotolamento <i>Unreeling</i>	Adattatore/i nella busta <i>Adapter in pouch</i>
50220RTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RWT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RWTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RWTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RWTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RTL	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RTLM	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RWTL	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RWTLM	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RTVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RWTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RWTVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220RWTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220RWTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Dritto / Straight	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50060CT	1	Dritto / Straight	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CTM	1	Dritto / Straight	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CWT	1	Dritto / Straight	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CWTM	1	Dritto / Straight	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CWT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CWTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CTIN	1	Barbe / Tines	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CTINM	1	Barbe / Tines	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CWTIN	1	Barbe / Tines	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CWTINM	1	Barbe / Tines	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CWTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CWTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CTL	1	Loop	7.5	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CTLM	1	Loop	7.5	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CWTL	1	Loop	7.5	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CWTLM	1	Loop	7.5	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CTL	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CTLM	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CWTL	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CWTLM	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CTV	1	Uncino / Hook	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CTVM	1	Uncino / Hook	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CWTV	1	Uncino / Hook	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CWTV	1	Uncino / Hook	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CTVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CWTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CWTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50060CWTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50060CWTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	60	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
50220CTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CWTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
50220CWTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRWT	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRWTM	1	Dritto / Straight	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES

ARENDAL MEDICAL
SANT'SESTIANO CASERTA U.O. DI CARDIOPURGIA pag. 3 / 4

REF	Nr. Poli Poles	Tipo di fissaggio Fixation method	Area attiva disponibile Available active surface (mm ²)	Lunghezza utile Usable length (cm)	Colore cavetto Wire colour	Ago toracico Chest needle	Srotolamento Unreeling	Adattatore/i nella busta Adapter in pouch
50220CRWTIN	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRWTINM	1	Barbe / Tines	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRTL	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRTLM	1	Loop	7.5	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRWTL	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRWTLM	1	Loop	7.5	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRTVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRWTV	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRWTVM	1	Uncino / Hook	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Blu / Blue	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
50220CRWTZ	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	NO
50220CRWTZM	1	Serpentina / Zig Zag	9.4	220	Bianco / White	Curvo / Curved	Inizio da ago toracico / Chest needle first	SI / YES
51060BWT	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060BWTM	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220BWT	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220BWTFM	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060BWTIN	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060BWTINM	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220BWTIN	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220BWTINM	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060BWTL	1+1	Loop	2 x 7.5	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060BWTLM	1+1	Loop	2 x 7.5	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220BWTL	1+1	Loop	2 x 7.5	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220BWTLM	1+1	Loop	2 x 7.5	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060BWTV	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060BWTVM	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220BWTV	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220BWTVM	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060BWTZ	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060BWZM	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220BWZ	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220BWZM	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Dritto / Straight	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060CBWT	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060CBWTM	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220CBWT	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220CBWTM	1+1	Dritto / Straight	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060CBWTIN	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060CBWTINM	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220CBWTIN	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220CBWTINM	1+1	Barbe / Tines	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060CBWTL	1+1	Loop	2 x 7.5	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060CBWTLM	1+1	Loop	2 x 7.5	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220CBWTL	1+1	Loop	2 x 7.5	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220CBWTLM	1+1	Loop	2 x 7.5	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060CBWTV	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060CBWTVM	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220CBWTV	1+1	Uncino / Hook	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51060CBWTZ	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51060CBWTZM	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	60	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES
51220CBWTZ	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	NO
51220CBWTZM	1+1	Serpentina / Zig Zag	2 x 9.4	220	Blu-Bianco / Blue-white	Curvo / Curved	Inizio da ago cardiaco / Cardiac needle first	SI / YES

CONFO ROLE ACCA R. PHIE-8

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN SEbastiano SACERTA
U.O. DI CARDIOCHIRURGIA

Allegato n.4

ditta FIAB SPA
Partita iva 01835220482

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Descrizione prodotto	Codice prodotto Fornitore	Codice prodotto Prodotto (Fabbricante) REF	Quantità totale	prezzo di listino	% di sconto praticato sul prezzo di listino	prezzo unitario offerto	Aliquota IVA %	Importo Totale Prodotto
ELETTRONI EPIMIOCARDICI ADULTI	50060T 50060TIN 50060TL 50060TV 50060TZ	50060T 50060TIN 50060TL 50060TV 50060TZ	250	15 €	60%	6,00 €	22%	1.500 €

data e luogo
VICCHIO, 19/08/2025



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

FORNITURA DI ELETTRODI EPIMIOCARDICI MONOPOLARI PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N.36/2023 E SMI - AGGIUDICAZIONE

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.830,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 09/09/2025

**il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Chianese**