

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER L’ACQUISTO DI N° 10 ELETTROCARDIOGRAFI PORTATILI

Specifiche tecniche

- Elettrocardiografo portatile digitale sei canali a 12 derivazioni, per pazienti adulti o pediatrici;
- Ampio display per la visualizzazione dei tracciati, frequenza cardiaca, impostazioni e dati paziente;
- Tastiera integrata per inserimento dati del paziente (anche in modalità touch screen);
- Algoritmo di interpretazione automatica dei tracciati (indicare il numero di derivazioni su cui viene fatta l’analisi ed il tipo di algoritmo impiegato)
- Software di analisi morfologica del ritmo;
- Possibilità di selezione filtri (specificare);
- Possibilità di memorizzazione di almeno 60 pazienti (dati anagrafici e tracciati);
- Stampante formato A4 con le seguenti possibilità di stampa 12 derivazioni standard o Cabrera (specificare tutte le modalità possibili);
- Possibilità di selezione modalità di visualizzazione tracciati a display (specificare);
- Possibilità di esportazione dati e tracciati in XML;
- Funzionamento a rete e batteria ricaricabile (indicare la durata in minuti);
- Doppio cavo di alimentazione: n° 1 cavo con spina shuko e n° 1 cavo con spina a pettine;
- Carrello per il trasporto con cassetto porta accessori e braccio reggicavo;
- Involucro esterno, tastiera e serigrafie resistenti ai liquidi per pulizia e disinfezione del bene;
- Presenza di collegamento in rete LAN con protocollo TCP/IP per eventuale esportazione dati in cartella clinica informatizzata (relazionare dettagliatamente)
- Completo di n° 2 cavi paziente (uno dovrà essere consegnato a corredo dell’apparecchiatura ed il secondo alla UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA);
- Conforme alle norme CEI vigenti
- Presenza marcatura CE
- Disponibilità a concedere in visione alla commissione di gara l’apparecchiatura entro 10 giorni dalla richiesta.