



A.O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" - CASERTA

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N.16 LETTI A BILANCIA PER DIALISI PER UOC NEFROLOGIA E DIALISI

Letto per terapia dializzante a pesatura elettronica.

Caratteristiche tecniche di riferimento:

- Letto a bilancia con sistema di pesatura digitale;
- Bilancia:
 - integrata a 4 sensori;
 - portata massima non inferiore a 150 Kg, con divisione minima non superiore a 50 g;
 - display digitale di facile lettura;
 - funzione di tara;
 - possibilità di interfacciamento a PC;
- Superficie letto 4 sezioni ad altezza variabile montata su colonne telescopiche motorizzate (specificare altezza min e max raggiungibili);
- Sblocco rapido della sezione schienale;
- Possibilità di trendelemburg/antitrendelemburg (specificare);
- Articolazioni motorizzate con pulsantiera facilmente azionabile anche dal paziente;
- Struttura del letto, preferibilmente, in acciaio inox su ruote piroettanti delle quali almeno 2 con freno, preferibilmente a sblocco simultaneo;
- Facilmente sanificabile (relazionare dettagliatamente);
- Alimentazione 220 V
- Funzionamento a batteria in caso di assenza rete elettrica;
- Presenza di marcatura CE secondo la direttiva CEE 93/42 per i dispositivi medici
- **Conforme a normativa vigente ove non espressamente richiamata.**
- Accessori a corredo:
 - Asta portaflebo;
 - Sponde laterali, preferibilmente a scomparsa;
 - Asta solleva malato;
 - Tavolino porta oggetti su ruote;
 - Materasso conforme alle vigenti normative, compatibile con la tipologia di letto offerto.