



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Deliberazione del Commissario Straordinario N. 459 del 27/04/2020**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°7 INCUBATORI IBRIDE PER  
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - AGGIUDICAZIONE CIG:[ 8232846770]**

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - AGGIUDICAZIONE CIG:[ 8232846770]

**Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che**

- l’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (richiesta di offerta) n. 2535842 inerente l’affidamento della fornitura di n° 7 incubatrici ibride per terapia intensiva neonatale, per un importo complessivo a base di gara pari a € 210.000,00 oltre IVA;
- entro il termine prefissato sono pervenute n. 2 offerte: 1) DRAEGER ITALIA 2) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA;
- con deliberazione n°357 del 02/04/2020 è stata, quindi, nominata la Commissione giudicatrice di gara per la valutazione dell’offerta tecnica;

**Preso atto che**

- con verbale n°1(all.1), in seduta riservata, del 14.04.2020, la commissione giudicatrice ha valutato la conformità dell’offerta tecnica presentata dagli operatori economici concorrenti provvedendo ad attribuire il punteggio tecnico;
- con medesimo verbale, la commissione giudicatrice ha preso atto dell’offerta economica telematica;
- nella tabella 1 viene riportata la graduatoria di merito relativa alla RDO n° 2535842:

	<b>Denominazione concorrente</b>	<b>Valore complessivo dell’offerta</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Punteggio economico</b>	<b>Punteggio complessivo</b>
<b>1</b>	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	€161.398,45	70,00	29,28	99,28
<b>2</b>	DRAEGER ITALIA	€157.500,00	67,74	30,00	97,74

- l’operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, ha fornito le giustificazioni ex art. 97 del D.lgs. 50/2016 smi, alla luce delle quali l’offerta è ritenuta congrua e attendibile;

**Ritenuto**

- di procedere all’aggiudicazione della RDO n°2535842 inerente l’affidamento della fornitura di n°7 incubatrici ibride per terapia intensiva neonatale, all’operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per l’importo complessivo d € 161.398,45 oltre i.v.a. 22%;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

*Deliberazione del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**PROPONE**

1. di prendere atto dell’intervenuta aggiudicazione della fornitura di n.7 incubatrici ibride per terapia intensiva neonatale mod. Giraffe Omnibed Carestation ATO Model, all’operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in VIA GALENO 36 MILANO (MI) risultato primo graduato, al prezzo complessivo di € 161.398,45 oltre i.v.a. 22%, in esito alla RDO n°2535842 attivata su Me.Pa. Consip;
2. di imputare la spesa complessiva di € 196.906,11 i.v.a. 22% inclusa sul conto economico n.1010204010 ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
3. di stabilire che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui all’oggetto, ai sensi della norma CEI 62353, è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.
4. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di utilizzare l’apparecchiatura;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato

**Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA**  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

*Deliberazione del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**avv. Carmine Mariano**

*nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019*

*insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019*

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Tecnologia Ospedaliera e HTA**;  
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario.

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. **prendere atto** dell’intervenuta aggiudicazione della fornitura di n.7 incubatrici ibride per terapia intensiva neonatale mod. Giraffe Omnibed Carestation ATO Model, all’operatore economico GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA con sede legale in VIA GALENO 36 MILANO (MI) risultato primo graduato, al prezzo complessivo di € 161.398,45 oltre i.v.a. 22%, in esito alla RDO n°2535842 attivata su Me.Pa. Consip;
2. **imputare** la spesa complessiva di € 196.906,11 i.v.a. 22% inclusa sul conto economico n.1010204010 ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
3. **stabilire** che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui all’oggetto, ai sensi della norma CEI 62353, è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.
4. **inserire** nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. **pubblicare** integralmente la presente deliberazione;
6. **rendere** la stessa immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di utilizzare l’apparecchiatura;
7. **trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato

**Il Commissario Straordinario**  
**Avv. Carmine Mariano**

*Deliberazione del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

*Deliberazione del Commissario Straordinario*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**OGGETTO: Procedura di affidamento mediante RDO n°2535842 del 13/03/2020, della fornitura di n° 7 incubatrici ibride per terapia intensiva neonatale**

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 14.04.2020**

In data 14.04.2020, alle ore 09:20 circa presso gli Uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, nominata giusta deliberazione n°357 del 02.04.2020 - composta come segue:

- ✓ Dott. Pietro di Monaco, Dirigente medico U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale – Presidente;
- ✓ Ing. Luigi Battista, Dirigente ingegnere U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente;
- ✓ Ing. Roberta Aprea, Ingegnere – Collaboratore Tecnico Professionale presso l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente e Segretario;

Premesso che

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (all. 1,2,3);
- hanno presentato offerta entro il termine previsto gli operatori economici: 1) DRAEGER ITALIA 2) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA


Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione, prende atto delle FAQ pubblicate sul sito MEPA in data 21.03.2020. La Commissione inizia i lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate dai due operatori economici concorrenti e in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara stabilisce la conformità di entrambe le offerte., tenuto conto del principio di equivalenza di cui all'art.68 del Dl.gs 50/2016 e smi.

La Commissione procede all'attribuzione del punteggio tecnico come da tabella allegata al presente verbale, (all.4), a formarne parte integrale e sostanziale.

La Commissione procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche e prende atto della graduatoria di merito così come meglio riportata nell'allegato prospetto (all.5) quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente della Commissione chiude la seduta alle ore 10:15 e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al segretario verbalizzante che provvederà alla consegna al RUP. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto



Dott. Pietro di Monaco

Ing. Luigi Battista Luigi Battista

Ing. Roberta Aprea Roberta Aprea

DRAEGER ITALIA		GE MEDICAL SYSTEMS	
Possibilità di regolazione infinitesimale del grado di inclinazione di almeno 12°	Punti 5	Con l'Incubatrice Babybox il piano può essere inclinato per $\pm 13^{\circ}$ da entrambi i lati elettricamente. Sistema di movimento a pistone infinitesimale.	5 L'incubatrice ibrida offerta, mod. Giraffe Omnibed Carestation, è dotata di lettino con regolazione infinitesimale dell'inclinazione per 24° complessivi, inclinazione lettino $\pm 12^{\circ}$ .
dotata di materasso riscaldato gestito da servocontrollo per una migliore gestione del paziente in modalità open care	Punti 5	Il materassino riscaldato fornisce calore supplementare al paziente per mezzo di una conduzione termica. La temperatura del materassino riscaldato può essere impostata manualmente o automaticamente. L'intervallo di temperatura interna del materassino è impostabile da 35 a 39°C a intervalli di 0,5°C. Il materassino riscaldato è trasparente ai raggi X. Pertanto, è possibile eseguire radiografie mentre si utilizza il materassino riscaldato. In questo caso, la cassa portabagagli deve essere posizionata dentro il vassolo portabagagli. Misurazione della temperatura (interno del materassino): NTC, 4 x intervallo di regolazione Off, da 35 a 39 °C. AUTO	5 L'operatore economico riporta "(SISTEMA EQUIVALENTE – vedi dichiarazione in allegato) A differenza di altri sistemi presenti sul mercato l'incubatrice ibrida neonatale da noi offerta, Mod. GIRAFFE OMNIBED CARESTATION, presenta una soluzione per la quale non si avranno mai discontinuità/interruzioni di riscaldamento, dal neonato, durante qualsiasi procedura clinica. Ciò è dovuto all'innovativo dimensionamento nonché posizionamento e conformazione del modulo riscaldante (sistema brevettato da GE) che annulla la necessità di avere un piano di lavoro riscaldato. La dimensione e la posizione della piastra riscaldante di Giraffe Omnibed Carestation, fornisce un profilo termico, come detto, "a clessidra" che garantisce un riscaldamento uniforme, e continuo, del neonato in qualsiasi momento, durante qualsiasi procedura, anche radiografica, e senza investire gli operatori. In questo modo il piano di lavoro/degno risulterà, durante la modalità di funzionamento "open care" in qualsiasi caso riscaldato." Sebbene l'operatore economico abbia inserito una dichiarazione di equivalenza per il criterio in questione, la stessa appare generica e non sufficientemente esauriente; infatti, con riferimento al criterio di valutazione di che trattasi, l'operatore economico riporta una breve descrizione della soluzione proposta, ma non riporta dettagliatamente le prestazioni ottenibili con la stessa, con particolare riferimento alle regolazioni termiche ed i relativi intervalli di regolazione.
Monitor a colori per la gestione dei parametri paziente possibilmente touch screen	Punti 5	Il display 10,5" fornisce l'accesso all'interfaccia utente tramite touch screen e manopola. La parte superiore sinistra dello schermo è quella dedicata alla visualizzazione dei dati del neonato. Si può accedere alla modifica dei dati paziente tramite touch screen sull'area in oggetto. (Display colori).	5 Schermo touchscreen (full-touch) ad alta risoluzione a colori da 10,4", per la gestione delle impostazioni e per una visualizzazione ottimale di tutti i parametri impostati e monitorati, delle curve e dei tracci.
livello di rumorosità interna incubatrice: ogni 2,5 dB < 60 dB sarà attribuito 1 punto	Max punti 5	Dichiara che "il rumore di esercizio della macchina nel vano paziente, risulta tipicamente pari a 40 dB(A)."	5 Dichiara che l'incubatrice ibrida offerta, mod. Giraffe Omnibed Carestation, quando chiusa funziona in modalità Whisper Quiet. In tale contesto, il ventilatore consente il ricircolo dell'aria a bassa velocità, con una rumorosità media all'interno del vano pari a 40 dB(A).
Tasto di conferma per temperature > 37°C, ed allarme overdrive ben visibile	Punti 5	Il range d'impostazione è di 20 - 39°C con risoluzione di 0,1°C (per sicurezza serve conferma per impostare valori <28°C e >37°C). Gestione allarmi.	5 Valori di temperatura impostabili da 20 a 39°C e valori maggiori di 37°C possono essere selezionati solo dopo aver premuto il tasto di sicurezza >37°C. Gestione allarmi.
possibilità di visualizzazione e controllo del trend istante per istante tramite apposito cursore	Punti 5	Visualizzazione e configurazione del trend, mediante comandi.	5 Possibilità di visualizzare e controllare istante per istante tramite appositi comandi i trend grafici e numerici dei parametri rilevati.
Servocontrollo Ossigeno Sensore O <sub>2</sub> , prestazioni, calibrazioni	Punti 5	Principali prestazioni: Sistema servocontrollato con regolazione elettronica per la gestione dell'ossigeno. Il controllo del gas viene eseguito da due sensori di tipo paramagnetico. Regolazione Ossigeno dal 21 al 65 Vol% (con conferma da parte dell'operatore per 5Vol%40Vol%). I sensori elettronici hanno una durata di almeno 2 anni. La procedura di calibrazione può essere effettuata ogni 14 giorni ed ha durata di meno un minuto.	5 Principali prestazioni: il servocontrollo per la concentrazione di Ossigeno in campana è gestito da un microprocessore che permette di controllare da 21% al 65% di O <sub>2</sub> con incrementi dell'1%. La precisione del sistema di controllo e di monitoraggio dell'O <sub>2</sub> è dell'1% su tutta la scala. La calibrazione viene chiesta automaticamente dall'incubatrice solo in caso di necessità. Selezionando l'apposita icona sullo schermo si attiva la procedura di calibrazione che viene eseguita in modo totalmente automatico. Tale procedura viene richiesta solo se il sistema di controllo dell'O <sub>2</sub> è attivo, dopo 24 ore dall'ultima calibrazione effettuata. La durata del sensore è approssimativamente di un anno.
Servocontrollo Umidità Modalità e grado di sterilità del sistema di umidificazione, prestazioni	Punti 5	Principali prestazioni: Sistema servocontrollato per la gestione dell'Umidità impostabile da 20 - 99 % r. H., l'operatore può gestire la regolazione in maniera "MANUALE" o "AUTOMATICA" in base alla temperatura impostata dell'aria o della cute. L'acqua distillata richiesta per l'umidificazione è fornita da un sistema d'accesso esterno, l'acqua distillata raggiunge una vera e propria autoclavazione interna dove viene bollita e vaporizzata ed iniettata nel sistema di ventilazione forzata dell'aria: l'acqua entrando nell'incubatrice sotto forma di vapore sumenticolato garantisce continuamente un'umidificazione dell'aria assolutamente asettica.	5 Principali prestazioni: Sistema servo-umidificatore con possibilità di regolazione, monitoraggio e controllo dell'umidità relativa in campana dal 30% al 55% con incrementi del 5%. Il sistema servo-umidificatore utilizza una vaschetta in Polisulfone completamente sterilizzabile, lavabile e sterilizzabile in autoclave a 134°C. Il vapore prodotto da una microcaldaia ad immersione, viene generato attraverso la bollitura dell'acqua C. Il vapore acqueo prodotto, viene iniettato direttamente sul radiatore riscaldante dell'incubatrice, senza percorsi o tubazioni intermedie.
Integrazione, prestazioni, tolleranza e risoluzione bilancia con certificazione NAWI	Punti 10	Bilancia integrata con certificazione NAWI, che permette la pesata anche in posizione inclinata: - Intervallo di misurazione da : 200 a 1000 g - Intervallo di visualizzazione 0 – 1000 g - Risoluzione 1 g. - Precisione di misurazione: - 2,5 g ( da 0 a 250g) - 5 g (oltre 250g) Con schermata dedicata e misurazione pesata fino a 7 giorni, misurazione istantanea tramite cursore con visualizzazione dei valori	10 Nel lettino dell'incubatrice ibrida offerta, mod. Giraffe Omnibed Carestation, è integrata la bilancia elettronica, con certificazione secondo la Direttiva NAWI. L'intervallo di pesata va da 300g a 8000g. La risoluzione della bilancia è selezionabile a +/-5g o +/-10g. La precisione è di +/-5g.
Visualizzazione trend di temperatura e del trend col termogramma del neonato, col riferimento sui trend degli altri parametri monitorati	Punti 5	viene visualizzata la differenza tra i due valori di temperatura (della temperatura cutanea centrale e della temperatura cutanea periferica). Nella scheda Termoregolazione è possibile visualizzare le panoramiche e i parametri seguenti: - Temperatura cutanea centrale - Temperatura cutanea periferica - Temperatura dell'aria - Temperatura interna del materassino - Umidità - Ossigeno - Lampada radiante - Riscaldatore convettivo	5 Il grafico Trend mostra le temperature di due sonde per la temperatura cutanea centrale e per la temperatura cutanea periferica. Nella scheda Termoregolazione è possibile visualizzare le panoramiche e i parametri seguenti: - Temperatura cutanea centrale - Temperatura cutanea periferica - Temperatura dell'aria - Temperatura interna del materassino - Umidità - Ossigeno - Lampada radiante - Riscaldatore convettivo
Capacità di interfacciamento su rete LAN	Punti 5	Supporta le seguenti funzioni: - Visualizzazione di dati dei parametri - Sognalazione di allarmi - Trasferimento di impostazioni del dispositivo o di dati del paziente - Modalità di assistenza, accesso ai logonik	5 Connessioni che consentono di dialogare con le cartelle cliniche elettroniche e sistemi informativi ospedalieri; è inoltre predisposta per aggiornamenti e upgrade futuri.
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate fasi come installazione e	Max 10 punti	38 mesi	0 36 mesi
<b>TOTALE</b>		69	62
<b>RIPARAMETRAZIONE</b>		52,78	70,00

Palazzo Arce

Belelli

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	2535842
<b>Descrizione RDO:</b>	FORNITURA DI N° 7 INCUBATORI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
<b>Punto Ordinante</b>	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	551B2G
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	13/03/2020 15:19
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	31/03/2020 12:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	23/03/2020 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	31/03/2021 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura indicate al Bando oggetto della RdO e/o nelle

	Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 N° 7 INCUBATORI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

CIG	8232846770
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	N° 7 INCUBATORI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	210000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	DRAEGER ITALIA	Singola	09058160152	30/03/2020 15:44
2	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Singola	03663500969	31/03/2020 08:56

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	03/04/2020 16:50:33	07/04/2020 10:42:45

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
DRAEGER ITALIA		nessuna		nessuna
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	art. 15 - Contenuto della Busta A	
	Valutazione	Note
DRAEGER ITALIA	Approvato	nessuna
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	07/04/2020 10:42:51	14/04/2020 09:57:48

Concorrente	art. 16 - Contenuto della Busta B	
	Valutazione	Note
DRAEGER ITALIA	Approvato	nessuna
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	14/04/2020 09:59:12	14/04/2020 10:10:26

Concorrente	art. 17 - Contenuto della Busta C		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
DRAEGER ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	161398,45000000	0,00	70,00	29,28	99,28
DRAEGER ITALIA	157500,00000000	0,00	67,74	30,00	97,74

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

**PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b)  
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI  
OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER  
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 7 INCUBATORI  
IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE**

**Allegato 3**

**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA  
N. 20.G.146.MIC.E\_am del 27/03/2020**

Bollo da  
€ 16,00

U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA

AZIENDA OSPEDALIERA “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA  
VIA FERDINANDO PALASCIANO  
81100 CASERTA

**Assolvimento bollo**

*Imposta di bollo assolta in modo virutale ai sensi all’autorizzazione estesa con prot.n. 156461/2016 del 01/07/2016 accordo con Agenzia delle Entrate*

**OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE**

La società GE Medical Systems Italia S.p.A.

domiciliata in Milano legalmente rappresentata dalla sottoscritta Sara Chicca

con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara costituita dalla Lettera di invito, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati e dallo schema di contratto che si intendono accettati in ogni loro parte,

**DICHIARA (O DICHIARANO)**

- di concorrere alla gara in oggetto per il seguente Lotto 1 N. 7 Incubatrici Ibride per Terapia Intensiva Neonatale.
- di offrire il seguente prezzo **complessivo**: Euro 161.398,45.=  
(centosessantunomilatrecentonovantotto/45)
- che l’aliquota IVA applicabile è pari al 22 %

**CONFERMA**

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e

**DICHIARA**

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione, e di essere a

PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

conoscenza che, trascorsi i suddetti 365 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono: € 1.238,00.= (milleduecentotrentotto/00) e i costi relativi alla manodopera sono: € 2.858,00.= (duemilaottocentocinquantotto/00), inclusi nel prezzo di offerta.
- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

Il concorrente prende, infine, atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

Data, 27/03/2020

Firma

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Sara Chicca - Procuratore

---

(timbro e firma leggibile)





**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

---

PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO** con oggetto:  
**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE -**  
**AGGIUDICAZIONE CIG:[ 8232846770]**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €196.906,11

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie  
da scomputare dal preventivo di spesa  
che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 24/04/2020

**il Dirigente GEF incaricato**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Deliberazione del Commissario Straordinario N. 459 del 27/04/2020**

**PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N°7 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA  
NEONATALE - AGGIUDICAZIONE CIG:[ 8232846770]**

In pubblicazione dal 27/04/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

***Elenco firmatari***

*Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE*

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*