



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 231 del 28/02/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- che con deliberazione n. 298 del 02/09/2011 è stato affidato il servizio integrato per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta alla Hospital Consulting S.p.A., aderendo alla convenzione CONSIP, denominata Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature EM (SIGAE3);
- che nelle more dell’attivazione di analoga convenzione centralizzata SORESA spa, ancora in corso di espletamento, è stata disposta, con precedenti deliberazioni e da ultimo, con la n. 379 del 22/05/2019, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del contratto in essere fino al 30/06/2019;
- visto che SORESA a seguito di richiesta Prot. 2345/U del 24.01.2020, con nota Prot. 2336 del 12.02.2020, autorizzava l’espletamento diretto di autonoma procedura di gara e la stipula del contratto avente durata e misura strettamente necessaria alla attivazione della nuova convenzione SIGMA;

Ritenuto

- per i motivi suriportati di esperire gara ponte per il periodo di un anno e comunque non oltre l’aggiudicazione della gara da parte della citata Centrale di Committenza con previsione di apposita clausola risolutiva espressa al momento della stipula della citata Convenzione;

Precisato

- che l’UOC Provveditorato ed Economato ha predisposto gli atti di gara, che si allegano quale parte integrante alla presente deliberazione, finalizzati, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, all’indizione di una nuova gara con procedura aperta di durata annuale e con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo annuo a base d’asta pari ad € 650.00,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza;

Preso atto

- del Capitolato speciale di appalto elaborato dal Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, e trasmesso con nota Prot. 29683/i dell’11/11/2019;

Ritenuto

- per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara ponte ed al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, di proseguire con il Contratto in essere, stipulato in data 01/10/2011 con Hospital Consulting S.p.A., a tutto il 30 giugno 2020, adeguando il relativo canone come da deliberazione n. 545 del 07/08/2019 e, quindi, per un importo complessivo pari ad € 598.955,19 + IVA;

Visto

- il parere URCP/2016 espresso dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC nell’adunanza del 18.01.2017, in riferimento alla richiesta della Ragioneria Generale dello Stato in tema di ricorso all’Istituto della proroga in presenza di gare CONSIP;

Attestata

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di indire procedura di gara aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, di durata annuale, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.2 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell'AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per un importo annuo a base d’asta pari ad € 650.000,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza;
2. di approvare gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato ed Economato ed il CSA predisposto dalla UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere apposita clausola risolutiva espressa, da esercitarsi a seguito della attivazione della nuova convenzione SIGMA da parte di SORESA spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania);
4. di proseguire per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara ponte, ed al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, con il Contratto in essere, stipulato in data 01/10/2011 con Hospital Consulting S.p.A., a tutto il 30 giugno 2020, per un importo complessivo pari ad € 598.955,19 + IVA;
5. di imputare la spesa complessiva pari ad € 730.725,34 IVA inclusa sul conto economico n. 5030301012 – manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie contratti -, come di seguito indicato:
 - € 365.362,67 (periodo luglio / dicembre 2019) Bilancio 2019;
 - € 365.362,67 (periodo gennaio / giugno 2020) Bilancio 2020;
6. di prendere atto che i costi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC G.E.F. ai competenti conti di bilancio;
7. di incaricare l'UOC Provveditorato ed Economato di procedere alla pubblicazione del bando di gara, sul sito web aziendale, sulla G.U.C.E. e Ministero delle Infrastrutture, sulla G.U.R.I. nonché per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale;
8. di imputare la spesa presunta di € 4.000,00, quali oneri di pubblicità che verranno rimborsati dagli aggiudicatari ai sensi dell'art. 5 co. 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, nonché la spesa dovuta per il contributo ANAC (pari ad € 600,00) sull'autorizzazione n. 66 del corrente bilancio conto economico 50.20.20.17.001;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all'UOC Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea e alla UOC Farmacia.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Simone

**IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**
Dott.ssa Antonietta Costantini

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano _____

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano _____

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. **INDIRE** procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, di durata annuale, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per un importo annuo a base d’asta pari ad € 650.000,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza;
2. **APPROVARE** gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato ed Economato ed il CSA predisposto dalla UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA in allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **PREVEDERE** nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli art. 92 e 100 del d.lgs. n. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
4. **PROSEGUIRE** per il periodo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara ponte ed al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità, con il Contratto in essere, stipulato in data 01/10/2011 con Hospital Consulting S.p.A., a tutto il 30 giugno 2020, per un importo complessivo pari ad € 598.955,19 + IVA;
5. **IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad € 730.725,34 IVA inclusa sul conto economico n. 5030301012 – manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie contratti -, come di seguito indicato:
€ 365.362,67 (periodo luglio / dicembre 2019) Bilancio 2019;
€ 365.362,67 (periodo gennaio / giugno 2020) Bilancio 2020;
6. **PREDIRE**, altresì apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) attivi analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

7. **PRENDERE ATTO** che i costi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC G.E.F. ai competenti conti di bilancio;
8. **INCARICARE** l'UOC Provveditorato ed Economato di procedere alla pubblicazione del bando di gara, sul sito web aziendale, sulla G.U.C.E. e Ministero delle Infrastrutture, sulla G.U.R.I. nonché per estratto, su due quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale;
9. **IMPUTARE** la spesa presunta di euro 4.000,00, sul conto economico 50.90.30.20.63, quali oneri di pubblicità che verranno rimborsati dagli aggiudicatari ai sensi dell'art. 5 co. 2 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, nonché la spesa dovuta per il contributo ANAC (pari ad € 600,00) sull'autorizzazione n. 66 del corrente bilancio conto economico 50.20.20.17.001;
10. **NOMINARE** ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Luigi Battista, Dirigente presso l'UOC Tecnologia ospedaliera e HTA, relativamente alla procedura di gara e sino all'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto;
11. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché all'UOC Gestione Economico-Finanziaria e alla UOC Farmacia.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)**

Delibera del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA fornitura annuale di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

DISCIPLINARE DI GARA
Glossario e Definizioni.....
1. PREMESSE.....
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....
2.1 Documenti di gara.....
2.2 Chiarimenti.....
2.3 Registrazioni piattaforma SIAPS.....
2.4 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 Oggetto dell'appalto
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....
4.1 Durata.....
4.2 Opzioni e rinnovi.....
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7.1 Requisiti di idoneità
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO.....
9. SUBAPPALTO.....
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO.....
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1 Domanda di partecipazione
15.2 Documento di gara unico europeo
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1.Dichiarazioni Integrative
15.3.2. Documenti a corredo
15.3.3. Documentazioni e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi utilizzati nel presente documento.

- Codice: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 e s.m.i.;
- Società: Società Regionale per la Sanità - So.re.sa. S.p.A. (di seguito “So.re.sa.”): Centrale di Committenza di cui all’articolo 3, co. 2.3, lett. i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in seguito “Codice”) e Soggetto Aggregatore, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati tra l’altro alle AA.SS.LL. e AA.OO.;
- nel caso di specie, la precitata Società ha allestito la piattaforma di e-procurement SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità) per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica gestite con sistemi telematici (art. 58 Codice), utilizzabile anche dalle Aziende sanitarie campane e raggiungibile dal sito internet <http://www.soresa.it>, nella sezione denominata “Accesso all’area riservata/login”;
- Stazione appaltante / Amministrazione contraente: A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, che giusta autorizzazione rilasciata dalla So.re.sa., espleta tramite la piattaforma di e-procurement SIAPS una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione all’A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, dettagliatamente descritto nel relativo Capitolato tecnico;
- Fornitore o Aggiudicatario: l’impresa che è risultata aggiudicataria e che sottoscrive il contratto, impegnandosi a quanto previsto nello stesso;

1. PREMESSA

Con provvedimento del Commissario Straordinario n. del, quest’Amministrazione ha deliberato di indire l’appalto , previo espletamento di una gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento dei **servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali** dell’AORN “S.Anna e San Sebastiano di Caserta”.

Il luogo di svolgimento del servizio è l’unica sede dell’Azienda Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta codice NUTS

Il Responsabile del procedimento, sino alla fase di aggiudicazione del contratto, è ai sensi dell’art.31 del Codice, la Dott.ssa Antonietta Costantini, Direttore dell’UOC Provveditorato – Economato..

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

CIG.....

Questa Azienda per l’espletamento della corrente gara si avvale, ai sensi dell’art. 58 del Codice, della **piattaforma di e-procurement SIAPS** (d’ora in poi anche “Sistema”), raggiungibile dal Sito della **So.re.sa. Spa.** nella sezione: “**Accesso all’area riservata/Login**”. [N.B. Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.]

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:

- di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo ;
- della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema.

Occorre, inoltre, effettuare la registrazione al Sistema, in conformità alle modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso”, reperibile all’indirizzo www.soresa.it sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).

Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell’offerta, potranno consultare il documento: “**Procedura aperta - manuale per la partecipazione**”, che sarà accessibile all’interno dell’area riservata di ciascun operatore economico, nella sezione: “**Documenti**”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - d’ora innanzi Codice)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1)Disciplinare di gara
- 2)Capitolato Tecnico e relativi allegati
- 3)Bando di gara;
- 4)*DUVRI*;
- 5)Patto di integrità/protocollo di legalità ex Delibera n.102 del 5.3.2014;
- 6) fax simile Contratto

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet: www.soresa.it e www.ospedale.caserta.it, (Sezione Albo-pretorio online- sotto la voce Bandi e gare).Il bando di gara è stato trasmesso, ai sensi dell’art.72 del Codice, alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data _____, nonché pubblicato, come previsto dall’art. 2, punto 6, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del _____.sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Osservatorio Contratti Pubblici”(<http://www.serviziocontrattipubblici.it>) e, come previsto dall’art. 3 del suddetto decreto ministeriale, per estratto

su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a livello locale. **N.B. Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione.

2.2 .Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita funzionalità del **Sistema** almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. A tal fine, si invitano gli operatori economici a consultare la guida "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione ", nella sezione relativa, reperibile nella propria "Area personale".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.soresa.it>, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare", nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Non sono ammessi richieste di chiarimenti o informazioni telefoniche.

2.3 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA SIAPS

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile, come innanzi precisato, essere registrati al Sistema.

A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: "**Registrazione utente e primo accesso**" reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "Per le imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE").

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

N.B. Si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al Sistema con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al paragrafo 13 e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per

valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sui siti aziendali innanzi indicati o con gli eventuali chiarimenti.

Successivamente alla registrazione, gli operatori economici, al fine della presentazione dell'offerta, potranno consultare il documento: "**Procedura aperta - manuale per la partecipazione**", che sarà accessibile all'interno dell'area riservata di ciascun operatore economico, nella sezione: "**Documenti**".

2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provveditorato@ospedalecasertapec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico,i e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sui siti aziendali innanzi indicati o con gli eventuali chiarimenti.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto per l'affidamento annuale dei **servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali** presenti nell'unica sede dell'AORN "S.Anna e San Sebastiano di Caserta".

3.2 Importo a base d'asta, è pari ad **€ 650.000,00(IVA esclusa)** nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze .

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € **non soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con fondi in bilancio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni uno , decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata e pertanto il contratto potrà essere anticipatamente risolto, qualora arrivino a conclusione le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente da parte delle Centrali di Committenza CONSIP e SORESA. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 12, per un importo non superiore a quello di aggiudicazione al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, qualora non sia arrivata a conclusione la gara in corso indetta da SORESA spa. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della

scadenza del contratto originario. Anche in tal caso la stazione appaltante potrà esercitare la risoluzione anticipata di cui al primo capoverso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nel periodo di vigenza del contratto , nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.

5.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara .In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6.REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di **esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane per l'attività oggetto di gara, con attivazione dell'oggetto sociale.
- b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Idonee referenze bancarie** rilasciate da almeno due Istituti di Credito o intermediari autorizzati ai sensi della L:385/1993 attestanti la capacità economico finanziaria dell'impresa. In caso di Raggruppamento è richiesta la presentazione di due referenze bancarie per la Mandataria e di una referenza bancaria per ogni Mandante; analogamente per i Consorzi.

Dette referenze devono essere inviate in formato elettronico:

- in originale, sotto forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi.;

oppure

- in copia scannerizzata dei documenti cartacei (in tal caso il fornitore dovrà dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 che gli allegati in copia sono corrispondenti agli originali in proprio possesso).

- b) **Fatturato minimo specifico** per servizi di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali, al netto dell'IVA realizzato *complessivamente* negli esercizi finanziari 2017/2018/2019 non inferiore all'importo annuo dell'appalto. A tal fine, dovrà essere prodotta in formato elettronico (copia scansionata) e il Concorrente dovrà dichiarare ai sensi del DPR n.445/2000 che gli atti allegati sono corrispondenti agli originali in proprio possesso.

NOTA Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. La richiesta del predetto requisito è correlato all'interesse della Stazione Appaltante, data la complessità del servizio da affidare e la ricaduta sulla salute del paziente, che il servizio venga svolto da operatori economici con una adeguata solidità economico finanziaria ed esperienza nel settore oggetto di gara.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni (2017/2018/2019) dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo triennio (2017/2018/2019) **servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali regolarmente e con buon esito**.

L'importo complessivo triennale non potrà essere inferiore all'importo annuo dell'appalto..

Il requisito richiesto è provato mediante copia scansionata del certificato rilasciato dai committenti, con dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 che gli allegati sono corrispondenti agli originali in possesso.

Il certificato dovrà essere rilasciato dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo , del periodo di esecuzione e dichiarazione che il servizio è stato regolarmente eseguito e con buon esito;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del

citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio ..

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione **dell'iscrizione alla CCIAA**.

In caso di ricorso all'avvalimento, il Concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, utilizzata dall'A.O.R.N. appaltante, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida "**Procedura aperta - Manuale per la partecipazione**", nella Sezione "**Istruzioni specifiche in caso di avvalimento**", disponibile sul sito <http://www.soresa.it..>

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate al paragrafo di pertinenza del presente Disciplinare) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all'uopo, gli allegati "**A8/DGUE e A/11Avvalimento**", compilati dall'impresa ausiliaria. Il Concorrente allega, altresì, alla Dichiarazione di partecipazione (**Allegati A1 e A2 al suddetto Disciplinare**), il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate al medesimo art.8 del medesimo Disciplinare) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preeistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

In caso di ricorso al Subappalto, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla Piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida "Procedura aperta – Manuale per la partecipazione", nella sezione "Istruzioni specifiche in caso di subappalto", disponibile sul sito <http://www.soresa.it>.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

All'atto del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmetterà, oltre alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata, la

dichiarazione del subappaltante attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione dell'art. 80 (comma 7 art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% del prezzo a base d'asta dell'appalto* salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso le aziende autorizzate.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni *dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta*.
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere intestate all'Azienda Ospedaliera e **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni.... *[indicare i giorni]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a provveditorato@ospedalecasertapec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore del giorno

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La *mancata allegazione* della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo la determinazione indicata nella scheda sopraindicata (allegato A/7 al presente Disciplinare), osservando le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve allegare a Sistema:

- a) in caso di versamento online: copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri;
- b) in caso di versamento in contanti: copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del Concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri.

In caso di mancato caricamento sul Sistema della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema Stazione appaltante consultazione del sistema *AVCpass*.

Si raccomanda di specificare nella causale del pagamento esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il codice CIG.

In caso di mancato caricamento sul Sistema della ricevuta, la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Sistema *AVCPass*.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata, presentando idonea documentazione (art. 83, comma 9 del Codice), a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria entro il termine fissato, la medesima Stazione appaltante procederà all'**esclusione** del Concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n.266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta deve essere presentata attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Al fine della presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida ***"Procedura Aperta – Manuale per la partecipazione"***, consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da Enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) **dovranno essere sottoscritte con firma digitale** ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art.38 del DPR n.445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del Concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a *Sistema* copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da ***"Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso"*** firmata digitalmente dal Concorrente stesso. Tale dichiarazione dovrà essere inserita all'interno dell'apposito campo dedicato alla ***DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA***.

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni e i documenti costituenti, nell'insieme, la "Documentazione Amministrativa" dovranno essere **firmati digitalmente** dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega e caricate a *Sistema* nel campo ***“Documentazione Amministrativa”***, all'uopo predisposto nell'apposita scheda; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida ***"Procedura Aperta – Manuale per la partecipazione"***, nella sezione ***"Modalità di compilazione della Busta Amministrativa"***. Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori/cartelle compresse nella scheda ***"Busta Amministrativa"*** cliccando, volta per volta, sulla voce ***"Aggiungi allegato"***, compilando il campo ***"Descrizione"*** e inserendo il documento /cartella di che trattasi, **firmato/a digitalmente** dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna ***"Allegato"***.

L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA, DOVRANNO ESSERE COLLOCATE A *SISTEMA* NELL'AMBITO DELLA STESSA SCHEDA DENOMINATA CARICAMENTO LOTTI. SI PRECISA CHE A VALLE DELL'INSERIMENTO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA. IL *SISTEMA*

GENERERÀ DUE DISTINTI FILE, IN FORMATO PDF, RIEPILOGATIVI DI QUANTO INSERITO IN CIASCUNA BUSTA/OFFERTA

- . Tali file dovranno essere **firmati digitalmente**, dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito degli opportuni poteri di delega:
- dell'impresa singola;
 - di tutte le imprese raggruppande /consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I. /Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, l'offerta deve sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n.5, l'offerta deve sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo di del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il *Sistema*, come configurato, assicura che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni ad essa correlate, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne verrà assicurata la completa segretezza sino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente nella seduta pubblica di cui al paragrafo riferito all'offerta tecnica e in quella di cui al paragrafo correlato all'offerta economica.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata tramite il Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno _____. N.B. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ex art.59, comma 3, lett. b) del Codice. Scaduto detto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Pendente il termine di scadenza, è fatta - invece - salva la presentazione di un'offerta successiva, in sostituzione della precedente. Al fine di procedere alla trasmissione della nuova offerta, in

sostituzione di quella già inviata, occorre cliccare la voce “*modifica documento*”, seguendo la procedura esplicitata nella summenzionata guida al paragrafo “*Modifica di un’offerta inviata*”.

Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviauto l’offerta originaria. Si precisa che la presentazione di una o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto di quest’Azienda committente, sarà considerata “offerta plurima” e, pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l’ultima proposta presentata in ordine temporale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 32, comma 4, primo periodo, e 48, comma 7, del Codice.

E’ inoltre possibile, purché entro il termine di scadenza e sempreché l’operatore economico lo reputi opportuno, **ritirare** l’offerta caricata a Sistema, procedendo come esplicitato dalla guida “*Procedura aperta – Manuale per la partecipazione*”, nella Sezione “*Ritiro di un’offerta INVIATA*”, disponibile sul sito <http://www.soresa.it..>

Dopo la suddetta scadenza, l’offerta inviata attraverso il *Sistema* sarà ritenuta vincolante a tutti gli effetti per l’operatore economico e ciò per **180** (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste da questa Azienda appaltante ex art. 32, comma 4, del Codice. Qualora alla data di scadenza della validità dell’offerta, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerti - ai sensi della disposizione da ultimo indicata - di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell’offerta mediante il *Sistema* è a totale ed esclusivo onere del Concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della So.re.sa., titolare della piattaforma utilizzata dal *Sistema*, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, il Concorrente esonera la precitata So.re.sa. e, per l’effetto, l’AORN “*S. Anna e San Sebastiano*” da ogni responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento del *Sistema*.

N.B. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell’offerta tramite il *Sistema*, si segnala la necessità di intraprendere le operazioni correlate a tale attività, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine sopraindicato. Eventuali malfunzionamenti del *Sistema*, che impediscano caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente

segnalati telefonicamente al numero 081 – 2128174 (rif. “Assistenza SIAPS”) e alla Segreteria dell’U.O.C. Provveditorato – Economato (0825/232705)

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Qualora ricorrono le condizioni di cui all’art.79, comma 5-bis, del Codice, la Stazione appaltante promuoverà ogni azione idonea ad assicurare l’adozione da parte della *So.re.sa.* dei provvedimenti necessari a fronteggiare il malfunzionamento del *Sistema*.

Si precisa che non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevorrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e

- della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALL. A1- A2)

Deve essere costituita dai seguenti documenti, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare.

15.1. Con la dichiarazione di partecipazione di cui al punto 15.1, il Concorrente dichiara:

- la forma/composizione societaria (impresa singola, consorzio stabile, consorzio tra imprese artigiane, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, capogruppo del RTI, capogruppo del consorzio ordinario, imprese aderenti al contratto di rete, impresa aderente ad un GEIE) con la quale intende concorrere.

In particolare, in caso di RTI o consorzio ordinario non costituito dovranno essere indicati la composizione di detto RTI/Consorzio, il ruolo rivestito all'interno del RTI /Consorzio da ogni

componente dello stesso (se mandatario o mandante), le quote di partecipazione e le parti della fornitura/servizio da ciascun operatore economico - raggruppato o consorziato - eseguite.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per il quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara indicati nelle premesse del presente Disciplinare di gara;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione appaltante;
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto dell'appalto;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulle prestazioni da appaltare, sia sulla determinazione della propria offerta.
- d) di impegnarsi ad eseguire l'appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato tecnico e, comunque, nella documentazione di gara;
- e) di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180(centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- f) di aver preso atto del protocollo di legalità sugli appalti pubblici di cui alla delibera n. 102 2014 adottata dalla Stazione appaltante;

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICA EUROPEO

Con il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e smi., da presentare utilizzando l'Allegato "A8 – DGUE", il concorrente :

- a) rende tutte le informazioni richieste relative **alla procedura di appalto (Parte I)**;
- b) rende altresì tutte le informazioni anagrafiche richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti **(Parte II)**; \
- c) dichiara di fare/ non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (cd. "Avvalimento" di cui al paragrafo 8 del presente Disciplinare), allegando a Sistema, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni di interesse. **[In caso di avvalimento, secondo quanto indicato nell'allegato "A8 – DGUE", è richiesta l'indicazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, dei requisiti oggetto di avvalimento e la presentazione, per ciascuna impresa ausiliaria, di un DGUE distinto con relativo documento integrativo, debitamente**

compilati e firmati dai soggetti interessati secondo le modalità indicate nel relativo paragrafo del succitato Disciplinare, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinenti e dalla parte VI. Al riguardo vale quanto chiarito alla successiva lett. e) in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra. Inoltre, ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare e presentare, con le modalità già chiarite, il modello “**AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA**”.

- d) dichiara se intende subappaltare parte del contratto a terzi (“Subappalto”, di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare), allegando nella Piattaforma SIAPS, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al successivo par. 15.3.1. a
- e) Attesta, indicandole specificatamente, di trovarsi/ non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80, comma 1, lettere a), b), b- bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), c- bis), c – ter), c- quater), d) e), f), f- bis), f-ter), g), h), i), l), m) comma 7 del Codice, nonché in quelle di cui dell’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n.165/2001.

N.B. Il beneficio della non applicazione delle cause di esclusione, di cui al comma 7 dell’art. 80 del Codice, non si applica ai sensi del comma 9 di detto articolo, nel caso in cui a carico dell’operatore economico sia in corso l’esclusione, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di appalto.

La durata dell’esclusione è determinata ai sensi dell’art. 80, comma 10, del Codice.

Si precisa che, secondo quanto esposto nel comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017, le attestazioni di cui all’art.80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5, lettere l), del Codice, devono essere rese, utilizzando l’allegato “A2 – DGUE”, oltre che per il legale rappresentante dell’impresa Concorrente o, comunque, per il soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.80, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando i dati identificativi degli stessi nell’Allegato “A2BIS – INTEGRAZIONE DGUE” di cui al susseguente art. 15.3.1.

Si precisa che, come indicato anche dal soprarichiamato comunicato del Presidente dell’ANAC, nel caso il concorrente abbia la forma giuridica di “*altra società o consorzio*” ai sensi dell’art. 80 co 3 del Codice, le attestazioni di cui sopra sono da riferirsi:

- (nelle società con sistema di amministrazione cd. “*tradizionale e monistico*”), al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all’Amministratore Unico, agli amministratori delegati, anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ai membri del Collegio Sindacale (nelle società con sistema di

- amministrazione tradizionale) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
- (*nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico"*), ai membri del Consiglio di Gestione e ai membri del Consiglio di Sorveglianza;
 - ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza*» ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procuratori e gli institori “*dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori*”;
 - ai «*soggetti muniti di poteri di direzione*», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “*i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*”;
 - ai «*soggetti muniti di poteri di controllo*», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, “*il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati*”.

N.B.: in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice andrà resa da parte del Concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata , fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

f) attesta, nella sezione “A: IDONEITÀ” della parte IV,

- (*al punto 1) L'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura*, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione, secondo la legislazione nazionale di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice (allegato XI della direttiva 2014/24/UE);

g) attesta, nella sezione “B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” della parte IV

- **Dichiarazione sul fatturato specifico**, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli anni 2016/2017/2018, non inferiore all'importo annuo dell'appalto IVA esclusa ;

h) attesta, nella sezione “C” CAPACITÀ TECNICO –PROFESSIONALE “ della parte IV

- **Elenco delle principali forniture specifico nel settore oggetto della gara realizzate** nell'ultimo triennio 2017-2018-2019 con l'indicazione del Committente , decorrenza contrattuale e importo aggiudicato rapportato alla fornitura.

15.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

1) Dichiarazione sostitutiva, da presentare preferibilmente utilizzando l'Allegato

“INTEGRAZIONE DGUE”, l'operatore economico:

- a) dichiara di aver compilato l'allegato “ DGUE” che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di averlo allegato nella cartella omnicomprensiva;
- b) dichiara (ove pertinente) che non presenterà offerta per la gara al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. , Tete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I. , Reti, Consorzi o gruppi;
- c) dichiara di aver ottenuto il PASSOE, di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, allegando l'apposito documento a *Sistema* nella cartella omnicomprensiva.

L'Operatore economico, inoltre :

- d) comunica l'Ente competente per la certificazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 68/99);
- e) indica i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- f) attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- g) attesta di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” ovvero di avervi sede, residenza o domicilio ed essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
- h) dichiara (se del caso) di trovarsi/non trovarsi in una delle condizioni previste di cui all'art. 80, co. 11, del Codice;
- i) dichiara con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- j) dichiara (se del caso) i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nei confronti dei quali sussistono condanne definitive per i reati di cui all'art. 80 e le relative condizioni di non applicabilità della causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 3, ult. periodo e/o dell'art. 80, comma 7, del Codice;
- k) dichiara (se del caso) i dati identificativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, che hanno riportato condanne non passate in giudicato, al fine di valutare l'eventuale grave illecito professionale previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c), secondo le indicazioni della L.G. A.N.A.C. n.6 (Deliberazioni del Consiglio n.1008/2017)
- l) dichiara che i soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del *Codice* **non** si trovano nelle condizioni di cui al medesimo articolo, comma 1, lett. b-bis) e **dichiara di non** trovarsi nelle condizioni di cui al

comma 5, lett. f-bis) e f-ter);

m) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c.ter) del Codice;

2) in caso di Avvalimento, per **ciascuna ditta ausiliaria**, dovrà essere presentata:

a) **Attestazione**, tramite la compilazione dell'Allegato "DGUE", di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), b- bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), l), m), comma 7, del Codice nonché in quelle dell'art.53, comma 16 – ter del D.Lgs. n.162/2001. Al riguardo vale quanto chiarito alla lett. e) dell'art. 15.2 in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra.

b) **Dichiarazione sostitutiva**, (preferibilmente utilizzando l'Allegato “ INTEGRAZIONE DGUE” di cui al punto 1) del par. 15.3.1), da presentarsi secondo le modalità indicate nel relativo paragrafo del presente Disciplinare.

c) **Dichiarazione sostitutiva**, (preferibilmente utilizzando l'Allegato - *AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA*), da presentarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la quale l'impresa ausiliaria:

i) si obbliga, nei confronti del concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei quali è carente il Concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del *Codice*, rendendosi, inoltre, responsabile nei confronti della Stazione appaltante, in solido con il Concorrente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

ii) attesta che non partecipa a sua volta alla gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario o di altro soggetto Concorrente.

d) **Contratto**, da presentarsi secondo le modalità indicate nell'allegato 8 presente Disciplinare, in virtù del quale **l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte**. Si rappresenta che da detto contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

3) (*in caso di Subappalto*), per la **Ditta subappaltatrice** dovrà essere presentata Dichiarazione sostitutiva, da presentarsi secondo le modalità indicate al punto 13 del presente Disciplinare, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e smi., con la quale l'impresa subappaltatrice indica le

parti della fornitura che intende subappaltare

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- 1) *Due referenze bancarie* rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1993 n.385.
- 2) PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al Concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il Concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice ovvero al subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa/e subappaltatrice/i;
- 3) DUVRI preliminare compilato e firmato per accettazione integrale;
- 4) Attestato di sopralluogo;
- 5) Documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10 con la **dichiarazione**, di cui all'art. 93, co. 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. [N.B. Per fruire delle riduzioni della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, co. 7, del Codice, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei requisiti di cui alla disposizione in parola e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.]

Si precisa che :

- a) Nel caso di presentazione della garanzia provvisoria sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari autorizzati iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il concorrente dovrà presentare, oltre a detta fideiussione:
 - a.1) copia dell'autorizzazione rilasciata in favore dell'intermediario finanziario medesimo ai sensi l'art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ovvero dichiarazione sostitutiva del fideiussore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la quale se ne attesta il possesso;
 - a.2) dichiarazione sostitutiva del fideiussore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale si attesta di svolgere, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e di essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 - a.3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante.

- b) Nel caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti, bonifico bancario/postale, assegno circolare o in titoli del debito pubblico, il Concorrente dovrà presentare, ai sensi dell'art. 93, co. 8, del *Codice*, dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3, dell'art. 93, del *Codice*, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione Contraente, di cui all'art. 103 del *Codice*. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- c) Ricevuta/e di pagamento del/dei contributo/i a favore dell'ANAC, di cui al precedente par. 12.

15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La **dichiarazione** (*Istanza di Partecipazione*) dovrà essere prodotta e sottoscritta, secondo le modalità indicate all'art.13 del presente Disciplinare, da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura ed in particolare:

- a) in caso di **RTI** o di **consorzio ordinario già costituiti**, di cui rispettivamente all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), del *Codice*: dall'impresa cui sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come mandataria, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- b) in caso di **RTI** o di **consorzio ordinario costituendi**, di cui all'art. 48, co. 8, del *Codice*: da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti (tramite la presentazione di un **unico modello A1** debitamente compilato, i concorrenti indicano l'impresa, qualificata come mandataria, alla quale si impegnano a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto e dei mandanti);
- c) in caso di Consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), del *Codice* dal Consorzio medesimo;
- d) **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’Impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- se la rete è dotata di **un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è **sprovvista di organo comune**, ovvero, se l’**organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria**, la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica ovvero in caso di partecipazione nelle forme del aggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La **dichiarazione** di cui al paragrafo 15.2 (**DGUE**) e la dichiarazione integrativa (**INTEGRAZIONE DGUE**) dovrà essere prodotta e sottoscritta secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare:

- a) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE, sia costituiti che costituendi;
- b) da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, nel caso di aggregazioni di imprese di rete;
- c) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2., lett. b) e c) del Codice.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché di quelle eventualmente adottate dall’A.N.AC.

Inoltre, per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato a *Sistema*:

- a) **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane** di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del *Codice*:
 - atto costitutivo e statuto del consorzio, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare, con indicazione delle imprese consorziate;
 - dichiarazione (utilizzando l’Allegato “**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**”) in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. si indicano le imprese che compongono il GEIE e, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione (utilizzando l’Allegato **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**) resa da tutti i concorrenti attestante:

- a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ex art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del *Codice*.

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di **un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4 - quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità innanzi indicate, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune o suo procuratore munito di opportuni poteri, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di **un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4 - quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate esplicitate , recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 11 del presente Disciplinare, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, avente data precedente la presentazione dell'offerta;

- dichiarazione (utilizzando l'Allegato “***ISTANZA DI PARTECIPAZIONE***”) in cui si indicano le imprese che compongono il raggruppamento o consorzio e, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del *Codice* le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

c) nel caso di GEIE:

- atto costitutivo e statuto del GEIE, da presentarsi secondo le modalità innanzi indicate, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

- dichiarazione (utilizzando l'Allegato “***ISTANZA DI PARTECIPAZIONE***”) in cui indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo :

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità innanzi indicate dal presente Disciplinare, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ex art.24 del CAD, il mandato deve avere la firma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art.25 del CAD;

ovvero

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate dal medesimo Disciplinare, privo del mandato di cui al punto precedente. In questo caso, unitamente al contratto di collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione di rete dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato Tecnico con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con

scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi del già citato art.24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ex art.25 del CAD.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all'uopo predisposti. A tal fine si raccomanda di uniformarsi alle indicazioni contenute nella succitata guida "Partecipazione ad una procedura di gara", nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica".

Si precisa che l'offerta tecnica ,dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione di carattere economico, pena l'esclusione.

La documentazione tecnica dovrà essere inserita nell'omonimo campo, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega¹ e collocata a Sistema nel campo "Documentazione Tecnica"., [N.B. Qualora l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, all'interno della stessa cartella compressa, deve essere allegata copia scansionata della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.]

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, le specifiche tecniche in esso contenute.

L' Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto avente titolo contenente l'indicazione analitica delle parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza con riferimento ai marchi,Know-How, brevetti etc.

¹ a) dell'impresa singola;

b) di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI /Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

c) dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

d) dal Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

La relazione dovrà essere coerente con quanto richiesto da questa Azienda ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata al fine di facilitare il lavoro della Commissione di gara

La relazione non dovrà avere un numero superiore a 15 pagine fronte retro in formato A4, carattere “Times New Roman” dimensione 12 interlinea 1,5.

La relazione dovrà essere introdotta da un indice completo, escluso dal conteggio delle pagine, ed essere corredata da allegati, in lingua italiana, anch'essi esclusi dal conteggio delle pagine che la Ditta intenderà presentare a specifica del contenuto tecnico.

Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione tecnica con numero identificativo cosicchè la Commissione possa consultarli in maniera agevole.

Ogni pagina deve essere numerata ed ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Tali limitazioni rappresentano, comunque, una mera indicazione ai concorrenti e non costituiscono causa di esclusione dalla gara.

Si evidenzia che, ove ritenuto opportuno, nel campo all'uopo predisposto, denominato “*Ulteriore Documentazione Tecnica*”, potranno essere inoltre inserite le seguenti dichiarazioni/documentazione, recanti la dicitura” **DICHIARAZIONI EVENTUALI**”, sottoscritte digitalmente:

- **Segreti tecnici e commerciali e relativa documentazione a comprova.** In particolare, la Ditta indicherà quali informazioni - rinviano alle parti dei documenti che le riportano - costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali. La suddetta dichiarazione dovrà essere motivata e comprovata e sarà valutata come possibile motivo di esclusione del diritto di accesso agli atti relativi, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi.. In relazione alla predetta ipotesi, sarà comunque consentito l'accesso al concorrente per la tutela dei propri diritti in sede di giudizio (art. 53, comma 6, del D.Lgs. cit.).

La Commissione Giudicatrice avrà facoltà di richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione o delle dichiarazioni prodotte, fissando per ciò un termine perentorio ultimo di presentazione, ai fini della relativa valutazione.

N.B.: A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: Busta _TEC_1.pdf. Tale file dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Terminata la fase di accertamento del possesso dei requisiti minimi richiesti dalla Stazione Appaltante, la Commissione incaricata procederà all'attribuzione del punteggio tecnico sulla base dei criteri e con le modalità riportate nel presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata a *Sistema* rispettando i campi all'uopo predisposti . A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida *“Manuale per la Partecipazione”*, nella sezione *“Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”*.

La Ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare tramite il **Sistema**, il modello di offerta economica proposto inserendo le informazioni richieste nei campi all'uopo predisposti tramite il sistema SIAPS. In particolare, è richiesta espressa indicazione, solo in cifre con due decimali, del valore complessivo annuo offerto (N.B. utilizzare l'apposito campo all'uopo predisposto denominato “VALORE OFFERTO”).

A valle dell'inserimento/compilazione della documentazione di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: *“Busta_Eco.pdf”*. Tale file rappresenterà l'*Offerta Economica* e dovrà essere firmato digitalmente a pena di esclusione

- a) dal legale rappresentante;
- b) dell'impresa singola;
- c) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- c) dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- d) del Consorzio, in caso di Consorzio stabile.

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) PERCENTUALE DI SCONTI sull'importo complessivo annuale a base d'asta.

- b) Costo complessivo annuale decurtato dello sconto offerto;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta ;

Il Concorrente, nel campo "Spiegazioni ex art. 97", appositamente predisposto , dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente alle **spiegazioni di cui all'art. 97, comma 1, del Codice**, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Si evidenzia che sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse ex art. 97, comma 3, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

L'operatore economico dovrà allegare, nel campo "Imposta di Bollo", la copia ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa dichiarazione di offerta economica. A tal fine, l'operatore economico potrà procedere ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n.642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e smi., utilizzando il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate e inserendo i seguenti dati:

- a) dati identificativi del Concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
- b) dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5): AORN "*S. Anna e S. Sebastiano*", Via F. Palasciano, 81100 Caserta, C.F. 02201130610;
- c) codice ufficio o ente (campo 6); REE; g) Codice tributo 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;
- d) estremi del pagamento: CIG della presente procedura.

In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice: dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete: dall'organo comune/mandataria.

In caso di assenza di versamento, la Stazione appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'art. 19 del suddetto DPR n.642/1972.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 15.1..

Non saranno accettate offerte condizionate, né parziali; inoltre non saranno accettate offerte plurime o alternative per i prodotti offerti.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	PUNTI 70
Offerta economica	PUNTI 30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica -
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Descrizione	Tipologia	Punteggi
Struttura organizzativa proposta per l'erogazione dei servizi richiesti: intesa come matrice ruoli/responsabilità, modalità di interazione tra le figure chiave, processi di coordinamento e controllo tra le diverse unità coinvolte nella gestione del servizio, strutture tecniche e logistiche dell'offerente a supporto dell'Azienda messe a disposizione in caso di necessità ecc.	discrezionale	Max 5 punti
Tempi di intervento manutenzione apparecchiature, qualora i predetti tempi possano essere monitorati e rilevati dalla piattaforma informatica gestionale.	SI/NO	5 punti
numero e tipologia di apparecchiature temporaneamente sostitutive (muletti), disponibili entro 24h dal guasto bloccante (per ogni apparecchio aggiuntivo, rispetto al numero previsto nel paragrafo 11.1.2 del capitolo, sarà attribuito un punto)	tabellare	Max 10 punti

N° di corsi formativi specifici su apparecchiature EM critiche (ventilatori polmonari, sistemi di anestesia, ecotomografi, defibrillatori,...), svolti dal personale tecnico, presso le case costruttrici delle stesse - per ogni corso saranno attribuiti 2 punti	tabellare	Max 10 punti
N° di anni di attività del personale tecnico presso aziende ospedaliere di rilievo nazionale/IRCSS/AOU/ASL. Per ogni anno superiore al valore minimo 5 previsto dal capitolato, sarà attribuito 1 punto.	tabellare	Max 5 punti
Numero di contratti che saranno stipulati con case costruttrici, durante la durata dell'appalto, per apparecchiature EM critiche ed ecografi (elencare costruttori e gruppo di appartenenza-cfr. par. 5). Per ogni contratto stipulato sarà attribuito un punto, per ogni contratto stipulato con società costruttrice di ecografi saranno attribuiti 2 punti.	Tabellare	Max 10 punti
documentazione procedure attività (con esplicito riferimento ai principi dei Sistemi di Gestione della Qualità, tipo "Vision 2000")	Tabellare SI/NO	Punti 5
Modalità gestione magazzino e approvvigionamento di parti di ricambio, materiali di consumo e parti soggette ad usura, con indicazione delle procedure adottate per l'acquisizione, l'immagazzinamento e la gestione delle scorte al fine di valutare qualitativamente la filiera dell'approvvigionamento degli stessi.	discrezionale	Max Punti 5
Laboratorio tecnico: tipologia della dotazione di strumentazione di diagnosi e simulatori. Elencare tipologie di analizzatori secondo i dettami delle norme particolari.	tabellare	Max punti 5
Caratteristiche sistema informativo (foto delle diverse apparecchiature), modulo software per la gestione degli Indici di Priorità di Sostituzione (IPS) delle apparecchiature dai dati manutentivi.	Tabellare SI/NO	Max punti 5
Modalità di marchiatura per il censimento delle apparecchiature EM, degli accessori e in particolare delle ottiche con metodologia tale da non compromettere la certificazione CE (sistema laser-datamatrix)	Tabellare SI/NO	5 punti
TOTALE		70 punti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile(36/70).Tale punteggio minimo dovrà essere raggiunto prima di procedere alla riparametrazione di cui al presente disciplinare. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo del confronto a coppie.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale , è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del **confronto a coppie** – (cfr. *linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V*).

Per la determinazione del coefficiente variabile da zero a uno, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

GIUDIZIO	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	insufficiente	
Coefficiente	1,00	0,80	0,60	0,40	0,00	

L'Attribuzione dei coefficienti Vai avviene utilizzando il metodo del "confronto a coppie". Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile da 1 a 6 secondo la seguente scala.

Livello di preferenza	Grado di Preferenza
Massima	6
Grande	5
Media	4
Piccola	3
Minima	2
Parità	1

Al termine dei confronti, si attribuiscono i punteggi trasformando la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili da 0(zero) a 1 (uno).

Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre o superiori a dodici, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta sulla base della seguente scala:

GIUDIZIO	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	insufficiente	
Coefficiente	1,00	0,80	0,60	0,40	0,00	

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato sulla base della seguente formula:

$$Pe(i) = 30 \times \frac{Val\ min}{Val\ i-esima}$$

Val i-esima

DOVE:

$$Pe(i) = \text{Punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta}$$

Val min = il valore complessiva dell'offerta più bassa tra le offerte ritenute valide presentate dalle ditte concorrenti

Val i-esima = il valore complessivo dell'offerta presentata dalla ditta concorrente i-esima

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1*) Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....

P_n = peso criterio di valutazione n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, indicato al paragrafo 13 del presente Disciplinare, si costituisce il Seggio di gara, deputato alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Detto organismo sarà costituito dal RUP e da funzionari in servizio dotati di adeguate competenze in ambito giuridico-amministrativo.

In data _____ alle ore _____ presso la sede dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, sita alla Via P. Palasciano – 81100 Caserta al I° Piano Palazzina Uffici - Edificio A della UOC Provveditorato – Economato, avrà luogo la prima seduta pubblica

e vi potranno partecipare i Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema. Nel corso di detta seduta il Seggio di gara procederà:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte;
- b) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;

Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

In successiva/e seduta/e riservata/e, il medesimo Seggio, deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed in particolare:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14 del presente documento;
- c) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte.

Si procederà al termine delle attività del Seggio di gara ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3(tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, da parte del *seggio di gara*, la commissione giudicatrice procederà allo sblocco delle “*Buste tecniche*” collocate a *Sistema* e alla constatazione della documentazione inerente l’offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al *RUP* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [*già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione*] attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [*ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, etc.*].

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle Buste Economiche collocate a Sistema e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato nei precedenti punti..

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice -nei casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di S.Maria C.V. rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
DOTT.SSA ANTONIETTA COSTANTINI**



MODELLO A1

PROCEDURA APERTA SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI E

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

FACSIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L'AMMISSIONE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ___, codice fiscale n. _____ CCNL applicato _____ Settore _____, che partecipa alla presente iniziativa nella seguente forma

(INDICARE UNA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, DEL CODICE)

di seguito denominato "operatore"

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

CHIEDE

di partecipare alla presente gara per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali

E DICHIARA

1. L'impresa rientra <in alternativa: non rientra> tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; (*in caso di RTI/Consorzi ordinari/Consorzi stabili/Consorzi di cooperative/GEIE tale dichiarazione deve essere resa da ciascun componente il RTI o Consorzio*)
2. *In caso di RTI e Consorzi ordinari:* che i dati i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa sono: _____ (mandataria/mandante; capofila/consorziata) _____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)
3. *In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett.re b) e c), del Codice,* che il consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice o il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice concorre per le seguenti consorziate:

_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)
_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)
_____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

(qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso



partecipa in nome e per conto proprio)

4. per i raggruppamenti temporanei già costituiti

che ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del servizio/fornitura**, ovvero la **percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti sono le seguenti:

1. _____ (denominazione Impresa) Mandataria _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
2. _____ (denominazione Impresa) Mandante _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
3. _____ (denominazione Impresa) Mandante _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

5. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

che ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del servizio/fornitura**, ovvero la **percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati sono le seguenti:

1. _____ (denominazione Impresa) Capogruppo _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
2. _____ (denominazione Impresa) Consorziata _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
3. _____ (denominazione Impresa) Consorziata _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

6. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- a) che il **mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo** sarà conferito a

- b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) che ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **parti del servizio/fornitura**, ovvero la **percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati sono le seguenti:

1. _____ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
2. _____ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
3. _____ (denominazione Impresa) Mandataria/Capogruppo _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti)

7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) che l'aggregazione concorre per le seguenti imprese:

_____ (denominazione Impresa)
_____ (denominazione Impresa)
_____ (denominazione Impresa)

- b) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

8. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

a) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

9. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo:

- a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a _____;
- b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) che le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)
3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

10. che, anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e stante quanto previsto nella *lex specialis*, per le comunicazioni inerente la presente procedura con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" del Sistema ad esso riservata ed elegge altresì domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;

11. (*eventuale, rendere la dichiarazione solo nel caso in cui venga rilasciata tramite bonifico*) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. _____ intestato a _____, presso _____;

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante.

_____, li _____

Firma

(firmato digitalmente)



MODELLO A2

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL FIRMATARIO.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000¹

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ²

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di ³ (imprese ATI:)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

a) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la/le seguente/i attività

b) e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell'albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- forma giuridica
- sede
- codice fiscale e partita iva
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale):

Nome	Cognome	Qualifica	Data nascita	luogo di nascita	residenza	C.F.

¹Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

²La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

³Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)"

c) composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci:

Nome	Cognome	Qualifica	Quota di partecipazione

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 commi 1-2-4-5 del D. LGS 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;

e) (Barrare il punto relativo alla propria situazione)

- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'art. 80 co.1 D.lgs. 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;
- che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui al comma 1 art.80 d.lgs. n.50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:

Nome	Cognome	Qualifica	Data e luogo di nascita	Residenza

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabile con la seguente allegata documentazione:

- f) l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa nonché dall'art.30 co.3 d.lgs. n.50/16;
- g) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione ivi compresa la Clausola Sociale;
- h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, capitolato tecnico e schema di contratto ;
- i) di accettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera 102 del 05.03.2014, allegato agli atti di gara.
- j) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e pubblicato sul sito aziendale e si impegna, in caso di aggiudicazione ,ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- k) di aver conoscenza dei luoghi dove dovrà essere adempiuta la esecuzione contrattuale;
- l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;

- m) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- n) di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
- o) che in caso di aggiudicazione della gara d'appalto si riserva la possibilità di subappaltare, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017, le seguenti prestazioni:
ed attesta che la quota percentuale della parte da subappaltare è la seguente: , contenuta entro il limite massimo del 40 % dell'importo contrattuale;
- p) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L, comunica quanto segue:
- Matricola INPS ; Sede competente ; Codice sede competente ;
 - Codice ditta INAIL Sede competente ; Codice sede competente ;
 - Indicazione della sede operativa: ;
- (se le posizioni INAIL o INPS fossero più di una dovrà essere allegato il relativo elenco)
- Totale Addetti al servizio, numero: ;
 - che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente: ;
 - codice ISTAT della sede legale dell'Azienda: ;
- q) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato di stabilimento. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità fiscale, si comunica quanto segue:

- Sede competente Agenzia dell'Entrate (indirizzo, fax o pec): ;
 - Volume d'affari superiore a 100 milioni di euro: si; no;
- r) che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 *"norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
- s) (Barrare il punto relativo alla propria situazione):
- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante della medesima procedura di affidamento, se tale situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ed aver formulato l'offerta autonomamente; tale situazione di controllo sussiste con il seguente concorrente: .

A tal fine correderà la presente dichiarazione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- t) che non presenta offerta, al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non partecipa a più R.T.I. e/o Consorzi;

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

Luogo e data _____

Firma autografa sostituita da firma digitale

apposta ai sensi del D.lgs. n.82/2005 "Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)

PROCEDURA APERTA servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali

MODELLO A3

Modulo trattamento dati – informativa ai fornitori



Il Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche Codice) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

Per questi motivi l'AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO con sede in Via Palasciano 81100 Caserta, in persona del Titolare è tenuta a fornirLe una precisa informativa, ai sensi dell'art.13 del Codice, circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

1) *Fonte dei dati*

I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività posta in essere dall'Azienda Ospedaliera, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza.

2) Finalità del trattamento

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico connesse o strumentali all'attività dell'Azienda Ospedaliera, e precisamente:

- Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, oneri fiscali, etc.);
 - Amministrazione dei fornitori;
 - Amministrazione di contratti, ordini, spedizioni, fatture;
 - Servizi assicurativi;
 - Gestione del contenzioso;

• Gestione del contratto;

Con riferimento alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l'instaurazione, la prosecuzione e corretta gestione del contratto, pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà causare la mancata instaurazione del rapporto contrattuale, ovvero, in corso di tale rapporto, l'impossibilità a proseguirlo.

3) Modalità di trattamento dei dati

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modifica dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare o dai Responsabili del Trattamento.

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi:
I dati personali potranno essere trasmessi a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge o per regolamento, nonché, per l'esecuzione di obblighi contrattuali, a banche, assicurazioni, enti locali, consulenti, liberi professionisti, società ed imprese.

Società ed Imprese. Per la comunicazione dei suoi dati personali, esclusivamente ai soggetti sopraindicati, è necessario che Lei ci fornisca il Suo consenso.

Suo consenso.
Lo invitiamo pertanto a compilare il modulo con la formula di consenso che troverà allegato.

E) Diritti di cui all'art. 7

Le comuniciamo inoltre che agli effetti del Codice:

Le comuniciamo inoltre che agli effetti del codice:
Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell'AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO con sede in Via Palasciano 81100
Cosenza.

Il Cittadino rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del Codice.

Lei potrà rivolgersi al titolare per far valere i suoi diritti. Citt. 00000000000000000000000000000000

* * * * *

(NOME E COGNOME, DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE)

Per quanto dà Winformativa che l'AO S. ANNA E S. SEBASTIANO ha fornito, resa ai sensi dell'art.13 del Codice:

Preso atto dell'informativa che i AA S.ANNI E S.SEBASTIANO ha fornito, fissa il link
esprime il consenso nega il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali esclusivamente alle categorie di soggetti elencate nel punto 4) della Informativa

Luogo e data _____

Firma _____



**PROCEDURA APERTA servizi integrati per la gestione e
manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali**

MODELLO A4

Schema di Verbale di sopralluogo obbligatorio

VERBALE DI AVVENTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE

Il sottoscritto in qualità di titolare o di legale rappresentante dell'Impresa e firmatario dell'offerta, designa per il sopralluogo nei siti oggetto di servizi il Signor

Luogo e data _____

(timbro e firma leggibile del titolare/ legale
rappresentante dell'Impresa)

Il sottoscritto designato al sopralluogo di cui all'oggetto, dichiara sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni:

1. di aver proceduto in data _____ ad una accurata visita delle strutture/aree oggetto dell'appalto dell'Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta ;
2. di aver preso visione dell'organizzazione del servizio e della struttura logistica;
3. di aver valutato tutti gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici necessari ad un corretto espletamento del servizio.

.....
firma leggibile di chi effettua il sopralluogo

Io sottoscritto _____ in qualità di _____

DICHIARO

che in data _____ il Sig. _____

nato a _____ il _____

giusta documento di riconoscimento _____

a ciò incaricato dalla Società _____

quale risulta dalla delega allegata rilasciata in data _____

ha proceduto alla visita delle strutture oggetto dell'appalto

li _____

IL RESPONSABILE INCARICATO

(_____)



MODELLO A/5**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO Dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali**

Denominazione e Ragione Sociale:

Sede Amministrativa:

Partita IVA:		codice fiscale:
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail (uff. commerciale):
Referente commerciale:		
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale:

Sede Amministrativa:

Partita IVA		codice fiscale
numero telefonico numero verde	numero fax fax urgenze	recapito @ Mail :

Data, _____

Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore

Firma autografa sostituita da firma digitale

apposta ai sensi del D.lgs. n.82/2005 "Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)



MODELLO A/5**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO Dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali**

Denominazione e Ragione Sociale:

Sede Amministrativa:

Partita IVA:		codice fiscale:
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail (uff. commerciale):
Referente commerciale:		
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale:

Sede Amministrativa:

Partita IVA		codice fiscale
numero telefonico numero verde	numero fax fax urgenze	recapito @ Mail :

Data, _____

Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore

Firma autografa sostituita da firma digitale

apposta ai sensi del D.lgs. n.82/2005 "Codice di Amministrazione Digitale" (CAD)

**PROCEDURA APERTA SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE DI SISTEMI E APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI**

MODELLO A6

OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta Economica" dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la Dichiarazione d'offerta, in lingua italiana.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.

La detta dichiarazione d'offerta dovrà essere in regolare bollo.

La Dichiarazione d'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) Percentuale di ribasso sull'importo annuale a base d'asta;
- b) Costo annuale decurtato del ribasso;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (CENTOTTANTA) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta;
- e) l'accettazione che l'offerta si intende omnicomprensiva di quanto previsto negli atti di gara;
- f) la dichiarazione del concorrente con cui prende atto del fatto che sarà cura dell'Amministrazione Contraente integrare il DVRI standard, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

La Dichiarazione d'offerta, deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura /procuratore speciale dell'impresa;
- nel caso di R.T.I. costituito o di consorzio costituito (di qualsiasi natura) dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale dell'impresa mandataria o del Consorzio;
- nel caso di R.T.I. o di consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura/procuratore speciale di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Si precisa che in caso di redazione della Dichiarazione di offerta, in lingua diversa dall'italiano, essa dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Di seguito è riportata la tabella da compilare per la formulazione dell'Offerta Economica.

Riguardo alle modalità di determinazione del prezzo offerto, si precisa che, in riferimento al numero determinato dall'applicazione del ribasso offerto al relativo prezzo annuale a base d'asta, verranno considerate tre cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. Si precisa inoltre che, ove dall'applicazione del criterio di cui sopra, il numero così determinato sia composto unicamente da zeri, verranno considerate tutte le cifre decimali dopo la virgola fino alla prima cifra positiva, senza procedere ad arrotondamenti.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevorrà la percentuale più favorevole all'Amministrazione.

Il ribasso offerto unico percentuale verrà applicato, in fase di esecuzione, anche sulla manutenzione straordinaria

FACSIMILE

DICHIARAZIONE D'OFFERTA

**PROCEDURA APERTA SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI
SISTEMI E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

La _____, in persona del _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di gara, (*in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande*) (*di seguito, per brevità, il concorrente*) si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nelle , nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara,

Dichiara che lo sconto applicato sull'importo a base d'asta annuale pari ad E. 650.000,00 oltre IVA, è pari a% per cui il costo omnicomprensivo annuale offerto è pari ad Euro:.....
(Lettere.....) IVA esclusa.

Il concorrente, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della presente gara, dichiara altresì:

1. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottanta) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante
3. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
4. di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
5. che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;
6. che, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006, i costi relativi alla sicurezza sono: _____; >

7. di prendere atto del fatto che sarà cura dell'Amministrazione Contraente integrare il DVRI standard, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi;
- Il concorrente prende, infine, atto che:
- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto.

_____, il _____

Firma

MODELLO A7



SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali

DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA

TRA

..... con sede legale in e domiciliata ai fini del presente atto in, P. IVA, Cod. Fisc., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante,, giusta poteri allo stesso conferiti dalla in data

E

- ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___ iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale _____

rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___ =, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___ =, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ___, dott. ___, repertorio n. ___] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

- a) che questa A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in qualità di stazione appaltante, ha indetto la procedura aperta per l'affidamento ANNUALE di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali come descritta nel Capitolato tecnico;
- b) che il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario ed ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I – Definizioni

Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:

- a) **Contratto di Fornitura:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla _____, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte,
- b) **Amministrazione:** l’AORN Azienda Ospedaliera sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è legittimata ad utilizzare il Contratto e può, dunque, emettere ordinativi di fornitura basati sul presente Contratto;
- c) **Fornitore:** aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, che sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Capitolato Tecnico e relativi allegati:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime del servizio oggetto del Contratto;

Articolo II - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l’Allegato “A” (Capitolato tecnico),
- l’Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore),
- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore)

Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Stazione Appaltante previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto l'Amministrazione contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Articolo III - Oggetto del contratto

Il presente contratto concerne l'affidamento annuale dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali.

Il Fornitore aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto alle condizioni stabilite nel presente Contratto e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnico.

L'AORN nel periodo di efficacia del presente Contratto, si riserva la facoltà di incrementare/ridurre il valore dell'appalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN potrà, alle stesse condizioni, incrementare/ridurre il servizio fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'art.106 co.12 del D.Lgs.n.50/2016 e smi..

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'AORN nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste variazioni e modifiche nei limiti e modalità previsti dall'art.106 del precitato Decreto.

Articolo IV- Durata del contratto

Il presente Contratto avrà una durata di anni uno dalla data di stipula dello stesso e potrà essere risolto in qualsiasi momento qualora intervenga aggiudicazione da parte della SOC.SORESA spa.

Articolo V - Disposizioni specifiche

1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del presente Contratto e relativi Allegati, l'Amministrazione:

- regolamentera il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
- stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

2. L'Amministrazione, inoltre, nomina nella persona del Dott./ Dott.ssa _____ Direttore dell'esecuzione.

Articolo VI - Obbligazioni generali del fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'AORN assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni appaltategli quanto specificato nel Contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla AORN per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle attività eseguite alle norme previste nel contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'AORN, per quanto di rispettiva competenza;
 - f) comunicare tempestivamente all'AORN le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'AORN qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione della commessa in questione;
 - h) manlevare e tenere indenne l'AORN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla AORN, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Contratto; (b) erogare i servizi, eseguire le forniture ed effettuare i lavori nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi ad essi correlati.

9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati senza soluzione di continuità ;

Articolo VII - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AORN per la stipula del presente Contratto.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla AORN ogni modifica e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla AORN con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla AORN le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo VIII - Verifiche e monitoraggio

Il Fornitore si obbliga a consentire all'AORN, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale e di ogni altra disposizione che dovesse essere impartita dalla AORN.

In ogni caso, l'AORN procederà alle verifiche , in ragione di quanto stabilito dal Capitolato tecnico L'AORN provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 100 e ss. del D.Lgs. n.50/2016 e smi., ad accettare la regolare esecuzione del servizio e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. Laddove l'AORN ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Contratto.

Articolo IX - Penali

1. Le penali sono definite dal Capitolato tecnico;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a

- giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'AORN potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dal Contratto.
 5. Nell'ambito della Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo X – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro _____ /00 (_____), mediante _____.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AORN fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escusione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della AORN verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AORN. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla AORN

Articolo XI - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla AORN la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che la AORN senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula del medesimo Contratto;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca un servizio che non abbia i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del Contratto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della AORN
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15 del presente Contratto;
 - g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 21 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione della Contratto l'AORN avrà diritto di escludere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escludere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
 5. L'AORN potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, risulti negativo per n. 2 (due) volte consecutive.

Articolo XII – Recesso

1. La AORN ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a. giusta causa;
 - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
 - c. mutamenti di carattere organizzativo.
 - d. Intervenuta aggiudicazione da parte di SORESA spa

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli ordini di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. 3. La AORN potrà recedere per

qualsiasi motivo dal Contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'AORN.
3. Il recesso del presente Contratto è causa ostativa all'emissione degli ordinativi di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo XIII - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò per tutto il periodo di validità del Contratto.

Articolo XIV – Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AORN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AORN.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e smi. (Codice della Privacy).

Articolo XV- Responsabile della fornitura

1. Il Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della AORN per l'esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla AORN.

Articolo XVI - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'AORN, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto.
3. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/16 e s.m.i. nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare, la relativa misura percentuale. In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i..

Articolo XVII – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'AORN azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AORN, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo XVIII - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la AORN sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere

Articolo XIX - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'AORN tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento da parte dell'AORN, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e smi. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo XX - Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'AORN in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge citata senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che l'AORN senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma 1.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cauteleari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscono al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo XXI- Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgcaserta.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della AORN, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto dall'AORN di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo XX - Clausola finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della AORN e del Fornitore non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Caserta, li ____ / ____ / ____

A.O.R.N. "S.Anna e S.Sebastiano"

digitalmente)

IL FORNITORE (firmato

C.F.:

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo III (Oggetto del Contratto), Articolo IV (Durata del Contratto), Articolo VI (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo VII (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo VIII (Verifiche e monitoraggio), Articolo IX (Penali), Articolo X (Cauzione), Articolo XI (Risoluzione); Articolo XII (Recesso); Articolo XIII (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo XIV (Riservatezza); Articolo XVI (Divieto di cessione del contratto e subappalto); Articolo XVII (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo XVIII (Foro competente); Articolo XIX (Trattamento dei dati personali); Articolo XX (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo XI (rispetto Protocollo di legalità); Articolo XX (Clausola finale).

Caserta, li ____ / ____ / ____

IL FORNITORE (firmato digitalmente)

C.F.:

PROCEDURA APERTA servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali

ALLEGATO DGUE A-2

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente ⁽¹⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA
Di quale appalto si tratta?	Affidamento per le necessità dell'AORN S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA (Lotto unico)
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽²⁾ :	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽³⁾ :	[]
CIG CUP (ove previsto)	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
⁽²⁾ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
⁽³⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente;

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Personne di contatto (*): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (⁵)?	[] Si [] No
L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	[] Si [] No [] Non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (⁶). d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa, inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso	a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....] c) [.....] d) [] Si [] No

⁽⁴⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁵⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 8 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: impresa che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁶⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁷⁾ ?	[] Sì [] No
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscono un DGUE distinto.	
In caso affermativo:	
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.);	a): [.....]
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto;	b): [.....]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante;	c): [.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e istitutori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....] [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
------------------------	------------------

⁷⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>Nel caso ricorrono le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <p>[.....] [.....]</p> <p>[.....]</p>
--	--

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione (ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) l'interessato dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (⁹);
2. Corruzione (¹⁰);
3. Frode (¹¹);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (¹²);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (¹³);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (¹⁴);

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui deriva, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice).

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna diventato irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....].....[.....].....[.....] ^(¹⁴)
In caso affermativo, indicare (¹⁵):	a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:

(⁹) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

(¹⁰) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(¹¹) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(¹²) Quale definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(¹³) Quale definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(¹⁴) Quale definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/96/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(¹⁵) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ¹⁸ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [.....] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente nella sentenza di condanna</u> , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]

¹⁸ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

2) In altro modo? Specificare:	c2) [.....] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c2) [.....] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽¹⁷⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (⁽¹⁸⁾)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (⁽¹⁹⁾) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]	
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽¹⁷⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁸⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

⁽¹⁹⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁰⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'operatore economico: <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²¹⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....]</p>

⁽²⁰⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²¹⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), j), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 86, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] (22)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: [.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: [.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione: [.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione; - la violazione è stata rimossa ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

(22) Ripetere tante volte quanto necessario.

	<p>indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera h);</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera h) ? <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2358 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p> <p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouffage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta

A: IDONEITÀ (Articolo 63, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²³⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] [] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

⁽²³⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di alcuni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁴⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁵⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	[.....]
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽²⁶⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽²⁷⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽²⁸⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>
<p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....] [.....] [.....]</p>

⁽²⁴⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁶⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽²⁷⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽²⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>5) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
--	--

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽²⁹⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato (almeno 3): Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁰⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [2015/2016/2017.....]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Descrizione</th> <th style="width: 25%;">Importi</th> <th style="width: 25%;">date</th> <th style="width: 25%;">destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Importi	date	destinatari				
Descrizione	Importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici⁽³¹⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di</p>									

(29) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

(30) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(31) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulla cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

verifiche ⁽³²⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:		a) [.....] b) [.....]
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:		[.....]
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:		Anno, organico medio annuo: [.....][.....] [.....][.....] [.....][.....] Anno, numero di dirigenti [.....][.....] [.....][.....] [.....][.....]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:		[.....]
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³³⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:		[.....]
11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

(32) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa consente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

(33) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai tipi di certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure distrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente⁽³⁴⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p>[] Si [] No⁽³⁵⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]⁽³⁶⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiera e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro⁽³⁷⁾, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018⁽³⁸⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'Università degli Studi di Macerata ad accedere ai documenti complementari e alle informazioni di cui alle diverse sezioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della gestione della procedura di affidamento e della successiva gestione della relazione contrattuale.

Data, luogo e firma/firme: [.....]

⁽³⁴⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁵⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁶⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽³⁷⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accudere il pertinente assenso.

⁽³⁸⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



ALLEGATO A2- BIS "INTEGRAZIONE DGUE"

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000¹

Il sottoscritto (*per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma associata se già costituiti, per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice e per le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica*) nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ²

della impresa

con sede in (), Via

C.F. _____, P.IVA _____

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

- a) di aver compilato il DGUE che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa e di averlo allegato a Sistema nella cartella compressa omnicomprensiva;
- b) (ove pertinente) che non presenterà offerta per la gara al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;
- c) di aver ottenuto il PASSOE, di cui alla Delibera A.N.A.C. n.157 del 17 febbraio 2016, allegando l'apposito documento a *Sistema* nella cartella compressa omnicomprensiva.

L'Operatore Economico, inoltre

- d) comunica che l'Ente Certificatore dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n.68/99) è (indicare la sede/ufficio competente) _____, indirizzo _____, PEC (indicare l'indirizzo pec dell'ufficio competente) _____;
- e) indica, relativamente alla propria impresa, che la Sede competente dell'Agenzia delle Entrate è (indicare la sede/ufficio competente) _____, indirizzo _____

¹Fare riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

²La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

competente);

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa;

g) attesta (barrare il punto relativo alla propria situazione:

- di non avere sede, residenza, o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

ovvero

- di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 e di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 e del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78) oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;

h) (dichiarazione eventuale, selezionare il punto successivo ove si intenda rilasciare la relativa dichiarazione) dichiara che:

- l'impresa si trova in una delle condizioni previste dall'art.80, comma 11, del D.Lgs. n. 20/2016 e smi. (da ora Codice), di non applicabilità delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo, come risultante dalla documentazione allegata (indicare il file name della documentazione allegata) ;

i) dichiara, con riferimento al comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art.80, comma 3 del Codice, sono:

Nome e cognome	Codice fiscale	Carica	Residenza	Cessato (SI/NO)

j) (dichiarazione eventuale) dichiara che nei confronti dei seguenti soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, come di seguito specificati:

Nome e cognome	Codice fiscale	SENTENZA DEFINITIVA / DECRETO PENALE IRREVOCABILE/MISURA INTERDITTIVA (specificare)

In tal caso, l'operatore economico fornisce, come risultante dalla documentazione allegata (indicare filename della documentazione allegata) elementi utili ai fini della dimostrazione della non applicabilità della causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 3, ult. periodo e/o dell'art.

80, comma 7.

k) (dichiarazione eventuale) dichiara³ che i soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, hanno riportato condanne non definitive per reati tali da rendere dubbia l'integrità del soggetto, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, riportati, a titolo esemplificativo, al par. II della Linea Guida A.N.AC. n.6:

Nome e cognome	Codice fiscale	CONDANNE NON PASSATE IN GIUDICATO <i>(specificare)</i>

l) dichiara che i soggetti di cui all'art. 80 NON si trovano nelle condizioni di cui al medesimo articolo, co. 1, lett. b-bis), e dichiara che l'impresa NON si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del *Codice*.

m) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), del *Codice*.


Lì, ____ / ____ / ____

FIRMATO DIGITALMENTE

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

NOTA: Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guida al Sistema.

³ Al fine di valutare l'eventuale grave illecito professionale previsto dall'art.80, comma 5, lett.c), così come indicato dalle Linee Guida ANAC n.6 (Deliberazione del Consiglio n.1008/2017)





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Al Direttore UOC Tecnologia
Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

OGGETTO: Servizi integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE 3).

Con nota prot.30071/i del 14.11.2019, la S.V. chiedeva alla scrivente, al fine di scongiurare soluzioni di continuità e di garantire il servizio sino all'aggiudicazione della gara centralizzata SO.R.E.SA., di predisporre apposito atto amministrativo per la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici.

Pertanto, al fine di predisporre l'atto di cui sopra, si chiede alla S.V. di quantificare e di far pervenire a questa U.O.C. l'importo mensile da impegnare.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO
Dott.ssa Antonietta Costantini

U.O.C. Provveditorato ed Economato
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 31100 - Caserta
Tel. 0823232462
e-mail: provveditorato@ospedalecaserta.it
pec: provveditorato@ospedalecaserta.pec.it





Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

Servizi integrati per la gestione e manutenzione
di sistemi e apparecchiature elettromedicali
dell'AORN Caserta



1. DEFINIZIONI

Nel presente articolo vengono riportate quelle specifiche utilizzate all'interno del presente documento:

- Per "Azienda": si intende l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta che ha indetto l'Appalto.
- Per "Ditta aggiudicataria": si intende il fornitore aggiudicatario che ha sottoscritto il contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto nei confronti dell'Azienda. Esso può identificarsi anche con un Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito attraverso il mandatario del raggruppamento stesso.
- Per "Ditta concorrente": si intende l'Impresa singola, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito o costituendo, il Consorzio o altro soggetto partecipante alla gara.
- Per "Canone": si intende il Corrispettivo economico relativo ai servizi oggetto dell'appalto.
- Per "Apparecchiatura elettromedicale": si intende un sottoinsieme dei Dispositivi

Medici che, in accordo a quanto indicato dalla Direttiva 93/42/CEE e Direttiva

2007/47/CEE, rispondono alla seguente definizione: "Dispositivo medico munito di non più di una connessione ad una particolare sorgente di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente e che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. Il dispositivo comprende anche quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale del dispositivo". La definizione comprende anche i sistemi elettromedicali, ossia quei sistemi che comprendono apparecchi elettromedicali ed eventualmente anche apparecchi non elettromedicali, interconnessi permanentemente o temporaneamente a scopo diagnostico o di trattamento del paziente (CEI/EN 60601-1-1, 2a edizione Dicembre 2000).

- Per "Apparecchiature mediche": si intendono le apparecchiature elettromedicali e più in generale tutte le apparecchiature utilizzate a fini sanitari inclusi i dispositivi medici per la diagnosi in vitro come definiti dalla Direttiva 98/79/CEE relativa ai dispositivi medici per la diagnosi in vitro (comprese quindi apparecchiature da laboratorio, strumenti di misura ecc.) ed i relativi accessori. Nella definizione di apparecchiatura biomedica, come bene oggetto dei servizi in appalto, sono ricomprese anche tutte le apparecchiature collegate funzionalmente con la stessa, incluse le apparecchiature informatiche indispensabili per il funzionamento dell'apparecchiatura.

- Per "Gruppi ad onerosità di servizio Omogenea": si intendono raggruppamenti di apparecchiature mediche di diversa tipologia e tecnologia per le quali i costi di gestione sono omogenei rispetto al valore economico di rinnovo delle apparecchiature stesse.

- Per "Responsabile Aziendale" si intende il dirigente individuato dall'Azienda cui è demandato il compito di interfaccia unica e rappresentante dell'Azienda nei confronti dell'Assuntore. Per lo specifico appalto tale figura è identificata nel Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA.

- Per "Responsabile Operativo" si intende il dipendente individuato dal Responsabile Aziendale per la gestione dell'appalto, che abbia competenze e esperienze specifiche, a cui quest'ultimo delega la funzione di gestire e coordinare per suo conto, dal punto di vista operativo, i rapporti tra Azienda ed Assuntore.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

2. OBIETTIVI DELL' APPALTO

L'affidamento dei servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi e apparecchiature elettromedicali (EM) ad una società privata, si inserisce nel contesto di esternalizzazione dei servizi "no core", con la finalità di contribuire, in maniera significativa, al miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza, assicurando una gestione ottimale delle risorse aziendali.

Poiché questo appalto premia la capacità progettuale dell'Assuntore, consentendo una progressiva implementazione di un modello organizzativo finalizzato all'efficienza del servizio, si lascia libero l'Assuntore di progettare e realizzare la propria struttura organizzativa e funzionale, pur nel rispetto dei vincoli e delle condizioni specificate nel presente Capitolato.

Le funzioni di controllo sono attività peculiari dell'Azienda e non possono essere comunque delegate. L'attività dei lavori di manutenzione delle tecnologie biomediche sta evolvendo da una concezione di pura operatività (il ripristino delle apparecchiature non funzionanti) ad una vera e propria funzione volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso dei dispositivi medici, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. In tal modo si ottimizza la durata del bene contribuendo al miglioramento continuo del percorso assistenziale del paziente (inclusa la degenza media dell'episodio di ricovero) del cui iter diagnostico-terapeutico la tecnologia costituisce un fattore fondamentale.

La politica dell'Azienda intende perseguire l'obiettivo della qualità dei processi di gestione e dei lavori di manutenzione delle proprie apparecchiature biomediche, attraverso la definizione e l'attuazione di strategie organizzative ed operative che sappiano prevedere, in ogni fase del processo, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, le più efficaci ed efficienti modalità per garantire i livelli minimi di disponibilità, affidabilità, durata e sicurezza delle apparecchiature biomediche, in considerazione delle loro modalità di interazione con il contesto operativo.

2.1. FINALITA' DEL PROGETTO RICHIESTE DALL'AZIENDA

Detto servizio verrà espletato sotto la Direzione dell'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA. Tale u.o.c. ha come scopo, tra gli altri, quello di garantire i lavori di corretta e appropriata manutenzione e gestione tecnica delle apparecchiature biomediche al fine di garantirne un uso sicuro, appropriato e affidabile in un sistema di gestione



misto interaziendale che opera con il coinvolgimento dell'Appaltatore, delle strutture interne all'A.O.R.N. e delle strutture esterne d'assistenza tecnica operanti a nome e/o per conto dei costruttori delle apparecchiature.

L'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA si avvarrà di una Azienda terza che effettuerà le attività di accoglienza, registrazione e trasmissione con tracciabilità delle chiamate per richiesta di intervento di lavori di manutenzione correttiva provenienti dalle uu.oo. dell'Azienda e di tutti gli eventi correlati alle verifiche di supervisione e controllo tecnico/amministrativo delle attività di manutenzione correttiva, preventiva e di sicurezza elettrica delle apparecchiature biomedicali.

Quest'Azienda terza, in collaborazione con l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, dovrà inoltre tenere tutti i "libri macchina", in formato elettronico, delle apparecchiature biomedicali nelle modalità più avanti dettagliate.

Gli obiettivi generali che l'Assuntore dovrà raggiungere possono essere così identificati:

1. Garantire la sicurezza del parco macchine mediante appropriate attività di verifica e controllo nel rispetto dei dettami normativi vigenti;
2. Garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature mediante una valida politica di lavori di manutenzione preventiva e la gestione dell'attività di manutenzione correttiva comprese le attività d'urgenza e d'emergenza, nonché il sistematico controllo funzionale e metrologico;
3. Garantire un elevato grado d'affidabilità e disponibilità delle apparecchiature;
4. Garantire la rispondenza alle prescrizioni relative alla gestione delle apparecchiature biomedicali necessarie al mantenimento degli accreditamenti e delle certificazioni di qualità;
5. Garantire un flusso dei dati tecnici verso l'Azienda o soggetto Terzo individuato per la gestione del parco macchine;

3. OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'erogazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature e sistemi elettromedicali in uso presso l'Azienda (di seguito indicati come "Servizi Integrati"), come specificato nell'Allegato 2 – "Elenco Apparecchiature biomediche" (contenente tutte le informazioni sul costruttore, modello, codice inventario, numero di serie e ubicazione). Verrà individuato successivamente alla conclusione del censimento, l'"Elenco apparecchiature escluse dall'appalto", (garanzia, leasing, comodato d'uso, etc.), per le quali l'assuntore dovrà comunque garantire le prestazioni secondo quanto specificato nel prosieguo.

Nell'Allegato 1 – "Elenco degli edifici dell'Azienda" è invece riportato l'elenco degli edifici dell'Azienda presso cui le stesse apparecchiature sono ubicate.

Si specifica che gli elenchi di cui all'Allegato 2 sono solo ed esclusivamente indicativi; è demandato all'assuntore, entro l'avvio del servizio, l'esecuzione di una specifica attività di cognizione del parco apparecchiature finalizzato alla verifica delle informazioni ivi contenute e all'eventuale aggiornamento, dandone tempestiva comunicazione all'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA. Sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere al loro aggiornamento in fase di esecuzione del contratto.

La Ditta concorrente è tenuta, senza alcun onere aggiuntivo, all'esecuzione di un sopralluogo presso le strutture dell'Azienda per una preliminare verifica della consistenza degli elenchi dell'Allegato 2, previo appuntamento da concordare con il RUP.

Di detti sopralluoghi dovrà esserne data prova in sede di offerta, attraverso la presentazione dell'Allegato A, debitamente compilato e controfirmato dal Responsabile stesso.

Lo scopo che l'Azienda si prefigge è quello di affidare i servizi integrati per la gestione e manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature EM, oggetto dell'appalto, ad un unico contraente, che si ponga in rapporto di partnership e che assuma piena responsabilità sui risultati raggiunti nell'espletamento (contratto basato sui risultati) dei servizi di seguito descritti.

In particolare l'Azienda persegue i seguenti obiettivi specifici:

- o aumento del grado di efficienza e di efficacia delle attività legate all'utilizzo delle apparecchiature biomediche;
- o miglioramento della continuità di esercizio delle apparecchiature e dei servizi sanitari in cui sono utilizzate;
- o mantenere inalterato il livello di funzionalità e di sicurezza delle apparecchiature biomediche;
- o possibilità di operare a costi certi e programmati;
- o realizzazione di economie di risorse sia finanziarie sia umane;

- o miglioramento della capacità di gestione del Processo Apparecchiature Biomediche da parte delle strutture aziendali deputate, con conseguente miglioramento in termini di efficienza complessiva;
- o garanzia del rispetto dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici ai fini dell'Accreditamento;
- o miglioramento organizzativo e logistico derivante dall'affidamento ad un unico referente di numerose attività ausiliarie legate alla gestione del parco apparecchiature;

Il raggiungimento di tali obiettivi si basa anche sull'utilizzo di moderne tecniche di gestione e di strumenti informatici, che garantiscono un miglioramento delle attività di controllo ed un aumento della conoscenza dello stato di tali apparecchiature.

I servizi previsti dal presente contratto sono:

- a. lavori di manutenzione preventiva;
- b. lavori di manutenzione correttiva;
- c. lavori di manutenzione straordinaria;
- d. fornitura e sostituzione di parti di ricambio, del materiale usurabile di cui alle precedenti attività di lavori di manutenzione preventiva e correttiva, e messa a disposizione di apparecchiature di riserva (muletti), temporaneamente sostitutive;
- e. verifiche di sicurezza (periodiche e straordinarie) con individuazione degli interventi di adeguamento normativo;
- f. controlli funzionali (periodici e straordinari) e conseguente individuazione degli interventi per l'adeguamento normativo;
- g. rimozione delle non conformità a seguito di verifiche di sicurezza e controlli funzionali;
- h. prove di accettazione (collaudi) delle apparecchiature mediche di nuova introduzione nella struttura dell'Azienda;
- i. redazione, gestione e aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature mediche aziendali;
- j. servizi di gestione e supporto inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature, considerati fondamentali e qualificanti dall'Azienda, come meglio specificato nei rispettivi paragrafi, rappresentati da:
 1. Gestione informatizzata, attraverso l'implementazione di un Database delle apparecchiature mediche e delle relative registrazioni delle attività tecniche, del



servizio per il coordinamento, la programmazione ed il controllo di tutte le attività comprese nell'appalto;

2. Gestione degli adempimenti formali inerenti i servizi oggetto dell'appalto;
3. Formazione degli ingegneri clinici in forza all'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, riconosciuta e autorizzata dal CNI per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale e il conseguimento di Crediti Formativi Professionali per un minimo di 6 CFP/anno. La proposta formativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - argomenti trattati;
 - sede del corso, durata dello stesso, distribuzione temporale (numero di giornate, numero di utenti, numero edizioni, etc);
 - profilo professionale del docente;
 - verifica dell'apprendimento.
4. Consulenza tecnica all'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA per la predisposizione dei programmi di dismissione/rinnovo ed investimento, capitolati tecnici e valutazione di nuove tecnologie;
5. Direzione Tecnica-Operativa per il governo dell'appalto, in sinergia con l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA, in grado di favorire il perseguitento degli obiettivi generali e specifici precedentemente descritti, anche attraverso la definizione di strategie gestionali e manutentive innovative;
6. Gestione di un Call Center, dedicato all'interfaccia operativa con le strutture sanitarie e per la gestione amministrative delle attività tecniche erogate.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di escludere dall'appalto i servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f),

g) del presente articolo per le apparecchiature:

- di nuova acquisizione in garanzia;
- detenute dall'Azienda a titolo diverso dalla proprietà (es. leasing operativo, comodato d'uso, service, noleggio) che prevedono contrattualmente la copertura manutentiva;
- affidate a terzi.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

4. SERVIZI ESCLUSI E FORNITURE INCLUSE;

Sono esclusi dall'appalto i seguenti servizi:

- a. esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da manomissioni volontarie (dolo), utilizzo improprio dell'apparecchiatura o da eventi catastrofici;
- b. interventi di adeguamento a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione.

Sono inclusi nell'appalto i seguenti servizi:

- Fornitura e sostituzione di tutti i materiali consumabili non monouso e ad usura, fatta eccezione per quelli specificati nell'Allegato S.

L'Assuntore dovrà obbligatoriamente stipuire una polizza assicurativa per “**guasti accidentali**” per ogni sistema e apparecchiatura EM sottoposta a canone manutentivo, prevedendo per ogni guasto accidentale una franchigia, pari al 20% del valore del danno accidentale, a carico dell'AORN Caserta.

5. APPARECCHIATURE OGGETTO DELL'APPALTO


Le apparecchiature oggetto dell'Appalto sono rappresentate dall'intero parco di apparecchiature biomediche dell'Azienda, come risulta dall'Allegato 2, secondo quanto specificato nel paragrafo 3.

Le apparecchiature sono state suddivise in sei gruppi in base al criterio dell'incidenza del costo dei servizi da prestare sul valore di rinnovo delle apparecchiature stesse (definiti "gruppi a onerosità di servizio omogenea"). In particolare:

- o Gruppo A - altissima incidenza del costo dei servizi manutentivi;
- o Gruppo B - alta incidenza del costo dei servizi manutentivi;
- o Gruppo C - medio/alta incidenza del costo dei servizi manutentivi;
- o Gruppo D - media incidenza del costo dei servizi manutentivi;
- o Gruppo E - medio/bassa incidenza del costo dei servizi manutentivi;
- o Gruppo F - bassa incidenza del costo dei servizi manutentivi.

Nel documento Allegato 4 – “*Gruppi a onerosità di servizio omogenea*” sono elencate le diverse tipologie di apparecchiature biomediche, oggetto dell'appalto, specificando per ciascuna tipologia il gruppo a onerosità di servizio omogenea corrispondente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, nella fase di avvio del servizio, un riscontro completo di tutte le apparecchiature biomediche oggetto dell'Appalto, consegnando al referente dell'Azienda gli elenchi aggiornati e una relazione dettagliata dalla quale si evincano tutte le difformità rispetto agli elenchi originali. L'elenco delle apparecchiature così aggiornato costituirà pertanto il riferimento per i successivi adeguamenti dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste nello specifico paragrafo del presente Capitolato.



6. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in un anno dalla data di attivazione del servizio.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

7. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo della base d'asta annuale per i servizi di gestione delle apparecchiature biomediche è fissato in € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) IVA esclusa, comprensivo di €00 (...../00) IVA esclusa per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a00 (.....) IVA esclusa.
Per quanto su esposto l'importo complessivo dell'appalto per anni uno risulta pari ad €00 IVA esclusa, come da quadro economico che qui si riporta:

A – importo oneri gestione e manutenzione

Gestione e manutenzione annuale - importo totale a base d'asta € 650.000,00 oltre IVA

B – importo oneri relativi alla sicurezza

Oneri della sicurezza, importo totale non soggetto a ribasso €00
€00 IVA compresa

Importo complessivo dell'appalto

C – somme a disposizione

I.V.A. 22 %, accantonamento ai sensi del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.e ii., oneri per espletamento gara, versamenti A.V.L.P., ecc. €00

8. FASI DELL'APPALTO

L'intera durata del contratto è articolata nelle seguenti fasi:

- o Fase di avvio del servizio;
- o Fase di esercizio a regime;
- o Fase di terminazione del servizio.

8.1. Avvio del servizio

L'avvio del servizio è il periodo in cui si predisponde tutto quanto necessario allo svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato, concordando con la Direzione dell'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA le procedure operative, la modulistica e la reportistica da utilizzare. In particolare:

la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, oltre a quanto precedentemente specificato, entro 30 giorni dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura del servizio e più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o rendere attivo un Centro di Ricezione delle Chiamate per le richieste di intervento;
- o fornire il piano sicurezza e concordare con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale il necessario coordinamento dei piani di sicurezza;
- o comunicare ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio;
- o rendersi disponibile a partecipare ad incontri di informazione sull'organizzazione del servizio, sulle procedure e sulla modulistica da utilizzare, ecc..

Per le attività propedeutiche sopra specificate non è previsto alcun compenso, perché considerate atto preparatorio allo svolgimento dei servizi appaltati.

L'Assuntore, a partire dall'inizio del servizio, dovrà immediatamente rendere operativi i servizi di:

- o manutenzione correttiva
- o collaudi di accettazione in collaborazione e in sintonia con l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA
- o ricezione delle chiamate

Entro 30 giorni l'Assuntore dovrà aver completato l'aggiornamento e la revisione dell'inventario esistente e dovrà portare a regime tutti i servizi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta.

Nella fase di avvio, la Ditta aggiudicataria e l'Azienda devono infine monitorare tutte le condizioni pattuite, al fine di perfezionare di comune accordo il contratto. In ogni caso al termine della fase di avvio le parti



formalizzeranno, nel verbale di Avvio del Servizio, tutti gli elementi gestionali e tecnico-operativi necessari alla prosecuzione delle attività dei Servizi Integrati nel rispetto delle indicazioni emerse durante tale fase.

8.2. Fase di esercizio a regime

Durante la fase di esercizio a regime l'affidatario dovrà adempiere al proprio mandato secondo le prescrizioni di cui al presente capitolo speciale di appalto, dal disciplinare tecnico, di quanto offerto in sede di gara e/o di quanto concordato con l'Azienda per la risoluzione di specifiche criticità.

8.3. Fase di terminazione del servizio

Alla scadenza del contratto tutti i beni (apparecchiature, impianti, locali, ecc.) devono essere riconsegnati dalla Ditta aggiudicataria in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionalità. Lo stato dei beni dovrà essere comunque almeno pari a quello esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d'uso. Dovrà essere riconsegnata altresì la relativa documentazione tecnico-amministrativa e tutto il materiale informatico (contenente dati inventariali, dati di manutenzione, documenti elettronici sulla sicurezza elettrica, ecc...) elaborato durante il periodo dell'appalto.

Eventuali riserve sullo stato dei beni riconsegnati verranno avanzate dall'Azienda all'assuntore, il quale dovrà procedere alla regolarizzazione di quanto evidenziato entro trenta giorni dalla data di comunicazione. In caso contrario verrà applicata una penale pari al costo relativo alla regolarizzazione necessaria, che sarà detratta dal pagamento delle ultime rate del canone o, in alternativa incamerando parte della cauzione definitiva costituita dalla Ditta aggiudicataria.

Durante la fase di terminazione del servizio, decorrente dai 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, l'assuntore dovrà continuare ad adempiere al proprio mandato, infine favorire l'inserimento dell'eventuale nuovo soggetto al quale saranno conferite le competenze di cui al presente affidamento. L'inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all'esecuzione del contratto.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'esecuzione dei servizi presso tutte le strutture indicate dall'Azienda, assicurando l'impiego di personale adeguato e dei mezzi tecnici atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, dovrà garantire il tempestivo trasferimento del personale, con mezzi propri adeguati, oltre all'eventuale trasporto di apparecchiature o altro materiale, laddove le esigenze del servizio lo richiedano.

9.1. LABORATORI TECNICI

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la costituzione di almeno un Laboratorio Tecnico in locali forniti dall'Azienda, al fine di assicurare la presenza stabile del proprio personale destinato allo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle apparecchiature oggetto dell'Appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue spese, con oneri compresi nel canone, a dotare il Laboratorio delle attrezzature e dei materiali necessari per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto (compreso il corretto funzionamento del sistema informatizzato - hardware e software - completo di tutte le apparecchiature necessarie e del collegamento alla rete Aziendale per il trasferimento dei dati). Dovrà inoltre installare, sempre a sue spese, almeno un collegamento per posta elettronica certificata e almeno un apparecchio telefonico.

Il laboratorio dovrà essere dotato di un numero di tablet pari al numero di operatori tecnici, questo al fine di consentire a quest'ultimi l'utilizzo durante le attività di censimento e per gli interventi manutentivi, anche al fine di determinare in modo oggettivo i tempi d'intervento.

Il Laboratorio dovrà essere reso pienamente attivo entro la conclusione della fase di avvio del servizio (30gg) e dovrà garantire l'operatività per l'intero orario di servizio specificato al successivo punto.

9.2. CENTRO RICEZIONE CHIAMATE

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un idoneo Centro di Ricezione delle Chiamate per la gestione di tutte le richieste di intervento. La Ditta aggiudicataria pertanto dovrà con oneri a proprio carico dotare il centro ricezione chiamate delle attrezzature e dei materiali necessari per l'espletamento di tale attività.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà attivare una o più linee telefoniche (Call center) presidiandole durante l'orario di attivazione del servizio. Oltre tale orario sarà attivato un servizio di reperibilità. Le richieste di intervento potranno pervenire nelle seguenti modalità:

- unicamente attraverso piattaforma software;

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire evidenza documentale del momento di ricezione della richiesta di intervento.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

Le richieste di intervento non attivate attraverso la piattaforma software, non saranno prese in considerazione.

Le richieste di intervento devono contenere chiaramente le seguenti informazioni:

- o data e ora della richiesta;
- o numero di inventario dell'apparecchiatura;
- o ubicazione;
- o orario di apertura del reparto/ambulatorio;
- o numero telefonico del reparto/ambulatorio;
- o nome, recapito e firma del richiedente;
- o descrizione del guasto;

Tutte le richieste di intervento devono essere archiviate sulla piattaforma informatica in formato elettronico.

9.3. LOCALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Azienda metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria idonei locali per l'allestimento del laboratorio tecnico di riferimento. I suddetti locali devono essere rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori e di agibilità.

Tutte le eventuali modifiche e interventi di adeguamento strutturali ed impiantistici che risultassero necessari per adeguare i locali forniti dall'Azienda ai fini della costituzione del laboratorio e del Centro di Ricezione delle Chiamate saranno a carico della Ditta. Tali modifiche ed adeguamenti, se necessari, devono essere comunicati preventivamente al Responsabile Aziendale affinché possa sottoporli all'uoc Ingegneria Ospedaliera e servizi Tecnici per la relativa autorizzazione per l'esecuzione, nulla è dovuto da parte dell'Azienda per tali modifiche che resteranno di proprietà dell'AORN.

Al termine del periodo contrattuale, a insindacabile giudizio dell'Azienda, potrà essere richiesto al contraente il ripristino delle condizioni originarie dei locali forniti in uso.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria richieda di utilizzare le linee telefoniche dell'Azienda ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto le spese relative al traffico telefonico e dati generato dalle apparecchiature installate saranno oggetto di rimborso consuntivo periodico da corrispondere all'Azienda. Qualora l'Azienda, per qualunque motivo, non possa mettere a disposizione propri locali per la realizzazione del laboratorio e/o del magazzino e/o del Centro di Ricezione delle Chiamate, la Ditta aggiudicataria è comunque tenuta a garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali per il servizio, potendosi organizzare a tal fine in maniera autonoma.

9.4. Struttura organizzativa e requisiti del personale impiegato nel servizio.



La Ditta aggiudicataria per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà garantire la messa a disposizione di personale tecnico qualificato in quantità adeguata al corretto rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli interventi riferiti ai servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti da personale qualificato ed opportunamente addestrato anche in merito alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto personale dovrà risultare in numero sufficiente al compito di volta in volta assegnato e tale da rispettare tutte le prescrizioni tecniche previste all'interno del presente Capitolato e dell'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso garantire la piena fruibilità del laboratorio nell'orario di servizio, anche nelle giornate in cui il personale interno assegnato a tempo pieno risultasse assente dal servizio per malattia, ferie o altri motivi.

Per quanto concerne la reperibilità telefonica la stessa dovrà essere garantita in maniera continuativa h24, festivi e prefestivi inclusi.

La Ditta concorrente indicherà, nel Progetto Offerta, la propria organizzazione autonomamente progettata e sviluppata secondo la conoscenza della natura dei servizi e delle apparecchiature oggetto dell'appalto, le proprie modalità organizzative e gestionali e la propria esperienza nel settore. La Ditta concorrente dovrà specificare, in particolare, l'organizzazione e la struttura del personale che intenderà impiegare per la gestione dei servizi oggetto dell'Appalto, dovrà fornire evidenza dei criteri e delle modalità utilizzate per dimensionare la quantità delle risorse tecniche impiegate, specificando quelle che intenderà allocare in modo residente e continuativo nella commessa. Devono inoltre essere evidenziate, nel rispetto dei profili minimi di seguito dettagliati, le caratteristiche professionali, l'esperienza e la specializzazione di tutto il personale che si intende impiegare nella commessa.

Il numero minimo dei tecnici, residenti in modo continuativo, non potrà comunque essere inferiore a quattro unità.

Tutto il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento e dovrà documentare la propria presenza in servizio mediante badge elettronico o altro sistema elettronico equivalente. Tutto il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà prendere conoscenza ed attenersi alle regole di accesso e permanenza nelle strutture dell'Azienda.

I requisiti minimi che il personale, impiegato dalla Ditta aggiudicataria, dovrà possedere sono i seguenti:

per il Responsabile della direzione tecnica di commessa:



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

- diploma di laurea magistrale (corso di studio della durata di 5 anni) in Ingegneria Elettronica/biomedica, con esperienza di lavoro di almeno 5 anni in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, svolta presso aziende pubbliche e/o private;

per il personale tecnico:

- diploma di Perito Industriale (specializzazione in Elettrotecnica, Elettronica, Telecomunicazioni) o equipollente, con esperienza di lavoro di almeno 5 anni in servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, svolta presso aziende pubbliche e/o private.

per il personale amministrativo:

- diploma di Scuola Media Superiore;
- esperienza di lavoro in servizi di gestione amministrativa di cui almeno 3 anni in servizi similari, capacità ed esperienza nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Eventuali sostituzioni in corso d'opera potranno essere effettuate utilizzando personale di pari qualifica ed esperienza rispetto a quanto proposto in offerta.

9.4.1 Direzione Tecnica di Commessa

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della Commessa una Direzione Tecnica per una efficace ed efficiente conduzione dell'appalto. Il responsabile della direzione tecnica di commessa dovrà avere la propria postazione lavorativa ubicata presso gli uffici della uoc Tecnologia ospedaliera e HTA.

All'interno della Direzione Tecnica, la Ditta aggiudicataria dovrà indicare nome, qualifica e recapito del proprio Responsabile che dovrà curare le funzioni di collegamento con l'Azienda, in particolare con il Responsabile Aziendale e Operativo. Il Responsabile della Direzione Tecnica di Commessa dovrà soddisfare i requisiti professionali specificati al paragrafo 9.4 e dovrà essere reperibile per tutti i giorni, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 9.5. In caso di proprio impedimento, il Responsabile della Direzione Tecnica potrà temporaneamente delegare, per i compiti anzidetti, un altro dipendente dell'impresa stessa, previa autorizzazione da parte dell'Azienda.

Alla Direzione Tecnica sono affidati i compiti di:

- o definire, di concerto con l'Azienda tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici prefissati;
- o rilevare le informazioni a consuntivo sull'andamento effettivo rispetto a quello previsto;
- o analizzare le cause di scostamento e proporre all'Azienda gli interventi migliorativi appropriati.

9.5. ORARIO DI SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'erogazione dei servizi e delle attività previste nel presente Capitolato, per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00, con esclusione delle giornate festive. In caso di ferie o permessi l'Assuntore dovrà garantire personale sostitutivo per ogni figura professionale costituente il team.



Al di fuori del normale orario di servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di poter garantire la fornitura, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, delle prestazioni di seguito elencate:

- o servizio di reperibilità telefonica tramite personale tecnico qualificato, per tutto il periodo serale, notturno e festivo, al di fuori del normale orario di servizio;
- o servizio straordinario di manutenzione correttiva in caso di richiesta di intervento urgente al di fuori del normale orario di servizio e nei giorni festivi;

In presenza di sciopero o di conflitti sindacali o di altri eventi prevedibili che determinino la momentanea assenza di personale, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire l'espletamento delle attività di manutenzione correttiva secondo le prescrizioni del presente Capitolato e nel rispetto delle leggi vigenti.

9.6. RAPPORTI DI LAVORO


Ogni singolo intervento tecnico effettuato dovrà essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un rapporto di lavoro per singola apparecchiatura biomedica; il suddetto rapporto dovrà essere controfirmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Responsabile della Unità Operativa/Reparto (o suo delegato) che ha in carico l'apparecchiatura.

Non devono essere compilate e non saranno considerate valide bolle di lavoro cumulative. Una copia del Rapporto di lavoro dovrà essere consegnata al Responsabile della Unità Operativa/Reparto che ha in carico l'apparecchiatura al momento della conclusione dell'intervento, mentre l'originale dovrà essere inserito nel Fascicolo Macchina di cui al paragrafo successivo. I dati e le informazioni contenute nel Rapporto di Lavoro devono essere inseriti dal personale della Ditta aggiudicataria nel sistema informatico gestionale.

Il Rapporto di Lavoro dovrà contenere le informazioni di minima di seguito specificate.

Nel caso di manutenzione preventiva e correttiva :

- o Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
 - *N. Inventario*
 - *Tipologia*
 - *Ubicazione*
 - *Codice Identificativo, Codice Civab e Codice CND*
 - Data ed ora di inizio dell'intervento;
- o Tipologia dell'intervento;
- o Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- o Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- o Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;



- o Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- o Materiali di ricambio sostituiti;
- o Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- o Data ed ora di fine intervento;
- o Nominativo e firma del Responsabile della Unità Operativa/Reparto (o suo delegato) che ha in carico l'apparecchiatura;
- o Nominativo e firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento.

Nel caso di verifiche di sicurezza :

- o Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
 - *N. Inventario*
 - *Tipologia*
 - *Ubicazione*
 - *Codice Identificativo, Codice Civab e Codice CND*
- o Data ed ora di inizio dell'intervento;
- o Tipologia di verifica (straordinaria o ordinaria);
- o I riferimenti normativi applicabili;
- o Indicazione dei risultati relativi all'esame visivo e alle prove strumentali;
- o Lo strumento di misura utilizzato per l'esecuzione delle prove, indicando il numero e la data di scadenza della taratura dello strumento;
- o L'esito della verifica;
- o Le eventuali non conformità riscontrate;
- o Nominativo e firma del Responsabile della Unità Operativa/Reparto (o suo delegato) che ha in carico l'apparecchiatura;
- o Nominativo e firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento.

Nel caso dei controlli funzionali :

- o Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
 - *N. Inventario*
 - *Tipologia*
 - *Ubicazione*
- o Data dell'intervento;



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di riferimento
per l'alta specializzazione

- o Tipologia di controllo (ordinario o straordinario);
- o I riferimenti normativi applicabili;
- o Indicazione dei risultati relativi all'esame visivo e alle prove strumentali;
- o Lo strumento di misura utilizzato per l'esecuzione delle prove;
- o L'esito del controllo;
- o Le eventuali non conformità riscontrate;
- o Nominativo e firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento.

Nel caso dei collaudi di accettazione :

- o Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
 - *N. Inventario*
 - *Tipologia*
 - *Ubicazione*
 - *Codice Identificativo, Codice Civab e Codice CND*
- o Data dell'intervento di collaudo;
- o I riferimenti normativi applicabili;
- o Indicazione dei risultati relativi all'esame visivo e alle prove strumentali;
- o Lo strumento di misura utilizzato per l'esecuzione delle prove strumentali, indicando il numero e la data di scadenza della taratura dello strumento;
- o L'esito del collaudo;
- o Le eventuali non conformità riscontrate;
- o Nominativo e firma del Responsabile della Unità Operativa/Reparto (o suo delegato) che ha in carico l'apparecchiatura;
- o Nominativo e firma del Rappresentante della Ditta Fornitrice (o suo delegato) dell'apparecchiatura;
- o Nominativo e firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento.

9.7. FASCICOLO MACCHINA

AI fini del rispetto della normativa regionale sull'Accreditamento, per ciascuna apparecchiatura viene costituito e mantenuto costantemente aggiornato il "Fascicolo Macchina".

La corretta tenuta dei fascicoli macchina suddetti è affidata dall'Azienda al Responsabile della Unità Operativa/Reparto (o suo delegato) che ha in carico l'apparecchiatura.

I Fascicoli macchina contengono la documentazione sotto elencata :

- rapporto di consegna/accettazione;
- certificato di collaudo;
- dichiarazione di conformità alle Direttive CEE applicabili;
- dichiarazione di installazione a regola d'arte, qualora prevista;
- manuale d'uso;
- manuale tecnico (o di manutenzione);
- richieste di intervento;
- rapporti di lavoro (Manutenzione Correttiva, Preventiva, Straordinaria);
- verbali di verifica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale;
- verbale di dismissione.

Con l'affidamento dell'appalto viene trasferita alla Ditta aggiudicataria la competenza sulla costituzione e la corretta tenuta dei Fascicoli Macchina, dei quali dovrà provvedere all'aggiornamento continuo (almeno entro ogni trimestre). La Ditta aggiudicataria dovrà quindi fornire con la stessa cadenza tutta la documentazione necessaria per l'aggiornamento dei Fascicoli Macchina relativi alle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare, anche con personale e strumenti messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria, le verifiche, misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell'attività alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature.

La Ditta concorrente dovrà includere nel proprio Progetto Offerta una proposta di fascicolo macchina, comprensiva di rapporti di lavoro; si specifica che in caso di aggiudicazione l'Azienda, secondo le più specifiche esigenze, potrà chiedere modifiche e personalizzazioni dei rapporti di lavoro e più in generale del fascicolo macchina, nel rispetto del presente Capitolato Tecnico e della normativa vigente.


9.8. RELAZIONI PERIODICHE

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire trimestralmente un report riassuntivo del servizio svolto contenente almeno le seguenti informazioni:

- il riepilogo generale degli interventi svolti;
- le presenze del personale impiegato;
- il riepilogo degli interventi di manutenzione preventiva programmati ed eseguiti;
- il riepilogo degli interventi di verifica della sicurezza elettrica e di controllo funzionale programmati ed eseguiti;
- il riepilogo degli interventi di collaudo svolti;
- il riepilogo delle proposte di dismissioni d'uso operate nel periodo;
- il riepilogo degli interventi per consulenza, formazione ed altre attività svolte nel periodo.;

La Ditta aggiudicataria, dopo sei mesi dall'inizio del servizio, dovrà fornire all'Azienda una specifica relazione riassuntiva contenente :

- riepilogo dell'intera attività svolta suddivisa per singola tipologia di intervento, confronto quantitativo e qualitativo fra gli obiettivi richiesti e/o proposti in offerta e quelli raggiunti,
- riepilogo qualitativo e quantitativo delle risorse tecniche impiegate,



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano

di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

- specifiche indicazioni tecniche ed operative per l'Amministrazione dell'Azienda derivanti dall'attività svolta;
- specifiche indicazioni sullo stato generale del parco delle apparecchiature biomediche, fornendo indicazioni in merito alle proposte di dismissione ed alle priorità nell'acquisizione di nuovi dispositivi sanitari;
- calendario e programmazione, da eseguire nel successivo anno, degli interventi di manutenzione preventiva ;
- calendario e programmazione, da eseguire nel successivo anno, degli interventi di verifiche di sicurezza elettrica e di controlli funzionali.

La suddetta relazione dovrà contenere tutti gli elementi documentali e di riscontro tali da consentire, all'incaricato dell'Azienda, la verifica del corretto rispetto ed applicazione degli obblighi contrattuali assunti.



10. PROGETTO - OFFERTA

Le Dette concorrenti devono redigere un progetto-offerta contenente i piani operativi predisposti secondo le prescrizioni contenute negli articoli seguenti e nel disciplinare, per ciascuno dei servizi e delle attività specificati al precedente paragrafo 3, dovendone descrivere ampiamente i criteri di espletamento.

Il progetto dovrà assicurare all'Azienda la massima utilizzabilità delle apparecchiature oggetto del servizio, attraverso la piena responsabilizzazione e l'autonomia esecutiva da parte del contraente.

L'insieme dei servizi previsti nel presente capitolato potrà, in sede di stipula del contratto, subire le variazioni formali e non sostanziali che le parti riterranno più opportune alla sua applicazione concreta alle strutture dell'Azienda. In particolare potranno essere definiti i modelli e le schede con le quali le informazioni necessarie e previste verranno comunicate tra le parti. Ogni ulteriore accordo aggiuntivo concordato tra l'Azienda ed il contraente verrà formalizzato all'interno di un verbale di negoziazione.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

11. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Il contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni in conformità a quanto previsto dalle norme di buona tecnica e dalla legislazione vigente e alle disposizioni del presente capitolato, integrate riguardo al dettaglio operativo da quanto previsto nel progetto-offerta approvato dall'Azienda.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le proprie mansioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di manutenzione del costruttore, obbligatori ai sensi delle direttive CEE e tener conto del livello di criticità associato alle caratteristiche tecniche di ogni singola apparecchiatura (ventilatori polmonari, defibrillatori, macchine per anestesia ecc...) oltre che all'ambiente sanitario in cui è collocata (rianimazione, terapia intensiva, gruppi operatori, ecc...).

Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell'entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai costruttori o da associazioni riconosciute a livello internazionale. Pertanto la Ditta concorrente dovrà fornire, unitamente ai Piani Operativi, precise indicazioni in merito alle procedure operative ed ai protocolli che intenderà adottare.

Ferma restando la facoltà dell'Assuntore di svolgere le attività connesse al servizio nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio alla utilizzazione delle apparecchiature da parte dei reparti sanitari, in relazione al tipo e all'entità degli interventi. Nell'esecuzione degli interventi la Ditta aggiudicataria dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale originale o certificato compatibile ed appropriato agli impieghi nel caso di irreperibilità del materiale originale, impiegando personale qualificato (come specificato nel paragrafo 9.4), nel rispetto delle prescrizioni impartite dai costruttori delle apparecchiature, tenendo conto di quanto previsto nei manuali d'uso e di manutenzione.

L'Azienda si riserva quindi la più ampia facoltà di effettuare verifiche e, ove occorra, documentando opportunamente, di comminare sanzioni pecuniarie, in qualsiasi momento, anche posteriormente alla esecuzione dei lavori.

I servizi oggetto dell'appalto devono essere intesi come un insieme coordinato di tutte le attività descritti nei successivi paragrafi e che hanno come obiettivo quello di garantire la massima continuità di esercizio delle apparecchiature, l'ottimale funzionalità e il massimo livello di sicurezza per tutte la durata dell'appalto.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente vale come implicita dichiarazione di conoscenza delle apparecchiature oggetto dell'appalto, complete di ogni componente ed accessorio inventariabile e non, della tecnologia di costruzione delle stesse e della capacità di mantenerle o riportarle in efficienza lasciando inalterate le iniziali caratteristiche costruttive.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

La Ditta concorrente dovrà esplicitamente dichiarare nel progetto-offerta le apparecchiature per le quali farà riferimento al costruttore o a ditte esclusiviste della manutenzione su delega del costruttore stesso. Tale elenco dovrà, in fase di stipula del contratto, essere approvato dall'Azienda.

Ovviamente, per tutte le altre apparecchiature non ricomprese nel predetto elenco, la presentazione dell'offerta rappresenta dichiarazione del possesso del necessario know-how e della conoscenza dei protocolli dei costruttori.

11.1. MANUTENZIONE CORRETTIVA

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la "La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volto a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta", anche mediante la sostituzione di parti di ricambio.

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure finalizzate ad:

- accettare la presenza di guasto o malfunzionamento di una apparecchiatura biomedica;
- individuare la/e causa/e che hanno determinato il guasto;
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura.

Qualora il guasto possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica ed il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto ai successivi paragrafi 11.2.2 e 11.2.3.

Sono comprese nel servizio la riparazione degli accessori, secondo quanto specificato nella Direttiva sui dispositivi medici, e la fornitura dei materiali di consumo e di quelli soggetti ad usura di cui all'allegato 5 del presente Capitolato.

Gli interventi di manutenzione correttiva ricompresi nell'appalto sono da intendersi in numero illimitato.

In occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il corrispondente rapporto di lavoro, così come specificato nel paragrafo 9.6, registrandone i relativi dati nel sistema informativo.

Quando, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione di un'apparecchiatura e/o sue componenti presso il Laboratorio Tecnico (v. paragrafo 9.1) o altro Laboratorio della stessa Ditta aggiudicataria, il trasporto dalla sede di impianto al Laboratorio e ritorno, sia esso sul territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria e le spese relative, comprese quelle per l'imballo e la spedizione, saranno a suo carico.

La Ditta aggiudicataria potrà inoltre ricorrere, qualora lo ritenga opportuno al fine del rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, a Dritte esterne purché produttrici o delegate dal produttore all'assistenza.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di riferimento
e di alta specializzazione

tecnica autorizzata dell'apparecchiatura. Tutti gli oneri di manodopera, trasferta, parti di ricambio, diritto di chiamata, costi di viaggio ecc., derivanti dalla chiamata a Dritte terze e ogni altro onere relativo all'intervento, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Unico responsabile del servizio è in ogni caso la Ditta aggiudicataria.

La Ditta concorrente dovrà specificare nel Progetto Offerta le modalità di organizzazione del servizio di manutenzione correttiva.

11.1.1 Tempo di intervento e risoluzione dei guasti

Le richieste di intervento saranno di norma effettuate al Centro di ricezione delle chiamate con le modalità descritte al precedente paragrafo 9.2 e la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di registrare con precisione ed affidabilità la data e l'ora di ricezione della richiesta. Ai fini della determinazione dell'ora di ricezione non saranno computati eventuali ritardi imputabili alla Stazione Appaltante.

Si definisce "*tempo di intervento*" il tempo intercorrente tra il momento di ricezione della chiamata sulla piattaforma informatica (e contemporaneamente apertura dell'intervento) e l'inizio dell'intervento manutentivo.

Si definisce "*tempo di risoluzione*" il tempo necessario per la risoluzione del guasto, cioè per il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'apparecchiatura conteggiato dal momento di ricezione della chiamata (e contemporaneamente apertura dell'intervento).

La Ditta aggiudicataria dovrà intervenire secondo la propria autonoma organizzazione ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio.

A) TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE DEI GUASTI SENZA SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO.

UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	TIPOLOGIA DI GUASTO	TEMPI DI INTERVENTO (in ore lavorative continuative)	TEMPI RISOLUZIONE SENZA PEZZI DI RICAMBIO (in ore lavorative continuative)

1.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00



Sale operatorie, Pronto Soccorso, Rianimazioni e T.I.	Bloccante	2h	12h
Sale operatorie, Pronto Soccorso, Rianimazioni e T.I.	Non bloccante	6h	24h
Tutti gli altri reparti e servizi	Bloccante	3h	16h
Tutti gli altri reparti e servizi	Non bloccante	6h	32h

Si specifica che:

Non si intende per "parte di ricambio" la minuteria elettronica, quali fusibili, cavetti, ecc.

Per "guasto bloccante" si intende un guasto che impedisce lo svolgersi dell'attività sanitaria (che quindi non può essere erogata in nessun altro modo) o che costituisce una situazione di potenziale pericolo per paziente ed operatori.

B) TEMPI DI INTERVENTO E RISOLUZIONE DEI GUASTI CON SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO A PARTIRE DALLA DISPONIBILITÀ DEGLI STESSI.

UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE	TIPOLOGIA DI GUASTO	TEMPI DI INTERVENTO (in ore lavorative continuative)	TEMPI RISOLUZIONE CON PEZZI DI RICAMBIO (in ore lavorative continuative)
Sale operatorie, Pronto Soccorso, Rianimazioni e T.I.	Bloccante	2h	32h

Sale operatorie, Pronto Soccorso, Rianimazioni e T.I.	Non bloccante	6h		56h
Tutti gli altri reparti e servizi	Bloccante	3h		80h
Tutti gli altri reparti e servizi	Non bloccante	6h		96h

Il tempo intercorrente dal termine dell'analisi del guasto al momento in cui l'Assuntore richiede preventivo ad una ditta esterna, costruttore dell'apparecchiatura o ditta da quest'ultima autorizzata, per la fornitura di materiale di ricambio o per l'intervento manutentivo, non dovrà superare le 8h lavorative. La Ditta aggiudicataria dovrà addurre comprovata evidenza documentale per ogni caso in cui non riuscisse a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. L'analisi di tali evidenze documentali verrà effettuata congiuntamente, al momento della consegna dei report previsti.

Superato il tempo massimo di risoluzione dei guasti, per alcune tipologie di apparecchiature biomediche (v. paragrafo 11.1.2) sarà obbligatorio da parte della Ditta aggiudicataria mettere a disposizione un'apparecchiatura sostitutiva equivalente.

In casi eccezionali, e previa espressa autorizzazione dell'Azienda, la Ditta aggiudicataria potrà avvalersi di altre apparecchiature e/o accessori funzionalmente equivalenti già installati all'interno dell'Azienda.

11.1.2 Apparecchiature temporaneamente sostitutive

In relazione al parco installato oggetto della gara, ai fini del miglioramento del livello qualitativo del servizio e per garantirne la continuità, la Ditta concorrente deve indicare nel Progetto Offerta l'elenco e la tipologia delle apparecchiature sostitutive che intende "mettere a disposizione" dell'Azienda secondo le norme di seguito specificate.

La ditta concorrente dovrà comunque mettere a disposizione dell'Azienda, in caso di impossibilità ad effettuare la riparazione entro le condizioni temporali specificate al par. 11.1.1, almeno le seguenti tipologie di apparecchiature:

- N. 1 Elettrocardiografo (ogni 30 in dotazione all'Azienda);
- N. 1 Monitor Multiparametrico (ogni 30 in dotazione all'Azienda);
- N. 1 Defibrillatore (ogni 30 in dotazione all'Azienda);
- N. 1 Rilevatore Battito Fetale;
- N. 1 Cardiotocografo;



- N. 1 Apparecchiatura di Anestesia;

- N. 1 Elettrobisturi;
- N. 1 Pulsossimetro portatile;
- N. 1 Ventilatore polmonare;
- N. 1 Incubatrice neonatale;
- N. 1 Pompa ad infusione;
- N. 1 Centrifuga;
- N. 1 Aspiratore;
- N. 1 Broncoscopio;
- N. 1 Trapano operatorio per NCH;
- N. 1 Trapano e alesatore operatorio per ortopedia;
- N. 1 Nasolaringofaringoscopio.

Le apparecchiature sostitutive devono essere consegnate all'utente, su esplicita richiesta, esclusivamente in sostituzione provvisoria di analoga apparecchiatura in riparazione, per permettere l'erogazione dei servizi sanitari senza interruzioni.

L'apparecchiatura fornita in sostituzione dovrà possedere tutti i requisiti funzionali, di sicurezza e di compatibilità con altre apparecchiature (ad esempio centrali di monitoraggio, trasmissione dati, ecc.) necessari a garantirne il corretto ed idoneo impiego.

Di tali sostituzioni dovrà essere tenuta traccia nei Rapporti di lavoro.


A partire dal momento di installazione e messa in esercizio dell'apparecchiatura sostitutiva, il guasto dell'analogia apparecchiatura in riparazione sarà considerato risolto, fermo restando l'obbligo per la Ditta aggiudicataria di riparare l'apparecchiatura guasta e riconsegnarla presso il Reparto prima possibile.

Per garantire l'uso corretto delle apparecchiature sostitutive da parte del personale sanitario la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla preventiva formazione dell'utilizzatore e alla formale consegna del manuale d'uso.

11.1.3 Interventi di riparazione di eccessiva onerosità rispetto al valore di rinnovo dell'apparecchiatura

Qualora l'apparecchiatura EM abbia superato la vita tecnica di 10 anno dal collaudo (6 anni per gli endoscopi), l'Assuntore dovrà stimare la spesa per l'intervento manutentivo da sostenere e, nel caso in cui tale spesa solo a causa dei materiali di ricambio raggiungesse il 50% del valore di rinnovo dell'apparecchiatura, proporne la dismissione. A seguito di ciò l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere chiarimenti e approfondimenti ed eventualmente rifiutare la sopraccitata proposta.

L'Azienda, dopo adeguata verifica, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla dismissione oppure richiedere alla Ditta di eseguire la riparazione senza alcun onere aggiuntivo.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di riferimento
e di alta specializzazione

La presente prescrizione si applica esclusivamente ad interventi di manutenzione correttiva di costo superiore a € 2.500,00 (duemilaecinquecento/00.) Per interventi di manutenzione correttiva di costo inferiori o uguale a 2.500,00 (duemilaecinquecento/00.) la ditta si farà carico di eseguire la riparazione.

11.1.4 Apparecchiature non riparabili

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ritenga un'apparecchiatura non riparabile per motivi tecnici dovrà comunicarlo formalmente all'Azienda, fornendo la documentazione dalla quale tale condizione risulti oggettivamente (per es.: relazione tecnica con allegata dichiarazione del produttore di eccessiva obsolescenza con conseguente impossibilità di reperire le parti di ricambio oppure impossibilità a garantire le originali condizioni prestazionali e di sicurezza, ecc.).

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dalla Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'Azienda dimostri e documenti la fattibilità dell'intervento (con personale interno o incaricando altra Ditta specializzata e/o di assistenza tecnica autorizzata), dovrà informare la Ditta aggiudicataria. In tal caso la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare a proprie spese l'intervento di riparazione. Qualora la Ditta aggiudicataria non intervenga e la funzionalità dell'apparecchiatura venga ripristinata solo a seguito dell'intervento diretto dell'Azienda, le sarà addebitato l'intero importo della riparazione maggiorato del 20% per il recupero dei costi di gestione amministrativa sostenuti dall'Azienda.

11.2. ATTIVITA' PREVENTIVE

Per attività preventive si intendono il complesso di interventi tecnici atti a prevenire i guasti, qualora siano prevedibili, e a mantenere le apparecchiature in condizioni di adeguata funzionalità, efficienza e sicurezza; essa comprende:

- la manutenzione preventiva programmata;
- le verifiche di sicurezza;
- i controlli funzionali.

Per tutte le apparecchiature oggetto dell'Appalto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di manutenzione fornito dal costruttore, obbligatori ai sensi delle direttive CEE applicabili, delle norme tecniche applicabili e dovrà tener conto del livello di criticità associato ad ogni singola apparecchiatura.

Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell'entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite, per apparecchiature di identica classe, dai costruttori o da associazioni riconosciute a livello internazionale.



Azienda Ospedaliera
di Caserta

Sant'Anna

e San Sebastiano

di rilievo nazionale

e di alta specializzazione

La Ditta concorrente dovrà pertanto fornire, nel Piano Operativo delle attività preventive, precise indicazioni in merito alle procedure operative ed ai protocolli che intenderà adottare per le apparecchiature di cui all'Allegato 2., riportando facsimili del relativo rapporto di lavoro rilasciato ed esplicita dichiarazione che tutte le procedure di manutenzione preventiva saranno eseguite secondo quanto raccomandato dal produttore e riportato nei relativi manuali di servizio.

Qualora la Ditta aggiudicataria, per alcune apparecchiature, rilevi l'impossibilità di individuare le modalità manutentive nel rispetto dei criteri di cui sopra, dovrà esplicitamente dichiararlo nel Piano Operativo, fornendo l'elenco delle apparecchiature interessate, per ciascuna delle quali devono essere evidenziate le problematiche riscontrate, le modalità di manutenzione che la Ditta aggiudicataria intende comunque adottare e le giustificazioni per la scelta di tali modalità e procedure di manutenzione.

11.2.1 Manutenzione Preventiva Programmata

La manutenzione preventiva è la manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di una apparecchiatura biomedica (UNI 9910).

Gli interventi di manutenzione preventiva oggetto dell'Appalto hanno quindi lo scopo di:

- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all'utilizzo delle apparecchiature ed all'usura delle parti componenti;
- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento;
- garantire la qualità e l'affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura;
- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa;
- verificare la corretta installazione di ciascuna apparecchiatura (riguardo alle alimentazioni e alla idoneità dei locali dove è impiegata);
- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni.

La Ditta concorrente, nel Progetto Offerta, dovrà specificare per ogni classe di apparecchiature, e secondo quanto previsto dal costruttore, la tipologia di interventi di Manutenzione Preventiva che intende adottare, indicandone inoltre la periodicità.

All'interno dell'attività di manutenzione preventiva inherente gli strumenti di misura è ricompresa la taratura almeno annuale, che dovrà essere effettuata presso strutture autorizzate LAT (Laboratorio di Taratura Accreditato) e documentata da appositi certificati.

Entro 30 giorni naturali consecutivi a partire dalla data di attivazione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà redigere/aggiornare il calendario degli interventi di manutenzione preventiva (parte integrante del programma di manutenzione), dettagliato per ogni apparecchiatura e regolarmente inserito nel software di gestione.

In fase di esecuzione le date previste devono essere rispettate *con una tolleranza di +/- 15 gg.* della periodicità di ripetizione degli interventi.

Non devono essere svolti interventi di manutenzione programmata con scostamenti maggiori di quanto precedentemente indicato, se non preventivamente concordati e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche.

Qualora nel corso di vigenza dell'appalto vengano ravvisate criticità nel Programma di Manutenzione Preventiva, con particolare riferimento ad apparecchiature vitali e/o critiche, che possono comportare variazioni di funzionamento tali da fare emergere dubbi sulla efficacia dello stesso, l'Azienda potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria l'attuazione di un piano con periodicità diverse, anche inferiori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Azienda stessa.

In occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro di cui al precedente paragrafo 9.6, registrandone i relativi dati nel sistema informatizzato.

11.2.2 Verifiche periodiche di sicurezza elettrica

Le operazioni di verifica periodica delle condizioni di sicurezza delle apparecchiature biomediche rappresentano un'attività essenziale per la gestione della tecnologia in ambito sanitario.

L'obiettivo finale della verifica periodica di sicurezza è quello di valutare se l'apparecchiatura garantisce un livello di sicurezza accettabile e quindi se può continuare ad essere utilizzata o se invece richiede un intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità) per continuare ad essere utilizzata.

Ciascuna apparecchiatura oggetto dell'appalto dovrà essere sottoposta dalla Ditta aggiudicataria alle verifiche di sicurezza nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente, che nel caso delle apparecchiature elettromedicali, è rappresentata dalla Guida CEI 62-122, fascicolo 6536 del luglio 2002, "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" con riferimento ai requisiti delle norme CEI 62353 (CEI 62-148), CEI EN 60601-1-1 (apparecchiature di laboratorio), CEI 62-51 (2003 II edizione) "Apparecchiature EM Parte 1: norme generali per la sicurezza", delle norme particolari emesse dal C.T. 62 del CEI e comunque alle norme in vigore al momento delle esecuzione delle attività.

Tale servizio dovrà essere effettuato da personale tecnico in possesso di specifico titolo professionale e di esperienza lavorativa specifica, da documentare in sede di offerta.

All'interno dell'attività di verifica sicurezza elettrica l'Assuntore deve garantire la taratura almeno annuale degli strumenti di misura utilizzati, che dovrà essere effettuata presso le Ditte fornitrice degli strumenti di



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
è di alta specializzazione

misura o presso strutture autorizzate. Tale taratura dovrà essere documentata da appositi certificati rilasciati

dalle ditte fornitori degli strumenti di misura o presso strutture autorizzate (Centri LAT).

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, *entro 30 giorni naturali consecutivi* dalla data di attivazione del servizio, di rendere noto all'Azienda il calendario delle verifiche di sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche.

In tale calendario gli interventi di verifica devono essere pianificati nel tempo a scadenze periodiche contraddistinte da intervalli uguali tra loro secondo le indicazioni specificate dalla Guida CEI.

In fase di esecuzione le date previste devono essere rispettate con una tolleranza del +/- 15 gg. della periodicità di ripetizione delle verifiche.

In ogni caso ogni apparecchiatura oggetto del presente Appalto dovrà risultare verificata *entro i primi 6 mesi dalla data di attivazione del servizio*, qualora non rientrante nella periodicità biennale e non risultante già verificata nell'anno precedente.

Oltre alle scadenze previste dal Calendario di verifica periodica, il servizio di verifica di sicurezza di cui al presente paragrafo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:

- a seguito di interventi di manutenzione correttiva, nei casi specificati al precedente paragrafo 11.1;
- a seguito di interventi di rimozione delle non conformità;
- in caso di trasporto e/o reinstallazione dell'apparecchiatura;
- contestualmente al collaudo di apparecchiature di nuova acquisizione.

In occasione della verifica di sicurezza la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di verifica di cui al paragrafo 9.6. Dovrà inoltre registrare i dati, i risultati e gli esiti delle verifiche di sicurezza nel sistema informatizzato.

Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale della verifica, precedentemente indicato, è necessario che il verbale di verifica riporti l'esito della verifica. In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà indicare i seguenti due tipi di esito:

- Favorevole: se l'apparecchiatura soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma e quindi può continuare ad essere utilizzata;
- Non favorevole: se l'apparecchiatura non soddisfa i requisiti e/o limiti definiti dalla norma.

In caso di esito non favorevole della verifica la Ditta aggiudicataria dovrà segnalare tempestivamente al destinatario (al momento della consegna del Rapporto di Lavoro) la necessità di attivare la richiesta di manutenzione correttiva e mettere immediatamente fuori uso in via temporanea l'apparecchiatura utilizzando un'apposita etichetta.

Saranno definite in fase di progetto, le modalità operative di gestione dell'evento.



Al termine di ogni verifica di sicurezza con esito favorevole dovrà essere posta sull'apparecchiatura apposita etichetta adesiva con indicazione indelebile, della data di esecuzione e della data della prossima verifica prevista a scadenza.

11.2.3 Controlli funzionali

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature biomedicali oggetto dell'appalto. Il controllo di qualità o controllo funzionale è definito come confronto fra le grandezze rese dall'apparecchiatura in esame (parametri rilevati dall'apparecchiatura quali temperature, lunghezze, pesi,...) e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento. L'esito di tali confronti definisce, in relazione a standard definiti da norme, specifiche tecniche, linee guida o procedure ISO aziendali, lo stato di conformità metrologica di una apparecchiatura.

L'individuazione dei protocolli e delle procedure tecniche da utilizzare per l'effettuazione dei controlli funzionali deve far riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali. Laddove non esistano riferimenti specifici nelle norme tecniche, la Ditta aggiudicataria dovrà proporre all'Azienda opportuni protocolli relativi ai controlli funzionali sullo stato delle apparecchiature, in particolare nel caso di apparecchiature classificate come critiche o come vitali o di particolare interesse dal punto di vista dei processi clinici gestiti in regime qualità da parte dell'Azienda.

Le prestazioni di controllo funzionale devono essere eseguite da personale tecnico con specifica e documentata esperienza nell'esecuzione delle relative prove e misure e con l'utilizzo di adeguata strumentazione sottoposta a taratura periodica e dotata di certificazione riferibile a campioni primari.

Devono essere oggetto dell'attività di controllo funzionale le seguenti tipologie di apparecchiature biomediche:

- Apparecchi per monitoraggio multiparametrico;
- Apparecchi per anestesia;
- Centrifughe;
- Defibrillatori;
- Elettrobisturi;
- Elettrocardiografi;
- Elettroencefalografi;
- Frigoemoteche;
- Incubatrici neonatali;
- Pompe per infusione;
- Autoclavi di sterilizzazione (> 1US) Validazione secondo le direttive vigenti;
- Ventilatori polmonari
- Ecotomografi



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, *entro 30 giorni naturali* consecutivi dalla data di attivazione del servizio, di rendere noto all'Azienda il calendario dei controlli funzionali (Programma dei controlli funzionali) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità proposte nel progetto-offerta. Le scadenze indicate nel programma devono essere rispettate con una tolleranza del +/- 15gg. della periodicità di ripetizione dei controlli.

In occasione del controllo funzionale la Ditta aggiudicataria dovrà redigere il rapporto di lavoro ed il verbale di controllo funzionale di cui al precedente paragrafo 9.6. Dovrà inoltre registrare i dati, i risultati e gli esiti del controllo funzionale nel sistema informatizzato.

In caso di esito non favorevole del controllo la Ditta dovrà segnalare al destinatario (al momento della consegna del Rapporto di Lavoro) la necessità di mettere immediatamente fuori uso in via temporanea l'apparecchiatura e attivare l'intervento di manutenzione correttiva.

Non sono oggetto dell'appalto i controlli di qualità delle apparecchiature biomediche secondo il decreto legge 230/95 e D.Lgs. n° 187 del 26/05/2000 e s.m.i.. Durante l'esecuzione di tali controlli su apparecchiature oggetto dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare assistenza al personale addetto ai controlli al fine di provvedere ad un eventuale intervento, quando necessario, tutti i provvedimenti tecnici necessari per ripristinare i requisiti che la legge prescrive per le apparecchiature di cui trattasi, nell'ambito degli obblighi contenuti nel presente capitolo.

11.2.4 Interventi di rimozione delle non conformità

Per interventi di rimozione delle non conformità si intendono gli interventi di manutenzione finalizzati all'adeguamento normativo delle apparecchiature ed effettuati di norma a seguito dell'esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza e/o dei controlli funzionali.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare, in quanto compresi nel canone, tutti gli interventi di rimozione delle non conformità riconducibili a guasto dell'apparecchiatura (tipicamente interruzione del conduttore di protezione, danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni,...) e quindi non legati a difformità di progettazione dell'apparecchiatura rispetto alle vigenti norme.

Sono esclusi da tali interventi quelli di adeguamento a prescrizioni specifiche rese obbligatorie da normative di nuova emanazione in quanto assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria descritti al paragrafo 11.3.

11.3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in quegli interventi non riconducibili alle attività descritte ai precedenti paragrafi 11.1 (manutenzione correttiva) e 11.2 (attività preventiva) o destinati ad operare una miglioria funzionale o di sicurezza delle apparecchiature tramite integrazioni e/o aggiunte alla

configurazioni originarie delle stesse. I suddetti interventi possono identificarsi in modo non esaustivo nelle seguenti categorie:

- necessità di aggiornamento tecnico delle apparecchiature a seguito di modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia;
- opportunità di potenziamento delle apparecchiature individuate dall'Azienda ed atte a conseguire migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico;
- trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale;
- ristrutturazioni di apparecchiature non più riparabili o giunte alla fine del ciclo funzionale, comportanti la sostituzione di parti o moduli componenti.

Tali attività di manutenzione straordinaria sono comprese nei servizi appaltati per la sola parte di prestazioni d'opera relative al personale tecnico della Ditta aggiudicataria, restano invece esclusi dal Canone ed a totale carico dell'Azienda, i costi e gli oneri, inerenti tali specifiche attività, riferiti a materiali, trasporti ed interventi di tecnici specialistici delle Ditte produttrici/distributrici.

Per ogni intervento di manutenzione straordinaria la Ditta aggiudicataria dovrà presentare un preventivo di spesa indicando chiaramente:

- costi manodopera,
- costo materiale di ricambio

e potrà procedere alla esecuzione dei lavori solo dopo approvazione esplicita del preventivo da parte dell'Azienda ed in particolare del Responsabile Aziendale.

L'Assuntore, per ciascun intervento di manutenzione straordinaria, si impegna, inoltre, ad elaborare e a fornire all'Azienda le specifiche tecniche ed i documenti, compresi i computi metrici estimativi, che quest'ultima riterrà necessari per effettuare le proprie valutazioni.

La redazione di tali studi non comporta compenso economico.

11.4. PROVE DI ACCETTAZIONE (COLLAUDI)

Il servizio consiste nell'esecuzione delle prove di accettazione e collaudo sulle apparecchiature biomediche che, a qualsiasi titolo, vengano messe in funzione per la prima volta presso l'Azienda e coinvolge aspetti di natura amministrativa, tecnica e funzionale.

I collaudi devono essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62-122, fascicolo 6536 del luglio 2002, "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" con riferimento ai requisiti delle norme CEI 62353 (CEI 62-148), delle norme particolari emesse dal C.T. 62 del CEI e comunque alle norme in vigore al momento delle esecuzione delle attività.

Le prove di accettazione e collaudo verranno eseguite da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria in contraddittorio con la Ditta fornitrice dell'apparecchiatura.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

La Ditta aggiudicataria sarà preventivamente informata dall'Azienda della consegna della nuova apparecchiatura e dovrà provvedere a contattare la Ditta fornitrice. Le prove di accettazione e collaudo delle apparecchiature sanitarie devono essere eseguite entro una settimana dall'informazione dell'avvenuta consegna presso la struttura destinataria.


Per l'espletamento delle prove di accettazione e collaudo devono essere effettuate le seguenti attività.

Per quanto attiene gli aspetti di natura amministrativa:

1. verifica dell'integrità dell'imballo (nel caso venissero riscontrati evidenti manomissioni sull'integrità dell'imballaggio, occorre, se non è stata convocata la Ditta fornitrice, sospendere le prove e differire la seduta di prova alla quale è opportuna la presenza di persona delegata dalla Ditta fornitrice);
2. apertura degli imballi ed ispezione esterna dell'apparecchiatura per verificare che l'apparecchiatura sia nuova di fabbrica e che non abbia subito danneggiamenti durante le operazioni di imballo, consegna e trasporto;
3. verifica della rispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato (accessori compresi);
4. controllo della presenza nella documentazione di corredo; più precisamente:
 - a. manuale d'uso in lingua italiana (direttiva 93/42/CEE e direttiva 2007/47/CEE);
 - b. manuale di manutenzione con allegati tecnici (se espressamente richiesto nella documentazione di acquisto);
 - c. copia della dichiarazione di conformità, classificazione, ente notificato, procedura seguita per l'ottenimento della marcatura CE;
 - d. dichiarazione di installazione a regola d'arte (qualora prevista);
5. rilievo e registrazione dei dati di targa e tecnici sul Sistema Informativo dell'Azienda;
6. accertamento della presenza del materiale consumabile che consenta l'attivazione della apparecchiatura per l'effettuazione delle prove di collaudo; qualora non sia presente la seduta di prova ha termine e viene rinviata;

Per quanto attiene gli aspetti di natura tecnica:

7. verifica della compatibilità delle alimentazioni (elettriche, pneumatiche, idrauliche, ecc.) disponibili, basandosi con quanto specificato nelle istruzioni d'uso;
8. verifica della rispondenza tra i valori nominali dei fusibili, se accessibili, ed i dati di targa;
9. esecuzione dell'installazione in accordo con quanto indicato nel manuale d'uso;
10. effettuazione della verifica di sicurezza elettrica;
11. registrazione sul Sistema Informativo degli esiti delle prove strumentali con indicazione delle apparecchiature utilizzate.



Per quanto attiene gli aspetti di natura funzionale:

12. verifica della funzionalità da parte del consegnatario dell'apparecchiatura.

In occasione del collaudo il personale della Ditta aggiudicataria dovrà redigere il certificato di collaudo di cui al paragrafo 9.6. Dovrà inoltre provvedere alla registrazione dei dati, dei risultati e degli esiti del collaudo nel sistema informatizzato.

Il certificato di collaudo dovrà riportare l'esito dello stesso definito secondo quanto di seguito specificato:

Favorevole: se l'apparecchiatura ha superato il collaudo riguardo a tutti e tre gli aspetti precedentemente elencati (amministrativi, tecnici e funzionali) e quindi può essere "accettata" e, conseguentemente, inventariata in maniera definitiva e messa in esercizio;

Non favorevole: se l'apparecchiatura non ha superato il collaudo e quindi non può essere "accettata".

Il certificato di collaudo redatto dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere firmato:

- dall'incaricato della Ditta aggiudicataria;
- dal Consegnatario dell'apparecchiatura.

Nel caso in cui le prove di accettazione e di collaudo non abbiano avuto esito favorevole la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di supportare l'Azienda nei rapporti con la Ditta fornitrice al fine di rimuovere in tempi brevi le cause delle non conformità riscontrate e quindi procedere nuovamente alle prove con esito favorevole.

11.5. PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI DI CONSUMO E PARTI SOGGETTE AD USURA

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, senza alcun costo aggiuntivo, alla fornitura delle parti di ricambio incluse nel Servizio, le uniche esclusioni vengono indicate dall'allegato 5, ogni altro materiale non espressamente indicato, in tale allegato, si intende ricompreso senza oneri nel servizio.

Le parti di ricambio impiegate per l'effettuazione di ognuna delle tipologie di intervento indicate nel paragrafo 11 devono essere nuove, originali o compatibili in caso di irreperibilità di ricambi originali.

E' consentito l'utilizzo di parti di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali nei seguenti casi:

- a) parti di ricambio, materiali ed accessori muniti di marcatura CE, commercializzate esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di apparecchiatura oggetto dell'intervento di manutenzione, con indicazione dei modelli con esse compatibili;
- b) minuteria e componentistica di base acquisite da reti di distribuzione certificate e sottoposte a sistema di qualità ISO 9000;
- c) solo per cause di forza maggiore;



- c) fallimento della Ditta produttrice della apparecchiatura e/o della Ditta produttrice della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- d) apparecchiatura fuori produzione per la quale la Ditta produttrice non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori.

In caso di non reperibilità, per cause di forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà documentare al Responsabile Aziendale (o suo delegato) l'impossibilità di procedere al ripristino della funzionalità.

Nei casi in cui la Ditta aggiudicataria dovesse utilizzare parti di ricambio, materiali o accessori non originali, dovrà produrre, ove richiesto e necessario, l'opportuna documentazione attestante l'equivalenza e la compatibilità degli stessi ai rispettivi originali. La Ditta aggiudicataria rimarrà comunque l'unica responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico in quanto ricompresi nel canone, allo smaltimento delle parti sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto, ad eccezione dei materiali classificati come rifiuti speciali, il cui smaltimento rimane a carico dell'Azienda.

Per tutti i materiali di consumo e soggetti ad usura forniti dalla Ditta aggiudicataria, non inclusi nell'allegato 5, sono applicabili le norme del presente articolo riferite ai materiali di ricambio.

La Ditta concorrente dovrà descrivere all'interno del Progetto Offerta le modalità seguite per il reperimento dei materiali di ricambio, di consumo e di quelli soggetti ad usura, con indicazione delle procedure adottate per l'acquisizione, l'immagazzinamento e la gestione delle scorte degli stessi, sulla base della propria conoscenza ed esperienza del mercato e della propria autonoma capacità organizzativa, tenendo conto ossia della qualità del servizio richiesta e progettata. La Ditta concorrente dovrà altresì documentare sui Rapporti di Lavoro e garantire la tracciabilità sul sistema informatico di tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente Appalto.

11.6. GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI INVENTARIALI E MONITORAGGIO DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

La Ditta appaltatrice prende in carico la gestione dell'intero parco apparecchiature mediche dell'Azienda; entro 30 giorni dalla presa in consegna dell'appalto, la Ditta dovrà terminare il censimento delle apparecchiature e presentare l'inventario informatico, e dovrà garantire l'aggiornamento puntuale dello stesso per tutta la durata del contratto. Le modalità di esecuzione del censimento e della gestione dell'inventario devono essere illustrate nell'offerta.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire il supporto tecnico necessario alla gestione dell'inventario amministrativo aziendale.



Azienda Ospedaliera

di Caserta

Sant'Anna

e San Sebastiano

di riferimento nazionale

e di alta specializzazione

L'attività consiste nell'aggiornare l'inventario del parco apparecchiature mediche seguendo i criteri di codifica CIVAB e CND adottati a livello nazionale; dovrà comprendere anche la rilevazione di tutti gli elementi informativi associati al bene quali dati anagrafici, dati di possesso, durata della garanzia, riferimenti ai documenti di acquisto (valore di acquisto), indicazione del distributore e del manutentore autorizzato, individuazione delle ubicazioni, assegnazione ai centri di costo aziendali, ecc.

In particolare in tale attività rientra quella di riscontro ed aggiornamento dello stato d'uso dell'apparecchiatura medica, che dovrà essere utilizzato quale parametro di riferimento per la determinazione di eventuali variazioni nella periodicità delle attività preventive.



12.1. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, all'interno del contratto, uno specifico software per la raccolta e gestione di tutte le informazioni connesse con le attività previste nel presente capitolo, oltre all'assistenza necessaria all'installazione, configurazione, personalizzazione, formazione e manutenzione del sistema.

Le finalità principali che si intendono conseguire attraverso il suddetto sistema informativo di gestione delle apparecchiature mediche, corrispondenti ad altrettante funzioni specifiche del software, sono così riassunte:

- gestione ed aggiornamento dell'inventario delle apparecchiature mediche, in caso di collegamento all'eventuale inventario generale dei beni aziendali già esistente, tale attività è definita di carattere straordinario e valutata economicamente nel periodo di attivazione dell'appalto;
- registrazione e programmazione degli interventi di manutenzione (preventiva, correttiva, straordinaria);
- registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria eseguita e comunicata dagli operatori dell'Azienda (es. laboratorio analisi);
- registrazione e programmazione delle verifiche di sicurezza periodiche, delle prove di accettazione e dei controlli funzionali;
- gestione dei collaudi e delle proposte di dismissioni;
- supporto all'aggiornamento dell'inventario (registrazione spostamenti, ecc...);
- reportistica relativa allo stato delle verifiche, degli interventi, ecc...


Il sistema di gestione informatizzata deve inoltre consentire:

- il controllo e la verifica del sistema di indicatori di risultato e dei livelli prestazionali sviluppato;
- la misurazione dell'effettiva disponibilità e del reale utilizzo delle apparecchiature.

Sarà compito della Ditta aggiudicataria provvedere al recupero, ove possibile, di tutti i dati ed informazioni in formato elettronico già esistenti su precedenti sistemi informativi e riferiti alla storia tecnica di ogni singola apparecchiatura medica (collaudo, riparazioni e verifiche di funzionalità e sicurezza, aggiornamento, trasloco, revisione ecc..) ed al loro trasferimento nel Sistema informatico utilizzato.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre garantire la possibilità di estrazione dal software utilizzato di qualunque dato/informazione richieste dall'Azienda, sia mediante il software stesso sia mediante applicativi ad esso collegati. Tale funzione è indispensabile per consentire la personalizzazione dei report, nonché l'estrapolazione di ogni dato possibile; pertanto costituisce requisito essenziale per soddisfare le esigenze del servizio.

I dati presenti nel database del sistema saranno da considerarsi di proprietà dell'Azienda.



Azienda Ospedaliera
di Caserta

Sant'Anna

e San Sebastiano

Ente nazionale

Qualità specializzazione

L'Azienda committente ritiene requisito indispensabile che il sistema informativo eventualmente offerto sia già collaudato in altre commesse, in lingua italiana, flessibile e scalabile, dotato di interfaccia intuitiva, con livelli di accesso personalizzabili.

Tale software deve assicurare principalmente la gestione delle seguenti funzionalità operative:

- la classificazione di tutte le apparecchiature biomedicali secondo i criteri e le indicazioni emanate a livello regionale, nazionale e comunitario;
- l'inventariazione di tutte le apparecchiature biomedicali, con particolare riferimento alla corretta identificazione dell'ubicazione, del centro di costo, del valore patrimoniale e del relativo ammortamento;
- la raccolta delle informazioni tecniche relative ai collaudi, agli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, di verifica periodica di sicurezza, di controllo funzionale ecc.;
- la raccolta delle informazioni economiche relative ai costi gestionali, con specifico riferimento alla contabilità analitica aziendale;
- la raccolta delle richieste di intervento;
- le informazioni relative alla richiesta di intervento, tempi di intervento, tempo di risoluzione del guasto. Quest'ultima funzionalità verrà attentamente valutata in quanto costituirà un elemento di valutazione delle adempienze contrattuali.

La parte anagrafica dei beni inventariati dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- descrizione merceologica costruttore/fornitore marca e modello
- codifica C.I.V.A.B.
- codifica CND livello di criticità
- numero di matricola/serie
- centro di costo di appartenenza data di fabbricazione
- data di collaudo
- durata della garanzia
- indice di obsolescenza

Il sistema gestionale offerto dovrà permettere un accesso contemporaneo a tutti gli utenti necessari.

La Ditta concorrente all'interno del Progetto Offerta dovrà dettagliare il sistema informativo proposto, descrivendo:

- la struttura hardware proposta, con individuazione delle postazioni di lavoro previste e delle caratteristiche di ciascuna postazione,



- le modalità di collegamento fra le singole postazioni di lavoro,
- le caratteristiche generali e l'architettura degli applicativi informatici proposti, le caratteristiche funzionali dei singoli applicativi proposti,
- le modalità adottate per la eventuale e straordinaria comunicazione ed il trasferimento dei dati con le altre procedure informatiche dell'Azienda, connesse funzionalmente con le attività del Settore Tecnico.
- le modalità e le tempistiche previste per l'installazione dell'applicativo, la configurazione del sistema e la formazione del personale.

La Ditta concorrente dovrà indicare la propria disponibilità a personalizzare le procedure e la reportistica sulla base delle esigenze specifiche dell'Azienda. Tali esigenze dovranno essere individuate dall'Azienda e comunicate alla Ditta aggiudicataria nella fase di avvio del servizio.

12.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE AFFERENTE DELL'UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA SULLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere, con modalità da proporre in sede di offerta, dei corsi di formazione e di aggiornamento per il personale in servizio presso l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA. I corsi avranno carattere teorico e pratico.

La Ditta aggiudicataria, entro 2 mesi dalla data di attivazione del Servizio, dovrà definire in accordo con l'UOC Tecnologia Ospedaliera il Calendario dei corsi che intende svolgere nei successivi 10 mesi e dovrà garantire almeno 100 ore di corso annui.

L'Assuntore dovrà redigere i programmi di formazione per il personale dell'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, con relativi crediti formativi (CFU).

L'attività di formazione dovrà essere supportata da materiale didattico appropriato (manuali, dispense, normative, ecc.).

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale didattico e mettere a disposizione la strumentazione didattica necessaria allo svolgimento dei corsi.

I docenti che terranno i corsi devono avere comprovata esperienza.

12.3. CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire, senza nessun onere per l'Ente appaltante, il supporto tecnico specialistico sulle materie attinenti l'oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- consulenza per la predisposizione dei programmi di dismissioni e rinnovo;
- consulenza per la valutazione tecnica e gestionale (rapporto benefici/costi) e delle nuove tecnologie ai fini della loro introduzione in Azienda;
- consulenza su questioni inerenti la sicurezza (D.lgs 81/08).

Nell'ambito delle attività e dei servizi dell'appalto, l'assuntore è tenuto inoltre a fornire un supporto specialistico all'Azienda per l'individuazione e l'implementazione di soluzioni (in termini di modelli, processi e procedure) e strumenti (applicativi sw) che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di economicità, appropriatezza e sicurezza del parco tecnologico in uso presso l'Azienda.

In particolare l'Assuntore dovrà fornire il proprio supporto per l'ottimizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita di un'apparecchiatura biomedica:

- definizione e determinazione dei fabbisogni (potenziamento, integrazione, sostituzione),
- gestione delle richieste,
- espletamento delle procedure di scelta del contraente, scelta della tecnologia, assistenza e manutenzione, dismissione e/o rinnovo.

La Ditta concorrente, all'interno del Progetto Offerta, dovrà presentare un piano operativo di attuazione e svolgimento degli interventi di consulenza tecnica in cui devono essere individuate i criteri operativi proposti, la qualità e quantità del personale impiegato e le modalità di attivazione del servizio; la Ditta concorrente dovrà in particolare fornire evidenza della metodologia che intende adottare e degli strumenti che intende mettere a disposizione dell'Azienda.

12.4. DIREZIONE TECNICA

La Direzione Tecnica, oltre ai compiti e alle attività di cui al paragrafo 9.4.1 dovrà costantemente adattare la strategia manutentiva proposta in funzione delle effettive condizioni d'uso e di funzionamento che si verificheranno durante il periodo di validità del contratto, in modo da assicurare la continuità di esercizio delle apparecchiature mediche e l'adeguatezza prestazionale delle stesse.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata a tutte le apparecchiature che permangono in condizioni d'uso "anomale" (ad esempio, nel caso di apparecchiature che operano secondo destinazioni d'uso differenti da quelle originali, oppure apparecchiature obsolete con un stato d'uso critico) e che pertanto devono essere oggetto di analisi dettagliate per determinarne la frequenza ottimale delle attività preventive.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

Tale attività dovrà svolgersi in completa sintonia e supervisione da parte della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera
e HTA.



13. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nel Progetto Offerta la Ditta concorrente, se riténuto opportuno, potrà fornire, per il miglioramento qualitative dei servizi, eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dal capitolato come obbligatorie, purché le stesse siano attinenti all'oggetto specifico del presente Appalto.

Le prestazioni aggiuntive proposte dalla Ditta concorrente verranno valutate in sede di offerta tecnica, a condizione che le stesse siano conformi alle specifiche esigenze dell'Azienda e che le stesse consentano una più completa e migliore erogazione dei servizi richiesti all'interno del presente Capitolato.



14. OBBLIGHI DELL'AZIENDA

L'Azienda appaltante si impegna a :

- a. fornire la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature oggetto del servizio e richiedere tale documentazione ai produttori e/o distributori delle apparecchiature in sede di collaudo per le nuove acquisizioni o qualora la stessa risulti non disponibile per le apparecchiature già in uso;
- b. mettere a disposizione una o più linee telefoniche, all'interno del laboratorio, attraverso le quali la Ditta aggiudicataria potrà comunicare con tutti i reparti e le strutture dell'Azienda interessate dal servizio.;
- c. fornire al Responsabile della Direzione Tecnica della Ditta aggiudicataria tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e la sicurezza delle singole strutture sanitarie, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa vigente;
- d. fornire alla Ditta aggiudicataria ogni altra informazione e supporto istituzionale necessario e utile all'espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia inerente i servizi oggetto del contratto per quanto in suo possesso.

15. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'appalto, concepito come obbligazione di risultato, ha come obiettivo, alla luce del quale dovrà essere interpretata ogni clausola e prescrizione contrattuale, quello di assicurare, in forma di gestione imprenditoriale autonoma, razionale, efficiente e tempestiva, con assunzione di ogni onere e rischio correlati anche verso i terzi, il mantenimento e la massima continua funzionalità, efficienza e sicurezza del parco apparecchiature biomediche e in generale di tutte le apparecchiature di supporto all'attività diagnostica e clinica, allocate presso le varie UU.OO. dell'Azienda e nella sua disponibilità a qualsiasi titolo.

Oltre a quanto specificatamente previsto negli articoli precedenti, la Ditta aggiudicataria, nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, è tenuta al rispetto degli obblighi e degli oneri per essa previsti nel presente articolo.

In particolare la Ditta aggiudicataria è obbligata a:

- a. gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso l'Azienda, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro;
- b. acquisire tutte le attrezzature, strumentazioni ed arredi necessari all'allestimento dei locali messi a disposizione dall'Azienda affinché gli stessi risultino idonei alla corretta esecuzione dei lavori;
- c. adottare il proprio personale tecnico degli utensili e delle attrezzature necessari per il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nonché di idonei mezzi di trasporto per il trasferimento degli stessi e delle apparecchiature tra i vari presidi dell'Azienda;
- d. provvedere, qualora motivato dall'Azienda, all'allontanamento dai luoghi di intervento del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione;
- e. attenersi alle direttive che verranno impartite dall'Azienda al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie, rispettare il regolamento dell'Azienda relativo all'accesso alle aree ospedaliere ed agli spostamenti al loro interno, rispettare ed adeguarsi alle Procedure Aziendali del Sistema Qualità;
- f. assumere completa responsabilità per l'esecuzione dei lavori, i quali devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;
- g. essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, agli ospiti, ai degeniti, ai visitatori, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti dell'Azienda o che l'Azienda ha comunque in gestione per attività oggetto dell'appalto, stipulando idonea polizza assicurativa secondo quanto previsto al paragrafo 18;



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

- h. predisporre tutte le segnalazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi manutentivi allo scopo di garantire la salvaguardia degli utenti e dei pazienti;
- i. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica e il DUVRI, di orario di lavoro, di imposte e tasse;
- j. presentare il piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- k. essere responsabile della custodia e buona conservazione delle apparecchiature medicali ad essa consegnate; segnalando all'Azienda tutte le situazioni di potenziale pericolo o non affidabilità funzionale delle stesse e tutti i danni riscontrati a seguito di furti, incendi, atti vandalici o accidentali;
- l. essere responsabile della conservazione e custodia dei propri materiali, attrezzi e beni utilizzati per lo svolgimento delle attività, esentando l'Azienda da ogni responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo;
- m. utilizzare tecnici in quantità e qualifica sufficienti a garantire la corretta esecuzione di tutte le attività previste dal presente Capitolato;
- n. provvedere all'acquisto di tutte la parti di ricambio e usurabili occorrenti per far fronte alle attività contrattuali e assumere ogni onere derivante dalla esecuzione di interventi specialistici da parte di ditte terze, nel caso di mancata soluzione dei guasti tramite il proprio personale;
- o. conservare con la dovuta attenzione e riservatezza manuali, schemi elettrici ed ogni altra documentazione tecnica fornita dalle ditte produttrici, della quale rimarrà comunque proprietaria l'Azienda;
- p. Comportarsi, nell'esecuzione dei propri compiti contrattuali, sempre come consigliera e consulente dell'Amministrazione, senza avere responsabilità decisionali ed eseguire i controlli e le verifiche con precisione, cura e diligenza, utilizzando pratiche, cognizioni e strumenti aggiornati ed essere leale ed imparziale astenendosi dal rilasciare a terzi dichiarazioni di qualunque genere;
- q. attenersi all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel presente capitolo e nella lettera d'invito alla gara.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli che riterrà opportuni ai fini della verifica del rispetto delle predette prescrizioni da parte della Ditta aggiudicataria.

16. NORME DI SICUREZZA

Oltre a quanto precedentemente specificato,



Il contraente deve ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (nel seguito dell’articolo denominato “*Decreto*”) e nello specifico:

Art. 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili;

Art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

L’applicazione dell’art. 26 comma 1 lettera b del Decreto, riguardante la fornitura di informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad adoperare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sarà assicurata dal responsabile aziendale preposto (o da altro personale da esso specificatamente delegato) Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda.

Il coordinamento e la cooperazione degli interventi ai sensi dell’art. 26 comma 2 del *Decreto* sarà assicurato:

- dal contraente relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dello stesso contraente e di eventuali altre imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi da esso incaricati;
- dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dei soggetti specificati al punto precedente e di eventuali altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi incaricati ad altro titolo dall’Azienda.

Rispetto a quanto sopra, prima della data di decorrenza del contratto d’appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre comunicare i dati necessari per l’elaborazione finale del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) come previsto sempre dall’art. 26 comma 3 del *Decreto*.

Il contraente è tenuto, nell’effettuazione del servizio, all’osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto e all’adozione di tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell’appalto e dei pazienti, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

A tal proposito il contraente potrà richiedere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si trova ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Azienda. Le macchine e le attrezzi utilizzati dalla Ditta nell’espletamento dei servizi devono essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Devono inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa.



Nella predisposizione dell'offerta i partecipanti devono compilare obbligatoriamente l'allegato E - 81 al Disciplinare di gara.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
Sistema nazionale
di alta specializzazione

17. ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria, ferme le sue responsabilità per danni a terzi e/o all'Azienda come specificato al precedente paragrafo 17, dovrà provvedere a stipulare, a proprie spese, idonee polizze assicurative:

- per tutti i danni ai fabbricati, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature, alle merci e a quanto altro utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto;
- per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro derivante dall'attività oggetto dell'appalto e/o da attività complementari o accessorie.

Le somme assicurate e i massimali non devono essere inferiori ad € ,00 (.....).

Le garanzie devono essere operanti anche per i casi di colpa grave dell'Appaltatore e per i casi di dolo e colpa grave delle persone di cui l'Appaltatore deve rispondere.

Le polizze devono prevedere la rinuncia di rivalsa dell'Assicuratore.

Le polizze di assicurazione devono essere prodotte in copia all'Azienda.



18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere ceduto, in toto o in parte, a terzi pena l'annullamento.

19. SUBAPPALTO

L'affidamento del subappalto è regolato dal DLGS 50/2016 e ss.mm. e ii..

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione della fornitura senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Azienda, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l'Azienda sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del presente Capitolato compiute dalla ditta subappaltatrice.

Previa autorizzazione scritta da parte del Committente, è consentito alla Ditta affidare in subappalto l'esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, indicando nell'offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra Committente e Ditta aggiudicataria, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

E' vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto dalla legge. La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Così come previsto dalla vigente legislazione, non ricorrono gli estremi del subappalto e non è necessaria alcuna autorizzazione nel caso di affidamento di attività specialistiche a Ditte terze.

20. REVISIONE PREZZI

Per il primo anno di applicazione contrattuale, i prezzi rimarranno fissi e invariati.

A partire dal 2° anno, la Ditta aggiudicataria potrà richiedere la revisione dei prezzi con l'applicazione dell'indice inflativo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), riferito al mese precedente l'inizio del contratto, in conformità alle disposizioni legislative in materia.

21. ADEGUAMENTI DEL CANONE

Al termine di ciascun anno contrattuale, considerato che, rispetto all'elenco definito in fase di avvio, il parco apparecchiature mediche in uso sarà stato soggetto a variazioni per effetto di :

- o acquisizione di nuove apparecchiature che l'Azienda decida di affidare in gestione alla Ditta aggiudicataria;
- o dismissione e/o messa fuori uso di apparecchiature;
- o scadenza o risoluzione di precedenti contratti di manutenzione su apparecchiature che l'Azienda decida di affidare in gestione alla Ditta aggiudicataria

L'Azienda concorderà con la Ditta aggiudicataria, l'aggiornamento del canone che avrà decorrenza dal primo mese successivo alla verifica.

A tal proposito, si precisa che la gestione delle apparecchiature installate e collaudate dall'Azienda precedentemente alla data di indizione della gara che non fossero state comprese negli elenchi inventariali allegati al Capitolato e delle apparecchiature mediche inserite negli stessi elenchi allegati al Capitolato e dimesse dall'Azienda prima della data di indizione della gara, dovrà essere definita, fra le parti, entro la fase di avviamento del contratto al fine di determinare l'eventuale incidenza delle stesse sul canone annuo, che, come già stabilito, una volta determinato non potrà comunque essere modificato per i primi 12 mesi contrattuali.

In particolare viene stabilito che ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto dell'Appalto :

- le variazioni del parco in aumento saranno attuate, nel caso di apparecchiature di nuova acquisizione, a collaudo avvenuto con decorrenza immediata, oppure, nel caso di apparecchiature già in uso e precedentemente escluse dal contratto, al momento dell'esplicita richiesta dell'Azienda;
- le variazioni in diminuzione saranno attuate sempre con decorrenza immediata al momento dell'avvenuta comunicazione della messa fuori uso da parte dell'Azienda;
- mentre ai fini dell'eventuale aggiornamento del canone dell'appalto, le precedenti variazioni avranno decorrenza dal mese seguente alla variazione.



La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dalla fascia di appartenenza, all'effettuazione delle prestazioni di cui ai punti e), h) ed i) del paragrafo 3 su tutte le apparecchiature di nuova acquisizione senza che ciò dia luogo ad aggiornamento del canone.

L'aggiornamento dell'importo contrattuale avverrà in funzione dei valori di rinnovo delle apparecchiature e delle percentuali attribuite a ciascun "Gruppo ad onerosità manutentiva omogenea", così come specificato nella successiva Tabella:

Gruppo ad onerosità manutentiva omogenea	Percentuale manutentiva
Gruppo A	9,5 %
Gruppo B	7,5%
Gruppo C	6,0 %
Gruppo D	4,5 %
Gruppo E	3,5 %
Gruppo F	2,5 %



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di riferimento nazionale
e di alta specializzazione

22. PREZZO

La Ditta concorrente dovrà rimettere l'offerta così come specificato nel Disciplinare di Gara.

In particolare dovrà specificare il canone complessivo annuale (I.V.A. esclusa) richiesto per l'espletamento dei servizi previsti nel presente Capitolato e di quelli integrativi o aggiuntivi proposti in offerta dalla Ditta concorrente.

I prezzi di offerta devono essere comprensivi di qualunque costo e onere accessorio.

23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire trimestrale e sarà determinata in base a 1/4 del canone annuale di aggiudicazione.

La fattura che dovrà essere accompagnata dalla documentazione attestante le attività svolte, verrà verificata, per regolare esecuzione del servizio reso, dell' UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA.

Il pagamento della fattura verrà effettuato entro il termine dei 60 giorni dal ricevimento della stessa, oltre tale termine l'Azienda riconoscerà gli interessi legali così come definiti dall'Art. 5 D.Lgs 231/2002.

In caso di ritardato pagamento alle scadenze convenute, gli interessi di mora a favore della Ditta fornitrice, calcolati con l'applicazione del tasso legale, saranno corrisposti con le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

L'IVA dovuta per legge resta a carico dell'Azienda.

24. CLAUSOLA SOCIALE (ex art.50 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale (ove previsto dal rispettivo CCNL di categoria).

Si riportano di seguito i dati relativi al personale che attualmente svolge il servizio con l'indicazione del numero delle unità presenti, monte ore, CCNL applicato dall'appaltatore uscente, qualifiche, livelli retributivi, scatti d'anzianità, sede di lavoro ed eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge n°68/1999 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente:

CCNL

- ✓ Nr.1 unità livello qualifica.....livello retributivo.... conscatti anzianità....sede di lavoro.....;
- ✓ Nr.1 unità livello qualifica.....livello retributivo.... conscatti anzianità....sede di lavoro.....;
- ✓ Nr.1 unità livello qualifica.....livello retributivo.... conscatti anzianità....sede di lavoro.....;
- ✓ Nr.1 unità livello qualifica.....livello retributivo.... conscatti anzianità....sede di



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

- lavoro.....;
- ✓ Nr.1 unità livello qualifica....livello retributivo.... conscatti anzianità....sede di lavoro.....;
- ✓ Nr.1 unità livello, qualifica....livello retributivo.... conscatti anzianità....sede di lavoro.....;

Il passaggio di cantiere dovrà essere svolto con modalità che non determinino per l'utenza di questa AORN, per il personale e per gli operatori tutti, alcun disagio o conflittualità, né disservizio di sorta nell'erogazione delle prestazioni.

A tal fine si confida nella leale collaborazione tra la ditta uscente e la ditta subentrante.

LOTTO II	AZIENDA	Monte ore annuo per n°6 operatori	MASSIMALE ANNUO (Iva esclusa e oneri di sicurezza inclusi)	costi annuali di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
LOTTO II	AORN CASERTA	(40h x 52 settimane x n°6 operatori)=12.480 h	Euro ,00	Euro ,00

Il massimale costituisce il valore contrattuale massimo entro il quale la Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare Ordinativi di Fornitura da parte dell'AORN e non è pertanto in alcun modo vincolante per quest'ultima.



25. PENALITÀ

Qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto e questo comporti danni o disservizi all'Azienda, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell'effettiva documentazione da parte dell'Azienda del danno e/o disservizio arrecato.

In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

L'importo massimo di ogni singola penale, nell'arco di ciascun anno contrattuale, dovrà essere commisurato al danno effettivamente provocato e varierà da un minimo di mille euro e un massimo di cinquemila euro.

L'importo complessivo annuo delle penali non potrà essere superiore al 10% del canone annuale dell'Appalto.

L'Azienda in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi tramite comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, dettagliando gli eventi e documentando gli effettivi danni e disservizi subiti dall'Azienda stessa. La Ditta aggiudicataria avrà un tempo massimo di 30 giorni per poter esibire eventuali contro deduzioni.

Solo a seguito di una analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorda tra le parti, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali.

Nel caso di applicazione di penali l'Azienda otterrà il pagamento delle stesse esclusivamente tramite emissione di nota di credito da parte dell'appaltatore per l'importo delle penali applicate. Nel periodo intercorrente l'emissione della nota di credito l'Azienda potrà trattenere quota della rata di canone equivalente all'importo complessivo della penale applicata.



26. MANCATA O RITARDATA EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nei caso in cui la Ditta aggiudicataria non provveda alla corretta erogazione, nei modi e tempi previsti, di attività e prestazioni programmate e richieste, ancorché le stesse non abbiano prodotto danni o disservizi all’Azienda e non siano quindi assoggettabili a penali, l’Azienda applicherà alla Ditta aggiudicataria una detrazione sul canone per gli importi corrispondenti alle quantità non erogate e contestate, qualora, in occasione della relazione periodica di verifica delle attività, le stesse superino il 3% di quelle totali programmate e previste nel periodo, secondo lo schema di seguito riportato:

Manutenzione Correttiva: €200,00 per giorno di ritardo nell’attivazione del servizio,
€100,00 per ogni intervento non eseguito rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato;

Manutenzione preventiva: €50,00 per ogni intervento non eseguito rispetto al programma presentato annualmente;

Verifiche di sicurezza elettrica: €50,00 per ogni intervento non eseguito rispetto al programma presentato annualmente,

Controlli funzionali: €50,00 per ogni intervento non eseguito rispetto al programma presentato annualmente;

Indici prestazionali: € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del sistema.



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione

27. FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga del termine in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



28. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Ditta aggiudicataria non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell'Azienda procedere alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico della Ditta aggiudicataria della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art.1456 c.c. alla risoluzione nei seguenti casi:

- esito sfavorevole del periodo di avvio, indicato al precedente paragrafo 8.1, e sottoposto al giudizio dell'Azienda;
- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte dell'Azienda;
- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della Ditta aggiudicataria di tutto o parte del servizio affidato;
- superamento del tetto massimo di penalità previsto dal paragrafo 26.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, vale a dire tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate alla Ditta aggiudicataria.

Dopo tre contestazioni formali per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte della Ditta aggiudicataria, saranno addebitati alla stessa, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che devono essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra Ditta.

L'esercizio del recesso o della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto devono essere comunicate dall'Azienda alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata a.r. (con denuncia dal ricevimento della comunicazione).

Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alla fornitura ricevuta.

Si precisa che in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. SpA di analoga gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di un contratto del medesimo oggetto e relativo ai medesimi servizi, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della Contraente, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia genere e natura.

39. VARIAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Azienda potrà richiedere variazioni in aumento o in diminuzione della prestazione essenziale originaria purché il valore di dette variazioni sia contenuto entro un quinto dell'importo contrattuale originario.



30. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Per ogni controversia non risolta dalla Commissione paritetica, le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione del Giudice di Pace del Tribunale di Torre Annunziata.

Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti.

31. NORME DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente indicato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e successive modificazioni e integrazioni.

32. ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE

Allegato 1 – “Elenco degli edifici dell’Azienda”

Allegato 2 – “Elenco apparecchiature biomediche”

Allegato 3 – “Elenco dei costi per la Sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso”

Allegato 4 – “Gruppi a onerosità di servizio omogenea”

Allegato 5 – “Materiale di consumo e soggetto ad usura esclusi nell’appalto”

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Descrizione	Tipologia	Punteggi
Struttura organizzativa proposta per l'erogazione dei servizi richiesti: intesa come matrice ruoli/responsabilità, modalità di interazione tra le figure chiave, processi di coordinamento e controllo tra le diverse unità coinvolte nella gestione del servizio, strutture tecniche e logistiche dell'offerente a supporto dell'Azienda messe a disposizione in caso di necessità ecc.	discrezionale	Max 5 punti
Tempi di intervento manutenzione apparecchiature, qualora i predetti tempi possano essere monitorati e rilevati dalla piattaforma informatica gestionale.	SI/NO	5 punti
numero e tipologia di apparecchiature temporaneamente sostitutive (muletti), disponibili entro 24h dal guasto bloccante (per ogni apparecchio aggiuntivo, rispetto al numero previsto nel paragrafo 11.1.2 del capitolato, sarà attribuito un punto)	tabellare	Max 10 punti
N° di corsi formativi specifici su apparecchiature EM critiche (ventilatori polmonari, sistemi di anestesia, ecotomografi, defibrillatori,...), svolti dal personale tecnico, presso le case costruttrici delle stesse - per ogni corso saranno attribuiti 2 punti	tabellare	Max 10 punti
N° di anni di attività del personale tecnico presso aziende ospedaliere di rilievo nazionale/IRCSS/AOU/ASL. Per ogni anno superiore al valore minimo 5 previsto dal capitolato, sarà attribuito 1 punto.	tabellare	Max 5 punti
Numero di contratti che saranno stipulati con case costruttrici, durante la durata dell'appalto, per apparecchiature EM critiche ed ecografi (elencare costruttori e gruppo di appartenenza-cfr. par. 5). Per ogni contratto stipulato sarà attribuito un punto, per ogni contratto stipulato con società costruttrice di ecografi saranno attribuiti 2 punti.	tabellare	Max 10 punti
documentazione procedure attività (con esplicito riferimento ai principi dei Sistemi di Gestione della Qualità, tipo "Vision 2000")	SI/NO	Punti 5
Modalità gestione magazzino e approvvigionamento di parti di ricambio, materiali di consumo e parti soggette ad usura, con indicazione delle procedure adottate per l'acquisizione, l'immagazzinamento e la gestione delle scorte al fine di valutare qualitativamente la filiera dell'approvvigionamento degli stessi.	discrezionale	Max Punti 5
Laboratorio tecnico: tipologia della dotazione di strumentazione di diagnosi e simulatori. Elencare tipologie di analizzatori secondo i dettami delle norme particolari.	tabellare	Max punti 5
Caratteristiche sistema informativo (foto delle diverse apparecchiature), modulo software per la gestione degli Indici di Priorità di Sostituzione (IPS) delle apparecchiature dai dati manutentivi.	SI/NO	Max punti 5
Modalità di marchiatura per il censimento delle apparecchiature EM, degli accessori e in particolare delle ottiche con metodologia tale da non compromettere la certificazione CE (sistema laser-datamatrix)	SI/NO	5 punti
TOTALE		70 punti



Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano

di rilievo nazionale
e di alta specializzazione



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano**

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

u.o.c. Tecnologia Ospedaliera
Direttore: ing. Vittorio E. Romallo

“ELENCO DEGLI EDIFICI DELL’AZIENDA”

Edificio A - uffici amministrativi;

Edificio B - polo didattico e uffici amministrativi;

Edificio C - cardiochirurgia;

Edificio D - dipartimento di medicina;

Edifício E - nefrologia e dialisi;

Edificio F - degenze - corpo centrale;


Edificio H - odontostomatologia/anatomia patologica;

Edificio I - RMN e TC;

Edificio I - Camera Iperbarica;

Edificio N - Dipartimento di Emergenza e Accettazione

Editorial - Dipartimento di Ingegneria



Commissario Straordinario Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santi Anna e San Sebastiano - Caserta

Via Palasciano 81100 - Caserta

Tel. 0823-2136-2459-2470-2665

e-mail: carmine.martano.hao@raserita.it - direzionegenerale@ospedale.cusenza.it

direzioneg...rule@ospedalecasertapec.it

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T004092		/	DEFIBRILLATORE	ZOLL MEDICAL CORP	/	X16A812004
T004093		/	DEFIBRILLATORE	ZOLL MEDICAL CORP	/	X16A812003
T001064		ALLERGOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	EUROPROTEX SRL	076006 STANDARD 72X43	4584
T001065		ALLERGOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	970
T001070		ALLERGOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	967
T001072		ALLERGOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001075		ALLERGOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	23611
T001074		ALLERGOLOGIA	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	DEFIBTECH LLC	LIFELINE AED PLUS	104001707
T001075		ALLERGOLOGIA	CENTRIFUGA	ALC	4235	24-1050
T001076		ALLERGOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	971
T001077		ALLERGOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	106970-M12500180001
T001078		ALLERGOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 200	37393
T005555		AMBULATORIO DI OCULISTICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	REO ITALIA SRL	REOMED 1000	000218
T004839		AMBULATORIO DI OCULISTICA	FRONTIFOCOMETRO	SHIN NIPPON COMMERCE INC	LENSMETER	927607
T002776		ANATOMIA PATOLOGICA	ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	/	
T002777		ANATOMIA PATOLOGICA	ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA	BIO OPTICA MILANO SPA	FORMALIN CABINET 1000	19FC0909205N
T002778		ANATOMIA PATOLOGICA	ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA	BIO-OPTICA MILANO SPA	FORMALIN CABINET 1000	19FC0909205N
T002779		ANATOMIA PATOLOGICA	STAZIONE DI TAGLIO PER CAMPIONI ISTOLOGICI	BIO OPTICA MILANO SPA	TRIMMING PATH 2200	810712199
T002803		ANATOMIA PATOLOGICA	CAPPA ASPIRANTE	ARREDI TECNICI VILLA SPA	/	
T002810		ANATOMIA PATOLOGICA	CAPPA ASPIRANTE	ARREDI TECNICI VILLA SPA	/	
T002811		ANATOMIA PATOLOGICA	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	TECNO GAZ SPA	ANDROMEDA VACUUM CS	
T002812		ANATOMIA PATOLOGICA	STUFA ESSICCATRICE	MPM INSTRUMENTS SRL	M 80 VN	A0004308308
T002813		ANATOMIA PATOLOGICA	PIASTRA RISCALDANTE	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TES 99 600	9015230808
T002814		ANATOMIA PATOLOGICA	CONTENITORE DI PARAFFINA	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TES 99 200	9016470708
T002815		ANATOMIA PATOLOGICA	TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER	LEICA BIOSYSTEMS PTY	PELORIS	0260334A
T002816		ANATOMIA PATOLOGICA	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFINA	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TES 99 410	9016490608
T002817		ANATOMIA PATOLOGICA	BILANCIA ANALITICA	KERN & SOHN GMBH GOTTLIEB	KMB-TM	2912485
T002818		ANATOMIA PATOLOGICA	ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	SAFETYBOX AAF 100	0150
T002819		ANATOMIA PATOLOGICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PRIMED SRL	FC 39 2	FF0243FM0410
T002820		ANATOMIA PATOLOGICA	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFINA	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	COP 20	904724020
T002821		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO	MICROM INTERNATIONAL GMBH	HM 325	
T002822		ANATOMIA PATOLOGICA	BAGNO TERMOSTATICO	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TFB 35	902486026
T002823		ANATOMIA PATOLOGICA	INCUBATORE	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TDO 50	906068020
T002824		ANATOMIA PATOLOGICA	INCUBATORE	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TDO 60	906067020
T002825		ANATOMIA PATOLOGICA	BAGNO TERMOSTATICO	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TFB 35	902487026
T002826		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO	MICROM INTERNATIONAL GMBH	HM 400	
T002827		ANATOMIA PATOLOGICA	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFINA	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	COP 20	904725020
T002828		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO	MICROM INTERNATIONAL GMBH	HM 315	9379
T002829		ANATOMIA PATOLOGICA	BAGNO TERMOSTATICO	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TFB 35	902488026
T002830		ANATOMIA PATOLOGICA	CRYOSTATO	LEICA INSTRUMENTS GMBH	CM 1900	1775
T002831		ANATOMIA PATOLOGICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	AM SLIM 601	30139

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costitutore	Modello	Matricola
T002834		ANATOMIA PATOLOGICA	MONTA VETRINI AUTOMATICO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	CV 5030	520811
T002835		ANATOMIA PATOLOGICA	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	LEICA INSTRUMENTS GMBH	ST 5020	707
T002865		ANATOMIA PATOLOGICA	INCUBATORE	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TDO 50	905485016
T002866		ANATOMIA PATOLOGICA	INCUBATORE	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TDO 50	905480016
T002867		ANATOMIA PATOLOGICA	CAPPA ASPIRANTE	ARREDI TECNICI VILLA SPA	/	
T002868		ANATOMIA PATOLOGICA	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	AUTOSTAINER XL	31474
T002869		ANATOMIA PATOLOGICA	CENTRIFUGA	AUC	4236 A	880334
T002871		ANATOMIA PATOLOGICA	CAPPA BIOLOGICA	BLUEAIR SRL	BLUEBEAM 4	16/99
T002873		ANATOMIA PATOLOGICA	CAPPA ASPIRANTE	ARREDI TECNICI VILLA SPA	/	
T002874		ANATOMIA PATOLOGICA	CAPPA ASPIRANTE	ARREDI TECNICI VILLA SPA	/	
T002875		ANATOMIA PATOLOGICA	INCUBATORE	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TDO 50	0869038
T002876		ANATOMIA PATOLOGICA	AGITATORE DA LABORATORIO	IKA WERKE GMBH & CO KG	IKA RH	343701
T002877		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOSKOP 50	451485
T002878		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH	DM R HC FLUOR	888054
T002885		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	DM 3000	274704
T002887		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	STANDARD 20	71973
T002907		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH	DM LB	248071
T002908		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH	DM LB 100	248072
T003339		ANATOMIA PATOLOGICA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	MO E3521E-STARS	K1180-V300-376
T003877		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	RM 2255	11741
T003878		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	RM 2255	11740
T003879		ANATOMIA PATOLOGICA	MICROTOMO	LEICA INSTRUMENTS GMBH	SM 2010 R	10502
T003925		ANATOMIA PATOLOGICA	BAGNO TERMOSTATICO	MEDITE MEDIZINTECHNIK GMBH	TFB 35	903256091
T005233		ANATOMIA PATOLOGICA	CENTRIFUGA	LABNET INTERNATIONAL INC	PRISM	P6030127
T005234		ANATOMIA PATOLOGICA	INCUBATORE	FALC INSTRUMENTS SRL	THERMOSOCK	R971050
T005235		ANATOMIA PATOLOGICA	ASITATORE DA LABORATORIO	GIORGIO BORMAC SRL	MAX ARGO AB	V2000560
T005236		ANATOMIA PATOLOGICA	TRANSILLUMINATORE	SPECTRONICS CORP	TE-3125	1678196
T005237		ANATOMIA PATOLOGICA	ELETTOFORESI, APPARECCHIO PER	CONSORT NV	EV 245	107433
T002879	T002877	ANATOMIA PATOLOGICA	LAMPADA A FLUORESCENZA	ZEISS CARL	HBO 50	
T002880	T002877	ANATOMIA PATOLOGICA	APPARECCHIO DA LABORATORIO, ALIMENTATORE PER	ZEISS CARL	SNT 12 V	222070
T002883	T002877	ANATOMIA PATOLOGICA	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	ZEISS CARL	MC 80	
T003598	T002877	ANATOMIA PATOLOGICA	TELECAMERA	ZEISS CARL	AXIOCAM MRC 5	208148646
T002881	T002878	ANATOMIA PATOLOGICA	SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO	JVC LTD	TK 1280 E	17017264
T002882	T002878	ANATOMIA PATOLOGICA	FOTOCAMERA DIGITALE	CANON INC	POWERSHOT S 40	4941600784
T002884	T002878	ANATOMIA PATOLOGICA	LAMPADA A FLUORESCENZA	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	/	
T002906	T002878	ANATOMIA PATOLOGICA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	JVC LTD	TM 1700 PN	13732543
T002886	T002886	ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH	DIALUX 20	10372231
T003307	T003307	ANATOMIA PATOLOGICA	STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	IP C	1663
T003308	T003307	ANATOMIA PATOLOGICA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	E 19W-5	YV28049056
T002161		ASSISTENZA NEONATALE	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	DATEX OHMEDA INC	OHIO IWS 2001	HCAY00530
T002177		ASSISTENZA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	IW 934 COSYCAT	020314000445

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002367		ASSISTENZA NEONATALE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002511		ASSISTENZA NEONATALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	HOMECARE SUCTION UNIT	
T002559		ASSISTENZA NEONATALE	FASCIATOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 90 L	070015490003
T002560		ASSISTENZA NEONATALE	FASCIATOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 120B	
T002561		ASSISTENZA NEONATALE	FASCIATOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 90 L	070015490001
T002564		ASSISTENZA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	1770287
T002565		ASSISTENZA NEONATALE	BILANCI PESA NEONATI	SECA CORP	734	
T002568		ASSISTENZA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	1770289
T002570		ASSISTENZA NEONATALE	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	DATEX OHMEDA INC	OHIO IWS 2001	HCAY01583
T002571		ASSISTENZA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	MEDELA AG	038 0111 PHOTOTHERAPY LAMP	1006506
T002572		ASSISTENZA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	MEDELA AG	038 0111 PHOTOTHERAPY LAMP	1008085
T002574		ASSISTENZA NEONATALE	CENTRIFUGA	THERMO ELECTRON CORP IEC	MICRO CL 17	75002495
T002575		ASSISTENZA NEONATALE	BILIRUBINOMETRO	GINEVRI SRL	TWIN BEAM PLUS	761012
T002576		ASSISTENZA NEONATALE	EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER	MAESDEN ELECTRONICS A/S	ACOUSCREEN	31271
T002577		ASSISTENZA NEONATALE	CENTRIFUGA PER MICROEMATOCRITO	ALC	4203 HAEMATOCRIT CENTRIFUGETTE	305100178
T002578		ASSISTENZA NEONATALE	FASCIATOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	ER 128	78610
T002583		ASSISTENZA NEONATALE	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	AMEDA AG	MNC	8P60802
T002582		ASSISTENZA NEONATALE	BILANCI PESA NEONATI	SECA CORP	734	
T002659		ASSISTENZA NEONATALE	ELETROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00G06309
T003227		ASSISTENZA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	AIR SHIELDS INC	ISOLETTE TI 500	WS03144
T003228		ASSISTENZA NEONATALE	SCALDABIBERON	METALCARRELLI SRL	1391	1100/171007
T003380		ASSISTENZA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE COZY	20519
T003432		ASSISTENZA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	RESUSCIFLOW	2190778
T003527		ASSISTENZA NEONATALE	BILANCI PESA NEONATI	SECA CORP	734	1/1 48/98
T004692		ASSISTENZA NEONATALE	CULLA RISCALDATA	/	/	
T004701		ASSISTENZA NEONATALE	BILURUBINOMETRO	GINEVRI SRL	ONE BEAM	1304/07
T004702		ASSISTENZA NEONATALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MEDEL SPA	AC 15 ZEINER	001761
T004703		ASSISTENZA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	GINEVRI SRL	FOTOT. OHIO	046/99
T005393	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	ECOTOMOGRAFO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	S8A 770 A CV APLIO	80H0684258
T005230	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	CP 900 D	
T003231	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	MD 3000	001246M
T003234	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 65 AT	99A0682594
T003235	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 80 BT	99A57Z3840
T003236	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	MCM 1754 TS	AN080617002057
T003260	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 897 D	
T003970	T003193	ASSISTENZA NEONATALE	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 65 AT	99C16X4593
T003666		AUTOPARCO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	SUNRISE MEDICAL LTD DEVILBISS	VACU AIDE 2000 SC73011B	P112211
T005667		AUTOPARCO	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	DEFIBTECH LLC	LIFELINE AED PLUS	104008954
T003750		AUTOPARCO	POMPA A SIRINGA	CAREFUSION CORP	ALARIS GH PLUS	20006883
T003975		AUTOPARCO	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	MINDRAY CO LTD	BENEHEART D3	EL-67027490
T003527		AUTOPARCO	PULSOSSIMETRO	MINDRAY CO LTD	PM 60	CR-55164987

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003890	T003890 AUTOPARCO	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 3000 PLUS	ASKA-0031
T003891	T003890 AUTOPARCO	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	/	K15490503
T000177	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	LIDCO LTD	LIDCO RAPID	8101-09-0727
T001585	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & CSNC	/	
T001873	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	AESCLAP AG & CO KG	AXEL 300	003044
T001921	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	1010570X11194
T002157	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYU-0328
T002183	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOREGISTRATORE PER BICIMMAGINI	GIMMI RUDOLF GMBH	ALPHA DIGIMOTION II	ADM1053
T002185	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MORCELLATORE	STORZ KARL GMBH & CO KG	20711120-1 SCB UNIDRIVE GYN	RZ366234682
T002186	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2235
T002245	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5395227164
T002255	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	M5112800L7
T002258	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	668
T002259	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0515
T002260	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0511
T002261	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0509
T002262	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0516
T002331	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 350	F1550
T002332	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913773-5
T002333	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913772-2
T002334	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYU-0111
T002336	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T002337	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MLX8C3BC80608C0821
T002338	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8 CX / X6 CX	MLX6C3BC080608C0822
T002341	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PARETE ATTREZZATA	METALARREDINOX SPA	06PT009M3	PT07035
T002342	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STRYKER CORP	EHD CONSOLE	DS028-0165
T002343	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MLX8C3BC80608C0819
T002344	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLX03CE080608C0820
T002345	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	46896
T002346	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYL-0113
T002347	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398811855
T002348	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913773-4
T002349	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	652/1299
T002353	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T002354	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PARETE ATTREZZATA	METALARREDINOX SPA	06PT045M2	PT07035
T002355	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913772-7
T002356	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251139570
T002359	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PARETE ATTREZZATA	METALARREDINOX SPA	06PT045M2	PT07034
T002365	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	AESCLAP AG & CO KG	AXEL 300	003043
T002380	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	3427
T002382	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETROBISTURI MONOPOLARE	COOPER SURGICAL INC	LEEP SYSTEM 1000	01051777

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Nome Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T002383	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STORZ KARL GMBH & CO KG	20711020 UNIDRIVE II	EK1002
T002387	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ABLAZIONE ENDOMETRIALE, APPARECCHIO PER	GYNECARE INC	THERMACHOICE	R27186
T002388	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	INSUFFLATORE DI GAS	WOLF-RICHARD GMBH	2232 001 CO2 PNEU HIGH FLOW	2232081
T002390	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398940555
T002392	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	25872
T002393	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS119470B8
T002396	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XL	XF0255
T002397	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 2602	20047
T002398	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS119475B8
T002399	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	40444
T002400	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0500
T002401	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0495
T002402	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0499
T002403	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0495
T002404	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	WOLF-RICHARD GMBH	5512 ENDOCAM MONO CCD	064004
T002405	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	WOLF-RICHARD GMBH	5123 001 AUTO LP	568
T002406	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIDIMMAGINI	SONY CORP	PVM 2053 MD	2006901
T002414	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 300	F1552
T002415	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	BOWA ELECTRONIC GMBH & CO KG	ARC PLUS	90001378
T002416	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	APC 300	B3322
T002425	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYL-0116
T002426	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398876446
T002427	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	540/4/99
T002429	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYL-0114
T002430	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA XL	5395720655
T002431	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK-GMBH	MARLUX X8	MIX8C3B08D608C0817
T002432	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MIX6C3F080508C0818
T002433	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T002434	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 350	D 1175
T002435	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	CONMED LINVATEC CORP	E 9000 G	BBB72606
T002436	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STRYKER CORP	CORE CONSOLE	704317323
T002437	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETTRONIOMIOGRAFO	MAGSTIM CO LTD	NEUROSIGN 100	38120924C
T002438	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	31993
T002439	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOPT	1913773-3
T002440	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOPT	1913772-5
T002441	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOPT	1913772-1
T002442	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001192
T002443	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MIX6C3J080608C0917
T002445	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MIX8C3B080508C0915
T002446	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECAMERA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	SURGICAM DIGITAL	MTVCBZ500108P0918
T002449	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIDIMMAGINI	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	/	MTVF03000008A0920

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Ident.	Reparto	DESCRIZIONE	Costruttore	Modello	Materiale
T002451	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	PM 35/5	0309/81
T002452	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913773-2
T002453	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	BOWA ELECTRONIC GMBH & CO KG	ARC 300	30001165
T002454	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PARETE ATTREZZATA	METALARREDINOX SPA	06PT009M1	PT07031
T002457	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LASER CHIRURGICO A CO2	LUMENIS LTD	COMPACT 40 C	4461587
T002629	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	660
T002630	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PFR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARV1-Q09
T002633	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398537443
T002635	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	41226
T002636	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913772-8
T002637	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PARETE ATTREZZATA	METALARREDINOX SPA	06PT045M2	PT09001
T002638	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	850/01.2001
T002640	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITÀ CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T002645	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	IRRIGATORE	CODMAN & SHURTLEFF INC	MALIS CMC II	705025720
T002646	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 2602	20008
T002647	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS11247488
T002650	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	MEDTRONIC MIDAS REX INC	MIDAS REX LEGEND EHS	FM08120007
T002661	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETTROBISTURI BIPOLARE	CODMAN & SHURTLEFF INC	MALIS BIPOLAR CMC III	3WHP954AV
T002662	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	BOWA ELECTRONIC GMBH & CO KG	ARC 300	30001164
T002663	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 300	B1635
T002664	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913773-5
T002670	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1413
T002671	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0510
T002672	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0517
T002673	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0507
T002674	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0518
T002675	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1300
T002676	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LITOTRITORE ENDOSCOPICO	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	SWISS LITHOCLAST MASTER FT 128 W	BC01024
T002678	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITÀ CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T002679	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2001	H3142B
T002680	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0497
T002681	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0491
T002682	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0498
T002683	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0492
T00274	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULSE ONE	110PT-06C0062
T002785	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI PENTERO MULTIVISION NEU 380	6631402257
T002786	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE	MEDTRONIC NAVIGATION	STEALTHSTATION AXIEM S7	4501344312
T002787	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	MEDTRONIC MIDAS REX INC	MIDAS REX LEGEND EHS	P04184914 V01
T002789	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	ZEPPELIN MEDIZINTECHNIK GMBH	NEURO LIGHT	Z10001028
T002847	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1011703.02
T002849	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARV1-Q09

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola	
T002850	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	S3898934749	
T002851	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	PM 35/S	0708	
T002856	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PARETE ATTREZZATA	METALARREDINOX SPA	06PT045M2	PT09002	
T002857	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENTKOFT	1913773-8	
T002858	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENTKOFT	1913772-8	
T002859	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MLXSC3B100609C0018	
T002860	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLXSC3F100609C0023	
T002861	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	VIVIAM SRL	/		
T002863	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	MOVI SPA	RACK W	514/9	
T003109	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	PM 35/S	0608/84	
T003110	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA FRONTALE	STORZ KARL GMBH & CO KG	095501		
T003112	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITA' PER LA PULIZIA DELLE LENTI	STORZ KARL GMBH & CO KG	40334101 CLEARVISION II	UZ00653	
T003114	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	CONMED LINVATEC CORP	E 9010	3800	
T003213	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FLUSSO DI ARIA LAMINARE ULTRAPULITO, TAVOLO PORTASTRUMENTI	TOUL MEDITECH AB	TOUL 300 PORTAFERRI	230-2105	
T003214	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FLUSSO DI ARIA LAMINARE ULTRAPULITO, TAVOLO PORTASTRUMENTI	TOUL MEDITECH AB	TOUL 300 PORTAFERRI	230-2113	
T003215	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FLUSSO DI ARIA LAMINARE ULTRAPULITO, TAVOLO PORTASTRUMENTI	TOUL MEDITECH AB	TOUL 300 PORTAFERRI	230-2104	
T003216	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	UNITA' BASE PER TESTIERA	INTEGRA NEUROSCIENCES CORP	MAYFIELD 360 A 2009	114	
T003217	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEPIGARD 5000	101997001115	
T003221	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	BOLLITORE	CBM SRL	313N	742	
T003303	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	BOWA ELECTRONIC GMBH & CO KG	ARC 350	35001751	
T003476	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MEDICAPTURE INC	MEDICAP USB 300	3112194	
T003496	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAPAROSCOPIO	WOLF RICHARD GMBH	8934 441 PANOVIEW PLUS	316869	
T00502	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA S3000 A	13B	
T003592	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO OTOLOGICO	BIOMEDICAL DENTAL SA	E 922 ORL	04J002	
T003793	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	VANTO M	645	
T004144	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PULSOSIMMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	11PA-08C-0074	
T004518	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STRYKER CORP	CORE CONSOLE	1229900073	
T004803	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FLUSSO DI ARIA LAMINARE ULTRAPULITO, GENERATORE	TOUL MEDITECH AB	OPERIO MOBILE	3029	
T002837	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	RADIOBISTURI	GYNECARE INC	VERSAPPOINT II	GY1121470	
T002181	T002181	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV SC	P002939
T002182	T002181	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECAMERA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	AR T12E	P003129
T002253	T002254	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	SORDINA SPA	MT 8 MULTIDISCIPLINARE	
T002339	T002339	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	SORDINA SPA	MT 8 MULTIDISCIPLINARE	12654
T002340	T002339	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	SORDINA SPA	MT 8 MULTIDISCIPLINARE	000132
T002350	T002349	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1246
T002351	T002349	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1301
T002365	T002370	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	SVO 9500 MDP	404130
T002370	T002370	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECAMERA	ILO ELECTRONIC GMBH	AMPLICAM DIGITAL S	2810-11259
T002372	T002371	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CONSOLLE DI COMANDO	SIEMENS AG	1P-3777930 G 5435	02994507

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Riporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Materiale
T002373	T002371	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SIEMENS AG	8066 M 44 2	8052425
T002374	T002371	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SIEMENS AG	8066 M 44 2	8052416
T002376	T002375	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CONSOLE DI COMANDO	SIEMENS AG	1P 3777880 G 5435	02992307
T002377	T002375	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SIEMENS AG	8066 M 44 2	8122871
T002378	T002375	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SIEMENS AG	8066 M 44 2	8052758
T002409	T002381	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MTH R MEMORY DIGITAL	Z6031
T002410	T002381	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP.	UP 970 AD	
T002411	T002381	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CATENA TV	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MMM 17 AB	AN010622001028
T002412	T002381	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CATENA TV	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MMM 17 AB	AN010622001052
T002428	T002427	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1080
T003698	T002427	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECOMANDO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T003442	T002435	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	CONMED LINVATEC CORP	E 9010	LAA00583
T002448	T002447	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	GIMMI RUDOLF GMBH	ALPHA DIGIMOTION II	ADM1037
T002450	T002447	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECAMERA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	/	
T002631	T002631	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MLXBC3B100609C0020
T002632	T002631	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MLXCBP100603C0008
T002639	T002638	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	554
T002643	T002643	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	HEINE OPTOTECHNIK	HK 6000	13162
T002649	T002648	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PM 8060 VITARA	SRML-0089
T002650	T002648	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	AB40270	ARNB-0020
T003843	T002660	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	/	/	/	15J3046
T002667	T002667	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CONSOLE DI COMANDO	LIEBEL FLARSHEIM CORP	ANGIOMAT 6000	5968237
T002668	T002667	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	INIESSORE ANGIOGRAFICO	LIEBEL FLARSHEIM CORP	ANGIOMAT 6000	560484228
T004195	T002787	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	MEDTRONIC MIDAS REX INC	MIDAS REX	1781074
T002791	T002790	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CATENA TV	GE HEALTHCARE	1K X 1K WORKSTATION	
T002792	T002790	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CONSOLE DI COMANDO	GE-OEC MEDICAL SYSTEMS INC	9800 VASCULAR	82 2082
T002848	T002847	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	4160
T003210	T003281	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MANIPOLO	DE GIORGI CARLO SRL	S75/1	H2ST12DG006
T003284	T003282	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MICROSCOPIO OPERATORIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	M 525 F20	150612002
T003264	T003284	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PLANAR SYSTEMS INC	PT 191 MU	A595952ADA21K0023
T003282	T003284	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	F20	140612002
T003283	T003284	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	HD C100	110612001
T003285	T003284	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	FIMI SRL	E191HC	AN001211000255
T003406	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 261 H	7359465
T003407	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV S40 PIUS	7227166
T003408	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOPROCESSORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV S7 PRO	7278159
T003409	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECAMERA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV S7 PRO HD 12E	7232863
T003410	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEO LAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 53005 A	6416584
T003411	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MEDICAPTURE INC	MEDICAP USB 200	Z112495
T003412	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	UHI 3	7336138
T003413	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP2	2150957

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T003414	T003408	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 50012 A HD ENDOEYE	616607
T003415	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 261 H	7359483
T003416	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV S40 PLUS	7227159
T003417	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOPROCESSORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV S7 PRO	7277984
T003418	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TELECAMERA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV S7 PRO HD 12E	7232868
T003419	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 53005 A	641974
T003420	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MEDICAPTURE INC	MEDICAP USB 200	2112478
T003421	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	UHI 3	7226146
T003422	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCIPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP2	21303532
T003423	T003417	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 50012 A HD ENDOEYE	616626
T003922	T003922	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PEDALIERA	/	/	14968
T004079	T003922	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	TRAPANO OTOLOGICO	MEDTRONIC XOMED INC	30 55601 SKEETER ULTRA LITE OTO TOOL	SK-9650
T003923	T003923	BLOCCO OPERATORIO 6 PIANO	PEDALIERA	/	/	8776
T003697	T002638	BLOCCO OPERATORIO DEA 6 PIANO	TELECOMANDO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T003964	T002638	BLOCCO OPERATORIO DEA 6 PIANO	TELECOMANDO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	/	/
T003792	T003793	BLOCCO OPERATORIO DEA 6 PIANO	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	VANTO	1071
T003794	T003793	BLOCCO OPERATORIO DEA 6 PIANO	TELECOMANDO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	/	0823
T001268		CARDIOCHIRURGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 4735 A HEARTSTART XL	US00113857
T001269		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 4000	E2D14555G
T001270		CARDIOCHIRURGIA	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & CSNC	/	
T001271		CARDIOCHIRURGIA	ELETTROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00604501
T001281		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001282		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001283		CARDIOCHIRURGIA	ELETTROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00604956
T001284		CARDIOCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 103	6796
T001285		CARDIOCHIRURGIA	LAVAGGIO E DISINFEZIONE APPARECCHIO PER	METALARREDINOX SPA	LP IN SD	1036117
T001286		CARDIOCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 103	6798
T001288		CARDIOCHIRURGIA	ELETTROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00604949
T001323		CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	BERCHTOLD GMBH & CO KG	CHROMOPHARE D 300 MOBIL	515651
T001324		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001325		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001326		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001327		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001328		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001329		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001330		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001331		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001332		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001333		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001334		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001335		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Destinazione	Costruttore	Modello	Matricola
T001336		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001337		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001338		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001339		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001340		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001341		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001459		CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI; BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	10137/05.02
T001471		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010249061371
T001472		CARDIOCHIRURGIA	TROMBOELASTOGRAFO	HAEMOSCOPE CORP	CTEG 5000	0911-2862-MVB
T001473		CARDIOCHIRURGIA	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR FM	71682
T001474		CARDIOCHIRURGIA	PRODUTTORE DI GHIACCIO	CF DI CIRÒ FIOCCHETTI & CSNC	B 65 W	MA202507-22
T001475		CARDIOCHIRURGIA	POMPA DI INFUSIONE	IMPELLA CARDIO SYSTEMS GMBH	IMPELLA PURGER TYPE05001	219
T001478		CARDIOCHIRURGIA	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	MEDTRONIC INC	BIO CONSOLE 550	8314
T001479		CARDIOCHIRURGIA	SCAMBIATORE DI CALORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	16-02-80 BT	16510192
T001480		CARDIOCHIRURGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRÒ FIOCCHETTI & CSNC	MEDIKA 120 1P	39615
T001483		CARDIOCHIRURGIA	EMOVELOCIMETRO	DATASCOPE CORP	IABP DOPPLER	0154010001
T001493		CARDIOCHIRURGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	ARSK0149
T001495		CARDIOCHIRURGIA	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	52808
T001501		CARDIOCHIRURGIA	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR FM	71693
T001503		CARDIOCHIRURGIA	EMOSSIMETRO	MEDTRONIC INC	BIOTREND	M3437
T001504		CARDIOCHIRURGIA	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	MEDTRONIC INC	BIO CONSOLE 550	8205
T001505		CARDIOCHIRURGIA	SCAMBIATORE DI CALORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	16-02-80 BT	16510192
T001507		CARDIOCHIRURGIA	CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMA PER	MAQUET CARDIOPULMONARY AG	JOSTRA ROTAFLOW	93201105
T001510		CARDIOCHIRURGIA	COAGULOMETRO	MEDTRONIC INC	HEPCON HMS PLUS	9000598
T001512		CARDIOCHIRURGIA	FORTE E LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	LUXTEC CORP	LX 360 T	F923024
T001515		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3200G
T001517		CARDIOCHIRURGIA	TELECAMERA	/	/	
T001522		CARDIOCHIRURGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6110	0601061
T001523		CARDIOCHIRURGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6310	0701011
T001524		CARDIOCHIRURGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6310	0701015
T001525		CARDIOCHIRURGIA	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STRYKER CORP	EHD CONSOLE	211200613
T001526		CARDIOCHIRURGIA	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	VALLEYLAB INC	FORCE FX 8 C	F2C21118A
T001530		CARDIOCHIRURGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 4735 A HEARTSTART XL	US00113850
T001531		CARDIOCHIRURGIA	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	VALLEYLAB INC	FORCE FX 8 C	F2C21115A
T001532		CARDIOCHIRURGIA	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STRYKER CORP	EHD CONSOLE	211200623
T001533		CARDIOCHIRURGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6310	0701012
T001534		CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA SCIALITICA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	AR5H0115
T001535		CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA SCIALITICA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	ARSH0114
T001577		CARDIOCHIRURGIA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18422612
T001579		CARDIOCHIRURGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6310	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T001580		CARDIOCHIRURGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6110	0601060
T001584		CARDIOCHIRURGIA	COAGULOMETRO	MEDTRONIC INC	HEPCON HMS PLUS	9000623
T001587		CARDIOCHIRURGIA	BISTURI AD ULTRASUONI	USSC UNITED STATES SURGICAL CORP	AUTO SONIX	AS2068
T001588		CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010249061872
T001589		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3198G
T001590		CARDIOCHIRURGIA	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	SUPER FREEZER ECO 70	22735
T001591		CARDIOCHIRURGIA	SCAMBIAZIO DI CALORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	16-02-80 BT	16510132
T001595		CARDIOCHIRURGIA	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	MEDTRONIC INC	BIO CONSOLE 550	8208
T001597		CARDIOCHIRURGIA	COAGULOMETRO	MEDTRONIC INC	HEPCON HMS PLUS	9000543
T001598		CARDIOCHIRURGIA	AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER	HAEMONETICS CORP	CELL SAVER 5	97F135
T001601		CARDIOCHIRURGIA	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATICI SRL	MINIRO H NET	484
T001602		CARDIOCHIRURGIA	AUTOCLAVE	COLUSSI SRL	U 62 NE	7169
T001603		CARDIOCHIRURGIA	AUTOCLAVE	COLUSSI SRL	U 42 NE	6901
T001604		CARDIOCHIRURGIA	STERILIZZAZIONE CHIMICA, APPARECCHIO PER	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	STERRAD 100 S	026870
T001605		CARDIOCHIRURGIA	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATICI SRL	MINIRO H NET	483
T001606		CARDIOCHIRURGIA	RISCALDATORE DI PROVETTE	3M	ATTEST 123	235578
T001607		CARDIOCHIRURGIA	CARICABATTERIE ELETROMEDICALE	STRYKER CORP	STRYKER SYSTEM 4	0211906683
T001608		CARDIOCHIRURGIA	INCUBATORE	3M	ATTEST 193	302309
T001610		CARDIOCHIRURGIA	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	SMEG SPA	GW 5050 H	Q32550073
T001720		CARDIOCHIRURGIA	PULSOSIMMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	
T002046		CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	882800	206
T002234		CARDIOCHIRURGIA	PRODUTTORE DI GHIACCIO	SIMAG	SD 22	230501
T002587		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	PVM 14NS MDE	6013411
T002992		CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, RASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2010/09/02
T002997		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10094
T002998		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10099
T002999		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10081
T003000		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10101
T003001		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10093
T003002		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10095
T003003		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 9255
T003004		CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 9254
T003005		CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORIO A PIANI, CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T003006		CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORIO A PIANI, CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T003007		CARDIOCHIRURGIA	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	CF 800	ARRM-0003
T003011		CARDIOCHIRURGIA	PRODUTTORE DI GHIACCIO	SIMAG	SPR 80	MA20246922
T003032		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L256000765
T003138		CARDIOCHIRURGIA	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR FM	72050
T003233		CARDIOCHIRURGIA	CARDIOTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019152P
T003266		CARDIOCHIRURGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	SIGURZ KARL GMBH & CO KG	20181501 XENON NOVA 175	CG13670

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T003267		CARDIOCHIRURGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20131501 XENON NOVA 175	CG13638
T003305		CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019149P
T003309		CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019150P
T003310		CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019142P
T003314		CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019151P
T003315		CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019145P
T003355		CARDIOCHIRURGIA	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 305	A0042
T003367		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELLINE	TRAM	D2TW2441G
T003368		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELLINE	TRAM	D2TW2689G
T003369		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELLINE	TRAM	D2TW2507G
T003383		CARDIOCHIRURGIA	STERNOTOMO	STRYKER CORP	STERNUM SAW	02091-03763
T003571		CARDIOCHIRURGIA	SISTEMA PASSAMALATI	SAVIR SPA	MOBILIZER 3	110/13
T003575		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412538GA
T003576		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412539GA
T003577		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412532GA
T003579		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412533GA
T003580		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412535GA
T003581		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412537GA
T003582		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412535GA
T003583		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412530GA
T003584		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412531GA
T003585		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412541GA
T003586		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412540GA
T003587		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412542GA
T003588		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412543GA
T003589		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412544GA
T003590		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMETTENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE T4	SFY13412545GA
T003591		CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA, UNITA' RICEVENTE PER	GE HEALTHCARE	APEX PRO CH	R1W13292533GA
T003634		CARDIOCHIRURGIA	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0260
T003885		CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	PROCARE B 40	SKZ16220026WA
T005126		CARDIOCHIRURGIA	PULSOSSIMETRO	NELLCOR PURITAN BENNETT INC	N 560 OXIMAX	011108030198
T001273	T001273	CARDIOCHIRURGIA	ECOTOMOGRAFO	ACUSON CORP	SEQUOIA 512	USS9660071
T001274	T001273	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	SIEMENS AG	/	
T001275	T001273	CARDIOCHIRURGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	P 91	0029248
T001276	T001273	CARDIOCHIRURGIA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	SVO 9500 MDP	452281
T001277	T001273	CARDIOCHIRURGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	CP 900 E	0002631
T001280	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	ACUSON CORP	3V2C	23005905
T003195	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	ACUSON CORP	8LS	61407909
T003433	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	ACUSON CORP	4V1C	60801106
T003628	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA TRANSESOFAGEA	ACUSON CORP	VSMS TEE	41596349
T003969	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA TRANSESOFAGEA	SIEMENS AG	TE V5ME	649502373

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T004084	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA TRANSSESOFAGEA	SIEMENS AG	V5MS TEE	64409527
T004174	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	ACUSON CORP	4V1C	73727025
T004215	T001273	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	ACUSON CORP	V5M	80110038
T001312	T001314	CARDIOCHIRURGIA	MIXER PER SEGNALI	BELKIN CORP	EXPAND VIEW	910143455
T001313	T001314	CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA, UNITA' RICEVENTE PER	MATSUYAMA ELECTRONICS SPA	CQ134	
T001316	T001314	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	SAMSUNG ELECTRONICS	SYNCMASTER 943 NW	
T001450	T001469	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2159
T001529	T001469	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2231
T001497	T001499	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2230
T001498	T001499	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T001499	T001499	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1009/09.02
T001502	T001506	CARDIOCHIRURGIA	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	28S2274
T003458	T001506	CARDIOCHIRURGIA	MISCELATORE ARIA-OSSIGENO	SECHRIST INDUSTRIES INC	/	47139
T003460	T001506	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055843
T003462	T001506	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055841
T003463	T001508	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1059104
T001513	T001515	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3476G
T001519	T001519	CARDIOCHIRURGIA	UNITA' DI CONTROLLO PER TELECAMERA STEREO	STEPHAN PASCHKE	RC4VS	1117
T001520	T001521	CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA SCIAUTICA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	ARSH0116
T001521	T001521	CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA SCIALITICA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	ARSH0111
T001574	T001574	CARDIOCHIRURGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	LUXTEC CORP	LX 300 T	92202
T001576	T001574	CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA FRONTALE	LUXTEC CORP	AX 1380 BIF ULTRALITE PLUS SWEATBAND	A21110
T001581	T001581	CARDIOCHIRURGIA	EMOFLUSSIMETRO	MEDI STIM AS	BUTTERFLY	424
T001582	T001581	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISO PER BIOIMMAGINI	ELO TOUCH SYSTEMS INC	ET 1225 L-75WC-1	E554118T021100266
T003499	T001585	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001665
T001590	T001589	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3479G
T001598	T001591	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001601
T001591	T001591	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3467G
T001593	T001596	CARDIOCHIRURGIA	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	28S2348
T001596	T001596	CARDIOCHIRURGIA	CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMA PER	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	S.3	4352702
T003459	T001596	CARDIOCHIRURGIA	MISCELATORE ARIA-OSSIGENO	SECHRIST INDUSTRIES INC	3 T	47142
T003461	T001596	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055878
T003464	T001596	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055873
T003465	T001596	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055874
T003466	T001596	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055842
T003468	T001596	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	1055875
T001514	T001629	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001619
T001527	T001672	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3467G
T003493	T002992	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T002994	T002992	CARDIOCHIRURGIA	TAVOLO OPERATORICO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2232

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003010	T003010	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	MEDTRONIC INC	560 BIO CONSOLE	560B101307
T003070	T003010	CARDIOCHIRURGIA	SENSORE	MEDTRONIC INC	LS 100	12116588
T003072	T003010	CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA GENERICA	MEDTRONIC INC	95162-002	U0644
T003074	T003010	CARDIOCHIRURGIA	TRASDUTTORE	MEDTRONIC INC	TX-50	E7393
T003076	T003010	CARDIOCHIRURGIA	MODULO ACQUISIZIONE DATI	MEDTRONIC INC	95120-003	TS452
T003069	T003111	CARDIOCHIRURGIA	SENSORE	MEDTRONIC INC	LS 100	1216688
T003071	T003111	CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA GENERICA	MEDTRONIC INC	95162-002	U0634
T003073	T003111	CARDIOCHIRURGIA	TRASDUTTORE	MEDTRONIC INC	TX-50	E7389
T003075	T003111	CARDIOCHIRURGIA	MODULO ACQUISIZIONE DATI	MEDTRONIC INC	95120-003	TS459
T003111	T003111	CARDIOCHIRURGIA	POMPA SANGUE	MEDTRONIC INC	560 BIO CONSOLE	560B101297
T003719	T003719	CARDIOCHIRURGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	/	/	300-02012
T003862	T003863	CARDIOCHIRURGIA	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD CO	LASERJET PRO 400 M451DN	CNFF278682
T003863	T003863	CARDIOCHIRURGIA	ECOTOMOGRAFO	GE HEALTHCARE	VIVID E9	10389VE9
T003864	T003863	CARDIOCHIRURGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D898 MD	7107207
T003865	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	GE HEALTHCARE	4V-D	200481PD1
T003865	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	9L-D	009374V98
T003867	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA	GE HEALTHCARE	/	202895109
T003869	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA	GE HEALTHCARE	/	160836PD9
T004076	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA TRANSESOFAGEA	GE HEALTHCARE	6VT-D	208683
T005140	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	M55C-D	211447YP8
T005269	T003863	CARDIOCHIRURGIA	SONDA TRANSESOFAGEA	GE HEALTHCARE	6VT-D	213194
T004431	T004431	CARDIOCHIRURGIA	CENTRALE MONITORAGGIO	GE HEALTHCARE	CARESCAPE CENTRAL STATION	F182700015A
T004432	T004431	CARDIOCHIRURGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	MULTISYNC EA273WM	7X305659NW
T004433	T004431	CARDIOCHIRURGIA	TELEMETRIA, UNITA' RICEVENTE PER	GE HEALTHCARE	CARESCAPE TELEMETRY SERVER MP 100R	SEE18320028SA
T000898		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	56140934
T000899		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	KETTLER AG	ERGOMETER CX 1	-11C
T000900		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	KETTLER AG	ERGOMETER AX 1	
T000901		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	KETTLER AG	ERGOMETER AX 1	
T000903		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	MONARK EXERCISE AB	ERGOMEDIC 828 E	
T000904		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	PEDANA A NASTRO MOBILE	ICON HEALTH & FITNESS ITALIA SPA	PROFORM 590 HR	N52141437
T000905		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	MONARK EXERCISE AB	ERGOMEDIC 828 E	
T000906		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	MONARK EXERCISE AB	ERGOMEDIC 828 E	
T000907		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	MONARK EXERCISE AB	ERGOMEDIC 828 E	
T000908		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	MONARK EXERCISE AB	ERGOMEDIC 828 E	
T000909		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ELETTROCARDIOGRAFO	PSAOTE SPA	P 80 BASE	9505
T000953		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFGARD 5000	101997001946
T000954		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T001248		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	HEWLETT PACKARD CO	M 1770 A PAGE WRITER 200 I	CNC4227634
T001249		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ELETTROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 100	CND4343971
T001260		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	36140939
T001261		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KMV APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1201	26323

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T001252		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	36140935
T001263		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NC 103	7170
T001267		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SANIX SRL	SOUIX SX 50	7542
T001291		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001292		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001293		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001294		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001295		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001296		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001297		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001298		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001299		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001300		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001301		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001302		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001303		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001304		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001305		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001306		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001307		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001308		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001309		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001310		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001319		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DIAFANOSCOPIO	/	/	5264P
T003012		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 1770 A PAGE WRITER 300 PI	CND4944966
T003014		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DEFIBRILLATORE MANUALE	ESAOTE SPA	MDF PLUS	1010133401
T003015		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ELETROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1772 A PAGE WRITER 100	CND4943963
T003016		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251133954D
T003322		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001985
T003557		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J1051F1782
T003595		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	PULSOSSIMETRO	EDAN INSTRUMENTS INC	H 100 N	316026M12504870005
T003897		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J1051R1576
T005164		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T005166		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T005173		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 10411	6895
T005188		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DR MACH GMBH & CO	MAKROLUX	02/0139
T005170		CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 20 SX	
T00933	T00933	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ECOCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 2424 A SONOS 5500	US97805059
T00934	T00932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	HEWLETT PACKARD CO	DR 5315	2090-0542
T00934	T00932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	PANASONIC	AG MD 830 E	
T00935	T00932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 5000 P	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T000937	T000932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	HEWLETT PACKARD CO	21330 A	US9730355
T003434	T000932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	39645
T003623	T000932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	11-3L	US40470799
T003735	T000932	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	21330 A	US97310652
T000940	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ECOTOMOGRAFO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	SSA 770 A CV APILO	CVH0654116
T000941	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	MCM 1754 TS	AN030546001542
T000942	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP-21 MD	79684
T000943	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	MD 3000	
T000944	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 897 D	
T000946	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLT 704 AT	A2602440
T003596	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 30 BT	A4613311
T003971	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 50 AT	99A1734306
T004086	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	APC AMERICAN POWER CONVERSION CORP	SMART UPS 2002	AS170141638
T005169	T000940	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 30 BT	99B1635941
T000950	T000950	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	ANALISI SFORZO, SISTEMA PER	SCHILLER AG	CARDIOVIT CS 200 ERGO SPIRO	030.02101
T000951	T000950	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR PER COMPUTER	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	150 B	CX080316856489
T000952	T000950	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	PEDANA A NASTRO MOBILE	MEDICAL GRAPHICS CORP	TRACKMASTER TMX 425	6751
T000955	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	221 T	AU1A0943005251
T000957	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MCMD 02 AA	4555-512-27131
T000958	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	
T000959	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	MD 3000	
T000961	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	S 8	02J4ZZ
T003341	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA TRANSESOFAGEA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	21369 A	02QBYK
T003937	T000956	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	S 3	BORHYB
T005171	T002822	CARDIOLOGIA RIABILITATIVA	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	GEHEALTH ARE	4V-D	156323PD8
T001711		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ECAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E12S1133861D
T001724		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001725		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001764		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001765		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001766		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001767		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001768		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001769		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001770		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001771		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T004356		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTI SPA	346940HICU	0120
T004357		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTI SPA	346940HICU	0123
T004358		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTI SPA	346940HICU	0122

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Repporto	Descrizione	Cosrtuttore	Modello	Matricola
T004359		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345940HICU	0121
T004373		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 140 ECT-F TOUCH	65764
T005196		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	MAXI	TL 1087
T005197		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	MAXI	TL 1086
T005198		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	MAXI	TL 1088
T005199		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DUNE SRL APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	MAXI	TL 1089
T005200		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 35 PFX	
T005204		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 35 PFX	
T005205		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 35 PFX	
T005206		CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 35 PFX	
T001726	T003136	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	AQUALIS SRL	COOLER MASTER	1111034
T004212	T003136	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	E 19W-5	YV28154306
T003810	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD CO	LASERJET PRO 400	CNFF279621
T003811	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	REGISTRATORE SU CARTA	SONY CORP	/	7105505
T003812	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	SONDA TRANSESOFAGEA	GE HEALTHCARE	6V-T-D	206010
T003813	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	6S-D	160768PD8
T003814	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	4 V-D	200467PD1
T003815	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	9L-D	002478WP5
T003816	T003816	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	ECOTOMOGRAFO	GE HEALTHCARE	VIVID E9	10287V6A
T000918		CENTRALE OPERATIVA 118	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	ZOLL MEDICAL CORP	M SERIES	T09H114150
T000919		CENTRALE OPERATIVA 118	DEFIBRILLATORE	ZOLL MEDICAL CORP	PDMA 9	T04C56633
T000920		CENTRALE OPERATIVA 118	DEFIBRILLATORE	ZOLL MEDICAL CORP	PDMA 9	T02F35041
T000921		CENTRALE OPERATIVA 118	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	19323439
T000924		CENTRALE OPERATIVA 118	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	GERATHERM MEDICAL AG	OP SET COMFORT TIPO 1	170403100
T004028		CENTRALE OPERATIVA 118	PULSODISSEGMETRO	/	/	IVC3C1609004
T002951	T003951	CENTRALE OPERATIVA 118	COMPRESSORE CARDIACO	JOLIE A8	LUCAS 2	2015F518
T003952	T003951	CENTRALE OPERATIVA 118	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	/	/	013554
T002182		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002083		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002189		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002193		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	/	/	/
T002191		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002192		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002193		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002194		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002195		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002196		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002197		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002198		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002199		CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 3000	13EH8238G
T002200		CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	BATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS11948288

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reperto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002201		CHIRURGIA D'URGENZA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345900	0402
T002202		CHIRURGIA D'URGENZA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001191
T002203		CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114600A8
T002204		CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114596A8
T002205		CHIRURGIA D'URGENZA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345900	0399
T002206		CHIRURGIA D'URGENZA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345900	0401
T002207		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002208		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002209		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002210		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002211		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002212		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002213		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002214		CHIRURGIA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002215		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	CARILEX MEDICAL GMBH	DUAL	2805753
T002216		CHIRURGIA D'URGENZA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345900	400
T002217		CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114591B8
T002218		CHIRURGIA D'URGENZA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002219		CHIRURGIA D'URGENZA	ELETTROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00606317
T002220		CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 3000	C4EH5945G
T002223		CHIRURGIA D'URGENZA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	17679205
T002227		CHIRURGIA D'URGENZA	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	ORTHOFIX INC	AV IMPULSE SYSTEM 6000	58753
T002228		CHIRURGIA D'URGENZA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	AM SLIM 601	39620
T002230		CHIRURGIA D'URGENZA	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	FUMAGALLI SRL	PROFESSIONALIFT	815030
T002231		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	CARILEX MEDICAL GMBH	DUAL	28097761
T002232		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	CARILEX MEDICAL GMBH	DUAL	28111691
T002295		CHIRURGIA D'URGENZA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002298		CHIRURGIA D'URGENZA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DR MACH GMBH & CO	MAKROLUX	1101085012
T003190		CHIRURGIA D'URGENZA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	HEINE OPTOTECHNIK	HK 6000	13167
T003245		CHIRURGIA D'URGENZA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J1051F0324
T003825		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	CARILEX MEDICAL GMBH	DUAL	28097754
T004578		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6800A417010700
T004579		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6600A417010853
T004580		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6600A417012539
T004581		CHIRURGIA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	Biomatrix	/	5742
T001436	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	105069
T002292	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	ECOTOMOGRAFO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	SSA 550 A NEMIO	GM-05540A2Z
T002293	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLM 805 AT	TDA08Z2001
T002294	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PVN 375 AT	TDA08Y4393

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002296	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	CP 800 D	
T002297	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	SVO 9500 MDP	
T002298	T002292	CHIRURGIA D'URGENZA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLM 805 AT	TDA165264
T002299	T002299	CHIRURGIA D'URGENZA	PLETISMOGRAFO	MICROLAB ELETTRONICA SAS	ANGIOFLOW	
T002300	T002299	CHIRURGIA D'URGENZA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	/	/	20211991JK
T002301	T002299	CHIRURGIA D'URGENZA	REGISTRATORE SU CARTA	EPSON	STYLUS C 80	
T002302	T002299	CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	105 S	
T002303	T002299	CHIRURGIA D'URGENZA	CARRELLO ELETTRIFICATO	MICROLAB ELETTRONICA SAS	/	
T003205	T003205	CHIRURGIA D'URGENZA	CENTRALE MONITORAGGIO	DATASCOPE CORP	PANORAMA	EU118451B8
T003206	T003205	CHIRURGIA D'URGENZA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	HANNSPREE INC	HQ 191 D	836HN3XY00814
T003717	T003717	CHIRURGIA D'URGENZA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	SURGITEL	XLS-300	300-02011
T003720	T003719	CHIRURGIA D'URGENZA	LAMPADA FRONTALE	SUNOPTICS TECHNOLOGIES	DRH 110 B	8348448
T000382		CHIRURGIA GENERALE	Elettrocardiografo	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00604498
T000383		CHIRURGIA GENERALE	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	110PA 0710004
T000389		CHIRURGIA GENERALE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33284
T000394		CHIRURGIA GENERALE	LAMPADA SCIALITICA CARRELATA	BERCHTOLD GMBH & CO KG	CHROMOPHARE D-BIG MOBIL	K17521
T000651		CHIRURGIA GENERALE	POLTRONA PER TERAPIA	PROMOTAL	3181	1124689
T004924		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2758
T004925		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2888
T004929		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2794
T004932		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2883
T004933		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2756
T004937		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2759
T004938		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2891
T004942		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2784
T004943		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2867
T004952		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2763
T004953		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2884
T004957		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2761
T004958		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2893
T004961		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2760
T004952		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2886
T004965		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2753
T004966		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2800
T004967		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2778
T004968		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2814
T004969		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2765
T004971		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2799
T004972		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2805
T004974		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2752

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Esercizio
T004978		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2807
T004979		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2749
T004983		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2754
T004984		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2802
T004988		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2755
T004989		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2806
T004993		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2751
T004994		CHIRURGIA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2828
T000126		DAY SURGERY	POLTRONA PER TERAPIA	PROMOTAL	3181	112412685
T000127		DAY SURGERY	RISCALDATORE DI PROVETTE	3M	ATTEST 1292	205673
T000130		DAY SURGERY	STERILIZZAZIONE CHIMICA, APPARECCHIO PER	ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS	STERRAD 100 S	962798
T000131		DAY SURGERY	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATORI SRL	MINIRO' H NET	334
T000132		DAY SURGERY	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATORI SRL	MINIRO' H NET	0333
T000133		DAY SURGERY	INCUBATORE	3M	ATTEST 193	209529
T000134		DAY SURGERY	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATORI SRL	MINIRO' H NET	535
T000135		DAY SURGERY	TERMOSALDATRICE	TECNO GAZ SPA	OPERA	OP4260304
T000136		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	771
T000140		DAY SURGERY	DIAFANOSCOPIO	GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	105042 PLANILUX MOD 105X43	3381
T000141		DAY SURGERY	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 300	10123032
T000143		DAY SURGERY	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 3000	80D:31569G
T000145		DAY SURGERY	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	1019970011560
T000146		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	705/04/2000
T000149		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	YAMADA SHADOWLESS LAMP CO LTD	SKYLUX UNIVERSE 60	AC3206
T000150		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA, SATELLITE	YAMADA SHADOWLESS LAMP CO LTD	SKYLUX	AC3207
T000157		DAY SURGERY	DIAFANOSCOPIO	GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	105016 PLANILUX LK 120X43	C3\0003882
T000158		DAY SURGERY	ANESTESIA; APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYL-0115
T000159		DAY SURGERY	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398869249
T000160		DAY SURGERY	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001111
T000161		DAY SURGERY	RADIOBISTURI A RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE	T & T SRL TELEVERTICE TELEA	VESALIUS MC	G02065121
T000162		DAY SURGERY	CRYOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	OPTIKON 2000 SPA	CRYOLINE	409AN
T000165		DAY SURGERY	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	MIELE & CIE GMBH CO	G 7782 CD	53076213
T000166		DAY SURGERY	LAVAVETTERIE	MIELE & CIE GMBH CO	G 7782	53076217
T000167		DAY SURGERY	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	CA MI SNC	HOSPIVAC 400	1809
T000169		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	653/99
T000173		DAY SURGERY	DIAFANOSCOPIO	GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	105016 PLANILUX LK 120X43	C3\0003883
T000175		DAY SURGERY	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	EXCELL 400 MCDS	1368
T000178		DAY SURGERY	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYL-0110
T000179		DAY SURGERY	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398838149
T000180		DAY SURGERY	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	SPF 35-S	0509/06
T000181		DAY SURGERY	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20037
T000187		DAY SURGERY	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1800	20045

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T000183		DAY SURGERY	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18060436
T000184		DAY SURGERY	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001112
T000185		DAY SURGERY	STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	B BRAUN GMBH	STIMUPLEX HNS 11	34183
T000190		DAY SURGERY	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 1850 EPM	15266
T000195		DAY SURGERY	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	ACKERMANN INSTRUMENTE GMBH	15-1725 E	64181720
T000201		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	655/99
T000202		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	DR WACH GMBH & CO	MACH 500 F	0018
T000205		DAY SURGERY	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARUC0029
T000206		DAY SURGERY	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA	5398960355
T000207		DAY SURGERY	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	
T000208		DAY SURGERY	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18422611
T000209		DAY SURGERY	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	SPF 35-5	1109/11
T000210		DAY SURGERY	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	34289
T000212		DAY SURGERY	DIAFANOSCOPIO	GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	105016 PLANILUX LK 120X43	3911
T000218		DAY SURGERY	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	VALLEYLAB INC	FORCE FX 8 C	F2C21119A
T000220		DAY SURGERY	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR COMPACT	
T000221		DAY SURGERY	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR COMPACT	17471
T000222		DAY SURGERY	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	SPF 35-5	1209/12
T000225		DAY SURGERY	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	45181
T000233		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1422
T000234		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1429
T000236		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T000237		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1424
T000238		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1386
T000240		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1304
T000247		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1305
T000248		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2233
T000249		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1727
T000244		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2234
T000245		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	576
T000246		DAY SURGERY	MOTORE ELETTRICO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T000554		DAY SURGERY	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	21011
T000595		DAY SURGERY	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	21010
T000635		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, BASAMENTO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	706
T000657		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	BERCHTOLD GMBH & CO KG	CHROMOPHARE D 530 PLUS	5930040-12805
T000658		DAY SURGERY	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 3000	BODJ1566G
T000659		DAY SURGERY	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	ARSK0147
T000660		DAY SURGERY	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MORETTI SPA	ASPIMED 3.3	0604CA10
T000641		DAY SURGERY	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	SUPERSUCTION 4T 5	8199
T000652		DAY SURGERY	ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	VALLEYLAB INC	FORCE FX 8 C	F2C21120A
T000684		DAY SURGERY	MONITOR	NELLCOR INC	NE600	23207090025

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T000645		DAY SURGERY	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	10866
T000646		DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1688
T000647		DAY SURGERY	POLTRONA PER TERAPIA	PROMOTAL	3181	112412686
T000648		DAY SURGERY	POLTRONA PER TERAPIA	PROMOTAL	3181	112412690
T000649		DAY SURGERY	POLTRONA PER TERAPIA	PROMOTAL	3181	112412687
T000650		DAY SURGERY	POLTRONA PER TERAPIA	PROMOTAL	3181	112412688
T000652		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	2615	6034
T000852		DAY SURGERY	MONITOR	NELLCOR INC	N5600	23207090024
T001069		DAY SURGERY	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001180		DAY SURGERY	FARETRA PORTA STRUMENTI	GNATUS LTD	SYNCRUS LSCTM	0092815001
T001181		DAY SURGERY	PROCTOSCOPIO A ULTRASUONI	AMI AGENCY FOR MEDICAL INNOVATIONS	HALL DOPPLER	AHE 003
T002229		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLX6CA070608MC674
T002360		DAY SURGERY	TRAPANO ORTOPEDICO	AESCLAP AG & CO KG	GA 140	6213
T008191		DAY SURGERY	UNITA' DI CONTROLLO PER TELECAMERA STEREO	STEPHAN PASCHKE	RC4VS	1118
T003323		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	ARSH0115
T003324		DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SOLARE 700	ARSH0112
T003331		DAY SURGERY	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34452 FO 3 LAME MC INTOSH	
T003332		DAY SURGERY	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34452 FO 3 LAME MC INTOSH	
T003334		DAY SURGERY	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34452 FO 3 LAME MC INTOSH	
T003335		DAY SURGERY	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34452 FO 3 LAME MC INTOSH	
T003606		DAY SURGERY	MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETROMEDICALE	STRYKER CORP	510015250 MD	09163
T003641		DAY SURGERY	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0267
T003740		DAY SURGERY	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280875
T000137	T000136	DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1565
T000138	T000136	DAY SURGERY	TELECOMANDO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	
T000142	T000141	DAY SURGERY	PEDALIERA	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	20189	EX-79\1016
T000147	T000146	DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1423
T000148	T000146	DAY SURGERY	TELECOMANDO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	706
T000151	T000152	DAY SURGERY	STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	S 8	338224
T000152	T000152	DAY SURGERY	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI VISU 200	
T000153	T000152	DAY SURGERY	PEDALIERA	ZEISS CARL	/	325521
T000170	T000169	DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1308
T000195	T000193	DAY SURGERY	INSUFFLATORIO DI GAS	ACKERMANN INSTRUMENTE GMBH	15 1711 30H	047445
T000200	T000193	DAY SURGERY	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	MOSCARINO SAS	CM 150	1504/91
T003685	T000193	DAY SURGERY	TELECAMERA	SOPRO	5 367A 0005	P-113163
T000202	T000201	DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	2168
T000204	T000203	DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA, SATELLITE	DR MACH GMBH & CO	MACH 380	00/0019
T000216	T000211	DAY SURGERY	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	PVM 2053 MD	2004482
T000212	T000213	DAY SURGERY	TRAPANO ORTOPEDICO	DYONICS INC	EP 1	11240
T000213	T000213	DAY SURGERY	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	DYONICS INC	DYONICS XENON LIGHT SOURCE	SX1252

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T000214	T000213 DAY SURGERY	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20131501 XENON NOVA 175	DD0621239
T000636	T000635 DAY SURGERY	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80	1661
T002039	T002039 DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLX8C3B080508C0813
T002680	T002039 DAY SURGERY	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLX6C3F080608C0814
T004527	T002352 DAY SURGERY	SEGA PER ORTOPEDIA	STRYKER CORP	4206 SEGA RECIPROCA - SYSTEM 5	0916003433
T002357	T002357 DAY SURGERY	MICROSCOPIO OPERATORIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	M 655	235
T002358	T002357 DAY SURGERY	SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO	SONY CORP	CCD IRIS DXC 107P	405798
T003253	T003252 DAY SURGERY	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MTH R MEMORY DIGITAL	26032
T003254	T003252 DAY SURGERY	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 970 AD	
T003255	T003252 DAY SURGERY	CATENA TV	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MMM 17 AB	AN010622001027
T003256	T003252 DAY SURGERY	CATENA TV	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MMM 17 AB	AN030603001272
T003389	T003391 DAY SURGERY	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 261 H	7359468
T003390	T003391 DAY SURGERY	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV 540 PLUS	7227158
T003391	T003391 DAY SURGERY	VIDEOPROCESSORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV 57 PRO	7278131
T003392	T003391 DAY SURGERY	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MEDICAPTURE INC	MEDICAP USB 200	2112528
T003393	T003351 DAY SURGERY	INSUFFLATORE DI GAS PER LAPAROSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	UHP 3	7226012
T003394	T003391 DAY SURGERY	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP2	21303531N
T003395	T003391 DAY SURGERY	TELEGAMERA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV 57 PRO HD 12E	7232864
T003396	T003391 DAY SURGERY	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 50012 A HD ENDOEYE	615572
T003397	T003391 DAY SURGERY	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 53005 A	641967
T003689	T003689 DAY SURGERY	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	STRYKER CORP	CORE	1505009403
T003690	T003689 DAY SURGERY	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	STRYKER CORP	SUMEX DRILL	1414201343
T003691	T003689 DAY SURGERY	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	STRYKER CORP	REMB UNIVERSAL DRIVE	1507203713
T000317	DERMATOLOGIA	FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI, APPARECCHIO PER	WALDMANN LICHTTECHNIK HERBERT WALDMANN GMBH & CO	UV 100 L	16736-08
T001079	DERMATOLOGIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	/	/	
T001080	DERMATOLOGIA	ELETROBISTURI MONOPolare / BIPolare	GIMA SPA	DIATERMO MB 132	0561180899
T001083	DERMATOLOGIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	RIMSA P LONGONI SRL	L 20 M CONLENTE INGRANDIMENTO	
T003627	DERMATOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	RIMSA P LONGONI SRL	/	
T005322	DERMATOLOGIA	DERMATOSCOPIO	HEINE OPTOTECHNIK	DELTA 10	5196964
T000922	DN121NM	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 2000	ARNE0043
T000926	DN121NM	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	GIMA SPA	MINI ASPEED	125458
T000927	DN121NM	TRASPORTO MATERIALE ORGANICO, APPARECCHIO PER IL	MOBICOOl INTERNATIONAL LTD	TROPICOOl	B05015612
T000915	DN842KM	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 3000	SRYK-0150
T000916	DN842KM	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	NTS NUOVE TECNOLOGIE SANITARIE	POWER 30	01322115
T000923	DN842KM	TRASPORTO MATERIALE ORGANICO, APPARECCHIO PER IL	WAECO INTERNATIONAL GMBH	TROPICOOl TC 07 UG-12	05009306
T003425	DN842KM	MONITOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 8102 A MP2 INTELLIVUE	DE05715241
T003643	DN842KM	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0269
T001353	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251133959D
T001455	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	LETTO PER TILT TEST	FERROX SRL	/	
T001463	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	DEFIBRILLATORE	ODAM	MINIDEF III	528074

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T001462		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010249061374
T001464		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	INCUBATORE	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	B 290	9111102
T001465		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	CONTROPULOSATORE AORTICO	DATASCOPE CORP	SYSTEM 98 XT	S806348G2
T001877		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	LAMPADA SCIAUTICA CARRELLATA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	ML501	ML5010500000462
T002846		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	FREEZER 140 ECT F	
T002955		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	Elettrocardiografo	ESAOTE SPA	P BD POWER	833
T002956		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	DEFIBRILLATORE MANUALE MONOFASICO	HEWLETT PACKARD CO	CODEMASTER XL M.1723 A/B	3914A49944
T003042		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DR MACH GMBH & CO	MACH 130 FP	06/9336
T003102		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	ABLATORE VENTRICOLARE	EP TECHNOLOGIES	EPT 1000 XP	54032
T003103		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DR MACH GMBH & CO	MACH 130 FP	06/0185
T003104		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	MULTISYNC LCD 2170 NX	
T003106		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	CENTRALE MONITORAGGIO	/	/	09050872
T003116		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	INIESSORE ANGIOGRAFICO	MEDRAD INC	MARK V PRO VIS	22999
T003385		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MLCD 18 AB	AN5000545906291
T003386		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MLCD 18 AB	AN01115001085
T003486		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	POSIGRAFO	MENNEN MEDICAL LTD	RMS STIMULATOR A	EN524AMP0801467
T005173		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010249061375
T005175		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	/	RC-I-1836
T005177		Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZA, APPARECCHIO PER	SORIN GROUP DEUTSCHLAND GMBH STOCKERT	SP SHUTTLE	ST-1466
T003038	T003037	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	CONSOLLE DI COMANDO	MEDRAD INC	AVANTA	300725620056
T003039	T003037	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MEDRAD INC	AVANTA	301612220086
T003067	T003067	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	GE HEALTHCARE	/	
T003068	T003067	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	MULTISYNC LCD 2090 UXI	
T003117	T003116	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	CONSOLLE DI COMANDO	MEDRAD INC	MARK V PLUS	94351
T005174	T003816	Elettrofisiologia ED Elettrostimolazione	SONDA ECOGRAFICA VOLUMETRICA	GE HEALTHCARE	4V-D	1242245PE
T005299	T004177	Endoscopia digestiva	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	ENDOBASE	WD11000A/086/V-J201
T000873		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	AM SLIM 1500 ZP TN V	21911
T000874		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	AM SLIM 1500 ZP TN V	28546
T000875		FARMACIA	CAMERA FREDDA	RIVACOLD SRL	FAM 028Z002	05142683
T000876		FARMACIA	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	SUPER FREEZER 130	6536
T000877		FARMACIA	BAGNO TERMOSTATICO	MEMMERT GMBH CO KG	WNB 14 BASIC	I4070293
T000878		FARMACIA	CAPPA STERILE	STERIL SPA	HELIOS 48 C	19121
T000880		FARMACIA	PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER	BARLOWORLD SCIENTIFIC STUART	SMP 10	R00105841
T000881		FARMACIA	TERMOSALDATRICE	/	/	BSV58-0908-S708
T000882		FARMACIA	CAPPA BIOLOGICA PER ANTIBLASTICI	FASTER SRL	CYTOSAFE 2006	114
T000884		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 130 1P	10302
T000885		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 1500 LUX	39766
T000886		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 700 LUX	39767
T000888		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 240 2T	1356-57
T000889		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 240 2T	356-57

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002054		FARMACIA	TERMOSALDATRICE	HAWO GMBH	HM 850 DC	979806
T003612		FARMACIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	JOINTLAB SRL	ET 28 DL	94102984
T004056	T000875	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15449
T004055	T000876	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2025
T004055	T000885	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F14586
T004057	T000886	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15829
T000887	T003627	FARMACIA	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRIO FIOCCHETTI & C SNC	/	NR
T004054	T000887	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15784
T004052	T000888	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15537
T004051	T000889	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15447
T004053	T003612	FARMACIA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15410
T001686		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	ZOLL MEDICAL CORP	M SERIES	41748
T001687		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	ERGO FIT GMBH	ERGO 1200 STEP	1000005553
T001688		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	ERGO FIT GMBH	ERGO CYCLE 157	1000004630
T001689		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	DOSIMETRO PER BRONCOSTIMOLAZIONE	MARKOS MEFAR SPA	DOSIMETER M83	DOS C/E 019/02
T001690		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	DOSIMETRO PER BRONCOSTIMOLAZIONE	MARKOS MEFAR SPA	DOSIMETER M83	DOS441
T001694		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI	ESAOTE SPA	ERGOCARD II	1545125990125
T001698		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PULSOSSIMETRO	NONIN MEDICAL INC	N 8500	103303902
T001699		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	MONITOR PER VENTILAZIONE	SMITHS MEDICAL BCI	CAPNOCHECK PLUS 9004	705289118
T001700		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	ELETTROCARDIOGRAFO	HEWLETT PACKARD CO	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00606314
T001704		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PULSOSSIMETRO	SMITHS MEDICAL BCI	SL 003	700100075
T001713		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PULSOSSIMETRO	SMITHS MEDICAL BCI	3303 OXI PULSE	702865097
T002957		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 103	5789
T003317		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	REGISTRATORE HOLTER PSG	MICROMED SPA	MORPHEUS	MPH0117/01-10
T003320		FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	REGISTRATORE HOLTER PSG	MICROMED SPA	MORPHEUS	MPH0119/01-10
T001683	T001682	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	ACER AMERICA CORP	V 223 WFO	ETLC308138135004CB423
T001684	T001682	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PLETISMograFO	NSPIRE HEALTH LTD	BRD	2011CB018
T001685	T001682	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	CARRELLO ELETTRIFICATO	NSPIRE HEALTH LTD	HDPFT 2000	PE44110057
T003321	T001682	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PERIFERICA ESTERNA PER ELABORATORE	SAFENET ITALY SRL	SENTINEL	F9005020-RAM
T003370	T001682	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	OPTIPLEX 790	26368523245
T003372	T001682	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	MISURATORE DI GAS RADON	/	/	Z51WALB5000639VPEET M1
T001690	T001689	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	SCENIC	
T001681	T001689	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	MONITOR PER COMPUTER	ACER AMERICA CORP	S4 EL	
T001695	T001695	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	DELL COMPUTER CORP	OPTIPLEX GX 150	
T001705	T001705	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	ELETTOENCEFALOGRAFO	MICROMED SPA	BRAIN QUICK BQ 3200 ACQ	I2011012104
T001707	T001705	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	220 E	
T001708	T001705	FISIOPATOLOGIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA	CARRELLO ELETTRIFICATO	MICROMED SRL	TOR 5000	
T000966		GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 2500	SGC10476654WA
T004955		GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ELETTROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 POWER	00808
T000970		GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costitutore	Modello	Matricola
T000971	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	31673
T000989	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000990	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001026	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001027	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001028	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001029	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001030	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001032	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001033	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001034	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001036	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001037	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001038	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001039	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001040	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001041	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001042	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001043	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001044	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001046	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001047	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001385	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF Q145L	2514296
T001386	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF Q145L	2512913
T001387	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF Q145L	2514290
T001388	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q160Z	2400442
T001389	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q145	2100799
T001390	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q145	2516972
T001391	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TSF160VR	2500280
T001392	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTRODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GF UM130	190010D
T001393	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TJF 140R	2011114
T001394	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF Q160 ZI	2410294
T001396	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q145	2516971
T001397	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF XP160	2411763
T001398	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q145	2516981
T001399	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 120	15123
T001400	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100 ZO	585507/03
T001402	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	APC 300	33292
T001403	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH	ERBOTOM ICC 200	10128
T001404	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T001405	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola	
T001410	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	110-PT-D6C-0074	
T001411	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	DEFIBRILLATORE MANUALE	ESAOTE SPA	MDF SAED	48813797	
T003220	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	PULSOSSIMETRO	ALPA SRL	ALPA PULSE 2	00415	
T003551	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	HEWLETT PACKARD CO	HP 8200	CZC2116PM8	
T003552	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	HEWLETT PACKARD CO	COMPAQ LE2202X	3CO3100P8M	
T003553	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTTIBILE	GIVEN IMAGING LTD	DATA RECORDER DR 3	0804272	
T003554	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD CO	OFFICEJET 6300	CNB103R427	
T003806	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEODUODENOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	TJF 145	2612096	
T003854	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	IRRIGATORE	PAULDRACH MEDICAL GMBH	ENDO WATER JET 2000	471027	
T004277	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF 2T160 I	2410093	
T004879	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF XTC160	2400199	
T001413	N001412	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV U40	7601210
T001415	N001412	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 203	A008703
T001416	N001412	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 CE	53825
T001417	N001412	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	IRRIGATORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	UWS 1	1911948
T000963	T000962	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CARRELLO ELETTRIFICATO	HITACHI CHEMICAL DIAGNOSTICS INC	/	
T000964	T000962	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SONDA ECOGRAFICA	HITACHI MEDICAL CORP	EUP C314T	SE16846236
T002690	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CV 160 EVIS EXERA	7426634
T002691	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV 160 EXERA	7544650
T002692	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 203	A411861
T002693	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 21 MD	54661
T002694	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ADATTATORE CAMERA CCD	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	MAJ 570	7431400
T002695	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	IRRIGATORE PER LAPAROSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OPP	2430687
T002696	T002690	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM D60	2506702
T003844	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	BARCUS WL	MDSC 2226	AN0716 04003 004
T003845	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FUJI FILM CORP	XL 4450	25094 K932
T003847	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	ECOPROCESSORE	FUJI FILM CORP	VP 4450 HD	2V567 K592
T003848	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	IRRIGATORE	PAULDRACH MEDICAL GMBH	ENDO WATER JET 2000	471026
T003849	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	NUOVA LARIS SRL	CARSPEC 78	010/16
T003850	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	FUJI FILM CORP	/	1C 69 1K054
T003851	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	FUJI FILM CORP	EC 600 WL	1C 68 8K137
T003852	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	FUJI FILM CORP	EG 600 WR	2G39 1K218
T003853	T003846	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	FUJI FILM CORP	EG 600 WR	2G39 1K219
T003845	T003856	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	REGISTRATORE SU CARTA	SAMSUNG ELECTRONICS	XPRESS C 430	08HPB8 GGCE00 06X
T003855	T003856	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	APPARECCHIO ELETROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	SKYNET	/	B56306904153300778
T003855	T003856	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	INTERCOMP SPA	/	X19709
T003857	T003856	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	APPARECCHIO ELETROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	/	/	129096
T003880	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q165 (EVIS EXERA II)	2519465
T003803	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q165 (EVIS EXERA II)	2529551
T003884	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF Q165 L (EVIS EXERA II)	2504015
T003848	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOCOLONSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CF Q165 L (EVIS EXERA II)	2504020

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola	
T003807	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP2	21606883
T003808	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 252 H	7541875
T003875	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOPROCESSORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CV 190 EVIS EXERA III	7618715
T003876	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV 190 EVIS EXERA III	7666229
T003892	T003876	GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOGASTROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	GIF Q165 (EVIS EXERA II)	2529576
		GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	VIDEOPROCESSORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CV 140	7713821
T001015	GERIATRIA	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P BD POWER	785	
T001016	GERIATRIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J054F0225	
T001017	GERIATRIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20040	
T001018	GERIATRIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	FLAEM NUOVA SPA	SUCTION PRO A POMPA DOPPIA	08A2510082	
T001019	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	SOL HEALTHCARE LTD	PRO EASE	101310629	
T001022	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	MORETTI SPA	LEVITAS	K5.P0509-16686	
T001025	GERIATRIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101897001990	
T001031	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001035	GERIATRIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	GIMA SPA	TOBI CLINIC	2919	
T001045	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001058	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	TERMOLETTO ITALIANA SAS	AIR SYSTEM PUMP 2 FLY PAD		
T001059	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BETABED		
T001060	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BETABED		
T001061	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BETABED		
T001062	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BETABED		
T001066	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001067	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001068	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001081	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001082	GERIATRIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001227	GERIATRIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 140	36412	
T003318	GERIATRIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J092F2314	
T003664	GERIATRIA	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	ARIO HOSPITAL EQUIPMENT AS	TEMPO	0106	
T003778	GERIATRIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J002F236	
T005098	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	CA MI SNC	/		
T005099	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6600A417010807	
T005100	GERIATRIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6600A417010641	
T000333	GINECOLOGIA SOCIALE	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 50 SX	12802 4025684	
T000334	GINECOLOGIA SOCIALE	COLPOSCOPIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	MZ 6	01198021	
T000340	GINECOLOGIA SOCIALE	LAMPADA SCIALITICA	GALLOIS SRL	GAMMA S	322	
T000341	GINECOLOGIA SOCIALE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & CSNC	MEDIKA 140	34569	
T000352	GINECOLOGIA SOCIALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	FASET SPA	ZOB	60602	
T000353	GINECOLOGIA SOCIALE	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	11540	
T000354	GINECOLOGIA SOCIALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	HEWLETT PACKARD CO	M 78352 C	3228 G07564	
T000361	GINECOLOGIA SOCIALE	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P BD POWER	836	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T003183	GINECOLOGIA SOCIALE	MONITOR	NIHON KOHDEN CORP	LIFE SCOPE I BSM 2303 K	1822
T000327	T000327 GINECOLOGIA SOCIALE	ECOTOMOGRAFO	GE HEALTHCARE	LOGIQ 3	21175WS5
T000328	T000327 GINECOLOGIA SOCIALE	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	AY-15 CUI	MOM-04-1074
T000329	T000327 GINECOLOGIA SOCIALE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D895 MD	78674
T000330	T000327 GINECOLOGIA SOCIALE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D23 MD	81413
T000331	T000327 GINECOLOGIA SOCIALE	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	3.5C	83281PD6
T000332	T000327 GINECOLOGIA SOCIALE	SONDA ENDOCAVITARIA	GE HEALTHCARE	EBC	63356WX6
T000338	T000339 GINECOLOGIA SOCIALE	VIDEOPROCESSORE	JVC LTD	TK 900E	12712400
T000342	T000342 GINECOLOGIA SOCIALE	LAMPADA SCIALITICA	YAMADA SHADOWLESS LAMP CO LTD	SKYLUX UNIVERSE 60	AC3207
T000343	T000342 GINECOLOGIA SOCIALE	LAMPADA SCIALITICA	YAMADA SHADOWLESS LAMP CO LTD	SKYLUX UNIVERSE 60	AC3206
T000349	T000349 GINECOLOGIA SOCIALE	LAMPADA SCIALITICA	YAMADA SHADOWLESS LAMP CO LTD	COOLRAY EXCELL LIBRA CR 9856	2AZ 414
T000350	T000349 GINECOLOGIA SOCIALE	LAMPADA SCIALITICA	YAMADA SHADOWLESS LAMP CO LTD	COOLRAY MINOR	2AZ 412
T002889	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002890	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002891	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002892	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002893	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002894	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002895	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002896	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002897	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002898	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002899	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002900	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002901	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002902	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002903	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002904	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002905	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002909	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002910	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002911	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002912	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002913	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002914	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002915	MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002928	MALATTIE INFETTIVE	ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	FUKUDA DENSHI CO LTD	CARDIMAX FX 7202	50002409
T002929	MALATTIE INFETTIVE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20039
T002930	MALATTIE INFETTIVE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100	5670-03/02
T002933	MALATTIE INFETTIVE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100 20	5598-12/02
T002932	MALATTIE INFETTIVE	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	1095F0012

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	COSTRUTTORE	Modello	Matricola
T002935		MALATTIE INFETTIVE	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80 BASE	7182
T002934		MALATTIE INFETTIVE	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	PERSONAL 210 BASE	2289
T002936		MALATTIE INFETTIVE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 120 1P	12935
T002937		MALATTIE INFETTIVE	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	APE 965/G	309648084310
T002938		MALATTIE INFETTIVE	CONGELATORE DA LABORATORIO	SANYO BIOMEDICAL CO	MDF US411 VERTICALE	70516779
T002939		MALATTIE INFETTIVE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33609
T002940		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002941		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002942		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002943		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002944		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002945		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002946		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002947		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002953		MALATTIE INFETTIVE	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T002954		MALATTIE INFETTIVE	DIAFANOSCOPICO	CABLAS SRL	/	4323
T003594		MALATTIE INFETTIVE	PULSOSSIMETRO	EDAN INSTRUMENTS INC	H 100 N	3160264112504670004
T002951	T002951	MALATTIE INFETTIVE	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH	DIALUX 22 EB	030625
T002952	T002951	MALATTIE INFETTIVE	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	WILD HEERBRUGG AG	MPS 45	80331
T003295	T003295	MALATTIE INFETTIVE	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	SONOSITE INC	M TURBO	034WY
T003298	T003295	MALATTIE INFETTIVE	INTERFACCIA	SONOSITE INC	MINIDOCK M SERIES	WT08NB
T003299	T003295	MALATTIE INFETTIVE	SONDA ECOGRAFICA	SONOSITE INC	HFL 38 X	03HRHQ
T003300	T003295	MALATTIE INFETTIVE	SONDA ECOGRAFICA	SONOSITE INC	C60 X 5-2	03HR38
T003301	T003295	MALATTIE INFETTIVE	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 21 MD	16632
T003302	T003295	MALATTIE INFETTIVE	CARRELLO ELETTRIFICATO	SONOSITE INC	/	WM0BYF
T000428		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	SKEMA 4WHT	DOBAC
T000429		MAXILO FACCIALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	CATTANI SPA	ASPI JET	A02C1092
T000430		MAXILO FACCIALE	BISTURI AD ULTRASUONI	MECTRON SRL	PIEZOSURGERY	405NA131
T000431		MAXILO FACCIALE	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	HILOTHERM GMBH	HILOTHERM	02059509
T000433		MAXILO FACCIALE	FARETRA PORTA STRUMENTI	GNATUS LTDA	SYNCRUS LSCTM	0092815004
T000434		MAXILO FACCIALE	LAMPADA SCIALITICA	GALLOIS SRL	NDC CD	0657
T000435		MAXILO FACCIALE	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251133953D
T000436		MAXILO FACCIALE	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	ESPE DENTAL MEDIZIN GMBH & CO	ELIPAR TRIFLIGHT	939023001577
T000439		MAXILO FACCIALE	AMALGAMATORE	CSN INDUSTRIE SRL	COPERNICUS	80286
T000441		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000443		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000444		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000445		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000447		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000448		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000450		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Materiale
T000453		MAXILO FACCIALE	FRIGONIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1800	20325
T000454		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000455		MAXILO FACCIALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	/	/	
T000457		MAXILO FACCIALE	BILANCIA PESAPERSONE	SECA CORP	709	011414
T000458		MAXILO FACCIALE	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T000459		MAXILO FACCIALE	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	ESPE DENTAL MEDIZIN GMBH & CO	ELIPAR	939023001658
T000460		MAXILO FACCIALE	AMALGAMATORE	CSN INDUSTRIE SRL	COPERNICUS	80190
T000461		MAXILO FACCIALE	ELETROBISTURI MONOPolare / BIPOLARE	LED SPA	SURTRON FLASH 120	451195999
T000464		MAXILO FACCIALE	TERMOSALDatrice	MELAG MEDIZINTECHNIK GMBH	MELASEAL 100	03100N1477
T000465		MAXILO FACCIALE	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	SMEG SPA	GW 5050 H	227460
T000468		MAXILO FACCIALE	INCUBATORE	3M	ATTEST	211344
T000469		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	SKEMA 4WHT	95DAY
T000470		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	SKEMA 4WHT	95DAP
T000471		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	SKEMA 4WHT	95JGK
T000472		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	FIAD SRL	/	20090
T000473		MAXILO FACCIALE	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T000474		MAXILO FACCIALE	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T000475		MAXILO FACCIALE	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T000476		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	SKEMA 4WHT	99FHO
T000477		MAXILO FACCIALE	RIUNITO DENTISTICO	CASTELLINI SPA	X 70	98KET
T000478		MAXILO FACCIALE	CONSOLLE DI COMANDO	CASTELLINI SPA	X 70 HI PROTECTION	960652
T000479		MAXILO FACCIALE	RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER	CASTELLINI SPA	DS 7100	36140937
T000480		MAXILO FACCIALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	FABIUS	10869
T000481		MAXILO FACCIALE	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	E9 MED	EGP120180
T003077		MAXILO FACCIALE	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	EURONDA SPA	ES MED	EGP120179
T003078		MAXILO FACCIALE	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	EURONDA SPA	ES MED	EGP120032
T003079		MAXILO FACCIALE	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	EURONDA SPA	DEIONIZER	EGP120034
T003080		MAXILO FACCIALE	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	EURONDA SPA	DEIONIZER	EGF120034
T003083		MAXILO FACCIALE	BISTURI AD ULTRASUONI	MECTRON SRL	PIEZOSURGERY	
T003084		MAXILO FACCIALE	CARRELLO ELETTRIFICATO	ASTRA	ALC7	12000249
T003085		MAXILO FACCIALE	CARRELLO ELETTRIFICATO	ASTRA	ALC7	12000251
T003086		MAXILO FACCIALE	CARRELLO ELETTRIFICATO	ASTRA	ALC7	1200250
T003087		MAXILO FACCIALE	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T003387		MAXILO FACCIALE	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA DA LABORATORIO	EUROCOMPRESS	/	87-A04
T003388		MAXILO FACCIALE	POMPA PER VUOTO PER LABORATORIO	4TEK SRL	OEP11060	060521
T005081	T005081	MAXILO FACCIALE	MICROMOTORE	DE GIORGI CARLO SRL	INTRASURGERY 2.0	T22H12NDK006
T005082	T005082	MAXILO FACCIALE	MICROMOTORE	DE GIORGI CARLO SRL	INTRASURGERY 2.0	T22R12NDK004
T001979		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001981		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001981		MEDICINA D'URGENZA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T001982		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001983		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	costruttore	Modello	Matricola
T001984		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS119484B8
T001985		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872397
T001986		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0085
T001987		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872398
T001988		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0107
T001989		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS117209A8
T001990		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0103
T001991		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872386
T001992		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114622A8
T001993		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001994		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001995		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0086
T001996		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872382
T001997		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS117209A8
T001998		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872391
T001999		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114618A8
T002084		MEDICINA D'URGENZA	Elettrocardiografo	HEWLETT PACKARD CO	M 1772 A PAGE WRITER 100	CND4944971
T002086		MEDICINA D'URGENZA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001190
T002089		MEDICINA D'URGENZA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18422619
T002090		MEDICINA D'URGENZA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002091		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114611A8
T002092		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872395
T002093		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0085
T002094		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0308
T002095		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872379
T002096		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS119473B8
T002097		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002098		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002099		MEDICINA D'URGENZA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872381
T002100		MEDICINA D'URGENZA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114589A8
T002101		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0082
T002102		MEDICINA D'URGENZA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0316
T002103		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002104		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002105		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002106		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002108		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Cosrtuttore	Modello	Matricola
T002109		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002110		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002111		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002112		MEDICINA D'URGENZA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002113		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002114		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002115		MEDICINA D'URGENZA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002116		MEDICINA D'URGENZA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001987
T002124		MEDICINA D'URGENZA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20035
T002597		MEDICINA D'URGENZA	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SANIX SRL	SOLIX SX 50	8214
T006636		MEDICINA D'URGENZA	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0264
T003885		MEDICINA D'URGENZA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SAVINA	ASIB-0138
T003887		MEDICINA D'URGENZA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SAVINA	ASIB-0141
T003888		MEDICINA D'URGENZA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SAVINA	ASIB-0140
T003889		MEDICINA D'URGENZA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	SAVINA	ASIB-0139
T002117	T002117	MEDICINA D'URGENZA	ECOTOMOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 2540 A ENVISOR C	US00405005
T002118	T002117	MEDICINA D'URGENZA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MCMD 02 AA	M2540-66500
T002119	T002117	MEDICINA D'URGENZA	SONDA ECOGRAFICA	ZONARE MEDICAL SYSTEMS INC	CS-2	02FKRP
T002120	T002117	MEDICINA D'URGENZA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	PA 4-2	02DH2X
T002121	T002117	MEDICINA D'URGENZA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	L 12-3	B0160C
T002125	T002125	MEDICINA D'URGENZA	CENTRALE MONITORAGGIO	DATASCOPE CORP	PANORAMA	EU118449B8
T002126	T002125	MEDICINA D'URGENZA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	I-INC	CY 199	713HE1CY05459
T004590	T002125	MEDICINA D'URGENZA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	HANNSPREE INC	HA 191	920CPBX04007
T004591	T002125	MEDICINA D'URGENZA	REGISTRATORE SU CARTA	LEXMARK	MX410DE	7015-470
T003795	T008795	MEDICINA D'URGENZA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	150730261436
T004547		MEDICINA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2757
T004948		MEDICINA GENERALE	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2890
T001084		MEDICINA INTERNA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESACOTE SPA	P 8000 POWER	20647
T001085		MEDICINA INTERNA	SISTEMA ANTIDECUBITO	EURO COMFORT	AD 1100	072194
T001087		MEDICINA INTERNA	SISTEMA ANTIDECUBITO	MORETTI SPA	LEVITAS	P0907-11739
T001088		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001089		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001090		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001095		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001096		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001097		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001098		MEDICINA INTERNA	FRIGOEMOTECA	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	LIEBHERR	
T001100		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001101		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001102		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001103		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T001104		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001105		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001106		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001107		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001108		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001109		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001110		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001111		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001112		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001113		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001114		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001115		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001116		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001117		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001118		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001119		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001120		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001121		MEDICINA INTERNA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T001128		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001129		MEDICINA INTERNA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001784		MEDICINA INTERNA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20036
T003375		MEDICINA INTERNA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	
T003618		MEDICINA INTERNA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	1277
T003640		MEDICINA INTERNA	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0256
T005083		MEDICINA INTERNA	SISTEMA ANTIDECUBITO	GM GIEMME DI GIOVANNI MAGNI ARTICOLO: OSPEDALIERI ORTOPEDICI	TKS2012	TKS201211607050093
T005084		MEDICINA INTERNA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6600A417010642
T005085		MEDICINA INTERNA	SISTEMA ANTIDECUBITO	DEMARTA VIRGINIO SNC	PRESTIGE	6600A417012541
T005087		MEDICINA INTERNA	SISTEMA ANTIDECUBITO	CA MI SNC	/	
T005089		MEDICINA INTERNA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	SUPERSUCTION 4T	8239
T001091	T001092	MEDICINA INTERNA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	HEWLETT PACKARD CO	VECTRA VL	#B21319973
T001093	T001092	MEDICINA INTERNA	MONITOR PER COMPUTER	KEYMAT INDUSTRIE SPA	N7U790T9	HT0112#802689
T001094	T001092	MEDICINA INTERNA	TELECAMERA	DS MEDICA SRL	VIDEOCAP UNIT D1	701668
T003121		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	MISURATORE TEMPI DI REAZIONE	SODI SCIENTIFICA SPA	TR 2000	939282
T003123		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	MISURATORE TEMPI DI REAZIONE	SODI SCIENTIFICA SPA	TR 20.3 STAMPANTE TR 20/84	2488
T003124		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	FRONTILOCOMETRO	SHIN NIPPON COMMERCE INC	LM 20	011004
T003125		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	OPTOMETRO	SBISA' INDUSTRIALE SPA	/	
T003615		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	SEGA PER GESSI	TUT INSTRUMENTS GMBH	082342	0019
T003617		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	CELLA SALME	ZANOTTI SPA	CELLA CON UNITA' DI REFRIGERAZIONE UNIBLOCK SB	
T003960		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	SALDATORE DI SACCHE	SEBRA INC	E 40	0804
T004118		MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	LAMPADA SCALITICA	DENTIS CO LTD	LUVIS 1200	L203D#5H00002

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T004118	MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	MONITOR TELEVISO PER BIOIMMAGINI	FSN MEDICAL TECHNOLOGIES	FS-L2403D	D24416430025
T004440	MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	SEGA PER GESSI	TUT INSTRUMENTS GMBH	062342	
T003122	T003122 MEDICINA LEGALE - MEDICINA DEL LAVORO	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	SODI SCIENTIFICA SPA	TR 2000 POWERPACK	938527
T000856	MICROBIOLOGIA	CAPPA BIOLOGICA	FASTER SRL	ULTRASAFE 36 D	USD36-168
T000859	MICROBIOLOGIA	INCUBATORE	INTERCONTINENTAL SRL	/	
T000860	MICROBIOLOGIA	CENTRIFUGA	A.L.C.	PK 130	30402100
T000861	MICROBIOLOGIA	INCUBATORE	INTERCONTINENTAL SRL	/	10204/95
T000863	MICROBIOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRI 180 V GL	33283
T000864	MICROBIOLOGIA	INCUBATORE	ISCO SRL	MICRA 18 T	
T000865	MICROBIOLOGIA	AGITATORE DA LABORATORIO	CAVALLO SRL	3241 AUTOVORTEX	
T000870	MICROBIOLOGIA	INCUBATORE REFRIGERATO	INTERNATIONAL PBI SPA	BODY BASIC	52140
T000871	MICROBIOLOGIA	CENTRIFUGA	JOUAN SA	B 41	39912234
T003428	MICROBIOLOGIA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOPLAN A1	3137000297
T000867	T000867 MICROBIOLOGIA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	LEICA MICROSYSTEMS WETZLAR GMBH	DIALUX 22	57856
T000868	T000867 MICROBIOLOGIA	FONTE LUMINOSA DA LABORATORIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	307-148.001	514660
T001136	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001137	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001138	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001139	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001140	NEFROLOGIA E DIALISI	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20877
T001135	NEFROLOGIA E DIALISI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20038
T001136	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001137	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001138	NEFROLOGIA E DIALISI	SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO	BAXTER HEALTHCARE CORP	PD BAG WARMER	28056
T001139	NEFROLOGIA E DIALISI	SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO	BAXTER HEALTHCARE CORP	PD BAG WARMER	29438
T001140	NEFROLOGIA E DIALISI	INCUBATORE	ASAL SRL	Z1 T1	25309
T001141	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001142	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001143	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001144	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001145	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001146	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001147	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001148	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001149	NEFROLOGIA E DIALISI	SISTEMA ANTIDECUBITO	MORETTI SPA	LEVITAS	P0609-16573
T001150	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001151	NEFROLOGIA E DIALISI	SISTEMA ANTIDECUBITO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BETABED	872032587
T001152	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001153	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001154	NEFROLOGIA E DIALISI	PULSOSIMMETRO	DIMED SRL	FINGERTIP	
T001155	NEFROLOGIA E DIALISI	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 108	11225
T001156	NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T001157		NEFROLOGIA E DIALISI	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001158		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	10 0234/10
T001159		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	10 0020/10
T001160		NEFROLOGIA E DIALISI	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001986
T001161		NEFROLOGIA E DIALISI	LAMPADA SCIAUTICA CARRELLATA	MEDICAL ILLUMINATION INTERNATIONAL	CENTURION	29801
T001162		NEFROLOGIA E DIALISI	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	ALOKA CO LTD	SSD 550	M102030
T001164		NEFROLOGIA E DIALISI	TERMOSALDATRICE	HAWO GMBH	HD 250 MS8	922570
T001165		NEFROLOGIA E DIALISI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRÒ FIOCCHETTI & C SNC	MÉDIKA 120	12715
T001166		NEFROLOGIA E DIALISI	CENTRIFUGA	ALC	4225	062870
T001167		NEFROLOGIA E DIALISI	COAGULOMETRO	MEDTRONIC INC	ACT PLUS	ACT2100056
T001168		NEFROLOGIA E DIALISI	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 103	11224
T001169		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100515/10
T001170		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100523/10
T001171		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100141/10
T001172		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100516/10
T001173		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100442/10
T001174		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100513/10
T001175		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100498/10
T001176		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100495/10
T001177		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100508/10
T001179		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	1005/10
T003091		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100503/10
T003092		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	10107067
T003093		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100483/10
T003095		NEFROLOGIA E DIALISI	LETTO O POLTRONA A BILANCIA PER DIALISI	TASSINARI BILANCE SRL	INDY	100485/10
T003478		NEFROLOGIA E DIALISI	IMPEDIMENTA CORPOREA, ANALIZZATORE DI	AKERN SRL	FFG RENAL	REN201203001
T003592		NEFROLOGIA E DIALISI	PULSOSSIMETRO	EDAN INSTRUMENTS INC	H 100 N	316026M12504870001
T003637		NEFROLOGIA E DIALISI	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C90	0A11A0282
T005090		NEFROLOGIA E DIALISI	STIMOLATORE UROLOGICO	GBO GERAETEBAU ODENWALD AG	HITOP 191	2190
T001163	T001162	NEFROLOGIA E DIALISI	SONDA ECOGRAFICA	ALOKA CO LTD	UST 5512U 7.5	M03702
T002677		NEUROCHIRURGIA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	110PA-071-0006
T002701		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002702		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002703		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002704		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	HISTRIP	
T002705		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002706		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002707		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002708		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002709		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002710		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T002711		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002712		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002713		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002714		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002715		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002716		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002717		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002718		NEUROCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002764		NEUROCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	37051198
T002765		NEUROCHIRURGIA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18453402
T002767		NEUROCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	PAM SNC DI PASIAN & C	90X70 VERTICALE	708
T002755		NEUROCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	36140936
T002769		NEUROCHIRURGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	106970MI2500180002
T002770		NEUROCHIRURGIA	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOYE SPA	P BO BASE	4856
T002771		NEUROCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872392
T002772		NEUROCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0061
T002775		NEUROCHIRURGIA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	110PT06C0075
T002784		NEUROCHIRURGIA	ELETROBISTURI BIPOLARE	CODMAN & SHURTLEFF INC	MALIS BIPOLAR CMC II	3WHP2187
T002788		NEUROCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP 000 692436
T002795		NEUROCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0102
T002802		NEUROCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872387
T002803		NEUROCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0315
T002803		NEUROCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872376
T002805		NEUROCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0312
T002808		NEUROCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T003183		NEUROCHIRURGIA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	17492107
T003242		NEUROCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	PARK HOUSE HEALTHCARE LTD	PHASE II	0609-2574N
T005243		NEUROCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	PARK HOUSE HEALTHCARE LTD	PHASE II	0608-2563N
T004523		NEUROCHIRURGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 140	63604
T004610		NEUROCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	80883
T004611		NEUROCHIRURGIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 50 GX	
T002800	T002800	NEUROCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	FUKUDA DENSHI CO LTD	HS 700	500 00025
T002801	T002800	NEUROCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	FUKUDA DENSHI CO LTD	HS 700	50000046
T002805	T002807	NEUROCHIRURGIA	MODULO / ACCESSORIO PER APPARECCHIATURA ELETROMEDICALE	FUKUDA DENSHI CO LTD	/	50000048
T003307	T002807	NEUROCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	FUKUDA DENSHI CO LTD	HS 700	50000015
T003553	T003560	NEUROCHIRURGIA	TELECAMERA	STORZ KARL GMBH & CO KG	22220055-3 IMAGE 1 HS Z	VW822855H
T003560	T003560	NEUROCHIRURGIA	UNITA' CONTROLLO TELECAMERA	STORZ KARL GMBH & CO KG	IMAGE 1 HS Z	VW706463P
T003561	T003560	NEUROCHIRURGIA	MONITOR TELEVISOVIO PER BIOIMMAGINI	STORZ KARL GMBH & CO KG	9627 NB	51308050WW005
T003562	T003560	NEUROCHIRURGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20183120 XENON 300	VW690524

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003563	T003560	NEUROCHIRURGIA	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	STORZ KARL GMBH & CO KG	20046120 AIDA CONTROL NEO	KSB13903
T003564	T003560	NEUROCHIRURGIA	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	STORZ KARL GMBH & CO KG	AIDA/SCB INTERFACE II - 20092132	
T003565	T003560	NEUROCHIRURGIA	CONSOLE DI COMANDO PER STEREO-ENDOSCOPIA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20097120-1 OR1 CONTROL NEO	KS0R121605
T003566	T003560	NEUROCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	STORZ KARL GMBH & CO KG	20090519 TOUCH SCREEN 19"	RW1607
T003567	T003560	NEUROCHIRURGIA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	STORZ KARL GMBH & CO KG	PP 728	1260
T001184		NEUROLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33612
T001195		NEUROLOGIA	REGISTRATORE HOLTER ECG	OXFORD INSTRUMENTS MEDICAL SYSTEM DIVISION	MR 95	16512
T001206		NEUROLOGIA	POLTRONA PER TERAPIA	GIVAS SRL	AP 4195	001105752
T001229		NEUROLOGIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J094FG18D
T001230		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001231		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001232		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001233		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001234		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001235		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001236		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001237		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001238		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001239		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001240		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001241		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001242		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001243		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001244		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001245		NEUROLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T001246		NEUROLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P-80 BASE	5460
T001191	T001192	NEUROLOGIA	CENTRALINA DI CONTROLLO	DISA ELEKTRONICK A/S	DISA 15 H 02	0275
T001192	T001192	NEUROLOGIA	LAMPADA RAGGI INFRAROSSI	DISA ELEKTRONICK A/S	/	9015410251
T003645	T003647	NEUROLOGIA	TESTINA PAZIENTE PER ELETROENCEFALOGRAFO	NATUS MEDICAL INC	/	C130826001
T003646	T003647	NEUROLOGIA	ELETROENCEFALOGRAFO	NATUS MEDICAL INC	NICOLET WIRELESS 32 A	C130826020
T003647	T003647	NEUROLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	OPTIPLEX 7010	FM50622
T003648	T003647	NEUROLOGIA	FOTOSTIMOLATORE	NATUS MEDICAL INC	/	D4327
T003649	T003647	NEUROLOGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	LCD	437-EQ7U
T003650	T003650	NEUROLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	OPTIPLEX 7010	CJ50622
T003651	T003650	NEUROLOGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	LCD	437-EQSU
T003652	T003650	NEUROLOGIA	ELETROENCEFALOGRAFO	NATUS MEDICAL INC	NICOLET WIRELESS 32 A	V3214160043
T003653	T003650	NEUROLOGIA	FOTOSTIMOLATORE	NATUS MEDICAL INC	/	04702
T003654	T003654	NEUROLOGIA	ELETROMIOGRAFO	NATUS MEDICAL INC	NICOLET EDX 2	C140505033
T003655	T003654	NEUROLOGIA	TESTINA PAZIENTE PER ELETROMIOGRAFO	NATUS MEDICAL INC	NICOLET AT2 AMPLIFIER	C140210018
T003656	T003654	NEUROLOGIA	CARRELLO ELETTRIFICATO	NATUS MEDICAL INC	/	
T003657	T003654	NEUROLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	LATITUDE E 5540	FYRW019

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003658	T003658	NEUROLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	OPTIPLEX 7010	5N50622
T003659	T003658	NEUROLOGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	DELL COMPUTER CORP	LCD	437-ERPU
T000481		OCULISTICA	OPTOMETRO	SHIN NIPPON COMMERCE INC	CP 30	815812
T000482		OCULISTICA	LAMPADA PER SCHIASCOPIA	SBISA' INDUSTRIALE SPA	/	
T000485		OCULISTICA	OFTALMOSCOPIO	KEELER LTD	VANTAGE	014398
T000485		OCULISTICA	OFTALMOSCOPIO	TOPCON CORP	PS 10	430755
T000485		OCULISTICA	OPTOMETRO	SHIN NIPPON COMMERCE INC	CP 30	936402
T000487		OCULISTICA	LAMPADA PER SCHIASCOPIA	SBISA' INDUSTRIALE SPA	/	
T000488		OCULISTICA	OPTOMETRO	SHIN NIPPON COMMERCE INC	CP 30 A	962704
T000488		OCULISTICA	LAMPADA PER SCHIASCOPIA	SBISA' INDUSTRIALE SPA	/	
T000499		OCULISTICA	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	SS	236017
T000503		OCULISTICA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001947
T000517		OCULISTICA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	273
T000527		OCULISTICA	ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA	INTERZAG AG	OCTOPUS 101	1260
T000575		OCULISTICA	FRONTIFOCOMETRO	TOPCON CORP	LM 6	312803
T000576		OCULISTICA	OPTOMETRO	SBISA' INDUSTRIALE SPA	DECIMALE	
T000577		OCULISTICA	BINOTTOFORO	SBISA' INDUSTRIALE SPA	/	
T000572		OCULISTICA	OPTOMETRO		MICROLENS	
T000579		OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	MAGNETIC RESONANCE EQUIPMENT CORP	THG 10 BA 210 013	103548587
T000580		OCULISTICA	ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA	HAAG STREIT AG	/	9402964
T000581		OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	OPTIKON OFTALMOLOGIA SPA	/	
T000582		OCULISTICA	FRONTIFOCOMETRO	SHIN NIPPON COMMERCE INC	LENSMETER	709302
T000583		OCULISTICA	LAMPADA PER SCHIASCOPIA	SBISA' INDUSTRIALE SPA	/	
T000589		OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	TWIN TABLE	
T000593		OCULISTICA	TOMOGRAFO A CORENZA OTTICA	ZEISS CARL	CIRRUS HD OCT	50002650
T003472		OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	ZEISS CARL	CV-230	CV/301709
T008474		OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	SCHUMO AG	TES 2	08A01212573
T003543		OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	SCHUMO AG	TES 2	08A01212586
T003546		OCULISTICA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	FASHION LAMP SRL	162033	69862
T003550		OCULISTICA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 20 SX	4087170
T003693		OCULISTICA	TONOMETRO	KEELER LTD	D-KAT TIPOT	10100
T004459		OCULISTICA	TONOMETRO	KEELER LTD	PULSAIR DESKTOP	2417/4279
T004466		OCULISTICA	TONOMETRO	KEELER LTD	PULSAIR DESKTOP	2417/4274
T004466		OCULISTICA	OFTALMOSCOPIO	HEINE OPTOTECHNIK	OMEGA 180	1021433
T000491	T000491	OCULISTICA	CARICABATTERIE ELETROMEDICALE	HEINE OPTOTECHNIK	ZN 50	
T003728	T000491	OCULISTICA	LAMPADA A FESSURA	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	SI 990	
T00462	T000462	OCULISTICA	APPARECCHIO ELETROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	/	03030134
T000463	T000462	OCULISTICA	TONOMETRO	INAMI & CO LTD	APLANATION TONOMETER	206222
T000494	T000492	OCULISTICA	LAMPADA A FESSURA	HAAG STREIT AG	900	
T000495	T000495	OCULISTICA	APPARECCHIO ELETROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	HAAG STREIT AG	Z 2476 V	22476V
T000495	T000495	OCULISTICA	LASER CHIRURGICO AL NEODIMIO CON CRISTALLO	ZEISS CARL	VISULAS 532 S	886320
T000560	T000600	OCULISTICA				

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Metricola
T000501	T000500	OCULISTICA	LAMPADA A FESSURA	ZEISS CARL	LSL 532 S	881426
T000502	T000500	OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	ZEISS CARL	IT 3L	867119
T000505	T000506	OCULISTICA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	HEWLETT PACKARD CO	DC 7700	CZC7071X41
T000506	T000506	OCULISTICA	TOPOGRAFO CORNEALE COMPUTERIZZATO	OCULUS OPTIKGERATE GMBH	PENTACAM HR	2851-7080
T000507	T000506	OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	SCHUMO AG	TA 0418W19	000400
T000508	T000506	OCULISTICA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	L7ZA	YENVV12089
T000509	T000509	OCULISTICA	BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO	ZEISS CARL	IOL-MASTER	1030752
T000510	T000509	OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	ZEISS CARL	IT 3L	1025621
T000511	T000511	OCULISTICA	MICROSCOPIO SPECULARE	TOPCON CORP	SP 2000 P	25341
T000512	T000511	OCULISTICA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	P 91 E	
T000514	T000513	OCULISTICA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	100574
T000515	T000515	OCULISTICA	TOMOGRAFO A CORENZA OTTICA	ZEISS CARL	VISANTE OCT	2092
T000516	T000515	OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	ZEISS CARL	IT V	4380007
T000519	T000518	OCULISTICA	TELECAMERA	SONY CORP	DXC 990 P	401629
T000520	T000518	OCULISTICA	TELECAMERA	ROPER SCIENTIFIC GMBH	MEGA PLUS 1.4 I	
T000521	T000518	OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	FIORENTINO A M SRL	AMF 510 P	1110703
T000523	T000518	OCULISTICA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	ASUS COMPUTER INTERNATIONAL	/	6D020019TN
T000524	T000518	OCULISTICA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	HITACHI MEDICAL CORP	VM 1220 K	0269549
T000525	T000518	OCULISTICA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD	MULTISYNC FE 2111 SB	305515259
T000526	T000518	OCULISTICA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D75	50049
T000527	T000575	OCULISTICA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	/	/	
T000584	T000584	OCULISTICA	LAMPADA A FESSURA	INAMI & CO LTD	T1	
T000585	T000584	OCULISTICA	TAVOLO PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	POLYOFTALMICA	T1	
T000586	T000586	OCULISTICA	LAMPADA A FESSURA	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	SL 950	9907078
T000587	T000586	OCULISTICA	APPARECCHIO ELETROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	/	
T000588	T000586	OCULISTICA	UNITA' CONTROLLO TELECAMERA	PANASONIC	GP KS 162	
T000590	T000590	OCULISTICA	LAMPADA A FESSURA	HAAG STREIT AG	900	451
T000591	T000590	OCULISTICA	APPARECCHIO ELETROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	FRASTEMA OPHTHALMICS SRL	TR 1	143
T000592	T000592	OCULISTICA	OFTALMOMETRO	SBISA' INDUSTRIALE SPA	4184	2015
T003316	T003316	OCULISTICA	OFTALMOMETRO	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	JAVAL 1	01010063
T003542	T003542	OCULISTICA	ELETTRORETINOGRAFO	CSO COSTRUZIONI STRUMENTI OFTALMICI SRL	RETIMAX PLUS	12071001
T003545	T003542	OCULISTICA	MONITOR TV	SAMSUNG ELECTRONICS	PS43 E450 A1W	B47Z349C200721W
T003547	T003542	OCULISTICA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	ASEM SPA	/	42001182
T003548	T003542	OCULISTICA	REGISTRATORE SU CARTA	SAMSUNG ELECTRONICS	CLP 325 W	Z4PRBAEC103771
T003549	T003542	OCULISTICA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	BENQ CORP	GL 950 BA	ETD7C0607
T000053		ONCOEMATOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & CSNC	MEDIKA 140	34652
T000054		ONCOEMATOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251133958D
T000057		ONCOEMATOLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	LEM SRL	ASPIMED 3.3	1198
T000071		ONCOEMATOLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	PARK HOUSE HEALTHCARE LTD	PHASE II	0502-2119N
T000072		ONCOEMATOLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	PARK HOUSE HEALTHCARE LTD	PERMAFLOW ACTIVE	50223118N
T000078		ONCOEMATOLOGIA	PIUGASSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	11051F602

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Metricola
T000081	ONCOEMATOLOGIA	POMPA DI INFUSIONE	IVAC CORP	MEDSYSTEM II	
T000091	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	969
T000092	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	972
T000093	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	968
T000094	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	940
T000095	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	941
T000096	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 120	11007
T000106	ONCOEMATOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO			
T000110	ONCOEMATOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	314
T000116	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000967	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000968	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000972	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000973	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000974	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000975	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000976	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000977	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000978	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000980	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000981	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000982	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000983	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000984	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000985	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000986	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000987	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000988	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000989	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000990	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000991	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000992	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000993	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000994	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000995	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000996	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T000997	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/	
T003420	ONCOEMATOLOGIA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOPLAN A1	3137000255
T004732	ONCOEMATOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 200	61188
T004885	ONCOEMATOLOGIA	BAGNO TERMOSTATICO	ASAL SRL	740	275
T004956	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2908
T004989	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2773
T004996	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2771
T004987	ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2822

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Riporto	Destinazione	Costruttore	Modello	Matricola
T004899		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	
T004900		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2774
T004905		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2812
T004909		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2816
T004910		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2770
T004913		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2818
T004914		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2775
T004915		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2885
T004916		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2772
T004918		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2825
T004919		ONCOEMATOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	
T000086	T000086	ONCOEMATOLOGIA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AIXOSKOP	
T000087	T000086	ONCOEMATOLOGIA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	ZEISS CARL	HBO 50	3826000244
T000088	T000086	ONCOEMATOLOGIA	LAMPADA A FLUORESCENZA	ZEISS CARL	HBO 50	09 498300929
T000089	T000086	ONCOEMATOLOGIA	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	CANON INC.	POWER SHOT G9	4233003-9000
T000097	T000097	ONCOEMATOLOGIA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD.	BH	66S1400157
T000099	T000097	ONCOEMATOLOGIA	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD.	BH 2 RFL T3	
T000122	T000122	ONCOEMATOLOGIA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BX 41	
T000123	T000122	ONCOEMATOLOGIA	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	DP 20	7122088 A2
T000125	T000122	ONCOEMATOLOGIA	MONITOR PER COMPUTER	LG ELECTRONICS INC	22LH2000	001T2DD2A106
T003661	T003661	ONCOEMATOLOGIA	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	BARD ELECTRO MEDICAL SYSTEMS INC	SITE RITE 5	DYU48002
T003662	T003661	ONCOEMATOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	BARD ELECTRO MEDICAL SYSTEMS INC	9760034	07105797
T000109		ONCOLOGIA	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	315
T000118		ONCOLOGIA	POLTRONA PER TERAPIA	GIVAS SRL	/	134401
T000119		ONCOLOGIA	POLTRONA PER TERAPIA	GIVAS SRL	/	134398
T004998		ONCOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2836
T004999		ONCOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2832
T005001		ONCOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2813
T005002		ONCOLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2829
T002685		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002686		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	SISTRIP	
T002687		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002689		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002697		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002698		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002699		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002700		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002719		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002720		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002721		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002722		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002723		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002724		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002725		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002726		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002727		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002728		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002729		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002730		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002731		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002732		ORTOPEDIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	MIDLAND RUSCH CARE SRL	KOMETTA ME 200	06B44980P
T002733		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002734		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002735		ORTOPEDIA	Elettrocardiografo Interpretativo	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20868
T002736		ORTOPEDIA	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLXGCA078608M0662
T002737		ORTOPEDIA	PRODUTTORE DI GHIACCIO	PRINCESSITALIA-SRL	/	
T002738		ORTOPEDIA	DIAFANOSCOPIO	EUROPROTEX SRL	SERIE STANDARD	
T002741		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002742		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002743		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002744		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002745		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002746		ORTOPEDIA	SEGA PER GESSI	RIMEC SRL	HAL 3000	598
T002749		ORTOPEDIA	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	RIMEC SRL	AS 20	D1009
T002750		ORTOPEDIA	DIAFANOSCOPIO	EUROPROTEX SRL	/	
T002751		ORTOPEDIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20042
T002755		ORTOPEDIA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T002760		ORTOPEDIA	Elettrocardiografo Interpretativo	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251133960D
T002763		ORTOPEDIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002780		ORTOPEDIA	SEGA PER GESSI	RIMEC SRL	HAL 3000	416
T002781		ORTOPEDIA	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	RIMEC SRL	AS 20	
T002782		ORTOPEDIA	TRAPANO ORTOPEDICO	RIMEC SRL	KR 2000	327
T002783		ORTOPEDIA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	DA RILEVARE
T002794		ORTOPEDIA	Elettrocardiografo Interpretativo	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12E2251133955D
T002795		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T003955		ORTOPEDIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002959		ORTOPEDIA	SEGA PER GESSI	RIMEC SRL	HAL 3000	00625
T002984		ORTOPEDIA	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	RIMEC SRL	AS 20	01008
T002985		ORTOPEDIA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	RIMEC SRL	FISIOTEK 2000 N°	110
T003017		ORTOPEDIA	SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	RIMEC SRL	FISIOTEK	02393
T003018		ORTOPEDIA				

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Fiscale	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003020		ORTOPEDIA	SISTEMA ELETROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	ABILITYONE KINETEC SA	KINETEC PRIMA ADVANCE	2037
T003021		ORTOPEDIA	SISTEMA ELETROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	ABILITYONE KINETEC SA	KINETEC PRIMA ADVANCE	2004
T003022		ORTOPEDIA	SISTEMA PASSAMALATI	SAVIR SPA	MOBILIZER II	00115/03
T003023		ORTOPEDIA	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	ORTHOFIX INC	AV IMPULSE SYSTEM 6000	59400
T003024		ORTOPEDIA	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	ORTHOFIX INC	AV IMPULSE SYSTEM 6000	58750
T003126		ORTOPEDIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	
T003569		ORTOPEDIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	
T004707		ORTOPEDIA	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	ARIO HOSPITAL EQUIPMENT AB	TEMPO	GB3501876720001
T005274		ORTOPEDIA	TRAPANO ORTOPEDICO	STRYKER CORP	6295-000-000 SYSTEM 6 DUAL TRIGGER ROTARY DRILL	1605311823
T005339		ORTOPEDIA	TRAPANO ORTOPEDICO	STRYKER CORP	6295-000-000 SYSTEM 6 DUAL TRIGGER ROTARY DRILL	1605311793
T000336		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	JVC LTD	TM 1500 PS	15033076
T002129		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002130		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002131		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002132		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002133		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002134		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002135		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002136		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002137		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20687
T002138		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114629A8
T002139		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	110PA-071-0053
T002140		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA CARRELLATA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	2611	D6027
T002147		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0529
T002148		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BIRTHRIGHT	923789
T002149		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20874
T002151		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0522
T002152		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6 CX	661
T002153		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	FASCIAUTO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 120B	D90023D3001
T002154		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0524
T002155		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0523
T002156		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6 CX	664
T002158		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO	HUNTLEIGH HEALTHCARE	BIRTHRIGHT	923791
T002159		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	AMEDA AG	UNIVERSAL 45	AF 860012
T002160		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR FETALE	GE HEALTHCARE	COROMETRICS 171 SERIES 170	SAS07205482PA
T002162		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0490
T002164		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENTKOFT	1913772
T002165		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6 CX	667
T002166		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ESTRATTORE OSTETRICO A VUOTO	MEDAP MEDIZINISCHE APPARATE GMBH	P 2050	1221
T002167		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114602A8
T002168		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABRIJS	10631

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002169		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2001	H3120B
T002170		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0489
T002171		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENTOKPT	1913772
T002172		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR FETALE	GE HEALTHCARE	COROMETRICS 171 SERIES 170	SAS0707B662PA
T002174		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ELETROBISTURI BIPOLARE	VALLEYLAB INC	LIGASURE 8	L6H13116V
T002175		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	10430
T002176		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS11947888
T002178		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	RESUSCIFLOW	2190779
T002179		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0493
T002180		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0494
T002187		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20041
T002236		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	NUOVA LARIS SRL	GU LUXE	2000/140
T002259		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	EXCELL 400 MCDS	1469
T002240		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	17700035
T002241		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PCMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18060433
T002243		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001186
T002244		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULSE ONE	110FA-071-0051
T002245		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	PRIMUS	ARYL-0129
T002247		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	36759
T002248		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	DATEX OHMEDA SRL	WING	0531
T002249		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T002250		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TAVOLO OPERATORIO A PIANI: CARRELLATI, BASAMENTO	SORDINA SPA	MT 8 MULTIDISCIPLINARE	12675
T002252		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	NUOVA LARIS SRL	GU LUXE	2000/142
T002263		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	GALLOIS SRL	GAMMA 5	0320
T002274		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 50 SX	
T002275		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001185
T002276		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002277		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002278		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002279		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002280		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002281		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002282		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002283		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002284		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002285		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002286		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR FETALE	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 1351 A SERIE 50 A	8326G04018
T002304		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002305		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T002306		OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20882

ELLENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola	
T002307	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002308	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002309	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002310	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002311	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002312	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002313	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002314	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002317	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MEDELA AG	014 0111 CLARIO AC DC	1246157	
T002318	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002319	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002320	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002321	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002322	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002323	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002325	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPIC CORP.	SPECTRUM	MSJ19463AB	
T002326	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002327	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T002328	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001195	
T002330	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	LMD 2140 MD	2007638	
T002386	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	SHARPLAN LASERS INC	100 XPLUME	111006	
T002418	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	GIMMI RUDOLF GMBH	ALPHA XENON LIGHT 300 W	K24750A-1013	
T002766	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	200Q33	
T003354	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	CA MI SNC	HOSPIVAC 400	1820	
T003726	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR FETALE	GE HEALTHCARE	COROMETRICS 171 SERIES 170	SAS07239587PA	
T003911	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	ACER AMERICA CORP	/	DQS34ET002602002785601	
T004064	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	INFINITY DELTA XL	6008737067	
T004368	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PULSOSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	110PA-071-0052	
T004677	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TAVOLO OPERATORIO MECCANICO	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	380000	130/98	
T004678	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO	FEBROMED GMBH	PELVITRAC		
T004680	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP		
T004681	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOSTEL SPA TELECOMUNICAZIONI	/		
T000337	T000339	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TELECAMERA	JVC LTD	CCD CM45792	10850264
T000339	1000339	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	EMC CORP	MW9120	
T002141	T002141	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ECOTOMOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HD 11	US80632013
T002142	T002141	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D897	73456
T002143	T002141	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D23 MD	YPC72R
T002144	T002141	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	SONDA ENDOCAVITARIA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	C 8-4V	Q2P95D
T008572	T002141	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	C 5-2	Q36CWD
T004731	T002141	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	C 5-2	Q36CWD

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T002237	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X8	MLX8C3B080608CD815
T002238	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MARLUX X6	MLX6C3F080608CD816
T002265	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR PER COMPUTER	FUJITSU SIEMENS	E 19-S	VV2B049928
T002266	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	ESPRIMO	YLSJ029520
T002267	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	COLPOSCOPIO	ZEISS CARL	KSK 150 FC	302303-0000
T002268	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	SONDA ENDOCAVITARIA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	C 8-4V	
T002270	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D23 MD	
T002271	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D897	
T002273	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	/	
T002272	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	ECOTOMOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	IU 22	02RCTW
T002273	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	C 5-2	036M4P
T002275	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	URODINAMICA, SISTEMA PER	SIEM SISTEMI ELETTROMEDICALI SRL	UROBENCHMARK 2000/3	1206197UB3
T002287	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	ELETTRODATA SPA	NEVADA NEXUS NQ L297T	PK297T006E00463
T002288	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	UROFLUSSOMETRO	SIEM SISTEMI ELETTROMEDICALI SRL	UROFLOW	1206
T002289	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MODULO ACQUISIZIONE DATI	ESE GMBH	URO RADIO WTSMD 32	00A7D9532B
T002289	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD CO	DESKET-F380	CN6A1GY280
T002293	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	REGISTRATORE SU CARTA	EPSON	XP 235	W2MK367496
T004687	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OEV 251 H	7359487
T003398	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV 540 PLUS	7227152
T003399	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	VIDEOPROCESSORE	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV S7 PRO	7278158
T003400	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	TELECAMERA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	OTV S7 PRO HD 12E	7232876
T003401	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 53005 A	642881
T003402	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	MEDICAPTURE INC	MEDICAP USB 200	2112527
T003403	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	INSUFFLATORI DI GAS PER LAPAROSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	UHI 3	7226149
T003404	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP2	21303671
T003405	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	VIDEOLAPAROSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WA 50012 A HD ENDOEYE	615520
T003424	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	CAMERA PER AUDIOMETRIA	AMPLIFON SPA	G 1	618
T000531	OTORINOLARINGOATRIA	AUDIOMETRO	AMPLID SPA	A 311	MIA3119905025
T000532	OTORINOLARINGOATRIA	CAMERA PER AUDIOMETRIA	AMPLIFON SPA	G 5	619
T000533	OTORINOLARINGOATRIA	STIMOLATORE OTO-CALORICO	ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO	VARIO THERM PLUS	170017201-033987-2008
T000534	OTORINOLARINGOATRIA	RIUNITO OTORINOLARINGOATRICO	MOVI SPA	STUDIO 80	0254
T000540	OTORINOLARINGOATRIA	RIUNITO OTORINOLARINGOATRICO	ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO	SERVANT 5	3526-0002
T000541	OTORINOLARINGOATRIA	MICROSCOPIO OPERATORIO	LEICA MICROSCOPY AND SCIENTIFIC INSTRUMENTS	M 300	CLS150MR
T000542	OTORINOLARINGOATRIA	TERMOSALDATRICE	BIEFFE ITALIA SRL	BF 300 S	53001002
T000543	OTORINOLARINGOATRIA	RIUNITO OTORINOLARINGOATRICO	ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO	SERVANT 5	3526-0001
T000544	OTORINOLARINGOATRIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	PENTAX CORP	LH 150 P II	11019
T000547	OTORINOLARINGOATRIA	ELETROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	LED SPA	SURTRON	77457
T000548	OTORINOLARINGOATRIA	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	SAMSUNG ELECTRONICS	DVD V 6700	96416RBPS01963D
T000549	OTORINOLARINGOATRIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	PVM 1443 MD	
T000550	OTORINOLARINGOATRIA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T000551	OTORINOLARINGOATRIA	MICROSCOPIO OPERATORIO	ZEISS CARL	OPMI 1 F	305479
T000552	OTORINOLARINGOATRIA				

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T000554		OTORINOLARINGOATRIA	RIUNITO OOTORINOLARINGOATRICO	MOVI SPA	/	0543
T000555		OTORINOLARINGOATRIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MARKOS MEFAR SPA	SP 30 BATTERY	10F0042701
T000556		OTORINOLARINGOATRIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T000557		OTORINOLARINGOATRIA	RINOSCOPIO	STORZ KARL GMBH & CO KG	7219 AA	1605180
T000558		OTORINOLARINGOATRIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	SE12EXPRESS13835201
T000559		OTORINOLARINGOATRIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33287
T000571		OTORINOLARINGOATRIA	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	TEAC CORP	PD-D2410	ACB222012
T003241		OTORINOLARINGOATRIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	SUPERSUCTION 4TS	8200
T00327		OTORINOLARINGOATRIA	LAMPADA FRONTALE	WELCH ALLYN INC	49000	07047LB01352
T003489		OTORINOLARINGOATRIA	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	EURONDA SPA	DEIONIZER	EGF120200
T003440		OTORINOLARINGOATRIA	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	EURONDA SPA	E9 MED	EGP120571
T003613		OTORINOLARINGOATRIA	PULSOSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	11051F1784
T003716		OTORINOLARINGOATRIA	LAMPADA FRONTALE	GIMA SPA	LUX 55	91110
T004786		OTORINOLARINGOATRIA	BRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	T3	2623209
T000530	T000529	OTORINOLARINGOATRIA	MODULO DI REGISTRAZIONE SU CD E DVD	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	CD 165	V5029737
TG03553	T000553	OTORINOLARINGOATRIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	FAROMED GMBH MEDIZINTECHNIK EFFNER	12 0150 HL150	1255
T002363	T000553	OTORINOLARINGOATRIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	PVM 14NS MDE	6005778
T003356	T000553	OTORINOLARINGOATRIA	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	STRYKER CORP	688 HERMES READY	1K018034
T003357	T000553	OTORINOLARINGOATRIA	TELECAMERA	STRYKER CORP	688I	010001514
T000564	T00328	OTORINOLARINGOATRIA	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD CO	DESKJET 5940	C9017A
T003328	T00328	OTORINOLARINGOATRIA	POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, SISTEMA INTEGRATO PER	NEUROSOFT	NEURO AUDIO	04385V
T003329	T00328	OTORINOLARINGOATRIA	ELABORATORE PER SEGNAI FISIOLOGICI	FUJITSU SIEMENS	LIFEBOOK A531/AH531	YLDN344269
T000815		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	ORTO ALRESA SA	CONSUL 20	080175/03
T000818		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB R 700 C	11124
T000820		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI IN ELETTRONICA SPA	RE 120 S	25124/00
T000821		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIMED SRL	AF 120	FF607EV0703
T000822		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB R 700 C	11123
T000823		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIMED SRL	AF 120	
T000824		PATOLOGIA CLINICA	AGITATORE DA LABORATORIO	CONTINENTAL EQUIPMENT SRL	SUPER MIXER	115.2001
T000825		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	ORTO ALRESA SA	DIGICEN 20	80187/15
T000826		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB R 700 C	11125
T000827		PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOSTAR PLUS	3108019762
T000829		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	VARIFUGE 3.0 R	237196
T000830		PATOLOGIA CLINICA	FRIGOEMOTECA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB BBR 700 V	70616
T000831		PATOLOGIA CLINICA	FRIGOEMOTECA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB BBR 700 V	70615
T000832		PATOLOGIA CLINICA	AGITATORE DA LABORATORIO	THERMOLYNE CORP	65800	
T000833		PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BX 50	4K01216
T000835		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB R 700 C 2	11126
T000836		PATOLOGIA CLINICA	INCUBATORE	MEMMERT GMBH CO KG	BWU 40	632199
T000837		PATOLOGIA CLINICA	INCUBATORE	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	B 6 FUNCTION LINE	97104265
T000838		PATOLOGIA CLINICA	AGITATORE DA LABORATORIO	CONTINENTAL EQUIPMENT SRL	SUPER MIXER	2468790

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	DESCRIZIONE	Costruttore	Numero Modello	Matricola
T000840		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	ALC	4214 MICRO CENTRIFUGETTE	30210900
T000841		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIMED SRL	AF 120	
T000842		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	LABOFUGE 200	75003630/01
T000845		PATOLOGIA CLINICA	CONGELATORE DA LABORATORIO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	K 4062 HSL	70383
T000953		PATOLOGIA CLINICA	CONGELATORE DA LABORATORIO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	K 4062 HSL	70624
T000954		PATOLOGIA CLINICA	FRIGOEMOTECA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB BBR 700 V	70617
T002346		PATOLOGIA CLINICA	CELLA FRIGO PER ALIMENTI	/	/	
T003426		PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO OTTO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOPLAN A1	3137000301
T003427		PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO OTTO DA LABORATORIO	ZEISS CARL	AXIOPLAN A1	3137000290
T003676		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810DK763841
T003677		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810DL863870
T003682		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810DK463843
T003693		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	EPPENDORF AG	5810 R	5811DN973576
T004035		PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15454
T004612		PATOLOGIA CLINICA	AGITATORE DA LABORATORIO	FORLAB	AG 30	5080300009
T004613		PATOLOGIA CLINICA	INCUBATORE	FALC INSTRUMENTS SRL	THERMOBLOCK	R245201
T004614		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5452 MINISPIN	01289
T004615		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	/	/	7071056
T004616		PATOLOGIA CLINICA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MEDEL SPA	KATASPIR AC 809	22632
T004617		PATOLOGIA CLINICA	BAGNO TERMOSTATICO	ASAL SRL	TRM 750	270
T004618		PATOLOGIA CLINICA	SPETTROFOTOMETRO	BOECO GMBH & CO	S-30 SPECTROPHOTOMETER	2028
T004619		PATOLOGIA CLINICA	ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER	APELEX	PS 304	650304
T004621		PATOLOGIA CLINICA	AGITATORE DA LABORATORIO	CONTINENTAL INSTRUMENTS	SUPERMIXER	263.2007
T004623		PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5480	5427AG812991
T004625		PATOLOGIA CLINICA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33286
T004627		PATOLOGIA CLINICA	BAGNO AD ULTRASUONI	GEN PROBE INC	D-78224	V06850510-EY
T004645	A032542	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15833
T004641	T000818	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15853
T004642	T000821	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15827
T004639	T000822	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2023
T004638	T000823	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15826
T004634	T000826	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15804
T004637	T000830	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15433
T004642	T000831	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F14553
T004646	T000835	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2532
T004643	T000841	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U2	A94348
T004653	T000843	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15771
T004644	T000843	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2022
T004648	T000853	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2526
T004649	T000854	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2527
T004650	T000855	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Identificativo	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Materiale	
T004047	T002986	PATOLOGIA CLINICA	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15428
T004622	T004622	PATOLOGIA CLINICA	TRANSILLUMINATORE	STRATAGENE	EAGLE EYE MINI DARKROOM CABINET	9949050
T004623	T004622	PATOLOGIA CLINICA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	ASUS COMPUTER INTERNATIONAL	/	PCM04781V0
T000008		PEDIATRIA	BAGNO TERMOSTATICO	METALARREDINOX SPA	CT 241	OT01015
T000005		PEDIATRIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	PASSPORT 2	CM08D23-B3
T000006		PEDIATRIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20326
T000007		PEDIATRIA	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRA NEB 2000	1002889
T000008		PEDIATRIA	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRA NEB 2000	1002886
T000009		PEDIATRIA	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRA NEB 2000	1002873
T000010		PEDIATRIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100 20	5090-02/00
T000014		PEDIATRIA	BILANCIA PESA NEONATI	SECA CORP	/	032045
T000018		PEDIATRIA	PULSOSSIMETRO	DATEX OHMEDA INC	6051	FBBA 00548
T000019		PEDIATRIA	BILANCIA PESA NEONATI	SECA CORP	376	5876356104526
T000022		PEDIATRIA	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	EME ELECTRO MEDICAL EQUIPMENT LTD	INFANT FLOW SYSTEM	05772
T000023		PEDIATRIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 730	0173AUU10140
T000032		PEDIATRIA	TENDA PER OSSIGENO TERAPIA	DATEX OHMEDA INC	OHIO	HDAA00108
T000033		PEDIATRIA	TENDA PER OSSIGENO TERAPIA	DATEX OHMEDA INC	OHIO	HDAA00106
T002550		PEDIATRIA	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	INFANT FLOW ADVANCE EME	6771
T003219		PEDIATRIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J1051F1398
T003781		PEDIATRIA	PULSOSSIMETRO	/	/	EB1301100136
T003783		PEDIATRIA	PULSOSSIMETRO	TECNO GAZ SPA	/	316054-M12B02110192
T003784		PEDIATRIA	ELETROCARDIOGRAFO	QIMED SRL	SE 800 A	001128-MLS803180019
T003785		PEDIATRIA	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOOTE SPA	EP 8000	03550
T003842		PEDIATRIA	REGISTRATORE SU CARTA	CITIZEN AMERICA CORP	CT-S281	1581683
T004360		PEDIATRIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GIMA SPA	PC 3000	J4200MF00559
T004361		PEDIATRIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GIMA SPA	PC 3000	
T004362		PEDIATRIA	DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO BIFASICO	METSIS MEDIKAL LTD STI	LIFE-POINT PRO AED	151400476
T004755		PEDIATRIA	AEROSOL, APPARECCHIO PER	PARI GMBH	PARI JUNIOR BOY S	2W09C23031
T004756		PEDIATRIA	AEROSOL, APPARECCHIO PER	PARI GMBH	PARI JUNIOR BOY S	2W09C2287
T004757		PEDIATRIA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULSE ONE	110PA-08H-0134
T004759		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2789
T004760		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2788
T004761		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2810
T004762		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2624
T004763		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2425
T004765		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2779
T004766		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2785
T004767		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2827
T004768		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2791
T004769		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2801
T004770		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2795

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T004771		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2803
T004772		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2750
T004773		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2804
T004777		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2798
T004778		PEDIATRIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2786
T005350		PEDIATRIA	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	18060200078
T003341	T00341	PEDIATRIA	EMOGASANALIZZATORE	ROCHE DIAGNOSTIC SYSTEM HOFFMANN LA ROCHE	COBAS-B 101	Q65061698
T001710		PNEUMOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20034
T001714		PNEUMOLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	POLIVAC B4 SLT	958-07/02
T001715		PNEUMOLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	MIDLAND RUSCH CARE SRL	KOMETTA ME 200	06844918P
T001716		PNEUMOLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	TERMIGEA SRL	IVB	17025442
T001717		PNEUMOLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	TERMIGEA SRL	IVB	102554
T001718		PNEUMOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	E-GRAFIC SRL	NEGATIV	
T001719		PNEUMOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 103	6781
T001735		PNEUMOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	GERATEBAU FEUX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	105504 PLANILUX E 120X43	74094
T001736		PNEUMOLOGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	GERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6310	0601015
T001737		PNEUMOLOGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	GERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	AR 6112	0601016
T001738		PNEUMOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3469G
T001739		PNEUMOLOGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	882800	0207/02
T001751		PNEUMOLOGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLK 4	7218158
T001752		PNEUMOLOGIA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	SVO 9500 MDP	451773
T001753		PNEUMOLOGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLE 10	7147691
T001754		PNEUMOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	BAIER ENDOSKOPIE UND MEDIZINTECHNIK GMBH	XR 140	
T001755		PNEUMOLOGIA	VIDEOBRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF 1T180	2902711
T001757		PNEUMOLOGIA	BRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF 3C40	2711413
T001758		PNEUMOLOGIA	VIDEOBRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF-XP160F	2900674
T001759		PNEUMOLOGIA	VIDEOBRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF F260 LUCERA	2900418
T001761		PNEUMOLOGIA	VIDEOBRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF 1T180	2902692
T001763		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010249061378
T001772		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001773		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001774		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001775		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001776		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001777		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001778		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001779		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001780		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001781		PNEUMOLOGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	TEKNOLIT SPA	BISTRIP	
T001782		PNEUMOLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	PARK HOUSE HEALTHCARE LTD	DELTA	125N
T003593		PNEUMOLOGIA	PULSOSSIMETRO	EDAN INSTRUMENTS INC	H 100 N	216026M12504870003

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T003621		PNEUMOLOGIA	SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	SPIROLAB II	A2305310860
T003642		PNEUMOLOGIA	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0268
T003668		PNEUMOLOGIA	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	METALARREDINOX SPA	AEU 08068210	AR24138
T003721		PNEUMOLOGIA	SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	SPIRODOC CON SPO2	A23-OW-05937
T003722		PNEUMOLOGIA	SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	SPIRODOC CON SPO2	A23-OW-05935
T003723		PNEUMOLOGIA	SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	MIR SRL MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH	SPIRODOC CON SPO2	A23-OW-05936
T003896		PNEUMOLOGIA	BRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF TE2	2614174
T004077		PNEUMOLOGIA	PULSOSSIMETRO	NONIN MEDICAL INC	2500	129101282
T004078		PNEUMOLOGIA	PULSOSSIMETRO	NONIN MEDICAL INC	2500	501667445
T005207		PNEUMOLOGIA	VIDEOBRONCOSCOPIO	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	BF UC180F	7722359
T001682	T001682	PNEUMOLOGIA	SPIROMETRO COMPUTERIZZATO	INSPIRE HEALTH LTD	HDPFT 3000	2011HE119
T001689	T001689	PNEUMOLOGIA	SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	COSMED SRL	QUARK PFT ERGO	9910223
T001740	T001740	PNEUMOLOGIA	SISTEMA TELEVISO PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CV 260 SL	7824707
T001741	T001740	PNEUMOLOGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV 260 SL LUCERA SPECTRUM	7813767
T001744	T001740	PNEUMOLOGIA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP1	29 08209
T001745	T001745	PNEUMOLOGIA	SISTEMA TELEVISO PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CV 260 SL	7962564
T001746	T001745	PNEUMOLOGIA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	CLV 180 EXERA II	7901358
T001747	T001745	PNEUMOLOGIA	MONITOR TELEVISO PER BIOIMMAGINI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	QEV 181 H	7923339
T001748	T001745	PNEUMOLOGIA	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	OLYMPUS OPTICAL CO LTD	WM NP1	29 08214
T002916		POLIAMBULATORIO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002917		POLIAMBULATORIO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002920		POLIAMBULATORIO	LAMPADA SCIALITICA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	2611	D6025
T002921		POLIAMBULATORIO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	SAPIMED SPA	GLF 100	3501299
T002922		POLIAMBULATORIO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002923		POLIAMBULATORIO	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	AGILENT TECHNOLOGIES	M 1770 A PAGE WRITER 300 PI	CND4940942
T002924		POLIAMBULATORIO	DENSITOMETRO OSSEO	IGEA SRL	B&M SONIC BONE PROFILER	12370309
T002925		POLIAMBULATORIO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002926		POLIAMBULATORIO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002927		POLIAMBULATORIO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T003382		POLIAMBULATORIO	LAMPADA SCIALITICA	GALLOIS SRL	GAMMAS	0819
T005240		POLIAMBULATORIO	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	HEINE OPTOTECHNIK	HK 7000	12000000331
T000797		PRONTO SOCCORSO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33285
T001909		PRONTO SOCCORSO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MORETTI SPA	ASPIMED 3.3	1431
T001911		PRONTO SOCCORSO	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MORETTI SPA	ASPIMED 3.3	1428
T001912		PRONTO SOCCORSO	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T001913		PRONTO SOCCORSO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MLX 6 CA 0706	0SM0566
T001914		PRONTO SOCCORSO	LAMPADA SCIALITICA	MARTIN MEDIZINTECHNIK GMBH	MCX 6 CA 2706	0SM0565
T001915		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0529
T001916		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0528
T001917		PRONTO SOCCORSO	DIAFANOSCOPIO	GIVAS SRL	/	
T001918		PRONTO SOCCORSO	TERMO SALDATRICE	GANDUS SALDATRICE SRL	MEDICAL H 400	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Rapporto	Descrizione	Costitutore	Modello	Matricola
T001919		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114593A8
T001920		PRONTO SOCCORSO	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 3000	SRWC-0093
T001921		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0505
T001922		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0504
T001925		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114594B8
T001926		PRONTO SOCCORSO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	SIEMENS AG	SEROV 1.	EVV6410354
T001927		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114621A8
T001928		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872388
T001929		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0314
T001930		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114614A8
T001931		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0514
T001932		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0512
T001935		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114616A8
T001936		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872377
T001937		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0310
T001938		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872389
T001939		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0313
T001940		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0519
T001941		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114624A8
T001943		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0521
T001944		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	CARILEX MEDICAL GMBH	DUAL	2809771
T001945		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345900	0403
T001946		PRONTO SOCCORSO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20322
T001948		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0506
T001949		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0503
T001950		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	345900	0404
T001951		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	CARILEX MEDICAL GMBH	DUAL	28097767
T001952		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS119471B8
T001958		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0513
T001959		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872393
T001960		PRONTO SOCCORSO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0508
T001961		PRONTO SOCCORSO	PRESIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO FER	RESPIRONICS INC	BIPAP HARMONY	1234868
T001962		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0103
T001963		PRONTO SOCCORSO	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0104
T001964		PRONTO SOCCORSO	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872394
T001965		PRONTO SOCCORSO	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS119477B8
T001966		PRONTO SOCCORSO	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20880
T001967		PRONTO SOCCORSO	PUISOSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	J1051F1412
T001968		PRONTO SOCCORSO				

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Settore	Settore	Descrizione	Costruttore	Modello	Materiale
T001970	PRONTO SOCCORSO		ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MORETTI SPA	ASPIMED 3.3	1429
T001978	PRONTO SOCCORSO		TESTA LETTO, APPARECCHIO	EUROHM SRL	TRAVE WING	0530
T002069	PRONTO SOCCORSO		VENTILATORE POLMONARE PER ANESTESIA	SIEMENS AG	SERVO VENTILATOR 900 D	EV/09174635
T002079	PRONTO SOCCORSO		TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0520
T002634	PRONTO SOCCORSO		DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001457
T003195	PRONTO SOCCORSO		VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO PER SUPPORTO VITALE	HOFFRICHTER GMBH	CARAT II	C08F1970
T003530	PRONTO SOCCORSO		PULSOSIMETRO	SPENCER ITALIA SRL	OTIS 2000	09804013017
T003687	PRONTO SOCCORSO		ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	106970-M13305960001
T003695	PRONTO SOCCORSO		ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	M1560617001
T003696	PRONTO SOCCORSO		ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	M1560617002
T004750	PRONTO SOCCORSO		LETTO PORTAPAZIENTE	HILL ROM CO INC	TRAUMA-TRANSTART P8040	HRP002275805
T001923	T001923	PRONTO SOCCORSO	LAMPADA SCIALITICA	DR MACH GMBH & CO	MACH 500 F	5004003000
T001924	T001923	PRONTO SOCCORSO	LAMPADA SCIALITICA	DR MACH GMBH & CO	MACH 380 F	3804003000
T001953	T001953	PRONTO SOCCORSO	ECOTOMOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 2540 A	US20505842
T001954	T001953	PRONTO SOCCORSO	MONITOR TELEVISIVO PER BIOMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	MCMD 02 AA	M2540-66500
T001956	T001953	PRONTO SOCCORSO	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	S 4-2	02GT7Q
T003573	T001953	PRONTO SOCCORSO	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	L 12-3	02M8DB
T003669	T001953	PRONTO SOCCORSO	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	C 5-2	02VGGN
T003795	T003795	PRONTO SOCCORSO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA V300	ASJB-DE82
T003823	T003823	PRONTO SOCCORSO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA V300	ASJB-H189
T003824	T003823	PRONTO SOCCORSO	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	150730261430
T004748		PRONTO SOCCORSO DEA	LETTO PORTAPAZIENTE	HILL ROM CO INC	TRAUMA-TRANSTART P8040	HRP002275159
T004749		PRONTO SOCCORSO DEA	LETTO PORTAPAZIENTE	HILL ROM CO INC	TRAUMA-TRANSTART P8040	HRP002278117
T004751		PRONTO SOCCORSO DEA	LETTO PORTAPAZIENTE	HILL ROM CO INC	TRAUMA-TRANSTART P8040	HRP002276156
T004752		PRONTO SOCCORSO DEA	LETTO PORTAPAZIENTE	HILL ROM CO INC	TRAUMA-TRANSTART P8040	HRP002278112
T004753		PRONTO SOCCORSO DEA	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO	BREAS MEDICAL'AB	VIVO 30	ES10275
T002056		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	IW 934 COSYCOT	D81015001526
T002057		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	01365
T002058		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101998002955
T002059		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	AEROSOL, APPARECCHIO PER	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRA NEB	1002885
T002066		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	BILANCIA PESA NEONATI	TANITA CORP	TL 150 MA	0206
T002067		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDKA 140	34653
T002068		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	TESTA LETTO, APPARECCHIO	SOXIL SPA	WING SISTEMA MODULARE PER INSTALLAZIONE A PARETE	0527
T004196		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	AFMA SRL	/	/
T000612		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	120X43	4795
T000613		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	120X43	4795
T000614		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	120X43	4795
T000615		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	120X43	4795
T000627		RADIOLOGIA	ORTOPANTOMOGRAFO	SOREDEX INSTRUMENTARIUM OYL	CRANE D CEPH	H53749
T000631		RADIOLOGIA	SISTEMA RADIOGRAFICO POLIFUNZIONALE SU PERICOLA	GE HEALTHCARE	PROTEUS XR!	GE-10473
T000651		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	/

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T000662		RADIOLOGIA	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR COMPACT	58085
T000663		RADIOLOGIA	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR COMPACT	68106
T000664		RADIOLOGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 4735 A HEARTSTART XL	USD0113859
T000665		RADIOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	CATO	ARSH0010
T000690		RADIOLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100	5572-03/02
T000692		RADIOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33282
T000707		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	103012 PLANILUX LA 120X44	
T000709		RADIOLOGIA	STERFOTASSI E NEURORADIOCHIRURGIA SISTEMA DI RIFERIMENTO PER	SIEMENS AG	/	RXL20708196
T000710		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO A SPOT	GERATEBAU FELIX SCHULTE GMBH & CO KG PLANILUX	IRIS 100	3952
T000711		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T000712		RADIOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 21 MD	74078
T000717		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T001643		RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES SPA	BASIC 100 30	02\21192-05
T001862		RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES SPA	BASIC 100 30	50300148
T002257		RADIOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	10432
T002657		RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	GILARDONI SPA	CALEIDON 3201	00905605-00002
T003054		RADIOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 3000	BOD/1871G
T003096		RADIOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS	10596
T003167		RADIOLOGIA	MONITOR	HME LTD	LIFEPULSE	745CX0100367-08
T003170		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	M NP 120 120X43 CM	
T003171		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	M NP 120 120X43 CM	
T003173		RADIOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	TITUS	ARPL-0014
T003179		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	M NP 120 120X43 CM	
T003180		RADIOLOGIA	DIAFANOSCOPIO	CABLAS SRL	M NP 120 120X43 CM	
T003181		RADIOLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	/	20050
T004810		RADIOLOGIA	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADE DA VISITA AMB.)	DR MACH GMBH & CO	MACH LED 130	16/16234
T004831		RADIOLOGIA	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	016060/18960852
T004835		RADIOLOGIA	SONDA ENDOCAVITARIA	SAMSUNG ELECTRONICS	EA2-11B	KOJSM\GGB00003L
T004838		RADIOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	HUNTLEIGH HEALTHCARE	LIFEPULSE	774AB43025018
T005220		RADIOLOGIA	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	FABIUS MRI	ASJ1-0275
T005289		RADIOLOGIA	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HEARTSTART XL+	US61613019
T000628-T000631	T000631	RADIOLOGIA	CONSOLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	SEDECAL	MPS 50	C-15677
T000629-T000631	T000631	RADIOLOGIA	GENERATORE D_ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	SEDECAL	SHF 535	A15677
T000632-T000631	T000631	RADIOLOGIA	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	/	/	05-167
T300683-T000631	T000631	RADIOLOGIA	TELERADIOGRAFO	ISOTOPAN SRL	ORTOGRAPH 36	186/2002
T4003287-T000631	T000631	RADIOLOGIA	COLLIMATORE	RALCO SRL	R 302 L/A DHHS	170/17284
T400655-T000655	T000655	RADIOLOGIA	ECOTOMOGRAFO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	SSA 370 A POWER VISION 6000	89613654
T300635-T000655	T000655	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	/	
T300657-T000655	T000655	RADIOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	CP 900	2393
T300658-T000655	T000655	RADIOLOGIA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	PANASONIC	AG MD 830	
T300659-T000655	T000655	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLM 703 AT	C1614304

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Cittadino	Modello	Matricola
T003374	T000655	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PVM 375 AT	D3542939
T003624	T000655	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLM 805 AT	B0569132
T000666	T000666	RADIOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E21E3337G
T000667	T000666	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	C0980011667
T000668	T000666	RADIOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELLINE	TRAM RAC 2A	F2RD9480S
T000670	T000670	RADIOLOGIA	DOSIMETRO	PTW FREIBURG GMBH	DIAMENTOR M2	
T000694	T000694	RADIOLOGIA	ABLATORE PER ARTERIECTOMIA	STRAUB MEDICAL AG	STRAUB ROTAREX	99007/010
T000697	T000697	RADIOLOGIA	MAMMOGRAFO	SIEMENS AG	MAMMOMAT 3000	03277511
T000698	T000697	RADIOLOGIA	CONSOLLE DI COMANDO	SIEMENS AG	6438506	01277511
T000708	T000697	RADIOLOGIA	COMPLESSO RADIOGENO	SIEMENS AG	P 40 MOW	2521
T000699	T000699	RADIOLOGIA	ECOTOMOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	HDI 5000	02170V
T000700	T000699	RADIOLOGIA	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	PANASONIC	AG MD 835 B	J2TC00115
T000701	T000699	RADIOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD	59972
T000702	T000699	RADIOLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP D23 MD	82956
T000703	T000699	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	/	
T000705	T000699	RADIOLOGIA	SONDA ENDOCAVITARIA	ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORIES INC	C9-5	4660-0205-19
T003384	T000699	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	CS-2	D4000-6574-06
T003479	T000699	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	L 12-5	0351WN
T000713	T000713	RADIOLOGIA	SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA ECT O RADIOGRAFICA	FISCHER IMAGING CORP	MAMMOTEST PLUS S	96541001005
T000714	T000713	RADIOLOGIA	COMPLESSO RADIOGENO	FISCHER IMAGING CORP	/	77225G-7
T000718	T000713	RADIOLOGIA	ARMADIO DELL ELETTRONICA	FISCHER IMAGING CORP	85490G-4	60814001-003
T000715	T000715	RADIOLOGIA	ASPIRATORE PER BIOPSIA	ETHICON ENDO SURGERY INC	MAMMOTOME SMART VAC SCM23	2300716
T000716	T000715	RADIOLOGIA	MANIPOLO	ETHICON ENDO SURGERY INC	ST HOLSTER	R85705G-3
T000719	T000715	RADIOLOGIA	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	FISCHER IMAGING CORP	/	77205-8
T000720	T000715	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	FISCHER IMAGING CORP	/	AN000023001113
T000808	T000609	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MEDRAD INC	STELLANT	300703211263
T000809	T000809	RADIOLOGIA	INIEZIONE ANGIOGRAFICO	MEDRAD INC	STELLANT TM	300704010072
T000810	T000812	RADIOLOGIA	CONSOLLE DI COMANDO	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	844001 D	C10510B517
T000811	T000812	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	/	C10510B517
T000812	T000812	RADIOLOGIA	INIEZIONE ANGIOGRAFICO	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	OPTIVANTAGE DH	C10510B517
T002371	T002371	RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	SIEMENS AG	SIREMOBIL COMPACT	SPG603134
T002375	T002375	RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	SIEMENS AG	SIREMOBIL COMPACT	SPG603133
T002381	T002381	RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MTH R	26031
T002790	T002790	RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	GE HEALTHCARE	OEC 9800 PLUS	A/5229120
T003107	T003100	RADIOLOGIA	CONSOLLE DI COMANDO	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	OPTIVANTAGE	CM4108538
T003100	T003100	RADIOLOGIA	INIEZIONE ANGIOGRAFICO	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	OPTIVANTAGE DH	C10410B556
T003168	T003168	RADIOLOGIA	INIEZIONE ANGIOGRAFICO	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	OPTIVANTAGE DH	C1110B5549
T003169	T003168	RADIOLOGIA	CONSOLLE DI COMANDO	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH	OPTIVANTAGE	C11085549
T003174	T003174	RADIOLOGIA	INIEZIONE PER RISONANZA MAGNETICA	MEDRAD INC	SPECTRIS SMR 200	90100363830470
T003252	T003252	RADIOLOGIA	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	MTH R	26032
T003899	T003899	RADIOLOGIA	ECOTOMOGRAFO	SAMSUNG ELECTRONICS	ACCUVIX A35	50V7MBHG10001IA

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003700	T003699	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	/		ORYTH3EFA00012M
T003701	T003699	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG ELECTRONICS	CA1-7A	KOHYM3GG300022W
T003702	T003699	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG ELECTRONICS	LA3-16A - USP-L03GF40/WR	KOHYM3GG100021K
T004807	T003699	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG ELECTRONICS	CF 4-9	K0FRM3GGCA00007P
T003703	T003703	RADIOLOGIA	ECOTOMOGRAFO	SAMSUNG ELECTRONICS	ACCUVIX A55	50V7M3HG300005P
T003704	T003703	RADIOLOGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	SAMSUNG ELECTRONICS	S23C MV1H5	ORYTH3EFC00062W
T003705	T003703	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG ELECTRONICS	LA3-16A - USP-L03GF40/WR	KOHYM3GG100009W
T003706	T003703	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG ELECTRONICS	CA1-7A	KOHYM3GG400007A
T004399	T003703	RADIOLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	SAMSUNG ELECTRONICS	CA1-7A	A5229418
T001973	T004193	RADIOLOGIA	STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	GE HEALTHCARE	XT	
T001975	T004193	RADIOLOGIA	COMPLESSO RADIOGENO	GE HEALTHCARE	MX 100 CT	50394TY6
T003275	T004193	RADIOLOGIA	TELERADIOGRAFO	ISOTOPAN SRL	ORTOGRAPH 36	
T004193	T004193	RADIOLOGIA	COLLIMATORE	MEDYS SPA	ULTRAMET SM	118750M09
T004192	T004193	RADIOLOGIA	ARMADIO DELL_ELETTRONICA	/	SHF-535	G-2
T004193	T004193	RADIOLOGIA	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	SEDECAL	MPS 50	C-29601
T004832	T004832	RADIOLOGIA	RADIOBISTURI	COVIDIEN	COOL TIP E SERIES RF SYSTEM	P010143T
T004833	T004832	RADIOLOGIA	POMPA PER VUOTO	COVIDIEN	RF ABLATION PUMP	P0G0142P
T005217	T005219	RADIOLOGIA	TELEMETRIA SPO2, UNITA' TRASMITTENTE PER	INVIVO CORP	MSIP CRM PMO WIRELESS SPO2	US40897112
T005218	T005219	RADIOLOGIA	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMITTENTE PER	INVIVO CORP	MSIP CRM PMO WIRELESS ECG	US40600593
T005219	T005219	RADIOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXPRESSION MR 200	US54000553
T005220	T005219	RADIOLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	EXPRESSION IP 5	US51902266
T005221	T005219	RADIOLOGIA	TELEMETRIA, UNITA' RICEVENTE PER	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	RADIO MODULE	SG16204871
T005224	T005219	RADIOLOGIA	APPARECCHIO Elettromedicale, ALIMENTATORE PER	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	TC21M 1402	1402C152528113H1
T005225	T005219	RADIOLOGIA	CARICABATTERIE Elettromedicale	INVIVO CORP	9023	K5412
T005230	T006315	RIANIMAZIONE	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34453 GREEN	
T006133		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 3000	SRWC-0091
T006691		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0267
T001788		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	PASSPORT 2 LT	
T001789		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08BB0176
T001790		RIANIMAZIONE	POMPA A SIRINGA	B BRAUN GMBH	PERFUSOR COMPACT	30257
T001793		RIANIMAZIONE	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T001794		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08BB0170
T001795		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	0206
T001796		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	M5300116H7
T001797		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0207
T001798		RIANIMAZIONE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001339
T001799		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	100901092005
T001800		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101021096025
T001801		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0268
T001802		RIANIMAZIONE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001189

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Materiale
T001804		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS100154H7
T001805		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	207
T001806		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08880203
T001807		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0205
T001810		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000872384
T001811		RIANIMAZIONE	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0105
T001812		RIANIMAZIONE	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T001813		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	486
T001814		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114601A8
T001815		RIANIMAZIONE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001561
T001816		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101028095470
T001817		RIANIMAZIONE	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T001818		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101202099120
T001820		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	485
T001821		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0255
T001822		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS100151H7
T001823		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08880179
T001824		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0205
T001826		RIANIMAZIONE	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T001827		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS100150H7
T001828		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	0202
T001829		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101021096028
T001830		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08880172
T001831		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101102096745
T001833		RIANIMAZIONE	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18091211
T001835		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0261
T001836		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS01337C6
T001837		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	0203
T001838		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000872396
T001839		RIANIMAZIONE	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0109
T001840		RIANIMAZIONE	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	
T001841		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101006094682
T001842		RIANIMAZIONE	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08880174
T001843		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS100135H7
T001844		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0255
T001845		RIANIMAZIONE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	101997001427
T001846		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	0204
T001850		RIANIMAZIONE	UNITA' CENTRALE PER POMPE DI INFUSIONE	MOSCARINO SAS	/	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Creatore	Modello	Matricola
T001851		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101202099137
T001852		RIANIMAZIONE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 200	15979
T001854		RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08BBB0163
T001855		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS117218AB
T001856		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0206
T001857		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	0201
T001858		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	100901092003
T001860		RIANIMAZIONE	SISTEMA TELEVISOVO PER ENDOSCOPIA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20043020-TELEPACK	DB33529
T001861		RIANIMAZIONE	Elettrocardiografo Interpretativo	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20384
T001863		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	MAQUET CRITICAL CARE AB	SERVO I UNIVERSAL	EVV6406271
T001864		RIANIMAZIONE	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T001865		RIANIMAZIONE	Elettrocardiografo Interpretativo	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20885
T001866		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 3000 PLUS	ASBM-0170
T001867		RIANIMAZIONE	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	18352
T001868		RIANIMAZIONE	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	26530
T001869		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	MAQUET CRITICAL CARE AB	SEKVO I ADULT	EVV6406270
T001870		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER ISO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0262
T001871		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0265
T001883		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDHENKOFT	1913773-1
T001903		RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	TOTALCARE DUO 2	08BBB0180
T002000		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0209
T002001		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114609AB
T002002		RIANIMAZIONE	CARRELLO ELETTRIFICATO	MOSCARINO SAS	/	
T002003		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	205
T002004		RIANIMAZIONE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	DATEX OHMEDA INC	SOXIL TWIN	200
T002005		RIANIMAZIONE	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000872383
T002006		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0210
T002007		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS100124H7
T002008		RIANIMAZIONE	Elettrocardiografo Interpretativo	ESAOTE SPA	P 8000 POWER	20883
T002009		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101006094693
T002011		RIANIMAZIONE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	101021096081
T002012		RIANIMAZIONE	SISTEMA ANTIDECLIBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC010B
T002013		RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0264
T002014		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MM04617C6
T002015		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MM04679C6
T002016		RIANIMAZIONE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	GE HEALTHCARE	DASH 3000	B0D11568G
T002018		RIANIMAZIONE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	FASET SPA	ZOB	060504
T002019		RIANIMAZIONE	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	/	/	101801
T002020		RIANIMAZIONE	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	LIDCO LTD	LIDCO PLUS	7102-05-1293
T002024		RIANIMAZIONE	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	01606/18091210
T002031		RIANIMAZIONE				

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Parte	Reparto	Descrizione	Cosuttore	Modello	Matricola
T002032	RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0205
T002034	RIANIMAZIONE	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	BIONET CO LTD	CARDIO TOUCH 3000S	TE 06200377
T002041	RIANIMAZIONE	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T002389	RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0204
T003120	RIANIMAZIONE	DIAFANOSCOPIO A SPOT	/	/	
T003197	RIANIMAZIONE	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	TAEMA SA	EXTEND XT	XT0204
T003264	RIANIMAZIONE	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	STORZ KARL GM3H & CO KG	20131501 XENON NOVA 175	BC 0627824
T003265	RIANIMAZIONE	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20131501 XENON NOVA 175	BC 0627816
T001635	T001635	ECOTOMOGRAFO	GE HEALTHCARE	LOGIQ 3	5125WSO
T001636	T001635	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 21 MD	75593
T001637	T001635	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 895 MD W	44790
T003684	T001635	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	BL	148191PDD
T004029	T001635	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	AY-15 CUI	MON-12-0034...
T004088	T001635	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	3S	562572WX8...
T001791	T001791	ELETTROENCEFALOGRAFO	VIASYS HEALTHCARE INC NEUROCARE GROUP	NICOLET ONE	V32-07300260...
T001792	T001791	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	TECRA S1	PN0702031...
T003339	T001860	TELECAMERA	STORZ KARL GMBH & CO KG	20212030 TELECAM	A8730892-H
T001863	T001862	COLLIMATORE	RALCO SRL	R 105	043/12436...
T003277	T001862	COMPLESSO RADIOGENO	IMD INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES SPA	/	/
T003118	T003118	CENTRALE MONITORAGGIO	DATASCOPE CORP	PANORAMA	EU10503617...
T003119	T003118	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	ACER AMERICA CORP	AL 1917	73405322742
T003607	T003607	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	ESAOTE SPA	MYLAB GUIDE	7130026
T003608	T003607	SONDA ECOGRAFICA	ESAOTE SPA	30-5	NON PRESENTE
T003671	T003672	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	TECRA A11-10E	IIA014021HSTSE000500E1TB
T003672	T003672	TROMBOELASTOGRAFO	HAEMOSCOPE CORP	CTEG 5000	0911-2860-MBB
T003673	T003672	CONVERTITORE ANALOGICO DIGITALE	HAEMONETICS CORP	100 AD	267943
T002967	RIANIMAZIONE E ANESTESIA DI URGENZA - CAMERA IPERBARICA	BISTURI AD ULTRASUONI	MISONIX INC	SONIC ONE	SO-0113-2005
T002968	RIANIMAZIONE E ANESTESIA DI URGENZA - CAMERA IPERBARICA	ELETROCARDIOGRAFO	ESAOTE SPA	P 80	5088
T002970	RIANIMAZIONE E ANESTESIA DI URGENZA - CAMERA IPERBARICA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MARKOS MEFAR SPA	SP 40	98F0000188
T003437	RIANIMAZIONE E ANESTESIA DI URGENZA - CAMERA IPERBARICA	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	EURONDA SPA	DEIONIZER	EGF120199
T003438	RIANIMAZIONE E ANESTESIA DI URGENZA - CAMERA IPERBARICA	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	EURONDA SPA	E9 MED	EGP120572
T003776	RIANIMAZIONE E ANESTESIA DI URGENZA - CAMERA IPERBARICA	TERMOSALDATRICE	MOCOM SRL	MILLSEAL PLUS	15MY0902
T000176	SALA OPERATORIA	POMPA A SIRINGA	CARDINAL HEALTH CORP	ALARIS CC GUARDRAILS	800313225
T003633	SALE OPERATORIE DI ELEZIONE DEA	STIMOLATORI NEUROMUSCOLARE	B BRAUN GMBH	STIMUPLFX HNS 11	34182
T003870	SALE OPERATORIE DI ELEZIONE DEA	TRAPANO ORTOPEDICO	STRYKER CORP	CORE MICRO DRILL	070371285
T000307	T000307	SALE OPERATORIE DI ELEZIONE DEA	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	AESCLAP AG & CO KG	AXEL 300
T004211	SALE OPERATORIE DI URGENZA	PULSOSSIMETRO	AMI ITALIA SRL	MAX PULS ONE	11086-086-0980
T000722	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CONGELATORE DA LABORATORIO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	KRYOLAB 500 V	36169
000725	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CONGELATORE DA LABORATORIO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	SF 24	34410
000727	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	AIC	4235	24-1094
000728	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	AGITATORE PROVETTE DA LABORATORIO	FORLAB	MT 135	29130730

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T000729		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	AGITATORE DA LABORATORIO	DYNAL BIOTECH AS	SAMPLE MIXER	9704NB
T000731		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	/	
T000732		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CONGELATORE DA LABORATORIO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	GSS 3065 OS	1983197
T000742		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	AGITATORE DA LABORATORIO	INTERCONTINENTAL SRL	SUPER MIXER	838.99
T000744		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5415 D	5425 19535
T000748		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA REFRIGERATA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	CRYOFUGE 6000 I	259925
T000749		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA REFRIGERATA	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	CRYOFUGE 6000 I	LA0818927
T000750		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	INCUBATORE	BIOITALIA SAS DI PIERO PICCINELLI & C	RTB 4100	IT41191
T000752		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGORIFERO DOMESTICO	FOX BOMPANI SPA	BO 02453	25548
T000753		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FKS 3600	19834/97
T000754		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CONGELATORE DA LABORATORIO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	SUPER ARTIC 700	SUA070011BV039
T000755		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO	BIOITALIA SAS DI PIERO PICCINELLI & C	BIO 4 PL	IT2005/1037
T000756		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	ALC	PK 130	305010628
T000758		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	AGITATORE DA LABORATORIO	JP SELECTA SA	/	136
T000759		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGOEMOTECA	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	EMOTECA 700 LUX	36858
T000761		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CONGELATORE DA LABORATORIO	/	A 170 IT	A110071600
T000762		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	INCUBATORE	WEISS GALLENKAMP	ECONOMY INCUBATOR WITH FAN SIZE 2	SG91/08/451
T000763		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGOEMOTECA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB BBR 1500 V	70477
T000764		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FKS 3500	198397
T000765		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	FRIGOEMOTECA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB BBR 700 V	70492
T000766		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	PREPARATORE DI COLLA FIBRINA	/	APU 750	75069
T000767		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA DONATORE	BAXTER HEALTHCARE CORP	4F4R4213	D32355
T000768		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA PER TERAPIA	GIWAS SRL	AP 4195	001105751
T000769		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA DONATORE	/	NOVO 852/3	
T000770		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA PER TERAPIA	OMA SNC	MULTIPOSIZIONI 800.00	02-06/06
T000771		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA BONATORE	BAXTER HEALTHCARE CORP	/	01-06/06
T000780		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	BILANCIA PESAPERSONE	SECA CORP	/	
T000781		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE	VIVOSTAT A/S	VIVOSTAT SYSTEM	35084
T000782		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	384300 DAY CLINIC	239104
T000784		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA DONATORE	/	NOVO 852/3	
T000785		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	POLTRONA DONATORE	/		
T000787		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	SALDATORE DI SACCHE	FRESENIUS KABI AG	902402	1NMO8723
T000789		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	SALDATORE DI SACCHE	FRESENIUS KABI AG	COMPOSEAL	9NMO7614
T000851		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	SALDATORE DI SACCHE	FRESENIUS KABI AG	COMPOSEAL MOBILEA	9NP03147
T003678		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810DK063838
T003679		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810DK863844
TQ03680		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	5810DK063842
TQ03681		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	CENTRIFUGA	EPPENDORF AG	5810	AA1468
TQ03694		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	GIORGIO BORMAC SRL	MARCONI SPY N1	A88084
TQ04595		SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	GIORGIO BORMAC SRL	MARCONI SPY RF	F15452
TQ03554	T00572	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2026
TQ03585	TQ03585	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice interne	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003992	T000752	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15796
T003993	T000753	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	A42021
T003994	T000753	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U2	F09255
T003993	T000754	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15794
T003981	T000755	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15835
T003991	T000761	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15799
T003990	T000762	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2020
T003995	T000763	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15851
T003986	T000764	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15760
T003987	T000766	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U2	A94347
T003985	T003892	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	F15847
T003982	T003893	SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE	DATALOGGER, SISTEMA PER	JULES RICHARD INSTRUMENTS	SPY RF U1	AA2019
T000999		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100 20	589410103
T001000		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	LAMPADA SCIALITICA	RIMSA P LONGONI SRL	TRIS A PIANTANA	6182
T001001		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	LAMPADA SCIALITICA	RIMSA P LONGONI SRL	TRIS A PIANTANA	6220
T001002		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	ELETROCARDIOGRAFO	REMIKO ITALIA SPA	CARDIOLINE DELTA 3	940407002
T001003		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	DEFIBRILLATORE MANUALE MONOFASICO	ESAOE SPA	MDF	101672005
T001004		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	FRL 180 V GL	33610
T001005		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	ELETROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	BIOREM GROUP	COMPACT 100 BRT100	961107232
T001014		TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE	PULSOSSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500	
T001132		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34453 GREEN	
T001481		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL	0601054
T001484		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA	ARSF0344
T001485		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3208G
T001539		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	10BC0065
T001541		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3206G
T001544		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL	0601042
T001545		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL	601047
T001548		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD 1200	HRP001478726
T001550		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3222G
T001553		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	CF 130	38590
T001554		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL	0601053
T001555		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000872390
T001561		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA	ARSH-0216
T001562		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF31B0G
T001565		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL	0601052
T001566		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	10BC0037
T001567		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP001478725
T001569		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	44041

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T001611		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	382800	211
T001613		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MISURATORE GITTATA CARDIACA	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	VIGILANCE	3159 E
T001614		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 104	6893
T001615		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	METALARREDINOX SPA	LP IN SD	IN03014
T001616		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CONTROPULSATORE AORTICO	DATASCOPE CORP	SYSTEM 98 XT	S806351G2
T001617		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA	ARSP0348
T001622		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA	ARSH0217
T001624		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	382800	0204\02
T001625		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SANIX SRL	SOLIX SX 50	141204
T001626		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	0601046
T001628		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA 2 DURA	ARSP0345
T001629		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITÀ DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3199G
T001632		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	0601056
T001633		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	382800	205
T001642		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	44046
T001645		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 2000	SRSH0085
T001646		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE DI EMERGENZA	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	OXYLOG 2000	SRSH0092
T001647		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	ARIZANT HEALTHCARE INC	BAIR HUGGER 505	44048
T001648		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD 1200	HRP001478722
T001649		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	10BC0068
T001651		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITÀ DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3212G
T001654		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL	0601051
T001655		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CONTROPULSATORE AORTICO	DATASCOPE CORP	SYSTEM 98 XT	S805929C2
T001658		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	EURO COMPORT	AD 1200	072544
T001660		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	060411007427
T001661		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	051210019605
T001662		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	060411007421
T001663		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	05121200119632
T001664		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	051210019616
T001665		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LAMPADA SCIALITICA	BERCHTOLD GMBH & CO KG	CHROMOPHARE D 530 PLUS	S930040-J12806
T001666		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NC 103	6787
T001668		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	METALARREDINOX SPA	LP IN SD	IN03018
T001669		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	0601043
T001670		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP001478727
T001675		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	10BC0070
T002588		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	382800	212
T003232		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	EMOFILTRAZIONE, APPARECCHIO PER	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	AQUARIUS	268
T003273		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE	STORZ KARLGMH & CO KG	11302 BD2	20825755

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Cittadino	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T003311		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019147P
T003312		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019345P
T003313		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	MEDTRONIC INC	5388	PFG019144P
T003360		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM	F2JS6287G
T003361		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CARICABATTERIE ELETTROMEDICALE	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	SMART PAC	E2PJ3896G
T003599		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL	ARSH-0218
T003600		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL	ARSF-0347
T003601		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL	ARSF-0346
T003602		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL	ARSH-0213
T003603		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL	ARSH-0214
T003604		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	EVITA XL	ARSH-0215
T003650		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	I256000267
T003936		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MODULO MULTIPARAMETRICO	GE HEALTHCARE	TRAM 451	D2TW2517G
T003948		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	051210019680
T004010		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	16941601S
T004011		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021258
T004012		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021257
T004013		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	169416014
T004014		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021256
T004015		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021259
T004016		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021254
T004017		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021255
T004018		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	/	20021253
T005142		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	UMIDIFICATORE	KENDALL HEALTHCARE	AERODYNE 15904	15900 10079
T001486 T001485		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	E2RD3462G
T001487 T001485		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001658
T001630 T001515		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001673
T001619 T001537		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001677
T001543 T001541		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	E2RD3445G
T001551 T001550		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	L098001676
T001552 T001550		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	E2RD3456G
T001558 T001558		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2B632Q3G
T001560 T001558		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3474G
T003675 T001558		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	DTL391M0268
T001564 T001562		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3478G
T001631 T001629		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	E2RD3454G
T001644 T001643		TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	COMPRESSO RADIogeno	GILARDONI SPA	E 100 R HF X 22	01.01547FF

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T003275	T001643	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	COLLIMATORE	RALCO SRL	R 105	043/9092
T001653	T001651	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	F2RD3475G
T003611	T001651	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR	/	/	SNNJ82300084
T001672	T001672	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, UNITA' DI CONTROLLO	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000 M	E2RF3205G
T001673	T001672	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIDIMMAGNI	GE HEALTHCARE	CDA 15 R	LD98001654
T001674	T001672	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR MULTIPARAMETRICO, BASE-PORTAMODULI	MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS INC HELIGE	TRAM RAC 2A	E2RD3457G
T003580	T001672	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	NEC SAN-EI INSTRUMENTS LTD.	MULTYSINC 5 FGP	
T001677	T001676	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MIXER PER SEGNALI	BELKIN CORP	EXPAND VIEW	910143482
T003787	T003788	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	MONITOR PER COMPUTER BIOMEDICO	GE HEALTHCARE	/	DTP351/0659
T003788	T003790	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	APPARECCHIO ELETTROMEDICALE, ALIMENTATORE PER	/	/	PSAL81/0659
T003789	T003790	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	REGISTRATORE SU CARTA	HEWLETT PACKARD CO	LASERJET P 3015	VNFVHB50R9
T003790	T003790	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	CENTRALE MONITORAGGIO	GE HEALTHCARE	/	SGJ1610970SSA
T003791	T003790	TERAPIA INTENSIVA DI CARDIOCHIRURGIA	GRUPPO DI CONTINUITÀ PER APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE	/	/	40051261406
T002458		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	DEFIBRILLATORE MANUALE BIFASICO	SCHILLER AG	DEFIGARD 5000	10197001438
T002452		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 730	11026015079
T002466		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTEX S	534011
T002469		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE COZY	20520
T002471		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE	DATASCOPE CORP	ACCUTORR PLUS	A710012-19
T002473		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PULSOSSIMETRO	DATEX OHMEDA INC	3800	FBXH01052
T002476		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PULSOSSIMETRO	DATEX OHMEDA INC	3800	FBXH01050
T002477		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVIBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRA NEB 2000	4184
T002478		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	ZZ06229
T002479		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	17Y0060
T002480		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	RN04239
T002481		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114599A8
T002482		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	ZZ06142
T002483		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	LH00783
T002484		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114617A8
T002486		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	GINEVRI SRL	NAOS PLUS	004/07
T002492		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2745B
T002493		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2744B
T002494		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2742B
T002495		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2741B
T002496		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS107489J7
T002497		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	LH00804
T002498		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114610A8
T002499		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	1790064
T002500		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS107494J7
T002501		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	LH00780
T002502		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114630A8
T002503		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	ER 120	970003

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Materiale
T002504	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	X001623
T002505	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS1074917
T002512	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BILANCI PESA NEONATI	TANITA CORP	TL 150 MA	0209
T002513	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BAGNO TERMOSTATICO	METALARREDINOX SPA	CT 241	CT000027
T002514	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BAGNO TERMOSTATICO	METALARREDINOX SPA	CT 241	CT000028
T002515	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PASTORIZZATRICE LATTE	METALARREDINOX SPA	01 NB002	LC07005
T002516	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	PRIMED SRL	PN 45 V	FF164FM1007
T002517	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	CONGELATORE DA LABORATORIO	PRIMED SRL	AF 70 BV	C0069FM0507
T002518	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2740B
T002520	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2736B
T002521	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2739B
T002522	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2738B
T002523	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR	NELLCOR PURITAN BENNETT INC	NPB 5500	020005090019
T002524	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	DATEX OHMEDA INC	OHIO IWS 2001	HCAV01581
T002525	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100 20	4254
T002526	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FASCIATORE TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 1209	020000970006
T002527	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BILANCI PESA NEONATI	FAZZINI SRL	/	
T002528	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MEDELA AG	014 0111 CLARIO AC DC	
T002529	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	27Y0235
T002530	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114591
T002531	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE	17308
T002532	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 50 SX	13370
T002534	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE OSCILLATORIO AD ALTA FREQUENZA	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 2000 HFO	7H0713
T002535	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 50 PFX	D13201000
T002536	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	TERMOSALDATRICE	GANDUS SALDATICI SRL	MINIRO' H NET	358
T002537	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BILIRUBINOMETRO	GINEVRI SRL	TWIN BEAM MICRO BILIMETER PLUS	6077/04
T002539	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BILIRUBINOMETRO	GINEVRI SRL	ONE BFAM	1303/07
T002542	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE OSCILLATORIO AD ALTA FREQUENZA	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 2000 HFO	CH0125
T002543	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE	17309
T002544	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FONTE LUMINOSA GENERICA (PER ES: LAMPADA DA VISITA AMB.)	DERUNGS LICHT AG	HALUX 50 PFX	1036264
T002545	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	GINEVRI SRL	NAOS PLUS	003/07
T002547	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	AEROSOL, APPARECCHIO PER	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRA NEB 100	0902857
T002548	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	INFANT FLOW ADVANCE EME	6774
T002552	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE OSCILLATORIO AD ALTA FREQUENZA	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 2000 HFO	6H0905
T002554	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRANEB 3000	0302560
T002555	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS1074917
T002556	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	AIR SHIELDS INC	ISOLETTE TI 500	VJ003551
T002557	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	STEPHAN F GMBH	REANIMATOR F120	01503060
T002562	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2733B
T002563	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	HEINEN + LOWENSTEIN GMBH	LIFETHERM 2000	H2737B
T002565	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	1679123

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002567		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS11127827
T002569		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE COZY	21099
T002583		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	1790241
T002584		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE OSCILLATORIO AD ALTA FREQUENZA	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 2000 HFO	7H0717
T002585		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850	70402006614
T002586		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913774-2
T002587		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114512AB
T002588		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FASCIAUTOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 90 L	070015490004
T002589		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20044
T002590		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	QZ06277
T002591		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114591AB
T002592		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 5000	52052
T002593		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	PASSPORT 2 LT	CM07972-B1
T002594		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	17Y0062
T002596		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913774-4
T002597		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	1790240
T002598		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913774-3
T002599		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 5000	52053
T002600		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114623AB
T002603		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850	70402006597
T002604		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDIENKOFT	1913774-1
T002605		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 5000	52055
T002607		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850	70402006592
T002608		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	X001632
T002609		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS111255L7
T002610		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	17Y0063
T002611		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS107495J7
T002612		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FASCIAUTOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	ER 120	970007
T002613		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	LH00788
T002614		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS112810L7
T002615		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS112803L7
T002616		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	ZZ06156
T002617		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	VV03088
T002618		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS117210A8
T002619		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BILANCIA PESA NEONATI	TANITA CORP	TL 150 MA	0208
T002620		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	ISOLETTE C 2000	VV03089
T002621		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FASCIAUTOIO TERMOGERMOSTATICO	FAVERO HEALTH PROJECTS SPA	FA 90 L	070015490002
T002622		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ANALIZZATORE OSSIGENO	MAXTEC INC	OM 25 ME	WC97799003
T002624		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	BILANCIA PESA NEONATI	TANITA CORP	TL 150 MA	0210
T002625		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ANALIZZATORE OSSIGENO	MAXTEC INC	OM 25 ME	WL290999010
T002626		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE	ATOM MEDICAL CORP	V 2200	17Y0064

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002653		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	SOXIL SPA	DSO MEDENKOFT	1913774-5
T002654		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	70402006609
T002655		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	SLE LTD SPECIALISED LABORATORY EQUIPMENT	SLE 5000	52051
T002656		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS107490J7
T003115		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE	INSPIRATION HEALTHCARE LTD	TECOTHERM NEO	2012/18/01
T003184		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ANALIZZATORE OSSIGENO	MAXTEC INC	OM 25 ME	WL29099009
T003211		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DATASCOPE CORP	SPECTRUM	MS114525A8
T003225		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRANEB 3000	0902485
T003226		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	DEVILBISS HEALTH CARE UK LTD	ULTRANEB 3000	1003341
T003381		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE COZY	20523
T003674		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI	OLYMPIC MEDICAL CORP	CFM 6000	10820
T003736		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280877
T003737		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280878
T003738		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280879
T003739		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280879
T003741		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280879
T003742		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280879
T003743		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280882
T003744		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280879
T003745		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	UMIDIFICATORE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	MR 850 ALU	160127280883
T003746		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	VISTA 120	V15HK0065
T003751		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	/	/	301111510039
T003752		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	/	/	301111510036
T003753		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510010
T003754		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510049
T003755		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510029
T003756		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510036
T003757		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510015
T003758		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510011
T003759		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510012
T003760		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510026
T003761		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510027
T003762		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WIT MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	SYRINGE PUMP WIT 301A	301111510045
T003763		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	/	/	301111510034
T003764		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510017
T003765		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510014
T003766		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510028
T003767		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510035
T003768		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510034
T003769		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510035
T003770		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510037

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Metricola
T003771		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WIT MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	SYRINGE PUMP WIT 301A	301111510009
T003772		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510095
T003773		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510018
T003774		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510074
T003775		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	POMPA A SIRINGA	WITT BIOMEDICAL CORP	WIT 301 A	301111510083
T003786		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC.	SE 12 EXPRESS	311071M15A00300001
T003972		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICO	MEDELA AG	0140111 CLARIO AC DC	1214589
T004153		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE LED PHOTOTHERAPY	30003
T004155		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE LED PHOTOTHERAPY	30002
T004157		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE LED PHOTOTHERAPY	30001
T004191		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	NATUS MEDICAL INC	NEOBLUE LED PHOTOTHERAPY	29983
T004704		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE	CAS MEDICAL SYSTEMS INC	9300 OSCILLOMATE	9911039
T004705		TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	TERMOMETRO	EXERGEN CORP	/	A160251
T002507	T002507	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	CARRELLO ELETTRIFICATO	STRYKER CORP	POWER PRO IT	080539955
T003653	T002657	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	COLLIMATORE	RALCO SRL	R 105	243 16715
T003276	T002657	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	COMPLESSO RADIOGENO	GILARDONI SPA	HF3-RV2:180 20K	09/05-0757-13E775
T003137	T003137	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	LETTORE HOLTER MULTIDISCIPLINARE	ELA MEDICAL SA	EASYSCOPE	WB110800SE
T003185	T003137	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	REGISTRATORE HOLTER ECG	ELA MEDICAL SA	SPIDERVIEW	SJ1112045A
T003186	T003137	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	ESPRIMO	YLSJ030030
T003187	T003137	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	MONITOR PER COMPUTER	FUJITSU SIEMENS	E 19-S	YV2B057157
T000947	T003193	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PST 50 AT	99A0642578
T004682	T003193	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLT 805 AT	99A0544464
T003729	T003729	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER	MADSEN ELECTRONICS A/S	ACCUSCREEN	31260
T003730	T003729	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	AUDIOMETRO	MADSEN ELECTRONICS A/S	/	
T003747	T003747	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	HILL ROM / AIR SHIELDS INC	T1 500 GLOBETROTTER	HF10676
T003748	T003747	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	VENTILATORE POLMONARE NEONATALE	STEPHAN F GMBH	REANIMATOR F120	SD151500747
T003749	T003747	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	CARRELLO ELETTRIFICATO	STRYKER CORP	POWER PRO IT	15054
T000423		U.O.S.D. BREAST UNIT	DIAFANOSCOPIO	/	/	
T000418	T000418	U.O.S.D. BREAST UNIT	ECOTOMOGRAFO	HITACHI MEDICAL CORP	LOGOS HI VISION E (EUB 7500)	KE16523001
T000419	T000418	U.O.S.D. BREAST UNIT	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	HITACHI MEDICAL CORP	EZU MT 27 S1	KE16370008
T000421	T000418	U.O.S.D. BREAST UNIT	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 897 MD	218164
T000310	T000418	U.O.S.D. BREAST UNIT	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 25 MD	700705
T004429	T000418	U.O.S.D. BREAST UNIT	SONDA ECOGRAFICA	HITACHI MEDICAL CORP	EUP L74M	
T000424	T000424	U.O.S.D. BREAST UNIT	ECOTOMOGRAFO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	SSA 340 A ECHOSEE	D0554418
T000425	T000424	U.O.S.D. BREAST UNIT	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	D-15C	23010209
T000426	T000424	U.O.S.D. BREAST UNIT	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	P 91	
T000427	T000424	U.O.S.D. BREAST UNIT	SONDA ECOGRAFICA	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	PLF 805 ST	B0542601
T002975		U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 103	12140
T005132		U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	POLTRONA DONATORE	INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO SPA	DAY CLINIC	1205
T002976	T002976	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	ECOTOMOGRAFO	HITACHI MEDICAL CORP	LOGOS HI VISION E (EUB 7500)	KE15854903

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Rapporto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T002977	T002976	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	SONDA ECOGRAFICA	HITACHI MEDICAL CORP	EUP L74M	KE13052801
T002978	T002976	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	SONDA ECOGRAFICA	HITACHI MEDICAL CORP	EUP C715	KE10975104C
T002979	T002976	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 25 MD	703073
T002980	T002976	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	SONY CORP	UP 897 MD	216248
T002981	T002983	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	PERSOINAL COMPUTER BIOMEDICO	FUJITSU SIEMENS	ESPRIMO	YLCS052222
T002982	T002983	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	MONITOR PER COMPUTER	FUJITSU SIEMENS	E 19-5	YV28146805
T002983	T002983	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	ELASTOMETRO	ECHOSENS INTERNATIONAL	FIBROSCAN 502	F01167
T003480	T002983	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	SONDA	ECHOSENS INTERNATIONAL	PROBE M	S70005
T003481	T002983	U.O.S.D. SERV. ASSISTENZA PER I TRAPIANTATI E I TRAPIANTANDI EPATICI (SATTE)	SONDA	ECHOSENS INTERNATIONAL	PROBE XL	S90002
7001131		U.T.I.C.	LARINGOSCOPIO	GIMA SPA	34453 GREEN	
T000956		U.T.I.C.	ECOCARDIOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	SONOS 7500	BSR051117
T001345		U.T.I.C.	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18960855
T001346		U.T.I.C.	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18960858
T001347		U.T.I.C.	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18960860
T001350		U.T.I.C.	CONTROPULSATORE AORTICO	DATASCOPE CORP	SYSTEM 98 XT	S807570-L3
T001356		U.T.I.C.	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	DRAEGER MEDICAL AG & CO KG	CF 800	ARSB0022
T001357		U.T.I.C.	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	MORTARA INSTRUMENT INC	ELI 100	9604148310
T001358		U.T.I.C.	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	106970-Z11800190003
T001359		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692440
T001362		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692453
T001363		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692438
T001365		U.T.I.C.	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18080430
T001371		U.T.I.C.	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	106970-Z11800190001
T001372		U.T.I.C.	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTEX AS 300	8640
T001383		U.T.I.C.	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CF DI CIRO FIOCCHETTI & C SNC	MEDIKA 500	8698
T001418		U.T.I.C.	DEFIBRILLATORE MANUALE MONOFASICO	HEWLETT PACKARD CO	CODEMASTER XL+ M 1722 A/B	3451406526
T001422		U.T.I.C.	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	13960857
T001425		U.T.I.C.	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NC 103	7125
T001426		U.T.I.C.	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI EMODINAMICI	MEDIS MEDIZINISCHE MESSTECHNIK GMBH	N1000 NICCOMO	086266
T001427		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692443
T001430		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692454
T001431		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692450
T001432		U.T.I.C.	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000692442

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola
T001442		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010214051378
T001443		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010214061377
T001444		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010214061376
T001448		U.T.I.C.	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000592448
T001453		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	G SAMARAS SA	BED HEAD UNIT	1010249061370
T001458		U.T.I.C.	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	SANIX SRL	SOLIX SX SD	336
TQ03224		U.T.I.C.	Elettrocardiografo Interpretativo	MORTARA INSTRUMENT INC	ELI 100	10006287719
T003444		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601049
T003445		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601057
T003446		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601039
T003447		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601050
T003448		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601055
T003449		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601044
T003450		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601048
T003451		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601040
T003452		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601045
T003453		U.T.I.C.	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BERMAN SRL SISTEMI MEDICAL	TL 1210 VERSIONE B	601038
T003534		U.T.I.C.	DEFIBRILLATORE MONITOR	ZOLL MEDICAL CORP	PDR 7 B SERIE R	AF11KD19297
T003635		U.T.I.C.	PULSOSSIMETRO	CHARMCARE CO LTD	C30	0A414A0261
T003819		U.T.I.C.	SONDA	GE HEALTHCARE	/	200468PD1
TQ03949		U.T.I.C.	Elettrocardiografo Interpretativo	EDAN INSTRUMENTS INC	SE 12 EXPRESS	106970-211800190002
T004363		U.T.I.C.	POMPA A SIRINGA	FRESENIUS VIAL SA	PILOT A2	18960532
T003809	T005622	U.T.I.C.	REGISTRATORE SU CARTA	HP COSMOS MEDICAL GMBH	/	CNFF361207
T003817	T003822	U.T.I.C.	REGISTRATORE SU CARTA	SONY CORP	/	7105143
T003820	T003822	U.T.I.C.	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	9L-D	002485WP6
T003821	T003822	U.T.I.C.	SONDA	GE HEALTHCARE	/	159789207
T003822	T003822	U.T.I.C.	ECOTOMOGRAFO	GE HEALTHCARE	VIVID E9	10356VE9
T004154	T003822	U.T.I.C.	SONDA TRANSESOFAGEA	GE HEALTHCARE	6VT-D	209772
T001207		UNITA' ICTUS	DIAFANOSCOPIO	GIVAS SRL	AN 6008	001091941
T001208		UNITA' ICTUS	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	36140938
T001209		UNITA' ICTUS	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR	FUKUDA DENSHI CO LTD	DS 7100	37041154
T001210		UNITA' ICTUS	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0309
T001211		UNITA' ICTUS	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00692439
T001212		UNITA' ICTUS	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0058
T001213		UNITA' ICTUS	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP000872380
T001214		UNITA' ICTUS	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BC0317
T001215		UNITA' ICTUS	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP00872375
T001216		UNITA' ICTUS	SISTEMA ANTIDECUBITO	HILL ROM CO INC	PRIMO	08BG0110
T001217		UNITA' ICTUS	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	HILL ROM CO INC	AVANTGUARD XT	HRP0072335

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reperto	Descrizione	Città Costruttore	N° Serie	Modello	Metricola
T001218		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001219		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001220		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001221		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001222		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001223		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001224		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001225		UNITA' ICTUS	TESTA LETTO, APPARECCHIO	BROCCA SPA	/		
T001226		UNITA' ICTUS	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	MARKOS MEFAR SPA	SP 90 BATTERY	10F0042714	
T001228		UNITA' ICTUS	PULSOSIMETRO	CONTEC MEDICAL INC	SAT 500		
T001270		UROLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	M 1771 A PAGE WRITER 200	US00606308	
T001271		UROLOGIA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	UKS 1801	20324	
T001272		UROLOGIA	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	ALOKA CO LTD	SSD 500	M03188	
T001273		UROLOGIA	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	ALSA APPARECCHI MEDICALI SRL	VORTECO AS 100	5674-03/02	
T001274		UROLOGIA	DIAFANOSCOPIO	PHOENIX RX SRL	NL 104	6608	
T001275		UROLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOMMAGNI	SONY CORP	PVM 20M2 MDE	2010296	
T001276		UROLOGIA	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	PNEUMATIK BERLIN GMBH	TD 362-01	3058 2 39 H 0080P	
T001277		UROLOGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	NUOVA LARIS SRL	GU LUXE	1042/09	
T001278		UROLOGIA	LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	NUOVA LARIS SRL	GU LUXE	1043/09	
T001279		UROLOGIA	TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, CARRELLO	OPT OFFICINA DI PROTESI TRENTO SPA	OPT 80		
T001280		UROLOGIA	SISTEMA ANTIDECUBITO	HUNTLIGH HEALTHCARE	BETABED	72043541	
T001281		UROLOGIA	SONDA PER ULTRASUONOTERAPIA	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	US 3 LITHOCLAST MASTER	145723	
T001282		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2795	
T001283		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2632	
T001284		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2783	
T001285		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2782	
T001286		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2820	
T001287		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2793	
T001288		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2831	
T001289		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2823	
T001290		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2789	
T001291		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2790	
T001292		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2817	
T001293		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2726	
T001294		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2727	
T001295		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2809	
T001296		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2790	
T001297		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2830	
T001298		UROLOGIA	TESTA LETTO PENSILE, APPARECCHIO	ATENA LUX SRL	AUXILIA L	2791	
T001299	T000272	UROLOGIA	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOMMAGNI	SONY CORP	UP 897 MD	213561	

ELENCO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Codice	Codice Padre	Reparto	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola
T003614	T000272	UROLOGIA	SONDA ECOGRAFICA	ALOKA CO LTD	UST 934 N	0A473
T000295	T000295	UROLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	ANGENIEUX INC	AX 14	1560741
T000296	T000295	UROLOGIA	LAMPADA SCIALITICA	ANGENIEUX INC	AX 4	1558339
T000305	T000304	UROLOGIA	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	SONY CORP	PVM 1371 QM	2021204
T000308	T000304	UROLOGIA	LITOTRITORE ENDOSCOPICO	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	SWISS LITHOCLAST	332345
T000310	T000307	UROLOGIA	COMPRESSORE PER APPARECCHIATURA ELETROMEDICALE	JUN AIR INTERNATIONAL AS	6-I EMS	403012
T000312	T000307	UROLOGIA	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER APPARECCHIATURA BIOMEDICA	MOSCARINO SAS	CM 150	0307/165
T000314	T000314	UROLOGIA	URODINAMICA, SISTEMA PER	SIEM SISTEMI ELETROMEDICALI SRL	UROBENCHMARK 2000/3	1104147153
T000315	T000314	UROLOGIA	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	ENFACE SPA	L 39 T	PK390700000G00600
T003454	T002676	UROLOGIA	ASPIRATORE ENDOSCOPICO	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	SWISS LITHOPUMP	DJ00279
T003455	T002676	UROLOGIA	MANIPOLO	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	EN 055	DH03819
T003468	T002676	UROLOGIA	SONDA PER ULTRASUONOTERAPIA	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	US 1 LITHOCLAST MASTER	0815306
T003469	T002676	UROLOGIA	SONDA PER ULTRASUONOTERAPIA	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	US 1 LITHOCLAST MASTER	08143441
T003470	T002676	UROLOGIA	SONDA PER ULTRASUONOTERAPIA	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	US 3 LITHOCLAST MASTER	116555
T005472	T002675	UROLOGIA	SONDA PER ULTRASUONOTERAPIA	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	US 1 LITHOCLAST MASTER	08143441
T004175	T002676	UROLOGIA	MANIPOLO	EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA	FR 142	DH06562
T004032	T003967	UROLOGIA	PERSONAL COMPUTER BIOMEDICO	LENOVO SRL	/	PF0PTT9A
T004033	T003967	UROLOGIA	REGISTRATORE SU CARTA	CANON INC	/	CCA815LP0440T6
T003223		UTIC - CARDIOLOGIA	ELETROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO	MORTARA INSTRUMENT INC	ELI 100	10006288119
T005172		UTIC - CARDIOLOGIA	LETTO PORTAPAZIENTE	HILL ROM CO INC	TRAUMA-TRANSTART P8040	

ALLEGATO 4
SUDDIVISIONE IN GRUPPI DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature elettromedicali sono suddivise in sei gruppi in base al criterio dell'incidenza del costo di manutenzione sul valore di rinnovo delle apparecchiature stesse. In particolare:

- Gruppo A - altissima incidenza del costo di manutenzione (v. Tabella 1);
- Gruppo B - alta incidenza del costo di manutenzione (v. Tabella 2);
- Gruppo C - medio/alta incidenza del costo di manutenzione (v. Tabella 3);
- Gruppo D - media incidenza del costo di manutenzione (v. Tabella 4);
- Gruppo E - medio/bassa incidenza del costo di manutenzione (v. Tabella 5);
- Gruppo F - bassa incidenza del costo di manutenzione (v. Tabella 6).

COD. IVA/B	DESCRIZIONE	GRUPPO
SW2	SOFTWARE CLINICO	A
ALI	ACCELERATORE LINEARE	A
AOI	ACCESSORI PER LASER CO2	A
ACQ	ACCESSORIO PER ACCELERATORE LINEARE	A
ARR	ACCESSORIO PER LITOTRITORE ENDOSCOPICO	A
AIF	ACQUISIZIONE IN FLUOROSCOPIA DIGITALE, SISTEMA PER	A
AHC	ALIMENTATORE PER LASER CHIRURGICO	A
AMS	AMNIOSCOPIO	A
ADG	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER	A
ANG	ANGIOGRAFO	
AGD	APP. GUIDA ALL'INSERZIONE E POSIZIONAMENTO DELL'ENDOSCOPIO	A
ARE	ARMADIO DELL'ELETTRONICA	A
AFG	ARTERIOFLEBOGRAFO	A
ARS	ARTERIOSCOPIO	A
ASC	ARTROSCOPIO	A
BET	BETATRONE	A
BAG	BOBINA PER RISONANZA MAGNETICA	A
RBZ	BRACCIO ROBOTIZZATO PER VIDEOENDOSCOPIO	A
BRS	BRONCOSCOPIO	A
BRG	BRONCOSCOPIO RIGIDO	A
CIP	CAMERA IPERBARICA	A
CIO	CAMERA IPOBARICA	A
CTV	CATENA TV	
CED	CENTRALE DI COMANDO REMOTO PER ENDOSCOPIA	A
CET	CESIOTERAPIA, APPARECCHIO PER	A
CIL	CICLOTRONE	A
CIN	CINECAMERA PER CARDIOANGIOGRAFIA	A
CEC	CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, SISTEMA PER	A
CIS	CISTOSCOPIO	A
CIS	CISTOURTROSCOPIO	A
CTE	COBALTO TERAPIA, APPARECCHIO PER	A
COS	COLEDOSCOPIO	A
CIA	COLLIMATORE RADIOLOGICO	A
CLS	COLONSCOPIO	A
CRA	COMPLESSO RADIOGENO	A
CAC	CONSOLLE DI COMANDO PER ACCELERATORE LINEARE	A
CDG	CONSOLLE DI COMANDO PER ANGIOGRAFIA DIGITALE	A
CAH	CONSOLLE DI COMANDO PER CHIRURGICA ENDOSCOPICA	A
CGC	CONSOLLE DI COMANDO PER GAMMA CAMERA	A

CTA	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	A
CDA	CONSOLLE DI COMANDO PER LITOTRITORE EXTRACORPOREO	A
CCM	CONSOLLE DI COMANDO PER MAMMOGRAFO	A
CDM	CONSOLLE DI COMANDO PER RADIOTERAPIA	A
CDR	CONSOLLE DI COMANDO PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA	A
CTP	CONSOLLE DI COMANDO PER TAVOLO PER PAZIENTE	A
CAV	CONSOLLE DI COMANDO PER TAVOLO TELECOMANDATO	A
CFZ	CONSOLLE DI COMANDO PER TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	A
CAR	CONSOLLE DI COMANDO PER TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	A
	CONSOLLE PER GENERATORE ALTA TENSIONE	A
	CONSOLLE PER RMN	A
	CONV.RE DI GRADIENTE TRM	A
DPR	DIALISI PERITONEALE, APPARECCHIO PER	A
	DISPENSATORE PER LASTRE	A
DUS	DUODENOSCOPIO	A
	ECOENDOSCOPIO	A
ECS	ECOGASTROSCOPIO	A
EBN	ECOVIDEOPRONCOSCOPIO	A
ECD	ECOVIDEOGASTROSCOPIO	A
	EMODIALISI, ACC. PER	A
EMD	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	A
	EMODIALISI,MOD.BICARBONAT	A
	EMODIALISI,MOD.RISCALDAT.	A
ENS	ENCEFALOSCOPIO	A
	END.,SONDA X ENCEFALOSCOP	A
	END.,SONDA X FIBROSCOPIO	A
	END.,SONDA X LAPAROSCOPIA	A
ERS	ENDORADIOSCOPIO	A
	ENDOSCOPIA, UNITA BASE	A
	ENDOSCOPIO PER INDAGINI AVANZATE	A
EGS	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIO	A
ESS	ESOFAGOSCOPIO	A
ESP	ESOSCOPIO RIGIDO	A
EAT	ESPOSIMETRO AUTOMATICO	A
FBL	FIBROCISTOSCOPIO FLESSIBILE	A
FUS	FIBROURETEROSCOPIO FLESSIBILE	A
FLS	FLUOROSCOPIA, APPARECCHIO PER	A
FLA	FOTOCOAGULATORE LASER	A
GCA	GAMMA CAMERA	A
GCC	GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA	A
GMO	GAMMA CAMERA MOBILE	A
GDS	GASTRODUODENOSCOPIO	A
GFL	GASTROSCOPIO	A
GUT	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO	A
GRD	GRUPPO RADIOLOGICO	A
IIM	INTENSIFICATORE DI IMMAGINE	A
LAS	LAPAROSCOPIO	A
LSS	LARINGOSTROBOSCOPIO	A
LCH	LASER CHIRURGICO	A
LBZ	LASER CHIRURGICO ODONTOIATRICO	A
LAT	LASER MULTIPiATTAFORMA	A
LTE	LASER TERAPEUTICO	A
LGC	LETTO PER GAMMA CAMERA	A
LCF	LINFOSCINTIGRAFO	A
LIE	LITOTRITORE ENDOSCOPICO	A

LIL	LITOTRITORE ENDOSCOPICO LASER	A
LIT	LITOTRITORE EXTRACORPOREO	A
MAG	MAMMOGRAFO	A
MBL	MANICO A BATTERIA A LAMPADINA PER LARINGOSCOPI	A
MES	MEDIASTINOSCOPIO	A
MEU	MICRO TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	A
MCH	MICROCHERATOMO LASER	A
MCF	MICROENDOSCOPIO OFTALMICO	A
MIR	MICROSCOPIO A SCANSIONE LASER	A
MEI	MICROSCOPIO ELETTRONICO	A
MCZ	MODULO DI SINCRONIZZAZIONE PER RISONANZA MAGN. FUNZIONALE	A
MAX	MODULO PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	A
NFS	NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	A
NRI	NEFROSCOPIO	A
NCI	NEUROSCOPIO	A
ORG	ORTOPANTOMOGRAFO	A
PES	PELVISCOPE	A
PRT	PIANI DI RADIOTERAPIA, SISTEMA PER L'ELABORAZIONE DEI	A
PAC	POLMONE D'ACCIAIO	A
PRA	PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO	A
PRD	PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	A
RDG	RADIOCHIRURGIA STEREOTATTICA, SISTEMA INTEGRATO PER	A
RDI	RADIOLOGIA, APPARECCHIO PER	A
RTP	RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA, APPARECCHIO PER	A
RAN	RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE, SISTEMA PER	A
RCG	RADIOTERAPIA STEREOTATTICA, SISTEMA INTEGRATO PER	A
RAT	RADIOTERAPIA, APPARECCHIO PER	A
RENE	RENE PORTATILE	A
RLS	RINOARINGOSCOPIO	A
RDL	RIPOSIZIONAMENTO DEL BERSAGLIO IN RADIOTERAPIA, SISTEMA PER	A
RCU	RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE, SISTEMA PER	A
RG	ROENTGENTERAPIA, APP. PER	A
SCN	SCANNER A RADIOISOTOPI INTRAOPERATORIO	A
SOS	SENOscopio RIGIDO	A
SRT	SIMULATORE PER RADIOTERAPIA	A
SAY	SISTEMA DI RECORD/VERIFY PER RADIOTERAPIA	A
SDT	SISTEMA DIGITALE PER RADIOGRAFIE DEL TORACE	A
SCZ	SISTEMA LASER PER CORREZIONE VISIVA, ABERROMETRO PER	A
SEN	SISTEMA PER ENDOSCOPIA	A
SND	SISTEMA PER MICROENDOSCOPIA CONFOCALE	A
SRD	SISTEMA PER RADIOLOGIA DIGITALE	A
SGC	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE	A
SEN	SISTEMA RADIografICO POLIFUNZIONALE SU PELLICOLA	A
SST	SISTEMA RM/PET INTEGRATO	A
SBC	SISTEMA ROBOTIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	A
SBG	SISTEMA ROBOTIZZATO PER LA GESTIONE DI CATETERI	A
SCC	SISTEMA ROBOTIZZATO PER MICROCHIRURGIA LASER	A
SMG	SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA ECT O RADIografICA	A
SNK	SISTEMA STEREOTASSICO IN MAMMOGRAFIA RX	A
GTT	SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO	A
SSP	SISTEMA TAC/PET INTEGRATO	A
SPL	SPINOSCOPIO	A
ISCL	STATIVO A COLONNA PER APPARECCHIO RADIologICO	A
SPA	STATIVO PENSILE PER APPARECCHIO RADIologICO	A
SAG	STATIVO PER ANGIOGRAFIA	A

MRP	STEREOTASSI E NEURORADIOCHIRURGIA SISTEMA DI RIFERIMENTO PER	A
TCI	TAVOLO PER ACCELERATORE LINEARE	A
TAA	TAVOLO PER ANGIOGRAFIA	A
	TAVOLO PER DIAGNOSTICA MAMMOGRAFICA	A
TPA	TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	A
TMG	TAVOLO PER TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	A
TEZ	TAVOLO PER TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	A
TRI	TAVOLO RIBALTABILE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	A
TTE	TAVOLO TELECOMANDATO	A
TTG	TAVOLO TOMOGRAFICO	A
TLR	TELE LARINGOSCOPIO RIGIDO	A
TEO	TELERADIOGRAFIA ODONTOIATRICA, APPARECCHIO PER	A
TRG	TELERADIOGRAFO	A
TOG	TOMOGRAFO	A
	TOMOGRAFO (STRATIGRAFO L)	A
TRM	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	A
TEP	TOMOGRAFO AD EMISSIONE DI POSITRONI	A
TAC	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	A
TCZ	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO PER RADIOTERAPIA	A
TER	TOMOTERAPIA, SISTEMA PER	A
TSR	TORACOSCOPIO RIGIDO	A
TCN	TRAPANO CORNEALE	A
TDE	TRAPANO DA DENTISTA	A
TSV	TRAPANO LASER PER OVOCITI	A
TOR	TRAPANO ORTOPEDICO	A
TOT	TRAPANO OTOLOGICO	A
TNE	TRAPANO PER NEUROCHIRURGIA	A
TGE	TRAPANO UNGUEALE	A
PAX	TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA PER	A
	TROCOSTRATIGRAFO	A
UCC	UNITA' DI COMANDO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	A
URS	URETEROSCOPIO RIGIDO	A
UTS	UTEROSCOPIO	A
VAF	VIDEO NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO	A
VBR	VIDEOPRONECOSCOPIO	A
VCS	VIDEOCISTOCOLEDOSCOPIO	A
VCF	VIDEOCISTOFROSCOPIO	A
VCC	VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBILE	A
VCR	VIDEOCISTOURTROSCOPIO	A
VDL	VIDEOCOLEDOCOSCOPIO	A
VCL	VIDEOCOLONSCOPIO	A
VCA	VIDEOCOLONSCOPIO PER MICROENDOSCOPIA CONFOCALE	A
VAC	VIDEODERMATOSCOPIO	A
VDU	VIDEODUODENOSCOPIO	A
VDC	VIDEOENTEROSCOPIO	A
VEG	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIO	A
VSS	VIDEOESOFAGOSCOPIO	A
VDA	VIDEOFARINGOSCOPIO	A
VGD	VIDEOGASTRODUODENOSCOPIO	A
VGF	VIDEOGASTROSCOPIO	A
VIL	VIDEOILEOSCOPIO	A
VDR	VIDEOISTEROSCOPIO	A
VAR	VIDEOLAPAROSCOPIO RIGIDO	A
VRS	VIDEOLARINGOSCOPIO	A
VNG	VIDEONASOGASTROSCOPIO	A

VCP	VIDEOOTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE	A
VCB	VIDEOPLEUROSCOPIO SEMI-RIGIDO	A
VPS	VIDEOPROCTOSIGMOIDOSCOPIO	A
VSE	VIDEOSIGMOIDOSCOPIO	A
WSD	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	A
XER	XERORADIOGRAFIA, APPARECCHIO PER	A

CATEGORIA	DESCRIZIONE CLASSE	GRUPPO
SNA	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	B
AAE	ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE	B
AIC	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHIMICA	B
MRY	ANALIZZATORE DI MICROARRAYS	B
SNN	ANALIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	B
AIE	ANALIZZATORE IONOSELETTIVO PER ELETTROLITI	B
PPM	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO A PANNELLO MISTO	B
AME	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	B
AMF	ANALIZZATORE MULTIPLO A FLUSSO CONTINUO	B
NEM	ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHIMICA	B
ASU	ANALIZZATORE SUDORE	B
AUR	ANALIZZATORE URINE	B
ABS	ASPIRATORE PER BIOPSIA	B
ATF	AUTOTRASFUSIONE, APPARECCHIO PER	B
BLT	BLOTTING, APPARECCHIO PER	B
CAP	CARICAMENTO AUTOMATICO PELLICOLE, SISTEMA PER	B
CNR	CELLA MANIPOLAZIONE PREPARATI RADIOATTIVI	B
CFM	CITOFLUORIMETRO	B
CAT	COLORATORE AUTOMATICO DI TESSUTI	B
CGA	CONTAGLOBULI AUTOMATICO	B
CSD	CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE	B
CGS	CONTAGLOBULI SEMIAUTOMATICO	B
CPU	CONTROPULSATORE AORTICO	B
AED	CROMATOGRAFO	B
CFL	CROMATOGRAFO IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI	B
CSS	CROMATOGRAFO SU STRATO SOTTILE	B
EAU	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	B
EFC	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	B
EGA	EMOGASANALIZZATORE	B
EAR	EMOGASANALIZZATORE PER MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO	B
EGP	EMOGASANALIZZATORE PORTATILE	B
EAN	ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	B
FAN	FLUORANGIOGRAFO	B
FGR	FORNO DI GRAFITE	B
GCG	GASCROMATOGRAFO	B
JBX	JUKE BOX DI DISCHI OTTICI	B
KSR	MICROBIOLOGIA, ANAL.AUTO.	B
MOP	MICROSCOPIO OPERATORIO	B
MLS	MISCELATORE DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE	B
MEL	MODULO ELETTRONICO PER CONTAGLOBULI	B
MPC	MODULO PER SPECTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO	B
SRA	SCANNER A RADIOISOTOPI	B
SCE	SEPARATORE CELLULARE	B
SGT	SEPARAZIONE CELLULARE IMMUNOMAGNETICA, APPARECCHIO PER	B
SNS	SINTETIZZATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	B
SGR	SISTEMA DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA	B
SDZ	SISTEMA DI NAVIGAZIONE ORTOPEDICA	B

SGZ	SISTEMA DI NAVIGAZIONE OTORINOLARINGOATRICA	B
SGO	SISTEMA DI NAVIGAZIONE PNEUMOLOGICA	B
SDN	SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE	B
SVF	SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEI FRUSTOLI BIOPTICI	B
	SORGENTE RADIOATTIVA	B
SAA	SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO	B
SMA	SPETTROMETRO DI MASSA	B
STC	STEREOTASSI, SISTEMA PER	B
SWP	STEREOTASSI, WORKSTATION PER	B
SEZ	STERILIZZATRICE PER ENDOSCOPI	B
SVP	SVILUPPATRICE	B

DESCRIZIONE	GRUPPO	
SAB	ACCESSORI PER ORTOPEDIA	C
AOB	ACCESSORIO PER ELETTROBISTURI	C
AMO	AMMONIEMIA, APPARECCHIO PER	C
ADP	ANALIZZATORE DISCRETO PARALLELO	C
ANI	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRO A PANNELLO MISTO P.O.C.	C
ANS	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	C
ASN	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	C
AUM	AUDIOMETRO	C
AUT	AUTOCLAVE	C
AUB	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	C
BGD	BETA/GAMMA DETECTOR	C
BAC	BRACCIO ROBOTICO PER LABORATORIO D'ANALISI	C
BRR	BRACHITERAPIA RADIANTE, SISTEMA PER	C
CMT	CALIBRATORE PER MONITOR TRANSCUTANEO	C
CMU	CAMERA MULTIFORMATO	C
ACM	CAMPIONATORE AUTOMATICO	C
CIR	CAPPA ASPIRANTE	C
CBI	CAPPA BIOLOGICA	C
	CAPPA FLUSSO LAMINARE	C
	CAPPA FLUSSO SUPERIORE	C
CRR	CENTRALINA PER APPARECCHIO PER RADIOLOGIA ENDORALE	C
CRG	CONTATTORE DI RAGGI GAMMA	C
CRY	CRICONSERVAZIONE, SISTEMA PER	C
CRI	CRIOSTATO	C
CCG	CROMATOGRAFO SU COLONNA DI GEL	C
DEF	DEFIBRILLATORE	C
DIN	DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE	C
DEO	DENSITOMETRO OSSEO	C
ECE	ECOENCEFALOGRAFO	C
ECO	ECOOFTALMOGRAFO	C
ECT	ECOTOMOGRAFO	C
ECL	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	C
ELB	ELETTROBISTURI	C
ECG	ELETTROCARDIOGRAFO	C
AEH	EMISSIONI OTOACUSTICHE, APPARECCHIO PER	C
ECA	ENDOSCOPIO PER DOTTO MAMMARIO	C
EAM	ENDOSCOPIO PER IL DOTTO LACRIMALE	C
FAZ	FIBROSCOPIO PER INTUBAZIONE	C
	GAMMA COUNTER	C
IAG	INIESSORE ANGIOGRAFICO	C
IAS	INIESSORE MULTIPLO DI MEZZI DI CONTRASTO	C

IRM	INIETTORE PER RISONANZA MAGNETICA	C
ITO	IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTIDISTRETUALE, APPARECCHIO PER	C
IRA	IRRADIATORE BIOLOGICO	C
LFD	LASER SCANNER PER IMMAGINI	C
LAV	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	C
LFS	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	C
LAH	LDL AFERESI, APPARECCHIO PER	C
LAN	LETTORE PER SISTEMA GENETICO	C
MAZ	MACCHINA PER DECONTAMINAZIONE.	C
MME	MANIPOLO MOTORIZZATO PER ENDOSCOPIA	C
MBS	MANIPOLO PER ELETROBISTURI	C
MSC	MATERIALI DI CONSUMO PER ANALIZZATORI AUTOMATICI.	C
MCT	MICROTOMO	C
MUL	MICROTOMO AD ULTRASUONI	C
	MODULARE CO2 MAIN STREEM	C
	MODULARE CO2 SIDE STREEM	C
	MODULARE DATA TRANSFERT	C
	MODULARE DI ECG	C
	MODULARE DI EEG	C
	MODULARE DI FREQUENZA	C
	MODULARE DI RESPIRO	C
	MODULARE ECG/RESP	C
	MODULARE FIO2	C
	MODULARE GAS TRANSCUTANEI	C
MDT	MODULARE GITTATA CARDIACA	C
MPM	MODULARE MULTIPARAMETRICO	C
	MODULARE PRESS. INVASIVA	C
	MODULARE PRESS.NON INVAS,	C
	MODULARE PRESSIONE PERIFERICA	C
	MODULARE REGISTRAZIONE	C
	MODULARE SAT.NE VENOSA	C
	MODULARE SATURAZIONE O2	C
	MODULARE TEMPERATURA	C
MAI	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI	C
	MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE O CHIRURGICHE	C
MGA	MODULO ANALIZZATORE GAS ANESTETICI	C
	MODULO ARGON	C
MCI	MODULO CARDIOPLEGIA	C
MDA	MODULO PER VENTILATORE POLMONARE	C
MDB	MODULO RLEVAZIONE BOLLE D'ARIA	C
MDF	MODULO/AMPLIFICATORE PER ECG O POLIGRAFO	C
MON	MONITOR	C
	MONITOR PER EMOPOTASSIO	C
MIP	MONITOR TRANSCUTANEO PCO2/SPO2	C
MTR	MONITOR TRANSCUTANEO PO2/PCO2	C
NTS	NEFROPATIA DA MEZZO DI CONTRASTO, SISTEMA TERAPICO PER	C
PAC	PANCREAS ARTIFICIALE	C
PAB	PEDALIERA PER ELETROBISTURI	C
PEH	POLARIMETRIA LASER, APPARECCHIO PER	C
PSA	POMPA SANGUE	C
SPS	PORTA CESTELLI STERILIZZ.	C
PDP	PRE-DISINFEZIONE E PULIZIA ENDOSCOPI	C
PDA	PRODUTTORE GAS RADIOATTIVO	C
OOR	PULSOSSIMETRO	C
	RADIOATTIVITA', CONT. PER	C

RXD	RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA, APPARECCHIO PER	C
REN	RADIOLOGIA ENDORALE, APPARECCHIO PER	C
REZ	RILEVAMENTO POSIZIONE SONDA	C
LHP	RILEVATORE PER CROMATOGRAFIA	C
RPR	RIPRODUTTORE DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE	C
RIL	RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI	C
RCF	ROTORE PER CENTRIFUGA	C
	SATURIMETRO	C
SML	SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE	C
SCH	SCHERMOGRAFIA, APPARECCHIO PER	C
SGU	SCREENING VASCOLARE, APPARECCHIATURA PER	C
SEG	SERIOGRAFO	C
SBM	SERVER PER BIOIMMAGINI	C
	SIST. CONTROLLO ENDOSCOP.	C
SLN	SISTEMA AUTOMATICO PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI	C
SCP	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	C
SNG	SISTEMA D'INTEGRAZIONE STRUMENTI IN SALA OPERATORIA	C
SHU	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA	C
SZC	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA	C
SHD	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA MULTIDIPLINARE	C
SPD	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	C
SGN	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA RINOSCOPICA	C
SIH	SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA	C
SMH	SISTEMA OPTOELETTRONICO PER CHIRURGIA COMPUTER ASSISTITA	C
PAS	SISTEMA PASSAMALATI	C
SMP	SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE	C
SMV	SISTEMA PER VIDEODERMATOSCOPIA IN EPILUMINESCENZA	C
STE	SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	C
STM	SISTEMA TELEVISIVO PER MICROSCOPIO	C
SPL	SONDA DOPPLER	C
SCF	SONDA ECOGRAFICA	C
	SONDA ENDOCAVITARIA	C
SFT	SONDA PER ECOOFTALMOGRAFO	C
SCT	SONDA TRANSESOFAGEA	C
SFM	SPETTROFOTOMETRO	C
SFU	SPETTROFOTOMETRO A FLUORESCENZA	C
SRI	SPETTROFOTOMETRO A RAGGI INFRAROSSI	C
SSA	SPETTROFOTOMETRO A SCANSIONE AUTOMATICA	C
SFC	SPETTROFOTOMETRO PER DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA	C
SOE	STERILIZZAZIONE CHIMICA, APPARECCHIO PER	C
SIO	STIMOLATORE LASER	C
TOD	TERAPIA AD ONDE D'URTO, APPARECCHIO PER	C
TAU	TERAPIA ONCOLOGICA A ULTRASUONI, APPARECCHIO PER	C
TGR	TERMOGRAFO	C
TEH	TERMOTERAPIA PROSTATICA A FLUIDO, APPARECCHIO PER	C
TDH	TERMOTERAPIA PROSTATICA A MICROONDE, APPARECCHIO PER	C
TFC	TESTINA INIEZZORE PER ANGIOGRAFIA	C
TIG	TESTINA PER ELETROENCEFALOGRAFO	C
TAX	TOMOGRAFIA ELETROLITICA EXTRACELLULARE APPARECCHIO PER	C
TOF	TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA	C
	TOMOGRAFO RETINICO	C
TAB	TOPOGRAFO CEREBRALE ALL'INFRAROSSO	C
TCC	TOPOGRAFO CORNEALE COMPUTERIZZATO	C
TED	TRATTAMENTO OSSA DONATE, APPARECCHIATURA PER IL	C
	TUNNEL STERILE	C

ULC	ULTRACENTRIFUGA	C
	ULTRASONOGRAFIA, APPARECCHIO PER	C
UAO	UNITA' DI CONTROLLO PER INIETTORE	C
INF	UNITA' PER ANALISI SPECTROFOTOMETRICA A INIEZIONE DI FLUSSO	C
	VENTILATORE PER ANESTESIA	C
VPO	VENTILATORE POLMONARE PER USO OSPEDALIERO	C
VDF	VIDECOLPOSCOPIA, SISTEMA PER	C
VAT	VIDEOMICROSCOPIO DIAGNOSTICO PER IL MICROCIRCOLO	C
VDP	VIDEOPROCESSORE	C
VDX	VIDEORADIOGRAFIA DIGITALE INTRAORALE; SISTEMA PER	C
VRI	VIDEOSCOPIO PER INTUBAZIONE	C

CIVAB	DESCRIZIONE O CATEGORIA	GRUPPO
ABL	ABLATORE AL PLASMA	D
ABA	ABLATORE PER ARTERIECTOMIA	D
ABC	ABLAZIONE CARDIACA A MICROWAVE, APPARECCHIO PER	D
ABH	ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZA, APPARECCHIO PER	D
ABE	ABLAZIONE ENDOMETRIALE, APPARECCHIO PER	D
ABM	ABLAZIONE TRANSURETRALE, SISTEMA PER	D
ACC	ACCESSORI PER OCULISTICA	D
APP	ACCESSORIO PER PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	D
AVL	ACCESSORIO PER TAVOLO OPERATORIO	D
APU	ACCESSORIO PER URODINAMICA	D
AFN	ADATTATORE/FILTRO PER ENDOSCOPIA	D
AGM	AGGREGOMETRO	D
AEM	ALGESIMETRO	D
	ANAL. FIBROSI CISTICA	D
	ANAL. ALIMENTI	D
ACV	ANALISI CINEMATICA, SISTEMA PER	D
AMV	ANALISI DEL MOVIMENTO, SISTEMA INTEGRATO PER	D
AMZ	ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA NEONATALE, APP. PER	D
ACF	ANALISI DELLE ACQUE, APPARECCHIO PER	D
ADZ	ANALISI DINAMOMETRICA DELLA FORZA MUSCOLARE, SISTEMA PER	D
ACG	ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL, SISTEMA PER	D
AEE	ANALISI E GESTIONE DI TRACCIATI EEG, SISTEMA PER	D
AFH	ANALISI ELETTROMIOGRAFICA, APPARECCHIO PER	D
ASF	ANALISI SFORZO, SISTEMA PER	D
LLA	ANALIZZATORE ACIDO LATTICO	D
AAL	ANALIZZATORE ALCOOL	D
AAM	ANALIZZATORE AMINOACIDI	D
AAC	ANALIZZATORE ANIDRIDE CARBONICA	D
AAZ	ANALIZZATORE AZOTO	D
AAU	ANALIZZATORE AZOTO UREICO	D
ANC	ANALIZZATORE CAMPIONI ISTOLOGICI	D
ACE	ANALIZZATORE CENTRIFUGO	D
ACP	ANALIZZATORE CREATININA	D
AZL	ANALIZZATORE DI SOGLIA PER IMPIANTO CARDIOTIMOLATORI	D
AEL	ANALIZZATORE ELIO	D
AIO	ANALIZZATORE LATTE	D
APC	ANALIZZATORE MARCATORI CARDIACI	D
AMC	ANALIZZATORE MONOCANALE A FLUSSO CONTINUO	D
AMD	ANALIZZATORE MONOCANALE DISCRETO	D
AOE	ANALIZZATORE OSSIDO DI ETILENE	D
ALU	ANALIZZATORE PER URINOCOLTURA	D

AMM	ANALIZZATORE POTENZIOMETRICO DEI METALLI PESANTI	D
ASD	ANALIZZATORE SPETTRALE DOPPLER	D
ASE	ANALIZZATORE SPETTRALE EEG	D
AVA	ANALIZZATORE VAPORE ACQUEO	D
AVP	ANALIZZATORE VISIONE PERIFERICA	D
ACA	APEX CARDIOGRAFO	D
ACI	APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER	D
AHI	APPARECCHIO PER DISSECTOMIA PERCUTANEA	D
AIB	ASPIRATORE PER TROMBI	D
CDU	ASSISTENZA VENTRICOLARE, SISTEMA PER	D
APR	AZOTO PROTEICO, APPARECCHIO PER	D
BCG	BALISTOCARDIOGRAFO	D
BIM	BILIRUBINOMETRO	D
BIL	BILIRUBINOMETRO CUTANEO	D
BIF	BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER	D
BOC	BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO	D
BCE	BIOREATTORE PER CELLULE EUCARIOTICHE	D
AUL	BISTURI AD ULTRASUONI	D
BAL	BISTURI AL PLASMA	D
	BRONCOSPIROMETRO	D
	CABINA PER PLETISMOGRAFIA	D
CBE	CALIBRATORE PER SPIROMETRI	D
CLR	CALORIMETRO A SCANSIONE DIFFERENZIALE	D
CAA	CAMERA PER AUDIOMETRIA	D
CZT	CAMPIONATORE DI SPAZIO DI TESTA	D
CGI	CARDIOGRAFO AD IMPEDENZA	D
PCE	CARDIOSTIMOLATORE ESTERNO	D
CAQ	CENTRALE DI MONITORAGGIO/ACQUISIZIONE DATI SINGOLO PAZIENTE	D
CMO	CENTRALE MONITORAGGIO	D
CGE	CHIRURGIA OSTEO-IMPLANTARE AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER	D
CPH	CIFOPLASTICA, APPARECCHIATURA PER	D
COM	COAGULOMETRO	D
CPS	COLPOSCOPIO	D
CEV	COMPRESSORE PER VENTILATORE POLMONARE	D
CGL	CONGELAZIONE CONTROLLATA, APPARECCHIATURA PFR	D
CDF	CONSOLLE DI COMANDO PER ELETTROMIOGRAFO	D
CMC	CONSOLLE DI COMANDO PER MAPPATURA CARDIACA	D
CDP	CONSOLLE DI COMANDO PER STEREO-ENDOSCOPIA	D
CSL	CONTATORE A SCINTILLAZIONE E LUMINESCENZA	D
CPB	CONTATORE DI PARTICELLE BETA	D
CCE	CONTATORE DIGITALE DI LEUCOCITI	D
CRN	CRANIOSTATO	D
CRC	CRYOCHIRURGIA, APPARECCHIO PER	D
CPI	CRYOSCOPIO	D
	CRYOTHERAPIA, APP. PER	D
SCU	CULLA NEONATALE ELETTRICA	D
DAO	DEGENERAZIONE MACULARE, PERIMETRO PER	D
DAN	DETECTOR MULTIMODALE PER INDAGINI DI LABORATORIO	D
DEL	DIAGNOXI DELLO STATO FUNZIONALE BIOELETTRICO, APP. PER LA	D
DAP	DIAGNOXI E VALUTAZIONE DEL PAZIENTE ASMATICO	D
DMP	DIAGNOXI MALATTIE PARADONTALI, APPARECCHIO PER	D
DIC	DIATERMOCOAGULATORE	D
SEH	DISTACCO SPIRALI PER ANEURISMIS CEREBRALI, APPARECCHIO PER	D
DSI	DOSIMETRO	D
DAZ	DOSIMETRO PER BRONCOSTIMOLAZIONE	D

	E.E.G. DINAMICO	D
ECR	ECOPROCESSORE	D
ESF	ELABORATORE PER SEGNALI FISIOLOGICI	D
EBG	ELETROBASOGRAFO	D
EBD	ELETROBISTURI AD ARGON	D
EBA	ELETROBISTURI PER ENDOSCOPIA	D
ECH	ELETROCHEMIOTERAPIA, APPARECCHIO PER	D
DOF	ELETROCHIRURGIA OFTALMICA, APPARECCHIO PER	D
	ELETROCOAGULATORE ESTETICO	D
EEG	ELETROENCEFALOGRAFO	D
EAP	ELETTROFISIOLOGIA OCULARE, APPARECCHIO PER	D
EMG	ELETTROMIOGRAFO	D
EOG	ELETTROOCULOGRAFO	D
ERG	ELETTRORETINOGRAFO	D
EAO	ELIMINATORE VENE, SISTEMA PER	D
	EMODINAMICA, APP. PER	D
EMO	EMOFILTRAZIONE, APPARECCHIO PER	D
EEL	EMOFLUSSIMETRO	D
EFA	EMOFLUSSIMETRO PER MONITORAGGIO DIALISI	D
EAC	EMOGLOBINA GLICOSILATA, APPARECCHIO PER	D
EMM	EMOGLOBINOMETRO	D
EMM	EMOSSIMETRO	D
EVM	EMOVELOCIMETRO	D
EAL	ENTEROSCOPIA A PALLONCINO, SISTEMA PER	D
ESM	ESOFTALMOMETRO	D
EAF	ESTRATTORE AUTOMATICO DI EMOCOMPONENTI	D
EPM	ESTRATTORE MANUALE DI EMOCOMPONENTI	D
FAC	FACOEMULSIFICATORE	D
FBE	FIBROENTEROSCOPIO	D
FIS	FIBROISTEROSCOPIO FLESSIBILE	D
FLM	FLUORIMETRO	D
FLR	FLUOROFOTOMETRO	D
FEP	FLUSSIMETRIA LASER, SISTEMA PER	D
LAI	FONTE LUMINOSA GENERICA	D
FLU	FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA	D
FEA	FONTE LUMINOSA PER MICROSCOPIO	D
FTC	FOTOCOAGULATORE	D
FFI	FOTOMETRO A FIAMMA	D
FRE	FRIGOEMOTeca	D
FCR	FUNZIONALITA' EPATICA, APPARECCHIO PER	D
GAS	GENERATORE AEROSOL	D
ABD	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	D
IAR	IMMAGINI POLMONARI FUNZIONALI, APPARECCHIO PER	D
IMP	IMPEDENZA CORPOREA, ANALIZZATORE DI	D
IMM	IMPEDENZOMETRO	D
IAP	INCLUSORE AUTOMATICO DI PARAFFINA	D
INC	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	D
INN	INCUBATRICE NEONATALE	D
INT	INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO	D
ICO	INIETTORE PER CLISMI OPACHI	D
IGA	INSUFFLATORE DI GAS	D
IAO	INSUFFLATORE OTOCOLARICO	D
GIF	INTERFEROMETRO TISSUTALE ONCOLOGICO	D
IPM	IPO-IPERTERMIA, APPARECCHIO PER	D
ISM	ISTEROMETRO	D

ISS	ISTEROSCOPIO	D
IST	ISTEROSUTTORE	D
LAO	LASER ODONTOIATRICO PER DIAGNOSI CARIE	D
LBM	LASER ODONTOIATRICO PER IGIENE DENTALE E BIOSTIMOLAZIONE	D
LCE	LAVAGGIO A CALDO DEI CIRCUITI PER L'EMODIALISI	D
LMD	LAVAGGIO DEI MANIPOLI, APPARECCHIO PER	D
LGR	LAVAGGIO GLOBULI ROSSI, APPARECCHIO PER	D
LTT	LETTO ELETROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE	D
LRI	LETTO PER RIANIMAZIONE	D
LRI	LETTO PER RIANIMAZIONE NEONATALE	D
LEA	LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO	D
LAU	LETTORE HOLTER DEI PARAMETRI URODINAMICI	D
LHO	LETTORE HOLTER MULTIDISCIPLINARE	D
LIC	LETTORE PER IMMUNOCHIMICA	D
LAG	LETTORE PER IMMUNOEMATOLOGIA	D
LAC	LETTORE PRODOTTI FINALI AMPLIFICAZIONE	D
LAP	LOCALIZZATORE DI FORAME APICALE	D
LCD	LOCALIZZATORE DI VASI SUPERFICIALI	D
LOS	LOMBOSCOPIO	D
MPR	MAPPATURA CARDIACA, APPARECCHIO PER	D
MAC	MAPPE CEREBRALI, SISTEMA PER	D
MET	METABOLISMO, APPARECCHIO PER	D
MIE	MICROCAMERA CLIMATICA	D
MAB	MICROCAMERA DIGITALE A FIBRA OTTICA	D
MHA	MICROCHERATOMO A MICROLAME	D
MRO	MICRODIATERMOCOAGULATORE OFTALMICO	D
MMN	MICROMANIPOLATORE	D
MOR	MICROSCOPIO PER OTORINOLARINGOLOGIA	D
LEP	MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE	D
	MISURATORE DI FRESCHEZZA DEL PESCE	D
MPS	MISURATORE DI PRESSIONE DEL FLUIDO CEREBRO-SPINALE	D
MPE	MISURATORE DI PRESSIONE ESOFAGEA	D
MPC	MISURATORE DI PRESSIONE INTRACRANICA	D
MRT	MISURATORE DI RESISTENZA ELETTRICA TRANSEPITELIALE	D
MAV	MISURATORE DIFFERENZIALE DEL VOLUME PER HISTERO PURATOR	D
MDC	MISURATORE DOPPLER DELLA GITTATA CARDIACA	D
MGC	MISURATORE GITTATA CARDIACA	D
MDP	MISURATORE INVASIVO DELLA PRESSIONE	D
MBT	MODULO PER ABLATORE CARDIACO	D
MCG	MODULO PER ELETROENCEFALOGRAFO	D
ERA	MODULO PER LA COAGULAZIONE AD ARGON	D
MCX	MONITOR DI PERFUSIONE IN LINEA (PER CIRC. EXTRACORPOREA)	D
MIC	MONITOR EMODINAMICO	D
MFE	MONITOR FETALE	D
MFC	MONITOR FUNZIONALITA' CEREBRALI	D
MOA	MONITOR PER APNEA	D
MMO	MONITOR PER MOVIMENTO OCULARE	D
MPT	MONITOR PER PH FETALE	D
MPH	MONITOR PER PH GASTRICO	D
MVN	MONITOR PER VENTILAZIONE	D
MEC	MONITOR PRESSORIO PER SINDROME COMPARTIMENTALE	D
MAU	MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE,APPARECCHIO PER	D
MNU	MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO, SISTEMA PER IL	D
MGU	MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA, SISTEMA PER	D
MCV	MONITORAGGIO DELLA MICROINIEZIONE INTRAOVOCITARIA, SIST. PER	D

MGE	MONITORAGGIO EPILESSIA, SISTEMA PER	D
MBP	MONITORAGGIO TESSUTO CEREBRALE, SISTEMA PER	D
MEA	MOTORE AUSILIARIO PER TAVOLO OPERATORIO	D
MOV	MOVIOLA PER BIOIMMAGINI	D
OPG	OCULOPLETISMOGRAFO	D
OFM	OFTALMOMETRO	D
OLM	OLFATTOMETRO	D
OAM	OSSIDO NITRICO ESPIRATO, MISURATORE PER	D
OCB	OSSIMETRO CEREBRALE	D
	PACE MAKER, ANAL PER	D
PEM	PELVIMETRO	D
PTO	PIANO OPERATORIO PER TAVOLO OPERATORIO	D
PCS	PIATTAFORMA DINAMOMETRICA PER ANALISI DEL MOVIMENTO	D
PSV	PIATTAFORMA STABILOMETRICA PER VALUTAZIONE VESTIBOLARE	D
PLG	PLETISMOGRAFO	D
PCO	PLETISMOGRAFO CORPOREO	D
PTG	PNEUMOTACOGRAFO	D
POF	POLAROGRAFO	D
POG	POLIGRAFO	D
POS	POLISONNIGRAFO	D
POO	POLTRONA OPERATORIA	D
PEP	POMPA PER EPARINA	D
PSC	POSIZIONAMENTO ELETRODI DI STIMOLAZIONE CEREBRALE, SISTEMA	D
PDR	POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, APPARECCHIO PER	D
PEG	POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI, SISTEMA INTEGRATO PER	D
PEL	POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI, APPARECCHIO PER	D
PCG	POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI, SISTEMA INTEGRATO PER	D
APE	POTENZIALI EVOCATI, APPARECCHIO PER L'ANALISI DEI	D
PAY	PREPARATORE DI MICROARRAYS	D
PPG	PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER	D
PAE	PROFILASSI DENTALE, APPARECCHIO PER	D
RAL	RADIOBISTURI	D
RCM	REGISTRATORE CAPSULA ENDOSCOPICA	D
RAO	REGISTRATORE HOLTER DEI PARAMETRI CARDIOVASCOLARI	D
GAG	REGISTRATORE HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO	D
RHP	REGISTRATORE HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA	D
RHO	REGISTRATORE HOLTER ECG	D
RHE	REGISTRATORE HOLTER EEG	D
RHG	REGISTRATORE HOLTER EGG	D
REA	REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI FISIOLOGICI	D
RHU	REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI	D
RPI	REGOLATORE DELLA PRESSIONE INTRAOCULARE	D
RNG	RENOGRAFO	D
REG	REOGRAFO	D
RIP	REOGRAFO DI IMPEDENZA POLMONARE	D
RIV	REOGRAFO DI IMPEDENZA VASCOLARE	D
RMA	RESPIRATORE MANUALE	D
REI	RETINOGRAFO	D
RIS	RETINOSCOPIO	D
	RICEVITORE PER TELEMETRIA	D
RDE	RIDUZIONE ARTEFATTI DELLA RESPIRAZIONE, SISTEMA PER	D
RCL	RIFRATTOMETRO CLINICO	D
RCP	RIGENERAZIONE E TRATTAMENTO DERMICO, APPARECCHIATURA PER	D
RCS	RILEVAMENTO DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER	D
RMS	RILEVAZIONI MANOMETRICHE, SISTEMA PER	D

RIE	RINOMETRO	D
RIH	RISCALDATORE PER COLONNA IN HPLC	D
RDB	RIVELATORE BATTITO CARDIACO FETALE	D
REV	RIVELATORE SPECTROFOTOMETRICO	D
SCC	SCAMBIATORE DI CALORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	D
SIZ	SCANNER IMPEDENZIOMETRICO ONCOLOGICO	D
SAO	SCREENING BATTERI, APPARECCHIO PER	D
SCG	SCREENING CERVICALE, SISTEMA PER	D
SMM	SFIGMOMANOMETRO	D
SIS	SIGMOIDOSCOPIO	D
SIP	SINTETIZZATORE DI PEPTIDI	D
CRP	SISTEMA AUTOMATICO DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI	D
SGF	SISTEMA COMPLETO PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	D
SLU	SISTEMA COMPLETO PER TELEMETRIA MULTI-DISCIPLINARE	D
SIV	SISTEMA COMPLETO PER TELEMETRIA PARAMETRI VITALI	D
SOL	SISTEMA COMPLETO PER TELEMETRIA SPIROMETRICA	D
SDQ	SISTEMA D'ACQUISIZIONE IMMAGINI PER CAD/CAM IN ODONTOTECNICA	D
SCQ	SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI MOLECOLARI	D
SDG	SISTEMA DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE	D
SEF	SISTEMA DI ESPRESSIONE PROTEICA RAPIDA	D
SLR	SISTEMA DI TELEMETRIA EEG	D
	SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA' SISTEMA ARTERIOSO	D
SIT	SISTEMA EMATOLOGICO	D
SHO	SISTEMA HOLTER EEG	D
SHC	SISTEMA HOLTER MULTI-DISCIPLINARE	D
SIB	SISTEMA PER ANALISI BAROPODOMETRICHE	D
SDO	SISTEMA PER CHIRURGIA OCULISTICA	D
SBD	SISTEMA PER FLEBOTOMIA ENDOSCOPICA CON TRANSILLUMINAZIONE	D
SGD	SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELLE DONAZIONI	D
SDL	SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELL'ESPRESSONE GENICA	D
SAQ	SISTEMA PER IL TRATTAMENTO IN RADIOFREQUENZA DEL CARDIAS	D
SFD	SISTEMA POLIGRAFICO CARDIOLOGICO COMPLETO	D
SCM	SISTEMA POLIGRAFICO PER STUDI ELETROFISIOLOGICI	D
SLG	SISTEMI DI TELEMETRIA EMG	D
SGE	SOGLIA PERCETTIVA, APPARECCHIATURA PER	D
SOI	SPETTRORADIOMETRO	D
SCA	SPIROMETRO A CAMPANA	D
SSE	SPIROMETRO A SECCO	D
SPM	SPIROMETRO A USO CLINICO DIAGNOSTICO	D
SMD	SPIROMETRO PER PICCO DI FLUSSO	D
SMT	STAZIONE METEOROLOGICA	D
	STERILIZZATRICE PER MATERASSI	D
SIR	STIMOLATORE CARDIACO PER ELETROFISIOLOGIA	D
SEI	STIMOLATORE ELETROANALGESICO INTRACEREBRALE/SUBCORTICALE	D
FES	STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE, APPARECCHIO PER	D
SDI	STUDIO DELLE NEUROPATIE AUTONOMICHE, SISTEMA PER LO	D
TOP	TAVOLO OPERATORIO	D
TCG	TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, SISTEMA COMPLETO PER	D
TAF	TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA, UNITA' TRASMITTENTE PER	D
UTC	TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMITTENTE PER	D
TEN	TELEMETRIA EEG, UNITA' RICEVENTE PER	D
UTG	TELEMETRIA EEG, UNITA' TRASMITTENTE PER	D
TCV	TELEMETRIA EMG, UNITA' RICEVENTE PER	D
UTM	TELEMETRIA EMG, UNITA' TRASMITTENTE PER	D
UTO	TELEMETRIA EOG, UNITA' TRASMITTENTE PER	D

TAG	TELEMETRIA ESAMI ERGOSPIROMETRICI, TRASMITTENTE PER	D
TAV	TELEMETRIA PARAMETRI VITALI, UNITA' TRASMITTENTE PER	D
TEU	TELEMETRIA SPIROMETRICA, UNITA' RICEVENTE PER	D
TIA	TELEMETRIA SPIROMETRICA, UNITA' TRASMITTENTE PER	D
UTE	TELEMETRIA, UNITA' RICEVENTE PER	D
TDL	TERAPIA DEL CERATOCONO, APPARECCHIO PER	D
TEC	TERAPIA ELETTROCONVULSIVA (ECT) APPARECCHIATURA PER	D
TER	TERMOCICLIZZATORE	D
TFB	TEST FUNZ RESPIRAT.CABINA	D
TRG	TESTER DI VITALITA' BIOLOGICA	D
TOM	TONOMETRO	D
TCF	TONOMETRO VASCOLARE PERIFERICO	D
TPN	TRABECULOPLASTICA PNEUMATICA, APPARECCHIO PER	D
PAT	TRATTAMENTO TESSUTI BIOLOGICI, APPARECCHIO PER	D
TEG	TROMBOELASTOGRAFO	D
MDR	UNITA' PORTA MODULI	D
UAG	UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	D
UAD	UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA DI PARAMETRI VITALI	D
UAF	UNITA' RICEVENTE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA	D
URD	URODINAMICA, SISTEMA PER	D
URF	UROFLUSSOMETRO	D
IVF	VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER	D
VES	VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE, APPARECCHIO PER	D
VAO	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTROSPEDALIERO	D
VAB	VENTILATORE POLMONARE TRASPORTABILE D'EMERGENZA	D
VCG	VETTORCARDIOGRAFO	D
VAE	VIBRATORE VESTIBOLARE	D
VFC	VIBROFONOCARDIOGRAFO	D
VBM	MISURATORE SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI	D
ENG	VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFO	D
VAZ	VISUALIZZAZIONE IMMAGINI PER SALA OPERATORIA, SISTEMA PER	D
VTC	VITRECTOMO	D

CD	DESCRIZIONE	CD
ATA	ABLATORE TARTARO	E
	ACC. APP. ELETROMEDICALE	E
ASS	ACCESSORI DI LABORATORIO DI ANALISI	E
AFR	ACCESSORIO PER ELETTOFORESI	E
AOF	ACCESSORIO PER FACOEMULSIFICATORE	E
AEZ	ACCESSORIO PER MINERALIZZATORE A MICROONDE	E
AEI	ACCESSORIO PER POMPA DI INFUSIONE	E
ASO	ACCESSORIO PER SEGA ORTOPEDICA	E
	AGGLUTINOSCOPIO	E
AIL	ALIMENTATORE DA LABORATORIO	E
ACZ	ALIMENTATORE PER FLUORESCENZA	E
AFC	ALIMENTATORE PER LAMPADA FRONTALE	E
ANL	ANALISI DELLA DIFFUSIONE, APPARECCHIO PER	E
ANM	ANALISI MULTIPARAMETRICA, SISTEMA PER	E
ANI	ANALISI PARAMETRI FISIOLOGICI DELLA PELLE, APPARECCHIO PER	E
AFC	ANALIZZATORE FECI	E
AFE	ANALIZZATORE FERRO	E
AFI	ANALIZZATORE FIBRINOGENO	E
AGC	ANALIZZATORE GAS TOSSICI	E
AGR	ANALIZZATORE GRUPPO SANGUIGNO	E

AMR	ANALIZZATORE MONOSSIDO DI CARBONIO	E
AOS	ANALIZZATORE OSSIGENO	E
AOD	ANALIZZATORE OSSIGENO DISCiolTO	E
AGB	ANALIZZATORE PORTATILE PER DROGHE D'ABUSo	E
AEC	ANALIZZATORE PROTESI ACUSTICHE	E
ALZ	ANALIZZATORE PROTossido DI AZOTO	E
APO	ANALIZZATORE PULVISCOLO ATMOSFERICO	E
AHD	APPARECCHIATURA PER IL TRATTAMENTO FOTODINAMICO DEL SANGUE	E
AVV	APPLICAZIONE FILI CHIRURGICI, APPARECCHIO PER	E
	ARMADIO GERMICIDA	E
AEG	ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO	E
	ATOMIZZATORE	E
ADV	AUSILIO PER LA RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA DELL'ARTO	E
5BB	BANCO DA LABORATORIO ASPIRATO	E
BST	BAROSTATO	E
BAE	BILANCIA ANALITICA	E
BPS	BILANCIA PESA SACCHE	E
BPR	BILANCIA PRELIEVI	E
BTL	BILANCIA TECNICA	E
BNR	BIOLUMINOMETRO	E
	BUNSEN ELETTRICO	E
CAM	CALCIMETRO	E
CAG	CALIBRATORE ANALIZZATORI GAS	E
CCD	CALIBRATORE PER CAMPIONATORE D'ARIA	E
CMA	CAMPIONATORE ACQUE	E
CAS	CAPILLARISCOPIO	E
CTF	CARDIOTELEFONO	E
CEN	CENTRIFUGA	E
CRE	CENTRIFUGA REFRIGERATA	E
CEM	CICLOERGOMETRO	E
CIC	CITOCENTRIFUGA	E
CDN	CITOMETRO A FLUSSO D'IMMAGINE	E
CLM	CLORURIMETRO	E
CHO	COLESTEROLO, APPARECCHIATURA PER	E
CFR	COLLETTORE DI FPZIONI	E
CEB	COLORIMETRO	E
CCA	COMPRESSORE CARDIACO	E
CPG	COMPUTER PER GASCROMATOGRAFO	E
CON	CONDUTTIMETRO	E
CLA	CONGELATORE DA LABORATORIO	E
CSG	CONSOLE / CENTRALINA PER TRAPANI E SEGHE ORTOPEDICHE	E
CNI	CONSOLLE DI COMANDO PER INIETTORE ANGIOGRAFICO	E
	CONSOLLE PER APP. LAB.AN.	E
CLE	CONSOLLE PER LACCIO EMOSTATICO	E
CSN	CONSUMABILI PER ANALIZZATORE SUSCETTIBILITA' ANTIBIOTICI	E
CNO	CONTA RETICOLOCITI	E
COP	CONTAPIASTRINE	E
CLU	CONTATORE CELLULARE	E
CCO	CONTATORE DI COLONIE	E
CDH	CONTROLLO DELL'ENURESIS, APPARECCHIO PER	E
CDV	CONTROLLO INFUSIONE PER ANESTESIA ENDOVENOSA, SISTEMA DI	E
CLF	CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE, SISTEMA DI	E
	CRYOESTRATTORE	E
CRM	CRIMETRO	E
CEH	CRIOULTRASUONI TERAPIA, APPARECCHIO PER	E

CRO	CROCE DI MADDOX	E
CRU	CUVETTA DI REAZIONE E/O LETTURA	E
DAB	DEAMBULATORE	E
DAH	DEFORMITA' VERTEBRALI, APPARECCHIO PER	E
	DEIONIZZATORE	E
	DEMINERALIZZATORE	E
DEM	DENSIMETRO	E
DTM	DENSITOMETRO	E
DEP	DENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE	E
AFL	DENTALE A LUCE FREDDA, APPARECCHIO	E
DAC	DERMATOSCOPIO	E
DEG	DERMOGRAFO	E
DIM	DERMOIGROMETRO	E
DEE	DERMOTOMIA, APPARECCHIATURA PER	E
DTF	DETECTOR A FLUORESCENZA	E
DEH	DETECTOR A SEQUENZA DI DIODI PER HPLC	E
DIR	DETECTOR AD INDICE DI RIFRAZIONE	E
	DIFFRATTOMETRO	E
DAL	DOSIMETRIA PER ACCELERATORE LINEARE, SISTEMA PER	E
EBI	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	E
ELA	ELABORATORE PER LABORATORIO DI ANALISI	E
ELM	ELASTOMETRO	E
	ELETTROFORESI, ALIMENTAT.	E
ELF	ELETTROFORESI, APPARECCHIO PER	E
EGM	ELETTROGUSTOMETRO	E
EME	ELETTROMASSAGGIATORE ENDORALE	E
EAP	ELETTROPORAZIONE, APPARECCHIO PER	E
ESK	ELETROSHOCKTERAPIA, APPARECCHIO PER	E
EAI	ELETROTHERAPIA PER DIATERMIA CAPACITIVA/RESISTIVA, APP. PER	E
ELT	ELETROTHERAPIA, APPARECCHIO PER	E
	END., SONDA X RETTOSCOPIA	E
ERM	ERITROCITOMETRO	E
	ESAME VESTIBOLARE APP.PER	E
ECU	ESTENSORE PER INNESTO CUTANEO	E
FIB	FIBRILLATORE	E
FLT	FILTRAZIONE, SISTEMA PER	E
FAP	FISIOTERAPIA APPARECCHIO PER	E
FAT	FISSATORE PER PREPARATI ISTOLOGICI	E
FGA	FLUSSIMETRO PER GAS	E
FAG	FONOANGIOGRAFO	E
FTR	FORNI PER TERAPIA RIABILITATIVA	E
FOC	FOTOCAMERA	E
FCS	FOTOCHERATOSCOPIO	E
FCH	FOTOEPILAZIONE, APPARECCHIO PER	E
AFO	FOTOGRAFICO PER BIOIMMAGINI, APPARECCHIO	E
FOA	FOTOMETRIA, APPARECCHIO PER	E
FOM	FOTOMETRO	E
FOS	FOTOSTIMOLATORE	E
FAM	FOTOTERAPIA A LUCE VISIBILE, LAMPADA PER	E
FAR	FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI, APPARECCHIO PER	E
FOT	FOTOTERAPIA PEDIATRICA, APPARECCHIO PER	E
FAV	FOTOTERAPIA PER RISVEGLIO E DISORDINI STAGIONALI	E
FSR	FRESA CORNEALE	E
FBI	FRIGORIFERO BIOLOGICO	E
FUM	FUMI, ANALIZZATORE DI	E

GSP	GAS ESPIRATI, ANALIZZATORE DI	E
GPR	GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA, APPARECCHIO PER	E
GLI	GLICEMIA, APPARECCHIATURA PER	E
	GLICOMETRO	E
	GLUCOSIO, ANAL. PER	E
	GRASSO CORPOREO ANAL.PER	E
	IDROCOLONTERAPIA	E
IDE	IDRODISSETTORE	E
IDG	IDROGINNASTICA ED IDROTERAPIA, SISTEMA PER	E
IAF	ILLUMINATORE CHIRURGICO ALL'INFRAROSSO	E
IAD	ILLUMINAZIONE ENDOBULBARE, APPARECCHIO PER	E
INC	INCUBATORE	E
IAH	INFUSIONE INTRAOSSA. APPARECCHIO PER	E
ILL	INTOLLERANZA AL LATOSIO, APPARECCHIO PER	E
IOF	IONOFORESI, APPARECCHIO PER	E
IAZ	IONORISONANZA APPARECCHIATURA PER	E
ITV	IPOTERMIA INTRAVASCOLARE, APPARECCHIO PER	E
IRR	IRRIGATORE	E
IAL	IRRIGATORE OTO-CALORICO	E
IAV	IRRIGATORE PER ASPIRAZIONE OVOCITARIA	E
LPE	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	E
LFE	LAMPADA A FESSURA	E
	LAMPADA DI CLARK	E
	LAMPADA DI WOOD	E
	LAMPADA PER OTORINO	E
LBC	LAMPADA PER SBIANCAMENTO DENTALE	E
VLS	LAMPADA PER SCHIASCOPIA	E
LDC	LAMPADA RAGGI INFRAROSSI PEDIATRICA	E
LUI	LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI-INFRAROSSI	E
LSC	LAMPADA SCIALITICA	E
SLP	LAVAGGIO PAZIENTE, SISTEMA PER	E
LCP	LETTINO ELETTRICO PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	E
LEI	LETTINO SOLARIUM	E
SUV	LETTINO UNIVERSALE PER VISITE, ESAMI E TRATTAMENTI	E
LBD	LETTO O POLTRONA A BILANCIAMENTO PER DIALISI	E
LCG	LETTO PEDIATRICO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	E
LDF	LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO	E
LAZ	LETTO PER PAZIENTI IMMOBILIZZATI	E
LRP	LETTO PER TERAPIA ROTATIVA IN POSIZIONE PRONA	E
LTL	LETTO PER TILT TEST	E
LTR	LETTO PER TRAZIONI	E
LUS	LETTO PER USTIONATI	E
LDA	LETTORE DELLA DENSITA' OTTICA BATTERICA	E
LMB	LETTORE DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI	E
LCA	LETTORE HOLTER CARDIOVASCOLARE	E
LEH	LETTORE HOLTER EEG	E
LDI	LETTORE PER RADIOVIDEOGRAFIA DIGITALE INTRAORALE	E
LED	LETTORE PIASTRE PER SISTEMA DI RADILOGIA DIGITALE	E
	LINFEDEMA, APP. PER	E
LIO	LIOFILIZZATORE	E
LEM	LIPOSUZIONE, SISTEMA PER	E
LIM	LITOMETRO	E
LAR	LOCOMOZIONE ASSISTITA, SISTEMA PER	E
	LUCI DI WORTH	E
MAT	MAGNETOTERAPIA, APPARECCHIO PER	E

MBE	MANIPOLI A TURBINA PER RIUNITO DENTISTICO	E
MMM	MANIPOLI CON MICROMOTORE	E
	MANIPOLOXABLATOR TARTARO	E
	MARCATORE CASSETTE ISTOLOGICHE	E
MCE	MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHI DI ELETTROFORESI	E
CVM	MATERIALI DI CONSUMO PER COLORATORI DI VETRINI	E
MU	MICRODISSEZIONE CELLULARE, SISTEMA PER	E
MIB	MICROFILMATORE PER BIOIMMAGINI	E
PDI	MICROINFUSORE PORTATILE	E
MCN	MICROINIESSORE	E
MBD	MICROMOTORE PER LABORATORIO DENTALE	E
FAI	MICROMOTORE PODOLOGICO	E
MAS	MICROPIASTRA A POZZETTI	E
MCB	MICROSCOPIO DIGITALE DA LABORATORIO	E
MOL	MICROSCOPIO OTTICO DA LABORATORIO	E
MSS	MICROSCOPIO SPECULARE	E
MIT	MICROTITOLATORE	E
	MIGRATORE	E
MAM	MINERALIZZATORE A MICROONDE	E
MEG	MISCELATORE PER REAGENTI A SCARICA ELETROSTATICA	E
MBG	MISURA DELLA PRESSIONE ESERCITATA DA UN BENDAGGIO, SISTEMA P	E
MTE	MISURATORE TEMPI DI REAZIONE	E
MCD	MISURATORE VOLUME VESICALE AD ULTRASUONI	E
MDE	MODULO D'ALIMENTAZIONE PER POMPE D'INFUSIONE	E
MDG	MODULO PER DEGASSAGGIO PER HPLC	E
MHP	MODULO PER HPLC	E
	MODULO PER POMPA DI INFUSIONE	E
	MODULO POLIGRAFO	E
MVA	MONTA VETRINI AUTOMATICO	E
NUP	NUTRIPOMPA	E
OAD	OCCIALI OPERATORI DI INGRANDIMENTO	E
OSM	OSMOMETRO	E
	OSMOSI INVERSA, APP. PER	E
	OSSIDO AZOTO, ANALIZZ. PER	E
OCE	OSSIGENATORE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	E
OIN	OSSIMETRO INTRACARDIACO	E
OZO	OZONO TERAPIA, APPARECCHIO PER	E
PAH	PACHIMETRO	E
PFT	PARAFFINOTERAPIA, SISTEMA PER	E
PNM	PEDANA A NASTRO MOBILE	E
PSO	PENSILE PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA	E
PTM	PETECCHIOMETRO	E
PHM	PH-METRO	E
PCT	PLICOMETRO	E
PDS	PODOSCOPIA, SISTEMA PER	E
POM	POLARIMETRO	E
PSI	POMPA A SIRINGA	E
PIG	POMPA A VUOTO PER ELETTRODI ECG	E
PHI	POMPA CRIOGENICA	E
PIN	POMPA DI INFUSIONE	E
PAO	POMPA D'INFILTRAZIONE	E
PIG	POMPA IDROCEFALICA	E
POD	POMPA PER ASPIRAZIONE LIQUIDI	E
PHP	POMPA PER HPLC	E
PAV	PREPARATORE AUTOMATICO DI VETRINI	E

PAP	PREPARATORE AUTOMATICO PIASTRE	E
PCM	PREPARATORE DEI CAMPIONI PER L'ANALISI CROMOSOMICA	E
PDM	PREPARATORE DI CAMPIONI A MONOSTRATO	E
PBN	PREPARATORE DI COLLA FIBRINA	F
PTT	PREPARATORE DI TERRENI	E
PAD	PREPARATORE LIQUIDO DI DIALISI	E
PAF	PREPARATORE PER CITOFLUORIMETRIA	E
PTP	PRESSOTERAPIA, APPARECCHIO PER	E
PLE	PROCESSATORE DI GEL ELETTROFORETICI	E
PRS	PROCTOSCOPIO	E
PCL	PROCTOSCOPIO A ULTRASUONI	E
PSD	PROCTOSIGMOIDOSCOPIO	E
PAU	PRODUZIONE ACQUA PURA, APPARECCHIO PER	E
PID	PRODUZIONE DI IDROGENO E/O ALTRI GAS, APPARECCHIO PER	E
PCF	PROGRAMMATORE PER VALVOLA IDROCEFALICA	E
PEA	PUPILLOMETRIA, APPARECCHIO PER	E
RCT	REFRIGERAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO, APPARECCHIATURA PER	E
	REGOLATORE AUT.PER APP.RX	E
RDI	REGOLATORE DI INFUSIONE	E
RDN	REGOLATORE DI PRESSIONE	E
RCH	REGOLATORE DI PRESSIONE PER CUFFIA ENDOTRACHEALE	E
REM	REMOERGOMETRO	E
RES	RESECTOSCOPIO	E
ROS	RETTOSCOPIO	E
RAG	RIABILITAZIONE COGNITIVA, APPARECCHIO PER	E
RAZ	RIABILITAZIONE PNEUMOTORACICA, APPARECCHIO PER	E
RTX	RIFRATTOMETRO A RAGGI X	E
RFE	RIGENERATORE FILTRI EMODIALISI	E
RED	RILEVATORE A DIODO	E
RUL	RILEVATORE DI DIFETTI AD ULTRASUONI	E
	RILEVATORE DI FORMALDEIDE	E
RGU	RILEVATORE DI GLUTARALDEIDE E FORMALDEIDE	E
RME	RILEVATORE DI MERCURIO	E
RAC	RILEVATORE DI SCINTILLAZIONE	E
RCS	RIMOZIONE CEMENTO PER PROTESI, APPARECCHIATURA PER	E
RAH	RIMOZIONE DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER	E
RAM	RINOANEMOMETRO	E
RMM	RINOMANOMETRO	E
RIS	RINOSCOPIO	E
RAS	RIPARTITORE DI DOSE AUTOMATICO	E
RIR	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	E
RRN	RISCALDATORE RADIANTE PER NEONATI	E
RSA	RISCALDATORE SANGUIGNO	E
RDE	RIUNITO DENTISTICO	E
RIU	RIUNITO OFTALMOLOGICO	E
RIO	RIUNITO OTORINOLARINGOIATRICO	E
RDC	RIUNITO-PODOLOGICO	E
	RIVELATORE DI GAS	E
	RIVELATORE DI OZONO	E
SLE	SALDATORE A ULTRASUONI PER OSTEOSINTESI	E
	SATELLITE PER SCIALITICA	E
SHL	SCHERMO DI HESS	E
SRP	SEDIA ROTATORIA PENDOLARE	E
SDA	SEDIMENTO URINARIO, APPARECCHIATURA PER	E
	SEGA CHIRURGICA	E

SAG	SEGA PER GESSI	E
SOR	SEGA PER ORTOPEDIA	E
SBP	SENSITOMETRO E DENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE	E
SPR	SENSITOMETRO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE	E
	SIDEREMA, APP. PER MISUR.	E
SNT	SINOTTOFORO	E
LAD	SISTEMA ANTIDECUBITO	E
SLZ	SISTEMA D'ANALISI OCCLUSALE COMPUTERIZZATA	E
SBP	SISTEMA DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ DEI CAMPIONI	E
SLB	SISTEMA DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ DELLE UNITÀ SANGUE	E
SCV	SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE CON POMPA A VUOTO	E
SBU	SISTEMA DI POSIZIONAMENTO/IMMOBILIZZAZIONE A SCHIUMA	E
SRM	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PER MICROTOMI	E
SET	SISTEMA ELETROMECCANICO PER TERAPIA FISICA	E
SAN	SISTEMA LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE	E
SLV	SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI SOTTO VUOTO	E
SLO	SISTEMA PER LA MISURAZIONE DELLE FERITE	E
SBO	SISTEMA PER LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO	E
GEC	SISTEMA PER L'ANALISI E LA GESTIONE DI TRACCIATI ECG	E
	SISTEMA PER L'AUTOMAZIONE FLESSIBILE	E
SMR	SISTEMA PER TRAZIONI	E
STG	SISTEMA TELEFONICO PER EEG	E
SAH	SOLLEVAMENTO MALATI, APPARECCHIO PER	E
SID	SOLLEVATORE E DEAMBULATORE ELETTRICO	E
SDU	SONDA DI MISURA	E
SUH	SOSPENSIONE CELLULARI, APPARECCHIO PER	E
SVE	STAMPANTE PER VETRINI E/O CASSETTE	E
LCC	STAZIONE DI LAVAGGIO PER INDAGINI CELLULARI E/O MOLECOLARI	E
SGI	STAZIONE DI TAGLIO PER CAMPIONI ISTOLOGICI	E
	STERILIZZATRICE UV	E
	STIMOL. DI SENSIBILITÀ	E
	STIMOLATORE AUDIOVISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO	E
SCO	STIMOLATORE DI CRESCITA OSSEA	E
SEC	STIMOLATORE ELETROANALGESICO DELLA COLONNA VERTEbraLE	E
	STIMOLATORE ESTETICO	E
SFA	STIMOLATORE FACCIALE	E
SMN	STIMOLATORE MAGNETICO	E
SMU	STIMOLATORE MUSCOLARE	E
SNE	STIMOLATORE NEUROLOGICO	E
SNM	STIMOLATORE NEUROMUSCOLARE	E
SAP	STIMOLATORE PER AGOPUNTURA	E
SVN	STIMOLATORE PER EIACULAZIONE	E
SRE	STIMOLATORE RESPIRATORIO	E
SAR	STIMOLATORE SUDORE	E
STU	STIMOLATORE UROLOGICO	E
STR	STRATIFICATORE PER LASTRE TLC	E
SSN	STRISCI DI SANGUE, APPARECCHIATURA PER	E
SMB	SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE VERBALE	E
TBD	TAGLIO PER GEL BIDIMENSIONALI, SISTEMA DI	E
	TATUAGGIO APP. PER	E
	TECARTERAPIA APP. X	E
TVC	TELECAMERA	E
TSM	TELESPIROMETRO	E
TTM	TELETERMOMETRO	E
TOS	TENDA PER OSSIGENO TERAPIA	E

CDM	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CLASSE
DMO	TERAPIA A MICROONDE, APPARECCHIO PER	E
DOC	TERAPIA AD ONDE CORTE, APPARECCHIO PER	E
DUL	TERAPIA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER	E
	TERAPIA ESTETICA AD OSSIGENO, APPARECCHIO PER	E
	TERAPIA ESTETICA AD ULTRASUONI, APPARECCHIO PER	E
RVS	TERMINALE REMOTO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI	E
TME	TERMOMETRO CLINICO	E
TAZ	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA NEONATALE	E
TCP	TERMOREGOLAZIONE CORPOREA, APPARECCHIO PER	E
TCG	TEST DI COOMBS, APPARECCHIATURA PER	E
TCM	TEST PSICOMETRICI, SISTEMA PER	E
TLI	TONOMETRO PER LIQUIDI	E
TAO	TRACCIATORE AUTOMATICO DI CURVE	E
TIL	TRANSILLUMINATORE	E
TEI	TRAPPOLA REFRIGERATA	E
TBF	TRATTAMENTO / DEBRIDEMENT CHIRURGICO DELLE FERITE	E
TDC	TRATTAMENTO DELLE FERITE, APPARECCHIO PER IL	E
TDG	TRATTAMENTO ENDERMOLOGICO	E
	TRAZIONE ORTOPEDICA, TAVOLO PER	E
TPM	TUMESCIENZA DEL PENE, MISURATORE DI	E
TUM	TURBIDIMETRO	E
UMI	UMIDIFICATORE	E
UCM	UNITA' CONTROLLO MICROSCOPIO DA LABORATORIO	E
UCT	UNITA' CONTROLLO TELECAMERA/ZOOM	E
RAU	UNITA' DI CONTROLLO PER NEBULIZZATORE DI COLLA SIGILLANTE	E
UPR	UNITA' DI PERFUSIONE REGIONALE	E
UPG	UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS	E
UAE	UNITA' LETTURA NASTRI PER LETTORE HOLTER	E
	UNITA' REFRIGERANTE	E
ZEE	UNITA' ZEEMAN	E
IUP	UPGRADE TECNOLOGICO	E
VCT	VACUUM TERAPIA, APPARECCHIO PER	E
VAG	VAGINOMETRO	E
VAS	VAGINOSCOPIO RIGIDO	E
VOV	VALUTAZIONE VESTIBOLARE, SISTEMA PER	E
VAP	VAPORIZZATORE	E
VFA	VAPORIZZATORE PER MONITORAGGIO FIBRE D'AMIANTO	E
VER	VIDEOACQUISIZIONE PER RADIOGRAFIE, SISTEMA PER	E
VI9	VIDEOCAMERA PER BIOIMMAGINI	E
	VIS.FONDO OCULARE,APP PER	E
VVC	VISUALIZZATORE DELLA VOCE	E
WIE	WORKSTATION PER INDAGINI ENDOSCOPICHE	E
SEL	LETTO ELETROCOMANDATO	E

CDM	DESCRIZIONE APPARECCHIO	CLASSE	GRUPPO
7AC	ACCESSORI VARI	F	
AGF	ACTIGRAFO	F	
ADM	ADATTOMETRO	F	
AER	AEROSOL, APPARECCHIO PER	F	
AFL	AFFILA LAME PER MICROTOMI	F	
ALA	AGITATORE DA LABORATORIO	F	
AIM	ALIMENTATORE	F	
ALC	ALLENATORE DI CONVERGENZA	F	
AMA	AMALGAMATORE	F	

	ANAL. ENZIMATICO	F
	ANAL. POLLINI	F
AAS	ANALISI STERILITÀ AMBIENTALE, APPARECCHIO PER	F
APM	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER CARDIOSTIMOLATORI	F
ANU	ANALIZZATORE/PROGRAMMATORE PER NEUROSTIMOLATORE	F
AEO	ANEMOMETRO	F
ABV	APERTURA PROVETTE, APPARECCHIO PER	F
	APP. OFTALMICA	F
SGA	APPARECCHIATURA PER DISSEZIONE IN AUTOPSIA	F
ADT	APPARECCHIO GERMICIDA AD UV INTERNI	F
ADI	ARMADIO ASPIRATO A FILTRAZIONE CHIMICA	F
ADS	ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI	F
	ARTERIOSONDA	F
	ASCIUGA PIASTRE	F
ASP	ASPIRATORE CENTRIFUGO	F
AFU	ASPIRATORE FUMI CHIRURGICI	F
ACH	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	F
	ASTIGMOMETRO	F
ATV	ATTREZZATURE VARIE	F
BAK	BACK-UP SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO A GAS CRIOGENICI	F
BTE	BAGNO TERMOSTATICO	F
	BARELLA ELETTRIFICATA	F
SBL	BARELLA PER IL TRASFERIMENTO PAZIENTE	F
BRT	BARELLA RADIOTRASPARENTE MOBILE	F
LDB	BECCO BUNSEN	F
BAO	BILANCIA PER NEONATOLOGIA	F
BPN	BILANCIA PESA NEONATI	F
	BOLLITRICE FERRI CHIRURG.	F
	CALIBRATORE	F
CFO	CAMERA ALL'INFRAROSSO	F
CH	CAMERA DI COMPRESSIONE PER SPREMISACCHE	F
CDI	CAMERA DI IONIZZAZIONE	F
CMR	CAMERA DI MICROSCOPIO	F
CDZ	CAMERA D'OSSERVAZIONE	F
	CAMPIMETRO DI GOLDMAN	F
CSF	CAPPA STERILE	F
CDL	CARDIOFREQUENZIMETRO PORTATILE	F
CAF	CARRELLO ELETTRIFICATO	F
CEZ	CARRELLO MOVIMENTAZIONE SALME	F
CLI	CARRELLO PER ANESTESIA	F
CPN	CARRELLO PER DIAFANOSCOPIO	F
CBS	CARRELLO PER ELETTROBISTURI	F
CGF	CARRELLO PER ELETROCARDIOGRAFO	F
CBT	CARRELLO PER INCUBATRICE NEONATALE	F
CLN	CARRELLO PER LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	F
CMF	CARRELLO PER MONITOR / MONITOR FETALE	F
CAX	CARRELLO PER SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	F
CLZ	CARRELLO PER STERILIZZAZIONE	F
CTO	CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO	F
CTZ	CARRELLO PER TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE	F
ESE	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	F
CEG	CARRELLO/ACCESSORI PER ECOTOMOGRAFO PORTATILE	F
CCC	CARTA PER STAMPANTI O REGISTRATORI GRAFICI	F
CHG	CASCO CHIRURGICO	F
CAT	CASSSETTA PORTA LENTI	F

CTT	CASSONETTO FILTRANTE A CARBONE ATTIVO	F
	CAUSTICATORE	F
	CAVI PAZIENTE	F
	CAVO PNEUMATICO PER FRUSTE	F
CBH	CAVO PORTALUCE A FIBRE OTTICHE	F
CEO	CELLA CALORIMETRICA	F
CEF	CELLA FRIGORIFERA	F
	CELLA TERMOSTATICA	F
SAX	CESTINO DA STERILIZZAZIONE	F
COA	COMPATTATORE PER ENDODONZIA	F
	COMPRESSORE MEDICALE	F
COU	COMPRESSORE PER RIUNITO DENTISTICO	F
CMI	COMPRIMITRICE	F
COO	CONCENTRATORE DI OSSIGENO	F
	CONSOLLE PER APP. ELETTR.	F
CNA	CONTA PILLOLE	F
CCR	CONTENITORE CRIOGENICO	F
CPA	CONTENITORE DI PARAFFINA	F
	CONTENITORE ISOTERMICO	F
CVT	CONVERTITORE TELEFONICO	F
CPP	COPPETTA PORTA CAMPIONE	F
CFA	CUFFIA	F
CDB	CUSCINO ANTIDECUBITO	F
DAG	DATALOGGER, SISTEMA PER	F
DAF	DECALCIFICATORE AUTOMATICO AD ULTRASUONI	F
DAT	DEPILATORE ELETTRICO	F
DET	DESORBITORE TERMICO	F
DIA	DIAFANOSCOPIO	F
DMA	DIAFANOSCOPIO A MAGAZZINO	F
	DIGESTORE	F
DIL	DILUITORE	F
DII	DISINTEGRATORE DI AGHI	F
	DISPENSATORE	F
DAR	DISPENSATORE PER FARMACI	F
DAU	DISPLAY BINOCULARE PER PC (OCCHIALI)	F
DIV	DISTILLATORE A CORRENTE DI VAPORE	F
DVA	DIVARICATORE ADDOMINALE	F
DPL	DOCCIA PER LETTO	F
DAS	DOCCIA SOLARE	F
DOS	DOSATORE	F
	DRENAGGIO APP.X	F
EGC	ELETTRODI SPECIFICI	F
ELO	ELETTROMETRO	F
	ERGOMETRO	F
	ERNIA, ASPIRAZIONE PER	F
EDC	EROGATORE GAS MEDICALI	F
EOV	ESTRATTORE OSTETRICO A VUOTO	F
ESC	ESTRATTORE SCHEGGE METALLICHE	F
ESO	ESTRAZIONE SOLVENTI, APPARECCHIO PER	F
EAG	EVACUATORE DI GAS ANESTETICI	F
EVA	EVAPORATORE	F
BT5	FANTOCCIO PER TEST RX	F
FAS	FARINGOSCOPIO	F
SBF	FARMACI, PREPARATORE PER	F
FDS	FONENDOSCOPIO	F

FCG	FONOCARDIOGRAFO	F
FON	FONOMETRO	F
	FORMATORE DI GRADIENTE	F
	FORNO PER HPLC	F
	FOROTTERO	F
	FRANTUMATORE	F
FEU	FREQUENZIMETRO	F
FRF	FRONTIFOCOMETRO	F
GAP	GENERATORE PER IPOSSIA	F
GAD	GENOTIPPIZZATORE BATTERICO PER RIBOFIPIZZAZIONE	F
GAD	GRIGLIA ANTIDIFFUSIONE	F
GCO	GRUPPO TRAZIONI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	F
	IDENTIFICATORE CASETTE RX	F
IAT	IDROCOLLATORI	F
ICA	IGIENE DELL'ORECCHIO, APPARECCHIO PER	F
IAB	ILLUMINATORE A FIBRE OTTICHE	F
	IMMOBILIZZAZIONE, APP. PER	F
	INALATORE ,APP. PER	F
IEA	INFUSORE A PRESSIONE	F
	INTEGRATORE	F
IGC	INTEGRITA' GUANTI CHIRURGICI, CONTROLLO DELLA	F
IUV	IRRAGGIATORE DI ULTRAVIOLETTI	F
IEC	ISOLATORE PER FARMACI	F
	LACTARIUM	F
LAF	LAMPADA A FLUORESCENZA	F
	LAMPADA A MARTELLO	F
LAA	LAMPADA ATTINICA PER CAMERA OSCURA	F
	LAMPADA DA VISITA	F
	LAMPADA ESSICATRICE	F
LFR	LAMPADA FRONTALE	F
LDE	LAMPADA PER ELETTROMIOGRAFIA	F
LIR	LAMPADA RAGGI INFRAROSSI	F
LUV	LAMPADA RAGGI ULTRAVIOLETTI	F
LBE	LAMPADA TASCABILE	F
LRS	LARINGOSCOPIO	F
BUL	LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER	F
LCL	LAVAGGIO CELLULARE, APPARECCHIO PER	F
	LAVAVETRERIE	F
LDG	LENTE DI INGRANDIMENTO ILLUMINATA	F
SLF	LETTO ADULTI FISSO	F
	LETTO DA STATICÀ	F
SLS	LETTO DA VISITA	F
SLD	LETTO DA VISITA PEDIATRICO	F
LCI	LETTORE CODICE IDENTIFICATIVO	F
	LIQUIDI, MISURATORE PER	F
	LOCALIZZATORE SCHEGGE	F
MAA	MARTELLO RISCALDANTE	F
MEF	MARTELLO NEUROLOGICO	F
MST	MASTOSUTTORE	F
MCU	MATERASSO ANTIDECUBITO	F
MSO	MEDICAZIONE SOTTO VUOTO, APPARECCHIO PER	F
MSR	MESOTERAPIA, APPARECCHIATURA PER	F
	MISCELATORE	F
MIS	MISCELATORE DI GAS	F
MSA	MISCELATORE DI SACCHE	F

5MN	MISURATORE PER NEONATI	F
MAQ	MODULO ACQUISIZIONE ECG	F
MAF	MODULO DI RAFFREDDAMENTO PER ELETTROFORESI	F
MDS	MODULO/INTERFACCIA PER VIDEOPROCESSORE	F
MLA	MOLINO DA LABORATORIO	F
	MONITOR PER LAB. ANALISI	F
MTV	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	F
MGS	MONITORAGGIO CAPSULA ENDOSCOPICA	F
MGH	MONITORAGGIO DEGLI ALIMENTI, APPARECCHIO PER	F
ARI	MONITORAGGIO DELL'ARIA, APPARECCHIO PER	F
MNA	MONITORAGGIO REMOTO NEONATI	F
MRC	MORCELLATORE	F
MUF	MUFFOLA	F
	MULTIASPIRATORE	F
MEB	MULTIPRESA MOBILE PER SISTEMI ELETTROMEDICALI	F
NUL	NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI	F
	NEBULIZZATORE GERMICIDA	F
	OCCHIALI	F
ONI	OCCHIALI PER NISTAGMO	F
OFS	OFTALMOSCOPIO	F
OMO	OMOGENEIZZATORE	F
OPM	OPTOMETRO	F
	ORTOCLINOSCOPIO	F
	ORTOTRITORE EXTRACORPOREO	F
ONO	OSSIDO NITRICO, EROGATORE DI	F
OAN	OSSIMETRO SOTTOCUTANEO	F
OAL	OSSIMETRO TISSUTALE	F
OTS	OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATRIALE	F
OCP	OTOSCOPIO PER ORECCHIO MEDIO	F
OTR	OTOSCOPIO RIGIDO	F
	OTTURAZIONI, APP. PER	F
	OZONO GENERATORE PER	F
PAI	PANNELLO DI COMANDO	F
	PASSALASTRE	F
PFF	PEDALE PER FACOEMULSIFICATORE	F
PDF	PEDALE WIRELESS UNIVERSALE	F
PDU	PEDALIERA UNIVERSALE	F
	PESO SPECIFICO, MISURAT. X	F
PRP	PIASTRA RAFFREDDANTE PER PARAFFINA	F
PST	PIASTRA RISCALDANTE	F
PFE	PIATTAFORMA MULTIFUNZIONALE PER SPIROMETRI PORTATILI	F
PFM	PIATTAFORMA SINTESI TRACCANTI	F
PAM	PINZA RISCALDATA	F
PIP	PIPETTA	F
	PIPETTATRICE APP.PER	F
PCB	PISTOLA AUTOMATICA PER BIOPSIA	F
	PLESIOTERAPIA, APP. PER	F
	POLTRONA BILANCIA	F
SPL	POLTRONA DONATORI O PRELIEVI	F
SPE	POLTRONA ELETTRICA	F
PHD	POLTRONA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO	F
PPT	POLTRONA PER TERAPIA	F
SPX	POLTRONA PORTA PAZIENTE	F
PPI	POMPA PER IDROMASSAGGIO	F
PER	POMPA PER VUOTO	F

PPE	POMPA PERISTALTICA	F
PEB	POMPA/GENERATORE PER SISTEMA ANTIDECUBITO	F
PDL	POSIZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DEL PAZIENTE, SISTEMA PER	F
	POTTER	F
SLI	PREPAR./SELETT. PROVETTE	F
2PP	PREPARATORE	F
PIL	PREPARATORE AUTOMATICO DI TEMPLATE	F
	PREPARATORE PER LASTRE	F
PEU	PREPARAZIONE PROVETTE SANGUE, SISTEMA PER	F
PPR	PRINTATRICE	F
	PROCESSATORE	F
PPG	PRODUTTORE AUTOMATICO DI FARMACI CITOSTATICI	F
PDG	PRODUTTORE DI GHIACCIO	F
PDH	PRODUZIONE D'ARIA CALDA, APPARECCHIO PER	F
PGA	PROGRAMMATORE PER ESAMI VISIVI OPTOMETRICI	F
PNU	PROGRAMMATORE PORTATILE PER NEUROSTIMOLATORE	F
PRM	PROIETTORE / TAVOLA OPTOMETRICA	F
	PROTESI, APPARECCHI X	F
	PSICROMETRO	F
PCH	PUNTO DI FUSIONE, APPARECCHIO PER	F
QUA	QUADRO DI COMANDO PER DISINFETTORE AUTOMATICO	F
	RAGGI UV, ANALIZZATORE X	F
	RAGGI X, MISURATORE PER	F
RAB	RECIPENTI PER LABORATORIO DI ANALISI	F
RLO	RECUPERO LIQUIDI ORGANICI, APPARECCHIO PER	F
	REFLETTOMETRO	F
	REGISTRATORE MULTICANALE	F
SPN	REGISTRATORE PER NEUROSTIMOLATORE ELETTRICO	F
RCA	REGISTRATORE SU CARTA	F
	REGISTRATORE X-Y	F
RA2	REGOLATORE DI ARIA	F
RDU	REGOLATORE INTEGRATO DI VUOTO E GAS	F
RSI	RICICLATORE DI SOLVENTI	F
	RISCALDATORE	F
RAE	RISCALDATORE DI PROVETTE	F
RCD	RISCALDATORE OTTICHE	F
RAF	RISCALDATORE PER INFUSIONE	F
RUG	RUGOSIMETRO PORTATILE	F
ADJ	SALDATORE DI PIASTRE	F
SSH	SALDATORE DI SACCHE	F
SDD	SALDATORE DI TUBI	F
	SCALDA PARAFFINA	F
SPC	SCALDA SPECCHIETTI PER OTORINOLARINGOLOGIA	F
	SCALDAPROVETTE	F
SHE	SCALDASACCHE	F
SCS	SCALDASACCHE A BAGNO TERMOSTATICO	F
SDH	SCALDASACCHE A SECCO	F
	SCALDAVETRINI	F
SAX	SCHERMO DI PROTEZIONE DAI RAGGI X	F
SSL	SCOLIOSOMETRO	F
SET	SEDIA PER RIABILITAZIONE NEUROLOGICA	F
SIG	SEPARATORE DI AMALGAMA	F
	SIGILLATORE TERMICO PER MICROPIASTRE O PROVETTE	F
SAT	SIMULATORE ECG	F
SAD	SIRINGA O PARTI DI ESSA	F

	SISTEMA DI DEGASSAGGIO	F
	SISTEMA DI EROGAZIONE PARTICELLE	F
STW	SISTEMA DI TRASMISSIONE WIRELESS	F
SBR	SISTEMA D'IMMOBILIZZAZIONE PER RADIOGRAFIE PEDIATRICHE	F
SOT	SISTEMA NON ELETTRICO PER TERAPIA FISICA	F
ADL	SISTEMA PER ASPIRAZIONE DELL'OVOCITA	F
SVV	SISTEMA TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO	F
	SISTEMA TRASPORTO ENDOSCOPI	F
SNC	SONDA PER STIMOLATORE MAGNETICO	F
SNU	SONDA PER TERAPIA AD ULTRASUONI	F
SMZ	SONDA/MANIPOLI PER ABLAZIONE CARDIACA	F
SPF	SPARAFFINATURA, SISTEMA PER	F
	SPECCHIO DI KLAAR	F
SPH	SPONDE LETTO ELETTRICHE	F
SPS	SPREMISACCHE	F
SDR	SQUADRATORE PER PROTESI DENTARIE	F
SBE	STABILIZZATORE PER STATICHE PRONA/ERETTA (03.48.21.003)	F
SME	STAMPANTE PER CRIOSTATO	F
SPE	STAMPANTE PER ECG	F
SPG	STAMPANTE PER EMG	F
SEE	STAMPANTE PER EMOVELOCIMETRO	F
SHI	STAMPANTE PER HOLTER PRESSORIO	F
SMF	STAMPANTE PER MONITOR FETALE	F
SIU	STAMPANTE PER MONITOR MULTIPARAMETRICO	F
STV	STAMPANTE PER MONITOR PER VENTILAZIONE	F
STA	STAMPANTE PER MONITOR TRANSCUTANEO	F
SNL	STAMPANTE PER POS (POINT-OF-SALE)	F
SPP	STAMPANTE PER PULSOSSIMETRO	F
SEL	STAMPANTE PER STAZIONE METEOROLOGICA	F
SMO	STATIVO PER MICROSCOPIO OPERATORIO	F
SDF	STAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	F
SFG	STAZIONE DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ENDOSCOPI	F
SAS	STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA	F
STT	STERNOTOMO	F
STS	STETOSCOPIO	F
SLF	STIMOLATORE ACUSTICO FETALE	F
SAU	STIMOLATORE AUDITIVO E/O VISIVO DIAGNOSTICO O RIABILITATIVO	F
SHG	STRUMENTARIO CHIRURGICO	F
	STUFA A SECCO	F
SAE	STUFA ASCIUGA GESSI	F
SES	STUFA ESSICCATRICE	F
	SUPPORTO PER ARTROSCOPIA	F
SOM	SUTURATRICE AUTOMATICA	F
TPS	TAGLIATORE PER SCHERMATURE	F
TAR	TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI	F
TTA	TAVOLO AUTOPTICO	F
ATR	TAVOLO PER COLPOSCOPIA OLEODINAMICO	F
	TAVOLO PER MACROFOTOGRAFIA	F
TSL	TAVOLO SMONTABILE PER LABORATORIO	F
	TELECOMANDO A DISTANZA	F
AG1	TEMPO DI APGAR	F
THU	TERMINALE PER CRIOPRATICHE	F
	TERMOCOPERTA	F
	TERMOFORO	F
TMS	TERMOSALDATRICE	F

	TERMOSTAMPATRICE	F
TTZ	TEST TRAZIONE, APPARECCHIATURA PER	F
TLA	TESTA LETTO, APPARECCHIO	F
TTO	TESTIERA PER TAVOLO OPERATORIO	F
TCH	TITOLATORE CHIMICO	F
TST	TORRINO STERILE	F
TDI	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	F
TSI	TRASFORMATORE D'ISOLAMENTO	F
COR	TRASPORTO MATERIALE ORGANICO, APPARECCHIO PER IL	F
UAI	UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI	F
TAD	UNITA' DI COMANDO REMOTO	F
	UNITA' DI MAGNIFICAZIONE	F
UPO	UNITA' PER LA PULIZIA DELLE LENTI	F
AEU	VALUTAZIONE DELLA VITALITA' PULPARE, APPARECCHIO PER	F
VAH	VALVOLA PER EROGAZIONE A RICHIESTA	F
VAD	VASCA DA PARTO	F
	VASCA TERMOSTATICA	F
VMI	VETRINI PER MICROSCOPIA	F
MGI	VIBROMASSAGGIATORE	F
VIR	VIDEOREGISTRATORE PER BIOIMMAGINI	F
VCE	VISCOSIMETRO	F
	LETTO ADULTI ARTICOLATO	F

ALLEGATO 5

MATERIALI ESCLUSI NELL'APPALTO

MATERIALI PER POSIZIONAMENTO TRASFERIMENTO SUPPORTO PAZIENTE

- Fasce supporti in genere;
- teli per passamalati;
- materassini per letti operatori;
- cuscineria e tappezzeria;

LUBRIFICANTI

- Olio per motore;
- Olio per raffreddamento tubi RX;
- Lubrificanti in genere

FILTRI

- Filtri per campionatura gas;
- Setacci molecolari;
- Filtri e letti per trattamenti H₂O;

MATERIALE MONOUSO E MONOPAZIENTE

- spirometri per ventilatore polmonare monopaziente;
- mascherine;
- linee eratiche per dialisi e di infusione;
- tubi per pompa peristaltica a cambio programmato per analizzatori;
- elettrodi ECG monopaziente;
- manipoli e piastre per elettrobisturi monopaziente;
- sensori per saturimetria monopaziente;
- trasduttori di pressione monopaziente;
- gel di accoppiamento e/o pasta conduttrice;
- batterie non ricaricabili.

REAGENTI E KIT STANDARD PER APPARECCHIATURE DI LABORATORIO

- Tutti i prodotti che permettono la reazione chimica per l'analisi (reagenti);
- tutte le soluzioni a valore noto adoperate per la calibrazione periodica degli apparecchi (kit standard);
- tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse (kit immuno, candeggina, etc...).

MATERIALI PER STAMPANTI

- carta per stampante;
- cartucce e toner per stampanti;
- carta per registratori, ECG, EEG, etc...

MATERIALI PER FOTOGRAFIA, RADIOLOGIA

- Lastre;
- pellicole;
- schermi a fosfori per radiologia digitale;
- liquidi per sviluppo, fissaggio, etc...;

MATERIALE PER INFORMATICA

- Supporti magnetici, ottici e simili quali: floppy disk, CD ROM, nastri magnetici,
- cartucce, dischi ottici.

Al Direttore Generale
A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
PEC: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it
e al Referente Aziendale
per il processo autorizzativo

Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariati n.58/2011 e n. 11/2012.
Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la
fornitura di "affidamento del servizio global service manutentivo per n°2000 p.e., comprensivo
di materiali soggetti ad usura e guasti accidentali, per la durata di un anno."

A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 22378 del 23.08.2019 (prot. SoReSa/0013609/2019 del
23/08/2019) si autorizza l'espletamento diretto di autonomia procedura di gara, per il tempo strettamente
necessario alla attivazione della gara centralizzata, con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita
clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di
So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate.

Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, il criterio di
aggiudicazione, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, i criteri di affidamento e il
finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione
della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di 6 mesi dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che
occorrerà inviare alla scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione
entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso.

Distinti saluti.

Il Presidente Operativo
Consiglio di Commissari
Dott. Francesco Lucchetto




Azienda Ospedaliera di Caserta
"Santi'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

A.D.O. UOC Tecnologia Ospedaliera - Ufficio Protocollo - Gennaio
Protocollo: 002237/B/LU Data: 23/08/2018 10:54
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Cassaforte:

Al Direttore Generale So.Re.Sa spa
ufficiogare@pec.soresa.it

Oggetto: richiesta di autorizzazione Soresa per l'affidamento del servizio di global service manutentivo, per n°2800 apparecchiature e sistemi elettromedicali, comprensivo di materiali soggetti ad usura e guasti accidentali, per la durata di un anno.

OGGETTO	Affidamento del servizio di global service manutentivo per n°2800 apparecchiature e sistemi elettromedicali comprensivo di materiali soggetti ad usura e guasti accidentali
BASE D'ASTA COMPLESSIVA	€ 650.000,00
METODO DI CALCOLO BASE D'ASTA	CONTRATTO PRECEDENTE
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
NUMERO DI LOTTI	1
CND (ove applicabile)	
TIPOLOGIA DI GARA	PROCEDURA APERTA
MOTIVAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.57 D.LGS N. 163/06	
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	
DURATA CONTRATTO (in mesi)	12 mesi
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI (ove previsto)	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE	SI
MOTIVAZIONE DEL MANCATO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE	

Il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera
ing. Vittorio E. Romano

Vittorio E. Romano

Il Sub Commissario Amministrativo
Dott. Gaetano Scipione

Il Sub Commissario Sanitario
Dott.ssa Antonella Scipione

Il Commissario Coordinario
Avv. Commissario Mariano



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €365.362,67

- è di competenza dell'esercizio 2019 , imputabile al conto economico 5030301012 - Manutenzione ord. appar. sanitarie contratti da scomputare dal preventivo di spesa ratifica proroga 6 mesi luglio_dicembre2019 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €365.362,67

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5030301012 - Manutenzione ord. appar. sanitarie contratti da scomputare dal preventivo di spesa proroga 6 mesi gennaio_giugno2019 che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/02/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 231 del 28/02/2020

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

In pubblicazione dal 02/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Gaetano Gubitoso - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano