



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 266 del 13/03/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N. 6
SISTEMI PER ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N. 6 SISTEMI PER ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]

Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 25/02/2019 è stato adottato il piano di rinnovo per gli anni 2019-2021 degli apparecchi elettromedicali di media e bassa tecnologia;
- l’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MePA Consip, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (Richiesta Di Offerta) n. 2468490 del 06/12/2019 inerente l’affidamento della fornitura di n. 6 sistemi per anestesia per un importo complessivo a base di gara pari a € 174.000,00 oltre IVA;
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MePA Consip al Bando/Categoria “*BENI - Forniture specifiche per la Sanità*”, così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che

- al fine di valutare le offerte tecniche pervenute, con deliberazione n°13 del 08/01/2020, ai sensi dell’art.77 co.12 dell’art.216 co.12 D.lgs. n.50/16, è stata nominata apposita commissione giudicatrice, incaricata per la valutazione qualitativa ed attribuzione dei relativi punteggi;
- con verbale n°1(all.1), in seduta riservata, del 04/02/2020, la commissione giudicatrice ha valutato la conformità delle offerte tecniche presentate dai quattro operatori economici concorrenti: 1) AGA BIOMEDICA 2) DRAEGER ITALIA 3) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 4) RTI ELMED-TECHOSTSTEM;
- con verbale n°2 (all.2), in seduta riservata, del 07/02/2020, la commissione ha provveduto ad attribuire il punteggio tecnico e, successivamente ad aprire la busta telematica economica;
- nella tabella seguente viene riportata la graduatoria di merito:
-

| CONCORRENTE | VALORE COMPLESSIVO OFFERTA | PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO DA COMMISSIONE | PUNTEGGIO ECONOMICO | PUNTEGGIO COMPLESSIVO |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 RTI ELMED-TECHOSTSTEM | € 147.408,00 | 67,59 | 27,75 | 95,34 |
| 2 DRAEGER ITALIA | € 172.710,00 | 70,00 | 23,68 | 93,68 |
| 3 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | € 173.599,98 | 66,38 | 23,56 | 89,94 |

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 4 | AGA BIOMEDICA | € 136.350,00 | 43,45 | 30,00 | 73,45 |
|---|------------------|--------------|-------|-------|-------|

Ritenuto

- di procedere all’aggiudicazione della RDO n. 2468490 del 06/12/2019 inerente l’affidamento della fornitura di n. 6 sistemi per anestesia, all’operatore economico RTI ELMED- TECHOSTSTEM per l’importo complessivo di € 147.408,00 oltre i.v.a. 22%;

Visto

il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere all’aggiudicazione della fornitura di n°6 sistemi di anestesia, modello A7 Mindray; (all.3), all’operatore economico RTI ELMED- TECHOSTSTEM con sede legale in Via Ripuaria 225 - Giugliano in Campania (NA), risultato primo graduato tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 179.837,76 i.v.a. 22% inclusa, in esito alla RDO n°2468490 del 06/12/2019, attivata su Me.Pa. Consip;
2. di imputare la spesa complessiva di € 179.837,76 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico 10102040- ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
3. di stabilire che la messa in servizio dell’apparecchiatura di cui all’oggetto, ai sensi della norma CEI 62353, è subordinata all’esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.
4. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. **Tecnologia Ospedaliera e HTA** e acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Sanitario.

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **procedere** all'aggiudicazione della fornitura di n°6 sistemi di anestesia, modello A7 Mindray; (all.3), all'operatore economico RTI ELMED- TECHOSTSTEM con sede legale in Via Ripuaria 225 - Giugliano in Campania (NA), risultato primo graduato tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 179.837,76 i.v.a. 22% inclusa, in esito alla RDO n°2468490 del 06/12/2019, attivata su Me.Pa. Consip;
2. **imputare** la spesa complessiva di € 179.837,76 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico 10102040- ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
3. **stabilire** che la messa in servizio dell'apparecchiatura di cui all'oggetto, ai sensi della norma CEI 62353, è subordinata all'esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.
4. **inserire** nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. **pubblicare** integralmente la presente deliberazione;
6. **trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria e Provveditorato ed Economato.

Il Commissario Straordinario
Avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Commissario Straordinario

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

OGGETTO: Procedura negoziata mediante RDO n°2468490 del 06/12/2019 su MEPA CONSIP per la fornitura di n° 6 sistemi di anestesia

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 04/02/2020

In data 04/02/2020, alle ore 09:45 presso gli Uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti, nominata giusta deliberazione n°13 del 08.01.2020 - composta come segue:

- Dott. Lucio Bucci – Direttore f.f.. UOC Anestesia e Rianimazione - Presidente;
- Ing. Luigi Battista – Dirigente ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera – Componente;
- Ing. Roberta Aprea – collaboratore tecnico professionale ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera, Componente e Segretario verbalizzante;

Premesso che

- I componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconfondibilità/incompatibilità (all. 1,2,3).
- hanno partecipato alla procedura di gara le seguenti società: 1) AGA BIOMEDICA, 2) DRAEGER ITALIA 3) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, 4) RTI ELMED - TECNOSYSTEM

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione come sopra costituita, prende visione della scheda tecnica dei requisiti minimi, della griglia predisposta per l'attribuzione dei punteggi tecnici e della FAQ pubblicate sul portale del MEPA CONSIP in data 13/12/2019.

- La Commissione, in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti da capitolato, valuta le offerte tecniche presentate dalle società 1) AGA BIOMEDICA, 2) DRAEGER ITALIA 3) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, 4) RTI ELMED – TECNOSYSTEM conformi e procede alla valutazione dei criteri qualitativi per ciascuna offerta. Nell’ambito di tale valutazione la Commissione, non evincendo in maniera completamente chiara la configurazione offerta in merito al criterio “possibilità di diagnosi in caso di guasto, in modalità remota senza disconnettere il paziente”, ravvisa la necessità di formulare all’operatore DRAEGER ITALIA il seguente quesito per il tramite del RUP:

1. Con riferimento alla configurazione offerta da codesto operatore economico, si chiede di attestare il possesso della seguente caratteristica “possibilità di diagnosi in caso di guasto, in modalità remota senza disconnettere il paziente”. In caso affermativo, si prega di precisare se tale possibilità sia riferita all’intero sistema di anestesia e non al solo sistema di monitoraggio di parametri vitali”. Si prega di voler riscontrare la presente con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 6 febbraio 2020.

Il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante La seduta viene chiusa alle ore 12:40. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Lucio Bucci

Ing. Luigi Battista

Ing. Roberta Aprea

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000

Il/la sottoscritto/a **APPEA ROBERTA**

nato/a a **NAPOLI** il **14/01/188**

Residente in **PORTICI (NA)** alla **VIA LIBERTÀ D'FRAN. DA N°19**

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiero e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di **CO-PIVENTE** della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.13 del 8/01/2020, del che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016 di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura negoziata mediante RDO n° 2468490 del 6/12/2019 **per la fornitura di n.6 sistemi di anestesia**

- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta il

4/02/2020

Firma

Roberto Appea

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000

Il/la sottoscritto/a **Bucci Lucio** nato/a a **NAPOLI** il **26/02/1961**
Residente in **NAPOLI** alla via **GINOLATO SANTACROCE** 49

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000


DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di **PRESIDENTE** della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.13 del 8/01/2020, del che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016 di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura negoziata mediante RDO n° 2468490 del 6/12/2019 **per la fornitura di n.6 sistemi di anestesia**

- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li **04/02/2020**

Firma



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI
SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000

Il/la sottoscritto/a **LUIGI BATTISTA** nato/a a **POTENZA** il **10/10/1985**
Residente in **POTENZA** alla **VIA TIRRENO 3**

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di **COMMISSIONATO** della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.13 del 8/01/2020, del che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016 di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura negoziata mediante RDO n° 2468490 del 6/12/2019 per la fornitura di n.6 sistemi di anestesia

- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- di non avere di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): _____
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li **04/02/2020**

Firma





**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA**

OGGETTO: Procedura negoziata mediante RDO n°2468490 del 06/12/2019 su MEPA CONSIP per la fornitura di n° 6 sistemi di anestesia

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 07/02/2020

In data 07/02/2020, alle ore 09:45 presso gli Uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti, nominata giusta deliberazione n°13 del 08.01.2020 - composta come segue:

- Dott. Lucio Bucci – Direttore f.f.. UOC Anestesia e Rianimazione - Presidente;
- Ing. Luigi Battista – Dirigente ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera – Componente;
- Ing. Roberta Aprea – collaboratore tecnico professionale ingegnere UOC Tecnologia Ospedaliera, Componente e Segretario verbalizzante;


Premesso che

- con verbale n°1 del 04/02/2020 i componenti della predetta Commissione hanno verificato il possesso dei requisiti minimi previsti da capitolato di tutte le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti.
- la Commissione ha ravvisato la necessità di richiedere, per il tramite del RUP, un chiarimento all’operatore economico DRAEGER ITALIA circa un criterio qualitativo;
- l’operatore economico ha riscontrato la richiesta di chiarimento entro il termine prefissato;


Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione come sopra costituita, prende atto della risposta dell’operatore economico DRAEGER ITALIA e procede all’attribuzione del punteggio tecnico, così come meglio riportato nell’allegato prospetto (all.1), quale parte integrante e sostanziale del presente verbale. La Commissione procede all’apertura delle offerte economiche e prende atto della graduatoria di merito così come meglio riportata nell’allegato prospetto (all.2). quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, che provvederà alla trasmissione al RUP. La seduta viene chiusa alle ore 10:30. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Lucio Bucci 


Ing. Luigi Battista 

Ing. Roberta Aprea 

Fornitura di n. 6 sistemi di anestesia - RdO n. 2468490

Commissione giudicatrice

| | | AGA BIOMEDICA | DRAEGER ITALIA | GE MEDICAL SYSTEMS | RTI ILLMED - TECHNO SYSTEM | |
|---|--------------|--|--|---|--|--|
| Frequenza respiratoria con intervallo regolabile da 5 a 30 atti/min (ogni 2 atti > 30 sarà attribuito 1 punto) | Max 5 punti | 2-100 bpm | 5 da 3 a 100/min | 5 tra 2 e 100 atti/min | 5 4 - 100 bpm (incrementi di 1 bpm) (VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-VG, CPAP). Intervallo frequenza minima: 2 - 60 bpm (incrementi di 1 bpm) (PS, CPAP). | |
| Il sistema per anestesia dovrà essere dotato di software applicativo, con interfaccia utente di facile interpretazione e regolazione, in grado di gestire e monitorare sia i parametri ventilatori sia quelli anestesiologici con predittività temporale della concentrazione | 10 punti | Non appare menzionata la predittività temporale nella relazione tecnica di sintesi richiesta al punto 3) dell'art. 16 del Disciplinare di gara. | 0 O2 predittivo Permette la valutazione dei flussi 20 min. del valore inspiratorio di O2 del paziente | 10 Software applicativo EcoFlow con interfaccia utente di facile interpretazione e regolazione, che permette di precalcolare, nonché predire nel tempo, la concentrazione ottimale del flusso della miscela di gas fresco nel tempo | 10 Funzionalità di Predittione Anesthesia con funzionamento combinato di n. 2 moduli gas (uno dedicato al vaporizzatore stesso) con un software appositamente dedicato allo scopo; l'operatore è in grado di visualizzare una finestra temporale predittiva dei prossimi 20 minuti riferiti all'andamento dell'elogovento inspirato ed espirato nonché dell'ossigeno inspirato ed espirato, in base alla taglia paziente ed in base alla quantità di gas freschi erogata, nonché una parte pregressa di 10 minuti. | |
| monitor integrato dei parametri ventilatori con diagonale di almeno >12°, per ogni >12 sarà attribuito un 1 punto | Max 5 punti | 18,5° | 5 15,3° | 3 15° | 3 15° | |
| sistema di sicurezza in caso di assenza di alimentazione elettrica e impiantistica gas medicali | 5 punti | Batteria elettrica. Nel paragrafo 8.5 del manuale sono riportati i sistemi di sicurezza disponibili: "Sistemi di sicurezza. In caso di malfunzionamento del dispositivo, il sistema informa l'utente circa il motivo del fallimento e consente di procedere, dopo la conferma dell'utente, Soco di riportare le seguenti modalità: ventilazione automatica con G 2 di backup (emergenza), la ventilazione manuale, ventilazione manuale forzata di emergenza." Sul manuale è riportato che la prima è relativa alla condizione di miscelatore di gas fresco difettoso, la seconda alla condizione di guasto del ventilatore ma con misurazioni dai sensori di flusso e di pressione disponibili, la terza, se il ventilatore non funziona e le misurazioni dai sensori di flusso e di pressione non sono più disponibili. | 0 Batteria elettrica. In caso di interruzione completa dell'alimentazione centralizzata dei gas (sia O2 che Ar), è possibile ventilare con aria ambiente grazie alla turbina che è comandata elettricamente, tuttavia, non è possibile erogare una FIO2 diversa da quella presente in aria ambiente, necessaria fondamentalmente da un punto di vista strutturale clinico. (Nell'Allegato I.C contiene il elenco dei dispositivi e accessori forniti, non risultano presenti le bombole). | 0 Batteria elettrica. In caso di mancanza di alimentazione di uno o più gas dalla rete di distribuzione ospedaliera, il ventilatore passa automaticamente all'alimentazione dalle bombole supplementari. Nell'Allegato I.C contiene il elenco dei dispositivi e accessori forniti, non risultano presenti le bombole. | 0 Batteria elettrica. Il carrello di anestesia prevede di serie il supporto per le bombole di emergenza che garantiscono il funzionamento continuo anche in caso di guasto del sistema centralizzato. Nell'Allegato I.C contiene il elenco dei dispositivi e accessori forniti, non risultano presenti le bombole. | |
| Interfaccia di collegamento alla rete LAN Aziendale in modalità wireless | 10 punti | Disponibile su monitor (CMS wireless/wired. Su apposito per interfaccia: Connessione esterna: serial port 2x, USB porta 3x, network port 1x) | 10 Disponibile su monitor (Il monitor Multi parametrico Delta XL, su quale è possibile visualizzare anche i parametri ventilatori è abilito al collegamento alla rete LAN aziendale in modalità wireless) | 10 Disponibile su monitor (incluso in forniture CARESCAPE GATEWAY che consente un'interfaccia di collegamento alla rete LAN aziendale anche in modalità wireless, previa disponibilità di un'infrastruttura di rete wireless). | 10 Disponibile su monitor (A7 Mindray è dotato di interfaccia seriali a USB per l'exportazione dei dati e uscita diretta per il protocollo HL7. I dati in esecuzione il carrello di anestesia possono essere acquisiti nel monitor multiparametrico attraverso il modulo interfaccia Beelinek e resi disponibili alla rete dati aziendale in formato HL7 sia via LAN che Wireless) | |
| Monitor parametri vitali, diagonale di display > 12" (ogni singolo > di 12" sarà attribuito 1 punto) | Max 5 punti | 15,6" | 3 12,2" | 0 15" | 3 17" | |
| Dotazione di display interattivo touch-screen | 5 punti | touch screen | 5 touch screen | 5 touch screen | 5 touch screen | |
| Fornitura di ulteriori modalità ventilatorie rispetto a quelle minime richieste - discrezionale | Max 5 punti | Sul manuale è riportato: - MANUALE SPONTANEA - VOLUME CONTROLLATO (VOLUME CONTROLLO): VCV, SIMV-VC (opzionale), VVV (opzionale), S-VVV (opzionale), PRVC (opzionale), S-PRVC (opzionale) - PRESSIONE CONTROLLATA (PRESSURE CONTROLLO) OPZIONALE: PCV, SIMV-PC (opzionale) - PRESSIONE DI SUPPORTO (OPZIONALE) indicata anche modalità cuoropelvica macchina. Le opzioni sono: modalità a pressione controllata, modalità a pressione di supporto, SIGH, VVV, PRVC, modelli di respiro, TRIGGER. Sulla relazione è riportato: MANSPONT, VCV, SIMV-VC, PCV, SIMV-PC, PSV/CPAP, HLM, FACOLTATIVA: VVV, S-VVV, PRVC, S-PRVC. | 3 Sulla scheda tecnica riporta: APRV Sul manuale è riportato: - Ventilazione manuale / Respirazione spontanea: MAN / SPON - Ventilazione a pressione assistita: CPAP / Pressure Support - Ventilazione pressorimetrica: Pressure Control - BIPAP, Pressure Control - BIPAP / PS (opzionale), Pressure Control - APRV - Ventilazione volumetrica: Volume Control - CMV / AF, Volume Control - SIMV / AF, Volume Control - SIMV / AF / PS, Volume Control - CMV, Volume Control - SIMV, Volume Control - SIMV PS | 5 Sulla scheda tecnica riporta: APRV Sul manuale è riportato: - Ventilazione a Volume Controllato; - PCV a Pressione Controllata; - PCV-VG a Pressione Controllata e Volume Garantito; - SIMV-VC: Obbligatoria; - SIMV-PC: Obbligatoria; - SIMV-VG: Obbligatoria; - SIMV-PCV: Obbligatoria; - SIMV-PCV: Sincronizzata con Controllo di Volume; - SIMV-PC: Sincronizzata con Pressione Controllata con Supporto di Pressione; - SIMV-PCV: Sincronizzata con Pressione Controllata con Volume Garantito e con Supporto di Pressione; - PS-PRV: Spontanea con Supporto di Pressione; - CPAP; - CPAP/PS: Modalità Spontanea con Frequenza Minima Garantita per il passaggio continuo da ventilazione meccanica a spontanea e viceversa; - Bypass cardiaca. Ogni linea consente la Preselezione di | 4 Sulla scheda tecnica riporta: - Ventilazione a Volume Garantito; - Ventilazione a Volume Garantito in sincronizzato SIMV-VG; - Rendimento addestrare. | 3 Sul manuale sono riportati al paragrafo B.8 le varie modalità. |
| Possibilità di diagnosi in caso di guasto, in modalità remota senza disconnettere il paziente | 5 punti | Non appare menzionata nella relazione tecnica di sintesi richiesta al punto 3) dell'art. 16 del Disciplinare di gara. | 0 Draeger RemoteService permette ai tecnici di effettuare una connessione sicura attraverso un protocollo di comunicazione denominato Remote Data Connection (RDC) e fare una diagnosi dell'apparecchiatura da remoto così da prevenire guasti e anomali (l'operatore economico conferma che tale caratteristica è disponibile all'interno sistema di esistenza e non al solo sistema di monitoraggio parametri vitali). | 5 Tale possibilità appare disponibile solo per il monitor, non per l'apparecchio per anestesia. Il Sistema di Monitoraggio offerto, Mod. CARESCAPE B650xi, a corredo di ciascun sistema per anestesia offerto, Mod. AVANCE CS2, garantisce le possibilità di diagnosi in caso di guasto in modalità remota senza disconnettere il paziente. Tutti i sistemi di monitoraggio CARESCAPE, infatti, sono complessi dell'interfacciamento al sistema di servizio remoto InSite ExC il cui obiettivo è quello di supportare le esistenti reti standard mantenendo un alto livello di sicurezza sulle trasmissioni digitali dei dati.) | 0 Non appare menzionata nella relazione tecnica di sintesi richiesta al punto 3) dell'art. 16 del Disciplinare di gara. | |
| Disponibilità dei dati, delle forme d'onda e valori numerici, in formato HL7 | 5 punti | HL7 | 5 HL7 | 5 HL7 | 5 HL7 | |
| Garanzia oltre i 36. Saranno attribuiti 1 punto ogni mese in più, fino ad un massimo di 10 punti. | Max 10 punti | Non appare menzionata la durata della garanzia nella relazione tecnica di sintesi richiesta al punto 3) dell'art. 16 del Disciplinare di gara. | 0 46 mesi | 10 48 mesi | 10 46 mesi | |
| TOTALE | 70 | 36,00 | 58,00 | 55,00 | 56,00 | |
| RIPARAMETRAZIONE | 70 | 43,45 | 70,00 | 66,38 | 67,59 | |



 (Signature)

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

| | |
|--|---|
| Numero RdO: | 2468490 |
| Descrizione RdO: | Fornitura di n. 6 sistemi di anestesia |
| Criterio di aggiudicazione: | Offerta economicamente piu' vantaggiosa |
| Formulazione dell'offerta economica: | Valore economico (Euro) |
| Modalità di calcolo della soglia di anomalia: | La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti) |
| Amministrazione titolare del procedimento | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE |
| Punto Ordinante | VITTORIO EMANUELE ROMALLO |
| Soggetto stipulante | Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA |
| Codice univoco ufficio - IPA | 551B2G |
| (RUP) Responsabile Unico del Procedimento | |
| Inizio presentazione offerte: | 06/12/2019 13:40 |
| Termine ultimo presentazione offerte: | 20/12/2019 18:00 |
| Termine ultimo richieste di chiarimenti: | 13/12/2019 12:00 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 06/12/2020 12:32 |
| Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi: | 30 |
| Misura delle eventuali penali: | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | BENI/Forniture specifiche per la Sanità |

h
pa
RM

Lotto esaminato: 1 Fornitura di n. 6 sistemi di anestesia

| | |
|--|-----------------------------|
| CIG | |
| CUP | |
| Oggetto di Fornitura 1 | Apparecchi per anestesia/6/ |
| Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 174000,0000000 |

Concorrenti

| # | Denominazione | Forma di Partecipazione | Partita IVA | Data Invio Offerta |
|---|--|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | A.G.A. BIOMEDICA | Singola | 01128810650 | 19/12/2019 11:02 |
| 2 | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | Singola | 03663500969 | 20/12/2019 15:08 |
| 3 | DRAEGER ITALIA | Singola | 09058160152 | 19/12/2019 17:45 |
| 4 | R.T.I. COSTITUENDO ELMED SERVICE SRL - TECNOSYSTEM SAS DI ENRICO CIGLIANO ENRICO | Operatori Riuniti | Impresa ELMED SERVICE SRL: 04763721216, TECNOSYSTEM SAS DI ENRICO CIGLIANO: 04701781215 | 20/12/2019 15:47 |

| ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA | INIZIO | FINE |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 09/01/2020 14:11:21 | 10/01/2020 09:10:29 |

Richieste Amministrative di Gara

| Concorrente | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi | | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | |
|---------------------------|---|---------|---|---------|
| | Valutazione | Note | Valutazione | Note |
| A.G.A. BIOMEDICA | | nessuna | | nessuna |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | | nessuna | | nessuna |

| | | | |
|---|-----------|---------|---------|
| DRAEGER ITALIA | | nessuna | nessuna |
| R.T.I. COSTITUENDO ELMED SERVICE SRL - TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO | Approvato | nessuna | nessuna |

Richieste Amministrative di Lotto

| Concorrente | art. 15 - Contenuto della Busta A | |
|--|-----------------------------------|---------|
| | Valutazione | Note |
| A.G.A. BIOMEDICA | Approvato | nessuna |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | Approvato | nessuna |
| DRAEGER ITALIA | Approvato | nessuna |
| R.T.I. COSTITUENDO ELMED SERVICE SRL - TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO | Approvato | nessuna |

| ESAME DELLA BUSTA TECNICA | Inizio | Fine |
|------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 10/01/2020 09:11:00 | 07/02/2020 10:18:00 |

| Concorrente | art. 16 - Contenuto della Busta B | |
|--|-----------------------------------|---------|
| | Valutazione | Note |
| A.G.A. BIOMEDICA | Approvato | nessuna |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | Approvato | nessuna |
| DRAEGER ITALIA | Approvato | nessuna |
| R.T.I. COSTITUENDO ELMED SERVICE SRL - TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO | Approvato | nessuna |

6
NP

BB

| ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA | Inizio | Fine |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| | 07/02/2020 10:23:59 | 07/02/2020 10:29:02 |

| Concorrente | art. 17 - Contenuto della Busta C | | Offerta Economica (fac-simile di sistema) | |
|---|-----------------------------------|---------|--|---------|
| | Valutazione | Note | Valutazione | Note |
| A.G.A. BIOMEDICA | Approvato | nessuna | Approvato | nessuna |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | Approvato | nessuna | Approvato | nessuna |
| DRAEGER ITALIA | Approvato | nessuna | Approvato | nessuna |
| R.T.I. COSTITUENDO ELMED SERVICE SRL - TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO | Approvato | nessuna | Approvato | nessuna |

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

| Concorrente | Valore complessivo dell'Offerta | Punteggio Tecnico attribuito automaticamente | Punteggio Tecnico attribuito da Commissione | Punteggio Economico | Punteggio Complessivo |
|--|---------------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|
| R.T.I. COSTITUENDO ELMED SERVICE SRL - TECNOSYSTEM SAS DI CIGLIANO ENRICO | 147408,00000000 | 0,00 | 67,59 | 27,75 | 95,34 |
| DRAEGER ITALIA | 172710,00000000 | 0,00 | 70,00 | 23,68 | 93,68 |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA | 173599,98000000 | 0,00 | 66,38 | 23,56 | 89,94 |
| A.G.A. BIOMEDICA | 136350,00000000 | 0,00 | 43,45 | 30,00 | 73,45 |

h
NP

ASL

| | |
|--------------------------------|---------|
| Note di gara | nessuna |
| Note specifiche lotto 1 | nessuna |





PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 SISTEMI PER ANESTESIA

Allegato 3

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA



U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO" DI CASERTA
VIA FERDINANDO PALASCIANO
81100 CASERTA

OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA MePA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 SISTEMI PER ANESTESIA

Le società:

ELMED service srl domiciliata in Via Ripuaria 225 80014 Giugliano in Campania (Napoli) legalmente rappresentata dal sottoscritto Sig. Raffaele Cestaro nato a Napoli il 24/06/1958 (MANDATARIA);

TECNOSYSTEM sas di Enrico Cigliano domiciliata in Via Cappella 355 80070 Monte di Procida (Napoli) legalmente rappresentata dal sottoscritto Sig. Enrico Cigliano nato a Napoli il 07/10/1968 (MANDANTE);

con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara costituita dalla Lettera di invito, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati e dallo schema di contratto che si intendono accettati in ogni loro parte,

DICHIARANO

- di concorrere alla gara in oggetto per il seguente Lotto 1 per N.6 Sistemi di anestesia
- di offrire il seguente prezzo **complessivo**: Euro 147.408,00;
- che l'aliquota IVA applicabile è pari al 22 %
- di offrire la seguente durata della garanzia (cfr. Allegato 1.A Capitolato Speciale – *"non inferiore a 36 mesi"*): mesi 46 ;

CONFERMANO

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e

DICHIARANO



- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione, e di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 365 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono: 100 euro e i costi relativi alla manodopera sono: 120 euro/h;
- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

Il concorrente prende, infine, atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

Data, 19 dicembre 2019

Firma

(timbro e firma leggibile)



TECNOSYSTEM s.a.s.
di Cigliano Enrico
Sede: Via Cappella n° 335
80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
C.F./P.C. 04701781215

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con oggetto:
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N. 6 SISTEMI PER ANESTESIA -
AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €179.837,76

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
da scomputare dal preventivo di spesa Per pro-memoria - da caricare sul centro di costo del che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento Per pro-memoria - da caricare sul centro di costo del Corona Virus

Caserta li, 12/03/2020

il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 266 del 13/03/2020

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE RDO N°2468490 DI N. 6 SISTEMI PER
ANESTESIA - AGGIUDICAZIONE CIG [81312453A5]**

In pubblicazione dal 16/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottiano