

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 220 del 17/09/2020**

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto:** Procedura aperta per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennali (60 mesi) - AORN Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 18/09/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

---

**Oggetto:** Procedura aperta per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennali (60 mesi) - AORN Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.

#### **Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

#### **Premesso che**

- con e-mail del 06.03.2020, allegata alla presente, il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, ha trasmesso il capitolato per l’avvio della procedura di gara sopra soglia comunitaria, per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennali (60 mesi) indispensabile a garantire l’attività della Unità Operativa di Anatomia Patologica (allegato 1);
- la definizione del fabbisogno, è stata predisposta di concerto con il Direttore della UOC di Anatomia Patologica che ha sottoscritto i relativi atti, congiuntamente al Direttore di Dipartimento dei Servizi Sanitari;

#### **Considerato che**

- con e-mail del 05.06.2020 è stato trasmesso il capitolato alla UOC Tecnologia Ospedaliera per la parte di competenza (allegato 2);
- con nota Prot. n. 18351/i del 09.06.2020 il Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera ha rappresentato quanto segue: ..."*le specifiche degli analizzatori, relativi al lotto di Anatomia Patologica, sono strettamente legate alle tipologie di reagenti...*" per cui "...*questa UOC non può esprimersi essendo le caratteristiche dei reagenti, già definite, una peculiarità esclusiva del reparto utilizzatore strettamente connessa alle esigenze cliniche*" (allegato 3);
- con nota prot. n. 0021029/U del 07.07.2020 questa AORN ha richiesto alla So.Re.Sa. Spa autorizzazione per l’espletamento in autonomia per la procedura di gara finalizzata all’acquisto di prodotti per immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennali (60 mesi) per la UOC Anatomia Patologica (allegato 4);
- SO.RE.SA Spa, in data 24.07.2020 e in data 30.07.2020, tramite richieste caricate a sistema, ha richiesto chiarimenti in merito (allegati 5-6);
- con nota Prot. n.0023377/U del 30.07.2020 sono stati forniti i chiarimenti richiesti (allegato 7);
- con nota SRA-0015678-2020 del 26.08.2020, la SO.RE.SA Spa ha autorizzato questa Azienda, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011, dai decreti Commissariali n. 58/11 e n.11/12, ad espletare in autonomia la procedura di gara in oggetto con l’inserimento nel contratto d’appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l’ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa spa in seguito a gare centralizzate (allegato 8);

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Viste**

- le deliberazioni di questa AORN n. 434 del 20/04/2020 e n. 447 del 21/04/2020, relative al conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.;

**Ritenuto**

- di dare mandato al Direttore della UOC Provveditorato ed Economato di adottare i necessari provvedimenti finalizzati alla indizione, e conseguente aggiudicazione, della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennali (60 mesi) per le esigenze della “UOC Anatomia Patologica”;

**Attestata**

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di approvare il fabbisogno annuale, predisposto dal Direttore della UOC di Anatomia Patologica di concerto con il Direttore di Dipartimento dei Servizi Sanitari, per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione per le esigenze della “UOC Anatomia Patologica”;
2. di dare mandato al Direttore della UOC Provveditorato ed Economato di adottare i necessari provvedimenti finalizzati alla indizione, e conseguente aggiudicazione, della procedura di gara aperta di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, con base d'asta quinquennale di € 1.500.000,00, per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione per le esigenze della “UOC Anatomia Patologica”;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria, alla UOC Farmacia e alla UOC Anatomia Patologica;
4. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere alla fornitura in questione.

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO  
ED ECONOMATO**  
Dott.ssa Antonietta Costantini

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato  
**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara \_\_\_\_\_

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. **APPROVARE** il fabbisogno annuale, predisposto dal Direttore della UOC di Anatomia Patologica di concerto con il Direttore di Dipartimento dei Servizi Sanitari, per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione per le esigenze della “UOC Anatomia Patologica”;
2. **DARE MANDATO** al Direttore della UOC Provveditorato ed Economato di adottare i necessari provvedimenti finalizzati alla indizione, e conseguente aggiudicazione, della procedura di gara aperta di durata quinquennale, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, così come rettificato e integrato dal D.lgs. n. 56/2017, con base d’asta quinquennale di € 1.500.000,00, per la fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione per le esigenze della “UOC Anatomia Patologica”;
3. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC Gestione Economico-Finanziaria, alla UOC Farmacia e alla UOC Anatomia Patologica;
4. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere alla fornitura in questione.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

ALLEGATO N.....  
*1*

Oggetto **Capitolato Speciale Anatomia Patologica**  
Mittente <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>  
Destinatario Provveditorato  
<provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Data 06/03/2020 09:42



- 
- Capitolato Speciale Anatomia Patologica.pdf (~1,3 MB)
- 

In allegato il Capitolato Speciale

io e boveg  
06/03/2020  
Me Terre  
di



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 18/02/2020

Al Sig. Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari

Oggetto: Capitolato Speciale per lotto di Anatomia Patologica.

Così come da richiesta della U.O.C. Provveditorato ed Economato, abbiamo modificato ed aggiornato la stesura di quanto riportato in oggetto.

Si invia alla Vs. attenzione per approvazione.

Distinti saluti

Il Direttore

Dr. Pasquale Oraboro  
*Pasquale Oraboro*



AL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO ED  
ECONOMATO ED AL DIRETTORE  
SEDE

**CAPITOLATO SPECIALE PER LOTTO DI ANATOMIA PATHOLOGICA**

**SISTEMA AUTOMATICO DI EMATOSSILINA EOSINA PER ISTOLOGIA  
SISTEMA DI COLORAZIONE AUTOMATICA PER IMMUNOISTOCHIMICA ED  
IBRIDAZIONE IN SITU  
SISTEMA DI COLORAZIONI SPECIALI  
SISTEMA DI TRACCIABILITA' E DIGITALIZZAZIONE PER ISTOLOGIA**

**SISTEMI NUOVI E DI ULTIMA GENERAZIONE IN SERVICE GRATUITO**

**AGGIUDICAZIONE A LOTTO UNICO. COSTO PRESUNTO € 300.000,00**

**Caratteristiche Indispensabili Colorazione di EMATOSSILINA EOSINA per Istologia**

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Coloratore Automatico di Ematossilina Eosina dall'asciugatura dei vetrini fino al completo montaggio degli stessi.	
2	Capacità operativa minima 60 vetrini	
3	Il sistema deve comprendere necessariamente un montavetrini che deve, a sua volta, poter allestire anche vetrini caricati dall'esterno	

**Reagenti e consumabili 100.000 Vetrini di Ematossilina ed Eosina per Istologia**

Rif	Descrizione	Fabb/annuo
1	Kit completo per Ematossilina ed eosina	X 100.000 vetrini
2	Kit completo di copri-oggetto	X 115000 vetrini

**Caratteristiche Indispensabili per le Colorazioni d'Immunoistochimica (IHC) ed Ibridazione in Situ (ISH)**

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Il Sistema offerto deve essere DI ULTIMA GENERAZIONE CON CERTIFICAZIONE CE/IVD completamente automatizzato dall'asciugatura del vetrino fino al contrasto in ematossilina	
2	Capacità operativa del sistema offerto minima di 60 vetrini	
3	Gestione dei vetrini, dei reagenti, degli anticorpi e dei protocolli per mezzo di codici a barre	

**Reagenti e consumabili per Immunoistochimica, Ihc farmaco diagnostica e ibridazione in Situ (ISH)**

M M P P

Rif.	Descrizione	Fabb./annuo
1	<p>Gli anticorpi prediluiti CE-IVD di Immunoistochimica generale (esclusi test ad alto valore medico e cdx ) dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e di quantità; ognuno di essi sarà richiesto secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno e anche in base a nuove acquisizioni scientifiche, dal listino o dai listini nell'arco della durata della fornitura del service di una o più aziende primarie di livello mondiale produttrici di anticorpi. A tal fine le ditte che presenteranno l'offerta dovranno allegare oltre all'offerta il catalogo o i cataloghi delle ditte produttrici di anticorpi che saranno fornibili nel corso della durata del service. La ditta aggiudicataria dovrà rendere noti i nuovi cataloghi disponibili di anticorpi man mano che questi saranno disponibili nel corso della fornitura senza alcuna possibilità di modifica del prezzo aggiudicato.</p> <p>L'offerta dovrà prevedere anche kit di rivelazione e reagentario utile per le determinazioni.</p> <p>I prezzi degli anticorpi generali richiesti (esclusi i test che seguiranno di elevato valore medico ) dovranno avere ugual prezzo.</p>	11.000 vetrini
2	Come sopra per ibridazione in situ ISH (HER 2 )	100 vetrini
3	Come sopra per anticorpo HER 2 (o alternativo)	200 vetrini
4	Come sopra per anticorpo p16 ( o alternativo )	100 vetrini
5	Come sopra per anticorpo C-kit ( o alternativo )	100 vetrini
6	Come sopra proteina PDL1 farmaco diagnostico (o alternativo)	50 vetrini
7	Come sopra per FITC ( o alternativo )	200 vetrini
8	Vetrini per IHC	12.000 vetrini
9	Controllo qualità esterno per pannello Mammella IHC (es. Nordiqc )	1/anno
10	Come sopra per anticorpo ALK	50 vetrini
11	Come sopra per anticorpo Pan TRK ( o alternativo )	50 vetrini
12	Come sopra per anticorpo Ros 1 ( o alternativo )	50 vetrini
13	Come sopra per ibridazione in situ ISH (kappa Lambda Eber ) o similari	150 vetrini
11	I prodotti ordinati devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla spedizione dell'ordine	
12	L'assistenza tecnica deve essere garantita entro 24 h dalla chiamata	
14	Frigorifero con monitoraggio della temperatura per alloggiamento anticorpi con avviso acustico e con RJ42 per interfacciamento alla rete aziendale	

#### Caratteristiche minime indispensabili sistema d'Istochimica

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Strumentazione dedicata completamente automatica nuova di fabbrica e di ultima generazione con certificazione CE/IVD.	
2	Possibilità di baking e sparaffinatura on board con soluzione non tossica	
3	Gestione operativa di almeno 20 vetrini per ciclo di lavoro	
4	Software gestionale in lingua Italiana	
5	Elevata adattabilità alla modalità operativa del laboratorio	
6	Strumentazione con possibilità di personalizzazione dei protocolli di lavoro	

7	Azienda certificata ISO 9001 o superiore	
---	--	--

**Reagenti e consumabili x 2.000 Vetrini per colorazioni speciali**

Rif	Descrizione	Fabb/annuo
1	Kit per Colorazioni speciali prediluiti dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e quantità; per ognuno di essi sarà richiesto secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno, anche in base a nuove acquisizioni scientifiche, dal listino nell'arco della durata della fornitura. A tal fine le ditte che presenteranno offerta dovranno allegare all'offerta il catalogo.	2.000 vetrini
2	Vetrini di supporto	X 2.000 vetrini

**Caratteristiche indispensabili:** interfacciamento bidirezionale con i sistemi aziendali per la tracciabilità e rintracciabilità dei campioni chirurgici e non, dalle U.O.C. dove si effettua il prelievo: (esempio sale operatorie; poliambulatori; sala autoptica, ecc), alla digitalizzazione ed archiviazione digitale dei vetrini.

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Sistema di tracciabilità e rintracciabilità che abbia le seguenti postazioni: n°1 server n°1 postazione sala autoptica composta da pc, stampante di etichette e barcode reader con supporto n°2 postazioni sale operatorie composta da pc, stampante di etichette e barcode reader con supporto n°1 postazione di accettazione composta da stampante di etichette e barcode reader con supporto n°1 postazione alla riduzione dei campioni composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto (da installare internamente alla cappa presente in laboratorio) n°1 postazione di Inclusione composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto n°1 stampante di casette (che stampi barcode 2d) e pc di gestione n°4 postazioni di Taglio al microtomo composte da pc con touch screen e barcode reader con supporto e stampante di etichette per vetrini n°1 postazione al coloratore speciale composta da barcode reader n°1 postazione al coloratore di IHC composta da barcode reader n°1 postazione di consegna caso da pc con schermo composta da barcode reader n°6 postazioni lettura vetrini per i patologi composte da lettore bacorde reader con supporto n°1 scanner di vetrini digitali completo di server e sw per la telepatologia	
2	L'offerta e il sistema deve prevedere interfacciamento bidirezionale per tutta la durata del contratto con i sistemi informatici Aziendali, presenti e futuri.	
3	Interfacciamento bidirezionale per tutta la durata del contratto con i sistemi informatici aziendali e per stampigliatrice cassette, presenti e futuri.	
4	Il sistema di tracciabilità deve interfacciarsi bidirezionale per tutta la durata del contratto con i sistemi informatici aziendali, presenti e futuri. per ( IHC e di SS )	

6	Lo scanner deve interfacciarsi bidirezionalmente al sistema di tracciabilità	
7	Sopralluogo obbligatorio con presentazione di un progetto del sistema di tracciabilità, da inserire nella relazione tecnica	

#### Reagenti e consumabili per sistema di tracciabilità

Rif	Descrizione	Fabb/annuo minimo
1	Ribbon e etichette	X 115000 vetrini

#### Caratteristiche preferenziali per i sistemi di HE – IHC/ISH – Istochimica – Tracciabilità e digitalizzazione dei vetrini

Rif	Descrizione	Fattore ponderale	Max Punti
1	Possibilità del sistema offerto di HE di colorare per singolo vetrino (non immersione) con reagenti freschi così da eliminare cross contaminazione e ossidazione dei reagenti.	SI/NO	10
2	Numeri di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità installati su territorio nazionale con interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale di laboratorio	discrezionale	5
3	Possibilità del sistema offerto di HE di gestione dei reagenti e dei coloranti con codice RFID per un ottimale controllo delle scadenze, dei consumi e dei test effettuati	SI/NO	10
4	Il sistema offerto di IHC deve avere la possibilità di accesso in continuo al singolo vetrino senza alcuna limitazione per quanto riguarda sistema di rivelazione procedure o quant'altro	descrizionale	5
5	Il sistema di scanner di vetrini offerto dovrà prevedere la possibilità di poter usare almeno 6 vetrini standard	SI/NO	5
6	Il sistema di HE NON deve usare sostanze come alcool e xilolo, i reagenti devono essere pronti all'uso così da preservare la sicurezza dell'operatore.	Descrizionale	5
7	Il sistema di IHC deve prevedere la possibilità di dispensare reagenti ed anticorpi dal contenitore originale direttamente sul vetrino senza nessuna manipolazione da parte dell'operatore così da preservare la sicurezza dell'operatore.	Descrizionale	5
8	Il sistema di HE deve tracciare ogni singolo vetrino e avere un sistema di "monitoraggio a distanza e in tempo reale on line" per un servizio ottimale di risoluzione dei problemi	SI/NO	5

9	Anticorpi offerti per proteina P16 CEIVD approvato FDA per anticorpo ALK CEIVD approvato FDA e indicato per eleggibilità al farmaco per NSLC	descrizionale	5
10	Possibilità di poter usare metodiche di doppia colorazione sullo stesso vetrino	Si/No	10
11	Possibilità dei reattivi della strumentazione delle colorazioni speciali offerta pronto uso, senza manipolazione da parte dell'operatore	Descrizionale	5

Totale 70 punti

Saranno escluse dalla fase di aggiudicazione i prodotti che a giudizio della commissione non hanno raggiunto il punteggio tecnico complessivo di almeno 36/70; qualora la commissione lo ritenesse opportuno aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.

#### Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato, in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice degli Appalti. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

Totale 100

Valutazione descrizionale

Scarsa punti 2

Sufficiente punti 3

Buona punti 4

Ottima punti 5

Dr. P. Dulce

ASST Ospedaliero  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
- CASERTA  
U.O. Endocrinologia  
Dott. Giacomo Petruzzello

dr. G. Petruzzello  
Sant'Anna e Santi  
CASERTA  
U.O. Endocrinologia  
dr.ssa. Valeria Sestito



ALLEGATO N. 2

Oggetto **Fwd: Capitolato Speciale gara  
Immunoistochimica per la UOC Anatomia  
Patologica**  
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it> ↗  
Data 05/06/2020 13:53



- Capitolato Speciale Anatomia Patologica.pdf(~1,3 MB)

Si trasmette in allegato il capitolato speciale relativo alla procedura in oggetto al fine di esprimere parere in merito alla parte di competenza.

Cordiali Saluti  
UOC Provveditorato ed Economato

----- Messaggio originale -----

Oggetto: Capitolato Speciale Anatomia Patologica  
Data: 06/03/2020 09:42  
Mittente: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it  
Destinatario: Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>

In allegato il Capitolato Speciale

\*09/06/2020 10.02-20200018351\*

ALLEGATO N.3.



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Al Direttore u.o.c. Provveditorato ed Economato

E, p.c. Al Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari

Oggetto: capitolato speciale gara immunoisochimica per la u.o.c. Anatomia Patologica.

Facendo seguito alla nota, pari oggetto, del 5.6.2020 di codesta u.o.c., in cui viene chiesto al sottoscritto di "esprimere parere in merito alla parte di competenza" si rappresenta quanto segue: le specifiche degli analizzatori, relativi al lotto di Anatomia Patologica, sono strettamente legate alle tipologie di reagenti.

Tanto premesso, questa u.o.c. non può esprimersi essendo le caratteristiche dei reagenti, già definite, una peculiarità esclusiva del reparto utilizzatore strettamente connessa alle esigenze cliniche.

Cordiali saluti.  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo  
Direttore u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Roundcube Webmail :: Fwd: Capitolato Speciale gara Immunoistochimica per la U... Pagina 1 di 1

Ewid: Capitolato Speciale gara immunoistochimica per la UOC Anatomia Patologica

Mittente: <provveditorato@ospedalecaserta.it>  
Destinatario: <tecnico00@ospedalecaserta.it>  
Data: 05/06/2020 13:53

© 2000 and Prentice-Hall International (UK) Ltd - 19 -

—  
—  
—  
—  
—

1. NAME ADDRESS CITY  
2. NAME ADDRESS CITY  
3. NAME ADDRESS CITY  
4. NAME ADDRESS CITY  
5. NAME ADDRESS CITY

60 | 20



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 18/02/2020

Al Sig. Direttore del Dipartimento dei Servizi Sanitari

Oggetto: Capitolato Speciale per letto di Anatomia Patologica.

Così come da richiesta della U.O.C. Provveditorato ed Economato, abbiamo modificato ed aggiornato la stesura di quanto riportato in oggetto.

Si invia alla Vs. attenzione per approvazione.

Distinti saluti

Il Direttore

Dr. Pasquale Orabona  
Pasquale Orabona



AL DIRETTORE U.O.C PROVVEDITORATO ED  
ECONOMATO ED AL DIRETTORE  
SEDE

CAPITOLATO SPECIALE PER LOTTO DI ANATOMIA PATHOLOGICA

SISTEMA AUTOMATICO DI EMATOSILINA EOSINA PER ISTOLOGIA  
SISTEMA DI COLORAZIONE AUTOMATICA PER IMMUNOISTOCHIMICA ED  
IBRIDAZIONE IN SITU  
SISTEMA DI COLORAZIONI SPECIALI  
SISTEMA DI TRACCIABILITA' E DIGITALIZZAZIONE PER ISTOLOGIA  
SISTEMI NUOVI E DI ULTIMA GENERAZIONE IN SERVICE GRATUITO  
AGGIUDICAZIONE A LOTTO UNICO. COSTO PRESUNTO € 300.000,00

Caratteristiche Indispensabili Colorazione di EMATOSILINA EOSINA per Istologia

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Coloratore Automatico di Ematossilina Eosina dall'asciugatura dei vetrini fino al completo montaggio degli stessi.	
2	Capacità operativa minima 60 vetrini/h	
3	Il sistema deve comprendere necessariamente un montavetrini che deve, a sua volta, poter allestire anche vetrini caricati dall'esterno	

Reagenti e consumabili 100.000 Vetrini di Ematossilina ed Eosina per Istologia

Rif	Descrizione	Fabb/annuo
1	Kit completo per Ematossilina ed eosina	X 100.000 vetrini
2	Kit completo di copri-oggetto	X 115000 vetrini

Caratteristiche Indispensabili per le Colorazioni d'Immunoistochimica (IHC) ed Ibridazione in Situ (ISH)

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Il Sistema offerto deve essere DI ULTIMA GENERAZIONE CON CERTIFICAZIONE CE/IVD completamente automatizzato dall'asciugatura del vetrino fino al contrasto in ematossilina	
2	Capacità operativa del sistema offerto minima di 60 vetrini/h	
3	Gestione dei vetrini, dei reagenti, degli anticorpi e dei protocolli per mezzo di codici a barre	

Reagenti e consumabili per Immunoistochimica, IHC farmaco diagnostica e ibridazione in Situ (ISH)

M.

Pd

Rif.	Descrizione	Fabb./annuo
1	Gli anticorpi prediluiti CE-IVD di Immunoistochimica generale (esclusi test ad alto valore medico e cdx ) dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e di quantità; ognuno di essi sarà richiesto secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno e anche in base a nuove acquisizioni scientifiche, dal listino o dai listini nell'arco della durata della fornitura del service di una o più aziende primarie di livello mondiale produttrici di anticorpi. A tal fine le ditte che presenteranno l'offerta dovranno allegare oltre all'offerta il catalogo o i cataloghi delle ditte produttrici di anticorpi che saranno formibili nel corso della durata del service. La ditta aggiudicataria dovrà rendere noti i nuovi cataloghi disponibili di anticorpi man mano che questi saranno disponibili nel corso della fornitura senza alcuna possibilità di modifica del prezzo aggiudicato. L'offerta dovrà prevedere anche kit di rivelazione e reagentario utile per le determinazioni. I prezzi degli anticorpi generali richiesti (esclusi i test che seguiranno di elevato valore medico ) dovranno avere ugual prezzo.	11.000 vetrini
2	Come sopra per ibridazione in situ ISH (HER 2 )	100 vetrini
3	Come sopra per anticorpo HER 2 (o alternativo)	200 vetrini
4	Come sopra per anticorpo p16 ( o alternativo )	100 vetrini
5	Come sopra per anticorpo C-kit ( o alternativo )	100 vetrini
6	Come sopra proteina PDL1 farmaco diagnostico (o alternativo)	50 vetrini
7	Come sopra per FITC ( o alternativo )	200 vetrini
8	Vetrini per IHC	12.000 vetrini
9	Controllo qualità esterno per pannello Mammella IHC (es. Nordiqc )	1/anno
10	Come sopra per anticorpo ALK	50 vetrini
11	Come sopra per anticorpo Pan TRK ( o alternativo )	50 vetrini
12	Come sopra per anticorpo Ros 1. ( o alternativo )	50 vetrini
13	Come sopra per ibridazione in situ ISH (kappa Lambda Eber ) o similari	150 vetrini
11	I prodotti ordinati devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla spedizione dell'ordine	
12	L'assistenza tecnica deve essere garantita entro 24 h dalla chiamata	
14	Frigorifero con monitoraggio della temperatura per alloggiamento anticorpi con avviso acustico e con RJ42 per interfacciamento alla rete aziendale	

#### Caratteristiche minime indispensabili sistema d'Istochimica

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Strumentazione dedicata completamente automatica nuova di fabbrica e di ultima generazione con certificazione CE/IVD.	
2	Possibilità di baking e sparaffinatura on board con soluzione non tossica	
3	Gestione operativa di almeno 20 vetrini per ciclo di lavoro	
4	Software gestionale in lingua Italiana	
5	Elevata adattabilità alla modalità operativa del laboratorio	
6	Strumentazione con possibilità di personalizzazione dei protocolli di lavoro	

7 Azienda certificata ISO 9001 o superiore

**Reagenti e consumabili x 2.000 Vetrini per colorazioni speciali**

Rif	Descrizione	Fabb/annuo
1	Kit per Colorazioni speciali prediluiti dovranno essere scelti senza limitazione di tipo e quantità; per ognuno di essi sarà richiesto secondo le esigenze diagnostiche che si determineranno, anche in base a nuove acquisizioni scientifiche, dal listino nell'arco della durata della fornitura. A tal fine le ditte che presenteranno offerta dovranno allegare all'offerta il catalogo.	2.000 vetrini
2	Vetrini di supporto	X 2.000 vetrini

**Caratteristiche indispensabili:** interfacciamento bidirezionale con i sistemi aziendali per la tracciabilità e rintracciabilità dei campioni chirurgici e non, dalle U.O.C. dove si effettua il prelievo: (esempio sale operatorie; poliambulatori; sala autoptica, ecc), alla digitalizzazione ed archiviazione digitale dei vetrini.

Rif	Descrizione	SI/NO
1	Sistema di tracciabilità e rintracciabilità che abbia le seguenti postazioni: n°1 server n°1 postazione sala autoptica composta da pc, stampante di etichette e barcode reader con supporto n°2 postazioni sale operatorie composta da pc, stampante di etichette e barcode reader con supporto n°1 postazione di accettazione composta da stampante di etichette e barcode reader con supporto n°1 postazione alla riduzione dei campioni composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto (da installare internamente alla cappa presente in laboratorio) n°1 postazione di Inclusione composta da pc con touch screen e barcode reader con supporto n°1 stampante di casette (che stampi barcode 2d) e pc di gestione n°4 postazioni di Taglio al microtomo composte da pc con touch screen e barcode reader con supporto e stampante di etichette per vetrini n°1 postazione al coloratore speciale composta da barcode reader n°1 postazione al coloratore di IHC composta da barcode reader n°1 postazione di consegna caso da pc con schermo composta da barcode reader n°6 postazioni lettura vetrini per i patologi composte da lettore barcode reader con supporto n°1 scanner di vetrini digitali completo di server e sw per la telepatologia	
2	L'offerta e il sistema deve prevedere interfacciamento bidirezionale per tutta la durata del contratto con i sistemi informatici Aziendali, presenti e futuri.	
3	Interfacciamento bidirezionale per tutta la durata del contratto con i sistemi informatici aziendali e per stampigliatrice cassette, presenti e futuri.	
4	Il sistema di tracciabilità deve interfacciarsi bidirezionale per tutta la durata del contratto con i sistemi informatici aziendali, presenti e futuri, per ( IHC e di SS )	

M

Roh

6	Lo scanner deve interfacciarsi bidirezionalmente al sistema di tracciabilità	
7	Sopralluogo obbligatorio con presentazione di un progetto del sistema di tracciabilità, da inserire nella relazione tecnica	

#### Reagenti e consumabili per sistema di tracciabilità

Rif	Descrizione	Fabb/annuo minimo
1	Ribbon e etichette	X 115000 vetrini

#### Caratteristiche preferenziali per i sistemi di HE – IHC/ISH – Istochimica – Tracciabilità e digitalizzazione dei vetrini

Rif	Descrizione	Fattore ponderale	Max Punti
1	Possibilità del sistema offerto di HE di colorare per singolo vetrino (non immersione) con reagenti freschi così da eliminare cross contaminazione e ossidazione dei reagenti.	SI/NO	10
2	Numeri di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità installati su territorio nazionale con interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale di laboratorio	discrezionale	5
3	Possibilità del sistema offerto di HE di gestione dei reagenti e dei coloranti con codice RFID per un ottimale controllo delle scadenze, dei consumi e dei test effettuati	SI/NO	10
4	Il sistema offerto di IHC deve avere la possibilità di accesso in continuo al singolo vetrino senza alcuna limitazione per quanto riguarda sistema di rivelazione procedure o quant'altro	descrizionale	5
5	Il sistema di scanner di vetrini offerto dovrà prevedere la possibilità di poter usare almeno 6 vetrini standard	SI/NO	5
6	Il sistema di HE NON deve usare sostanze come alcool e xidolo, i reagenti devono essere pronti all'uso così da preservare la sicurezza dell'operatore.	descrizionale	5
7	Il sistema di IHC deve prevedere la possibilità di dispensare reagenti ed anticorpi dal contenitore originale direttamente sul vetrino senza nessuna manipolazione da parte dell'operatore così da preservare la sicurezza dell'operatore.	descrizionale	5
8	Il sistema di HE deve tracciare ogni singolo vetrino e avere un sistema di "monitoraggio a distanza e in tempo reale on line" per un servizio ottimale di risoluzione dei problemi	SI/NO	5

9	Anticorpi offerti per proteina P16 CEIVD approvato FDA per anticorpo ALK CEIVD approvato FDA e indicato per eleggibilità al farmaco per NSLC	descrizionale	5
10	Possibilità di poter usare metodiche di doppia colorazione sullo stesso vetrino	Si/No	10
11	Possibilità dei reattivi della strumentazione delle colorazioni speciali offerta pronto uso, senza manipolazione da parte dell'operatore	Descrizionale	5

Totale 70 punti

Saranno escluse dalla fase di aggiudicazione i prodotti che a giudizio della commissione non hanno raggiunto il punteggio tecnico complessivo di almeno 36/70; qualora la commissione lo ritenesse opportuno aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.

#### Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato, in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2 del Codice degli Appalti. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

Totale 100

Valutazione descrizionale

Scarsa punti 2

Sufficiente punti 3

Buona punti 4

Ottima punti 5

D. P. Valente

*Aspettando Sante Anna e tutti  
SANT'ANNA E SANTI  
CASAERTA*

dr.sso

Alla So.Re.Sa. spa

Oggetto: Legge Regionale n.4 del 15.03.2011. Decreti commissariali n.58/2011 e n.11/2012.  
 Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si chiede espressa autorizzazione per l'espletamento in autonomia della seguente procedura di gara d'appalto: Fornitura annuale di medicazione a pressione negativa.

OGGETTO	Fornitura di prodotti per immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennale (60 mesi) per la UOC Anatomia Patologica
VALORE STIMATO DELL'APPALTO	€ 1.500.000,00 iva esclusa
METODO DI DETERMINAZIONE BASE ASTA	prezzi medi di mercato
SUDDIVISIONE IN LOTTI	no
NUMERO DEI LOTTI	
CPV PREVALENTE	33124110-9
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura Aperta
MOTIVAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART.36 o 63 D.lgs. 50/2016)	
TIPOLOGIA DI ACQUISTO	acquisto diretto
DURATA CONTRATTO (in mesi)	60
OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI INCLUSE NEL VALORE STIMATO (ove previsto)	
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa
ACQUISTO INSERITO IN PROGRAMMAZIONE ANNUALE	si
MOTIVAZIONE DEL MANCATO INSERIMENTO IN PROGRAMMAZIONE	

Caserta, 03.07.2020

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economo  
 dott.ssa Antonietta Costantini

Il Direttore Sanitario  
 dott.ssa Angela Annecchiarico



Il Direttore Amministrativo  
 avv. Amalia Carrara



Il Direttore Generale  
 Gaetano Ambrosio



Benvenuto: Antonio Testo (<https://www.soresa.it/area-riservata/>)

[CHI SIAMO / CHI SIAMO](#) [PER LE IMPRESE // AREA IMPRESE](#) [PER LE PA // AREA PA](#)

SOCIETÀ TRASPARENTE (/SOCIETÀ-TRASPARENTE)

## Integrazione documenti

### Dettaglio Attività

Oggetto Gara:Fornitura di prodotti per immunoistochimica

Protocollo Ente:21029/u

Base d'asta: € 1.500.000.000,00

### Motivazione

Motivazione integrazione:Si chiede di indicare il motivo della scelta di non suddividere la procedura in lotti.

### Richiesta correlata

200708\_102633-23235 (<https://www.soresa.it/area-riservata/pa/Richieste%20Autorizzazioni/Forms/Richiesta%20Autorizzazione/docsethomepage.aspx?ID=23517&FolderCTID=0x0120D52000684A52B6603A4B089B9C3739B0ED28D4002A94FBA0EB04C7469FF72995E7BEA994&List=9421d6a2-8687-46e9-bee7-cbce003662e5&RootFolder=%2Farea%2Driservata%2Fpa%2FRichieste%20Autorizzazioni%2F200708%5F102633%2D23235&RecSrc=%2Farea%2Driservata%2Fpa%2F>

Esegui

Annulla

 [Torna Indietro](#)



Unione Europea



La tua Campania  
cresce in Europa

### CONTATTI E PEC (/CONTATTI)

URP (/URP)

### ELENCO SITI TEMATICI (/ELENCO-SITI-TEMATICI)

### NOTE LEGALI (/NOTE-LEGALI)

### PRIVACY (/PRIVACY)

### MAPPA DEL SITO (/PAGINE/MAPPA-DEL-SITO.ASPX)

### UFFICIO ORDINI

dal lunedì al venerdì  
dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 16.45  
Tel +39 081 212 81 74 / opzione "2"  
Fax +39 081 604 03 37  
email: [ordini@soresa.it](mailto:ordini@soresa.it) (<mailto:ordini@soresa.it>)

### SEGRETERIA

dal lunedì al venerdì  
dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 13.45 alle 16.45  
Tel +39 081 212 81 74 / opzione "4"  
Fax +39 081 750 00 12  
email: [segreteria@soresa.it](mailto:segreteria@soresa.it) (<mailto:segreteria@soresa.it>)

### ASSISTENZA SIAPS

Benvenuto: Antonio Tostio (https://www.soresa.campania.it/area-riservata/)

CHI SIAMO (CHI-SIAMO) PER LE IMPRESE (AREA-IMPRESE) PER LE PA (AREA-PA)

## Integrazione documenti

**Dettaglio Attività** Oggetto Gara:Fornitura di prodotti per immunochimica  
 Protocollo Ente:21029/u  
 Base d'asta: € 1.500.000.000,00

**Motivazione**  
 Motivazione integrazione: Si chiede di indicare il motivo della scelta di non suddividere la procedura in lotti.  
 Motivazione integrazione: si chiede di correggere la base d'asta che attualmente risulta di 1.500.000.000,00.

**Richiesta correlata** 200708\_102633-23235 (https://www.soresa.campania.it/area-riservata/pa/Richieste%20Autorizzazioni/Formis/Richiesta%20Autorizzazione.aspx?ID=23517&FolderCTID=0x0120D52000684A52B6603AAB08989C3739B0ED28D4002A94FBA0EB04C7469FF72995E7BEA994&List=94121d6a%28687-46e9-bee7-  
 cb0e03662e5&RootFolder=%2Fares%2Fares%2Driservata%2Fpa%2Frichieste%20autorizzazioni%20richieste%2F200708%5F1026333%2D23235&RecSrc=%2Fare

 Esigui Formula Torna Indietro
 La tua Campania  
 cresce in Europa

 REGIONE  
 CAMPANIA  
 AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
 E PIANO DI SVILUPPO

URP (URP)

CONTATTI E PEC (CONTATTI)



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0023377/U Data: 30/07/2020 14:41  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



Caserta, 30.07.2020

Spett.le So.Re.Sa. spa

**OGGETTO:** Fornitura di prodotti per diagnostica immunoistochimica, immunofluorescenza, ibridazione in situ, colorazioni speciali, tracciabilità e rintracciabilità, scanner di vetrini e sistema di Ematossilina Eosina con service della strumentazione in fornitura quinquennali (60 mesi) per la UOC Anatomia Patologica – Riscontro richiesta integrazione atti.

*Si riscontra la nota in oggetto per precisare quanto segue:*

**Motivazione integrazione Soresa:** si chiede di indicare il motivo della scelta di non suddividere la procedura in lotti;

**Riscontro:** Si rimette in allegato nota del Direttore della UOC Anatomia Patologica nella quale vengono specificate le motivazioni della scelta di non suddividere la procedura in lotti.

**Motivazione integrazione Soresa:** si chiede di correggere la base d'asta che attualmente risulta di € 1.500.000.000,00.

**Riscontro:** Si precisa che l'importo corretto a base d'asta è pari ad € 1.500.000,00 iva esclusa.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Antonietta Costantini



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Al Sig. Direttore U. O. C. Provveditorato ed Economato  
SEDE

Oggetto: Gara per colorazioni di Immunoistochimica

In rapporto al quesito formulato dalla SORESA e relativo al perché la procedura di gara per colorazioni di Immunoistochimica sia stata costruita su di un unico lotto si precisa quanto segue:

- 1) Avere un unico interlocutore determina vantaggi tecnici e specialistici tra i quali l'interfacciamento bidirezionale tra tutti gli strumenti ed i software di gestione;
- 2) Consente un notevole abbattimento dei costi;
- 3) Non esclude la possibilità di partecipazione ad alcuna Ditta: infatti queste possono accorparsi temporaneamente in accordi commerciali attraverso una ATI (Associazione Temporanea di Impresa).

Certo di poter con questi chiarimenti rendere possibile l'effettuazione di una Gara scaduta da anni pongo distinti saluti.

Caserta, 20/07/2020

Il Direttore  
Dr. Pasquale Grabona

U.O.C. ANATOMIA PATHOLOGICA  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta  
Via Palasciano 81100 - Caserta  
Tel. 0823232002  
e-mail: [anatomiapatologica@ospedale.caseria.it](mailto:anatomiapatologica@ospedale.caseria.it)  
pec: [anatomiapatologica@ospedalecasertappec.it](mailto:anatomiapatologica@ospedalecasertappec.it)

ALLEGATO N...8

Da "autorizzazioni@pec.soresa.it" <autorizzazioni@pec.soresa.it>  
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
Data mercoledì 26 agosto 2020 - 11:51

**SoReSa: Richiesta 200708\_102633-23235 - Autorizzazione Positiva**

Si trasmette, in allegato, l'esito positivo dell'autorizzazione richiesta.

**Allegato(i)**

LetteraAutorizzazione.pdf (336 KB)

Borsig

A

Al Direttore Generale  
A.O. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it

e al Referente Aziendale  
per il processo autorizzativo

Oggetto: Legge Regionale n. 4 del 15.03.2011. Decreti Commissariali n.58/2011 e n. 11/2012.  
Richiesta di autorizzazione per espletamento in autonomia procedura di gara d'appalto per la  
fornitura di "Fornitura di prodotti per immunoistochimica"

A riscontro della nota di codesta Azienda prot. 21029/u (prot. SoReSa/0013140/2020 del 08/07/2020 ) si autorizza l'espletamento diretto di autonoma procedura di gara con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate.

Si precisa, altresì, che la responsabilità circa le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione, la tipologia e le condizioni economiche dell'acquisto, i criteri di affidamento e il finanziamento della spesa occorrente ricade esclusivamente in capo alla stazione appaltante.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

La presente autorizzazione ha valore di 6 mesi dalla ricezione della stessa e si comunica, inoltre, che occorrerà inviare alla scrivente Stazione Appaltante copia del provvedimento definitivo di aggiudicazione entro 10 giorni dall'intervenuta esecutività dello stesso.

Distinti saluti.

Il Direttore Operativo  
Centrale di Commercio  
Dott. Francesco Luciano  
*Francesco Luciano*

L'Amministratore Delegato  
So. Re. Sa. SpA  
Prof. Corrado Cuccarullo  
