



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 209 del 16/03/2022

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.15 SISTEMI SOLLEVA PAZIENTE PER LE
ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC. - AGGIUDICAZIONE [CIG:9015258A3E]**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 16/03/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.15 SISTEMI SOLLEVA PAZIENTE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.CC. - AGGIUDICAZIONE [CIG:9015258A3E]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota protocollo n.13428 del 26.04.2021 la Responsabile della u.o.s.d. Servizio Prevenzione e Protezione ha richiesto l'acquisto dei solleva pazienti occorrenti alle varie uu.oo.cc.;
- con nota protocollo n.33106 del 26.11.2021 il Direttore Sanitario ha disposto l'approvvigionamento di n. 15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc.;

Considerato che

- per la fornitura in questione quest'Azienda, ai sensi della Legge Regionale n.5 del 2021, può procedere autonomamente e non è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte della società regionale So.Re.Sa.;
- al fine di provvedere in merito, l'u.o.c. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (richiesta di offerta) n. 2925981 del 07.12.2021 inerente l'affidamento della fornitura di n.15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. per un importo complessivo a base di gara pari a € 75.000,00 oltre IVA CIG: [9015258A3E];
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA Consip al Bando/Categoria "BENI - Forniture specifiche per la Sanità", così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 22.12.2021, alle ore 12:00, sono scaduti i termini e risultano pervenute n.5 offerte da parte degli operatori economici Orthomax srl, Coremec s.r.l., Barbieri srl, Hill-rom, Novamed;
- con deliberazione del Direttore Generale n.35 del 21.01.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte tecniche pervenute;

Preso atto che

- con verbale n.1 (all.1), in seduta riservata, del 23.2.2022, la commissione giudicatrice ha valutato la conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici Barbieri srl, Hill-rom, Novamed alle caratteristiche tecniche minime previste dalla documentazione di gara;
- con medesimo verbale, la commissione giudicatrice ha rilevato la non conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici Coremec srl e Orthomax srl alle caratteristiche minime previste dalla documentazione di gara;
- con verbale n.2 (all.2), in seduta riservata, del 01.03.2022 la commissione giudicatrice ha proceduto all'attribuzione parziale dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara;
- con verbale n.3 (all.3), in seduta riservata, del 02.03.2022 la commissione giudicatrice ha proceduto all'attribuzione totale dei punteggi qualitativi e, successivamente ad aprire la busta telematica economica;

Deliberazione del Direttore Generale

- dalle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, la graduatoria di merito della **RDO n.2925981 del 07.12.2021** che ne deriva è stata riportata in apposita tabella di seguito specificata:

Tabella 1

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggi o tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
ORTHOMAX SRL	concorrente escluso			
COREMEC S.R.L.	concorrente escluso			
NOVAMED	concorrente escluso			
HILL-ROM	€ 73.433,48	60,00	27,43	87,43
BARBIERI SRL	67.134,14	47,00	30,00	77,00

Visto

il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii;

Ritenuto

di procedere alla conferma della RDO n.2925981 del 07.12.2021 inerente l'affidamento della fornitura di n.15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. all'operatore economico Hill-rom per l'importo complessivo d € 73.433,48 oltre i.v.a. 22%;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere alla conferma della RDO n.2925981 del 07.12.2021 inerente l'affidamento della fornitura di n.15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. all'operatore economico Hill-rom per l'importo complessivo d € 73.433,48 oltre i.v.a. 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di € 89.588,84 i.v.a. inclusa 22% sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [9015258A3E];
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le attrezzature;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla Direzione Sanitaria ed alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere alla conferma della RDO n.2925981 del 07.12.2021 inerente l'affidamento della fornitura di n.15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. all'operatore economico Hill-rom per l'importo complessivo d € 73.433,48 oltre i.v.a. 22%;
2. imputare la spesa complessiva di € 89.588,84 i.v.a. inclusa 22% sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [9015258A3E];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le attrezzature;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla Direzione Sanitaria ed alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Al Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera
Ing Vittorio Emanuele Romallo

e. p. c.

Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Angela Anneschiarico

Ai Capo Dipartimento

Oggetto: Acquisto ausili per movimentazione pazienti.

Come da richiesta dei Capo Dipartimento si invia in allegato elenco dei dispositivi per movimentazione pazienti, in modo da poter procedere all'acquisto degli stessi. Si allegano anche le caratteristiche degli ausili richiesti.

Distinti saluti

Caserta 26/04/2021

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Margherita Agresti


SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE
IL RESPONSABILE
dott.ssa Margherita Agresti

REPARTO	SOLLEVATORE	TAVOLO A RULLO - ROLLER	CARDZZINE	TELO AD ALTO SCORRI	SEDIE A ROTELLE PER PAZ OBESI
ORTOPIEDIA	1 (PORTATA MIN 250KG)	3	2		
CHIR GEN ONCOLOGICA	1 (PORTATA MIN 250KG)				1
OSTETRICA E GINECOLOGIA	2		4		2
CARD UNIV VASCOLARE		1	1		1
UTIC CARDIOL D'EMERGENZA	2		2		
CARD INTERVENTISTICA					2
CARDIOCHIRURGIA	1		1		1
TERAPIA INTENSIVA DIP CARDIOVASC	1	1	1		1
DEGENZA CARD UNIV	1	2	2		1
CARD D'EMRGENZ CON UTIC	2		2		
CARD INTERVEN E DELLE EMERGENZE CORONARICHE					
NEUROLOGIA	1		2		2
GERIATRIA	1		2		1
MALAT INFETTIVE	1		2		1
NEFROLOGIA-DIALISI	2		1		1
GASTRO	1				
STROKE UNIT			4		1
DERMATOLOGIA					
MEDICINA GENERALE-interna	1				
NEUROCHIRURGIA	1				
CHIRURGIA DEI GROSSI TRAUMI	1				
RIANIMAZIONE					
MED URGENZA E PRONTO SOCCORSO	1 (PORTATA MIN 250KG)				
UROLOGIA	2				
MAXILLO RL	1 (PORTATA MIN 250KG)				
PNEUMOLOGIA	1				
ONCOLOGIA	1				
EMATOLOGIA ONCOLOGICA	1				



Oggetto : Caratteristiche

CARROZZINE - CINTURA CON ATTACCO :

- lavabile, ignifuga
- Ruote piroettanti a basso attrito e presenza di due ruote frenanti posteriormente , ruote di grandezza diversa .
- altezza del poggiatesta regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile
- larghezza seduta di circa cm 50.
- portata almeno 100 kg.

Cintura solida e lavabile in polipropilene con attacco rapido

CARROZZINE - CINTURA CON ATTACCO PER PAZIENTI OBESI:

- lavabile, ignifuga
- Ruote piroettanti a basso attrito e presenza di due ruote frenanti posteriormente , ruote di grandezza diversa .
- altezza del poggiatesta regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile
- larghezza seduta minimo di almeno cm 70. (pazienti obesi)
- portata massima di almeno 250 kg (pazienti obesi)

Cintura solida e lavabile in polipropilene con attacco rapido

SOLLEVAPAZIENTI

Requisiti Minimi dell'apparecchiatura:

EN ISO 10535. la velocità è in accordo secondo la norma EN60535.

- Capacità minima di sollevamento 150 kg.
- Capacità minima di sollevamento 250 kg. (per pazienti obesi)
- Il motore ed il meccanismo per il suo funzionamento devono essere protetti all'interno del piantone
- Escursione a colonna verticale con doppio sistema telescopico da consentire al braccio di sollevamento la possibilità di sollevare un paziente da terra in caso di caduta e favorire l'operatore di eseguire eventuali medicazioni sacrali
- Larghezza: dimensioni compatibili con larghezza ed altezza dei varchi delle porte etc.
- Lunghezza: dimensione che non superi il vano porta
- Base di appoggio costituita da bracci con divaricazione o apertura telescopica, non ingombranti, in modo da passare sotto i letti, nonché per posizionare il sollevatore vicino a poltrone o sedie a rotelle



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

- Funzionamento elettrico a 24 volt con batteria asportabile, batteria di ricambio e carica batterie separato ed indipendente dal sollevatore
 - Comandi di regolazione elettrici facilmente identificabili e che non determinano movimenti bruschi
 - Possibilità di discesa manuale, in caso di guasto della pulsantiera
 - Pulsante di arresto di emergenza
 - Ruote piroettanti a basso attrito
- Il Telaio per barelle deve consentire il sollevamento e quindi l'utilizzo dei vari tipi di barelle: con cinture, a cucchiaio e a corsetto. Larghezza telaio non deve essere inferiore a 60 cm, e deve poter essere ruotato di 90° per consentire il passaggio dalle porte. Il fissaggio deve essere perfettamente solidale con il corpo del sollevapazienti in modo da assicurare il bloccaggio e mantenimento della posizione in orizzontale della barella in qualsiasi condizione di sollevamento e trasferimento.

Caratteristiche ottimali delle imbracature:

- Realizzate in tessuto "antiattritico" e poroso
- Lavabili, sterilizzabili
- Forniti di imbottitura
- Disponibilità di più misure e tipologie diverse
- Cinghie non troppo lunghe
- Imbracatura di tipo contenitivo fino alle spalle o capo.

Accessori per ciascun sollevapazienti da fornire:

- N. 1 TELAIO STANDARD a cui agganciare il corsetto, adatto alla capacità di carico del sollevatore (minima di 180Kg), e deve consentire anche durante il trasferimento il cambio della postura del paziente elettricamente.
- N. 1 CORSETTI PLURIUSO
- N. 1 TELAIO PER BARELLE
- n. 1 BARELLA A CORSETTO disponibili in varie misure adatte alla capacità di carico del Sollevatore.

Attività aggiuntive:

è necessario prevedere per ogni apparecchiatura.:

1. Un piano di manutenzione riguardante: sistema frenante, scorrevolezza dei comandi di manutenzione, ruote, batteria etc.
2. un piano di addestramento all'uso per operatori sanitari addetti alla "Movimentazione del Paziente"

L' apparecchiatura oggetto di gara, dovrà essere conforme ai requisiti previsti dal D.L.vo 24.02.1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva 93/42/CEE, come modificato con D.L.vo 25.02.1998 n. 95 e s.m.i.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

I dispositivi devono, inoltre, essere conformi alle norme di sicurezza armonizzate comunitarie e alle norme nazionali che le recepiscono (Norme CEI adottate dal CENELEC, traduzione in lingua italiana delle norme europee EN) e avere il marchio di identificazione CE, accompagnato dal codice di identificazione dell'ente che ha realizzato le procedure descritte dalle norme richiamate al precedente comma.

TELI AD ALTO SCORRIMENTO

Materiali:

Nylon 100% trattato con silicone

Misura: 180 x 70 cm

Caratteristiche

- 100% nylon ad alta grammatura trattato con silicone per ridurre l'attrito. Alcuni produttori utilizzano nylon con una grammatura inferiore. In questo caso i teli sono meno resistenti alla trazione e all'usura. Inoltre, dopo alcuni lavaggi perdono le caratteristiche di scorrevolezza
- semplice utilizzo, minimo spessore
- antistrappo, grande resistenza e lunga durata
- impermeabili ai liquidi
- non irritanti per il paziente – Latex-Free, atossici
- facile manutenzione, compatibili con le lavanderie ospedaliere
- disinfettabili
- provvisti di marcatura CE (Dispositivi Medici) e iscritti al Repertorio nazionale dei dispositivi medici

Conformità

- Dispositivo medico provvisto di marcatura CE – Direttiva 93/42CEE – D. Lgs n° 46 del 24.02.97.
- Dispositivo iscritto al Repertorio generale dei dispositivi medici in conformità con il DM 20 febbraio 2007
- Classificazione CND: Y123099



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA


LE TAVOLE A RULLO O ROLLER

Sono formate da un'anima semirigida, con una lunghezza di 180 cm, pieghevole per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto. Sono provviste di un telo tubolare che ruota attorno all'anima.

- Dimensioni: cm 180x50
- Sicurezza: massimo divario superabile cm 15 con paziente di 200 Kg
- Certificazioni: CE - Latex Free

Caserta 26/03/2021

Dott.ssa Margherita Agresti


**SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE
IL RESPONSABILE**
dott.ssa Margherita Agresti



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALEE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
 "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
 DI CASERTA

Alla Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera

pc Al Direttore Generale
 Al Direttore Amministrativo
 Al Responsabile UOSD Servizio Prevenzione
 e Protezione


Oggetto: Ausili per movimentazione pazienti - Disposizione

In riscontro alla nota Prot. 13428/i avente ad oggetto: "Acquisto ausili per movimentazione pazienti", si ritiene opportuno procedere secondo una gestione dipartimentale all'approvvigionamento di ulteriori n.12 sollevatori in aggiunta ai n.3 già acquisiti da attribuire alle seguenti unità operative di seguito riportate:

Dipartimento Emergenza e Accettazione	
Ortopedia	1
NCH	1
Rianimazione	1
Medicina e Chirurgia d'Urgenza	1
Dipartimento Scienze Mediche	
Neurologia	1
Geriatria	1
Nefrologia e Dialisi	1
Pneumologia	1
Dipartimento Oncologico	
Ematologia ad Indirizzo Oncologico	1
Dipartimento Cardio Vascolare	

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALEE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI CASERTA



Cardiologia d'Emergenza con UTIC	1
Cardiochirurgia	1
Terapia Intensiva del Dipartimento Cardio Vascolare	1
Dipartimento Scienze Chirurgiche	
Chirurgia Generale e Oncologica	1
Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontostomatologia	1
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino	
Ostetricia e Ginecologia	1

L'acquisizione di tali dispositivi consentirà di rivalutare da parte del Medico Competente i giudizi di idoneità del personale sanitario perla limitazione nella movimentazione dei carichi e dei pazienti.

Il Direttore U.O.C. Organizzazione e Programmazione
dei Servizi Ospedalieri e Sanitari

Dott. Massimo Mario Mensorio

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Angela Anecchiarico



OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. - RDO n.2925981 del 07.12.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 23.02.2022

In data 23.02.2022, alle ore 12:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.35 del 21.01.2022-composta come segue:

- Dott. Mario Massimo Mensorio, Direttore u.o.c. O.P.S.O.S.– Presidente;
- Dott.ssa Margherita Agresti, Responsabile u.o.s.d. Servizio Prevenzione e Protezione– Componente;
- Dott. Danilo Lisi, Direttore u.o.c. Risk Managent – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Premesso che

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (all. 1,2,3,4).
- hanno partecipato alla procedura di gara i seguenti operatori economici:
 1. BARBIERI SRL;
 2. COREMEC SRL;
 3. HILL.ROM;
 4. ORTHOMAX SRL;
 5. NOVAMED.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti e procede alla verifica di conformità delle offerte in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

Successivamente la Commissione attesta il possesso dei requisiti minimi richiesti di cui alle offerte delle società Barbieri srl, Hill-rom, Novamed, e rileva la non conformità di cui alle offerte delle società Coremec srl e Orthomax srl ai requisiti minimi di seguito indicati:

Per la società Coremec srl:





1. "peso complessivo del sollevatore, comprensivo di batterie", in quanto quello offerto risulta maggiore di quello richiesto;
2. "intervallo di sollevamento", in quanto quello offerto risulta inferiore di quello richiesto.

Per la società Orthomax srl:

1. "garanzia full rik (mesi) \geq 48 mesi", in quanto offre un periodo di garanzia inferiore (24 mesi) a quello richiesto.

La Commissione sospende i lavori e decide di riunirsi a data da stabilire.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 13:10 circa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Mario Massimo Mensorio 
Dott.ssa Margherita Agresti 
Dott. Danilo Lisi 
Sig.ra Simona Gravina 



OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. - RDO n.2925981 del 07.12.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 01.03.2022

In data 01.03.2022, alle ore 12:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.35 del 21.01.2022- composta come segue:

- Dott. Mario Massimo Mensorio, Direttore u.o.c. O.P.S.O.S.– Presidente;
- Dott.ssa Margherita Agresti, Responsabile u.o.s.d. Servizio Prevenzione e Protezione– Componente;
- Dott. Danilo Lisi, Direttore u.o.c. Risk Managent – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti Barbieri srl, Hill-rom, Novamed e successivamente procede all'attribuzione parziale dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara.

La Commissione sospende i lavori e decide di riunirsi in data 02.03.2022 alle ore 09:00.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 13:20 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Mario Massimo Mensorio

Dott.ssa Margherita Agresti

Dott. Danilo Lisi

Sig.ra Simona Gravina



OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 15 sistemi solleva paziente per le esigenze di varie uu.oo.cc. - RDO n.2925981 del 07.12.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 02.03.2022

In data 02.03.2022, alle ore 09:30 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.35 del 21.01.2022- composta come segue:

- Dott. Mario Massimo Mensorio, Direttore u.o.c. O.P.S.O.S.– Presidente;
- Dott.ssa Margherita Agresti, Responsabile u.o.s.d. Servizio Prevenzione e Protezione– Componente;
- Dott. Danilo Lisi, Direttore u.o.c. Risk Managent – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti Barbieri srl, Hill-rom, Novamed e procede all'attribuzione totale dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara, come allegato al presente verbale a formarne parte integrale e sostanziale (all.1). La Commissione terminati i lavori di cui sopra da luogo all'apertura dell'offerta economica telematica e prende atto della graduatoria finale risultante dal portale MEPA (all.2).

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, che provvederà alla trasmissione al RUP. La seduta viene chiusa alle 11:05 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Mario Massimo Mensorio

Dott.ssa Margherita Agresti

Dott. Danilo Lisi

Sig.ra Simona Gravina

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	Modalità di assegnazione del punteggio	PUNTI	BARBIERI SRL	HILL ROM	NOVAMED HMS-VILGO - FRANCIA
Ergonomia e praticità.	discrezionale	Max punti 5	<p>Maniglione di spinta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulsantiera, ergonomia e praticità dei tasti; - Trapezio 4 punti; - Imbragatura Rgo sling con asola scorrevole con auto bilanciamento e parti ad alto scorrimento per la vestizione - Pratica vestizione dell'imbragatura; - Tasche e maniglie dell'imbragatura; - Conformazione trapezio 4 punti; - Scorrevolezza, 6 ruote; - Sensibilità tasti pulsantiera; - Facilità della rimozione del trapezio; <p style="text-align: center;">Punti 4</p>	<p>Hillrom Viking L è costruito in modo tale da permettere agli utilizzatori un approccio ergonomico e pratico: ampio maniglione allargato e rialzato consente una facile movimentazione anche a pieno carico per gli utilizzatori di ogni statura; imbragature dotate di varie maniglie di presa per mantenere il contatto diretto con il paziente; apertura della base e posizione del braccio di sollevamento consentono di mantenere il contatto diretto con il paziente per migliorare l'approccio ergonomico e facilitare tutta la movimentazione dalla prima fase di posizionamento dell'imbragatura al completamento del trasferimento, la pulsantiera di comando grazie alla sua forma completamente arrotondata e materiale ad elevato grip ne facilita l'utilizzo e la praticità di uso.</p> <p style="text-align: center;">Punti 5</p>	<p>Il sollevatore passivo serie LIFTY è dotato di una centralina LINAK asportabile (durata 40 cicli completi) collocata sulla colonna portante, con possibilità di sollevare il paziente da terra. E' fornito di un telecomando con cavo elettrico, comandi a pulsantiera, bilancino a 4 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare lo spostamento, base con 4 ruote gemellate ad alto scorrimento di cui 2 con freni d'arresto. Provvisto di un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, dispositivo di sicurezza di discesa elettrica e manuale. Un pedale permette di azionare l'apertura e la chiusura della base.</p> <p style="text-align: center;">Punti 3</p>

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Capacità di ridurre i carichi di lavoro	discrezionale	Max punti 5	Molift Mover 300 ha una portata di 300kg, indipendentemente dal tipo e taglia di trapezio e imbragatura utilizzati	Hillrom Viking L è dotato di ruote ad alto scorrimento con cuscinetti che ne agevolano la movimentazione, inoltre il suo peso inferiore a 40 Kg riduce moltissimo il carico di lavoro assistenziale anche con pazienti grandi obesi. Il bilanciamento è posizionato per distribuire il carico in modo omogeneo sulle 4 ruote, così da facilitare la movimentazione in ogni condizione. La portata massima è di 400Kg	Il sistema è dotato solo di sollevamento calibrato attraverso l'impiego di bilanciamento di ultima generazione e le imbracature pur consentendo all'operatore sanitario una buona movimentazione il carico massimo di lavoro è limitato a 250 Kg	Punti 2
Batteria supplementare con ulteriore carica batterie separato	SI/NO	5 punti	Solo in opzione Punti 0	Batteria al litio COD. 2006110 Punti 5	Si	No gruppo LINAK JUMBO soltanto 15 Punti 0
Fornitura supporti per il sostegno pazienti durante la deambulazione	SI/NO	5 punti	SI, incluse 30 imbracature a 4 punti, con testiera Punti 5	SI deambulazione del paziente tramite l'utilizzo di apposite imbracature e con le braccia di sostegno Punti 5	SI	NO Punti 0
Batteria tampone per conservazione dati memorizzati	SI/NO	5 punti	SI Sollevatore compatibile con Software Molift Service Tool, con memorizzazione permanente dei dati Punti 5	SI Batteria: alcalina a 9 V (PP3, MN1604, 6LR61, E-block) Durata della batteria: circa 3.000 letture Punti 5	SI	NO Punti 0




TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Sollevatore dotato di centralina di controllo e display utente in grado d'indicare il numero di cicli di sollevamento effettuati.	SI/NO	10 punti	<p>SI la centralina memorizza il numero dei cicli totali, divisi in quattro classi di carico di lavoro, ed il numero di sollevamenti al prossimo service (controllo periodico)</p> <p style="text-align: center;">Punti 10</p>	<p>Il sollevatore Viking L è dotato di un innovativa centralina di controllo posizionata in prossimità del pacco batteria. Su di essa si trovano i pulsanti per la movimentazione del braccio di sollevamento ed un comodo display con le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero totale di cicli del sollevatore con carico; - Lavoro effettuato dall'attuatore; amp x sec.; - Numero di indicazioni in sovraccarico; - Giorni dall'ultima manutenzione/giorni tra gli interventi di manutenzione. <p style="text-align: center;">Punti 10</p>	<p style="text-align: center;">NO Punti 0</p>
Altezza massima di sollevamento carico > 175 cm	Tabellare Ogni 1 cm > 175 sarà attribuito 1 punto	Max punti 5	2070 mm	<p style="text-align: center;">Punti 10</p> <p>Viking L è in grado di eseguire tutti i tipi di spostamento e di sollevamento, compresi quelli dal suolo.</p> <p>La posizione più alta 2030 mm</p> <p style="text-align: center;">Punti 5</p>	<p>Altezza massima di sollevamento carico: 175 cm</p> <p style="text-align: center;">Punti 0</p>





Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Possibilità di espansione della base motorizzato	Tabellare Nel caso in cui la funzione espansione della base sia dotato di motore elettrico saranno attribuiti 10 punti	Punti 10	Mover 300 possiede una movimentazione elettrica di alzata e discesa con l'apertura e la chiusura della base, alimentato con una batteria ricaricabile Punti 10	la regolazione in larghezza della base sono comandati elettricamente Punti 10	SI Base con allargamento elettrico tramite attuatore con comando su pulsantiera Punti 10
Corsa di sollevamento > 125 cm	Tabellare Ogni 1 cm > 125 sarà attribuito 1 punto	Max punti 5	L'intervallo di sollevamento di 1.420 mm Punti 5	Intervallo di sollevamento Viking L: 1330 mm Punti 5	Intervallo di sollevamento 130 cm Punti 5
Velocità di sollevamento variabile	Tabellare Nel caso il sistema sia dotato di una doppia velocità di sollevamento saranno attribuiti 5 punti	Punti 5	La velocità di sollevamento 32,6 mm/s dato rilevato con carico di 75 kg ma non è dotato di doppia velocità Punti 0	sollevamento (senza carico) Viking L: 23 mm/s e 17 mm/s, punti 5	NO Punti 0

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

<p>Garanzia di tutto il sistema oltre i 48 mesi</p>	<p>Tabellare Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.</p>	<p>Max Punti 10</p>	<p>Solo 48 mesi Punti 0</p>	<p>Solo 48 mesi Punti 0</p>	<p>48 + 16 mesi Punti 10</p>
<p>PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO</p>			<p>Punti 47</p>	<p>Punti 60</p>	<p>Punti 30</p>

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2925981
Descrizione RDO:	FORNITURA DI N. 15 SISTEMI SOLLEVA PAZIENTE
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	07/12/2021 12:33
Termine ultimo presentazione offerte:	22/12/2021 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	12/12/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	22/12/2022 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
---	---

Lotto esaminato: 1 N. 15 SISTEMI SOLLEVA PAZIENTE

CIG	9015258A3E
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	N. 15 SISTEMI SOLLEVA PAZIENTE/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	75000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ORTHOMAX SRL	Singola	02273830592	17/12/2021 15:14
2	HILL-ROM	Singola	08817300158	21/12/2021 15:16
3	COREMEC S.R.L.	Singola	04327730018	20/12/2021 15:04
4	BARBIERI SRL	Singola	01543860355	22/12/2021 11:51
5	NOVAMED	Singola	02948410838	22/12/2021 09:58

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	01/02/2022 13:07:14	02/02/2022 13:56:52

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ORTHOMAX SRL		nessuna		nessuna
HILL-ROM		nessuna		nessuna
COREMEC S.R.L.		nessuna		nessuna

BARBIERI SRL		nessuna	nessuna
NOVAMED		nessuna	nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	art. 15 - Contenuto della Busta A	
	Valutazione	Note
ORTHOMAX SRL	Approvato	nessuna
HILL-ROM	Approvato	nessuna
COREMEC S.R.L.	Approvato	nessuna
BARBIERI SRL	Approvato	nessuna
NOVAMED	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	02/02/2022 13:57:00	02/03/2022 12:25:43

Concorrente	art. 16 - Contenuto della Busta B	
	Valutazione	Note
ORTHOMAX SRL	NON Approvato	nessuna
HILL-ROM	Approvato	nessuna
COREMEC S.R.L.	NON Approvato	nessuna
BARBIERI SRL	Approvato	nessuna
NOVAMED	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	02/03/2022 12:28:53	02/03/2022 12:30:03

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		art. 17 - Contenuto della Busta C	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ORTHOMAX SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
HILL-ROM	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
COREMEC S.R.L.	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
BARBIERI SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
NOVAMED	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
ORTHOMAX SRL	Concorrente escluso				
COREMEC S.R.L.	Concorrente escluso				
NOVAMED	Concorrente escluso				
HILL-ROM	73433,48000000	0,00	60,00	27,43	87,43
BARBIERI SRL	67134,14000000	0,00	47,00	30,00	77,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.15 SISTEMI SOLLEVA PAZIENTE PER LE ESIGENZE DI VARIE
UU.OO.CC. - AGGIUDICAZIONE [CIG:9015258A3E]**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €89.588,84

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 16/03/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri