



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 244 del 31/03/2022

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: FORNITURA DI SISTEMI MOTORIZZATI ELETTRICI A BATTERIA CON ASSISTENZA TRIENNALE FULL RISK E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA – AGGIUDICAZIONE CIG: [8923978B9A]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31/03/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA DI SISTEMI MOTORIZZATI ELETTRICI A BATTERIA CON ASSISTENZA TRIENNALE FULL RISK E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA – AGGIUDICAZIONE CIG: [8923978B9A]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- presso questa A.O.R.N. sono presenti, tra le attrezzature sanitarie, seghe sternali, seghe sagittali e relativo materiale di consumo;
- in vista della scadenza del contratto, con mail del 10.06.2021 è stato richiesto al Direttore della U.O.C. Cardiocirurgia di quantificare il fabbisogno di seghe sternali, seghe sagittali e lame monouso;
- in pari data, il Direttore della U.O.C. Cardiocirurgia ha comunicato il fabbisogno della Cardiocirurgia dei prossimi tre anni;
- con nota prot. 19857 del 26.06.2021 è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in merito al Direttore Sanitario;
- in data 12.07.2021, con attestazione posta a margine della suddetta nota, il Direttore Sanitario ha autorizzato la scrivente u.o.c. a procedere;

Considerato che

- per la fornitura in questione quest'Azienda, ai sensi della Legge Regionale n.5 del 2021, può procedere autonomamente e non è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte della società regionale So.Re.Sa.;
- al fine di provvedere in merito, l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (richiesta di offerta) n.2881004 del 08.10.2021 inerente l'affidamento della fornitura di sistemi motorizzati elettrici a batterie, con assistenza triennale full-risk triennale e relativo materiale di consumo, per le esigenze della u.o.c. cardiocirurgia per un importo complessivo a base di gara pari a € 72.000,00 oltre IVA CIG: [8923978B9A];
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA Consip al Bando/Categoria "BENI - Forniture specifiche per la Sanità", così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Direttore Generale n.834 del 24.11.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte tecniche pervenute;

Preso atto che

- con verbale n.1 (all.1) in seduta riservata, del 08.02.2022, la commissione giudicatrice ha valutato parzialmente la conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici (DEVICE & TECH, MEDIFOR S.R.L., NEXT MEDICAL, STRYKER ITALIA SRL SU, TECSUD SRL, ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.) alle caratteristiche tecniche minime previste dalla documentazione di gara;

Deliberazione del Direttore Generale

- con verbale n.2 (all.2) in seduta riservata, del 01.03.2022, la commissione giudicatrice ha valutato totalmente la conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici (DEVICE & TECH, MEDIFOR S.R.L., NEXT MEDICAL, STRYKER ITALIA SRL SU, TECSUD SRL, ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.) alle caratteristiche tecniche minime previste dalla documentazione di gara;
- con verbale n.3 (all.3) in seduta riservata, del 10.03.2022, la commissione giudicatrice, verificata la conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, ha proceduto all'attribuzione parziale dei punteggi qualitativi, come da griglia predisposta nella documentazione di gara;
- con verbale n.4 (all.4) in seduta riservata, del 15.03.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto all'attribuzione totale dei punteggi qualitativi e, successivamente, ad aprire la busta telematica economica;
- dalle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, la graduatoria di merito della **RDO n.2881004 del 08.10.2021** che ne deriva è stata riportata in apposita tabella di seguito specificata:

Tabella 1

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
STRYKER ITALIA SRL SU	€ 45.660,96	70,00	27,39	97,39
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	€ 45.000,00	68,00	27,79	95,79
TECSUD SRL	€ 41.692,00	45,00	30,00	75,00
MEDIFOR S.R.L.	€ 65.250,00	48,00	19,17	67,17
NEXT MEDICAL	€ 56.900,00	43,00	21,98	64,92
DEVICE & TECH	€ 65.834,00	40,00	19,00	59,00

Visto

il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii;

Ritenuto

di procedere alla conferma della RDO n.2881004 del 08.10.2021 inerente l'affidamento della fornitura di sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiocirurgia, all'operatore economico STRYKER ITALIA SRL SU (P. IVA 06032681006) per l'importo complessivo pari ad € 45.660,96 oltre 22% iva;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

PROPONE

1. di procedere alla conferma della RDO n.2881004 del 08.10.2021 inerente l'affidamento della fornitura di sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiocirurgia, all'operatore economico STRYKER ITALIA SRL SU (P. IVA 06032681006) per l'importo complessivo pari ad € 45.660,96 oltre 22% iva;
2. di imputare la spesa complessiva di € 55.706,37 iva 22% inclusa, così suddivisa:
 - per l'importo di € 15.686,47 iva inclusa sul conto economico n. 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
 - per l'importo di € 40.019,90 iva inclusa sul conto economico n.5010107010 – DISPOSITIVI MEDICI – così suddiviso:
 - a) € 8.893,28 iva compresa, per l'anno 2022, pari a 8/12;
 - b) € 13.339,96 iva compresa, per l'anno 2023;
 - c) € 13.339,96 iva compresa, per l'anno 2024;
 - d) € 4.446,68 iva compresa, per l'anno 2025, pari a 4/12;
3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [8923978B9A];
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le attrezzature;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Cardiocirurgia, Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Farmacia.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere alla conferma della RDO n.2881004 del 08.10.2021 inerente l'affidamento della fornitura di sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiocirurgia, all'operatore economico STRYKER ITALIA SRL SU (P. IVA 06032681006) per l'importo complessivo pari ad € 45.660,96 oltre 22% iva;
2. imputare la spesa complessiva di € 55.706,37 iva 22% inclusa, così suddivisa:
 - per l'importo di € 15.686,47 iva inclusa sul conto economico n. 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
 - per l'importo di € 40.019,90 iva inclusa sul conto economico n.5010107010 – DISPOSITIVI MEDICI – così suddiviso:
 - a) € 8.893,28 iva compresa, per l'anno 2022, pari a 8/12;
 - b) € 13.339,96 iva compresa, per l'anno 2023;
 - c) € 13.339,96 iva compresa, per l'anno 2024;
 - d) € 4.446,68 iva compresa, per l'anno 2025, pari a 4/12;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [8923978B9A];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le attrezzature;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Cardiocirurgia, Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Farmacia.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



OGGETTO: Affidamento della fornitura sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiocirurgia - RDO n.2881004 del 08.10.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 08.02.2022

In data 08.02.2022, alle ore 09:30 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.834 del 24.11.2021-composta come segue:

- Dott. Rosario Gregorio, dirigente medico u.o.c. Cardiocirurgia – Presidente;
- Dott. Giuseppe Maddaloni, collaboratore professionale sanitario infermiere u.o.c. Cardiocirurgia– Componente;
- Dott. Giovanni Pinto, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfesione cardiovascolare u.o.c. Cardiocirurgia – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Premesso che

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (all. 1,2,3,4).
- ha partecipato alla procedura di gara i seguenti operatori economici:
 - ✓ Device & Tech;
 - ✓ Medifor s.r.l.;
 - ✓ Next medical;
 - ✓ Stryker Italia srl su;
 - ✓ Tecsud srl;
 - ✓ Zimmer Biomet Italia s.r.l.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti e verifica parzialmente la conformità delle offerte in merito al possesso di alcuni dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

La Commissione, quindi, sospende i lavori e decide di riunirsi a data da stabilire.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 12:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Rosario Gregorio

Dott. Giuseppe Maddaloni

Dott. Giovanni Pinto

Sig.ra Simona Gravina



OGGETTO: Affidamento della fornitura sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiochirurgia - RDO n.2881004 del 08.10.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 01.03.2022

In data 01.03.2022, alle ore 09:30 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.834 del 24.11.2021- composta come segue:

- Dott. Rosario Gregorio, dirigente medico u.o.c. Cardiochirurgia – Presidente;
- Dott. Giuseppe Maddaloni, collaboratore professionale sanitario infermiere u.o.c. Cardiochirurgia– Componente;
- Dott. Giovanni Pinto, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare u.o.c. Cardiochirurgia – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti (Device & Tech, Medifor s.r.l., Next medical, Stryker Italia srl su, Tecsud srl, Zimmer Biomet Italia s.r.l.) e verifica totalmente la conformità delle offerte in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

La Commissione, quindi, sospende i lavori e decide di riunirsi a data da stabilire.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 11:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Rosario Gregorio

Dott. Giuseppe Maddaloni

Dott. Giovanni Pinto

Sig.ra Simona Gravina



OGGETTO: Affidamento della fornitura sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiocirurgia - RDO n.2881004 del 08.10.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 10.03.2022

In data 10.03.2022, alle ore 11:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.834 del 24.11.2021-composta come segue:

- Dott. Rosario Gregorio, dirigente medico u.o.c. Cardiocirurgia – Presidente;
- Dott. Giuseppe Maddaloni, collaboratore professionale sanitario infermiere u.o.c. Cardiocirurgia– Componente;
- Dott. Giovanni Pinto, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare u.o.c. Cardiocirurgia – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione verificata la conformità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti (Device & Tech, Medifor s.r.l., Next medical, Stryker Italia srl su, Tecsud srl, Zimmer Biomet Italia s.r.l.) in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, procede all'attribuzione parziale dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara.

La Commissione, quindi, sospende i lavori e decide di riunirsi a data da stabilire.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 13:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Rosario Gregorio

Dott. Giuseppe Maddaloni

Dott. Giovanni Pinto

Sig.ra Simona Gravina

OGGETTO: Affidamento della fornitura sistemi motorizzati elettrici a batteria con assistenza triennale full risk e relativo materiale di consumo per le esigenze della u.o.c. Cardiochirurgia - RDO n.2881004 del 08.10.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.4 del 15.03.2022

In data 15.03.2022, alle ore 11:30 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.834 del 24.11.2021- composta come segue:

- Dott. Rosario Gregorio, dirigente medico u.o.c. Cardiochirurgia – Presidente;
- Dott. Giuseppe Maddaloni, collaboratore professionale sanitario infermiere u.o.c. Cardiochirurgia– Componente;
- Dott. Giovanni Pinto, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare u.o.c. Cardiochirurgia – Componente;
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.


Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti (Device & Tech, Medifor s.r.l., Next medical, Stryker Italia srl su, Tecsud srl, Zimmer Biomet Italia s.r.l.) e procede all'attribuzione dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara come allegato al presente verbale a formarne parte integrale e sostanziale. La Commissione termina i lavori di cui sopra da luogo all'apertura dell'offerta economica telematica e prende atto della graduatoria finale risultante dal portale MEPA. (all.1)

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, che provvederà alla trasmissione al RUP. La seduta viene chiusa alle 13:30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Rosario Gregorio



Dott. Giuseppe Maddaloni



Dott. Giovanni Pinto



Sig.ra Simona Gravina








TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	DEVICE & TECH	MEDIFOR S.R.L.	TECSUD SRL	STRYKER ITALIA SRL SU	NEXT MEDICAL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
<i>macro</i> -manipolo sega sagittale: livello di taglio regolabile, possibilità di regolazione del valore di oscillazione delle lame; possibilità di fissaggio lame senza utensili (discrezionale)	Max 10 punti	Nella documentazione tecnica non è riportato chiaramente la funzione relativa alla regolazione del taglio ma la sola variabilità della velocità	Il sistema proposto dispone solo di un' Ampiezza di oscillazione 3,1mm e non è regolabile mentre la gestione del montaggio/smontaggio delle lame non necessita di alcun utensile. Regolazione progressiva con la pressione del grilletto della velocità di oscillazione. Fissaggio a baionetta della lama.	Nella documentazione tecnica non è riportato chiaramente la funzione relativa alla regolazione del taglio ma la sola variabilità della velocità	Soddisfa tutti i requisiti richiesti	La sega sagittale dispone di un manipolo monogrilletto, a velocità variabile, multiuso, possibilità di selezionare solo 2 diverse velocità	Soddisfa tutti i requisiti richiesti
<i>macro</i> -manipoli sega sternale: livello di taglio regolabile, possibilità di regolazione del valore di oscillazione delle lame; possibilità di fissaggio lame senza utensili (discrezionale)	Max 10 punti	Il sistema dispone della possibilità di selezionare solo 2 diverse velocità (Standard-Fast), lavorando in due campi specifici nonostante disponga di interruttore a grilletto potenziometrico limita la gestione dell'operatore durante l'intervento	Il sistema proposto non dispone di alcuna regolazione livello del taglio ma dispone di regolazione progressiva con la pressione del grilletto della velocità di oscillazione. Fissaggio a baionetta della lama.	Il sistema proposto non dispone di alcuna regolazione livello del taglio ma dispone di regolazione progressiva con la pressione del grilletto della velocità di oscillazione.	Soddisfa tutti i requisiti richiesti	Il sistema dispone della possibilità di selezionare solo 2 diverse velocità lavorando in due campi specifici nonostante disponga di interruttore a grilletto potenziometrico limita la gestione continuata dell'operatore durante l'intervento	N. 2 <i>Macro</i> Manipoli a doppio grilletto X-Series in accoppiamento a N. 2 adattatori per sega reciproca ed alla protezione sternotomo. In particolare si propongono N. 2 diverse tipologie di protezione sternotomo: - Protezione sternotomo Standard: Lunghezza di taglio = 24mm - Protezione sternotomo Large: Lunghezza di taglio = 38mm
Ergonomia e maneggevolezza (discrezionale). Sarà valutata la capacità del sistema di adeguarsi facilmente alle diverse tipologie di interventi chirurgici sulla base dell'ampiezza	Max 10 punti	Il prodotto dispone di diverse modalità operative in linea con le esigenze degli utilizzatori	Il prodotto proposto dispone di diverse modalità operative in linea con le esigenze degli utilizzatori	Il prodotto proposto dispone di diverse modalità operative in linea con le esigenze degli utilizzatori	Il taglio è regolabile in 4 posizioni dispone di un'ampia scelta di tipologie di consumabili e il livello di maneggevolezza è in linea con le esigenze degli operatori	Il prodotto proposto dispone di diverse modalità operative in linea con le esigenze degli utilizzatori	Il prodotto proposto dispone di diverse modalità operative in linea con le esigenze degli utilizzatori


scelta del materiale di consumo.	Max 10 punti	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
Sistema di controllo surriscaldamento sia del motore che della batteria (discrezionale). Sarà valutata la specificità della soluzione offerta sulla base delle caratteristiche intrinseche riportate sulla scheda tecnica.	Max 10 punti	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
Caricabatterie modulare in grado di fornire informazioni specifiche sulla batteria tramite spie luminose ed una schermata informativa che riporti informazioni sulla capacità prestazionale della batteria e lo stato della batteria, incluse le indicazioni che la batteria è in fase di ricarica o condizionamento, che è pronta oppure che deve essere sostituita (discrezionale). Sarà valutata la specificità della soluzione offerta sulla base delle caratteristiche intrinseche riportate sulla scheda tecnica.	Max 10 punti	Punti 5	Punti 5	Punti 5	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
Il sistema motore non dispone di dispositivo di controllo della temperatura del manipolo o del rotore mentre è dotato di sistema di verifica della temperatura della batteria	Punti 5	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
La batteria dispone di Controllo elettronico e indipendente di impulsi di carica (costanti), durata della ricarica e temperatura (sospensione a temp >47°C), le batterie di ultima generazione hanno un sistema elettronico integrato che controlla il motore in caso di surriscaldamento	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
Il sistema motore non dispone di dispositivo di controllo della temperatura del manipolo o del rotore mentre è dotato di sistema di verifica della temperatura della batteria	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
Il sistema è dotato di Batteria sterilizzabile: è presente un sensore interno che se superata una certa temperatura di sicurezza, interviene disattivando la batteria per prevenirne l'esplosione. Manipolo motore: è presente un sistema di controllo che interviene in caso in cui il motore superi una certa temperatura non idonea al suo utilizzo.	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8
N. 1 Caricabatterie per batterie sterilizzabili esso consente di caricare fino a N. 6 batterie contemporaneamente. Ogni modulo del caricabatterie proposto presenta un indicatore luminoso che visualizza lo stato di carica e di funzionamento/vitale della batteria	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 10	Punti 8	Punti 8	Punti 8	Punti 8

<p>Nel caso in cui durante il periodo di garanzia il tempo di risoluzione del guasto eccede le 24h successive alla qualificazione del guasto, sarà messo a disposizione un'unità sostitutiva muletto (On/Off).</p>	<p>10 punti</p>	<p>Dispone di un adeguato parco muletti per le sostituzioni temporanee, al fine di dare sempre continuità lavorativa alla sala operatoria. L'intervento del tecnico è garantito nelle 24 ore ma non è garantita la risoluzione del guasto (requisito minimo richiesto)</p>	<p>Sostituzione con un sistema muletto in caso di risoluzione intervento oltre le 24 ore</p>	<p>Sostituzione con un sistema muletto in caso di risoluzione intervento oltre le 24 ore</p>	<p>Temi massimi di risoluzione del guasto: entro 24 ore dalla chiamata, nel caso gli interventi che, per causa di forza maggiore, non potessero essere ultimati entro 24 ore è prevista la fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva (muletto) con caratteristiche analoghe per tutto il tempo necessario alla riparazione ed al ripristino della perfetta funzionalità. Si conferma che il servizio di assistenza tecnica FULL RISK verrà erogato anche tramite l'ausilio del sistema esclusivo SORN di cui si dettaglia specifiche tecniche nel seguito (per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione tecnica). SORN consiste in un approccio proattivo alla manutenzione dei vostri impianti grazie al report periodico sull'utilizzo ottenuto tramite la tecnologia per il monitoraggio da remoto del tempo di utilizzo presente nelle batterie e caricabatterie universale fornito in dotazione.</p>	<p>Sostituzione con un sistema muletto in caso di risoluzione intervento oltre le 24 ore</p>	<p>Il personale tecnico di Zimmer Biomet Italia garantisce un intervento entro le N. 4 ore lavorative dal momento della chiamata dei Servizi competenti con tempi di ripristino garantiti entro le N. 8 ore lavorative consecutive mediante fornitura di back-up uguale</p>
<p>Garanzia oltre i 36. Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.</p>	<p>Max 10 punti</p>	<p>Punti 10 36 mesi Punti 0</p>	<p>Punti 10 44 mesi Punti 5</p>	<p>Punti 10 36 mesi Punti 0</p>	<p>Punti 10 52 mesi Punti 10</p>	<p>Punti 10 36 mesi Punti 0</p>	<p>Punti 10 60 mesi Punti 10</p>
<p>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</p>							
<p>Dott. Rosario Gregorio: </p>							
<p>Dott. Giuseppe Maddaloni: </p>							
<p>Dott. Giovanni Pinto: </p>							
<p>Sig.ra Simona Gravina: </p>							
<p>Punti 40 Punti 48 Punti 45 Punti 70 Punti 43 Punti 68</p>							



Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2881004
Descrizione RDO:	SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO A BATTERIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	08/10/2021 11:45
Termine ultimo presentazione offerte:	27/10/2021 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	15/10/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	15/11/2022 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni

Rg




	Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 N. 1 SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO A BATTERIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

CIG	8923978B9A
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	N. 1 SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO A BATTERIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	72000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MEDIFOR S.R.L.	Singola	07516631210	21/10/2021 12:11
2	NEXT MEDICAL	Singola	03279980134	11/10/2021 15:55
3	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Singola	09012850153	27/10/2021 00:26
4	DEVICE & TECH	Singola	07182001219	27/10/2021 11:10
5	STRYKER ITALIA SRL SU	Singola	06032681006	22/10/2021 16:48
6	TECSUD SRL	Singola	04526141215	26/10/2021 18:45

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	07/02/2022 10:17:55	07/02/2022 10:57:36

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a	Eventuale
--------------------	----------------------------------	------------------

	R.T.I. o Consorzi		documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDIFOR S.R.L.		nessuna		nessuna
NEXT MEDICAL		nessuna		nessuna
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.		nessuna		nessuna
DEVICE & TECH		nessuna		nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU		nessuna		nessuna
TECSUD SRL		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	art. 15 - Contenuto della Busta A	
	Valutazione	Note
MEDIFOR S.R.L.	Approvato	nessuna
NEXT MEDICAL	Approvato	nessuna
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna
DEVICE & TECH	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna
TECSUD SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	07/02/2022 11:08:23	15/03/2022 13:14:57

Concorrente	art. 16 - Contenuto della Busta B	
	Valutazione	Note
MEDIFOR S.R.L.	Approvato	nessuna
NEXT MEDICAL	Approvato	nessuna
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna
DEVICE & TECH	Approvato	nessuna

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna
TECSUD SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	15/03/2022 13:17:09	15/03/2022 13:18:17

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		art. 17 - Contenuto della Busta C	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDIFOR S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
NEXT MEDICAL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DEVICE & TECH	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TECSUD SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
STRYKER ITALIA SRL SU	45660,96000000	0,00	70,00	27,39	97,39
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	45000,00000000	0,00	68,00	27,79	95,79
TECSUD SRL	41692,00000000	0,00	45,00	30,00	75,00
MEDIFOR S.R.L.	65250,00000000	0,00	48,00	19,17	67,17
NEXT MEDICAL	56900,00000000	0,00	43,00	21,98	64,98

DEVICE & TECH	65834,00000000	0,00	40,00	19,00	59,00
------------------	----------------	------	-------	-------	-------

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Reg



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:**

FORNITURA DI SISTEMI MOTORIZZATI ELETTRICI A BATTERIA CON ASSISTENZA TRIENNALE FULL RISK E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOCHIRURGIA – AGGIUDICAZIONE CIG: [8923978B9A]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €15.686,47

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.893,28

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa mesi 8/12 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €13.339,96

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa mesi 12/12 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 4 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €13.339,96

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa mesi 12/12 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 5 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €4.446,68

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa mesi 4/12 fornitura triennale che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/03/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri