



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 15/04/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 da destinare alla UOC Pediatria dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta –Affidamento diretto alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 15/04/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anncchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 da destinare alla UOC Pediatria dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta – Affidamento diretto alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che :

- il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, con nota Prot. n. 35020 del 21/12/2021 (Allegato n. 1) ha rimesso alla UOC Provveditorato ed Economato la richiesta predisposta dal Direttore della UOC Pediatria, Prof. Felice Nunziata (nota Prot. n. 34781 del 16/12/2021 – Allegato n. 2) relativa all'acquisto di materiale monouso per apparecchi in dotazione alla propria UOC ;

-con la stessa nota il Direttore della UOC richiedente, ha indicato il fabbisogno e le specifiche tecniche del materiale in questione, come sotto riportato:

- n. 260 circuiti/Kit monouso (cod. 900PT561)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412);
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414);
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis L (cod. OJR416);
- n. 260 WIGGLE PADS2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112);

-al fine di salvaguardare il corretto svolgimento dell'istruttoria, in data 14/02/2022 il consulente aziendale di supporto al RUP ha dichiarato con glossa apposta alla nota prot. n. 34781 del 16/12/2021 (Allegato n. 2) che “ *questo tipo di apparecchiatura funziona soltanto con materiale dedicato, pertanto può essere richiesto soltanto al costruttore AIRVO*” (Allegato n. 3);

-la Farmacia Ospedaliera con nota Prot. n. 5197 del 15/02/2022 (Allegato n. 4) ha inoltre trasmesso la “dichiarazione di esclusiva materiale monouso per AIRVO2” della Ditta FISHER & PAYKEL HEALTHCARE e distribuito dalla SVAS BIOSANA S.p.A. quale unico rivenditore autorizzato alla distribuzione per la Regione Campania, presentata dal Prof. Felice Nunziata, validata dal Direttore del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Prof. Luigi Cobellis, oltreché dal Direttore della stessa Farmacia;

Deliberazione del Direttore Generale

Rilevato che:

-con nota Prot. n. 6555 del 25/02/2022 (Allegato n. 5) questa Direzione ha inoltrato - tramite posta certificata - invito a presentare offerta per la suindicata fornitura alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A - in data 01/03/2022 la Ditta interpellata ha prodotto a mezzo pec la propria offerta, come di seguito specificato (Allegato n. 6):

- n. 260 circuiti/Kit monouso (cod. 900PT561) – importo complessivo per n. 26 confezioni €. 17.160,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 10 kit) €. 660,00 Iva esclusa al 22% ;
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis L (cod. OJR416) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
- n. 260 WIGGLE PADS2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui:
 - n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110) – importo complessivo per n. 5 confezioni €. 900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 180,00 Iva esclusa al 22%,
 - n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112) – importo complessivo per n. 8 confezioni €. 1.440,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 180,00 Iva esclusa al 22%;

-all'offerta presentata dalla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A. è acclusa la "Dichiarazione di autorizzazione alla Distribuzione" rilasciata dalla FISHER & PAYKEL HEALTHCARE in favore di essa (Allegato n. 7);

Considerato che:

- il Direttore della UOC Pediatria – su richiesta di questa UOC (Allegato n. 8) – ha dichiarato che "il materiale offerto è conforme alla richiesta" (Allegato n. 9), tanto per la prescritta verifica di conformità;

Visti

- l'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 95 com 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la deliberazione del D.G. n. 172/2020 "Linee guida relative alle procedure per l'acquisizione di beni, prodotti durevoli e servizi in regime di infungibilità ed esclusività";

Esaminati tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;

Deliberazione del Direttore Generale

Ritenuto pertanto di affidare ex art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A. la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 in dotazione della UOC Pediatria secondo la configurazione descritta nella rispettiva offerta, e per l'importo complessivo di €. 40.200,00 Iva esclusa al 22% (Allegato n. 6);

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa, di:

I - DI AFFIDARE la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A. secondo la configurazione descritta nella rispettiva offerta; tanto per l'importo complessivo di € 40.200,00 Iva esclusa al 22%, come di seguito specificata:

- n. 260 circuiti/Kit monouso (cod. 900PT561) – importo complessivo per n. 26 confezioni €. 17.160,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 10 kit) €. 660,00 Iva esclusa al 22% ;
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis L (cod. OJR416) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
- n. 260 WIGGLE PADS2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui:
 - n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110) – importo complessivo per n. 5 confezioni €. 900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 180,00 Iva esclusa al 22%,
 - n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112) – importo complessivo per n. 8 confezioni €. 1.440,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 180,00 Iva esclusa al 22% ;

II – DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 49.044,00 Iva inclusa al 22% sul conto economico 5010107010 "Dispositivi medici" relativo al bilancio 2022;

III – DI INSERIRE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

IV - DI PREVEDERE, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo riattivato la fornitura in questione;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

V – DI NOMINARE Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della UOC Pediatria, Prof. Felice Nunziata o suo delegato;

VI - DI TRASMETTERE copia del medesimo provvedimento, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed ai Direttori delle UU.OO.CC GEF, Farmacia Ospedaliera e Pediatria.

L'estensore
Angela Fava

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato Dr.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico e del Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara sotti riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico _____

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto:

I - DI AFFIDARE la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A. secondo la configurazione descritta nella rispettiva offerta; tanto per l'importo complessivo di € 40.200,00 Iva esclusa al 22%, come di seguito specificata:

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- n. 260 circuiti/Kit monouso (cod. 900PT561) – importo complessivo per n. 26 confezioni €. 17.160,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 10 kit) €. 660,00 Iva esclusa al 22% ;
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis L (cod. OJR416) - importo complessivo per n. 5 confezioni €. 6.900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 1.380,00 Iva esclusa al 22%,
 - n. 260 WIGGLE PADS2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui:
 - n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110) – importo complessivo per n. 5 confezioni €. 900,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 180,00 Iva esclusa al 22%,
 - n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112) – importo complessivo per n. 8 confezioni €. 1.440,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto a confezione (costituita da n. 20 pezzi) €. 180,00 Iva esclusa al 22% ;
- II – DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 49.044,00 Iva inclusa al 22% sul conto economico 5010107010 “Dispositivi medici” relativo al bilancio 2022;
- III – DI INSERIRE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- IV - DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. spa (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo riattivato la fornitura in questione;
- V – DI NOMINARE** Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore della UOC Pediatria, Prof. Felice Nunziata o suo delegato;
- VI - DI TRASMETTERE** copia del medesimo provvedimento, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale ed ai Direttori delle UU.OO.CC GEF, Farmacia Ospedaliera e Pediatria.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

U.O.C. Farmacia

Caserta, 21/12/2021

Al Direttore U.O.C.
Provveditorato ed Economato

Oggetto: Richiesta urgente circuiti a sonde per apparecchi AIRVO 2.

Si trasmette, in allegato, la richiesta urgente del Direttore della U.O.C. Pediatria relativa all'acquisizione di circuiti a sonde per apparecchi AIRVO 2.

Tanto al fine di consentire a codesta U.O.C. la predisposizione di un provvedimento amministrativo che consenta alla U.O.C. Farmacia di procedere all'acquisto.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Direttore U.O.C. Farmacia
Dott.ssa Anna Dello Stritto



A. O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" di Caserta
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino

Unità Operativa di Pediatria

Direttore: Prof. Felice Nunziata

Tel. 0823- 232233

- Alla Direzione Sanitaria
- AI DIRETTORE
UOC Provveditorato ed Economato
- AL DIRETTORE
UOC Farmacia

OGGETTO: richiesta urgente circuiti e sonde per apparecchi AIRVO 2

Considerato il notevole aumento del numero dei ricoveri per la nota epidemia respiratoria d VRS, che colpisce soprattutto i lattanti e che comporta l'utilizzo continuo delle apparecchiature per O2 terapia ad alti flussi;

considerato, inoltre,

- che sono stati trasferiti dall'UOC di Medicina d'Urgenza all'UOC di Pediatria n. 2 apparecchi per alti flussi AIRVO 2, inv. n. T006783 (AORN 002662) e n. T006567 (AORN 002618)
 - che già è stata effettuata da parte dell'UOC Provveditorato consultazione preliminare di mercato, a seguito di richiesta avanzata dall'UOC di Pneumologia, dotata anch'essa delle stesse apparecchiature;
 - che il materiale dedicato risulta infungibile;
- si richiede l'approvvigionamento urgente di:
- n. 260 circuiti/KIT monouso (cod. 900PT561)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414)
 - n. 3 confezioni cannule Optiflow junior mis. L (cod. OJR416)
 - n. 260 wiggle pads 2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112)

Confidando in un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Caserta, 16.12.2021

Il Direttore UOC di Pediatria

AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA
Direttore U.O.C. Pediatria
Prof. Felice Nunziata
AV 3426



A. O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" di Caserta
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino

Unità Operativa di Pediatria

Direttore: Prof. Felice Nunziata

Tel. 0823- 232233

- Alla Direzione Sanitaria
- AI DIRETTORE
UOC Provveditorato ed Economato
- AL DIRETTORE
UOC Farmacia

OGGETTO: richiesta urgente circuiti e sonde per apparecchi AIRVO 2

Considerato il notevole aumento del numero dei ricoveri per la nota epidemia respiratoria d VRS, che colpisce soprattutto i lattanti e che comporta l'utilizzo continuo delle apparecchiature per O2 terapia ad alti flussi;

considerato, inoltre,

- che sono stati trasferiti dall'UOC di Medicina d'Urgenza all'UOC di Pediatria n. 2 apparecchi per alti flussi AIRVO 2, inv. n. T006783 (AORN 002662) e n. T006567 (AORN 002618)
 - che già è stata effettuata da parte dell'UOC Provveditorato consultazione preliminare di mercato, a seguito di richiesta avanzata dall'UOC di Pneumologia, dotata anch'essa delle stesse apparecchiature;
 - che il materiale dedicato risulta infungibile;
- si richiede l'approvvigionamento urgente di:
- n. 260 circuiti/KIT monouso (cod. 900PT561)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow juonior mis. S (cod. OJR412)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow juonior mis. M (cod. OJR414)
 - n. 3 confezioni cannule Optiflow juonior mis. L (cod. OJR416)
 - n. 260 wiggle pads 2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112)

Confidando in un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Caserta, 16.12.2021

Il Direttore UOC di Pediatria

Prof. Felice Nunziata
AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA
Direttore U.O.C. Pediatria
Prof. Felice Nunziata
AV 3426

Allegato 3



A. O. R. N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" di Caserta
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino

Unità Operativa di Pediatria

Direttore: Prof. Felice Nunziata

Tel. 0823- 232233

*Questa poligra-
fia è per il
softwarista con
materiale
per il
softwarista
14/02/2022
costituito
di
G. L. L.*

AIRVO

- Alla Direzione Sanitaria
- AI DIRETTORE
UOC Provveditorato ed Economato
- AL DIRETTORE
UOC Farmacia

OGGETTO: richiesta urgente circuiti e sonde per apparecchi AIRVO 2

Considerato il notevole aumento del numero dei ricoveri per la nota epidemia respiratoria di VRS, che colpisce soprattutto i lattanti e che comporta l'utilizzo continuo delle apparecchiature per O2 terapia ad alti flussi;

considerato, inoltre,

- che sono stati trasferiti dall'UOC di Medicina d'Urgenza all'UOC di Pediatria n. 2 apparecchi per alti flussi AIRVO 2, inv. n. T006783 (AORN 002662) e n. T006567 (AORN 002618)
 - che già è stata effettuata da parte dell'UOC Provveditorato consultazione preliminare di mercato, a seguito di richiesta avanzata dall'UOC di Pneumologia, dotata anch'essa delle stesse apparecchiature;
 - che il materiale dedicato risulta infungibile;
- si richiede l'approvvigionamento urgente di:
- n. 260 circuiti/KIT monouso (cod. 900PT561)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414)
 - n. 3 confezioni cannule Optiflow junior mis. L (cod. OJR416)
 - n. 260 wiggles pads 2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112)

Confidando in un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Caserta, 16.12.2021

Il Direttore UOC di Pediatria

PROF. FELICE NUNZIATA SEBASTIANO
CASERTA
Direttore U.O.C. Pediatria
Prof. Felice Nunziata
AV 3426



Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino

Allegato 4

Unità Operativa Complessa di Pediatria

Direttore: Prof. Felice Nunziata

335/5873055 0823/232233

Al Responsabile/Direttore dell'U.O./Servizio
Provveditorato ed Economato

Oggetto: Acquisizione in regime di infungibilità di circuiti e sonde per apparecchi AIRVO 2

Visti

- l'art. 63 co 2 lett. b del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
- il documento denominato "Linee guida per l'acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art. 63 del Codice Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016)" approvato con Deliberazione n. del

Rilevato che il suddetto documento

- definisce all'art. 3 i criteri da adottare al fine di individuare i beni ed i servizi da ritenersi infungibili con altri beni e servizi presenti sul mercato;
- individua, all'art. 4, le modalità secondo le quali deve essere acquisita, al fine di dare avvio alla procedura di acquisizione, la "Dichiarazione di infungibilità" dei beni e servizi oggetto di interesse;

Ciò premesso e considerato,

Il sottoscritto prof. Felice Nunziata, in qualità di Direttore UOC di Pediatria, chiede l'acquisto dei seguenti beni o servizi per i quali si presume ricorrano le condizioni di infungibilità di cui all'art. 3 punto 4 delle "Linee guida per l'acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art. 63 del Codice Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016)", per l'anno 2022/2023:

- n. 260 circuiti/KIT monouso (cod. 900PT561)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. L (cod. OJR416)
- N. 260 WIGGLE PADS 2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112)

commercializzati dalla ditta: SVAS BIOSANA S.p.a via Trentola, SOMMA VESUVIANA (NA),

ed a tale proposito, sotto la propria responsabilità, dichiara che il prodotto/servizio in oggetto risulta essere allo stato attuale unico ed infungibile per le seguenti motivazioni:


- Non risulta possibile l'utilizzo di prodotti pienamente compatibili (come definito dalle direttive europee di regolamentazione dei dispositivi medici) con le apparecchiature in dotazione;
- L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato rappresenta un rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti;
- L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato non garantisce una sufficiente qualità del risultato dal punto di vista diagnostico/terapeutico
- L'utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato comporta costi aggiuntivi sproporzionati relativamente ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Allega a dimostrazione di quanto affermato la seguente documentazione:

- Dichiarazione di esclusiva materiale AIRVO 2

Caserta, 15/02/2022

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
-CASERTA-
DIPARTIMENTO
della Salute della Donna e del Bambino
Dirett. Prof. Luigi Cobellis




Firma del Direttore dichiarante

AORN " SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO "
CASERTA
Direttore U.O.C. Pediatria
Prof. Felice Nunziata
AV 3426



A.O.R.N.
Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
Direttore U.O.C. Farmacia
dr.ssa Anna Dello Stritto



10, Avenue du Québec - Bât F5
Silic 512 - Villebon s/Yvette
91946 Courtabœuf Cedex, France

Cortaboeuf, Marzo 2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA MATERIALE MONOUSO PER AIRVO2

Con la presente dichiariamo che il Sistema per Alti Flussi Nasali Fisher & Paykel Airvo2™ Cod. PT101EW - Umidificatore con Generatore di flusso integrato- presenta caratteristiche tecniche esclusive coperte da brevetto industriale.

Il Sistema è composto da:


Un generatore di flusso da 2 a 60 litri minuto con regolazione variabile e costante della FIO2 con un umidificatore integrato di ultima generazione dotato di sensore di flusso capace di riscaldare e umidificare gas di respirazione in modo automatico, mantenendo l'idratazione della mucosa e prevenendo i disagi per i pazienti.

Il Sistema "Airvo2" è dotato di un Kit disinfezione riutilizzabile per la sterilizzazione e sanificazione a caldo dell'apparecchio, di un sensore ossigeno ad ultrasuoni integrato nell'apparecchio (non prevede sostituzione di celle per ossigeno o sensori).

I Kit monouso dedicati per l'utilizzo dell'Airvo2 hanno integrato un sensore di temperatura rendendo non necessari cavi elettrici e sonde esterni.

L'assenza di cavi e sonde collegate all'apparecchio facilita l'assemblaggio e la gestione e riduce i costi di manutenzione dovuti ai guasti e alle sostituzioni dei cavi e sonde esterne di temperatura collegate all'apparecchio.

Il Sistema per Alti Flussi "Airvo2" codice utilizza, come specificato nel manuale d'uso, materiale **monouso dedicato ed infungibile** in quanto progettato prodotto e testato assieme agli apparecchi così da realizzare un unico Sistema per Alti Flussi Nasali di cui Fisher & Paykel Healthcare garantisce le prestazioni e la sicurezza d'uso sia per gli utilizzatori che per i pazienti.



A. O.R.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" di Caserta
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino

Unità Operativa di Pediatria

Direttore: Prof. Felice Nunziata

Tel. 0823- 232233

- Alla Direzione Sanitaria
- Al DIRETTORE
UOC Provveditorato ed Economato
- AL DIRETTORE
UOC Farmacia

OGGETTO: richiesta urgente circuiti e sonde per apparecchi AIRVO 2

Considerato il notevole aumento del numero dei ricoveri per la nota epidemia respiratoria d VRS, che colpisce soprattutto i lattanti e che comporta l'utilizzo continuo delle apparecchiature per O2 terapia ad alti flussi;

considerato, inoltre,

- che sono stati trasferiti dall'UOC di Medicina d'Urgenza all'UOC di Pediatria n. 2 apparecchi per alti flussi AIRVO 2, inv. n. T006783 (AORN 002662) e n. T006567 (AORN 002618)
 - che già è stata effettuata da parte dell'UOC Provveditorato consultazione preliminare di mercato, a seguito di richiesta avanzata dall'UOC di Pneumologia, dotata anch'essa delle stesse apparecchiature;
 - che il materiale dedicato risulta infungibile;
- si richiede l'approvvigionamento urgente di:
- n. 260 circuiti/KIT monouso (cod. 900PT561)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412)
 - n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414)
 - n. 3 confezioni cannule Optiflow junior mis. L (cod. OJR416)
 - n. 260 wiggle pads 2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112)

Confidando in un urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Caserta, 16.12.2021

Il Direttore UOC di Pediatria

AORN FELICE NUNZIATA SEBASTIANO
CASERTA
Direttore U.O.C. Pediatria
Prof. Felice Nunziata
AV 3426



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Spett.le Ditta SVAS BIOSANA S.p.A.
 gare.svas@pec.it

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 per le esigenze della UOC Pediatria.

Si invita Codesta Spett.le Ditta a voler formulare e a far pervenire con la massima urgenza all'indirizzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it scheda tecnica e offerta economica comprensiva di prezzo di listino del produttore, percentuale di sconto applicata e prezzo finale offerto per la fornitura di materiale di consumo per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO 2 di seguito indicata:

- n. 260 circuiti/Kit monouso (cod. 900PT561)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. S (cod. OJR412)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis. M (cod. OJR414)
- n. 5 confezioni cannule Optiflow junior mis L (cod. OJR416)
- n. 260 WIGGLE PADS2, ricambi adesivi per fissaggio cannula nasale, di cui n. 5 confezioni Mis. XS/S (cod. WJR110), n. 8 confezioni mis. M/L (cod. WJR112).

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0006555/U Data: 25/02/2022 10:39
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



Si prega trasmettere eventuale dichiarazione di esclusività dei prodotti e della loro distribuzione e dichiarazione di infungibilità.

Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

Luogo di consegna:

U.O.C. Farmacia AORN "S. ANNA E S. SEBASTIANO" via G. La Pira, Caserta.

Nella bolla di consegna, debitamente datata e numerata, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere indicato il numero del buono d'ordine, oltre alla descrizione del prodotto, la quantità, ecc. La ditta effettuerà le consegne a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura.

Cessione dei crediti, cessione del contratto e subappalto

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alle disposizioni di cui all'art.106 del D.lgs. n.50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla stazione appaltante. Le stesse diventano efficaci ed opponibili alla stazione appaltante decorsi 45 giorni dalla notifica qualora non vengano rifiutate con apposita comunicazione.

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. Non è ammesso il subappalto.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

Fatturazione:

Si comunica che a far data dal 31 Marzo 2015 l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta accetterà le fatture solo nel formato elettronico secondo l'allegato A del DM n.55/2013 e s.m.e.i. Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Ospedaliera devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

| | |
|----------------------------------|---|
| Denominazione Ente: | Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta |
| Codice IPA: | aosa_061 |
| Codice Univoco Ufficio: | 551B2G |
| Nome dell'Ufficio: | FATTURAZIONE |
| Cod. fisc. del Servizio di F.E.: | 02201130610 |
| Partita Iva : | 02201130610 |

Pagamento:

il pagamento avverrà nei 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte del Servizio Economico-Finanziario dell'AORN, dopo l'acquisizione del visto di regolare esecuzione del Responsabile della UO di destinazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3) della legge 136 del 2010 e s.m.i. il fornitore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto, per non incorrere nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3) comma 9 bis della suddetta legge, deve comunicare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000 - gli estremi del c/c postale o bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto, allegando fotocopia dei documenti di riconoscimento.

Il fornitore prende atto che il mancato utilizzo del conto corrente postale o bancario, ovvero degli altri strumenti che assicurino la tracciabilità dei movimenti finanziari, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3), comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'impresa affidataria accetta, inoltre, tutte le clausole di cui al "Protocollo di Legalità" di cui la medesima società ha preso visione ed ha scaricato sul sito www.ospedale.caserta.it ad eccezione delle previsioni di cui all'art.2 co.2 punti h) e i) e di quelle di cui all'art.7 co.1 e all'art.8 co.1 clausola 7) e 8). (vedi delibere AORN n.6 del 31.01.14 e n.357 del 21.11.14)

Controversie

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione della fornitura, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Norme comuni

Per quanto non previsto espressamente dalla presente, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Si precisa che con la presente lettera questa Azienda non assume alcun impegno contrattuale e, di conseguenza, può procedere alla revoca della medesima in qualsiasi momento senza ulteriore comunicazione.

*Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco*



SVAS BIOSANA

PREVENTIVO N. 2022/0452

(da indicare sull'ordine)

AG/AP

SPETT.LE AORN

"CASERTA"

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

provveditorato@ospedalecasertapec.it

OGGETTO: In riferimento alla Vs. richiesta Prot.n.0006555/U del 25/02/2022, con la presente ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta economica per quanto segue:

| Voce | Quantità | Descrizione Materiale | Prezzo Netto a Voi riservato in Euro | I.v.A. |
|------|----------|------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | VEDI SCHEMA OFFERTA ALLEGATA | | |

CONDIZIONI DI FORNITURA:

I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA, A VS. CARICO.

RESA: Franco Destino;

PAGAMENTO: COME PER LEGGE;

CONSEGNA: 7(sette)gg. Data ricezione ordine;

ALLEGATO: Schede Tecniche/Deplianti Illustrativi; Dichiarazione di Esclusività e Infugibilità;

VALIDITA': 60(sessanta) gg.;

Somma Ves.na (NA), li 01/03/2022

DISTINTI SALUTI

SVAS BIOSANA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Gabriele Perillo

SVAS BIOSANA S.p.A.
Registro Imprese di Napoli
n. REA 393065
C. F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale
Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (Na)
Italia

Corrispondenza
Casella Postale n. 91
80049
Somma Vesuviana (Na)
Italia

Direzione ed Uffici
Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (Na)
Italia

Contatti
Tel: +39 081 8995411 pbx
Fax +39 081 8993922
www.svas.it
svas.biosana@svas.it

Fisher & Paykel

HEALTHCARE

10, Avenue du Québec - Bât F5
Silic 512 - Villebon s/Yvette
91946 Courtabœuf Cedex, France

Courtaboef, Aprile 2021

Oggetto: Dichiarazione di autorizzazione alla Distribuzione

In relazione all'oggetto si dichiara che:

Fisher & Paykel Healthcare SAS per la regione Campania si avvale dell'organizzazione della Ditta SVAS BIOSANA S.p.A. con sede legale in Via Trentola, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) tel. 081/8995411 – Fax 081/8993922, **quale rivenditore autorizzato** per le forniture dei prodotti della Divisione Ospedaliera.

Pertanto ogni richiesta di informazioni, dimostrazioni, supporto pre e post vendita, offerte economiche deve essere richiesto alla Ditta SVAS BIOSANA.

Fisher&Paykel Healthcare SAS

Fisher & Paykel
HEALTHCARE
SAS au capital de 228 750 €
RCS EVRY B 417 626 587
10, Av. du Québec - Bât. F5
SILIC 512 Villebon
91946 COURTABŒUF CEDEX
Tél. 01 84 46 52 01 - Fax 01 84 46 52 02

Ing. Luciano Simili



S.A.S. au capital de 228 750 €
RCS EVRY B417 626 587
TVA : FR 31417 626 587
APE : 514 N


Oggetto **valutazione tecnica materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario <pediatria@ospedale.caserta.it>
Cc <accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>
Data 01.03.2022 12:16



-
- offerta svas biosana.pdf(~6,1 MB)

Si trasmette in allegato la Scheda Tecnica della Ditta Svas Biosana per la valutazione di conformità tecnica per il prosieguo di competenze.

UOC Provveditorato ed Economato



Allegato 9

Indietro Nuovo mess... Rispondi Rispondi a Inoltri Elimina Sposta Stampa Archivio Contrassegna Azioni

| | |
|-----------------|----|
| Posta in arrivo | 13 |
| Bozze | |
| Inviata | 10 |
| Spam | |
| Cestino | |
| Archivio | |

Fwd: valutazione tecnica materiale monouso per l'umidificatore con generatore i...

Messaggio 4 di 71

Mittente accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it
 Destinatario pediatria@ospedale.caserta.it
 Data Mar 13:08

offerta svas bios... (~6,1 MB)

Oggetto: valutazione tecnica materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato
 Si trasmette in allegato la Scheda Tecnica della Ditta Svas Biosana per la valutazione di conformità tecnica per il prosieguo di competenze.
 UOC Farmacia

AORN "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
 CASERTA
 Direttore U.O.C. Pediatria
 Prof. Felice Nunziata
 AV 3425

*5. attestato che il materiale
 è conforme
 alle referenze.*



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di materiale monouso per l'umidificatore con generatore integrato AIRVO2 da destinare alla UOC Pediatria dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta –Affidamento diretto alla Ditta SVAS BIOSANA S.p.A.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €49.044,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/04/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri