



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 358 del 28/04/2022

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: FORNITURA DI N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO CON N.18 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. T.I.N. (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) E T.N.E. (TRASPORTO NEONATALE D'EMERGENZA) - AGGIUDICAZIONE CIG: [9079304EAB]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/04/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: FORNITURA DI N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO CON N.18 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. T.I.N. (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) E T.N.E. (TRASPORTO NEONATALE D'EMERGENZA) - AGGIUDICAZIONE CIG: [9079304EAB]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con nota prot. 31540/i del 11/11/2021, il Direttore U.O.C. TIN (Terapia Intensiva Neonatale) e TNE (Trasporto Neonatale D'emergenza) ha richiesto l'approvvigionamento di n. 18 monitor e n. 1 centrale di monitoraggio;
- con annotazione posta a margine della suddetta nota, il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole all'approvvigionamento in parola;

Considerato che

- per la fornitura in questione quest'Azienda, ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 2021, può procedere autonomamente e non è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte della società regionale So.Re.Sa.;
- all'interno del portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta attiva, al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente la tipologia di beni da acquisire;
- al fine di provvedere in merito, l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO n. 2947948 del 25.01.2022 per l'affidamento di n. 1 centrale di monitoraggio con n. 18 monitor parametri vitali posto letto per le esigenze del reparto T.I.N. (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) E T.N.E. (TRASPORTO NEONATALE D'EMERGENZA) per un importo complessivo a base di gara pari a € 210.000,00 oltre IVA (CIG: 9079304EAB);
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA Consip al Bando/Categoria "BENI - Forniture specifiche per la Sanità", così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 14.02.2022, alle ore 12:00, sono scaduti i termini e risultano pervenute n.2 offerte da parte degli operatori economici AEC MEDICA SRL e BURKE & BURKE;
- con deliberazione del Direttore Generale n.185 del 10.03.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte tecniche pervenute;

Preso atto che

- con verbale n.1 (all.1) in seduta riservata, del 30.03.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici AEC MEDICA SRL e BURKE & BURKE alle caratteristiche tecniche minime previste dalla documentazione di gara;

Deliberazione del Direttore Generale

- con medesimo verbale, la Commissione giudicatrice ha attestato il possesso dei requisiti minimi di cui all'offerta della società BURKE & BURKE, mentre ha deciso di richiedere chiarimenti alla società AEC MEDICA SRL relativamente ad alcuni parametri minimi;
- con verbale n.2 (all.2) in seduta riservata, del 19.04.2022, la commissione giudicatrice ha preso atto delle risposte ai chiarimenti richiesti alla società AEC MEDICA SRL ed ha rilevato la non conformità dell'offerta della predetta società al requisito minimo: "monitor mono e/o multimodulare, TFT o LED, dotati di monitor multiparametrici estraibili e intercambiabili tra i monitor della T.I." – display ≥ 19 ", in quanto ha proposto un monitor con display da 18,5";
- con medesimo verbale la commissione giudicatrice, per quanto sopra riportato, ha escluso la società AEC MEDICA SRL dalle fasi successive di gara ed ha proceduto, per la società BURKE & BURKE alla valutazione dei punteggi qualitativi e successivamente ad aprire la busta telematica economica;
- dalle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, la graduatoria di merito della **RDO n.2947948 del 25.01.2022** che ne deriva è stata riportata in apposita tabella di seguito specificata:

Tabella 1

| Concorrente | Valore complessivo dell'offerta | Punteggio tecnico riparametrato | Punteggio economico | Punteggio complessivo |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| AEC MEDICA SRL | Concorrente escluso | | | |
| BURKE & BURKE | € 148.840,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |

Visto

il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii;

Ritenuto

di procedere alla conferma della RDO n.2947948 del 25.01.2022 inerente la fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio con n. 18 monitor parametri vitali posto letto per le esigenze del reparto T.I.N. (terapia intensiva neonatale) e T.N.E. (trasporto neonatale d'emergenza) all'operatore economico BURKE & BURKE (P.IVA 01059590107) per l'importo complessivo pari ad € 148.840,00 oltre iva;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere alla conferma della RDO n. 2947948 del 25.01.2022 inerente l'affidamento della fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio con n. 18 monitor parametri vitali posto letto per le esigenze del reparto T.I.N. (terapia intensiva neonatale) e T.N.E. (trasporto neonatale d'emergenza) all'operatore economico BURKE & BURKE (P. IVA 01059590107) per l'importo complessivo pari ad € 148.840,00 oltre iva;
2. di imputare la spesa complessiva di € 181.584,80 iva 22% inclusa, sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [9079304EAB];
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le attrezzature;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. T.I.N. e T.N.E., Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere alla conferma della RDO n. 2947948 del 25.01.2022 inerente l'affidamento della fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio con n. 18 monitor parametri vitali posto letto per le esigenze del reparto T.I.N. (terapia intensiva neonatale) e T.N.E. (trasporto neonatale d'emergenza) all'operatore economico BURKE & BURKE (P. IVA 01059590107) per l'importo complessivo pari ad € 148.840,00 oltre iva;
2. imputare la spesa complessiva di € 181.584,80 iva 22% inclusa, sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [9079304EAB];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le attrezzature;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. T.I.N. e T.N.E., Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.




REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
U.O. di Neonatologia con Terapia Intensiva Neonatale
e Trasporto Neonatale di Emergenza
Assistenza Neonatale
Responsabile ff. Dr. Italo Bernardo

**Alla Direzione Sanitaria
Dott.ssa Annichiarico
Alla Tecnologia Ospedaliera
Ing. Romallo**

**Oggetto : sostituzione monitor multiparametrici fuori uso ed
installazione centrale di monitoraggio parametri.**

A seguito comunicazione casa madre n° prot. 026/2021 si apprende
che i monitor multi parametrici Datascope Spectrum non risultano
più riparabili , in quanto obsoleti.
Si richiedono la sostituzione di n° 18 monitor (uno per ogni
postazione) e di una centrale di monitoraggio .

Caserta 11/11/2021

18.11.2021
Alle C.A. Ing. Romallo
e aut. UOC
Il Direttore Sanitario
dott.ssa Angela ANNECCHIARICO

Firma

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.1 centrale di monitoraggio con n.18 monitor parametri vitali posto letto per le esigenze della u.o.c. T.I.N. (Terapia Intensiva Neonatale) e T.N.E. (Trasporto Neonatale d'emergenza) - RDO n.2947948 del 25.01.2022

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 30.03.2022

In data 30.03.2022, alle ore 09:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.185 del 10.03.2022- composta come segue:

- Dott.ssa Antonella Ansalone, Dirigente medico u.o.c. T.I.N. e T.N.E. – Presidente;
- Dott. Francesco Crispino, Dirigente medico u.o.c. T.I.N. e T.N.E. – Componente;
- Dott.ssa Daniela Brescia, Dirigente medico u.o.c. T.I.N. e T.N.E. - componente
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Premesso che

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (all. 1,2,3,4).
- hanno partecipato alla procedura di gara i seguenti operatori economici:
 - ✓ AEC MEDICA SRL;
 - ✓ BURKE & BURKE.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche telematiche pervenute dagli operatori economici concorrenti, AEC MEDICA SRL e BURKE & BURKE e procede alla verifica delle offerte in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.


Successivamente, la Commissione attesta il possesso dei requisiti minimi di cui all'offerta presentata dalla società BURKE & BURKE, mentre decide di richiedere chiarimenti alla società AEC MEDICA SRL relativamente ai requisiti minimi di seguito indicati:

- "lettore masterizzatore cd rom/dvd", in quanto il suddetto parametro non risulta esplicitato alla pag. 2 della scheda tecnica CMS II, così come dichiarato dalla società AEC MEDICA SRL;
- "il software applicativo deve essere in lingua italiana", in quanto il suddetto parametro non risulta esplicitato alla pag. 1 della scheda tecnica CMS II, così come dichiarato dalla società AEC MEDICA SRL;
- "per ogni singolo monitor p.v. deve essere fornito in modalità di somministrazione il seguente fabbisogno...", in quanto la dicitura offerta "Ped/Neo" non risulta esplicitativa.


La Commissione sospende i lavori e resta in attesa del riscontro ai chiarimenti richiesti.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 11:00 circa.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Antonella Ansalone




Dott. Francesco Crispino



Dott.ssa Daniela Brescia



Sig.ra Simona Gravina



OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.1 centrale di monitoraggio con n.18 monitor parametri vitali posto letto per le esigenze della u.o.c. T.I.N. (Terapia Intensiva Neonatale) e T.N.E. (Trasporto Neonatale d'emergenza) - RDO n.2947948 del 25.01.2022

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 19.04.2022

In data 19.04.2022, alle ore 09:05 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti, nominata giusta deliberazione n.185 del 10.03.2022- composta come segue:

- Dott.ssa Antonella Ansalone, Dirigente medico u.o.c. T.I.N. e T.N.E. – Presidente;
- Dott. Francesco Crispino, Dirigente medico u.o.c. T.I.N. e T.N.E. – Componente;
- Dott.ssa Daniela Brescia, Dirigente medico u.o.c. T.I.N. e T.N.E. - componente
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione prende atto del riscontro (all.1) ai chiarimenti richiesti alla società AEC MEDICA SRL relativamente ai requisiti minimi di seguito indicati:

- "lettore masterizzatore cd rom/dvd";
- "il software applicativo deve essere in lingua italiana";
- "per ogni singolo monitor p.v. deve essere fornito in modalità di somministrazione il seguente fabbisogno...".


Successivamente la Commissione procede alla valutazione del possesso dei requisiti minimi di cui all'offerta della società AEC MEDICA SRL e rileva la non conformità al requisito minimo: "monitor mono e/o multimodulare, TFT o LED, dotati di monitor multiparametrici estraibili e intercambiabili tra i monitor della T.I." – display ≥ 19 ", in quanto propone un monitor con display da 18,5".

Per quanto innanzi riportato la Commissione esclude la società AEC MEDICA SRL dalle fasi successive di gara e, procede, per la società BURKE & BURKE, all'attribuzione dei punteggi qualitativi come da griglia predisposta nella documentazione di gara, come allegato al presente verbale a formarne parte integrale e sostanziale. La Commissione termina i lavori di cui sopra da luogo all'apertura dell'offerta economica telematica e prende atto della graduatoria finale risultante dal portale MEPA, (all.2).

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante, che provvederà alla trasmissione al RUP. La seduta viene chiusa alle 10:15 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Antonella Ansalone



Dott. Francesco Crispino



Dott.ssa Daniela Brescia



Sig.ra Simona Gravina




TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

| PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE CENTRALE DI MONITORAGGIO | Modalità di assegnazione del punteggio | PUNTI | BURKE & BURKE |
|---|---|--------------|--|
| dimensione display a partire dai 22" : | tabellare per ogni " > di 22" sarà attribuito 1 punto | Max punti 10 | Il prodotto offerto Biovision presenta un doppio monitor da 32" Punti 10 |
| dotazione sistema per l'archiviazione di tutti i dati e tracciati provenienti dalle centrali di monitoraggio di tutti i pazienti con capacità di store > 72h. | Si/No | punti 5 | punti 5 |
| PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE MONITOR POSTO LETTO | | | |
| dimensione display a partire dai 19" | Tabellare per ogni " > di 19 sarà attribuito 1 punto | Max Punti 3 | Il prodotto offerto presenta un monitor da 22" punti 3 |
| Possibilità di richiamo dati bed to bed. La funzione "bed to bed" interattiva con richiamo delle forme d'onda contemporanee di un monitor remoto a scelta. | (SI/NO) | Punti 7 | punti 7 |
| Sistema modulare dotato di moduli mono/multiparametrico estraibili ed intercambiabili tra tutti i monitor. | (SI/NO) | Punti 10 | punti 10 |
| Software per la rilevazione stato sepsi del paziente | (SI/NO) | Punti 5 | punti 5 |
| monitor dotato di software per calcoli ossigenatori e ventilatori | (SI/NO) | Punti 5 | punti 5 |
| monitor dotato di software per calcoli emodinamici | (SI/NO) | Punti 5 | punti 5 |
| Autonomia della batteria => 1 h | ogni 15' > 1 h sarà attribuito 1 punto | Punti 5 | Il prodotto offerto presenta un'autonomia della batteria di 3h punti 5 |
| Interfaccia di collegamento al ventilatore polmonare per la visualizzazione delle forme d'onda e dei parametri. | Si/No | Punti 5 | punti 5 |

Antonio Cusella

Arca

Antonio Cusella

Antonio Cusella

Garanzia di tutto il sistema oltre i 24 Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

tabellare

Max Punti 10

Garanzia 40 mesi complessivi

punti 10

punti 70

Dott.ssa Antonella Ansalone

Antonella Ansalone

Dott.ssa Daniela Brescia

Daniela Brescia

Dott. Francesco Crispino

Francesco Crispino

Sig.ra Simona Gravina

Simona Gravina

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

| | |
|--|---|
| Numero RDO: | 2947948 |
| Descrizione RDO: | Fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto 'TIN (Terapia Intensiva Neonatale) e TNE (Trasporto Neonatale d'Emergenza)', con n. 18 monitor parametri vitali posto letto. |
| Criterio di aggiudicazione: | Offerta economicamente piu' vantaggiosa |
| Formulazione dell'offerta economica: | Valore economico (Euro) |
| Modalità di calcolo della soglia di anomalia: | La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti) |
| Amministrazione titolare del procedimento | AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE |
| Punto Ordinante | VITTORIO EMANUELE ROMALLO |
| Soggetto stipulante | Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA |
| Codice univoco ufficio - IPA | 551B2G |
| (RUP) Responsabile Unico del Procedimento | |
| Inizio presentazione offerte: | 25/01/2022 15:42 |
| Termine ultimo presentazione offerte: | 14/02/2022 12:00 |
| Termine ultimo richieste di chiarimenti: | 04/02/2022 12:00 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 14/02/2023 12:00 |
| Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 30 |
| Misura delle eventuali penali: | Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto |

Mano

Antonio De Luca
Mano

Mano
B/S

| | |
|---|--|
| | della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | BENI/Forniture specifiche per la Sanità |

Lotto esaminato: 1 Fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto "TIN (Terapia Intensiva Neonatale) e TNE (Trasporto Neonatale d'Emergenza)", con n. 18 monitor parametri vitali posto letto.

| | |
|--|--|
| CIG | 9079304EAB |
| CUP | |
| Oggetto di Fornitura 1 | Fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio per le esigenze del reparto "TIN (Terapia Intensiva Neonatale) e TNE (Trasporto Neonatale d'Emergenza)", con n. 18 monitor parametri vitali posto letto./1/ |
| Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 210000,00000000 |

Concorrenti

| # | Denominazione | Forma di Partecipazione | Partita IVA | Data Invio Offerta |
|---|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | BURKE & BURKE | Singola | 01059590107 | 14/02/2022 09:09 |
| 2 | AEC MEDICA SRL | Singola | 09643391213 | 14/02/2022 11:36 |

| ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA | Inizio | Fine |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 29/03/2022 15:18:09 | 29/03/2022 15:44:23 |

Richieste Amministrative di Gara

| Concorrente | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi | | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | |
|-------------|---|------|---|------|
| | Valutazione | Note | Valutazione | Note |
| | | | | |

Data Creazione Documento: 19/04/2022 09:49

Pagina 2 di 4

*Debutto Denise by
Abeller*

*Tra...
G/2*

Galleggi

| | | | | |
|----------------|--|---------|--|---------|
| BURKE & BURKE | | nessuna | | nessuna |
| AEC MEDICA SRL | | nessuna | | nessuna |

Richieste Amministrative di Lotto

| Concorrente | art. 15 - Contenuto della Busta A | |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| | Valutazione | Note |
| BURKE & BURKE | Approvato | nessuna |
| AEC MEDICA SRL | Approvato | nessuna |

| ESAME DELLA BUSTA TECNICA | Inizio | Fine |
|------------------------------|--------|---------------------|
| | | 29/03/2022 15:44:28 |

| Concorrente | art. 16 - Contenuto della Busta B | |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| | Valutazione | Note |
| BURKE & BURKE | Approvato | nessuna |
| AEC MEDICA SRL | NON Approvato | nessuna |

| ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA | Inizio | Fine |
|--------------------------------|--------|---------------------|
| | | 19/04/2022 09:46:46 |

| Concorrente | Offerta Economica (fac-simile di sistema) | | art. 17 - Contenuto della Busta C | |
|---------------|---|---------|-----------------------------------|---------|
| | Valutazione | Note | Valutazione | Note |
| BURKE & BURKE | Approvato | nessuna | Approvato | nessuna |

Grasso

Antonella Amadori
Reper

Tr. ass. 9/2

| | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------|---------|
| AEC MEDICA SRL | NON Valutato | nessuna | NON Valutato | nessuna |
|----------------|--------------|---------|--------------|---------|

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

| Concorrente | Valore complessivo dell'Offerta | Punteggio Tecnico attribuito automaticamente | Punteggio Tecnico attribuito da Commissione | Punteggio Economico | Punteggio Complessivo |
|----------------|---------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|
| AEC MEDICA SRL | Concorrente escluso | | | | |
| BURKE & BURKE | 148840,00000000 | 0,00 | 70,00 | 30,00 | 100,00 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| Note di gara | nessuna |
| Note specifiche lotto 1 | nessuna |

Antonio Quisley
Stefano

Tra cui
G/D
Stefano



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

FORNITURA DI N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO CON N.18 MONITOR PARAMETRI VITALI POSTO LETTO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. T.I.N. (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) E T.N.E. (TRASPORTO NEONATALE D'EMERGENZA) - AGGIUDICAZIONE CIG: [9079304EAB]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €181.584,80

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 28/04/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri