



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 617 del 29/07/2022

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**Oggetto: FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. -
AGGIUDICAZIONE CIG: [892344756A; 8923469791]**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/07/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. - AGGIUDICAZIONE CIG: [892344756A; 8923469791]

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 25/02/2018 è stato adottato il piano di rinnovo per gli anni 2019-2021 degli apparecchi elettromedicali di media e bassa tecnologia, fra i quali è prevista la sostituzione di diverse lampade scialitiche;
- per la fornitura in questione quest'Azienda, ai sensi della Legge Regionale n.5 del 2021, può procedere autonomamente e non è soggetta all'autorizzazione preventiva da parte della società regionale So.Re.Sa.;

Considerato che

- al fine di provvedere in merito, l'U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la RdO (richiesta di offerta) n.2875175 del 29.09.2021 costituita da 3 lotti di seguito specificati:
 - ✓ LOTTO 1 relativo all'affidamento della fornitura di n.2 lampade scialitiche a led con satellite per le esigenze delle sale operatorie della uoc Cardiochirurgia per un importo complessivo a base di gara pari a € 80.000,00 oltre IVA CIG: [892344756A];
 - ✓ LOTTO 2 relativo all'affidamento della fornitura di n.4 lampade scialitiche a led con satellite per le esigenze della uoc Day Surgery; per un importo complessivo a base di gara pari a € 100.000,00 oltre IVA CIG [8923460026];
 - ✓ LOTTO 3 relativo all'affidamento di n.1 lampada scialitica a led su stativo portatile per le esigenze della sala parto per un importo complessivo a base di gara di € 3.000,00 oltre IVA CIG [8923469791];
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA Consip al Bando/Categoria "BENI - Forniture specifiche per la Sanità", così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 01.11.2021, alle ore 12:00, sono scaduti i termini e risultano pervenute n.7 offerte per il Lotto 1 da parte degli operatori economici Puglia Medical s.r.l., C.A.M. Hospital srl, Mec.san. service srl, Stryker Italia srl su, M.END.EL. srl, Eurosanity service s.r.l., Medical Lab system srl, n.5 offerte per il Lotto 2 da parte degli operatori economici Puglia medical s.r.l., C.A.M. Hospital srl, Mec.san. Service srl, M.END.EL. s.r.l., Medical Lab system srl, n.1 offerta per il Lotto 3 da parte dell'operatore economico Medical Lab system srl;
- con deliberazione del Direttore Generale n.831 del 24.11.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte tecniche telematiche pervenute;

Deliberazione del Direttore Generale

Preso atto che

con nota prot. 30867 del 4.11.2021, in riscontro alla nota prot. 30679 del 2.11.2021, l'u.o.c. Ingegneria Ospedaliera ha suggerito di non procedere con l'aggiudicazione delle scialitiche di cui al LOTTO 2, essendo in corso di aggiudicazione i lavori di ristrutturazione del reparto Day Surgery;

Preso atto altresì che

- con verbale n.1 (all.1), in seduta riservata, del 22.02.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche telematiche relative al lotto 1 ed ha verificato parzialmente le offerte in merito al possesso dei requisiti tecnici minimi richiesti;
- con verbale n.2 (all.2), in seduta riservata, del 03.05.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione relative al lotto 1 ed ha verificato il possesso dei requisiti tecnici minimi obbligatori di cui alle offerte presentate dalle società Eurosanity Service s.r.l., MEC.SAN. Service srl, M.END.EL. srl, Puglia Medical srl e la non conformità ai requisiti minimi obbligatori di cui alle offerte presentate dagli operatori economici C.A.M. Hospital srl, Medical Lab System srl, Stryker Italia srl su e, pertanto, ha escluso le predette società dalle fasi successive di gara, così come riportato nel medesimo verbale allegato;
- con verbale n.3 (all.3), in seduta riservata, del 13.05.2022, la commissione giudicatrice ha proceduto all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi relativi al lotto 1 così come riportato nella tabella allegata al presente verbale;
- con medesimo verbale la commissione giudicatrice ha proceduto ad esaminare l'unica offerta pervenuta dalla società Medical lab srl relativa al Lotto 3 e, verificato il possesso dei requisiti tecnici minimi obbligatori richiesti dalla documentazione di gara, la medesima commissione ha attribuito il punteggio tecnico qualitativo così come riportato nella tabella allegata al presente verbale;
- dalle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, la graduatoria di merito della **RDO n.2875175 del 29.09.2021, costituita da 2 Lotti** che ne deriva è stata riportata in apposite tabelle di seguito specificate:

Tabella LOTTO 1

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggi o tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
C.A.M. HOSPITAL SRL	Concorrente escluso			
STRYKER ITALIA SRL SU	Concorrente escluso			
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Concorrente escluso			
MEC. SAN. SERVICE SRL	€ 51.800,00	58,00	30,00	88,00
M.END.EL. S.R.L.	€ 68.940,00	64,00	22,54	86,54
PUGLIA	€ 69.980,00	63,00	22,21	85,21

Deliberazione del Direttore Generale

MEDICAL S.R.L.				
EUROSANITY SERVICE S.R.L.	€ 68.056,80	55,50	22,83	78,33

Tabella Lotto 3

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggi o tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	€ 2.999,00	65,00	30,00	95,00

Visto

il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii;

Ritenuto

di procedere alla conferma della RDO n.2875175 del 29.09.2021 inerente la fornitura di lampade scialitiche per le esigenze di varie uu.oo. da n.2 Lotti così suddivisa:

- ✓ Lotto 1: fornitura n.2 lampade scialitiche a led con satellite per le esigenze delle sale operatorie della u.o.c. Cardiochirurgia all'operatore economico MEC. SAN. SERVICE SRL per un importo complessivo pari ad € 51.800,00 oltre iva;
- ✓ Lotto 3: fornitura n. 1 lampada scialitica a led su stativo portatile per le esigenze della sala parto u.o.c. Ostetricia e ginecologia, all'operatore economico MEDICAL LAB SYSTEM SRL per un importo complessivo pari ad € 2.999,00 oltre iva;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere alla conferma della della RDO n.2875175 del 29.09.2021 inerente la fornitura di lampade scialitiche per le esigenze di varie uu.oo. da n.2 Lotti così suddivisa:
 - ✓ Lotto 1: fornitura n.2 lampade scialitiche a led con satellite, per le esigenze delle sale operatorie della u.o.c. Cardiochirurgia, all'operatore economico MEC. SAN. SERVICE SRL per un importo complessivo pari ad € 51.800,00 oltre iva;
 - ✓ Lotto 3: fornitura n. 1 lampada scialitica a led su stativo portatile, per le esigenze della sala parto u.o.c. Ostetricia e ginecologia, all'operatore economico MEDICAL LAB SYSTEM SRL per un importo complessivo pari ad € 2.999,00 oltre iva;
2. di imputare la spesa complessiva di € 66.854,78 i.v.a. inclusa 22% sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

3. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di attribuire alla presente procedura i seguenti CIG: [Lotto1: 892344756A]; Lotto 3 [8923469791];
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le apparecchiature;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Ostetricia e Ginecologia, Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato ed alla u.o.s.d. Terapia intensiva del dipartimento cardiovascolare.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. procedere alla conferma della della RDO n.2875175 del 29.09.2021 inerente la fornitura di lampade scialitiche per le esigenze di varie uu.oo. da n.2 Lotti così suddivisa:
 - ✓ Lotto 1: fornitura n.2 lampade scialitiche a led con satellite per le esigenze delle sale operatorie della u.o.c. Cardiocirurgia all'operatore economico MEC. SAN. SERVICE SRL per un importo complessivo pari ad € 51.800,00 oltre iva;
 - ✓ Lotto 3: fornitura n. 1 lampada scialitica a led su stativo portatile per le esigenze della sala parto u.o.c. Ostetricia e ginecologia, all'operatore economico MEDICAL LAB SYSTEM SRL per un importo complessivo pari ad € 2.999,00 oltre iva;
2. imputare la spesa complessiva di € 66.854,78 i.v.a. inclusa 22% sul conto economico n. 1010204010-ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2022;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura i seguenti CIG: [Lotto1: 892344756A]; Lotto 3 [8923469791];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare le apparecchiature;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Ostetricia e Ginecologia, Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato ed alla u.o.s.d. Terapia intensiva del dipartimento cardiovascolare.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



OGGETTO: Affidamento della fornitura di lampade scialitiche per le esigenze di varie uu.oo.cc. - RDO n.2875175 del 29.09.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 22.02.2022

In data 22.02.2022, alle ore 15:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione dell'unica offerta tecnica presentata dalla società concorrente, nominata giusta deliberazione n.831 del 24.11.2021- composta come segue:

- Dott. Eugenio Martelli, Direttore u.o.c. Chirurgia Vascolare – Presidente;
- Dott.ssa Carmela Marsicano, dirigente medico u.o.c. T.I. Cardiocirurgia – Componente;
- Dott. Girolamo Damiani, dirigente medico u.o.c. Cardiocirurgia - componente
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Premesso che

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità (all. 1,2,3,4).
- hanno partecipato alla procedura di gara i seguenti operatori economici, suddivisa in 2 lotti:
 - ✓ Puglia Medical s.r.l. – Lotto 1;
 - ✓ C.A.M. Hospital srl – Lotto 1;
 - ✓ MEC.SAN. Service srl – Lotto 1;
 - ✓ Stryker Italia srl su – Lotto 1;
 - ✓ M.END.EL. srl – Lotto 1;
 - ✓ Eurosanity Service s.r.l. – Lotto 1;
 - ✓ Medical Lab System srl – Lotto 1 e Lotto 3;





Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione effettua la valutazione delle offerte tecniche telematiche, relative al Lotto 1, presentate dagli operatori economici concorrenti "Puglia Medical s.r.l., C.A.M. Hospital srl, MEC.SAN. Service srl, Stryker Italia srl su, M.END.EL. srl, Eurosanity Service s.r.l., Medical Lab System srl", e procede alla verifica parziale delle offerte in merito al possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

La Commissione sospende i lavori e decide di riunirsi a data da stabilire.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 16:25 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Eugenio Martelli 
Dott.ssa Carmela Marsicano 
Dott. Girolamo Damiani 
Sig.ra Simona Gravina 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di lampade scialitiche per le esigenze di varie uu.oo.cc. - RDO n.2875175 del 29.09.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 03.05.2022

In data 03.05.2022, alle ore 12:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti relative alla RDO in oggetto, nominata giusta deliberazione n.831 del 24.11.2021- composta come segue:

- Dott. Eugenio Martelli, Direttore u.o.c. Chirurgia Vascolare – Presidente;
- Dott.ssa Carmela Marsicano, dirigente medico u.o.c. T.I. Cardiochirurgia – Componente;
- Dott. Girolamo Damiani, dirigente medico u.o.c. Cardiochirurgia - componente
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche telematiche, relative al Lotto 1, presentate dagli operatori economici concorrenti "Puglia Medical s.r.l., C.A.M. Hospital srl, MEC.SAN. Service srl, Stryker Italia srl su, M.END.EL. srl, Eurosanity Service s.r.l., Medical Lab System srl", per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara e rileva quanto segue:

- la società C.A.M. Hospital srl non dispone dell'interfaccia per sistema di gestione integrato di S.O. e, pertanto, viene esclusa dalle fasi successive di gara;
- la società Medical Lab System srl pur avendo dichiarato il possesso di un sistema di integrazione di sala operatoria, a seguito di disamina della documentazione tecnica allegata, non è stato rilevato in alcun punto della citata documentazione, la descrizione del sistema e, pertanto, viene esclusa dalle fasi successive di gara;
- la società Stryker Italia srl su, dispone di un comando a parete per le lampade scialitiche F-Generation che permette il controllo, all'interno della S.O., della luminosità, della temperatura di colore, delle dimensioni del fuoco e della telecamera interna per un massimo di quattro lampade scialitiche. L'interfaccia utente pur disponendo di un SW intuitivo e di facile gestione, non può essere considerata quale sistema di interfaccia per la gestione della Sala Operatoria, ma della sola lampada, lasciando così tutti gli altri utilizzatori in assenza di controllo. Pertanto viene esclusa dalle fasi successive di gara.


Le società Eurosanity Service s.r.l., MEC.SAN. Service srl, M.END.EL. srl e Puglia Medical srl hanno proposto prodotti idonei ed in linea con le caratteristiche tecniche minime riportate nella lex specialis, e, pertanto, vengono ammesse alle fasi successive di gara per l'attribuzione dei punteggi qualitativi.

La Commissione sospende i lavori e decide di riunirsi in data 13.5.2022.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 14:25 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Eugenio Martelli




Dott.ssa Carmela Marsicano



Dott. Girolamo Damiani



Sig.ra Simona Gravina



OGGETTO: Affidamento della fornitura di lampade scialitiche per le esigenze di varie uu.oo.cc. - RDO n.2875175 del 29.09.2021.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 13.05.2022

In data 13.05.2022, alle ore 09:00 circa presso gli uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti relative alla RDO in oggetto, nominata giusta deliberazione n.831 del 24.11.2021- composta come segue:

- Dott. Eugenio Martelli, Direttore u.o.c. Chirurgia Vascolare – Presidente;
- Dott.ssa Carmela Marsicano, dirigente medico u.o.c. T.I. Cardiocirurgia – Componente;
- Dott. Girolamo Damiani, dirigente medico u.o.c. Cardiocirurgia - componente
- Sig.ra Simona Gravina, assistente amministrativo U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA – Segretario.

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche telematiche, relative al Lotto 1, presentate dagli operatori economici risultati idonei per il possesso delle caratteristiche tecniche minime e più precisamente: "Puglia Medical s.r.l., MEC.SAN. Service srl, M.END.EL. srl, Eurosanity Service s.r.l.".

Successivamente la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi così come dettagliatamente riportato nella tabella di valutazione allegata (All.1).

Terminati i lavori relativi al Lotto 1, la Commissione procede ad esaminare l'unica offerta pervenuta dalla società Medical Lab srl relativa al Lotto 3.


Verificati il possesso dei requisiti tecnici minimi in conformità con la scheda tecnica di gara, la commissione procede all'attribuzione del punteggio tecnico qualitativo così come riportato nella tabella allegata (All.2).


Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara al Segretario verbalizzante per la trasmissione al RUP. La seduta viene chiusa alle 13:30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Eugenio Martelli 

Dott.ssa Carmela Marsicano 

Dott. Girolamo Damiani 

Sig.ra Simona Gravina 

LOTTO 1: TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CARATTERISTICHE A PUNTEGGIO

Modalità di attribuzione del punteggio	EUROSANITY SERVICE SRL LAMPADA STERIS XLDV3390DXCT	MECSAN SERVICE SRL Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., Shenzen	MENDEL SRL KLS MARTIN MARLEDX/MARLEDX	PUGLIA MEDICAL SRL Dr Mach GmbH & Co KG
Variabilità e qualità del campo luminoso	Il sistema dispone di un'elevata luminosità (5000K°) ed una buona gestione del campo di azione, limitato però da una ridotta facilità di angolazione nel profilo alto/basso Max punti 20	L'utilizzatore proposto garantisce un'elevata resa cromatica (5100K°) e dispone di un braccio con un'escursione in lunghezza fino a 180cm	La gestione del campo luminoso grazie alla elevatissima resa luminosa (5500K°), pone il sistema offerto ad un ottimo livello di qualità e dispone di una gestione del fattore cromatico molto performante in linea con molteplici esigenze interventistiche	La lampada proposta dispone di un elevato valore di temperatura colore (5500K°) e un'ottima gestione della focalizzazione, con una buona adattabilità alle diverse esigenze operative
Sistemi di attenuazione delle ombre.	Punti 15 La lampada è dotata di una resa cromatica pari a: RA=96, che garantisce una buona resa ed un buon controllo delle ombre Max punti 5	Punti 16 I valori di RA pari a 96 e R9 pari a 97, garantiscono un'elevata resa cromatica, una buona gestione del campo luminoso ed un buon controllo delle ombre	Punti 20 I valori di resa cromatica RA pari a 99 e R9 pari a 99, rendono il sistema proposto fra i più performanti sul mercato e, disponendo di ottiche controllate elettronicamente da micro strutture, garantiscono un'elevata gestione del controllo delle ombre in tutte le esigenze operative	Punti 15 La resa cromatica RA e R6 pari a 99 collocano il sistema ai massimi livelli di illuminamento a tutto vantaggio della corretta gestione del controllo delle ombre
Dotazione telecamera full HD 4K	Punti 4 NO Dotazione telecamera Full-HD Punti 0	Punti 4 NO Telecamera integrata FULL HD (1080p) Punti 0	Punti 5 NO Telecamera integrata FULL HD (1080p) Punti 0	Punti 5 SI videocamera tecnologia 4k con trasmissione segnale wireless.
Dimensione monitor >18".	Monitor da 27" 5 PUNTI	MONITOR MEDICALE - EIZO Curator 26" EX2620 5 PUNTI	MONITOR MEDICALE - EIZO 32" 5 PUNTI	Monitor da 27" medicale 5 PUNTI

Durata delle fonti luminose LED >30.000 h.	<p>Tabellare ogni 2000 h >30.000 sarà attribuito 1 punto Max 5 punti</p> <p>Discrezionale Sarà valutata la qualità della superficie e la specificità del prodotto offerto sulla base delle caratteristiche intrinseche riportate sulla scheda tecnica</p> <p>Max punti 10</p>	Durata 60.000 ore	durata dei LED>60'000h	durata dei LED>60'000h	durata dei LED>60'000h
Design dedicato a non interferire con i flussi laminari e che ne consenta una facile e veloce sanificazione. Utilizzo di una vernice lavabile e disinfezzabile che renda semplice e rapida la pulizia della lampada ed in caso di urto che non vengano prodotte scaglie che potrebbero accidentalmente cadere su campo operatorio.	<p>La particolare forma a X, permette un ottimo passaggio dei flussi laminari). La sanificazione avviene mediante i comuni detergenti di sala operatoria, le superfici sono prive di asperità e la vernice facilmente lavabile ed in caso di urti non vengono prodotte scaglie che potrebbero cadere sul campo operatorio, ogni punto della lampada è raggiungibile, per la pulizia è preferibile usare panni umidi e morbidi</p>	<p>5 PUNTI</p> <p>La struttura è realizzata in modo tale da garantire la migliore compatibilità con il flusso laminare, nel rispetto della norma DIN 1946.</p> <p>Il Design del disco ad arco, agevola la concentrazione sull'operazione. Design anti-sfarfallio, per non affaticare gli occhi</p> <p>Impugnatura con braccio a C, facile da controllare.</p>	<p>5 PUNTI</p> <p>Le disposizioni in materia di igiene, allo scopo di una disinfezione rapida e sicura del corpo delle lampade marLED® serie X, vengono rispettate tramite l'alloggiamento chiuso con tecnica di assemblaggio brevettata, con superfici lisce e forme continue senza spigoli. la superficie di emissione della luce in vetro temperato antiscalfiatura, con guarnizione integrata, che impedisce la penetrazione di sostanze detergenti utilizzate per la pulizia. Questo assicura, unica nel suo genere, un grado di protezione del corpo lampada pari a IP55. La superficie liscia, verniciata a polvere, atossica ed ignifuga, senza spigoli, e gli elementi dei corpi lampada assicurano una pulizia rapida ed efficiente con disinfettanti e detergenti. I riflettori presentano una conformazione tale da essere facilmente ispezionabili</p>	<p>5 PUNTI</p> <p>Il corpo lampada è stato testato per il grado di turbolenza ed ha ottenuto un punteggio elevatissimo per la compatibilità coi flussi laminari (allegato). La superficie del corpo lampada possiede una vernice lavabile disinfezzabile con strato antimicrobico che non produce scaglie in caso di urti.</p> <p>L'alloggiamento e il vetro di protezione del corpo della lampada possono essere puliti e disinfettati con la maggior parte dei comuni detergenti reperibili in commercio. Non usare detergenti o disinfettanti che contengono principi attivi a base di biguanidi o fenoli!</p> <p>Prima di procedere con le operazioni di pulizia e disinfezione, rimuovere le videocamere e applicare la copertura nel relativo alloggiamento.</p>	<p>5 PUNTI</p> <p>Punti 8</p> <p>SI</p> <p>5 PUNTI</p>
Capacità di regolazione della temperatura di colore	<p>Tabellare Si= punti 5 No = punti 0</p>	<p>Punti 8</p> <p>SI</p> <p>5 PUNTI</p>	<p>Punti 9</p> <p>SI</p> <p>5 PUNTI</p>	<p>Punti 9</p> <p>SI</p> <p>5 PUNTI</p>	<p>Punti 8</p> <p>SI</p> <p>5 PUNTI</p>

Temperatura di colore di almeno 4.300 °K.	Tabellare ogni 100 °K > 4300, sarà attribuito 0,5 punto Max 5 punti	5.000 °K	5.100 °K	Temperatura di colore regolabile in modo continuo fino a 5500 K.	Temperatura di colore regolabile in modo continuo fino a 5500 K.
GARANZIA > DI 36 MESI Full-risk	Tabellare 36 mesi = 0 punti 48 mesi = 5 punti 60 mesi = 10 punti	3,5 punti 60 mesi 10 punti	4 punti 60 mesi 10 punti	5 punti 60 mesi 10 punti	5 punti 60 mesi 10 punti
TOTALE PUNTEGGIO		Punti 55,5	Punti 58	Punti 64	Punti 63

Dott. Eugenio Martelli Eugenio Martelli

Dott.ssa Carmela Marsicano Carmela Marsicano

Dott. Girolamo Damiani Girolamo Damiani

Sig.ra Simona Gravina Simona Gravina

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2875175
Descrizione RDO:	FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	29/09/2021 15:39
Termine ultimo presentazione offerte:	01/11/2021 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	07/10/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	01/11/2022 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione

AM L L ✓
 [Signature]
 [Signature]

Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
---	---

Lotto esaminato: 1 N. 2 LAMPADE SCIALITICHE A LED CON SATELLITE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DELL'UOC CARDIOCHIRURGIA

CIG	892344756A
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	N. 2 LAMPADE SCIALITICHE A LED CON SATELLITE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DELL'UOC CARDIOCHIRURGIA/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	80000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MEC.SAN. SERVICE SRL	Singola	06983930634	29/10/2021 17:01
2	M.END.EL. S.R.L.	Singola	03015600657	25/10/2021 12:22
3	EUROSANITY SERVICE S.R.L.	Singola	07962011214	29/10/2021 11:27
4	STRYKER ITALIA SRL SU	Singola	06032681006	26/10/2021 17:10
5	C.A.M. HOSPITAL SRL	Singola	01897730659	19/10/2021 09:39
6	MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Singola	04837690280	26/10/2021 18:25
7	PUGLIA MEDICAL S.R.L.	Singola	04277790723	19/10/2021 09:51

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	17/02/2022 13:14:24	04/05/2022 09:05:09

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEC.SAN. SERVICE SRL		nessuna		nessuna
M.END.EL. S.R.L.		nessuna		nessuna
EUROSANITY SERVICE S.R.L.		nessuna		nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU		nessuna		nessuna
C.A.M. HOSPITAL SRL		nessuna		nessuna
MEDICAL LAB SYSTEM SRL		nessuna		nessuna
PUGLIA MEDICAL S.R.L.		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	art. 15 - Contenuto della Busta A	
	Valutazione	Note
MEC.SAN. SERVICE SRL	Approvato	nessuna
M.END.EL. S.R.L.	Approvato	nessuna
EUROSANITY SERVICE S.R.L.	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna
C.A.M. HOSPITAL SRL	Approvato	nessuna
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Approvato	nessuna
PUGLIA MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	22/02/2022 13:07:57	13/05/2022 11:56:53

Concorrente	art. 16 - Contenuto della Busta B
-------------	-----------------------------------

	Valutazione	Note
MEC.SAN. SERVICE SRL	Approvato	nessuna
M.END.EL. S.R.L.	Approvato	nessuna
EUROSANITY SERVICE S.R.L.	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	NON Approvato	nessuna
C.A.M. HOSPITAL SRL	NON Approvato	nessuna
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	NON Approvato	nessuna
PUGLIA MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	13/05/2022 11:58:47	13/05/2022 12:05:43

Concorrente	art. 17 - Contenuto della Busta C		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEC.SAN. SERVICE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
M.END.EL. S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
EUROSANITY SERVICE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
STRYKER ITALIA SRL SU	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
C.A.M. HOSPITAL SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	NON Valutato	nessuna	NON Valutato	nessuna
PUGLIA MEDICAL S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

h.l.
an

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
-------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---------------------	-----------------------

	Commissione				
C.A.M. HOSPITAL SRL	Concorrente escluso				
STRYKER ITALIA SRL SU	Concorrente escluso				
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Concorrente escluso				
MEC.SAN. SERVICE SRL	51800,00000000	0,00	58,00	30,00	88,00
M.END.EL. S.R.L.	68940,00000000	0,00	64,00	22,54	86,54
PUGLIA MEDICAL S.R.L.	69980,00000000	0,00	63,00	22,21	85,21
EUROSANITY SERVICE S.R.L.	68056,80000000	0,00	55,50	22,83	78,33

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Flavio

*Carlo Marzulli
Eugenio M...
L...-L...-L...*

LOTTO 3

N.1 LAMPADA SCIALITICA A LED SU STATIVO PORTATILE PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO.

Società costruttrice		NEXOR gmbh
Modello dell'Apparecchiatura		NOVA.light 450 su stativo mobile
Anno di produzione del modello		2016 (anno inizio produzione della serie). Il prodotto sarà nuovo.
Descrizione: n.1 lampada scialitica a led portatile per le esigenze della Sala Parto.	caratteristiche tecniche minime obbligatorie	caratteristiche tecniche offerte
Lampada scialitica	a tecnologia LED	SI
Rimozione e ritiro delle lampade scialitiche esistenti	SI	SI
Deve garantire un'elevata intensità di luminosità	almeno 120.000 lux ed un campo operatorio omogeneo su tutto il suo diametro e la sua profondità	70 - 140 klux
Temperatura di colore di almeno 4.000 °K ed una resa cromatica maggiore del 90% che garantiscono una restituzione molto reale dei colori.	SI	4.900 K°
Elevata durata delle fonti luminose LED	superiore a 30.000 h.	> 60000 h
Sistema di movimentazione su stativo a ruote piroettanti	Che garantisca una ottimale stabilità in assenza di sforzi per una facile e sicura movimentazione	SI
Presenza di maniglie sulla maggior parte della cupola	per un facile ed efficace posizionamento, e ridotte dimensioni dei corpi illuminati stessi soprattutto in termini di spessore.	Disponibile
Controllo dell'intensità luminosa attraverso un regolare posto a bordo lampada che consenta	la regolazione della intensità luminosa dal 40% al 100%.	SI
Garanzia (Mesi)	>=36	60 mesi
Contratto di manutenzione full-risk (post garanzia)	>=7%	SI

6-A DM Am

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Società partecipante alla gara		MEDICAL LAB
Marca e modello offerto		NEXOR gmbh NOVA.light 450 su stativo mobile
Variabilità del campo luminoso	(si/no) punti 10	SI da 70 - 140 klux Punti 10
Assenza totale di emissione di infrarossi	(si/no) Punti 5	NO Il valore è <1° Punti 0
Colonna luminosa a fuoco costante	(si/no) punti 10	SI Punti 10
Durata delle fonti luminose LED >28.000 h	ogni 2000 h >28.000 sarà attribuito 1 punto max 10 punti	60.000 h Punti 10
Capacità di regolazione della temperatura di colore	(si/no) Punti 10	SI. PRESENTE ESCLUSIVO SISTEMA "PASSIVE SHADOW MANAGEMENT" PRESENZA DI SPECCHI RIFLETTENTI MULTI SFACETTATI (PUZZLE STRUCTURE) Punti 10
Temperatura di colore di almeno 4.000 °K	ogni 100 °K > 4000, saranno attribuiti 0,5 punti max 5 punti	4900 ° K Punti 4
Garanzia > di 36 mesi full-risk	36 mesi = 0 punti 48 mesi = 5 punti 60 mesi = 10 punti	60 mesi Punti 10
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO		65 PUNTI

Domenico Moroscano
Enrico M. M. M. M.
F. L. W. S. M. M. M.
Francesco P. P. P. P.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2875175
Descrizione RDO:	FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	29/09/2021 15:39
Termine ultimo presentazione offerte:	01/11/2021 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	07/10/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	01/11/2022 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

	dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 3 N. 1 LAMPADA SCIALITICA A LED SU STATIVO PORTATILE PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO.

CIG	8923469791
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	N. 1 LAMPADA SCIALITICA A LED SU STATIVO PORTATILE PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO./1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	3000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Singola	04837690280	26/10/2021 18:25

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	17/02/2022 13:14:24	04/05/2022 09:05:09

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDICAL LAB SYSTEM SRL		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	art. 15 - Contenuto della Busta A	
	Valutazione	Note
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	04/05/2022 09:05:23	13/05/2022 12:21:58

Concorrente	art. 16 - Contenuto della Busta B	
	Valutazione	Note
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	13/05/2022 12:23:35	28/06/2022 17:04:24

Concorrente	Offerta Economica (fac- simile di sistema)		art. 17 - Contenuto della Busta C	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
MEDICAL LAB SYSTEM SRL	2999,00000000	0,00	65,00	30,00	95,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 3	nessuna

Carmelo Marsicano
 Eugenio M. M. M.
 G. M. M.
 Alessandra Garavito



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

**FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO. - AGGIUDICAZIONE CIG:
[892344756A; 8923469791]**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €66.854,78

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 29/07/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri