



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 669 del 31/08/2022

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEPUTATI ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RADIOLOGICO GMS MODELLO “SIREVIX” E DELL'ANGIOGRAFO SIEMENS MODELLO “ARTIS ZEE”.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31/08/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto esecutivo dal 10/09/2022

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEPUTATI ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RADIOLOGICO GMS MODELLO "SIREVIX" E DELL'ANGIOGRAFO SIEMENS MODELLO "ARTIS ZEE".

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- con Delibera n. 152 del 07.08.2020 quest'Azienda ha aderito all'Accordo Quadro Consip *Radiologia generale*, per la fornitura, tra l'altro, di n.2 sistemi telecomandati GMS modello "Sirevix";
- il primo dei suddetti sistemi è stato installato presso il locale 1 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini;
- con Deliberazione n. 899 del 09.12.2021 quest'Azienda ha aderito, altresì, all'Accordo Quadro CONSIP "Angiografi 2021 Lotto 1", per la fornitura di n.1 angiografo modello "ARTIS ZEE WITH PURE" per l'esecuzione di procedure di neuroradiologia interventistica;
- con Delibera n.14 del 10.01.2022 quest'Azienda ha aggiudicato alla società Philips la fornitura di accessori, necessari all'esecuzione di procedure di neuroradiologia interventistica, per il sistema angiografico Philips modello "Allura XPER FD20", installato nel locale 2 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini;

Considerato che

- occorre provvedere all'adeguamento del locale n.1 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini prevedendo per esso l'esecuzione di lavori, edili ed impiantistici, al fine di potervi installare il sistema angiografico sopra descritto destinato alla neuroradiologia interventistica;
- per realizzare ciò è doveroso preliminarmente provvedere all'adeguamento del locale n.3 (cfr. planimetria allegata) dell'u.o.c. Diagnostica per immagini, attualmente non utilizzato, prevedendo per esso l'esecuzione di lavori, edili ed impiantistici, al fine di potervi trasferire il sistema telecomandato GMS *Sirevix* attualmente ubicato nel locale 1;
- è necessario procedere all'installazione del sistema angiografico Siemens, modello "ARTIS ZEE WITH PURE", destinato alla realizzazione di procedure di neuroradiologia interventistica;
- per garantire la continuità assistenziale, in caso di guasto di uno dei due suddetti sistemi angiografici dedicati alle procedure di neuroradiologia interventistica, è fondamentale collocarli in due locali adiacenti dell'u.o.c. Diagnostica per immagini (cfr. planimetria allegata);
- l'installazione dell'angiografo Siemens "ARTIS ZEE WITH PURE" pertanto può essere effettuata nel locale 1 (cfr. planimetria allegata) dell'u.o.c. Diagnostica per immagini, trasferendo il sistema telecomandato GMS *Sirevix* nel locale 3 della medesima u.o.c., attualmente non utilizzato;

Ritenuto che

per quanto considerato, risulta necessario procedere alle installazioni *de quibus* e al preventivo adeguamento dei relativi locali;

Attestata

la legittimità della presente proposta che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

PROPONE

1. di prendere atto della necessità di trasferire il sistema radiologico GMS modello "Sirevix", attualmente collocato nel locale 1 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini, al piano terra dell'edificio F, nel locale 3 della medesima u.o.c. (cfr. planimetria allegata) attualmente inutilizzato;
2. di procedere all'installazione del sistema l'angiografo Siemens modello "ARTIS ZEE WITH PURE" nel locale 1, in adiacenza al locale 2, in cui è installato l'angiografo Philips modello "Allura FD20";
3. di individuare quale RUP, ai sensi dell'art.31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.e ii, il Direttore dell'uoc Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E. Romallo, a cui viene dato mandato d'individuare, nel rispetto dell'art.36 del Dlgs 50/2016, l'operatore economico che realizzerà i lavori di adeguamento dei locali 1 e 3 dell'u.o.c. Diagnostica per le immagini;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per immagini, Ingegneria Ospedaliera;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020

insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Acquisito il parere favorevole Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportato:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. prendere atto della necessità di trasferire il sistema radiologico GMS modello "Sirevix", attualmente collocato nel locale 1 dell'u.o.c. Diagnostica per immagini, al piano terra dell'edificio F, nel locale 3 della medesima u.o.c. (cfr. planimetria allegata) attualmente inutilizzato;
2. procedere all'installazione del sistema l'angiografo Siemens modello "ARTIS ZEE WITH PURE" nel locale 1, in adiacenza al locale 2, in cui è installato l'angiografo Philips modello "Allura FD20";
3. individuare quale RUP, ai sensi dell'art.31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.e ii, il Direttore dell'uoc Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E. Romallo, a cui viene dato mandato d'individuare, nel rispetto dell'art.36 del Dlgs 50/2016, l'operatore economico che realizzerà i lavori di adeguamento dei locali 1 e 3 dell'u.o.c. Diagnostica per le immagini;
4. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico Finanziaria, Diagnostica per immagini, Ingegneria Ospedaliera;
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito internet aziendale.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

