

Deliberazione del Direttore Generale N. 569 del 20/06/2023

Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 SISTEMA - GUIDA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA COMPLETO DI MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SENOLOGIA- CIG: [9852402B53]

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 21/06/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 SISTEMA - GUIDA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI
NON PALPABILI DELLA MAMMELLA COMPLETO DI MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO
PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SENOLOGIA- CIG: [9852402B53]

Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- Presso questa Azienda, all'interno del Dipartimento Scienze Chirurgiche, insiste la U.O.S.D. di Senologia;

Considerato che

- Con nota Prot. 0015496 del 17/05/2022 il Responsabile della U.O.S.D. Senologia ha richiesto l'acquisizione di un sistema guida per la localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella, specificandone le caratteristiche tecniche minime;
- Con Prot. 0015746 del 18/05/2022, con nota posta a margine della suddetta, la Direzione Sanitaria ha autorizzato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ad effettuare un'opportuna indagine di mercato in merito alla summenzionata richiesta clinica;

Dato atto che

- Con nota Prot. 0026886 del 20/09/2022, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha pubblicato, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 50/2016, una consultazione preliminare di mercato finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla fornitura di che trattasi;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

- La suddetta consultazione preliminare di mercato, alla quale ha riscontrato in data 03/10/2022 mezzo pec la ditta Medical Ray srl, per mero errore, non è risultata pubblicata sul sito “SIMAP – Informazioni sugli appalti europei”; pertanto, si è ritenuto di non ritenere valida tale consultazione;
- Con nota Prot. 0029164 del 12/10/2022, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha pubblicato nuovamente, ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. 50/2016, una consultazione preliminare di mercato finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla fornitura di che trattasi;
- Alla predetta consultazione preliminare di mercato, hanno riscontrato n. 2 operatori economici: la ditta Sysmex Partec Italia srl ha riscontrato mezzo pec in data 21/10/2022, mentre la ditta Medical Ray srl ha riscontrato mezzo pec in data 25/10/2022;
- In data 06/12/2022, mezzo mail, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto formale parere clinico e relativo nulla osta a procedere circa le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti da entrambi gli operatori economici summenzionati;
- In data 19/12/2022, stesso mezzo, dopo attenta verifica e consultazione della documentazione tecnica a corredo sia del prodotto presentato dalla società Medical Ray srl sia di quello proposto dalla società Sysmex Partec Italia srl, il Responsabile della U.O.S.D. Senologia ha riscontrato circa la richiesta suddetta, optando per il prodotto offerto dalla ditta Sysmex Partec Italia srl, sulla scorta delle specifiche e più rilevanti esigenze cliniche; come espresso dal responsabile della U.O.S.D. in parola, tali esigenze sono proiettate difatti alla veloce e puntuale localizzazione, durante le sedute operatorie, delle lesioni neoplastiche mammarie, minimizzando altresì le incisioni chirurgiche *in loco* a favore di una minor invasività e di un risultato estetico e confort migliori per la paziente;
- Con nota Prot. 0002173 del 23/01/2023, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto alla Direzione Sanitaria l’autorizzazione a procedere all’acquisto del dispositivo;
- Con mail del 17/03/2023 la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA, su richiesta del reparto in parola, ha richiesto nuovamente alla Direzione Sanitaria l’autorizzazione a procedere;
- In data 21/03/2023, mezzo mail, la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto al Responsabile della U.O.S.D. Senologia di indicare il fabbisogno annuo di materiale consumabile monouso occorrente alle attività cliniche di reparto; in pari data, il Responsabile della U.O.S.D. Senologia ha riscontrato in merito;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Rilevato che

- In data 20/03/2023, mezzo mail e con nota posta a margine, la Direzione Sanitaria, esaminata la procedura posta in essere, ha autorizzato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA a procedere all’acquisto *de quo*;
- al fine di provvedere in merito, l’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MEPA Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a della Legge n. 120/2020 in deroga all’ art. 36 comma 2 del D. Lgs.50/2016, in data 29/05/2023 la trattativa n. 3588753 ad un prezzo stimato di € 62.615,00 oltre IVA al 22 % con l’operatore economico SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (P.IVA 05908740961); entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 01/06/2023 è pervenuta l’offerta da parte dell’operatore economico SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (P.IVA 05908740961);

Visti

- il D. Lgs.50/2016 ess.mm.ii;
- l’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a della Legge n. 120/2020 in deroga all’ art. 36 comma 2 del D. Lgs.50/2016;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016;
- l’art. 51 comma 1 lettera a della Legge n. 108/2021;

Ritenuto

- di procedere alla conferma della trattativa n. 3588753 inerente la fornitura di n. 1 sistema guida per la localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella, completo di materiale consumabile monouso secondo il fabbisogno annuale, all’operatore economico SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (P.IVA 05908740961), per l’importo complessivo di € 62.615,00 oltre IVA 22%;
- il suddetto importo congruo;

Attestata

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

PROPONE

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. di procedere alla conferma della trattativa n. 3588753 inerente la fornitura di n. 1 sistema guida per la localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella, completo di materiale consumabile monouso secondo il fabbisogno annuale, all'operatore economico SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (P.IVA 05908740961), per l'importo complessivo di € 62.615,00 oltre IVA 22%;
2. imputare la spesa complessiva di € 76.390,30 IVA inclusa al 22%, così ripartita:
 - a. € 36.600,00 IVA 22% inclusa imputabile sul conto economico n. 1010204010 - ATTREZZATURA SANITARIE del bilancio 2023;
 - b. € 19.895,15 IVA 22% inclusa imputabile sul conto economico n. 5010107010 DISPOSITIVI MEDICI del bilancio 2023;
 - c. € 19.895,15 IVA 22% inclusa imputabile sul conto economico n. 5010107010 DISPOSITIVI MEDICI del bilancio 2024;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [9852402B53];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di utilizzare l'apparecchiatura;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla u.o.s.d. Senologia ed alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020

insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Visto il D.L. n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni nella Legge 15/07/1994 n. 444, e
s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. di procedere alla conferma della trattativa n. 3588753 inerente la fornitura di n. 1 sistema guida per la
localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella, completo di materiale consumabile monouso
secondo il fabbisogno annuale, all’operatore economico SYSMEX PARTEC ITALIA SRL (P.IVA
05908740961), per l’importo complessivo di € 62.615,00 oltre IVA 22%;
2. imputare la spesa complessiva di € 76.390,30 IVA inclusa al 22%, così ripartita:
 - a. € 36.600,00 IVA 22% inclusa imputabile sul conto economico n. 1010204010 - ATTREZZATU
RE SANITARIE del bilancio 2023;
 - b. € 19.895,15 IVA 22% inclusa imputabile sul conto economico n. 5010107010 DISPOSITIVI
MEDICI del bilancio 2023;
 - c. € 19.895,15 IVA 22% inclusa imputabile sul conto economico n. 5010107010 DISPOSITIVI
MEDICI del bilancio 2024;

Deliberazione del Direttore Generale

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. attribuire alla presente procedura il seguente CIG: [9852402B53];
5. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di utilizzare l’apparecchiatura;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alla u.o.s.d. Senologia ed alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta 16/05/2022

TECNOLOGIA OSPEDALIERA
UOC ~~██████████~~
UOC Farmacia

Oggetto: Sistema di guida

Si richiede un sistema di localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella che utilizzi una tecnologia RFDI o simile che consenta di minimizzare le interferenze elettro-magnetiche con la strumentazione/apparecchiature di sala operatoria.

Il marcatore RFDI deve essere rilasciato all'interno della mammella sia sotto guida ecografica che stereotassica. Deve avere una buona visibilità sia ecografica che mammografica e deve essere rivestito da un materiale che riduca al minimo la migrazione.

Il marcatore RFDI deve poter rimanere impiantato all'interno della mammella per almeno 30gg.

Il marcatore RFDI deve essere preferibilmente contraddistinto da un numero univoco visualizzabile sul display del lettore. Così facendo sarà possibile marcare facilmente diverse aree all'interno della mammella..

Il lettore RFDI deve essere ergonomico e maneggevole, preferibilmente portatile per consentire l'utilizzo diretto da parte del chirurgo in sala operatoria. Il display del lettore dovrà indicare la distanza che intercorre tra la sonda e il marcatore. E' preferibile che tale distanza sia in mm per poter assicurare un intervento preciso e accurato.

E' preferibile che il lettore RFDI sia Provvisto di una sonda o antenna integrata che permetta al radiologo di valutare la posizione del marcatore dopo l'avvenuto rilascio.

Indicare la distanza a massima a cui può essere rilevato il marcatore della sonda -antenna del lettore RFDI.

La sonda chirurgica deve essere di piccole dimensioni per:

- permettere al chirurgo di effettuare delle incisioni di dimensioni contenute per una minor invasività a favore di un risultato estetico migliore ed un maggiore comfort della paziente
- leggera per permettere una buona manovrabilità all'interno della mammella

Molto spesso vengono utilizzate per inserirle nelle voluminose lesioni neoplastiche che potrebbero ridursi o addirittura scomparire dopo la chemioterapia fatta prima dell'intervento ; in questo caso seguendo il localizzatore potremmo asportare la zona interessata

[Handwritten signature of Dott. Gianpaolo Pitruzzella]
A.O.R.N.
SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO
Dott. GIANPAOLO PITRUZZELLA
CE 002660



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta 16/05/2022

TECNOLOGIA OSPEDALIERA

Oggetto: Sistema di guida

Si richiede un sistema di localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella che utilizzi una tecnologia RFDI o simile che consenta di minimizzare le interferenze elettro-magnetiche con la strumentazione/apparecchiature di sala operatoria.

Il marcitore RFDI deve essere rilasciato all'interno della mammella sia sotto guida ecografica che stereotassica. Deve avere una buona visibilità sia ecografica che mammografica e deve essere rivestito da un materiale che riduca al minimo la migrazione.

Il marcatore RFDI deve poter rimanere impiantato all'interno della mammella per almeno 30gg. Il marcatore RFDI deve essere preferibilmente contraddistinto da un numero univoco visualizzabile sul display del lettore. Così facendo sarà possibile marcare facilmente diverse aree all'interno della mammella.

Il lettore RFDI deve essere ergonomico e maneggevole, preferibilmente portatile per consentire l'utilizzo diretto da parte del chirurgo in sala operatoria. Il display del lettore dovrà indicare la distanza che intercorre tra la sonda e il marcatore. E' preferibile che tale distanza sia in mm per poter assicurare un intervento preciso e accurato.

E' preferibile che il lettore RFDI sia provvisto di una sonda o antenna integrata che permetta al radiologo di valutare la posizione del marcatore dopo l'avvenuto rilascio.

Indicare la distanza a massima a cui può essere rilevato il marcatorc della sonda -antenna del lettore RFDI.

La sonda chirurgica deve essere di piccole dimensioni per:

- permettere al chirurgo di effettuare delle incisioni di dimensioni contenute per una minor invasività a favore di un risultato estetico migliore ed un maggiore comfort della paziente
 - leggera per permettere una buona manovrabilità all'interno della mammella

Molto spesso vengono utilizzate per inserirle nelle voluminose lesioni neoplastiche che potrebbero ridursi o addirittura scomparire dopo la chemioterapia fatta prima dell'intervento ; in questo caso seguendo il localizzatore potremmo asportare la zona interessata

Ufficio Protocollo Generale - Prot. 0015746/i del 18/05/2022 17.56 Registrato da: Direzione Sanitaria

A standard linear barcode is positioned vertically on the left side of the page. It is a series of vertical black lines of varying widths on a white background.

18/05/2022 17 56-20220015746

09
Ca C.A. Bome ell
11/12 P.C. Forti ell
Corteseme de effettu, a me
mi p' def'me di mercede
me uovo a de uello a
~~Il Direttore Sanitario~~
dott.ssa Angelo ANNECCHIARICO

A handwritten signature in black ink, "Dott. GIANPAOLO PITRUZZELLA", is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "A.O.R.N.", "SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO", "Dott. GIANPAOLO PITRUZZELLA", and the number "CE 002660". The signature is written diagonally across the stamp.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA

Quest'Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA

per le esigenze dell'UOSD SENOLOGIA.

Costo presunto € 10.000,00 oltre IVA.

Al presente avviso sono indicate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d'appalto.

Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invitano cortesemente gli O.E. a segnalare le discrasie riscontrate, supportate da motivate considerazioni;

Tanto premesso al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito web "SIMAP informazione sugli appalti europei".

Tutti i dispositivi interessati devono riportare la marcatura CE e il numero di repertorio BD/RDM.

Requisiti minimi richiesti agli Operatori Economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi.



Presentazione della domanda

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 05 ottobre 2022**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto **“consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA”**, producendo la seguente documentazione:

- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest’Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli Operatori Economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.

A tal proposito quest’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Allegato 1: Specifiche tecniche

Costruttore	
Modello	
Anno di produzione	
Descrizione: <i>SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA</i>	
Caratteristiche Tecniche Minime OBBLIGATORIE pena esclusione	
<ul style="list-style-type: none">✓ Lettore con display integrato, preferibilmente portatile per l'utilizzo in sala operatoria, ergonomico, maneggevole✓ Tecnologia RFDI o simile atta alla riduzione al minimo delle interferenze elettromagnetiche con le apparecchiature in sala operatoria✓ Presenza di un marcitore RFDI, visibile sia sotto guida ecografica che stereotassica, rivestito da materiale altamente biocompatibile che riduca altresì al minimo la migrazione all'interno della mammella✓ Possibilità di impianto del marcitore RFDI all'interno della mammella almeno per 30 giorni, preferibilmente contraddistinto da un codice univoco visualizzabile sul display del lettore, consentendo la marcatura di diverse aree della mammella✓ Visualizzazione a display della distanza in mm tra la sonda ed il marcitore, anche di quella massima✓ Sonda chirurgica sterile monouso, di piccole dimensioni, leggera e facilmente manovrabile all'interno della mammella	





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA

Quest’Azienda intende avviare una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici interessati alla seguente fornitura:

SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA

per le esigenze dell’UOSD SENOLOGIA.

Costo presunto € 10.000,00 oltre IVA.

Al presente avviso sono allegate le specifiche tecniche che la fornitura dovrà possedere.

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici a manifestare il proprio interesse, segnalando eventuali motivate osservazioni in merito alle suddette specifiche, al fine di valutare la possibilità di rivedere quanto previsto e consentire la più ampia partecipazione alla successiva gara d’appalto.

Qualora si dovessero riscontrare delle divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invitano cortesemente gli O.E. a segnalare le discrasie riscontrate, supportate da motivate considerazioni;

Tanto premesso al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si raccomanda di non inviare documenti/capitolati/schede tecniche, ma solo osservazioni motivate.

La presente consultazione viene pubblicata sulla home page del sito web aziendale, sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito web “SIMAP informazione sugli appalti europei”.

Tutti i dispositivi interessati devono riportare la marcatura CE e il numero di repertorio BD/RDM.

Requisiti minimi richiesti agli Operatori Economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 Dlgs n. 50/2016 s.m.i. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata;
- b. assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.
- c. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni, di fornitura ad Aziende del Servizio Sanitario Nazionale del sistema di che trattasi.

Presentazione della domanda

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse e/o le loro considerazioni, entro le **ore 12:00 del 26 ottobre 2022**, inviando una PEC all'indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it, con oggetto **“consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA”**, producendo la seguente documentazione:


- a. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante, per accettazione di tutte le clausole contrattuali ivi prescritte;
- b. autodichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, del possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine è finalizzata ad acquisire informazioni per quest'Azienda propedeutiche alle scelte strategiche di approvvigionamento.

Gli Operatori Economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della fornitura.

A tal proposito quest'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara.

Ing. Vittorio E. Romallo
Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA



Allegato 1: Specifiche tecniche

Costruttore	
Modello	
Anno di produzione	
Descrizione: <i>SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA</i>	
Caratteristiche Tecniche Minime OBBLIGATORIE pena esclusione	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lettore con display integrato, preferibilmente portatile per l'utilizzo in sala operatoria, ergonomico, maneggevole ✓ Tecnologia RFDI o simile atta alla riduzione al minimo delle interferenze elettromagnetiche con le apparecchiature in sala operatoria ✓ Presenza di un marcitore RFDI, visibile sia sotto guida ecografica che stereotassica, rivestito da materiale altamente biocompatibile che riduca altresì al minimo la migrazione all'interno della mammella ✓ Possibilità di impianto del marcitore RFDI all'interno della mammella almeno per 30 giorni, preferibilmente contraddistinto da un codice univoco visualizzabile sul display del lettore, consentendo la marcatura di diverse aree della mammella ✓ Visualizzazione a display della distanza in mm tra la sonda ed il marcitore, anche di quella massima ✓ Sonda chirurgica sterile monouso, di piccole dimensioni, leggera e facilmente manovrabile all'interno della mammella 	





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Alla c.a. della Direzione Sanitaria

E p.c. al Responsabile dott. Gian Paolo Pitruzzella

UOSD SENOLOGIA

Oggetto: Prot. n. 15496 del 17/05/2022 – Sistema di guida – Richiesta di autorizzazione

Con nota prot. n. 15496 del 17/05/2022, il Responsabile della UOSD Senologia ha richiesto un sistema di localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella, basato su tecnologia RFDI o simile, per specifiche attività di diagnostica mammografica, comprensivo del relativo materiale di consumo (sonda chirurgica monouso, marcatore monouso, etc) ed utilizzabile durante gli interventi chirurgici. Con nota prot. n. 15746 del 18/05/2022, la Direzione Sanitaria ha autorizzato la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA a procedere ad una indagine di mercato in merito. Con nota prot. 0029164 del 12/10/2022, è stata pubblicata una consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un sistema di localizzazione delle lesioni non palpabili della mammella per un importo presunto di € 10.000,00 oltre IVA. Alla suddetta consultazione, entro il termine fissato per il giorno 26/10/2022, hanno riscontrato mezzo pec n. 2 ditte fornitrice, qui di seguito elencate:

1. Sysmex Partec Italia s.r.l. - 2. MedicalRay s.r.l.


Successivamente mezzo mail la U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha richiesto al reparto di valutare le caratteristiche tecniche del dispositivo offerto dalla ditta Sysmex Partec Italia s.r.l per quanto di competenza, al fine di esaminarne la compatibilità con le esigenze cliniche di reparto: in data 13/12/2022, stesso mezzo, il Responsabile della UOSD Senologia ha comunicato che il dispositivo offerto risponde ai requisiti richiesti, optando per tale dispositivo, rispetto a quello offerto dalla ditta MedicalRay s.r.l..

Dal momento che la ditta fornitrice Sysmex Partec Italia s.r.l si è resa disponibile alla fornitura del dispositivo mediante acquisto con kit consumabile standard, previa richiesta di fabbisogno almeno annuale al reparto utilizzatore, si richiede a Codesta Direzione di autorizzare lo scrivente a procedere all'acquisto per quanto di propria competenza.

L'occasione è gradita per porre i più cordiali saluti.

Ing. Vittorio E. Romallo

Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA



Da "Tecnologia Ospedaliera e HTA" <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>

A "Direzionesanitaria" <direzionesanitaria@ospedale.caserta.it>

Cc "breastunit" <breastunit@ospedale.caserta.it>

Data venerdì 17 marzo 2023 - 13:06

Riscontro nota prot. 0006839 del 02/03/2023

La presente per informare le SS.VV. che la scrivente U.O.C. è attualmente in attesa di riscontro al prot. 0002173 del 23/01/2023, inviato alla Direzione sanitaria e p.c. al reparto UOSD SENOLOGIA, avente ad oggetto "Prot.n. 15496 del 17/05/2022 - Sistema di guida - Richiesta di autorizzazione".

L'occasione è gradita per porre i più cordiali saluti.

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta
Partita IVA: 02201130610
Telefono: 0823/232664

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

La fornitura deve prevedere n. 1 sistema guida per la LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA

MAMMELLA, completo di materiale consumabile monouso su fabbisogno annuale, come qui di seguito elencato:

1.Lettore con display integrato, preferibilmente portatile per l'utilizzo in sala operatoria, ergonomico, maneggevole

2.Tecnologia RFDI o simile atta alla riduzione al minimo delle interferenze elettromagnetiche con le apparecchiature in sala operatoria

3.Presenza di un marcitore RFDI, visibile sia sotto guida ecografica che stereotassica, rivestito da materiale altamente biocompatibile che riduca altresì al minimo la migrazione all'interno della mammella

4.Possibilità di impianto del marcitore RFDI all'interno della mammella almeno per 30 giorni, preferibilmente contraddistinto da un codice univoco

vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it

Dati Principali

Numero RDO

3588753

Nome RDO

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA - GUIDA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA COMPLETO DI MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SENOLOGIA

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Tipologia di procedura

Altro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI

ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE

OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI

ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

Date**Pubblicazione**

29/05/2023 12:43

Inizio presentazione offerte

29/05/2023 12:43

Termine ultimo presentazione offerte

01/06/2023 12:00

Data limite stipula contratto

01/06/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza

30

Dettaglio**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

9852402B53

CUP

-

CPV**Identificativo**
33100000-1**Descrizione**
Apparecchiature mediche**Categoria**
Apparecchiature
elettromedicali-Mepa**Fornitura**
100**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Termini di pagamento

60 GG DATA ACCERTAMENTO

Importo presunto fornitura

€ 62.615,00

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Documentazione Gara



Allegato DGUE.DOC

318.5 Kb

ALLEGATO DGUE

Inviti**Partita IVA****Ragione sociale**

05908740961

SYSMEX PARTEC ITALIA SRL

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA - GUIDA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA COMPLETO DI MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA UOSD
NUMERO RDO 3588753
SENOLOGIA

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

CF AMMINISTRAZIONE 02201130610

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

SYSMEX PARTEC ITALIA SRL

PARTITA IVA

05908740961

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	62615,00

Elenco dichiarazioni abilitazione

Specificare le tipologie di apparecchiature fornite

Apparecchiature per medicina generale

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	350000
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricoprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO
TELEMATICO**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico



Cognome	RIZZI	Nome	FLAVIA EMMA
Nato a	MILANO	Prov.:	MI
		Il 03/07/1966	
Domiciliato per la carica in		CORNAREDO	Prov.: MI
		CAP 20007	
Via/Piazza	Via Merendi N. 19		
Tel. 02 89450500	Fax 02 89450550		Cod. Fisc. RZZFVM66L43F205M
IN QUALITÀ DI			
<input type="checkbox"/> Persona fisica X Procuratore della Persona giuridica SYSMEX PARTEC ITALIA SRL			
<input type="checkbox"/> Legale rappresentante della Persona giuridica			
DICHIARA			
<input type="checkbox"/> che, ad integrazione dell'offerta n. FY23_24/SENTIMAG/TOERI022 per RDO 3588753 - l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che è stata applicata nr. 1 marca da bollo da euro 16 cad - totale € 16,00 avente: IDENTIFICATIVO/I n. 01211144401771 e data 30/05/2023			
<input type="checkbox"/> di essere a conoscenza che l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.			

Luogo e data

Cornaredo, 30/05/2023

Firma autografa leggibile o digitale

RIZZI FLAVIA EMMA
Procuratore
Sysmex Partec Italia srl

Spett.le
AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Via Ferdinando Palasciano
81100 Caserta

Alla c.a. U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA
e-mail tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it

Cornaredo, 30 maggio 2023

Numero offerta: FY23_24/SENTIMAG/TOERI022_Vendita

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA SENTIMAG®, PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA, MARCATORI MAGSEED®/MAGTRACE® e CONSUMABILE NEL QUANTITATIVO DI SEGUITO SPECIFICATO – RDO: 3588753

Spettabile Ente,

a seguito della Vostra richiesta La società Sysmex Partec Italia srl, con sede legale ed operativa in Via Merendi 19 – CAP 20007 Cornaredo (MI) – Partita IVA/C.F.: 05908740961 – R.E.A Milano 2126339 – tel.: 02 89450500; fax: 02 89450550 e-mail: Ufficiogare@sysmex-partec.it sito web: www.sysmex-partec.it; PEC: sysmex@legalmail.it,

INVIA LA SUA MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA di NR. 1 SISTEMA SENTIMAG®



FORNITURA IN VENDITA DI STRUMENTO NUOVO DI FABBRICA

Denominazione Prodotto	Codice Prodotto	Codice CND	Codice RDM
Sistema Sentimag® SMS02*: Sistema Completo dei seguenti codici: <ul style="list-style-type: none">- SMB02: Sentimag® Base Unit- SMP02: Sentimag® Probe Assembly- SMA: Sentimag® Footswitch Assembly- SMC02: Sentimag® Probe Test Phantom- SMH02: Sentimag® Probe Holder <p>Inclusivo di cavo di alimentazione, Codice: SPC02EU Sentimag® Power Cord G2-EU</p>	SE000203	Z129099	768928

Totale fornitura strumento nuovo	Euro 30.000,00 + IVA (Euro trentamila/00) Iva esclusa
---	--

La fornitura prevede interventi di assistenza tecnica solo per la durata della garanzia: 12 mesi dalla data collaudo con esito positivo.

Per gli anni successivi alla garanzia non è prevista alcuna copertura e/o manutenzione dello strumento, ma è possibile attivare un contratto di assistenza tecnica annua € 2.500,00+IVA (Euro duemilacinquecento/00)

Nel periodo di garanzia sono inclusi eventuali interventi tecnici ad esclusione di quelli dovuti a negligenze dell'operatore o ad un uso del sistema non corretto rispetto al manuale d'uso (Malpractice). In questo caso verrà predisposto preventivo di riparazione da sottoporre alla S.V. e tale costo non è compreso nel seguente contratto di VENDITA.

CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA

Le condizioni di assistenza tecnica sono descritte nell'allegato che va firmato per accettazione; a solo titolo esplicativo ma non esaustivo si precisa che le condizioni di assistenza sono tecniche sono di carattere Full Risk ad esclusione di quanto segue:

- SPI non è responsabile per guasti dovuti a:
 - ✓ manomissione, caso fortuito o forza maggiore;
 - ✓ Malpractice: errato uso dell'alimentazione elettrica, colpa o dolo da parte del Cliente o del suo personale
 - ✓ Imperizia o dolo con danneggiamenti di parti monolitiche / statiche.

MARCATORI: **n. 50 kit consumabile monouso MAGTRACE**
n. 50 kit consumabile monouso MAGSEED

A) MARCATORE MONOUSO MAGSEED® E MAGTRACE®

Denominazione e confezionamento del Prodotto	Codice Prodotto	Codice CND	Codice RDM	Prezzo offerto a confezione (Iva esclusa)	Prezzo offerto unitario (Iva esclusa)	Quantità (confezioni offerte per anno)	Prezzo totale annuo (Iva esclusa)
Magtrace (10 fiale) Confezionamento: (10 pezzi)	MTVC10	V9099	1755950	3.000,00 Euro (tremila/00)	300,00 Euro (trecento/00)	5 confezioni ognuna da 10 Magtrace	15.000,00 Euro (quindicimila/00)

Denominazione e confezionamento del Prodotto	Codice Prodotto	Codice CND	Codice RDM	Prezzo offerto a confezione (Iva esclusa)	Prezzo offerto unitario (Iva esclusa)	Quantità (confezioni offerte per anno)	Prezzo totale annuo (Iva esclusa)
Magseed 18ga X 07 cm Confezionamento: (10 pezzi)	SM18-1-07	Z129099	1617125	3.100,00 Euro (tremilacento/00)	310,00 Euro (trecentodici/00)	4 confezioni ognuna da 10 Magseed	12.400,00 Euro (dodicimilaquattrocento/00)
Magseed 18ga X 12 cm Confezionamento: (10 pezzi)	SM18-1-12	Z129099	1617125	3.100,00 Euro (tremilacento/00)	310,00 Euro (trecentodici/00)	1 confezione ognuna da 10 Magseed	3.100,00 Euro (tremilacento/00)

Totale fornitura marcatori

Euro 30.500,00 + IVA

(Euro trentamilacinquecento/00) Iva esclusa

CONSUMABILI NECESSARI

Per il numero di procedure richieste è necessario fornirsi del seguente consumabile

Nr. 10 confezioni da 20 pezzi di rettatori cod BT028SU

Denominazione e confezionamento del Prodotto	Codice Prodotto	Codice CND	Codice RDM	Prezzo offerto a confezione (Iva esclusa)	Prezzo offerto unitario (Iva esclusa)	Quantità (confezioni offerte per anno)	Prezzo totale annuo (Iva esclusa)
SUSI® Divaricatore Roux, 170 mm (confezione 20 pezzi)	BT028SU	V9099	610727	96,00 Euro (novantasei/00)	4,80 Euro (quattro/80)	10 confezioni indivisibile da 20 pezzi	960,00 Euro (novecentosessanta/00)

Pinze richieste come da Vostro chiarimento:

Denominazione e confezionamento del Prodotto	Codice Prodotto	Codice CND	Codice RDM	Prezzo offerto a confezione (Iva esclusa)	Prezzo offerto unitario (Iva esclusa)	Quantità (confezioni offerte per anno)	Prezzo totale annuo (Iva esclusa)
SUSI® Pinzetta anatomica Cusching, 200mm (confezione 20 pezzi)	BD239SU	V9099	297459	64,00 Euro (sessantaquattro/00)	3,20 Euro (tre/20)	5 confezioni indivisibile da 20 pezzi	320,00 Euro (trecentoventi/00)
SUSI® Pinzetta diss. WAUGH 1x2D, 200mm (confezione 20 pezzi)	BD671SU	V9099	297463	64,00 Euro (sessantaquattro/00)	3,20 Euro (tre/20)	5 confezioni indivisibile da 20 pezzi	320,00 Euro (trecentoventi/00)
SUSI® Pinza emostatica Birkett ret 185mm (confezione 20 pezzi)	BH196SU	V9099	297596	103,00 Euro (centotré/00)	5,15 Euro (cinque/15)	5 confezioni indivisibile da 20 pezzi	515,00 Euro (cinquecentoquindici/00)

Totale complessivo fornitura	Euro 62.615,00 + IVA (Euro sessantaduemilaseicentoquindici/00) Iva esclusa
-------------------------------------	---

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA COMUNICAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE OFFERTA - file: Aggiornamento Sistema Informatico

Condizioni di fornitura:

I.V.A.: I prezzi offerti sopra indicati sono al netto dell'aliquota IVA di legge pari al 22% a Vs. Carico

Modalità di pagamento: BB 30gg data fattura

Consegna: strumento: entro 15gg lavorativi data ordine

Marcatori e consumabili: minimo 3 massimo 15 gg fatta salva la disponibilità della merce

Ulteriori condizioni di fornitura:

- Si allegano condizioni di vendita, fornitura ed assistenza tecnica.

Cordiali saluti

Rizzi Flavia Emma
Procuratore
Sysmex Partec Italia srl

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

FORNITURA DI N. 1 SISTEMA - GUIDA PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI NON PALPABILI DELLA MAMMELLA COMPLETO DI MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA UOSD SENOLOGIA- CIG: [9852402B53]

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €36.600,00

- è di competenza dell’esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010204010 - attrezzature sanitarie da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €19.895,15

- è di competenza dell’esercizio 2023 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 3 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €19.895,15

- è di competenza dell’esercizio 2024 , imputabile al conto economico 5010107010 - Dispositivi Medici da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/06/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito