

---

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 900 del 03/10/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: : DGR N. 54 DEL 08/02/2023 – POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA [CUP G24E23000160006] - AGGIUDICAZIONE CIG: [lotto 1: 98617383A5]**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 03/10/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*  
*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*  
*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*  
*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*  
*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*  
*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** : DGR N. 54 DEL 08/02/2023 – POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA [CUP G24E23000160006] - AGGIUDICAZIONE CIG: [lotto 1: 98617383A5]

### **IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- con Deliberazione n. 435 del 11/05/2023 quest’Azienda ha preso atto della DGRC 54 del 08/02/2023 e in coerenza con l’Azione 1.6.1 del POR Campania FESR 2014-2020 ha rimodulato le proposte progettuali, già precedentemente inviate, con nota prot. 7058 del 03/03/2023, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania, di seguito riportate:
  - o Progetto n. 1, avente titolo, “*Rafforzare la capacità di risposta dell’AORN, a seguito della crisi pandemica, nell’ambito delle reti IMA e ICTUS del SSR mediante il potenziamento di tecnologie di alta fascia*” per un importo complessivo di € 2.552.703,60 iva compresa e CUP G24E23000150006;
  - o Progetto n. 2, avente titolo, “*Potenziamento delle attrezzature sanitarie per incrementare le attività prestazionali ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, l’efficientamento della rete oncologica e il raggiungimento degli obiettivi della DGRC 210/2022*” per un importo complessivo di € 1.176.640,00 iva compresa e CUP G24E23000160006;
- con la medesima deliberazione è stato confermato quale RUP, ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Direttore dell’UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA, ing. Vittorio E. Romallo;
- tra gli interventi afferenti al “*Progetto 2*” è previsto l’approvvigionamento, mediante procedura di gara autonoma, di:

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- o n. 1 Microscopio operatorio per otorinolaringoiatria;

**Considerato che**

- al fine di provvedere all’approvvigionamento in parola, l’U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA ha attivato sulla piattaforma MePa/Consip, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs n.36/2023., la RdO (richiesta di offerta) n. 3696531 del 08/08/2023 con previsione di spesa pari ad € 120.000,00 oltre iva e con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs n.36/2023, distinta in n. 1 Lotto come di seguito specificato:
  - ✓ Lotto 1 – Fornitura n. 1 Microscopio operatorio – importo a base d’asta € 120.000,00 oltre iva [CIG:98617383A5];
- alla procedura in parola sono stati invitati tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA Consip al Bando/Categoria “BENI - Forniture specifiche per la Sanità”, così come riportato nei dati di riepilogo della RdO allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 07/09/2023, alle ore 12:00, sono scaduti i termini e risultano pervenute n.2 offerte per il Lotto 1 da parte dell’operatore economico LEICA MICROSYSTEMS e dell’operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 14/09/2023 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle suddette offerte tecniche telematiche pervenute;

**Letti**

i verbali n.1 del 20/09/2023, n.2 del 27/09/2023 e n. 3 del 29/09/2023 della Commissione Giudicatrice allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che**

- dalle risultanze dei punteggi tecnici ed economici, così come dai verbali della Commissione giudicatrice, la graduatoria di merito della **RDO n. 3696531 del 08/08/2023, costituita da n.1 Lotto** che ne deriva è stata riportata nella tabella di seguito specificata:

**Tabella LOTTO 1**

*Deliberazione del Direttore Generale*

<b>Concorrente</b>	<b>Valore complessivo dell'offerta iva esclusa</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Punteggio economico</b>	<b>Punteggio complessivo</b>
LEICA MICROSYSTEM S	<b>€ 106.309,34</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>75</b>
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	<b>Concorrente escluso</b>			

**Visto**

il D. Lgs n.36/2023;

**Ritenuto**

- di prendere atto della graduatoria finale di cui al Lotto 1 della **RDO n. 3696531 del 08/08/2023** aggiudicata all'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS per un importo complessivo pari ad € 106.309,34 oltre iva 22%;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di prendere atto della graduatoria finale di cui al Lotto 1 della **RDO n. 3696531 del 08/08/2023** aggiudicata all'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS per un importo complessivo pari ad € 106.309,34 oltre iva 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di € 129.697,39 i.v.a. inclusa 22% sul conto economico n. 1010204010- ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2023;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

3. di imputare il costo sostenuto ai finanziamenti attesi per i fondi POR Campania FESR 2014/2020 nell’ambito dell’“Azione 1.6.1 – Forniture e attrezzature sanitarie” come previsto dalla DGRC n. 54 del 08.02.2023;
4. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG [Lotto1: 98617383A5] e il CUP [G24E23000160006];
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Otorinolaringoiatria, Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
8. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di utilizzare le apparecchiature;

**Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA**

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA Ing. Vittorio Emanuele Romallo;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica

(art.6, punto 1, lett. E del Regolamento Aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. di prendere atto della graduatoria finale di cui al Lotto 1 della **RDO n. 3696531 del 08/08/2023** aggiudicata all’operatore economico LEICA MICROSYSTEMS per un importo complessivo pari ad € 106.309,34 oltre iva 22%;
2. di imputare la spesa complessiva di € 129.697,39 i.v.a. inclusa 22% sul conto economico n. 1010204010- ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio 2023;
3. di imputare il costo sostenuto ai finanziamenti attesi per i fondi POR Campania FESR 2014/2020 nell’ambito dell’“Azione 1.6.1 – Forniture e attrezzature sanitarie” come previsto dalla DGRC n. 54 del 08.02.2023;
4. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG [Lotto1: 98617383A5] e il CUP [G24E23000160006];
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché alle uu.oo.cc. Otorinolaringoiatria, Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato.
7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
8. di rendere la stessa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di utilizzare le apparecchiature;

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

Tipologia di Rdo: RdO Evolute

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA UOC  
OTORINOLARINGOIATRIA****Dati Principali**

<b>Numero RDO</b>	<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<b>Numero Lotti</b>
3696531	Miglior Rapporto Qualità Prezzo	1

**Nome RDO**

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OPERATORIO PER LA

**Tipologia di procedura**

Procedura negoziata senza bando per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, da 140.000 fino alle soglie comunitarie

**Tipologia di contratto**

Appalto di forniture

**Bandi istitutivi di riferimento**

Beni

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

**Ruoli e Autorizzazioni****Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO  
RMLVTR63R04L219T

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

**Stazione Appaltante**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI  
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

**Ente Committente**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI  
ZOOPROFILATTICI > AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

**Date****Pubblicazione** 08/08/2023 14:15**Inizio presentazione offerte** 08/08/2023 14:15**Termine ultimo presentazione offerte** 07/09/2023 12:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 30/08/2023 12:00**Data limite stipula contratto** 07/09/2024 12:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

60

**Svolgimento della prima seduta pubblica** 07/09/2023 15:00

**Lotti****Lotto 1****Criterio Aggiudicazione**

Miglior Rapporto Qualità Prezzo

**CIG**

98617383A5

**CUP**

G24E23000160006

**Buste**

3

**CPV**Identificativo  
33100000-1Descrizione  
Apparecchiature medicheCategoria  
Apparecchiature elettromedicali-  
MepaFornitura  
100**Importo oggetto di offerta**

Importo base d'asta

**Importo base d'asta**

€ 120.000,00

**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO MERCI PRESTAZIONE SERVIZI

**Punteggio tecnico massimo**

70

**Punteggio economico massimo**

30

**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA);Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

**Dettaglio Buste**

Ordine di apertura      1°      2°      3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 2° Busta	TECNICA	Tecnica	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

## Documentazione di Gara

**Allegato 1A Capitolato Speciale.pdf****788.1 Kb****CAPITOLATO SPECIALE**

---

**Allegato 1B Specifiche minime e griglia valutazione offerte.docx****87.5 Kb****Allegato 1B Specifiche minime e griglia valutazione offerte**

---

**Allegato 1C Questionario tecnico.docx****84.1 Kb****Allegato 1C Questionario tecnico**

---

**Allegato 1D Scheda Tecnica.docx****85.9 Kb****Allegato 1D Scheda Tecnica**

**Allegato 2A Schema di domanda di partecipazione.docx****85.3 Kb****Allegato 2A Schema di domanda di partecipazione**

---

**Allegato 2B DGUE.DOC****320.0 Kb****ALLEGATO DGUE**

---

**Allegato 3 Schema di offerta economica.docx****83.9 Kb****Allegato 3 Schema di offerta economica**

---

**Disciplinare di gara.pdf****819.9 Kb****DISCIPLINARE DI GARA**



**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di apparecchiature per le esigenze della u.o.c.  
Otorinolaringoiatria - RDO n.3696531 del 08/09/2023.

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.1 del 20/09/2023**

In data 20/09/2023, alle ore 09:30 circa presso gli uffici della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA di questa AORN, ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta Deliberazione del Direttore Generale N. 801 del 14/09/2023, composta come segue:

1. Ing. Vittorio E. Romallo – RUP e Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Presidente;
2. Ing. Roberta Aprea – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente;
3. Ing. Maria Longobardo – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente e Segretario verbalizzante;

**Premesso che**

- i componenti della predetta Commissione hanno compilato e sottoscritto l'apposito modulo per la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.
- la gara è distinta in n.1 Lotto di seguito specificato:
  - ✓ Lotto 1: n.1 microscopio Operatorio per le esigenze della u.o.c. Otorinolaringoiatria;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.


La Commissione prende atto che per il Lotto 1 hanno partecipato le seguenti società:

1. LEICA MICROSYSTEMS;
2. CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO

La Commissione prende atto dell'assenza di chiarimenti relativi al Lotto di che trattasi e procede alla valutazione delle n. 2 offerte tecniche telematiche presentate dagli operatori economici LEICA MICROSYSTEMS e CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO.

Relativamente all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS, la Commissione rileva la conformità della medesima in merito al possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara.

Relativamente all'offerta tecnica presentata dall'operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO, la Commissione ritiene di dover chiedere mezzo pec il chiarimento di seguito rappresentato: "*Spett.le Società, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di voler specificare maggiormente e più precisamente i seguenti requisiti minimi: 1. Controllo del fuoco del chirurgo - Indipendente da quello dell'assistente Si chiede in particolare di indicare la pagina del manuale d'uso dove si evince che il controllo*



*della messa a fuoco del chirurgo e del secondo operatore è disgiunto; a tal fine, si voglia specificare con quali comandi e/o manopole i due operatori possono agire in maniera disgiunta sulla messa a fuoco.*  
**2. Oculare 12.5×17B - 8.33×22B** *Si voglia indicare la pagina di quale documento di gara nella quale è possibile reperire il possesso dell'oculare 8.33×22B.”*

La commissione sospende i lavori e resta in attesa del riscontro alla summenzionata pec, che dovrà pervenire tassativamente **entro e non oltre le ore 12:00 del 26/09/2023**.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 14:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Vittorio E. Romallo – RUP e Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Presidente

Vittorio E. Romallo

Ing. Roberta Aprea – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente

Roberta Aprea

Ing. Maria Longobardo – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA – Componente e Segretario verbalizzante

Maria Longobardo

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di apparecchiature per le esigenze della u.o.c.  
Otorinolaringoiatria - RDO n.3696531 del 08/08/2023.

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 27/09/2023**

In data 27/09/2023, alle ore 12:00 circa presso gli uffici della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA di questa AORN, ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata giusta Deliberazione del Direttore Generale N. 801 del 14/09/2023, composta come segue:

1. Ing. Vittorio E. Romallo – RUP e Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Presidente;
2. Ing. Roberta Aprea – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente;
3. Ing. Maria Longobardo – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente e Segretario verbalizzante;

Premesso che

- Con verbale n. 1 del 20/09/2023, la Commissione ha chiesto mezzo pec in data 20/09/2023 dei chiarimenti all'operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO in merito a n. 2 requisiti minimi previsti dalla documentazione tecnica di gara;
- la Commissione prende atto del riscontro al chiarimento pervenuto in data 25/09/2023 dall'operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO mezzo pec, come qui di seguito riportato:  
*“Buongiorno, di seguito le risposte ai chiarimenti con i riferimenti richiesti: 1. Controllo del fuoco del chirurgo - Indipendente da quello dell'assistente Si chiede in particolare di indicare la pagina del manuale d'uso dove si evince che il controllo della messa a fuoco del chirurgo e del secondo operatore è disgiunto; a tal fine, si voglia specificare con quali comandi e/o manopole i due operatori possono agire in maniera disgiunta sulla messa a fuoco. In ZEISS TIVATO 700 non è necessario avere un comando con cui l'operatore possa agire in maniera disgiunta sulla messa a fuoco. Il percorso ottico garantisce ai due operatori di avere sempre la stessa messa a fuoco. Gli oculari del primo e del secondo osservatore sono dotati di compensazione delle ametropie (+5/-8dpt) in modo da correggere eventuali differenze di fuoco tra primo e secondo osservatore dovute a difetti ottici. Riferimento pag. 211-212 del manuale d'uso ZEISS TIVATO 700 fornito in allegato. 2. Oculare 12.5×17B - 8.33×22B Si voglia indicare la pagina di quale documento di gara nella quale è possibile reperire il possesso dell'oculare 8.33×22B. Il microscopio ZEISS TIVATO 700 non è dotato di oculari 8.33X22B. Tutti gli oculari del microscopio ZEISS TIVATO 700 sono a innesto magnetico, grandangolari, con fattore d'ingrandimento 10x [12,5x opzionali], con compensazione*

*MF ML NF*

*delle ametropie (+5/-8dpt), idonei anche a portatori di occhiali, dotati di distanziatori regolabili per le orbite. Riferimento pag. 211-212 del manuale d'uso ZEISS TIVATO 700 fornito in allegato.”*

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione prende atto quindi che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO non risulta conforme ai requisiti minimi richiesti, data l'assenza degli oculari 8.33X22B; pertanto, la Commissione decide di escludere l'operatore economico CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO dalle successive fasi di gara.

La Commissione, procede quindi, all'attribuzione dei punteggi qualitativi, secondo i criteri stabiliti dalla documentazione di gara, dell'unica offerta tecnica giudicata conforme, così come riportato nella tabella allegata (All. 1).

La Commissione procede all'apertura dell'offerta economica su piattaforma Me.Pa. presentata dall'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS e decide di richiedere mezzo pec all'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS le delucidazioni di seguito rappresentate: “*Spett.le Società, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di voler confermare che la configurazione economica del microscopio offerta in gara comprenda quanto di seguito riportato: 1. Tubo binoculare con movimento a 180° - 2. Oculari 8.33 x 22B e 12.5 x17B Così come dichiarato nell' Allegato 1.D “SPECIFICHE MINIME E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.*

La commissione sospende i lavori e resta in attesa del riscontro alla summenzionata pec, che dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 29/09/2023.

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante. La seduta viene chiusa alle 15:30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo - Presidente e RUP Vittorio Emanuele Romallo

Ing. Roberta Aprea - Componente - Roberta Aprea

Ing. Maria Longobardo - Componente e Segretario verbalizzante - Maria Longobardo

ALL.1

<b>PARAMETRO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>	<b>MODALITA' DI ATTRIBUZIONE</b>	<b>PUNTI</b>	<b>LEICA</b>
Sistema di illuminazione e lampada a fessura	Capacità di trasmissione della luce verso il campo operatorio	10 punti Tabellare	NO 0 PUNTI
Dotazione di oculare 10x21B		5 punti Tabellare SI 5 punti	SI 5 PUNTI
In caso di dotazione di Obiettivi con messa a fuoco micrometrica da f=200, 250, 300 mm		5 punti Tabellare SI 0 punti	NO 0 PUNTI
Nel caso il sistema venga offerto con videocamera per la ripresa di immagini video oppure fisse a 4K UHD.		10 punti Tabellare SI 10 punti NO 0 punti	NO 0 PUNTI
Dotazione di Interfaccia per la condivisione delle immagini video e fotografiche in remoto		5 punti Tabellare SI 5 punti NO 0 punti	SI 5 PUNTI
Dotazione di Schermi integrati di varie misure per la migliore visualizzazione durante le procedure ENT.		5 punti Tabellare SI 5 punti NO 0 punti	SI 5 PUNTI
Modulo fluorescenza indocianina-green e fluoresceina incluso in offerta		10 punti Tabellare SI 10 punti NO 0 punti	SI 10 PUNTI
Adattatore video integrato per collegamento di fotocamere con monture C esterna		5 punti Tabellare SI 5 punti NO 0 punti	SI 5 PUNTI
Dotazione di monitor > 21"	Ogni singolo "> di 21" sarà attribuito 1 punto	Max 5 punti	27" 5 PUNTI
Garanzia full-risk >12 mesi	Tabellare 12 mesi = 0 punti 24 mesi = 5 punti 36 mesi = 10 punti	Max 10 punti 36 MESI 10 PUNTI	45 PUNTI
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>70 PUNTI</b>	<b>45 PUNTI</b>

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di apparecchiature per le esigenze della u.o.c.  
Otorinolaringoiatria - RDO n.3696531 del 08/09/2023.

**VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 29/09/2023**

In data 29/09/2023, alle ore 13:00 circa presso gli uffici della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA di questa AORN, ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano Caserta, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata giusta Deliberazione del Direttore Generale N. 801 del 14/09/2023, composta come segue:

1. Ing. Vittorio E. Romallo – RUP e Direttore UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Presidente;
2. Ing. Roberta Aprea – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente;
3. Ing. Maria Longobardo – Ingegnere Biomedico UOC Tecnologia Ospedaliera e HTA –Componente e Segretario verbalizzante;

Premesso che

L'Ing. Roberta Aprea partecipa alla presente seduta riservata in modalità remota;

- Con verbale n. 2 del 27/09/2023, la Commissione ha richiesto mezzo pec all'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS delucidazioni in merito alla configurazione economica del microscopio offerta in gara, così come dichiarato nell' Allegato 1.D “SPECIFICHE MINIME E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.
- La Commissione prende atto del riscontro alla summenzionata richiesta pervenuto in data 28/09/2023 dall'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS mezzo pec, come qui di seguito riportato:  
*“Con la presente siamo a confermare che la configurazione economica del microscopio offerta in gara comprende quanto di seguito riportato: 1. Tubo binoculare con movimento a 180° - 2. Oculari 8.33 x 22B e 12.5 x17B come dichiarato nell' Allegato 1.D “SPECIFICHE MINIME E GRIGLIA DIVALUTAZIONE DELLE OFFERTE”.”*

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione prende atto quindi che l'offerta economica presentata dall'operatore economico LEICA MICROSYSTEMS risulta conforme ai requisiti richiesti nella documentazione di gara, procedendo alla graduatoria finale risultante dal portale Me.Pa (All.1).

Terminate le predette operazioni, il Presidente della Commissione chiude la seduta alle ore 14:30 circa consegnando gli atti di gara per la custodia al Segretario verbalizzante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo - Presidente e RUP



Ing. Roberta Aprea - Componente – Collegamento in modalità remota

Ing. Maria Longobardo - Componente e Segretario verbalizzante -



# Graduatoria Definitiva

ALLA

Selezione lotto

microscopio operatorio

## Lotto 1 - microscopio operatorio

Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità prezzo

N. partecipazione	Denominazione concorrente	Valore complessivo offerta	Punteggio complessivo	Stato aggiudicazione	Proposta aggiudicazione
84 1406	LEICA MICROS ...	-	75	AMMESSO	RIMUOVI PROPOSTA

ME  
M



*REGIONE CAMPANIA*  
*AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*  
*"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"*  
*CASERTA*

---

**PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA**

**Allegato 3**

**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**

U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA  
AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E  
SAN SEBASTIANO" DI CASERTA  
VIA FERDINANDO PALASCIANO  
81100 CASERTA

**OGGETTO:PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN  
MICROSCOPIO OPERATORIO PER ESIGENZE DELLA U.O.C.  
OTORINOLARINGOIATRIA**

La società/ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL domiciliata in BUCCINASCO (MI), VIA EMILIA 26 legalmente rappresentata dal sottoscritto ALESSANDRA FERRARIS con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara costituita dal Disciplinare di gara, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati e dallo schema di contratto che si intendono accettati in ogni loro parte,

**DICHIARA (O DICHIARANO)**

- di concorrere alla gara in oggetto per il seguente Lotto: N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C.
- OTORINOLARINGOIATRIA
- CIG 98617383A5
- CUP G24E23000160006G
- di offrire il seguente prezzo complessivo: Euro 106.309,34;
- che l'aliquota IVA applicabile è pari al 22,00 %

**CONFERMA (O CONFERMANO)**

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e

**DICHIARA (O DICHIARANO)**

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione, e di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 365 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una formale revoca;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali

e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa sono: ..... e i costi relativi alla manodopera sono: .....
- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara.

Il concorrente prende, infine, atto che i termini stabiliti nella documentazione di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

Ns. Rif. 2023-479

Buccinasco, 04 settembre 2023

Firma

**Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lvo n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) da Alessandra Ferraris (Procuratore - Leica Microsystems srl)**

**REGIONE CAMPANIA**  
**AO "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA**  
**VIA FERDINANDO PALASCIANO,**  
**81100 CASERTA (CE)**

Ns. Rif. 2023-479

Buccinasco, 04 settembre 2023

**OGGETTO: RDO 3696531 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO OPERATORIO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA**

**OFFERTA ECONOMICA - ELENCO ANALITICO**

Codice	Descrizione	Qty	Prezzo netto	IVA
10448704	Corpo ottico M530 per ULT 530	1	€ 24.049,21	22,00%
10446058	Vetro protettivo M50xx, M620	2	€ 129,09	22,00%
10448950	Stativo PROvid (Premium)	1	€ 33.682,91	22,00%
10445665	Cavo di alimentazione, 5 m, EURO	1	€ 20,59	22,00%
10449022	Leica ULT530	1	€ 7.102,94	22,00%
10446797	Tubo binoculare var. 30-150°, tipo II L	1	€ 4.118,44	22,00%
10448028	Oculare x port. di occh. 10x/21B, tipo II	2	€ 677,69	22,00%
10449142	Leica FL560 KIT per M530 OH6/OHX/PROVIDO	1	€ 5.563,95	22,00%
10448597	Attacco stereo per il 2° osservatore	1	€ 2.540,50	22,00%
10446574	Tubo binoculare inclinato, tipo II	1	€ 2.212,79	22,00%
10448028	Oculare x port. di occh. 10x/21B, tipo II	2	€ 677,69	22,00%
10449016	Leica HD C100 para ULT530	1	€ 12.160,00	22,00%
10448978	Kit supporto Docuset PROvid HD C100	1	€ 470,16	22,00%
10448858	Monitor HD medicale 27"	1	€ 1.944,05	22,00%
10448887	Cavo alimentazione FSN	1	€ 38,95	22,00%
10448997	Braccio del monitor PROvid	1	€ 1.274,15	22,00%
10445569	Protezione antipolvere M600	1	€ 52,86	22,00%
9I_SO_CLASS_D	Serv.di Installazione	1	€ 965,91	22,00%
9WA_SO_CLASS_D	Warranty Extension (0PM)	2	€ 8.627,46	22,00%
Importo complessivo offerto				€ 106.309,34
22,00%				

Distinti saluti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lvo n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) da Alessandra Ferraris (Procuratore - Leica Microsystems srl)



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:**

**: DGR N. 54 DEL 08/02/2023 – POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA [CUP G24E23000160006] - AGGIUDICAZIONE CIG: [lotto 1: 98617383A5]**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €129.697,39

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 1010204010 - Attrezzature sanitarie

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/10/2023

**il Direttore  
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Carmela Zito**