

## Deliberazione del Direttore Generale N. 223 del 26/02/2025

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PINZE PER CHIRURGIA DELLA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA – CHIRURGIA VITREORETINICA PER LE ESIGENZE DELLA UOC OCULISTICA**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 26/02/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

Guentano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Ferdinando Frigeri - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

**Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PINZE PER CHIRURGIA DELLA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA – CHIRURGIA VITREORETINICA PER LE ESIGENZE DELLA UOC OCULISTICA**

**IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- con nota Prot. n. 1420 del 15/01/2025 (Allegato n. 1) il Direttore f.f. della UOC Oculistica, Dott. Valerio Piccirillo, ha chiesto al Servizio Scrivente la fornitura di pinze modello ILM e pinze coccodrillo per chirurgia della membrana limitante interna – chirurgia vitreoretinica, trasmettendo altresì i parametri per l'attribuzione dei punteggi qualità;
- la Direzione sanitaria ha espresso parere favorevole all'acquisto della suddetta fornitura;

**RILEVATO CHE** la UOC Provveditorato ed Economato ha elaborato la seguente documentazione di gara:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità;

**VISTI** gli artt. 25, comma 2, 55 e 108, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

**RITENUTO** pertanto di

- indire una procedura telematica per l'affidamento della fornitura di pinze modello ILM e pinze coccodrillo per chirurgia della membrana limitante interna – chirurgia vitreoretinica, per le esigenze della UOC Oculistica da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo presunto di € 68.600,00 IVA esclusa;
- approvare la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità;

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

*Deliberazione del Direttore Generale*

### **PROPONE**

**I – DI INDIRE** una procedura telematica per l'affidamento della fornitura di pinze modello ILM e pinze coccodrillo per chirurgia della membrana limitante interna – chirurgia vitreoretinica, per le esigenze della UOC Oculistica da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo presunto di € 68.600,00 IVA esclusa;

**II – DI APPROVARE** la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità;

**III -DI PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie al competente conto di bilancio;

**IV – DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI – DI NOMINARE** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, quale Rup il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di affidamento;

**VII – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie e Oculistica.

*L'estensore*

*Dott.ssa Maria Fatima Corvino*

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**  
*Dott.ssa Teresa Capobianco*

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti dagli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## IL DIRETTORE GENERALE

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Favorevole

Il Direttore Amministrativo

Avv. Amalia Carrara

Favorevole

## DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**I – INDIRE** una procedura telematica per l'affidamento della fornitura di pinze modello ILM e pinze coccodrillo per chirurgia della membrana limitante interna – chirurgia vitreoretinica, per le esigenze della UOC Oculistica da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'importo complessivo presunto di € 68.600,00 IVA esclusa;

**II – APPROVARE** la documentazione di gara (*agli atti*) sotto elencata:

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità;

**III -PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie al competente conto di bilancio;

**IV – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**VI – NOMINARE** ex art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, quale Rup il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato, relativamente alla procedura in parola e sino alla fase di affidamento;

**VII – TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie e Oculistica.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano  
di Caserta

di rilievo nazionale e di alta specialità

UOC Oculistica

rettore f.f.: Dott. V. Piccirillo

## DIREZIONE SANITARIA

**Direttore Sanitario**  
dott.ssa Angela Annecchiarico

UOC Farmacia

Dir. : Dott.ssa M. Bisceglie

UOC Provveditorato

Dir : Dott.ssa T. Capobianco

**Oggetto: approvvigionamento di pinze per chirurgia della Membrana limitante interna - chirurgia vitreoretinica – pinze modello ILM e pinze coccodrillo - UOC Oculistica – Richiesta di validazione dalla Direzione Sanitaria**

Nel dare seguito alla email della UOC Provveditorato del 14/01/2025, con la presente si porta a conoscenza del Direttore Sanitario la richiesta in oggetto per eventuale parere favorevole, per gli adempimenti consequenziali di competenza in quanto trattasi di fornitura non subordinata al vaglio preventivo della Farmacia Ospedaliera.

Pertanto con la presente si chiede fornitura di pinze per chirurgia maculare modello pinze ILM e pinze coccodrillo necessarie per la microchirurgia del polo posteriore. Si fa presente che la tipologia di pinze richieste non è presente all'interno della gara aggiudicata con delibera 603 del, in quanto trattasi di dispositivi di recente introduzione nello scenario chirurgico più attuale (chirurgia mini invasiva) e come tali non disponibili all'epoca in cui fu redatto il capitolato di gara (2019/2020).

Di seguito le caratteristiche tecniche delle pinze in oggetto:

**PINZE ILM PER MACULORESSI 25 e 27 G:** Impugnatura ergonomica a 360°, chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura, rinforzo telescopico rigido, retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo. Lunghezza di lavoro dello stelo circa 33 mm, lunghezza della punta circa da 1 a 2.55 mm.

**PINZE MODELLO COCCODRILLO 25 e 27 G** : Impugnatura ergonomica a 360° , chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura, rinforzo telescopico rigido, retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo, Punta retta zigrinata " a coccodrillo " per presa valida delle membrane epiretiniche . Lunghezza di lavoro dello stelo circa 32 mm per tutte le misure, lunghezza della punta circa da 1.47 a 2.3 mm .

Si precisa che la valutazione delle suddette pinze deve essere fatta secondo criterio prezzo/ qualità

Le ditte fornitrice delle suddette pinze per chirurgia maculare sono :

ALCON , FCI , DORC , Baush Lomb

Segue scheda tecnica con tabella per la valutazione della qualità

**Scheda tecnica pinze per chirurgia della Membrana limitante interna - chirurgia vitreoretinica - pinze modello ILM e pinze coccodrillo - UOC Oculistica.**

Descrizione:	caratteristiche tecniche minime	Caratteristiche tecniche offerte
<b>PINZE ILM PER MACULORESSI 25 e 27 G</b>		
Impugnatura ergonomica a 360°	SI	
Chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura	SI	
rinforzo telescopico rigido, retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo	SI	
Lunghezza di lavoro dello stelo circa 33 mm, lunghezza della punta circa da 1 a 2.55 mm	SI	
<b>PINZE MODELLO COCCODRILLO 25 e 27 G</b>	SI	
Impugnatura ergonomica a 360°		
chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura, rinforzo telescopico rigido	SI	
retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo	SI	
Punta retta zigrinata " a coccodrillo " per presa valida delle membrane epiretiniche	SI	
Lunghezza di lavoro dello stelo circa 32 mm per tutte le misure, lunghezza della punta circa da 1.47 a 2.3 mm	SI	
<b>Tipologia e misure</b>	<b>Fabbisogno annuo</b>	
Pinze modello ILM 25 G	230	
Pinze modello ILM 27 G	30	
Pinze modello coccodrillo 25 G	120	
Pinze modello coccodrillo 27 G	30	

Importo complessivo presunto € 68.600 oltre IVA


Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie, nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella comporterà la non ammissione alla gara. La suddetta scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società partecipante alla gara.

Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte, in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra. Per ognuna delle voci di cui sopra si chiede di rispondere SI/NO, indicando la pagina della documentazione tecnica in cui rinvenire la specifica tecnica richiesta.

**TABELLA PARAMETRI DI VALUTAZIONE**

Modalità di attribuzione del punteggio	Modalità di attribuzione del punteggio	PUNTEGGIO MAX 70
<b>Caratteristiche costruttive:</b>		<b>Max punti 35/70</b>
Qualità del materiale	Discrezionale Sarà valutata la qualità dei vari elementi: scelta delle materie prime, provenienza, stabilimento e standard di produzione, lega, sede e standard di forgiatura, metodologie e standard qualitativi delle fasi di assemblaggio e dei trattamenti delle superfici e delle finiture	Max punti 35
<b>Verifica della campionatura:</b>		<b>Max punti 35/70</b>
Ergonomia	Discrezionale	Max punti 5
Elasticità	Discrezionale	Max punti 5
Maneggevolezza	Discrezionale	Max punti 5
Presa	Discrezionale	Max punti 5
Leggerezza	Discrezionale	Max punti 5
Robustezza	Discrezionale	Max punti 2,5
Finitura dei morsi	Discrezionale	Max punti 2,5
Assenza di sbavature di lavorazione	Discrezionale	Max punti 5
Omogeneità della satinatura	Discrezionale	Max punti 3
		Max punti 2

*Restando a disposizione per eventuali altri comunicazioni, si pongono distinti saluti.*

  
 Il Direttore UOC f.f.  
 A.O.R.N.Cattolica Malesciopoli Cagliari  
 U.O.C. Oculistica  
 Direttore / Dott. Valerio Piccirillo  
 CE 06838

**Richiesta pinze per chirurgia della membrana limitante interna - chirurgia vitreoretinica - pinze modello ILM e pinze coccodrillo**

---

**Da** provveditorato@ospedale.caserta.it <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
**A** oculistica <oculistica@ospedale.caserta.it>  
**Data** martedì 14 gennaio 2025 - 14:40

---

Al fine di dare seguito alla richiesta, che ad ogni buon fine si allega in copia, vorrete acquisire la preventiva validazione della Direzione Sanitaria Aziendale; tanto perchè trattasi di fornitura non subordinata al vaglio preventivo della Farmacia Ospedaliera.

Restasi in attesa di riscontro.

---

*U.O.C. Provveditorato ed Economato  
AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/232462  
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it  
PEC: provveditorato@ospedalecasertapec.it*

---

**PINZE PER UOC OCULISTICA.pdf**

Azienda Ospedaliera Sant'Anna

e San Sebastiano di Caserta

di rilievo nazionale e di alta specialità

**UOC Oculistica**

Direttore f.f.: Dott. V. Piccirillo

**UOC Farmacia**

*Dir. : Dott.ssa M. Bisceglie*

**UOC Provveditorato**

*Dir : Dott.ssa T. Capobianco*

**Obgetto : approvvigionamento di pinze per chirurgia della Membrana limitante interna - chirurgia vitreoretinica - pinze modello ILM e pinze coccodrillo - UOC Oculistica .**

Con la presente si chiede fornitura di pinze per chirurgia maculare modello pinze ILM e pinze coccodrillo necessarie per la microchirurgia del polo posteriore . Si fa presente che la tipologia di pinze richieste non è presente all'interno della gara aggiudicata con delibera 603 del , in quanto trattasi di dispositivi di recente introduzione nello scenario chirurgico più attuale ( chirurgia mini invasiva ) e come tali non disponibili all'epoca in cui fu redatto il capitolato di gara ( 2019/2020 ) .

Di seguito le caratteristiche tecniche delle pinze in oggetto :

**PINZE ILM PER MACULORESSI 25 e 27 G** : Impugnatura ergonomica a 360°, chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura, rinforzo telescopico rigido, retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo. Lunghezza di lavoro dello stelo circa 33 mm, lunghezza della punta circa da 1 a 2.55 mm .

**PINZE MODELLO COCCODRILLO 25 e 27 G** : Impugnatura ergonomica a 360° , chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura, rinforzo telescopico rigido, retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo, Punta retta zigrinata " a coccodrillo " per presa valida delle membrane epiretiniche . Lunghezza di lavoro dello stelo circa 32 mm per tutte le misure, lunghezza della punta circa da 1.47 a 2.3 mm .

Si precisa che la valutazione delle suddette pinze deve essere fatta secondo criterio prezzo/ qualità

Le ditte fornitrice delle suddette pinze per chirurgia maculare sono :

**ALCON , FCI , DORC , Baush Lomb**

**Segue scheda tecnica con tabella per la valutazione della qualità**

**Scheda tecnica pinze per chirurgia della Membrana limitante interna - chirurgia vitreoretinica - pinze modello ILM e pinze coccodrillo - UOC Oculistica.**

Descrizione:	caratteristiche tecniche minime	Caratteristiche tecniche offerte
<b>PINZE ILM PER MACULORESSI 25 e 27 G</b>		
Impugnatura ergonomica a 360°	SI	
Chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura	SI	
rinforzo telescopico rigido, retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo	SI	
Lunghezza di lavoro dello stelo circa 33 mm, lunghezza della punta circa da 1 a 2.55 mm	SI	
<b>PINZE MODELLO COCCODRILLO 25 e 27 G</b>		
Impugnatura ergonomica a 360°	SI	
chiusura sincronizzata e progressiva delle parti attive direttamente proporzionale alla pressione esercitata sull'impugnatura, rinforzo telescopico rigido retrattile nell'inserzione nel trocar, alla base dello stelo, che permette di evitare oscillazioni dello stelo e di avere sempre un controllo preciso da parte del chirurgo	SI	
Punta retta zigrinata " a coccodrillo " per presa valida delle membrane epiretiniche	SI	
Lunghezza di lavoro dello stelo circa 32 mm per tutte le misure, lunghezza della punta circa da 1.47 a 2.3 mm	SI	
Tipologia e misure		Fabbisogno annuo
Pinze modello ILM 25 G		230
Pinze modello ILM 27 G		30
Pinze modello coccodrillo 25 G		120
Pinze modello coccodrillo 27 G		30

Importo complessivo presunto € 68.600 oltre IVA.

Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzitutto predisposta sono da intendersi obbligatorie, nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella comporterà la non ammissione alla gara. La suddetta scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata dalla società partecipante alla gara.

Le Società concorrenti dovranno compilare la scheda sopra riportata, presentare depliant tecnici e illustrativi in lingua italiana di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte, in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di cui sopra. Per ognuna delle voci di cui sopra si chiede di rispondere SI/NO, indicando la pagina della documentazione tecnica in cui rinvenire la specifica tecnica richiesta.

**TABELLA PARAMETRI DI VALUTAZIONE**

Modalità di attribuzione del punteggio	Modalità di attribuzione del punteggio	PUNTEGGI MAX 70
<b>Caratteristiche costruttive:</b>		Max punti 35/70
<b>Qualità del materiale</b>	Discrezionale Sarà valutata la qualità dei vari elementi: scelta delle materie prime, provenienza, stabilimento e standard di produzione, lega, sede e standard di forgiatura, metodologie e standard qualitativi delle fasi di assemblaggio e dei trattamenti delle superfici e delle finiture	Max punti 2
<b>Verifica della campionatura:</b>		Max punti 35/70
Ergonomia	Discrezionale	Max punti 5
Elasticità	Discrezionale	Max punti 5
Maneggevolezza	Discrezionale	Max punti 5
Presa	Discrezionale	Max punti 5
Leggerezza	Discrezionale	Max punti 5
Robustezza	Discrezionale	Max punti 2
Finitura dei morsi	Discrezionale	Max punti 2
Assenza di sbavature di lavorazione	Discrezionale	Max punti 5
Orogenicità della satinatura	Discrezionale	Max punti 2

*Restando a disposizione per eventuali altri comunicazioni, si pongono distinti saluti.*

Il Direttore UOC f.f.  
Dott. Valerio Piccirillo  
A.O.R.N. San'Anna e San'Sebastiano - Casal  
U.O.C. Occhiali  
Dott. Valerio Piccirillo  
PE 0316

