



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 362 del 01/04/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: FORNITURA ANNUALE TRAMITE MEPA DI N.25 CIRCUITI MONOPAZIENTE PER ASSISTENZA CARDIOPOLMONARE A MEDIO TERMINE (ECMO) DA ESEGUIRE SECONDO LA MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE PERIODICA CON COMODATO D'USO DI N.2 APPARECCHIATURE PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA – NUOVA INDIZIONE

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/04/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: FORNITURA ANNUALE TRAMITE MEPA DI N.25 CIRCUITI MONOPAZIENTE PER ASSISTENZA CARDIOPOLMONARE A MEDIO TERMINE (ECMO) DA ESEGUIRE SECONDO LA MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE PERIODICA CON COMODATO D'USO DI N.2 APPARECCHIATURE PER LA UOC CARDIOCHIRURGIA – NUOVA INDIZIONE

Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del DG n. 250/2025, qui integralmente trascritta, nel prendere atto del parere di precontenzioso di cui alla delibera ANAC n.46 del 12/02/2025, si è proceduto *“a non aggiudicare la procedura negoziata, indetta con deliberazione del DG n.1075/2024.....”* per l'affidamento della fornitura annuale da eseguirsi secondo la modalità della somministrazione periodica di circuiti per assistenza cardiopolmonare a medio termine per n. 2 Apparecchiature Maquet Cardiohelp in dotazione alla UOC Cardiocirurgia;
 - con lo stesso provvedimento, si è dato atto che, permanendo l'esigenza di approvvigionarsi, sarebbe stata intrapresa nuova iniziativa d'acquisto;
 - in esecuzione del citato atto deliberativo, il Servizio scrivente ha richiesto (Prot. n. 8594/2025 – agli atti) al Direttore della predetta UOC, Dott. Andrea Montalto, di comunicare le specifiche tecniche della strumentazione e la modalità di aggiudicazione dell'*indicenda* procedura, evidenziando che *“ove l'affidamento debba effettuarsi secondo la modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa”* (art. 108, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e smi) dovranno specificarsi i *“parametri di valutazione ed i criteri motivazionali per l'espressione delle preferenze”*;
 - in data 20/03/2025, il precitato Direttore con Prot. n.9654 (agli atti), indirizzato – tra l'altro – a questo Servizio, nel confermare la tipologia della fornitura dei dispositivi *de quibus* (Circuiti per assistenza cardiopolmonare a medio termine, certificati per un utilizzo continuo fino a 30 giorni), ha indicato i requisiti minimi della fornitura e le *“caratteristiche a punteggio”*, dovendosi effettuare l'affidamento in questione ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.Lgs. citato (70 pq/30 pp);
 - in data 21/03/2025, il medesimo Servizio, attesa l'esigenza di garantire la correttezza dell'istruttoria preventiva *de qua*, ha invitato il Direttore della Struttura richiedente (Prot. n.9812 – allegato n.1) a fornire precisazioni in merito ai punteggi qualità correlati ai parametri di valutazione da Lui prefissati;
 - il precitato Direttore, sollecitato per le vie brevi dalla scrivente, con Prot. n.10324/2025 (allegato n. 2), coadiuvato dal Supporto al RUP (Del. DG n.266/2023), ha fornito le precisazioni in parola;
- ATTESO CHE** nel frattempo

Deliberazione del Direttore Generale

- il Direttore ff della UOC Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, ha validato la richiesta di che trattasi, come emerge dalla consultazione della documentazione di pertinenza (Prot. n.9702/2025 – agli atti);

- la Direzione Sanitaria Aziendale ha trasmesso a mezzo mail del 25/03/2025 parere favorevole in merito alla stessa (agli atti);

VISTA la documentazione di gara elaborata - sulla base del Capitolato tecnico predisposto dal Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto - dal Servizio scrivente e costituita dai seguenti atti: Dichiarazione di partecipazione, DGUE, Scheda fornitore, Assolvimento imposta di bollo, Protocollo di Legalità;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata allegata alla presente ed in atti giacente;

VISTI

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

- gli artt. 17, comma 5, 25, 50 comma 1 lett. e 108, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e smi.;

RITENUTO pertanto di

- indire nuova procedura telematica - tramite piattaforma MEPA (RdO aperta) - per l'affidamento della fornitura annuale secondo la modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di n.25 Circuiti monopaziente per assistenza cardiopolmonare a medio termine (ECMO) da eseguire secondo la modalità della somministrazione periodica, con comodato d'uso di n. 2 Sistemi hardware per assistenza cardiopolmonare (lotto unico), per l'importo complessivo presunto di € 197.500,00 IVA esclusa;

- approvare la documentazione di gara (*agli atti*) predisposta dal Servizio scrivente - sulla base del Capitolato tecnico presentato dal Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto - costituita dai seguenti atti: Dichiarazione di partecipazione, DGUE, Scheda fornitore, Assolvimento imposta di bollo, Protocollo di Legalità;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione che è conforme alla vigente normativa in materia

PROPONE

I - DI INDIRE nuova procedura telematica - tramite piattaforma MEPA (RdO aperta) - per l'affidamento della fornitura annuale secondo la modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di n.25 Circuiti monopaziente per assistenza cardiopolmonare a medio termine (ECMO) da eseguire secondo la modalità della somministrazione periodica, con comodato d'uso di n. 2 Sistemi hardware per assistenza cardiopolmonare (lotto unico), per l'importo complessivo presunto di € 197.500,00 IVA esclusa;

II - DI APPROVARE la documentazione di gara (*agli atti*) predisposta dal Servizio scrivente - sulla base del Capitolato tecnico presentato dal Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea

Deliberazione del Direttore Generale

Montalto - costituita dai seguenti atti: Dichiarazione di partecipazione, DGUE, Scheda fornitore, Assolvimento imposta di bollo, Protocollo di Legalità;

III – DI NOMINARE RUP ex art. 15 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i. il Dott. Roberto Delfino, Dirigente amministrativo UOC Provveditorato – Economato e DEC ex art.114 del D.Lgs. citato la Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, Direttore ff UOC Farmacia Ospedaliera o suo delegato;

IV - DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Farmacia Ospedaliera, Cardiocirurgia Dipartimento Cardiovascolare, per quanto di rispettiva competenza;

V - DI DARE immediata esecutività al medesimo atto, stante l'esigenza di definire la procedura in tempi brevi.

UOC Provveditorato - Economato
Il Direttore
Dr.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

VISTA la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario	Dr.ssa Angela Annecchiarico	Favorevole
------------------------	-----------------------------	------------

Il Direttore Amministrativo	Avv. Amalia Carrara	Favorevole
-----------------------------	---------------------	------------

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto di:

I - INDIRE nuova procedura telematica - tramite piattaforma MEPA (RdO aperta) - per l'affidamento della fornitura annuale secondo la modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di n.25 Circuiti monopaziente per assistenza cardiopolmonare a medio termine (ECMO) da eseguire secondo la modalità della somministrazione periodica, con comodato d'uso di n. 2 Sistemi hardware per assistenza cardiopolmonare (lotto unico), per l'importo complessivo presunto di € 197.500,00 IVA esclusa;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

II - APPROVARE la documentazione di gara (*agli atti*) predisposta dal Servizio scrivente - sulla base del Capitolato tecnico presentato dal Direttore della UOC Cardiocirurgia, Dott. Andrea Montalto - costituita dai seguenti atti: Dichiarazione di partecipazione, DGUE, Scheda fornitore, Assolvimento imposta di bollo, Protocollo di Legalità;

III – NOMINARE RUP ex art. 15 del D,Lgs n.36/2023 e s.m.i. il Dott. Roberto Delfino, Dirigente amministrativo UOC Provveditorato – Economato e DEC ex art.114 del D.Lgs. citato la Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia, Direttore ff UOC Farmacia Ospedaliera o suo delegato;

IV - TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Tecnologia Ospedaliera e HTA, Farmacia Ospedaliera, Cardiocirurgia Dipartimento Cardiovascolare, per quanto di rispettiva competenza;

V - DARE immediata esecutività al medesimo atto, stante l'esigenza di definire la procedura in tempi brevi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

21/03/2025 15:55-202500098124



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Direttore UOC Cardiocirurgia
Dott. Andrea Montalto

Al Direttore ff. della UOC Farmacia
Dott.ssa Maria Deza Bisceglia

E.p.c. Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Angela Annicchiarico
LL.SS.

Oggetto: Vs Nota Prot. n.9654 del 20 u.s. - Comunicazione e richiesta

In riferimento alla nota in oggetto, nel ribadire che la fornitura a farsi comprenderà n. 25 dispositivi (Cfr. Prot. 8594 del 12 u.s.), si chiede di confermare che i parametri di valutazione (*recte*: Caratteristiche a punteggio) da Voi proposti abbiano il carattere specificato a fianco a ciascuno di essi:

Parametri di valutazione - Circuiti

- Pompa centrifuga a lievitazione magnetica (minor emolisi) - 5 punti - tabellare (ON/OFF);
- Pompa centrifuga ed ossigenatore integrati tra loro senza interposizione di tubatismi (Riduzione delle superfici di contatto, delle connessioni e quindi dell'attivazione proteica da contatto) - 10 punti - tabellare (ON/OFF);
- Ridotta pressure drop (al flusso di 7L/min) - 10 punti - proporzionale;
- Ottimali parametri di scambio di CO2E O2 (al flusso di 7 L/min) - 5 punti - proporzionale;

Parametri di valutazione - Sistemi hardware per assistenza cardiopolmonare

- Migliore maneggevolezza ed ergonomia (dimensioni e peso ridotti) - 10 punti - proporzionale;
- Possibilità di asservimento della pompa a sensore di livello per utilizzo delle procedure di Circolazione Extracorporea Miniaturizzata (MECC) - 5 punti - tabellare (ON/OFF);
- Certificazione per il trasporto in aereo ed elicottero - 15 punti - tabellare (ON/OFF);
- Gruppo caldo/freddo in grado sia di riscaldare che raffreddare il paziente in base alle esigenze cliniche - 10 Punti - discrezionale.

Con riferimento a quest'ultimo parametro, si chiede di indicare il criterio motivazionale per l'attribuzione delle preferenze.

Si allega in copia Prot. n.9654/2024

Cordialmente

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

Dott. Alessandra Carabianca

all. m. 2



Dipartimento Cardiovascolare
U.O.C. Cardiocirurgia

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

DIRETTORE

Dott. Andrea Montalto
Tel: +39 0823232490.

Dirigenti Medici

Dott. Girolamo Damiani
Dott. Matteo Galatti
Dott. Rosario Gregorio
Dott. Gennaro Ismeno
Dott. Agostino La Marca Giordano
Dott. Joseph Marmo
Dott.ssa. Raffaella Provenzano

Coordinatore Infermieristico

Sala Operatoria Tel: +39 0823232545

Reperio Tel: +39 0823232624

Ambulatorio: +39 0823232617

Al Direttore Della U.O.C. Provveditorato Ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

**Oggetto: Risposta Vs nota 9812/i del 21/03/25 caratteristiche
tecniche a punteggio Circuiti ECMO**

Si richiede la fornitura di *Circuiti per assistenza cardiopolmonare a medio termine, certificati per un utilizzo continuo fino a 30 giorni.*

Caratteristiche a punteggio circuiti monouso:

- Pompa centrifuga a levitazione magnetica (minor emolisi): **5 punti**
- Tabellare (ON-OFF)
- Pompa Centrifuga ed ossigenatore integrati tra loro senza interposizione di tubatismi (Riduzione delle superfici di contatto, delle connessioni e quindi dell'attivazione proteica da contatto): **10 Punti**
- Tabellare (ON-OFF)
- Ridotta pressure drop (al flusso di 7 L/min): **10 punti**
- Proporzionale
- Ottimali parametri di scambio di CO2 e O2 (al flusso di 7 L/min): **5 punti**
- Proporzionale

Caratteristiche a punteggio Hardware

- Miglior maneggevolezza ed ergonomicità (dimensioni e peso ridotti) **10 punti- Proporzionale**
- Possibilità di asservimento della pompa a sensore di Livello per utilizzo nelle procedure di Circolazione Extracorporea Miniaturizzata (MECC) **5 Punti - Tabellare (ON-OFF)**
- Certificazione per il trasporto in aereo ed elicottero. **15 punti - Tabellare (ON-OFF)**
- Gruppo Caldo/Freddo con possibilità sia di riscaldare che raffreddare il paziente in base alle esigenze cliniche. **10 Punti - Tabellare (ON-OFF)**

Caserta, 26/03/2025

Il Direttore
Dott. A. Montalto

