

---

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 801 del 28/07/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Oggetto: : INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO PER LA RIMOZIONE DI PROTESI DI ANCA DA DESTINARE ALLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 28/07/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Roberto Delfino - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottiano*

---

**Oggetto:** : INDIZIONE GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO PER LA RIMOZIONE DI PROTESI DI ANCA DA DESTINARE ALLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

### **IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

### **PREMESSO CHE**

- il Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia, dott. Gaetano Bruno, con nota prot n. 6136/2025 (allegato n.1), inoltrata – tra l'altro – alla UOC scrivente ha richiesto la fornitura di strumentario per la rimozione di protesi di anca (allegato n.1);
- la Direzione Sanitaria Aziendale ha espresso parere favorevole in merito, come emerge dalla relativa consultazione (allegato n. 1 bis);

**RILEVATO CHE** il Servizio scrivente ha predisposto la seguente documentazione di gara (*agli atti*):

- A/1 Domanda di partecipazione;
- A/2 Dichiarazione sostitutiva;
- A/3 DGUE;
- A/4 Scheda fornitore;
- A/5 Protocollo di legalità;

**PRECISATO CHE** l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi avverrà secondo il criterio del minor prezzo per prodotto conforme (art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi) per la fornitura *de qua* e per l'importo complessivo, presunto di € 80.000,00 IVA esclusa, determinato sulla base di un'indagine ufficiosa di mercato condotta con l'ausilio del supporto al RUP (Del. DG n.354/2025);

### **VISTI**

- l'art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il quale dispone che gli Enti del SSN sono obbligati ad utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP e che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- gli artt. 25, comma 2, 50 comma 1 lett. b) e 108, comma 3, del D.Lgs. citato;

**ESAMINATA** tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente; **RITENUTO** pertanto di indire una procedura telematica sulla piattaforma MEPA finalizzata all'affidamento della fornitura di strumentario per la rimozione di protesi di anca (lotto unico) da destinare alla UOC Ortopedia e Traumatologia, secondo il criterio del minor prezzo per prodotto conforme (art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi) - tanto per l'importo complessivo presunto di € 80.000,00 IVA esclusa;

*Deliberazione del Direttore Generale*

**ATTESTATA** la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

**I – DI INDIRE** una procedura telematica sulla piattaforma MEPA (RdO) finalizzata all'affidamento della fornitura di strumentario per la rimozione di protesi di anca (lotto unico) da destinare alla UOC Ortopedia e Traumatologia, secondo il criterio del minor prezzo per prodotto conforme (art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi) - tanto per l'importo complessivo presunto di € 80.000,00 IVA esclusa;

**II – DI APPROVARE** la documentazione di gara (agli atti) sopra elencata, predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato;

**III – DI PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie ai competenti conti di bilancio;

**IV – DI PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**V – DI PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI – DI NOMINARE** Rup ex art.15 del D.Lgs n. 36/2023 e smi. il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato e DEC ex art. 114 dello stesso decreto il Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia o suo delegato;

**VII – DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Farmacia Ospedaliera e Ortopedia e Traumatologia.

**Il Funzionario**

*Dott. Francesco Principato*

**D'ORDINE DEL DIRETTORE  
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

*Dott.ssa Teresa Capobianco*

**IL RESPONSABILE  
U.O.S. GARE E CONTRATTI**

*Dott. Roberto Delfino*

*Deliberazione del Direttore Generale*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Angela Annecchiarico

Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara

Favorevole

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto di:

**I – INDIRE** una procedura telematica sulla piattaforma MEPA (RdO) finalizzata all'affidamento della fornitura di strumentario per la rimozione di protesi di anca (lotto unico) da destinare alla UOC Ortopedia e Traumatologia, secondo il criterio del minor prezzo per prodotto conforme (art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e smi) - tanto per l'importo complessivo presunto di € 80.000,00 IVA esclusa;

**II – APPROVARE** la documentazione di gara (agli atti) sopra elencata, predisposta dalla UOC Provveditorato ed Economato;

**III – PRENDERE ATTO** che i costi effettivi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione definitiva e saranno imputati dalla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie ai competenti conti di bilancio;

**IV – PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”  
CASERTA

**V – PREVEDERE**, altresì, apposita clausola risolutiva espressa qualora So.Re.Sa. S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**VI – NOMINARE** Rup ex art.15 del D.Lgs n. 36/2023 e smi. il Dott. Roberto Delfino, Dirigente Amministrativo della UOC Provveditorato ed Economato e DEC ex art. 114 dello stesso decreto il Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia o suo delegato;

**VII – TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Farmacia Ospedaliera e Ortopedia e Traumatologia.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
DIRETTORE: DOTT. GAETANO BRUNO

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

Al Direttore Sanitario  
Al Direttore UOC Provveditorato ed economato

Oggetto: richiesta di acquisto strumentario rimozione protesi di anca

Si richiede l'acquisto di uno strumentario per la rimozione di protesi di anca composto dai seguenti elementi:

- Strumentario da rimozione cotile
- Strumentario da rimozione stelo
- Strumentario da rimozione cemento/protesi cementate
- Strumentario per il prelievo di un disco d'osso

Il kit deve poter essere utilizzato con tutti i sistemi protesici presenti sul mercato.

- Caratteristiche tecniche strumentario da rimozione cotile:
  - permettere la rimozione delle componenti acetabolari (cementate o non cementate) con la minor perdita ossea possibile con qualsiasi tipo di approccio chirurgico;
  - manici porta-lame con offset e torretta porta-lame.;
  - sistema di aggancio/sgancio rapido e automatico del corpo principale del manico offsettato con la torretta porta-lame, per permettere al chirurgo di far ruotare la lama lungo tutto il diametro esterno del cotile da rimuovere;
  - lame monouso modulari da 44 mm a 64 mm (2mm step), in versione corta e lunga per ogni diametro;
  - teste di prova di varo diametro: 22, 28, 32, 36, 40mm.
- Caratteristiche strumentario da rimozione stelo:
  - permette di mobilizzare e/o rimuovere le componenti femorali (cementate o non cementate) con la minor perdita ossea possibile con qualsiasi tipo di approccio chirurgico;
  - scalpelli flessibili e giunto sferico tra il connettore dello stelo e la relativa massa battente;
  - scalpelli a lama monouso con le seguenti caratteristiche:
    - a) differenti geometrie per adattarsi al meglio alle superfici delle varie tipologie di steli da rimuovere;
    - b) tagliente su una sola faccia per guidare meglio lo scalpello ed evitare la formazione di false vie;
    - c) flessibili per seguire meglio l'interfaccia protesi-osso;
    - d) manici con incudine e una massa battente per favorire introduzione/estrazione.
  - sistema universale di rimozione dello stelo con le seguenti caratteristiche:
    - a) connettore che si fissa al collo dello stelo femorale tramite il serraggio di bulloni e giunto sferico di connessione alla massa battente;
    - b) massa battente con aggancio a baionetta con sistema di sicurezza al giunto sferico del connettore;
    - c) battitore specifico che può lavorare sui 3 lati del connettore.
- Caratteristiche strumentario da rimozione cemento/protesi cementate:
  - permette rimuovere il cemento e/o le componenti acetabolari cementate con la minor perdita ossea possibile con qualsiasi tipo di approccio chirurgico,

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AORN Sant’Anna e San Sebastiano – Caserta  
Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/23  
e-mail: [ortopedia@ospedale.caserta.it](mailto:ortopedia@ospedale.caserta.it)

PEC:


- strumenti con offset dedicati per approcci mini-invasivi;
- strumenti specifici con impieghi di diversa natura:
  - a) battitore a sella per rimozione della testa dallo stelo da rimuovere o per posizionare il collo dello stelo nelle procedure “stem in place”;
  - b) scalpello acetabolare per frammentare e rimuovere il cemento attorno al cotile e per creare lo spazio necessario all’interfaccia cemento-protesi;
  - c) scalpello a V per frammentare e rimuovere il cemento nelle porzioni prossimali e laterali dello stelo;
  - d) osteotomi a tagliente simmetrico per frammentare e rimuovere il cemento nelle porzioni prossimali del canale dopo aver rimosso lo stelo (varie lunghezze);
  - e) osteotomo con lama a stop laterale per guidare il tagliente in direzione longitudinale lungo il manto prossimale del cemento e provocarne la frammentazione;
  - f) sgorbie di diverse geometrie per rimuovere il cemento nelle porzioni intermedie e distali dopo che è stato frammentato;
  - g) uncini a tagliente per raschiare il canale femorale e rimuovere il cemento residuo (retti e con offset);
  - h) punte da trapano e relative guide per forare il cemento distale e/o eventuali tappi (diametri 4.4 mm e 6.4 mm);
  - i) punte filettate per agganciare e rimuovere il cemento distale e/o eventuali tappi (diametri 7 mm e 9 mm).

- Caratteristiche tecniche strumentario per il prelievo di un disco d’osso:

- posizionatore omerale per fili di Kirschner;
- alesatore per innesto;
- alesatore a perno centrale;
- adattatore filo K;
- guida centrale del pistone;
- portainnesto;
- modellatori per innesto diverse misure (0° - 10° - 20° - 30°);
- fresa glenoidea piatta cannulata e non cannulata;
- manico motore.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Caserta, 24 febbraio 2025


**AORN**  
**S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
**CASERTA**  
Dott. Giacomo Bruno  
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
CE 00000000000000000000000000000000


\*24/02/2025 19.05-20250006136\*

ALLEGATO 1 BIS



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
DIRETTORE: DOTT. GAETANO BRUNO



Al Direttore Sanitario  
Al Direttore UOC Provveditorato ed economato

Oggetto: richiesta di acquisto strumentario rimozione protesi di anca

Si richiede l'acquisto di uno strumentario per la rimozione di protesi di anca composto dai seguenti elementi:

- Strumentario da rimozione cotile
- Strumentario da rimozione stelo
- Strumentario da rimozione cemento/protesi cementate
- Strumentario per il prelievo di un disco d'osso

Il kit deve poter essere utilizzato con tutti i sistemi protesici presenti sul mercato.

- Caratteristiche tecniche strumentario da rimozione cotile:
  - permettere la rimozione delle componenti acetabolari (cementate o non cementate) con la minor perdita ossea possibile con qualsiasi tipo di approccio chirurgico;
  - manici porta-lame con offset e torretta porta-lame;.
  - sistema di aggancio/sgancio rapido e automatico del corpo principale del manico offsettato con la torretta porta-lame, per permettere al chirurgo di far ruotare la lama lungo tutto il diametro esterno del cotile da rimuovere;
  - lame monouso modulari da 44 mm a 64 mm (2mm step), in versione corta e lunga per ogni diametro;
  - teste di prova di varo diametro: 22, 28, 32, 36, 40mm.
- Caratteristiche strumentario da rimozione stelo:
  - permette di mobilizzare e/o rimuovere le componenti femorali (cementate o non cementate) con la minor perdita ossea possibile con qualsiasi tipo di approccio chirurgico;
  - scalpelli flessibili e giunto sferico tra il connettore dello stelo e la relativa massa battente;
  - scalpelli a lama monouso con le seguenti caratteristiche:
    - a) differenti geometrie per adattarsi al meglio alle superfici delle varie tipologie di steli da rimuovere;
    - b) tagliente su una sola faccia per guidare meglio lo scalpello ed evitare la formazione di false vie;
    - c) flessibili per seguire meglio l'interfaccia protesi-osso;
    - d) manici con incudine e una massa battente per favorire introduzione/estrazione.
  - sistema universale di rimozione dello stelo con le seguenti caratteristiche:
    - a) connettore che si fissa al collo dello stelo femorale tramite il serraggio di bulloni e giunto sferico di connessione alla massa battente;
    - b) massa battente con aggancio a baionetta con sistema di sicurezza al giunto sferico del connettore;
    - c) battitore specifico che può lavorare sui 3 lati del connettore.
- Caratteristiche strumentario da rimozione cemento/protesi cementate:
  - permette rimuovere il cemento e/o le componenti acetabolari cementate con la minor perdita ossea possibile con qualsiasi tipo di approccio chirurgico,

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia AORN Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta - Tel. 0823/23

e-mail: [\\_ortopedia@ospedale.caserta.it](mailto:ortopedia@ospedale.caserta.it)

PEC: \_\_\_\_\_

- strumenti con offset dedicati per approcci mini-invasivi;
- strumenti specifici con impieghi di diversa natura:
  - a) battitore a sella per rimozione della testa dallo stelo da rimuovere o per posizionare il collo dello stelo nelle procedure "stem in place";
  - b) scalpello acetabolare per frammentare e rimuovere il cemento attorno al cotile e per creare lo spazio necessario all'interfaccia cemento-protesi;
  - c) scalpello a V per frammentare e rimuovere il cemento nelle porzioni prossimali e laterali dello stelo;
  - d) osteotomi a tagliente simmetrico per frammentare e rimuovere il cemento nelle porzioni prossimali del canale dopo aver rimosso lo stelo (varie lunghezze);
  - e) osteotomo con lama a stop laterale per guidare il tagliente in direzione longitudinale lungo il manto prossimale del cemento e provocarne la frammentazione;
  - f) sgorbie di diverse geometrie per rimuovere il cemento nelle porzioni intermedie e distali dopo che è stato frammentato;
  - g) uncini a tagliente per raschiare il canale femorale e rimuovere il cemento residuo (retti e con offset);
  - h) punte da trapano e relative guide per forare il cemento distale e/o eventuali tappi (diametri 4.4 mm e 6.4 mm);
  - i) punte filettate per agganciare e rimuovere il cemento distale e/o eventuali tappi (diametri 7 mm e 9 mm).

• Caratteristiche tecniche strumentario per il prelievo di un disco d'osso:

- posizionatore omerale per fili di Kirschner;
- alesatore per innesto;
- alesatore a perno centrale;
- adattatore filo K;
- guida centrale del pistone;
- portainnesto;
- modellatori per innesto diverse misure (0° - 10° - 20° - 30°);
- fresa glenoidea piatta cannulata e non cannulata;
- manico motore.

Rimanendo in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Caserta, 24 febbraio 2025

AORN  
**S. ANNA E S. SEBASTIANO**  
 CASERTA  
 Dott. Giacomo Bruno  
 Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
 DE 00474