
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 183 DEL 29 ottobre 2019

Oggetto: Procedura di affidamento della fornitura mediante RDO n° 2334227 su Me.Pa. Consip di n.2 criostati per le esigenze della u.o.c. Anatomia Patologica - Aggiudicazione - CIG [80622879B2].

IL DIRETTORE U.O.C. TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso

- che con nota prot. n° 4674/i del 18/02/2019, il Direttore u.o.c. Anatomia Patologica, Dott. Pasquale Orabona, ha espressamente richiesto "...l'acquisto urgente di n.2 criostati per gli esami intraoperatori compresi quelli in corso di espanto...";
- la predetta nota fu inoltrata a questa u.o.c. dalla precedente Direzione Aziendale;
- che questa u.o.c. ha provveduto a predisporre la relativa scheda tecnica e il capitolato tecnico, necessaria per la procedura di gara per l'acquisizione di n°2 criostati per le esigenze della u.o.c. Anatomia Patologica;
- che con nota della scrivente u.o.c., prot. n° 9010 del 02/04/2019, è stata pubblicata sul sito web aziendale, sul sito "SIMAP informazione sugli appalti europei" e sulla piattaforma software del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consultazione preliminare di mercato per l'affidamento della fornitura di due criostati, con scadenza fissata per le ore 12:00 del 15/04/2019;
- che entro il termine della data di scadenza sono pervenute manifestazioni d'interesse da parte di n° 3 operatori economici, alcune delle quali contenenti osservazioni e suggerimenti in merito alla scheda tecnica e la tabella attribuzione punteggi;
- che, a seguito delle analisi delle osservazioni e dei suggerimenti pervenuti da parte di alcuni operatori economici partecipanti alla suddetta consultazione preliminare di mercato, agli atti della scrivente u.o.c., si è proceduto alla rimodulazione della scheda tecnica e della tabella attribuzione punteggi;
- che con deliberazione n° 435 del 18/06/2019, quest'Azienda ha adottato apposita delibera a contrarre;

Preso atto

- che in data 21/06/2019, è stato pubblicato sul portale Me.Pa. Consip la RDO n° 2334227, finalizzata all'acquisto di n° 2 criostati, con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d'asta pari a € 90.000,00 oltre iva, ai sensi dell'art. 95 co.2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, invitando a gara tutti gli iscritti nella categoria "Beni e Servizi per la Sanità", fissando quale ultimo termine per la presentazione dell'offerta alle ore 12.00 del 19/07/2019 (All.1);
- che alla data di scadenza dei termini fissati, sono pervenute n° 2 offerte da parte delle società di seguito specificate:
 - ✓ Histo-Line Laboratories s.r.l.;
 - ✓ Leica Microsystems;
- che al fine di valutare le offerte tecniche pervenute, con deliberazione n° 529 del 06/08/2019, ai sensi dell'art.77 co.12 dell'art.216 co.12 D.lgs. n.50/16, è stata nominata apposita commissione tecnica, incaricata per la valutazione qualitativa ed attribuzione dei relativi punteggi;
- con verbali, in seduta riservata, del 27/09/2019 e del 07/10/2019, la commissione giudicatrice ha valutato la non conformità dell'offerta tecnica presentata dalla società Histo-Line Laboratories s.r.l.,

mentre alla società Leica Instruments ha provveduto ad attribuire un punteggio pari a 42 punti, (All.2 e All. 3);

- successivamente, sul portale Me.Pa. Consip, sono state compiute le seguenti attività:
 1. inserimento del punteggio, come riportato nel verbale suddetto;
 2. apertura delle offerte economiche;
- al termine delle sopraindicate attività 1 e 2, il software del portale Me.Pa., in automatico, ha provveduto a stilare la graduatoria finale, da cui è risultata aggiudicataria la società Leica Microsystems s.r.l. con l'importo complessivo di € 80.563,36 oltre i.v.a. 22%;

Ritenuto

di procedere all'aggiudicazione della RDO n° 2334227 in favore della suddetta società Leica Microsystems, concernente la fornitura di n° 2 criostati, secondo quanto stabilito in offerta, destinati alla u.o.c. Anatomia Patologica, per l'importo complessivo di € 80.563,36 oltre i.v.a. 22%;

Preso atto

che, con nota prot.26456/u del 09/10/2019, sono stati inviati al fornitore i documenti di stipula della predetta RDO n. ° 2334227 (All.4);

Visto

il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

Attestata


la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere all'aggiudicazione della fornitura di n° 2 criostati, modello CM 30505 S (All.5), alla società Leica Microsystems Srl, con sede legale in Varese vicolo San Michele n.15, 21100 - Varese, risultata unica graduata tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 98.287,29 i.v.a. 22% inclusa, in esito alla RDO n° 2334227, attivata su Me.Pa. Consip, a seguito della richiesta di acquisto del Direttore della u.o.c. Anatomia Patologica;
2. di imputare la spesa complessiva di € 98.287,29 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE del corrente bilancio;
3. di attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, all'acquisto *de quo* il seguente CIG: [80622879B2];
4. di stabilire che la messa in servizio dell'apparecchiatura di cui all'oggetto, ai sensi della norma CEI 62353, è subordinata all'esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.;
5. di inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Anatomia Patologica.

Il Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto:

- è di competenza dell'esercizio 2019, imputabile sul conto economico n°1010204010 che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento _____

Il Direttore UOC GEF
Dott. Eduardo Chianese



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Carmine Mariano

nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019

insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Tecnologia Ospedaliera ed HTA. Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto riportati:

Sub Commissario Amministrativo Gubitosa Gaetano

Sub Commissario Sanitario Dott.ssa Antonietta Siciliano




DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. di procedere all'aggiudicazione della fornitura di n° 2 criostati, modello CM 30505 S (All.5), alla società Leica Microsystems Srl, con sede legale in Varese vicolo San Michele n.15, 21100 - Varese, risultata unica graduata tra gli offerenti, al prezzo complessivo di € 98.287,29 i.v.a. 22% inclusa, in esito alla RDO n° 2334227, attivata su Me.Pa. Consip, a seguito della richiesta di acquisto del Direttore della u.o.c. Anatomia Patologica;
2. imputare la spesa complessiva di € 98.287,29 i.v.a. 22% inclusa, sul conto economico 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE;
3. attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, all'acquisto *de quo* il seguente CIG: [80622879B2];
4. stabilire che la messa in servizio dell'apparecchiatura di cui all'oggetto, ai sensi della norma CEI 62353, è subordinata all'esito positivo del collaudo, da tenersi a cura della scrivente u.o.c.;
5. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. pubblicare integralmente la presente deliberazione;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché oltre che al proponente, alle uu.oo.cc. Gestione Economico-Finanziaria, Provveditorato ed Economato e Anatomia Patologica.

Il Commissario Straordinario

Avv. Carmine Mariano



Dati generali della procedura

Numero RDO:	2334227
Descrizione RDO:	Fornitura n°2 criostati
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	VITTORIO EMANUELE ROMALLO
Soggetto stipulante	Nome: VITTORIO EMANUELE ROMALLO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	21/06/2019 12:05
Termine ultimo presentazione offerte:	19/07/2019 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	05/07/2019 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	21/06/2020 11:57
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	45
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della	BENI/Ricerca, rilevazione

RdO:	scientifica e diagnostica
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	fornitura n°2 criostati
CIG	
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	Non Lineare a Proporzionalita' inversa (interdipendente)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	90000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	n° 2 criostati
Quantita'	2

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del microtomo criostato	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Tipologia bene	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	Marca	Tecnico	Nessuna	

			regola	
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	vedi scheda tecnica
6	Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
7	Tipo	Tecnico	Nessuna regola	
8	Utilizzo	Tecnico	Nessuna regola	
9	Funzionamento	Tecnico	Nessuna regola	
10	Stazione di congelamento [numero campioni]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Congelamento rapido del campione con sistema Peltier	Tecnico	Nessuna regola	
12	Raffreddamento della camera [°C]	Tecnico	Nessuna regola	
13	Controllo elettronico e Indicazione della temperatura nominale e reale	Tecnico	Nessuna regola	
14	Controllo temperatura della camera e del campione	Tecnico	Nessuna regola	
15	Liquido refrigerante senza CFC	Tecnico	Nessuna regola	
16	Criocamera con illuminazione interna	Tecnico	Nessuna regola	
17	Vassoio per raccolta sezioni di scarto	Tecnico	Nessuna regola	
18	Microtomo totalmente incapsulato per facile disinfezione e pulizia	Tecnico	Nessuna regola	
19	Orientamento del campione [°]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Sistema di protezione della lama incorporato nel supporto	Tecnico	Nessuna regola	
21	Rimozione della lama con sistemi di sicurezza	Tecnico	Nessuna regola	
22	Pannello di comando con display a led	Tecnico	Nessuna regola	
23	Comando per avanzamento e retrazione	Tecnico	Nessuna regola	

24	Sbrinamento automatico	Tecnico	Nessuna regola	
25	Supporto porta lama per lame monouso con spostamento laterale	Tecnico	Nessuna regola	
26	Regolazione dello spessore delle sezioni [μm]	Tecnico	Nessuna regola	
27	Spessore delle sezioni [μm] - Valore minimo	Tecnico	Nessuna regola	
28	Spessore delle sezioni [μm] - Valore massimo	Tecnico	Nessuna regola	
29	Funzione di taglio e di sgrossatura	Tecnico	Nessuna regola	
30	Funzione "Memoria" per ritorno automatico alla posizione di inizio taglio	Tecnico	Nessuna regola	
31	Stendifetta	Tecnico	Nessuna regola	
32	Sistema di aspirazione integrato	Tecnico	Nessuna regola	
33	Sistema automatico di disinfezione	Tecnico	Nessuna regola	
34	Disinfezione con utilizzo di agenti fisici all'interno della camera	Tecnico	Nessuna regola	
35	Disinfezione con lampada germicida a raggi UV-C	Tecnico	Nessuna regola	
36	Possibilità di utilizzare più programmi di disinfezione	Tecnico	Nessuna regola	
37	Possibilità di interrompere il ciclo di disinfezione per utilizzo in urgenza	Tecnico	Nessuna regola	
38	Disattivazione automatica di sicurezza, ad apertura del vetro scorrevole di protezione della camera della lampada UV	Tecnico	Nessuna regola	
39	Gruppo statico di continuità	Tecnico	Nessuna regola	
40	Dimensioni totali (l x p x h) [mm]	Tecnico	Nessuna regola	

41	Lunghezza [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
42	Profondità [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
43	Altezza [mm]	Tecnico	Nessuna regola	
44	Peso [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
45	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CAPITOLATO SPECIALE	fornitura n°2 criostati	Capitolato Speciale.pdf (88KB)	
SCHEDA TECNICA	fornitura n°2 criostati	Scheda Tecnica Criostato.docx (155KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
CAPITOLATO SPECIALE DA SOTTOSCRIVERE PENA ESCLUSIONE	fornitura n°2 criostati	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
SCHEDA TECNICA DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE PENA ESCLUSIONE	fornitura n°2 criostati	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
scheda tecnica e depliant	fornitura n°2 criostati	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

Offerta Economica (fac-simile di sistema)	fornitura n°2 criostati	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
---	-------------------------------	-----------	--	--------------	----

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura mediante RDO n°2334227 del 21.06.2019 su MEPA CONSIP di n°2 criostati per la UOC Anatomia Patologica di questa AORN.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.2 del 27.09.2019

In data 27.09.2019, alle ore 11:30 presso gli Uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n°529 del 06/08/2019 - composta come segue:

- Dott.ssa Agnese Caiola– Dirigente Medico u.o.c. Anatomia Patologica – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Mazzarella – Dirigente Medico u.o.c. Anatomia Patologica– Componente;
- Dott.ssa Jessica Falletti– Dirigente Medico u.o.c Anatomia Patologica – Componente;
- Ing. Roberta Aprea della UOC Tecnologia Ospedaliera, Segretario verbalizzante;

Premesso che

- con verbale n°1 del 20/09/2019, la Commissione ha iniziato i lavori di valutazione delle offerte pervenute dalle due società Histo-Line Laboratories srl e Leica Microsystems srl ;

tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.

La Commissione come sopra costituita, valuta l'offerta tecnica della società Histo-Line Laboratories srl non conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste per le seguenti motivazioni:

Descrizione caratteristica minima	Valori richiesti	Valori dichiarati	Valori riportati nella documentazione tecnica di gara
Spessore di taglio della fetta regolabile	Da 0,5 -300 µm circa	Da 0-500 µm	Da 0-100µm
Retrazione dei campioni	Circa 50 µm	Impostabile da 0-200 µm e disattivabile	20 µm disattivabile
Spostamento/avanzamento motorizzato mediante singolo o doppio comando	In modalità lento circa 500 µm/s	Circa 500 µm/s	0,3 mm/s

Relativamente all'offerta tecnica della società Leica Microsystems srl la Commissione rileva un'unica incongruenza relativamente alla seguente caratteristica minima richiesta:

Descrizione caratteristica minima	Valori richiesti	Valori dichiarati	Valori riportati in due allegati diversi della documentazione tecnica di gara
Retrazione dei campioni	Circa 50 µm	Circa 50 µm	50pm e 50 µm

La Commissione prende atto dei valori diversi riportati nella documentazione tecnica di gara della società Leica Microsystems relativamente al requisito minimo "Retrazione dei campioni", e rimanda al RUP la

[Handwritten signatures and initials]

richiesta di chiarimento alla società Leica Microsystems, circa il valore effettivo della retrazione del campione da considerare ai fini della valutazione tecnica.

Il Presidente della Commissione chiude la seduta alle ore 13:15 e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al segretario verbalizzante. La commissione si riunirà nuovamente il giorno 7/10/2019 alle ore 12:00. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Agnese Caiola




Dott.ssa Giovanna Mazzarella



Dott.ssa Jessica Falletti



Ing. Roberta Aprea



OGGETTO: Procedura di affidamento della fornitura mediante RDO n°2334227 del 21.06.2019 su MEPA CONSIP di n°2 criostati per la UOC Anatomia Patologica di questa AORN.

VERBALE SEDUTA RISERVATA n.3 del 07.10.2019

In data 07.10.2019, alle ore 12:30 presso gli Uffici della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera di questa AORN ubicati al primo piano della Palazzina B, in Via Palasciano, Caserta, si è costituita la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti, nominata giusta deliberazione n°529 del 06/08/2019 - composta come segue:

- Dott.ssa Agnese Caiola – Dirigente Medico u.o.c. Anatomia Patologica – Presidente;
- Dott.ssa Giovanna Mazzarella – Dirigente Medico u.o.c. Anatomia Patologica – Componente;
- Dott.ssa Jessica Falletti – Dirigente Medico u.o.c. Anatomia Patologica – Componente;
- Ing. Roberta Aprea della UOC Tecnologia Ospedaliera, Segretario verbalizzante;

Premesso che:


- la Commissione ha valutato l'offerta tecnica della società Histo-Line Laboratories srl non conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste da capitolato per le motivazioni di cui al verbale n°2 del 27.09.2019,
- la Commissione ha rimandato al RUP la richiesta di chiarimento alla società Leica Microsystems srl circa il valore effettivo della retrazione del campione da considerare ai fini della valutazione tecnica, preso atto che, sono stati riscontrati due valori differenti, riportati nella documentazione tecnica di gara.
- in data 27.09.2019, il RUP formalizza, attraverso il portale MEPA CONSIP, alla società Leica Microsystems srl il chiarimento richiesto dalla Commissione di cui al verbale n°2 del 27.09.2019, (allegato 1);
- in data 1.10.2019 la società Leica Microsystems srl, riscontra la richiesta di chiarimento, attraverso il portale MEPA CONSIP, (allegato 2);

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta riservata.


La Commissione come sopra costituita, prende atto del riscontro pervenuto, entro il termine richiesto, da parte della società Leica Microsystems srl. La Commissione valuta il chiarimento della società Leica Microsystems srl esaustivo e, pertanto, dichiara l'offerta tecnica della società in parola conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste da capitolato. La Commissione, quindi, procede con la valutazione tecnica dell'unica offerta giudicata conforme, mediante l'attribuzione del punteggio tecnico, così come riportato in tabella 1.

Il Presidente della Commissione chiude la seduta alle ore 13:00 e procede a consegnare gli atti di gara per la custodia al segretario verbalizzante. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Agnese Caiola



Dott.ssa Giovanna Mazzarella



Dott.ssa Jessica Falletti



Ing. Roberta Aprea




TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO		LEICA MICROSYSTEMS SRL
		CM3050 S
Dotazione di serie del sistema di raffreddamento del campione da -10°C a -50°C circa. Per ogni 5 °C inferiore a -35°C sarà attribuito 1 punto	Max 15 punti	Si, da -10°C a -50°C 3 punti
Dotazione di serie di sistema taglio motorizzato (SI/NO)	15 punti	Si 15 punti
Numero di stazioni di congelamento >10, (per ogni singola stazione > 10 saranno attribuiti 2 punti)	Max punti 16	10 stazioni 0 punti
Dotazione di serie di elemento di congelamento a cella di Peltier	14 punti	Si 14 punti
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.	10 punti	52 mesi 10 punti
TOTALE	70 punti	42 punti

TABELLA 1

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

A04

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0026456/U Data: 09/10/2019 10:47
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:

1/4



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2334227
Descrizione RdO	Fornitura n°2 criostati
Lotto oggetto della Stipula	1 (fornitura n°2 criostati)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	3204307959 / 0823232465
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	
Punto Ordinante	ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T
Firmatario del Contratto di Stipula	ROMALLO VITTORIO EMANUELE /RMLVTR63R04L219T
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	LEICA MICROSYSTEMS Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	09933630155
Codice Fiscale Impresa	09933630155
Indirizzo sede legale	VICOLO SAN MICHELE 15 - VARESE (VA)
Telefono / Fax	02574861 / 0257403273
PEC Registro Imprese	UFFICIO.GARE@LEICACERT.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	09933630155
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/11/2013 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo	VA

Professionale	
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5691729
INPS: Matricola aziendale	4950526304
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	6465619/38, 6465620/55, 6465622/57
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.VARESE@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT84N0310401608000000090365
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Sig. REINSCHMIDT JÖRG nato a Niederroßbach (GERMANIA) il 06/01/1960, residente in 57234 Wilnsdorf (GERMANIA), Konradweg n. 1 – Codice Fiscale RNSJRG60A06Z112O

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	5657603
Offerta sottoscritta da	GILARDI VINCENZO
Email di contatto	UFFICIO.GARE@LEICACERT.COM
Offerta presentata il	18/07/2019 16:46
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	21/06/2020 11:57
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	80563,36000000 Euro (ottantamila cinquecentosessantatre/36000000 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '19031,15000000'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	45 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via palascianoCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 09/10/2019 10:06

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Via Tescione

CASERTA

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Buccinasco, 17.07.2019

OGGETTO: FORNITURA N° 2 CRIOSTATI – RDO MEPA N. 2334227.

OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto Vincenzo Gilardi, nato a Torino il 26.06.1965 e residente in Castiglione Torinese (TO) via Della Fornace n. 20 sub. 12 – CF. GLRVCN65H26L219J - nella sua qualità di Consigliere con poteri di amministrazione della società Leica Microsystems S.r.l. con sede legale in Varese, Vicolo San Michele n. 15 e sede operativa in Buccinasco, Via Emilia n. 26 - C.F. e P.I. 09933630155, con riferimento alla procedura in oggetto sottopone alla Vostra cortese attenzione l'offerta tecnica per N. 2:

Criostati Motorizzati con 2 Compressori (DCM)
Leica CM 3050S DCM

Le apparecchiature offerte sono nuove di fabbrica, di ultima generazione, disponibili sul mercato al momento della presentazione dell'offerta, in possesso del marchio CE e delle attestazioni di conformità ai sensi della normativa vigente ed applicabile.

I sistemi oggetto della presente procedura verranno consegnati completi di tutto quanto necessario al loro immediato e sicuro utilizzo.

Q.TA'	DESCRIZIONE	CODICE
2	Leica CM3050S DCM con Portalama CE BS	14903050SE1
2	Cavo di Alimentazione Schuko	14041149616
2	Installazione sul posto effettuata da un tecnico qualificato di Leica Microsystems compresa nella fornitura	9I_CRYOSTAT
2	Portalama CE	14041933992
2	Contratto Bronze gestione PM come da proposta, compreso nella fornitura	9PM_CM3050S
2	Contratto Gold compreso nella fornitura	9FULL_CM3050S
2	Estensione di garanzia 2° e 3° anno comprese nella fornitura	9WARR23_CM3050S

Codice CND: W0202059003

Codice RDM: 1504981

Leica Microsystems Srl

Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 VARESE

Sede Amministrativa ed Operativa: Via Emilia, 26 - 20090 Buccinasco (MI), presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza

Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155

Socio Unico - Capitale Sociale 1.530.000,00 - Registro Imprese Varese - R.E.A. VA 346660

T +39 02 57486.1 - www.leicabiosystems.com

NS. Prot. G184CY19/LBS/em

GARANZIA: 52 mesi dalla data del collaudo positivo a copertura totale.
Comprende costi di: Mano d'opera, viaggio, diaria. Trasferita, ricambi e illimitate chiamate d'emergenza.

CONSEGNA E INSTALLAZIONE: A ns carico entro 30 giorni solari e consecutivi a partire dalla sottoscrizione del contratto/invio ordine correttamente trasmesso (luogo di consegna: Via Palasciano, Caserta). I sistemi verranno consegnati completi di tutte le parti necessarie ad un loro corretto, immediato e sicuro utilizzo.
[Si dichiara che le operazioni di installazione saranno effettuate da personale tecnico altamente qualificato e formato Leica Microsystems.
Il personale coinvolto seguirà gli standard di qualità ed efficienza ISO 9000:2015 e ISO 14001:2015 imposti dalla Casa Madre Leica Microsystems Nussloch GmbH e della Società Leica Microsystems S.r.l. Italia.
Ogni operazione verrà svolta nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Leica Microsystems ha adottato misure di prevenzione e protezione per l'eliminazione dei rischi connessi alla propria attività meglio specificati del "Documento Valutazione Rischi" (D.V.R.).

SMALTIMENTO IMBALLO: a ns carico, a collaudo positivo avvenuto

COLLAUDO: A ns. carico in luogo di installazione/Consulenza tecnico - applicativa dei ns. specialisti.
Le operazioni di collaudo avverranno in contraddittorio con la Commissione di collaudo e verrà redatto apposito "verbale di collaudo".

RESA: materiale sdoganato, franco destino, imballo compreso.

VALIDITA' della presente offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa

CORSO DI FORMAZIONE:

Si dichiara che sarà fornito, all'atto dell'avviamento, un corso al Personale addetto dell'Azienda per metterlo in grado di utilizzare, autonomamente, le apparecchiature proposte.

Protocolli operativi sulle modalità del corso di formazione al Personale sul corretto uso dello strumento:

- Panoramica complessiva dei componenti lo strumento
- Spiegazione di tutte le funzionalità
- Avvertenze sulla sicurezza
- Prove pratiche

Il corso di formazione potrà essere ripetuto su richiesta ed in caso di aggiornamenti HW e/o SW.
Inoltre, è possibile effettuare su richiesta, un corso al Personale Tecnico, finalizzato all'identificazione del guasto in caso di mal funzionamento dello strumento ed esecuzione della manutenzione ordinaria.

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives



Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Dati anagrafici della Società:

LEICA Microsystems Srl

Sede legale: Vicolo San Michele n. 15 – 21100 Varese

Sede operativa: Via Emilia 26 - 20090 Buccinasco (MI)

Tel 02/ 57.486.1 - Posta certificata ufficio.gare@leicacert.com

Trasmissione Fax e mail:

- Ufficio Ordini: Fax 02.57403273 – ordini_contratti@leicabiosystems.com
- Assistenza Tecnica: Fax 02.57403569 – support.italy@leicabiosystems.com
- Ufficio Gare: Fax 02.57403273 - Lbs.gare@leicabiosystems.com
- Ufficio Crediti: Fax 02.57403273 - gestione.crediti@leica-microsystems.com

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lvo n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Distinti saluti.

Leica Microsystems Srl
Amministratore
Vincenzo Gilardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Gilardi", written over the printed name of the administrator.

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Via Tescione

CASERTA

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Buccinasco, 17.07.2019

OGGETTO: FORNITURA N° 2 CRIOSTATI – RDO MEPA N. 2334227.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Il sottoscritto Vincenzo Gilardi, nato a Torino il 26.06.1965 e residente in Castiglione Torinese (TO) via Della Fornace n. 20 sub. 12 – CF. GLRVCN65H26L219J - nella sua qualità di Consigliere con poteri di amministrazione della società Leica Microsystems S.r.l. con sede legale in Varese, Vicolo San Michele n. 15 e sede operativa in Buccinasco, Via Emilia n. 26 - C.F. e P.I. 09933630155,


ALLEGA

alla presente copia del documento "Caratteristiche tecniche della fornitura" debitamente compilato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lvo n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Distinti saluti.

Leica Microsystems Srl
Amministratore
Vincenzo Gilardi



Leica Microsystems Srl

Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 VARESE

Sede Amministrativa ed Operativa: Via Emilia, 26 - 20090 Buccinasco (MI), presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza

Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155

Socio Unico - Capitale Sociale 1.530.000,00 - Registro Imprese Varese - R.E.A. VA 346660

T +39 02 57486.1 - www.leicabiosystems.com

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Descrizione: n°2 CRIOSTATI PER ISTOPATOLOGIA		SISTEMA OFFERTO
Caratteristiche Tecniche obbligatorie richieste	Caratteristiche tecniche minime proposte	Microtomo Leica CM3050 S
Microtomo:	Di tipo rotante	Microtomo rotativo automatico, semiautomatico, manuale
Spessore di taglio della fetta regolabile	Da 0,5 a 300 µm circa	spessore delle sezioni: da 0.5 a 300µm
Avanzamento dei campioni	Circa 25 mm	avanzamento orizzontale del campione: 25 mm
Retrazione dei campioni	Circa 50 µm	retrazione del campione: 50 µm
Escursione del movimento verticale	Circa 60 mm	movimento verticale: 59 mm
Dimensione dei campioni	40 mm x 50 mm circa	dimensioni max del campione 40 x 55 mm
Sgrossatura pre-settabile	Da 5 a ≥ 150 µm a step di 0,5 µm circa.	spessore di sgrossatura: da 5 a 150 µm $\pm$ 0.5 µmm
Spostamento/avanzamento motorizzato mediante singolo o doppio comando	In modalità veloce circa 900 µm/s; in modalità lento circa 500 µm/s;	avanzamento macro motorizzato a due velocità: • 500 µm/s • 1000 µm/s
Modalità di movimentazione e orientamento del campione	Su tre assi (X-Y-Z)	si con precisione dell'orientamento 8° (asse x, y e z)
Sistema di raffreddamento:	criocamera	Criocamera raffreddamento con due compressori indipendenti
Range di temperatura	Da 0°C a $\leq -35^\circ\text{C}$	temperatura della camera programmabile da 0 °C fino a -40°C temperatura barra di congelamento rapido - 45°C temperatura del campione programmabile da - 10°C a - 50°C
Permuta del criostato attualmente in dotazione presso l'u.o. istopatologia clinica, al costo complessivo di € 500, al netto della base d'asta.	SI	SI
Marchio CE	SI	SI
Repertorio dispositivo Medico	SI	1504981
Garanzia (Mesi)	≥ 36	36 MESI+ ulteriori 16MESI

Contratto di manutenzione full-risk	<=7% del costo del sistema	SI
Tempo Di Intervento (Ore Solari)	<=24	24
Sede Di Assistenza Piu' Vicina	In Campania	NAPOLI
Numero Visite Programmate	>=1 anno	1


TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Dotazione di serie del sistema di raffreddamento del campione da -10°C a -50°C circa. Per ogni 5 °C inferiore a -35°C sarà attribuito 1 punto	temperatura del campione programmabile da - 10°C a - 50°C
Dotazione di serie di sistema taglio motorizzato (SI/NO)	SI
Numero di stazioni di congelamento >10, (per ogni singola stazione > 10 saranno attribuiti 2 punti)	10 stazioni di congelamento
Dotazione di serie di elemento di congelamento a cella di Peltier	Si, Sistema di congelamento rapido Peltier temperatura barra di congelamento rapido - 45°C
Garanzia oltre i 36 Saranno attribuiti 2,5 punti ogni 4 mesi in più, fino ad un massimo di 10 punti. Non verranno valutate frazioni inferiori a 4 mesi.	16 mesi oltre i 36 di garanzia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lvo n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Distinti saluti.

Leica Microsystems Srl
Amministratore
Vincenzo Giardi



Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Via Tescione

CASERTA

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Buccinasco, 17.07.2019

OGGETTO: FORNITURA N° 2 CRIOSTATI – RDO MEPA N. 2334227.

**RELAZIONE
GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA**

❖ GARANZIA E COPERTURA

La garanzia per la fornitura offerta è da intendersi di **52 mesi** dalla data del collaudo positivo a copertura totale (full risk).

Comprende costi di: mano d'opera, viaggio, diaria, trasferta, ricambi, accessori e materiali tecnici per l'esecuzione delle manutenzioni.

Decade in caso di: uso improprio, incuria-dolo, manomissione da Terzi non autorizzati.

Trasporto, installazione e messa in funzione dei sistemi offerti.

La strumentazione sarà consegnata alla Struttura nel proprio imballo, in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Installazione, messa in funzione e collaudo finale a ns. carico con impiego di personale altamente qualificato e specializzato, comprendente tutto il materiale necessario (materiali tecnici necessari per la messa a punto ed utilizzati in sede di ogni intervento di assistenza tecnica e manutenzione).

Il servizio è inoltre comprensivo di:

- **N. 1 visita di manutenzione preventiva all'anno** concordata tra le parti, durante la quale i sistemi verranno interamente revisionati e testati secondo specifiche e prestazioni originali di fabbrica, comprensive di tutto il materiale necessario all'esecuzione.

Di seguito si riportano i protocolli operativi (check-list) svolti sulla strumentazione di interesse da parte del nostro servizio di assistenza tecnica per le attività di manutenzione preventiva.

Leica Microsystems Srl

Sede legale: Vicolo San Michele, 15 - 21100 VARESE

Sede Amministrativa ed Operativa: Via Emilia, 26 - 20090 Buccinasco (MI), presso cui si prega di inoltrare ogni corrispondenza

Codice Fiscale/Partita IVA 09933630155

Socio Unico - Capitale Sociale 1.530.000,00 - Registro Imprese Varese - R.E.A. VA 346660

T +39 02 57486.1 - www.leicabiosystems.com

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Criostato Leica CM3050S

CRIOSTATO

- Assicurarsi preventivamente che lo strumento sia stato spento e disinfettato dal Cliente
- Smontare il microtomo dalla camera e pulirla utilizzando alcool 95°
- Far defluire i residui di alcool dalla camera tramite il condotto preposto a tale scopo
- Se necessario sostituire i relè allo stato solido
- Rimuovere la polvere dagli scambiatori di calore
- Se necessario sostituire le valvole di raffreddamento

MICROTOMO

- Smontare il carter del microtomo
- Controllare tramite comparatore esattezza dell'avanzamento
- Controllare che i sistemi elastici interni al sistema svolgano bene la loro funzione
- Controllare il gioco di rotazione del canotto
- Accertare l'efficienza della rotazione
- Registrare la distanza della rotella della retrazione dal piano di scorrimento
- Verificare e correggere eventuali giochi sullo scorrimento verticale
- Controllare sistema di fissaggio del portalama
- Smontare e pulire sistema di orientamento del pezzo
- Accertare l'efficienza del microswitch di fine corsa del movimento orizzontale
- Rimontare il carter

PORTALAMA

MONOUSO:

- Rimuovere il piattello premilama anteriore
- Pulire accuratamente l'interno del serralama
- Controllare la funzionalità degli elementi elastici
- Verificare lo stato di usura dei premilama anteriore e posteriore
- Lubrificare leggermente l'interno del portalama
- Registrare il posizionamento dei due piattelli premilama
- Assicurarsi del perfetto fissaggio della lama
- Pulire, controllare e regolare lo stendifetta

TRADIZIONALE:

- Verificare il parallelismo della lama
- Controllare l'efficienza delle viti serralama
- Assicurarsi dell'efficienza del filo della lama
- Pulire, controllare e regolare lo stendifetta

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

BASE

- Pulire e lubrificare piano di scorrimento
- Controllare tutti i sistemi di fissaggio
- Registrare la corretta inclinazione secondo il tipo di lama utilizzato

RIMONTAGGIO

- Rimontare il microtomo e tutti gli accessori nella camera
- Riaccendere il Criostato ed avviare la service routine
- Verificare il funzionamento delle parti elettriche tramite la service routine
- Azzerare "RUN TIME" tempo di funzionamento del compressore, responsabile della comparsa della scritta "chiamare service" dopo ca. 12 mesi di funzionamento
- Controllare il funzionamento e lo stato di carico di refrigerazione utilizzando sonde interne allo strumento
- Ripulire lo strumento esternamente
- Controllare che la temperatura della camera e quella dell'oggetto scendano rapidamente
- Richiudere la parte elettronica ed il coperchio superiore

- **Verifiche di sicurezza elettrica** in fase di collaudo e annuali secondo normativa vigente ed applicabile (CEI 66.5 "apparecchiatura da laboratorio non elettromedicale") con utilizzo di apposita strumentazione di controllo e con rilascio di rapporto riportante i valori rilevati.
- **Verifiche funzionali, di qualità** prestazionale e di taratura, ove prevista in fase di manutenzione preventiva.
- Fornitura di **ricambi**, accessori, materiali tecnici e soggetti ad usura con ritiro dei pezzi guasti.
- **Illimitate chiamate d'emergenza**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 17:30 con **tempi di intervento** tecnico per guasto garantito entro al massimo le **24 ore** dalla chiamata e **tempi di ripristino di 48 ore** dal primo intervento.
Nel caso in cui la strumentazione non fosse ripristinata entro i tempi dichiarati, la ditta si impegna ad **offrire soluzioni alternative** per il proseguo delle attività di diagnosi.
- **Assistenza tecnica da remoto** sempre garantita, anche nel periodo feriale estivo mediante sistema "hot-line" di tele-assistenza per primo intervento ispettivo/diagnostico, con pronta risposta.
- **Supporto specialistico telefonico** e se necessario, presenza dello Specialist nella sede della S.C. Anatomia Patologica che lo richieda, per il miglior utilizzo della strumentazione.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

- **Tecnici specialisti** autorizzati ad intervenire sulle apparecchiature fornite che eseguiranno ad ogni intervento (correttivo o preventivo programmato), controlli completi e/o revisioni secondo specifiche e prestazioni originali di Fabbrica certificata **ISO 9001:2015; ISO 13485:2016** (Leica Biosystems Nussloch – Germania).
- **Fornitura di tutti i rapporti di intervento**, controfirmati da entrambe le parti, di ogni intervento d'assistenza tecnica e manutenzione effettuati sulla strumentazione, riportanti i dati significativi dell'apparecchiatura in esame, le anomalie rilevate, le prove e le tarature effettuate, le parti di ricambio eventualmente impiegate, le operazioni correttive svolte e le ore di viaggio e lavoro impiegate dai tecnici intervenuti.
- **Aggiornamenti tecnologici** effettuati per tutto il periodo di garanzia (dalla data del collaudo strumentale) e senza alcun ulteriore aggravio di spesa per l'Azienda Sanitaria.

Ogni intervento su chiamata comprende la ricerca e l'eliminazione del guasto. Ad ogni intervento di assistenza effettuato, sarà compilato dal tecnico specialista, un rapporto elettronico che dovrà essere firmato (su tavoletta a scrittura ottica) dell'Azienda Sanitaria e successivamente salvato sul server aziendale Leica Microsystems e a disposizione, in qualunque momento, delle strutture Aziendali che dovessero richiederne ulteriore copia. Tale procedura si attiva anche in fase di installazione, collaudo e manutenzione preventiva.

❖ **CONSEGNA, INSTALLAZIONE, MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDO:**

La fornitura della strumentazione sarà completa di:

- o Sistemi nuovi di fabbrica e di ultima generazione conformi alla normativa vigente ed applicabile CE/IVD.
- o Conformi alle normative di qualità e funzionalità.
- o Consegna, installazione e messa in funzione.
- o Assistenza costante alle prove di funzionalità e qualità.
- o Manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto a seguito specificato.
- o Aggiornamenti tecnologici hardware e software in caso di nuova release.
- o Corsi di formazione ed aggiornamento.
- o Fornitura di manualistica tecnica (manuali d'uso e manutenzione, certificazione di conformità e qualità).

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Consegna a ns. carico in luogo di installazione/consulenza tecnico - applicativa dei ns. specialisti, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento dell'ordine.

Verrà, inoltre, fornita la seguente documentazione ed i seguenti materiali:

- N. 1 copie del manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana
- Documentazione tecnica del software offerto (concessione, licenza, dichiarazione di conformità alla normativa applicabile, ecc.).
- Check-list nelle quali verranno evidenziati tutti i protocolli delle manutenzioni preventive effettuate dal ns. servizio di assistenza tecnica.

Le operazioni di installazione, effettuate da personale tecnico qualificato, saranno completate da tutti i controlli di funzionalità e di qualità prestazionale.

❖ ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA

➤ ***Descrizione del servizio di assistenza tecnica:***

Il servizio di Assistenza Tecnica Leica è composto da **oltre 30 tecnici** appositamente addestrati, i quali vengono continuamente aggiornati con corsi ed effettuano collaudi e controlli delle apparecchiature, prima e dopo la consegna delle stesse. I suddetti tecnici sono dislocati nei maggiori capoluoghi italiani e precisamente: Milano, Torino, Padova, Bologna, Pescara, Roma, Firenze, Lecce, Napoli, Cosenza, Palermo, Catania, Cagliari, Sassari, Genova. La dislocazione delle Sedi oltre alla dotazione di magazzini di ricambi, adeguati alle esigenze delle apparecchiature esistenti nella zona di pertinenza, ci consentono di intervenire tempestivamente.

L'assistenza tecnica per la strumentazione proposta, è offerta direttamente da:

LEICA Microsystems S.r.l.
Customer Service

Via Emilia, 26 – 20090 Buccinasco (MI)
Tel. 02/57486.1 - Fax 02.57403273
E-mail: support.italy@leicabiosystems.com

L'assistenza tecnica per il materiale offerto è garantita anche mediante copertura territoriale da parte della nostra Agenzia regionale autorizzata:

LORENZO CALDIERI

Via G. Pascoli, 85
80123 Napoli
Tel. 02/57486509 - Fax 02/57403273

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

A completa disposizione, per qualsiasi esigenza e supporto tecnico telefonico, anche i Responsabili dell'assistenza tecnica Leica Microsystems:

Luca Pireddu - Field Service Supervisor

Cell. +39 342 3194226 - Tel. 02/57486.1 – Fax: 02.57403569

E-Mail: support.italy@leicabiosystems.com

Elio Chendi - Regional Service Manager South

Cell. +39 335 6504396 - Tel. 02/57486.1 – Fax: 02.57403569

E-Mail: a support.italy@leicabiosystems.com

La Società Leica Microsystems S.r.l., quale filiale italiana del GRUPPO LEICA Microsystems, è l'unica importatrice e distributrice in esclusiva (sia per la vendita che per L'ASSISTENZA TECNICA) su tutto il territorio nazionale degli strumenti con relativi accessori, materiali di consumo dedicati e ricambi con i marchi "LEITZ - LEICA - WILD - REICHERT - JUNG - CAMBRIDGE" prodotti negli Stabilimenti in Germania, Svizzera, Inghilterra, Austria, U.S.A., Cina e Singapore.

Il ns. Servizio di Assistenza Tecnica è in possesso di attrezzature idonee alla riparazione e manutenzione degli strumenti tipo:

OSCILLOSCOPI
MULTIMETRI DIGITALI
FREQUENZIMETRI
COMPUTER PORTATILI
EPROM PROGRAMMER
BORSE ATTREZZI COMPLETE
COLLIMATORI OTTICI
CENTRALINE DI RICARICA GAS
COMPARATORI

➤ ***Garanzia del servizio tecnico e certificazione di qualità:***

I Tecnici Specialisti impiegati nell'assistenza manutentiva vantano un'esperienza trentennale nel settore dell'anatomia ed istologia patologica oltre che nella Società Leica Microsystems. La preparazione ricevuta e i costanti corsi di aggiornamento specifici effettuati, permettono ai Tecnici dell'assistenza una continua crescita ed evoluzione.

I Tecnici Specialisti autorizzati ad intervenire sulle apparecchiature fornite, eseguiranno ad ogni intervento (correttivo o preventivo programmato), controlli completi e/o revisioni secondo specifiche e prestazioni originali di Fabbrica certificata 9001:2015; ISO 13485:2016 (Leica Biosystems Nussloch - Germania).

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

➤ ***Garanzia e qualità del servizio di manutenzione e del personale addetto all'assistenza tecnica:***

Il personale tecnico impiegato è adeguatamente formato, sui modelli di apparecchiature oggetto di fornitura e dispone di tutti gli strumenti necessari per svolgere le operazioni di manutenzione previste, inclusi gli strumenti software e la documentazione tecnica secondo l'ultimo aggiornamento vigente.

La Società Leica Microsystems e il personale addetto alla manutenzione ed assistenza tecnica, sono specializzati nel settore e sono a conoscenza e rispettano tutte le norme/direttive vigenti sulla sicurezza, anche in considerazione dell'ambito sanitario in cui sono dislocate le apparecchiature. In particolare viene garantita l'immediatezza nelle comunicazioni e degli eventuali avvisi di sicurezza e conseguenti azioni correttive, previste dal fabbricante.

Il personale tecnico impiegato è in grado di assicurare tutti gli aggiornamenti relativi alle azioni correttive di avvisi di sicurezza del fabbricante in tempi rapidissimi per minimizzare i disagi e i rischi per l'ente appaltante. Disponibilità di Application Specialist dei prodotti offerti adeguatamente formati dal fabbricante per la formazione continua ed approfondita degli utilizzatori.

Le procedure di manutenzione adottate sono conformi a quelle elaborate dal fabbricante a garanzia del mantenimento dei requisiti essenziali delle apparecchiature.

Tutti i ricambi utilizzati per interventi tecnici sono originali e prodotti nelle rispettive Fabbriche d'origine.

➤ ***Modalità di svolgimento della manutenzione preventivo/programmata:***

Al fine di mantenere in perfetta efficienza l'apparecchiatura offerta, il Servizio di Assistenza Tecnica Leica Microsystems, previo accordo con i Responsabili e Tecnici dell'Azienda Sanitaria, presso cui le apparecchiature risultano installate ed operanti, effettueranno, sulla strumentazione, due visite di manutenzione preventiva all'anno durata la quale i sistemi verranno interamente revisionati e testati secondo specifiche prestazioni originali di fabbrica e secondo manuale d'uso e tecnico fornito.

Ad ogni manutenzione seguirà una verifica di sicurezza elettrica (secondo normativa vigente ed applicabile – CEI 66.5 "apparecchiatura da laboratorio non elettromedicale") con conseguente controllo funzionale e qualitativo e di taratura, utilizzando apposita strumentazione di controllo e con rilascio di rapporto riportante i valori rilevati. Inoltre, se previsti ed applicabili, seguiranno gli aggiornamenti hardware e software secondo nuove release, previa autorizzazione dell'Utilizzatore.

Al termine di ogni intervento (sia programmato sia a richiesta) verrà redatto un apposito rapporto di intervento che sarà sottoscritto dal Tecnico Specialista intervenuto e dell'Azienda Sanitaria e nella quale l'intervento è stato effettuato.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Allo scopo di ridurre al minimo eventuali disagi al normale svolgimento dell'attività nelle U.O. dell'Azienda Sanitaria presso cui la strumentazione è installata, verrà concordato tra le parti e con sufficiente anticipo, un calendario delle manutenzioni previste (si prevede una manutenzione al primo anno ed una al secondo) riportante le relative attività da svolgere. In ogni caso ogni visita di manutenzione preventivo-programmata sarà preceduta da accordo tra i Tecnici dell'assistenza e la Fondazione.

➤ ***Norme generali visita di manutenzione preventiva programmata e/o correttiva. Modalità di intervento e punti di contatto:***

- Le richieste di intervento possono essere trasmesse direttamente al Customer Service Leica Microsystems S.r.l. di Milano (MI) che, una volta presa in carico la segnalazione, provvederà immediatamente a coordinare l'intervento in loco dei Tecnici Specialisti presenti sul territorio regionale di pertinenza.
- Le chiamate possono essere rivolte al servizio tecnico dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 17:30. L'assistenza tecnica è comunque sempre garantita, in caso di emergenza, mediante contatto telefonico al tecnico specialista preposto. La chiusura degli uffici è prevista solo ed esclusivamente per festività nazionale e religiosa.

Ogni operazione verrà svolta nel più breve tempo possibile al fine di garantire un rapido ed efficace intervento risolutivo. A seguito si riportano i punti di contatto per l'inoltro di qualsiasi richiesta di assistenza tecnica:

LEICA MICROSYSTEMS Srl

Customer Service

Fax: 02.57403569 – Tel: 02/57486509

E-Mail: support.italy@leicabiosystems.com

- Ogni eventuale problematica riscontrata sulla strumentazione da parte della Stazione Appaltante potrà inoltre trovare un primo supporto immediato e diretto anche tramite contatto telefonico al Tecnico Specialista di competenza.
- Ogni attività manutentiva (programmata o correttiva) verrà svolta nelle ore e nei locali in cui si trovano le apparecchiature, lasciate a disposizioni dall'Utilizzatore senza arrecare qualsiasi voglia disagio alle attività quotidiane di quest'ultimo.
- Le verifiche di sicurezza elettrica verranno svolte da personale specializzato che eseguirà i test secondo prescrizione di fabbrica ed in conformità alla normativa vigente applicabile alla tipologia di strumento trattato (CEI 66.5 "apparecchiature da laboratorio non elettromedicale"). I test verranno effettuati utilizzando apposita strumentazione di controllo (modello METRON QA 90) e ad ogni verifica effettuata verrà rilasciato un rapporto riportante i valori rilevati.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

➤ ***Assistenza Tecnico-manutentiva post-garanzia***

La Società Leica Microsystems S.r.l. offre una vasta scelta di servizi di Assistenza Tecnica presso gli Utilizzatori e, secondo le specifiche esigenze oltre agli interventi su chiamata, si possono sottoscrivere contratti di adeguata flessibilità.

Modalità del servizio alla scadenza della garanzia tramite:

- Interventi su chiamata.
- Contratti di manutenzione in abbonamento del tipo:

Contratto BRONZE

Comprende una visita preventiva l'anno, durante la quale il sistema è interamente revisionato e testato secondo specifiche e prestazioni originali di fabbrica. Nel contratto sono incluse le spese di viaggio e le ore di lavoro eseguite dal tecnico per una visita annuale di manutenzione preventiva. Nel contratto non sono comprese le parti di ricambio, chiamate correttive e materiali di consumo.

Contratto SILVER

Comprende una visita preventiva l'anno, durante la quale il sistema è interamente revisionato e testato secondo specifiche e prestazioni originali di fabbrica. Nel contratto sono incluse le spese di viaggio, le ore di lavoro eseguite dal tecnico, illimitate chiamate di emergenza. Nel contratto non sono compresi le parti di ricambio e i materiali di consumo.

Contratto GOLD FULL

Comprende una visita preventiva l'anno, durante la quale il sistema è interamente revisionato e testato secondo specifiche e prestazioni originali di fabbrica. Nel contratto sono incluse le spese di viaggio, le ore di lavoro eseguite dal tecnico, illimitate chiamate di emergenza, parti di ricambio. Nel contratto non sono compresi i materiali di consumo.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

❖ SUPPORTO TECNICO-TELEFONICO
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA "TAC"

La Società Leica Microsystems S.r.l. offre anche un servizio diretto e di avanguardia denominato "TAC", un numero unico da chiamare per ogni esigenza di supporto tecnico, diretto ed attivo, i cui riferimenti vengono a seguito riportati:

Tel:	800.52700527
Numero diretto:	02.57486509
E-mail:	support.italy@leicabiosystems.com
Orari di lavoro:	dalle 8:30 alle 17:30 da lunedì al venerdì

"TAC" è una soluzione di assistenza offerta a tutti i Clienti Leica Microsystems. La linea "TAC", fornisce un facile e diretto accesso ad un insieme di conoscenze ed esperienze senza eguali. Dalla guida attraverso le procedure di set up, alla complessa gestione dati, i nostri esperti di applicazione e gli ingegneri in loco, aiuteranno ad ottenere le migliori performance da ciascuno strumento Leica Microsystems.

Garantiamo qualità estremamente elevata e l'esperienza professionale necessaria. I nostri esperti di applicazione conoscono a fondo i sistemi offerti e il range di esperienze scientifiche a disposizione si armonizza perfettamente con le esigenze del Cliente.

"TAC" offre supporto telefonico per prodotti e applicazioni in tempo reale. Il nostro Team di Specialisti Applicativi e Tecnici è pronto a diagnosticare, risolvere i problemi, aiutare a migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività degli strumenti, da remoto.

Nel caso in cui occorra un'ispezione tecnica, possono coordinarsi rapidamente con il reparto di assistenza per organizzare un'ispezione dell'ingegnere formato in fabbrica.

Vantaggi del servizio "TAC"

- Un unico numero telefonico per tutte le chiamate post-vendita.
- Chiamate indirizzate direttamente ad uno Specialista Tecnico o Applicativo Leica Microsystems.
- Soluzione di problemi da remoto, quando possibile.
- Intervento tecnico quando richiesto con i ricambi necessari per una rapida risoluzione del problema.
- Riduzione dei tempi di inattività dello strumento.
- Qualità garantita del servizio post-vendita per tutti i Clienti.
- Pronta risposta garantita, grazie alla registrazione ed al monitoraggio delle chiamate.
- Riduzione dell'impatto ambientale, grazie all'ottimizzazione delle uscite dei nostri tecnici.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Sicurezza del servizio

L'assistenza di Leica Microsystems S.r.l. offre sicurezza a tutto campo. La sicurezza che il Tecnico intervenuto sia pienamente qualificato. La sicurezza dell'utilizzo di ricambi originali per la riparazione dello strumento. La sicurezza che l'apparecchiatura funzioni con la precisione e l'affidabilità che ci si aspetta da un prodotto Leica Microsystems.

❖ CORSO DI FORMAZIONE

Si dichiara che sarà fornito, al momento dell'installazione e prima del collaudo, un corso di formazione, alla presenza di tecnici qualificati dedicato al personale tecnico e sanitario del centro utilizzatore.

La formazione avrà lo scopo di trasmettere tutte le conoscenze tecniche ed operative necessarie ad un corretto utilizzo clinico delle apparecchiature ed alla gestione di eventuali malfunzionamenti.

Verranno affrontati i seguenti argomenti:

Uso dell'apparecchiatura in ogni sua funzione, procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti, gestione operativa quotidiana, modalità di comunicazione con il fornitore.

❖ Percorso formativo dedicato al Personale Utilizzatore

La ditta Leica Microsystems S.r.l. dichiara e garantisce di fornire un dettagliato programma di formazione, costituito da corsi diretti al Personale Tecnico addetto dell'Azienda Ospedaliera, per ogni tipologia di strumentazione installata. I corsi sono eventualmente ripetibili, su richiesta, anche in un momento successivo, qualora si rendesse necessario istruire nuovo Personale Tecnico.

Il fine ultimo del programma di formazione, che viene espletato all'avviamento dell'utilizzo della strumentazione, è quello di rendere l'Operatore Tecnico in grado di sfruttare appieno le potenzialità della strumentazione stessa e di operare in modo autonomo, riducendo al minimo le possibili situazioni critiche che potrebbero comportare l'interruzione del servizio. Qualora dovessero essere presenti richieste di formazione più dettagliate e specifiche, Leica Microsystems si impegna a fare quanto possibile per poter fornire il massimo supporto.

Ad esigenza dell'Ente, alla conclusione dei corsi di avviamento / formazione Leica Microsystems può rilasciare i relativi attestati di avvenuta istruzione, se richiesti, anche nominativi. Non è invece previsto da Leica Microsystems il rilascio di attestati che riconoscano la capacità di effettuare interventi tecnico-specialistici inerenti a guasti o malfunzionamenti hardware della strumentazione.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

Le caratteristiche dei corsi di formazione proposti, a titolo di esempio, possono essere brevemente riassunti come nei seguenti punti.

➤ Durata media del corso:

Circa 3 ore, a seconda della tipologia dello strumento oppure della programmazione dei relativi protocolli.

➤ Materiale didattico fornito:

Durante i corsi, verranno forniti e spiegati i vari manuali d'uso relativi alla strumentazione fornita. Tali manuali, completi per ogni aspetto riguardante le programmazioni dei vari protocolli operativi, costituiscono inoltre un valido supporto successivo al corso. Anche le schede tecniche degli strumenti e degli eventuali reattivi, potranno fornire utile materiale didattico a disposizione dell'operatore.

➤ Personale ammesso:

Il personale istruito sarà qualunque addetto indicato dalla Direzione del Laboratorio di Anatomia Patologica o dall'Azienda Ospedaliera. In ogni caso, qualora mutassero le esigenze lavorative del Laboratorio, nel rispetto delle esigenze organizzative interne e della tempistica della attività di supporto, Leica Microsystems si rende disponibile a fornire ulteriore assistenza formativa al nuovo Personale indicato o a ripetere eventualmente il corso al Personale già formato.

➤ Sede del corso:

Il corso di formazione verrà tenuto in loco, nei locali del Laboratorio di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera. Inoltre, se necessario, gli Operatori potrebbero essere accompagnati presso Laboratori esterni che, in accordo preventivo con Leica Microsystems, possano fornire una prova diretta del funzionamento in routine della strumentazione installata.

➤ Qualifica degli insegnanti:

I corsi verranno sostenuti e presentati dagli Application Specialist e dai tecnici specializzati di Leica Microsystems. In particolare, il ns. personale fornirà a richiesta tutte le informazioni e le conoscenze per il corretto funzionamento della strumentazione nonché della sua programmazione, in modo tale da ottenere il miglior risultato possibile con i vari strumenti installati e reagenti a disposizione.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

❖ Percorso formativo dedicato al Personale Tecnico e/o Ingegneria Clinica

In merito alla manutenzione e riparazione della strumentazione che verrà installata presso il Laboratorio di Anatomia Patologica, possiamo distinguere due tipologie di intervento:

- L'intervento tecnico-specialistico, volto a risolvere problemi di guasti e/o problematiche relative alla parte hardware della strumentazione è una esclusiva competenza della ditta Leica Microsystems, che interverrà nei tempi e nella modalità richiesta dal contratto di fornitura.
- Gli interventi di manutenzione ordinaria, così come verranno definiti in accordo con il Personale Tecnico del Laboratorio e dell'Ingegneria Clinica in base alle condizioni indicati nel contratto di fornitura, saranno oggetto di specifico corso di formazione. Leica Microsystems si rende disponibile a istruire i Tecnici del reparto o dell'Ingegneria Clinica su come effettuare l'ordinaria manutenzione sia correttiva che preventiva della strumentazione installata.

Scopo del corso è rendere confidente l'Operatore nell'eseguire le varie operazioni di manutenzione in modo sicuro, rapido ed efficace, in modo tale da garantire il corretto funzionamento della strumentazione installata ed evitare così possibili e spiacevoli interruzioni del flusso di lavoro. Il contenuto specifico del corso dipenderà dal tipo di tecnologia presa in considerazione e il livello di complessità potrà essere concordato con il Personale Tecnico. A richiesta potrà essere fornito un breve schema con semplice diagramma a flusso per l'esecuzione passo-passo delle operazioni di manutenzione, variabile a seconda delle esigenze dell'Operatore, in modo tale da essere sempre evidente che tipo di azione svolgere.

A titolo di esempio, un possibile corso di formazione di manutenzione per il personale tecnico dell'Ingegneria Clinica potrebbe rispecchiare il seguente schema:

➤ Durata del corso:

Diversamente dal corso applicativo che ha durata più lunga, un corso di circa 2 ore è mediamente adeguato ad istruire il Personale Tecnico per effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria, come per esempio pulire la strumentazione o sostituire i reagenti in essa contenuti.

➤ Materiale didattico:

Verrà fornito, durante il corso formativo, il manuale utente, che indica le principali operazioni di manutenzione e di intervento preventivo. Anche in questo caso, su richiesta, potrà essere fornito uno schema a flusso in cui verranno indicati i vari passaggi da eseguire passo-passo per espletare al meglio la manutenzione.

➤ Personale ammesso:

Il Personale addestrato sarà il personale dell'Ingegneria Clinica o qualunque persona idonea indicata dall'Azienda Sanitaria.

Leica Microsystems si rende disponibile, nel rispetto delle esigenze organizzative interne e della tempistica della attività di supporto, a ripetere i corsi al Personale Tecnico già formato o a nuovi Operatori, qualora dovessero subentrare nuove necessità organizzative da parte dell'Azienda Sanitaria.

Ns. Prot. G184CY19/LBS/em

➤ Sede del corso:

Il corso di formazione verrà tenuto in loco, nei locali del Laboratorio di Anatomia Patologica dell'Azienda Sanitaria o presso qualsiasi locale nel quale verrà installata la strumentazione oggetto del contratto di fornitura.

➤ Qualifica degli insegnanti:

I corsi formativi riguardante la manutenzione ordinaria della strumentazione, verranno espletati dal personale tecnico e specialistico di Leica Microsystems, già adibito alla manutenzione e assistenza tecnica in seguito a guasti e/o problematiche hardware.

In ogni caso, verrà presa in considerazione una piccola verifica operativa in presenza dei tecnici Leica Microsystems per appurare l'idoneità e la piena comprensione delle operazioni da svolgere per una corretta manutenzione strumentale. Inoltre, se necessario e se richiesto, Leica Microsystems può fornire un attestato di partecipazione e/o abilitazione a tutti i partecipanti o al Personale indicato dall'Azienda Sanitaria.


Riepilogo Materiale fornito:

- Manuali d'uso della strumentazione offerta in lingua italiana.
- Manuali manutentivi della strumentazione in lingua italiana.
- Manuali software (se previsti).

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lvo n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Distinti saluti.


Leica Microsystems Srl
Amministratore
Vincenzo Gilardi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno 30.10.2019

IL FUNZIONARIO

☐

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI



La presente deliberazione diventa ESECUTIVA il 09.11.2019
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI


11.11.2019

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994
n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35 della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI

La trasmissione di copia della presente Deliberazione viene effettuata ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU.OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 del D.Lgs. n° 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.