

Deliberazione n. 184

Del 28 marzo 2018

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n° 4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo (C.R.R.T.), per un periodo di anni due.  
CIG: 7243878D38. Aggiudicazione.

**Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che:**

- con la deliberazione n.115 dell'11.09.17, previa acquisizione di autorizzazione di SO.RE.SA. all'espletamento di autonoma procedura di gara, è stata indetta la procedura aperta per l'acquisizione in noleggio operativo per anni due di n. 4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per le esigenze della UOC Cardiochirurgia e della UOC Rianimazione;
- a seguito della pubblicazione del bando di gara, che prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 01/12/2017 ore 12:00, facevano pervenire offerta n. 4 società e precisamente, Belco srl, HED Hospital Service srl, E.C.S.srl e Società Baxter SpA;
- in data 05.12.2017 alle ore 9:30, presso gli uffici della UOC Provveditorato ed Economato si costituiva in seduta pubblica il seggio di gara, per la verifica dell'integrità dei plachi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, riscontrando la stessa conforme a quanto richiesto, ad eccezione della Società Baxter SpA, che veniva ammessa con riserva, come riportato nel verbale n.1 redatto in pari data, in quanto non risultava dalla documentazione presentata l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC (all.1);
- in data 12.12.2017, in seduta pubblica, si riuniva il Seggio di gara, al fine di verificare la documentazione richiesta alla Società Baxter, giusta verbale n.2 redatto in pari data, dalla quale risultava che il pagamento del contributo ANAC era stato versato in data 05.12.2017, data successiva alla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, per tale motivo la Società Baxter veniva esclusa dalla prosecuzione dell'iter concorsuale, di tanto si dava comunicazione alla Società con Pec del 12.12.2017 (all.2);
- in data 15.01.2018, si riuniva in seduta riservata la Commissione giudicatrice incaricata, con deliberazione n.7 del 09.01.2018, della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle società concorrenti, giusta verbale n.3 redatto in pari data, e successivo verbale n.4 del 15.02.2018 (All.3);
- la Commissione si riuniva ancora, giusta p.v. n.6 del 7.03.2018, per esaminare rilievi emersi nel corso della seduta pubblica dell'01.03.2018, p.v. n.5 (all.3);
- con Pec del 09.03.2018, agli atti di questa UOC Provveditorato Economato, veniva comunicata alle ditte partecipanti alla gara oggetto della presente, la data della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;

- in data 14.03.2018 si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara, che ha proceduto, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in merito agli esiti della valutazione qualitativa, all'apertura delle tre buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Società Bellco srl, Hed Hospital Servicesrl e E.C.S. srl;

#### **Considerato che**

- la migliore offerta è risultata quella della Società E.C.S srl che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a punti 95,15, giusta verbale n.7 redatto in pari data (all.4);
- l'offerta presentata dalla Società E.C.S. srl è risultata aggiudicataria, a fronte di un importo offerto nel biennio pari ad €.236.700,00 oltre IVA (importo annuo €.118.350,00), per la fornitura in noleggio operativo di: n.1 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per n.200 trattamenti annuali comprensivo di 2000 sacche per infusione per le esigenze della UOC Cardiochirurgia; n.3 Sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per n.250 trattamenti annuali comprensivo di 2500 sacche per infusione per le esigenze della UOC Rianimazione;

#### **Ritenuto**

Doversi, pertanto, procedere a prendere atto degli esiti della procedura aperta esperita e, conseguentemente, aggiudicare la fornitura a favore della ditta risultata migliore offerente;

#### **Attestata**

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

#### **PROPONE**

per i motivi espressi in premessa:

1. di prendere atto degli esiti della procedura aperta esperita, indetta con la deliberazione n.115 dell'11.09.17 approvando i verbali allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura in noleggio operativo di: n.1 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per n.200 trattamenti annuali comprensivo di 2000 sacche per infusione per le esigenze della UOC Cardiochirurgia, n.3 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per n.250 trattamenti annuali comprensivo di 2500 sacche per infusione per le esigenze della UOC Rianimazione, a favore della Ditta E.C.S srl, in quanto migliore offerente, al costo complessivo biennale pari ad €.236.700,00 oltre IVA (importo annuo €.118.350,00 oltre IVA);
2. di imputare la spesa complessiva pari ad €.246.168,00 inclusa IVA al 4%, successivamente al superamento del collaudo con esito positivo, frazionando gli importi sulle autorizzazioni di spesa sub 9/2 conto economico 501010701 del corrente bilancio, e la rimanente spesa sulle competenti autorizzazioni dei bilanci di riferimento;
3. di nominare DEC della presente procedura il Direttore UOC Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;
4. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché, oltre che al proponente, alla U.O.C GEF, UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA e UOC Farmacia;

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**

Dott.ssa Marisa Di Sano

#### **ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio 2018 imputabile al conto economico 501010701 ed è da imputare al preventivo di spesa Aut. N.9/sub 2 che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz.

**Il Direttore UOC GEF**  
Dr. Eduardo Chianese

**OGGETTO:** Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta.

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.1 del 5.12.2017**

In data 05.12.2017, alle ore 9:30, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano – Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Luisa Lucchini - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Carlo Mazzarella- UOC Provveditorato,teste;
- Roberta Aprea – Tecnologia Ospedaliera ed HTA, Segretario verbalizzante;

Premesso che

- con deliberazione n. 115 dell'11.09.2017, esecutiva a norma di legge veniva indetta procedura aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa Azienda;
- successivamente, si procedeva alla pubblicazione del bando di gara sulla GUCE in data 21.10.2017, sulla GURI il 23.10.2017 e su n.4 quotidiani a tiratura nazionale e regionale;
- alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di ditte interessate a partecipare alla gara sono stati dati i relativi riscontri a mezzo pubblicazione sul sito: faq 1/20.11.17, faq 2/24.11.17;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 dell'01.12.2017, hanno aderito producendo offerta nei termini stabiliti n.4 Società così come da dichiarazione rilasciata della UOC AA.GG. e Legali Prot.0023895/I del 4.12.2017, e, precisamente:
  - 1- Società Bellco srl, acquisita al Prot.0023538/E del 30/11/2017;
  - 2- Società HED Hospital Service srl acquisita al Prot. 00023678/E dell'01/12/2017;
  - 3- Società E.C.S.srl, acquisita al Prot. 00023683/E dell'01/12/2017;
  - 4- Società Baxter SpA , acquisita al Prot. 0000023740/E dell'01/12/2017;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di delega allegata al presente verbale e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: Sigg. Dr.Valerio Parisi per la Società BELLCO srl, Falzarano Antonio per la Società ECS srl, Gaetano Vastarelli per la Società H.e.d. srl;

- che i plichi contenenti le offerte delle ditte concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara sono stati custoditi all'interno dell'apposito armadio blindato n.1 ubicato presso la Direzione UOC Provveditorato ed Economato;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

I Componenti il Seggio di gara come sopra costituito procedono; quindi, alle seguenti operazioni il cui esito è parimenti di seguito riportato in apposito prospetto:

- verifica dell'integrità e della tempestività dei plichi pervenuti, apertura dei plichi pervenuti e

constatazione della presenza della documentazione richiesta in distinte n.3 buste sigillate sulle quali vengono apposte le firme dei Commissari di gara;

- apertura della busta con la documentazione amministrativa e verifica dei documenti ivi contenuti, riscontrando la conformità della documentazione presentata rispetto a quella richiesta.

<u>DITTE</u>	<u>ESITO</u>
- 1- Società Bellco srl, ammessa;	
- 2- Società HED Hospital Service, ammessa;	
- 3- Società E.C.S.srl, ammessa;	
- 4- Società Baxter SpA , non avendo presentato l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC viene ammessa con riserva.	

- 1- Società Bellco srl, ammessa;
- 2- Società HED Hospital Service, ammessa;
- 3- Società E.C.S.srl, ammessa;
- 4- Società Baxter SpA , non avendo presentato l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC viene ammessa con riserva.

Per quanto sopra, non si da corso all'apertura delle offerte tecniche. La stessa verrà effettuata con separata seduta. Verrà comunicata alle società concorrenti a mezzo Pec la nuova seduta di gara.

Terminate le predette operazioni, il Presidente procede a depositare i plichi dei concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara negli armadi blindati sopra indicati procedendo alla chiusura degli stessi.

La seduta viene chiusa alle ore 12:00. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Marisa Di Sano Marisa Di Sano
- Sig.ra Luisa Lucchini Luisa Lucchini
- Sig.r Carlo Mazzarella Carlo Mazzarella
- Ing. Roberta Aprea Roberta Aprea

#### I TESTIMONI

ECS Antonio Giammari  
HED srl. Giuseppe Neri  
BELLCO Kel Sordi

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Azienda Ospedaliera San Sebastiano X WebMail PEC - Posta in arrivo - p... X Webmail - Principale X Sistema Informativo Monitor X SIMOG - Ricerca Gara - Elenco X Comprova Requisiti X +

https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/AVCpass/ComprovaRequisiti?ECHO=...

Cerca

## Elenco Richieste

Elenco CIG

CIG #	Gara #	Oggetto gara #	Data pubb. bando #	Data scad. offerta #
7243878D38	6878357	PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO OPERATIVO DI N. 4 SISTEMI PER ULTRAFILTRAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOCHIRURGIA E DELLA UOC RIANIMAZIONE, PER UN PERIODO DI ANNI 2 - DEL DI INDIZIONE N.115 DEL 11.09.2017	21/10/2017	01/12/2017

1 - Elenco Partecipanti 2 - Elenco Operatori Economici 3 - Elenco Richieste

Elenco Partecipanti [4 elementi]

Denominazione #	Documenti #	Annotazioni #	Contributo ANAC #
BAXTER SPA	NO	NO Avvio Richiesta	DA VERIFICARE Avvio Richiesta
BELLCO S.R.L.	SI	NO Avvio Richiesta	REGOLARE Avvio Richiesta
EXTRA CORPOREAL SOLUTIONS SRL	SI	NO Avvio Richiesta	REGOLARE Avvio Richiesta
H.E.D. HOSPITAL SERVICE ELETTRONICO E BIOMATERIALI S.R.L.	SI	NO Avvio Richiesta	REGOLARE Avvio Richiesta

Indietro Avanti

© Antonini Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati  
Via M. Margherita, 10 - 00167 Roma - c.f. 78344000584  
Centro Call: 0665598356

p03 RSS

B. Antonini Nucleonics Anticorrosion - Italy | diritti riservati  
via M. Minghetti, 10 - 06147 Roma - tel. 06604480584  
Contact Center: 061369836

23

RSS

1452

15/12/2017

11

۱۷

**OGGETTO:** Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.ANNA E S.SEBASTIANO" di Caserta.

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.2 del 12.12.2017**

In data 12.12.2017, alle ore 10.30, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano – Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Anna Bovenzi - UOC Provveditorato ed Economato, teste;
- Carlo Mazzarella- UOC Provveditorato ed Economato,teste;
- Luisa Lucchini – Funzionario UOC Provveditorato ed Economato , Segretario verbalizzante;

Premesso che

- nella seduta del 5.12.2017, verbale n.1, i Commissari di gara procedevano alla verifica dell'integrità e della tempestività dei plachi pervenuti, apertura dei plachi e constatazione della presenza della documentazione richiesta in distinte n.3 buste sigillate sulle quali venivano apposte le firme dei Commissari di gara e dei testimoni presenti;
- dalla verifica della documentazione amministrativa , risultava che la Società Baxter SpA non aveva presentato l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC e, pertanto, veniva ammessa con riserva;
- con Pec del 5.12.2017, la Società Baxter Spa veniva messa al corrente delle motivazioni dell'ammissione con riserva;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di delega allegata al presente verbale e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: Sigg. Dr.Valerio Parisi per la Società BELLCO srl, Falzarano Antonio per la Società ECS srl, Antonio Esposito per la Società H.e.d. srl;

Il Presidente del Seggio di gara, in apertura di seduta, porta a conoscenza di tutti i presenti quanto segue:

- in data 5.12.2017 la Società Baxter SpA ha provveduto all'invio della ricevuta di pagamento ANAC, dalla quale risultava che lo stesso era stato effettuato in data 5.12.2017 ore 13:50:29, data successiva alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
- Per tale motivo la Società Baxter SpA non può essere ammessa alla prosecuzione dell'iter concorsuale;

I componenti il Seggio di gara, terminata la verifica della documentazione presentata dalle società Baxter SpA, passano all'apertura delle offerte tecniche e alla loro sottoscrizione:



**DITTE****ESITO**

- 1- Società Bellco srl - ammessa
- 2- Società HED Hospital Service- ammessa
- 3- Società E.C.S.srl, - ammessa

Terminate le predette operazioni, il Presidente procede a depositare i plichi dei concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara negli armadi blindati procedendo alla chiusura degli stessi.

La seduta viene chiusa alle ore 11:10. Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Marisa Di Sano
- Sig. ra Anna Bovenzi
- Sig.r Carlo Mazzarella
- Sig.ra Luisa Lucchini

Marisa Di Sano  
Anna Bovenzi  
Carlo Mazzarella  
Luisa Lucchini

**I TESTIMONI**

Società BELLCO srl - Dr.Valerio Parisi

Valerio Parisi

Società E.C.S srl - Sig. Falzarano Antonio

Antonio Falzarano

Società H.e.d. srl - Sig. Antonio Esposito

Antonio Esposito

**Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.Anna e S.Sebastiano " di Caserta. CIG – 7243878D38.**

**VERBALE DI GARA SEDUTA RISERVATA n.3**

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Gennaio, alle ore 14:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN in Caserta, si è riunito, in seduta privata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n.7 del 9.01.18 , per procedere alla valutazione delle offerte tecniche per la procedura concorsuale in oggetto.

Sono presenti quali componenti:

- Dr.ssa Saviano Caterina - UOC Nefrologia con Dialisi - Presidente;
- Dr.ssa Pascale Carmen - UOC Nefrologia con Dialisi – Componente;
- Dr.ssa Zarrillo Nadia – UOC Rianimazione e Anestesia d’Urgenza - Componente;
- Dr..Mauro Ottiano. – Collaboratore amministrativo Professionale - in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato, in sostituzione della Sig.ra Luisa Lucchini assente per motivi di salute - Segretario Verbalizzante;

Premesso:

- Che nella seduta del 12.12.17, Verbale n.2, veniva conclusa la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti e si passava all'apertura ed alla sottoscrizione delle offerte tecniche presentata dalle stesse;
- Che i plachi contenenti le offerte delle Ditte concorrenti nonché tutti gli altri atti di gara sono stati custoditi all'interno dell'apposito armadio blindato n.1 ubicato presso la Direzione UOC Provveditorato ed Economato;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

Si procede alla verifica ed alla valutazione della documentazione tecnica presentata, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle offerte.

- La Società Bellco srl ha proposto il Sistema Amplya che all'esito dell'analisi delle caratteristiche tecniche è risultato idoneo e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.
- La Società HED Hospital Service srl ha proposto il Sistema Acusmart di costruzione Medica SpA che, all'esito dell'analisi delle caratteristiche tecniche di cui alla documentazione allegata, è risultata conforme pertanto la Società viene ammessa la prosieguo delle operazioni di gara.

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**  
Via Palasciano – Caserta - Tel.: 0823/231111

- La Società E.C.S srl, ha proposto il Sistema OMNI di cui al costruttore B.Braun Avitum AG che, a seguito di attenta analisi delle caratteristiche tecniche minime di cui alla documentazione tecnica allegata, è risultato idoneo e pertanto è ammesso alle fasi successive di gara.

Terminate le predette operazioni, il Presidente procede a depositare i plichi dei concorrenti e tutti gli altri atti di gara negli armadi blindati per la loro conservazione.

Alle ore 15:30 la seduta è sciolta

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

**La Commissione**


- Dr.ssa Caterina Saviano



- Dr.ssa Carmen Pascale



- Dr.ssa Nadia Zarrillo



- Dr. Mauro Ottaiano



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI

SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000

Il/la sottoscritto/ Zarillo Nadia nato/a Caserta il 24.10.1971

Residente a Caserta Via Tiziano 11.

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000


DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Componente della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.43 del 10.07.2017:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per l'acquisto di:" Procedura negoziata per l'affidamento triennale della fornitura di espansori e protesi mammarie"; *SISTEMA x C.R.T.*
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere  di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): \_\_\_\_\_
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta lì 15.01.2018

Firma



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI

SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000

Il/la sottoscritto/ Saviano Caterina nato/a Napoli il 26.07.1065

Residente a Afragola via Messina 28.

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Componente della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.43 del 10.07.2017:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per l'acquisto di:" Procedura negoziata per l'affidamento triennale della fornitura di espansori e protesi mammarie"; SISTEMI x CRR T.
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere  di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): \_\_\_\_\_
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta lì 15.01.2018

Firma



DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ AI

SENSI DEL D. LGS. 8 APRILE 2013 N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 DPR n. 45/2000

Il/la sottoscritto/ Carmen Pascale nato/a S.Giorgio a Cremano il 12.12.1966

Residente a S.Giorgio a Cremano via A.De Gasperi 10.

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000

DICHIARA

per il conferimento dell'incarico di Componente della Commissione di gara, nominata con deliberazione n.43 del 10.07.2017:

- che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 co.4-5-6 d.lgs n.50/2016di aver preso visione dell'elenco delle ditte concorrenti alla procedura di gara per l'acquisto di:" Procedura negoziata per l'affidamento triennale della fornitura di espansori e protesi mammarie"; *Sistem x C.R.T.*
- di non aver rapporti stabili di lavoro con le stesse; di non avere interessi finanziari, diretti o indiretti, in comune con le ditte di cui sopra; di non aver svolto negli ultimi due anni, attività di divulgazione o informazione per conto delle medesime.
- Di non avere  di avere vincoli di parentele o coniugali o di affinità con persone legate a soggetti privati (ditte concorrenti alla procedura in oggetto) da rapporti di lavoro subordinato o da incarichi professionali (non è necessario menzionare il nome di tali persone): \_\_\_\_\_
- Che sussistendo cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni del D.LGS 8 aprile 2013 n. 39 si dimette dall'incarico.
- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".

Caserta li 15.01.2018

Firma



**Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.Anna e S.Sebastiano " di Caserta. CIG – 7243878D38**

**VERBALE DI GARA SEDUTA RISERVATA n. 4 del 15.02.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno 15 del mese di Febbraio, alle ore 14:00 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN in Caserta, si è riunito, in seduta privata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n.7 del 9.01.18 , per procedere alla valutazione delle offerte tecniche per la procedura concorsuale in oggetto.

Sono presenti quali componenti:

- Dr.ssa Saviano Caterina - UOC Nefrologia e Dialisi - Presidente;
- Dr.ssa Pascale Carmen - UOC Nefrologia e Dialisi – Componente;
- Dr.ssa Zarrillo Nadia – UOC Rianimazione e Anestesia d'Urgenza - Componente;
- Luisa Lucchini. – Collaboratore amministrativo Professionale - in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato, Segretario Verbalizzante;

Premesso:

- Che nella seduta del 15.01.18, giusta verbale n.3 di pari data, i componenti della Commissione procedevano alla verifica della documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti ed alla valutazione delle stesse;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.


La Commissione ripresi i lavori di valutazione delle offerte tecniche delle tre Società in gara, procede all'attribuzione dei punteggi tecnici qualitativi, come da tabella riepilogativa allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

La Commissione terminati i lavori consegna tutti gli atti di gara al RUP, la seduta viene conclusa alle ore 16:40.

Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

**La Commissione**

- Dr.ssa Carmen Pascale
- Dr.ssa Caterina Saviano
- Dr.ssa Nadia Zarrillo
- Sig.ra Luisa Lucchini



**TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI**

SOCIETA' PARTECIPANTE ALLA GARA	BELLCO SRL	HED HOSPITAL SERVICE	ECS SRL
Società costruttrice	BELLCO SRL	MEDICA SPA	B-BRAUN
Modello dell'Apparecchiatura	AMPLYA	ACUSMART	OMNI
Kit unico preassemblato per 7,5 punti effettuare tutte le terapie CRRT	<p>AMPLYA permette di eseguire le seguenti terapie:</p> <p>Sostitutive funzioni renale continua (eseguibile con eparina o citrato)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCUF – Ultrafiltrazione lenta continua</li> <li>- CVVH – Emofiltrazione veno-venosa continua e HV</li> <li>- Emofiltrazione ad alti flussi</li> <li>- CVVHD – Emodialisi veno-venosa continua</li> <li>- CVVHDF – Emodiafiltrazione veno-venosa continua</li> </ul> <p>Tali metodiche sono eseguibili con un unico kit e modificabili in qualsiasi momento impostando solamente i flussi desiderati.</p> <p>Prepara opportunamente l'apparecchiatura è possibile effettuare le terapie di CRRT (SCUF-CVVH-CVVHD-CVVHDF) tramite impiego di un unico kit (esclusa la TPE), senza l'aggiunta o/o: modifica di linee, indipendente dalla modalità di reinfusione, sia essa in PRE, in POST oppure mista, il + POST</p>	<p>AMPLYA permette di eseguire le seguenti terapie:</p> <p>Sostitutive funzioni renale continua (eseguibile con eparina o citrato)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCUF – Ultrafiltrazione lenta continua</li> <li>- CVVH – Emofiltrazione veno-venosa continua e HV</li> <li>- Emofiltrazione ad alti flussi</li> <li>- CVVHD – Emodialisi veno-venosa continua</li> <li>- CVVHDF – Emodiafiltrazione veno-venosa continua</li> </ul> <p>Tali metodiche sono eseguibili con un unico kit e modificabili in qualsiasi momento impostando solamente i flussi desiderati.</p> <p>Prepara opportunamente l'apparecchiatura è possibile effettuare le terapie di CRRT (SCUF-CVVH-CVVHD-CVVHDF) tramite impiego di un unico kit (esclusa la TPE), senza l'aggiunta o/o: modifica di linee, indipendente dalla modalità di reinfusione, sia essa in PRE, in POST oppure mista, il + POST</p>	<p>AMPLYA permette di eseguire le seguenti terapie:</p> <p>Sostitutive funzioni renale continua (eseguibile con eparina o citrato)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SCUF – Ultrafiltrazione lenta continua</li> <li>- CVVH – Emofiltrazione veno-venosa continua e HV</li> <li>- Emofiltrazione ad alti flussi</li> <li>- CVVHD – Emodialisi veno-venosa continua</li> <li>- CVVHDF – Emodiafiltrazione veno-venosa continua</li> </ul> <p>Tali metodiche sono eseguibili con un unico kit e modificabili in qualsiasi momento impostando solamente i flussi desiderati.</p> <p>Prepara opportunamente l'apparecchiatura è possibile effettuare le terapie di CRRT (SCUF-CVVH-CVVHD-CVVHDF) tramite impiego di un unico kit (esclusa la TPE), senza l'aggiunta o/o: modifica di linee, indipendente dalla modalità di reinfusione, sia essa in PRE, in POST oppure mista, il + POST</p>
Sistema di rimozione della extracorporea di CO2 sia singola che contemporanea alla CRRT	5 punti	<p>SOLO IN MODALITA' SINGOLA</p> <p>PUNTI 0</p>	<p>SI</p> <p>PUNTI 5</p>
Presenza di rilevatore bolle d'aria sul circuito pompa a siringa del calcio in corso di CRRT con citrato	7,5 punti	<p>La somministrazione del calcio cloruro o del calcio gluconato al termine del circuito ematico può essere eseguita con la pompa a siringa posizionata sopra il riscaldatore dell'apparecchiatura.</p> <p>Bellco rende disponibile un particolare spezzone provvisto di fideatore per l'infusione del calcio esterno al kit, quindi si rende superfluo un sensore di bolle d'aria su tale linea.</p> <p>NO IL SISTEMA NON DISPONE DEL SISTEMA RICHIESTO</p> <p>PUNTI 0</p>	<p>NO IL SISTEMA NON DISPONE DEL SISTEMA RICHIESTO</p> <p>PUNTI 0</p>
		<p>NO IL SISTEMA NON DISPONE DEL SISTEMA RICHIESTO</p> <p>PUNTI 0</p>	<p>SI</p> <p>PUNTI 7,5</p>

pag. 1 di 3

<p><b>Riduzione automatica del flusso sanguine in caso di problemi di accesso vascolare, in assenza di intervento da parte dell'operatore</b></p>	<p>7,5 punti</p> <p>Quando il valore di pressione misurata eccede i limiti assoluti minimo o massimo impostabili, il sistema di protezione genera l'Se, per qualsiasi motivo la velocità della pompa sangue è diversa da quella impostata, la velocità impostata apparirà al di sotto della durata di un minuto; durante questo intervallo di tempo le scadenze allarmi rimangono disabilitate e il campo indicante l'individuale del flusso sangue lampeggia al fine di consentire eventi svolte dal personale infermieristico sull'accesso vascolare.</p> <p>Al termine di questo minuto, la pompa sangue riprende il flusso precedentemente.</p>	<p>PUNTI 7,5</p>	<p>L'apparecchiatura OMNI ha la capacità di adattare automaticamente il flusso sangue in base al controllo della pressione di aspirazione del sangue (PA alta e bassa), oltre a regolare automaticamente la finestra della pressione variosa in caso di variazione del flusso sangue. Tali regolazioni del software limitano i continui arresti della pompa sangue (problemi di coagulazione), che comporterebbero maggiore lavoro del personale e diminuirebbero la dose di anestetico.</p>	
<p><b>Eliminazione automatica dell'aria dal circuito di re-infusione</b></p>	<p>10 punti</p> <p>SACCA PER RISCALDATORE CON FILTRO DA 0,8 µm</p> <p>Materiale: PVC dop free</p> <p>Filtro da 0,8 µm: Polietetrafluore - filtro idrofobico da 0,02 µm in PTFE.</p> <p>Contenitore acrilico modificato.</p>	<p>PUNTI 10</p>	<p>Il sistema regola automaticamente il livello delle quattro camere presenti nel kit, eliminando l'aria presente nel circuito senza dover utilizzare strumenti, garantendo minor carico di lavoro per il personale e inoltre garantendo sempre il livello ottimale. In caso di necessità questo dispositivo può anche essere disinettivato e possono essere gestite manualmente i livelli delle camere di espansione.</p>	<p>PUNTI 7,5</p>
<p><b>2 Bilance di controllo dei fluidi (ultrafiltrato, dialisato, reinfusione), ogni singola bilancia oltre le due minime richieste, saranno attribuiti 2,5 punti</b></p> <p><b>Riduzione automatica del flusso di sostituzione in caso di incremento della TMP</b></p>	<p>Max 5 punti</p> <p>PUNTI 5</p> <p>3 BILANCE PUNTI 2,5</p>	<p>PUNTI 10</p>	<p>In caso di aumento della pressione di trasmembrana (TMP) all'interno del filtro, il software ha capacità di modulare automaticamente i volumi di scambio per prolungare la durata dell'emofiltero.</p>	<p>PUNTI 10</p>
<p><b>Possibilità di impiego in linea di cartuccia di polimixina in resina</b></p>	<p>7,5 punti</p> <p>SI</p> <p>PUNTI 7,5</p>	<p>PUNTI 7,5</p>	<p>In caso di trattamenti di RRT, i controlli disponibili sono gestiti dalla frazione della filtrazione che non deve superare il 30 % sangue impostato dall'operatore.</p>	<p>PUNTI 7,5</p>
<p><b>bof 2 di 3</b></p>	<p>SI</p> <p>PUNTI 7,5</p>	<p>PUNTI 7,5</p>	<p>7,5</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

Possibilità di terapia con impiego di cartuccia con sorbenti	5 punti	SI PUNTI 5	SI PUNTI 5	SI PUNTI 5	SI PUNTI 5
Batteria tampone in caso di mancanza di alimentazione elettrica, con autonomia non inferiore a 30 min. ( ogni 5 minuti > 30 min. sarà attribuito 1 punto )	Max 5 punti	NO SOLO 20 MINUTI PUNTI 0	NO SOLO 15 MINUTI PUNTI 0	NO SOLO 30 MINUTI PUNTI 0	NO SOLO 30 MINUTI PUNTI 0
Possibilità di assistenza in remoto	2,5 punti	SI PUNTI 2,5	NO Così come riportato alla pag. 13 del fascicolo tecnico M69 PUNTI 0	SI PUNTI 2,5	SI PUNTI 2,5
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO		PUNTI 52,5	PUNTI 47,5	PUNTI 65	
PUNTEGGIO ATTRIBUITO RIPARAMETRATO		PUNTI 56,54	PUNTI 51,15	PUNTI 70	

**OGGETTO: Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.Anna e S.Sebastiano" di Caserta. CIG – 7243878D38.**

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.5 dell'1/03/2018**

In data 01.03..2018, alle ore 10:10, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce in seduta pubblica il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Luisa Lucchini - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Anita Correra - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Carlo Mazzarella - Assistente Amministrativo UOC Provveditorato Segretario verbalizzante;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di delega allegata al presente verbale e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: Sigg. Ing. Marina Castigliola per la Società BELLCO srl, Falzarano Antonio per la Società ECS srl, Antonio Esposito per la Società H.e.d. srl;

**Premesso che**

- con deliberazione n. 115 del 9.01.2018, esecutiva a norma di legge veniva indetta procedura aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa Azienda;
  - con deliberazione n.7 dell'8.02.2018, immediatamente esecutiva, veniva nominata la Commissione tecnica incaricata della valutazione delle offerte tecniche per la procedura concorsuale in oggetto.
  - la Commissione dava inizio ai propri lavori, in data 15.01.2018, verificata la documentazione tecnica presentata dalle partecipanti, e precisamente Società Belco srl, Società HED Hospital Service srl e Società E.C.S. srl, le stesse venivano ammesse al prosieguo delle fasi di gara, giusta verbale n.3 redatto in seduta riservata;
  - la Commissione in data 15.02.2018, riprendeva i lavori, procedendo all'attribuzione dei punteggi tecnici e redigendo la tabella riepilogativa degli stessi, in allegato al verbale n.4 redatto in pari data.
- Tutte e tre le concorrenti sono state ammesse alle fasi successive di gara;

Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

In apertura di seduta si procede alla lettura delle valutazioni qualitative della Commissione tecnica così come riportate nel verbale n.4.

Si trascrive il punteggio valutativo riparametrato.

DITTE	Società Belco srl	Società HED Hospital Service srl	Società E.C.S. srl
Punteggio qualitativo all'offerta tecnica riparametrato	punti 56,54	punti 51,15	punti 70

Al termine della lettura il rappresentante della Ditta HED richiede di poter presentare richiesta di

chiarimenti in merito alle valutazioni della Commissione.

Al fine di riportare correttamente il contenuto delle stesse si richiede di volerne trascrivere il contenuto.

Si acquisisce, pertanto, al presente verbale la richiesta di chiarimenti del sig. Esposito Antonio volta ad ulteriori accertamenti in merito al possesso di un requisito minimo per l'offerta tecnica della ditta ECS.

A seguito della lettura del predetto chiarimento il sig. Falzarano, presente per la ditta ECS, ritiene, a sua volta, di presentare richiesta di chiarimenti. La stessa, analogamente, viene acquisita al presente verbale.

Non si procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche.


I chiarimenti saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Alle ditte sarà inviata comunicazione formale circa la nuova data che sarà fissata per l'apertura delle offerte economiche.


La seduta viene chiusa alle ore 11.05.

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Marisa Di Sano



- Sig.ra Luisa Lucchini




- Sig.ra Anita Correra




- Sig.r Carlo Mazzarella




Ing. Marina Castigliola per la Società BELLCO srl



Falzarano Antonio per la Società ECS srl



Antonio Esposito per la Società H.e.d. srl



HED SAC

ALLA COMMISSIONE DI GARA.

IN RIFERIMENTO ALLA SEDETA ODIERA E SUCCESSIVAMENTE  
ALLA LETTURA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE IN CUI  
È STATA VERIFICATA LA RISPOSTA DELLE OFFERTE TECNICHE  
DEI CONCorrenti IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE  
MINIME SI RICHIEDE DI CONOSCERLE.

2) LA DI MENSIONE DEL FILTRO OFFERTO DALLA DITTA ECS  
IN RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO A6 PAG 3, DOVE  
È RICHIESTO "DIMENSIONE DEL FILTRO NON INFILTRANTE 1,9 m<sup>2</sup>"

② CASERTA, 1/3/2010

PER HED SAC

Ricardo Zanelli

M

M

h

M

fr

S

X La ditta ECS

In riferimento al chiarimento delle ditta  
HES relativamente all'allegato A6.

"dimensioni del filo non inferiore a  
 $1.9 \text{ m}^2$ " si fa presente che lo stesso  
è stato presentato dopo il termine  
ultimo per la presentazione dello  
stesso (16.11.2017) come da ART 9  
del disciplinare di gara.

Fog 2 questo 1

1-03-18

Antonio Pollicino


M



M



**Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.Anna e S.Sebastiano " di Caserta. CIG – 7243878D38**

**VERBALE DI GARA SEDUTA RISERVATA n. 6 del 7.03.2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 14:30 presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN in Caserta, si è riunita, in seduta privata, la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione n.7 del 9.01.18.

Sono presenti quali componenti:

- Dr.ssa Saviano Caterina - UOC Nefrologia e Dialisi - Presidente;
- Dr.ssa Pascale Carmen - UOC Nefrologia e Dialisi – Componente;
- Dr.ssa Zarrillo Nadia – UOC Rianimazione e Anestesia d’Urgenza - Componente;
- Luisa Lucchini. – Collaboratore amministrativo Professionale - in servizio presso l’UOC Provveditorato ed Economato, Segretario Verbalizzante;

Premesso:

- Che nella seduta del 1.03.2018, giusta verbale n.5 di pari data, il Presidente del Seggio di gara procedeva in seduta pubblica, alla lettura degli esiti di valutazione della Commissione Tecnica di cui al verbale n.4 redatto in data 15.02.2018.
- Che a seguire il Delegato della Società HED Hospital Service srl, Sig. Antonio Esposito, chiedeva chiarimenti in merito alla valutazione della Commissione Tecnica che di seguito si riportano:
- In riferimento alla seduta odierna e successivamente alla lettura dei verbali della Commissione in cui è stata verificata la rispondenza delle offerte tecniche dei concorrenti in relazione alle caratteristiche tecniche minime si richiede di conoscere:
  - 1) La dimensione del filtro offerto dalla Ditta ECS in riferimento all'allegato A6 Pag. 3, dove è richiesto "dimensione del filtro non inferiore a 1,9 m<sup>2</sup>".
- Che è stato, pertanto ritenuto necessario riconvocare la Commissione Tecnica al fine di acquisire elementi di riscontro.

Tanto premesso


La Commissione di seguito alla richiesta di chiarimento avanzato dal Delegato dalla Società "EHD" Hospital Service srl, relativamente alla dimensione del filtro pari a circa 1,9 m<sup>2</sup>, rimanda alla Faq. n.1 del 20.11.2017, punto 3, pertanto con la dicitura "circa" si intendono validi anche filtri con superfici inferiori in relazione alla destinazione di uso degli stessi, come da linee guida KDIGO (<http://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury>).

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta**  
Via Palasciano – Caserta - Tel.: 0823/231111

La Commissione terminati i lavori consegna gli atti al RUP, la seduta viene conclusa alle ore 15:00. Del che è verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

**La Commissione**

- Dr.ssa Carmen Pascale
- Dr.ssa Caterina Saviano
- Dr.ssa Nadia Zarrillo
- Sig.ra Luisa Lucchini

  
Carmen Pascale  
Caterina Saviano  
Nadia Zarrillo  
Luisa Lucchini

**OGGETTO: Procedura Aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione di questa AORN "S.Anna e S.Sebastiano " di Caserta. CIG – 7243878D38.**

**VERBALE SEDUTA PUBBLICA n.7 dell'14/03/2018**

In data 14.03.2018, alle ore 10:30, presso gli Uffici della UOC Provveditorato-Economato di questa AORN ubicati al piano 1° AORN di via Palasciano, Caserta, si costituisce in seduta pubblica il Seggio di gara composto come segue:

- Marisa Di Sano - Direttore UOC Provveditorato ed Economato, R.U.P;
- Luisa Lucchini - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Anita Correra - Funzionario Amm.vo UOC Provveditorato, teste;
- Carlo Mazzarella - Assistente Amministrativo UOC Provveditorato Segretario verbalizzante;

Risultano presenti, per le ditte concorrenti i rappresentanti muniti di delega allegata al presente verbale e meglio identificati dal Segretario verbalizzante: Sigg. Ing. Marina Castigliola per la Società BELLCO srl, Falzarano Antonio per la Società ECS srl, Vastarelli Gaetano per la Società H.e.d. srl;

**Premesso che**

- Nella seduta di gara pubblica dell'1.03.2015, si dava lettura dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione Tecnica incaricata della valutazione delle offerte pervenute in merito alla procedura in oggetto;
  - In pari data venivano richiesti chiarimenti da parte della Società HED Hospital service srl , per il tramite del proprio delegato presente nella predetta seduta pubblica di gara;
  - in data 06.03.2018, la Commissione tecnica si è di nuovo riunita in seduta riservata al fine di fornire il chiarimento avanzato dalla Società HED Hospital service srl, così come riportato nel verbale n.6 redatto in data 7.03.2018;
  - le offerte e la documentazione della gara è stata, medio tempore custodita nell'armadioo blindato n.1 della UOC Provveditorato;
- Tanto premesso si dichiara aperta la seduta.

In apertura di seduta si procede alla lettura del richiamato verbale n.6 del 7.03.2018, rendendo pubblico il chiarimento fornito dalla Commissione tecnica.

Si dà lettura nuovamente dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione:

DITTE	Società Bellico srl	Società HED Hospital Service srl	Società E.C.S. srl
Punteggio qualitativo all'offerta tecnica riparametrato	punti 56,54	punti 51,15	punti 70

I Componenti il Seggio di gara come sopra costituito procedono all'apertura delle offerte economiche presentate dalle concorrenti che danno il seguente risultato:

Società Belco srl

Sistema per ultrafiltrazione n. 1 per la UOC Cardiochirurgia e n. 3 per la UOC Rianimazione Trattamenti annui Sacche per infusione Contratto di manutenzione FULL RISK	<b>importo complessivo biennale offerto iva esclusa</b>
	<b>€.199.600,00</b>

Società HED Hospital Service srl

Sistema per ultrafiltrazione n. 1 per la UOC Cardiochirurgia e n. 3 per la UOC Rianimazione Trattamenti annui Sacche per infusione Contratto di manutenzione FULL RISK	<b>importo complessivo biennale offerto iva esclusa</b>
	<b>€.198.450,00</b>

Società E.C.S. srl

Sistema per ultrafiltrazione n. 1 per la UOC Cardiochirurgia e n. 3 per la UOC Rianimazione Trattamenti annui Sacche per infusione Contratto di manutenzione FULL RISK	<b>importo complessivo biennale offerto iva esclusa</b>
	<b>€.236.700,00</b>

DITTE	Società Belco srl	Società HED Hospital Service srl	Società E.C.S. srl
Punteggio qualitativo all'offerta tecnica riparametrato	punti 56,54	punti 51,15	punti 70
Prezzo offerto	€. 199.600,00	€. 198.450,00	€.236.700,00
Punteggio economico	Punti 29,83	Punti 30	Punti 25,15
<b>Totale punteggi</b>	<b>Punti 86,37</b>	<b>Punti 81,15</b>	<b>Punti 95,15</b>

Terminate le predette operazioni, il Presidente dichiara aggiudicataria la Società E.C.S. Srl con punteggio totale pari a punti 95,15, per la l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione per anni due con somministrazione materiale di consumo per le UU.OO.CC. Cardiochirurgia e Rianimazione al prezzo complessivo di €.236.700,00oltre IVA.

Il Signor Gaetano Vastarelli presenta richiesta di chiarimenti/memoria scritta.

Il RUP da pubblica lettura di detta richiesta e rilevato che la stessa nulla aggiunge rispetto a precedenti richieste a cui è stato già dato riscontro la acquisisce agli atti del presente verbale e procede ai successivi adempimenti di competenza.

La seduta viene chiusa alle ore 11:00

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto

- Dott.ssa Marisa Di Sano

Marisa Di Sano

- Sig.ra Luisa Lucchini

Luisa Lucchini

- Sig.ra Anita Correra

Anita Correra

- Sig.r Carlo Mazzarella

Carlo Mazzarella

#### I Testimoni

Società BELLCO srl - Ing. Marina Castigliola

Marina Castigliola

Società ECS srl - Falzarano Antonio

Antonio Falzarano

Società H.e.d. srl - Vastarelli Gaetano

Gaetano Vastarelli

All'Illu.mo RUP  
Presidente della commissione di gara

Napoli, 14 Marzo 2018

**Oggetto: Richiesta chiarimenti per la:**

*"Procedura aperta per l'acquisizione in noleggio operativo di n.4 sistemi per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo UU.OO.CC Cardiochirurgia e Rianimazione" – CIG 7243878D38 -*

Seduta pubblica del 14 /03/2018

Il sottoscritto Vastarelli Gaetano In qualità di delegato della HED srl - Elettromedicali e Biomateriali, con sede in Napoli, Via Scaglione 276 -80145 Napoli, Tel/Fax: 0817405368 e CF e P.IVA 005808991219, in merito alla seduta pubblica odierna ed a seguito della lettura del verbale della Commissione tecnica relativo alla nostra richiesta di chiarimenti del 1 marzo 2018 e del 2 marzo

**CHIEDE**

Alla S.V. pur nel rispetto della valutazione tecnica effettuata dalla commissione designata, visto la complessità dell'argomento, di **voler considerare errata la stessa**, poiché non ha probabilmente tenuto conto dei principi sanciti e descritti nel capitolato di gara. (vedi allegato A/6) ed i suoi relativi chiarimenti pubblicati fino alla data 24/11/2017 da considerarsi parte integrante della stessa.

Per cui si invita codesta amministrazione ,” **prima della apertura delle offerte economiche**”, ulteriormente ad approfondire la rispondenza di tutti i concorrenti alla gara rispetto ai chiarimenti di cui sopra ; tutte le caratteristiche minime richieste nell’allegato A/6 del capitolato di gara che recita testualmente:

**“Le caratteristiche minime indicate nella scheda come innanzi predisposta sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno dei parametri elencati in tabella, comporterà la non ammissione dalla gara “**

Nella fattispecie, per maggiore chiarezza , si richiedono delucidazioni inerenti la conformità a tali caratteristiche :

- A) Pompa di pre- diluizione –dialisato Caratteristica minima: almeno 8 lt /h vedi già ns .del 02/03/2018
- B) Possibilità di convogliare in unica via almeno 4 sacche di infusato (vs chiarimento quesito 4 FAQ1)
- C) Dimensione del filtro ( vs. chiarimento quesito 1 FAQ2 relativo al FAQ1 quesito 3 e 7 )

Pertanto la HED in difetto di quanto sopra descritto , ed in caso di preaggiudica temporanea ad eventuale azienda, sin da adesso , si riserva di chiedere accesso agli atti ad avvenuta aggiudica ufficiale tramite Vs provvedimento e a tutelare i propri interessi in sede giudiziale opportuna.

Sicuri della Vs attenzione ed di un sollecito riscontro porge cordiali saluti

In fede

Delegato HED srl

Gaetano Vastarelli



Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott.ssa Antonietta Siciliano

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Gaetano Gultotosa

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

**PRENDERE ATTO** degli esiti della procedura aperta esperita, indetta con la deliberazione n.115 dell'11.09.17 approvando i verbali allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura in noleggio operativo di: n.1 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per n.200 trattamenti annui comprensivo di 2000 sacche per infusione per le esigenze della UOC Cardiochirurgia, n.3 Sistema per ultrafiltrazione con somministrazione materiale di consumo per n.250 trattamenti annui comprensivo di 2500 sacche per infusione per le esigenze della UOC Rianimazione, a favore della Ditta E.C.S srl, in quanto migliore offerente, al costo complessivo biennale pari ad €.236.700,00 oltre IVA (importo annuo €.118.350,00 oltre IVA);

**IMPUTARE** la spesa complessiva pari ad €.246.168,00 inclusa IVA al 4%, successivamente al superamento del collaudo con esito positivo, frazionando gli importi sulle autorizzazioni di spesa sub 9/2 conto economico 501010701 del corrente bilancio, e la rimanente spesa sulle competenti autorizzazioni dei bilanci di riferimento;

**NOMINARE** quale DEC della presente fornitura il Direttore UOC Farmacia Dr.ssa Anna Dello Stritto;

**PREVEDERE** la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

**TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla U.O.C. GEF e della Progettualità Europea e UOC Tecnologia Ospedaliera ed HTA e UOC Farmacia.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante